A.Li.Sa.

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA

C.F. / P. IVA 02421770997

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel.010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Francesca Elia - tel. 010/548-8555
e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it

Centrale Regionale di Acquisto

Prot. n. RU/2413 del 05/12/2016

OGGETTO: ***Fornitura in service di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. da destinare all'U.O. Cardiochirurgia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino- IST della Regione Liguria per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Risposte ai quesiti***

Si trasmettono le risultanze della verifica effettuata da parte della Commissione Tecnica in merito alle osservazioni formulate dalla ditta interessata nell'ambito del dialogo tecnico per la gara in oggetto:

- LivaNova Plc (Sorin Group Italia Srl)

Lotto unico – Sistema di assistenza ECMO

Quesito 1:

" In riferimento alla gara in oggetto siamo cortesemente a richiedervi un chiarimento relativo a un dato incongruente presente nell'Allegato F4.
In particolare la dicitura "Trasferimento CO2 sangue a 5 l/min non inferiore a 0,10m2" relativa a punto 11 caratteristiche ossigenatore della parte "caratteristiche obbligatorie" esprime in maniera non corretta una superficie invece di un flusso (normalmente espressa in l/min); tale dato è nuovamente espresso anche al punto C11 delle caratteristiche ossigenatore della valutazione qualitativa riportando dicitura "Trasferimento CO2 sangue a 5 l/min non inferiore a 250 ml/min" in maniera corretta."

Risposta:

Si conferma che nell'allegato F4 è stato riportata per mero errore materiale
la dicitura:
"*Trasferimento CO2 sangue a 5L/min non inferiore a 0.10m2*"

anziché la versione corretta

"*Trasferimento CO2 sangue a 5L/min non inferiore a 250 ml/min*"

E' stato pubblicato l'**allegato F4** corretto.

Quesito 2:

"In riferimento alla gara in oggetto siamo cortesemente a chiedere conferma se le apparecchiature richieste sono in uso gratuito, come indicato sulla scheda offerta – allegato F2 o in noleggio come indicato a pag. 3 del disciplinare di gara.
Le apparecchiature richieste devono avere la stessa configurazione oppure una può essere da trasporto e l'altra per utilizzo intraospedaliero."

Risposta:

Si conferma che le apparecchiature richieste sono in "uso gratuito" ove si intende che nell'allegato F2 non viene indicata una cifra specifica ma una base d'asta di cui alla colonna E del suddetto allegato di €. 74.000,00 che comprende sia l'utilizzo delle apparecchiature che dei 10 kit – la prima casella della colonna H dovrà riportare l'importo 0.

ALLEGATO F2

GARA N. 6565782

Fornitura in service di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. da destinare all'U.O. Cardiochirurgia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino- IST della Regione Liguria per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

A	C	D	E	F	G	H	I
	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE SERVICE	BASE D'ASTA CANONE DI SERVICE (IVA ESCLUSA) / PREZZO UNITARIO PRESUNTO	TOTALE ANNUALE BASE D'ASTA	TOTALE QUADRIENNALE BASE D'ASTA	PREZZO ANNUALE OFFERTO PER CONFIGURAZIONE	PREZZO QUADRIENNALE TOTALE OFFERTO
LOTTO UNICO	Apparecchiatura completa per il funzionamento del kit in uso gratuito con generatori termici e assistenza full risk	2	74.000,00	84.000,00	336.000,00	0,00	
	Kit completi per procedure ECMO forniti in confezione singola, sterile, monouso, latex free	10/anno					
	Ulteriori Kit	3	3.333,33				

La relativa offerta dovrà perciò essere espressa secondo le stesse modalità.

Inoltre le apparecchiature richieste dovranno avere la configurazione per solo utilizzo intraospedaliero.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Riccardo ZANELLA)