ARS LIGURIA.ARS.RU.U.0005909.10-07-2015

ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel.010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Genova, 10/07/2015

Prot. n. 5.909

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di Energy Devices, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - Lotti n. 3 - Numero gara 6048826.
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 08/07/2015.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta da parte della Commissione tecnica, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 1

Alla pagina 6 del disciplinare di gara, dove si fa riferimento alla busta n. 4 Campionatura, si richiedono tre confezioni originali per ogni riferimento oggetto di campionatura: si intendono confezioni di vendita (ogni confezione di vendita contiene sei manipoli in confezioni sterili) oppure volete tre manipoli con le loro confezioni sterili originali comprensive di confezionamento primario e secondario e relative etichettature?

RISPOSTA: Sono sufficienti tre manipoli per ogni riferimento offerto, all'interno delle rispettive confezioni sterili originali.

QUESITO N. 2

In relazione alla Procedura in oggetto e in conformità a quanto indicato sul disciplinare art. 13 pag. 17 siamo achiederVi i seguenti chiarimenti:

In relazione al lotto 3

1) E' obbligatorio presentare nr. 3 pz. per ciascun codice offerto? Oppure è a libera scelta dell'impresa la decisione dei codici da campionare?

2) Possiamo inserire in offerta economica codici aggiuntivi e opzionali che non concorrono al totale di offerta e quindi al totale di aggiudicazione?

RISPOSTA al punto 2.1: Vedi risposta al quesito n. 1
RISPOSTA al punto 2.2: Si.

QUESITO N. 3

In relazione alla Procedura in oggetto e in conformità a quanto indicato sul disciplinare art. 13 pag. 17 siamo achiederVi i seguenti chiarimenti:

In relazione al lotto 3

1) nell art. 5 del Capitolato Tecnico sez. A (pag. 3) e nel Disciplinare e art. 3 (pag. 7), "Condizioni di ammissibilità dell'offerta" non sono state indicate le condizioni e i parametri per il LOTTO 3.

2) Nei documenti di gara ci sono "Sezione D" e "Sezione E", ma che non ritroviamo come documentazione da presentare nelle condizioni del disciplinare. Vanno compilati e inseriti dove?

RISPOSTA al punto 3.1: Non sono previste particolari condizioni di ammissibilità per la partecipazione al lotto3.
RISPOSTA al punto 3.2: La Sezione D non richiede compilazione e allegazione. Il documento denominato Sezione E "Aggiornamento Tecnologico" va inserito nella Busta 3 (Documentazione Tecnica).

QUESITO N. 4

Si chiede:

1. di modificare la misura del manipolo ad ultrasuoni, riferimento C del lotto 2, ampliandola da 20/25 cm a 20/26 cm;
2. di modificare la misura del manipolo riferimento H lotto 1, misure da 20/22 a 18/22;
3. di modificare la misura del manipolo riferimento D lotto 2, misure da 44/45 a 44/48;
4. i criteri di valutazione della qualità dei lotti 1 e 2 verranno applicati per ogni singolo riferimento o per la totalità del lotto ?;
5. come vengono valutati i riferimenti da F a J nel lotto 1, da D a F nel lotto 2 ?
6. A) il criterio di valutazione: "ampiezza di gamma dei manipoli offerti per ciascuna destinazione d'uso" e' da considerarsi applicato per ogni singolo riferimento o per la totalità del lotto?
   B) qualora fosse applicato per singola voce, come vengono valutati i riferimenti da F a J nel lotto 1, riferimenti da D a F nel lotto 2 ?
7. il criterio definito come "tempo necessario alla sintesi di tessuto organico su banco" (6 punti), verrà valutato sulla base di documentazione tecnica fornita dalle singole aziende oppure a seguito di prove reali effettuate dalla commissione valutatrice?

RISPOSTA ai punto 4.1, 4.2, 4.3: Con provvedimento in corso di adozione si procederà a integrare il Capitolato Tecnico con le misure richieste, per consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara.
Punto 4.4: Verranno applicati per ciascun riferimento previsto con media finale per lotto.
Punto 4.5: Verranno valutati in quanto non obbligatori, per quanto riguarda il parametro "ampiezza di gamma".
Punto 4.6: Per la totalità del lotto verrà computato il completo assortimento dei manipoli offerti.
Punto 4.7: Con provvedimento in corso di adozione verrà precisato che il "tempo necessario alla sintesi di tessuto organico" verrà valutato sulla base di dichiarazioni delle Ditte attraverso descrizione dettagliata del metodo oggettivo utilizzato per la valutazione, al fine di permettere alla Commissione il confronto delle dichiarazioni presentate.

QUESITO N. 5

Punto 5.1

In merito alla CAMPIONATURA viene precisato nel disciplinare di gara che devono essere fornite "tre confezioni originali per ogni riferimento..."; si chiede conferma che trattasi di 3 pezzi per ogni riferimento, ovverosia che sia sufficiente inviare la confezione esterna originale per ogni riferimento oggetto di campionatura contenente n. 3 (tre) pezzi del relativo prodotto offerto. Al fine di permettere le prove pratiche si chiede altresì la conferma circa l'utilità di inviare in conto visione eventuale generatore e relative parti poliuso

Punto 5.2

Rispetto ai CRITERI QUALITATIVI GENERATORI – LOTTI 1 E 2 si chiede di precisare cosa di intenda per:

- "risoluzione definitiva del guasto", e più precisamente se con tale espressione si vuole far riferimento al tempo necessario affinchè la struttura ospedaliera sia nuovamente messa in grado di utilizzare regolarmente i manipoli o piuttosto il tempo necessario alla riparazione dell'apparecchiatura su cui è stato richiesto l'intervento.

"periodicità di svolgimento della manutenzione ordinaria". Considerato che tale periodicità dipende dalle disposizioni del Fabbricante e può, quindi, essere diversa per ogni apparecchiatura senza che ciò infici sulla qualità della stessa, a nostro avviso si ritiene che la periodicità della manutenzione non possa considerarsi di per sè un fattore di valutazione nè della qualità del servizio, nè della qualità dell'apparecchiatura stessa. Si chiede pertanto di meglio specificare che cosa si intende con tale parametro e quali siano i criteri di valutazione.

Punto 5.3

Rispetto al LOTTO 1 – RADIOFREQUENZA e segnatamente al criterio di valutazione "dispersione di calore durante l'utilizzo supportata da dichiarazione sul danno termico rilevato", nonchè al requisito minimo per i manipoli "dispersione termica laterale minima", facciamo presente che il danno termico laterale dipende da numerose variabili, tra cui il tipo di tessuto, lo spessore del tessuto e il tempo di attivazione dello strumento.
Premesso ciò si chiede :

- conferma che con questo parametro si intende la rilevazione della dispersione termica laterale nel tessuto durante l'utilizzo, lateralmente al punto di applicazione;
- che venga descritto il metodo oggettivo di valutazione che sarà utilizzato per la valutazione;
- che le dichiarazioni presentate dalla Aziende concorrenti siano corredate di descrizione dettagliata del metodo utilizzato al fine di permettere alla commissione un confronto più oggettivo delle dichiarazioni presentate.

Punto 5.4

Rispetto al LOTTO 2 – ULTRASUONI e segnatamente al criterio di valutazione "dispersione di calore laterale durante l'utilizzo", nonchè al requisito minimo per i manipoli "dispersione termica laterale minima", facciamo presente che il danno termico laterale dipende da numerose variabili, tra cui il tipo di tessuto, lo spessore del tessuto e il tempo di attivazione dello strumento.
Chiediamo quindi:

- conferma che con questo parametro si intende la rilevazione della dispersione termica laterale nel tessuto durante l'utilizzo, lateralmente al punto di applicazione;
- che venga descritto il metodo oggettivo di valutazione che sarà utilizzato per la valutazione.

RISPOSTA al punto 5.1: vedi risposta al quesito n. 1
RISPOSTA al punto 5.2: Per "risoluzione definitiva del guasto" si intende il tempo necessario affinché la struttura sanitaria sia messa in grado a riprendere ad utilizzare regolarmente i dispositivi (e perciò dopo la riparazione e le prove di correttezza di funzionamento).
Al parametro "periodicità di svolgimento della manutenzione ordinaria" sono attribuiti 0,5 punti. Si ritiene che la frequenza di manutenzione programmata possa essere assunta come indicatore proxy qualitativo di riduzione delle probabilità di guasto.

RISPOSTE ai punto 5.3 e 5.4: Si accolgono le osservazioni/ richieste di chiarimenti formulate. Con provvedimento in corso di adozione il capitolato tecnico e i modelli allegati F4 bis verranno integrati in conformità.

D'ordine della Commissione Giudicatrice

IL DIRIGENTE RUP
F.to (Dott. Riccardo Zanella)

ARS Liguria- Area Centrale Regionale di Acquisto
Sede operativa: Via D'Annunzio, 64 16121 Genova
Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566
Sito web www.acquistiliguria.it