AREA (CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO)
Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Moreno Costa
Tel. 010 548 (8561)
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott.ssa Francesca Elia
Tel. 0105488555
e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it

Prot. RU 7354 del 03.04.2019

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Quesito n. 5

Con riferimento al Modello M-5, chiediamo di chiarire se, nel caso l'offerta includa più di un dispositivo, la tabella delle "caratteristiche di conformità" debba essere replicata per ognuno dei dispositivi offerti.

Risposta
Il modello M-5 corrisponde alla dichiarazione di offerta tecnica; pertanto la tabella delle "caratteristiche di conformità" deve essere compilata per ciascun dispositivo offerto.

Quesito n. 6

a) Con riferimento al Modello M-5.1, le caratteristiche essenziali del lotto 3 elencate nel Modulo non coincidono con quelle elencate nel Capitolato Tecnico e prestazionale. Chiediamo di confermare che le caratteristiche essenziali da prendere in considerazione per redigere l'offerta tecnica siano quelle elencate nel Capitolato tecnico e prestazionale.
b) Con riferimento al Modello M-5.1, le caratteristiche preferenziali del lotto 3 elencate nel modulo non coincidono con quelle elencate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale. Chiediamo di confermare che le caratteristiche preferenziali da prendere in considerazione per redigere l'offerta tecnica siano quelle elencate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Risposta
Si conferma che le caratteristiche essenziali e preferenziali da prendere in considerazione, nella compilazione del Questionario Tecnico M-5.1, sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico e che, con riferimento al lotto 3, per mero errore materiale sono state riportate non corrette nel Modello M-5.1, come di seguito:

- Pannello di controllo per la regolazione e la visualizzazione del flusso del sangue.
- Sistema per la regolazione del flusso di gas
- Pompa di propulsione: flusso sangue massimo erogabile non inferiore a 400 ml/min
- Presenza di batterie per l'alimentazione del sistema in caso di mancanza di alimentazione elettrica

N. 15 KITS OSSIGENANTI PER E.C.M.O.

Dovrà prevedere il necessario per l'applicazione del trattamento:

- Ossigenatore con membrana in polimetilpentene e superficie di scambio non inferiore ad 1 m2
- Disponibilità di circuiti pre-assemblati
- Catetere vascolare veno-venoso bilume di calibro superiore a 13 Fr introducibile in vena femorale o giugulare
- Durata minima certificata di almeno 72 ore

Anziché i requisiti riportati correttamente nel Capitolato Tecnico

- Pannello di controllo per la regolazione e la visualizzazione del flusso del sangue.
- Pompa di propulsione: flusso sangue massimo erogabile non inferiore a 400 ml/min
- Presenza di batterie per l'alimentazione del sistema in caso di mancanza di alimentazione elettrica

KITS OSSIGENANTI PER E.C.M.O.

Dovrà prevedere il necessario per l'applicazione del trattamento:

- Ossigenatore con membrana in polimetilpentene e superficie di scambio non inferiore ad 1 m2
- Catetere vascolare veno-venoso bilume di calibro superiore a 13 Fr introducibile in vena femorale o giugulare
- Durata minima certificata di almeno 72 ore

IL DIRIGENTE RUP
(dott. Luigi Moreno Costa)