AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Prot. n. 2832 del 16/12/2016

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione di HPV-DNA quale test primario per lo screening regionale necessario alla diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero occorrente alla ASL 2 Savonese della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi. Lotto UNICO. Numero gara 6575341.

In relazione alla gara in oggetto, sono pervenute al 15/12/2016 le seguenti richieste di chiarimenti da parte delle ditte Qiagen srl e Roche spa:

QUESITO N 1

In riferimento all'art. 6 "Funzionalità gestionali del sistema" della sezione A - Capitolato tecnico, si chiede di sapere se i costi relativi ai software di gestione degli screening delle varie ASL svolte dalle società di software Noemalife e Dedalus da Voi indicate saranno resi o meno conoscibili anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, stante la necessità per i concorrenti di tenerne conto al momento della presentazione delle offerte medesime e, in tal caso, si chiede, altresì di sapere attraverso quali modalità i suddetti costi saranno resi noti.
Da ultimo si chiede conferma che i suddetti costi, al fine di evitare disparità di trattamento in sede di gara saranno uguali per tutti i concorrenti, stante l'identità del servizio svolto.

Risposta: Il costo relativo al collegamento bidirezionale con il LIS ATHENA (per ciascuna ASL) ed il costo relativo all'interfaccia LIS ATHENA di Savona con lo strumento HPV test dovranno essere liberamento concordati tra l'offerente e le software house di riferimento.

QUESITO N 2

Pagina 7/12 art.6 punto 2 << In particolare I software di gestione degli screening delle varie Asl (attualmente in Liguria sono distribuiti I software DEMETRA (NoemaLife) e di ARMONIA (Dedalus) dovranno essere collegati in modo bidirezionale con il LIS di Savona ATHENA di Noemalife e con lo strumento per la determinazione di HPV DNA per soddisfare ....>>
Si chiede ciascun gestionale delle varie Asl dovrà essere collegato direttamente con lo strumento per la determinazione di HPV DNA, o se ciascun gestionale delle varie Asl collegato bidirezionalmente al LIS (ATHENA) potrà collegarsi allo strumento tramite il collegamento del solo LIS (ATHENA) allo strumento.

Risposta: Ciascun gestionale delle varie Asl dovrà essere collegato bidirezionalmente al LIS (ATHENA); Il LIS (ATHENA) dovrà essere interfacciato con lo strumento HPV test.

QUESITO N 3

Pagina7/12 art.6 punto 2 c. <<analisi del campione accettato per il test HPV ed invio del risultato al LIS>>
Si chiede conferma che per LIS si intenda ancora il sistema ATHENA

Risposta: Per LIS si intende il sistema ATHENA

QUESITO N 4

Pagina 11/12 punto 12
Si chiede di specificare se il test da fornire deve identificare la positività indistinta per uno o l'altro dei ceppi senza discriminarli, se è possibile fornire un saggio che discrimini la positività di ciascun genotipo.

Risposta: Sì, è' accettabile un saggio che discrimini i differenti tipi di HPV anche distintamente, ma deve essere un'indagine eventualmente compresa nell'esecuzione del test di primo livello che, come richiesto ai punti 1 e 2 del capitolato tecnico, deve rilevare la positività o la negatività della presenza del HPV. Nel capitolato tecnico non è richiesto un sistema analitico aggiuntivo, di secondo livello, che tipizzi l'HPV.

QUESITO N 5

Pagina 11/12 punto 13
Si chiede di specificare se è possibile fornire un solo saggio capace di identificare i ceppi indicati discriminando ciascuno dei genotipi (-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59,) e che comprenda anche i ceppi 16, 18 nello stesso, (saggio).

Risposta: Si veda risposta al quesito n. 4.

QUESITO N 6

L'art.1 del capitolato tecnico riporta n. 41.000 test/anno. Nell'allegato F2 offerta economica e precisamente nella sezione "numero totale di test HPV previsti", iene riportato 184.665 mentre nella sezione prezzo totale offerto in cifre il numero dei test indicato è 184.655. Considerando che la durata della fornitura + di 54 mesi, il totale di determinazioni richieste dovrebbe essere 184.500. Chiediamo cortesemente che venga indicato il numero esatto di test richiesti da riportare nello schema economico.

Risposta: Il numero totale dei test è 184.665 ed è stato calcolato sommando a 4 anni di test previsti negli anni 2017-2020 (per un totale di 166.457 test) il numero dei test presunti per i 6 mesi dell'anno successivo (2012) (18.208 test).

QUESITO N 7

Con riferimento alla procedura citata in oggetto siamo a richiedere se la valutazione del punteggio qualitativo prevede una riparametrizzazione finale dei valori complessivi ottenuti per ogni singola azienda partecipante.

Risposta: Si, è prevista, all'art 6 Modalità di aggiudicazione del Disciplinare di gara, la riparametrizzazione a punti 60 di Qualità.

QUESITO N 8

La Ditta XXX chiede una proroga dei termini di scadenza della presentazione dell'offerta di 15 giorni.
Risposta: Non si concede proroga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Riccardo Zanella