



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Funzionari referenti: Dott. Enrico MANZONE tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it
Dott.ssa Antonella GESSAGA tel. 010/548 8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER VIDEOLAPAROSCOPIA (II EDIZIONE) OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E II.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA E DELLA AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA, PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI). Lotti 45.

Gara n. 7963745

Quesito n. 1

Con riferimento al lotto 31, si richiede di considerare di innalzare la base d'asta da 200,00 euro a 250,00 euro per permettere una più ampia partecipazione di più operatori economici in relazione ai prezzi di mercato.

Risposta

Si ritiene che la base d'asta indicata in € 200,00 sia congrua anche tenuto conto del prezzo di aggiudicazione del medesimo dispositivo nella prima edizione della gara regionale (€ 121,67) e del prezzo di aggiudicazione risultante da altre procedure di gara (es. € 105,00 Friuli Venezia Giulia).

Quesito n. 2

Con riferimento al lotto 13, si fa notare alla Spett.le Stazione appaltante che nella precedente gara n. 5881066 con Determina n. 105 del 20/04/2016, il lotto n. 20 è stato aggiudicato ad euro 220,00 ad Applied Medical. Si richiede pertanto una rivalutazione della base d'asta di 100,00 euro in linea con l'ultimo prezzo aggiudicato.

Risposta

In attesa di approfondimento.

Quesito n. 3

1. Si chiede conferma che i documenti a comprova dei requisiti speciali potranno essere caricati tramite sistema AVCpass in sede di valutazione, dopo quindi il termine fissato per la presentazione delle offerte. Al momento non risulta infatti possibile allegare alcun documento nella fase di creazione del PASSoe. Alternativamente si chiede di specificare



esattamente in quale sezione della libreria ANAC tali documenti debbano essere caricati.

2. Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo, siamo a far presente che dal 1° settembre 2020 il pagamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24, si chiede conferma dei codici da inserire per la compilazione del modello.

3. Con riferimento alla "Dichiarazione di offerta economica", si chiede conferma che l'Excel (Editabile e non firmato digitalmente) ed il PDF firmato digitalmente, possano essere entrambi inseriti in un'unica cartella .zip nel predisposto campo su piattaforma. La piattaforma non prevede infatti il caricamento di due distinti documenti per tale requisito.

Risposta

1. In sede di gara è richiesto all'Operatore Economico di autodichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione compilando le sezioni del DGUE indicate nel Disciplinare di gara. I documenti di comprova dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale vengono acquisiti successivamente dalla stazione appaltante tramite il sistema AVCPass o acquisizione diretta presso i soggetti pubblici e privati interessati.
2. Si conferma che dal 1 settembre 2020 l'imposta di bollo deve essere eseguito con il modello F24. Si conferma il codice tributo 2501
3. Il Modello M6 Dichiarazione di Offerta Economica e il Modello M6 Excel Dettaglio prezzi unitari vanno inseriti negli appositi campi della piattaforma Sintel. Si conferma che, per entrambi i documenti, sia il modello editabile che il PDF firmato digitalmente possono essere inseriti in una cartella formato Zip.

Quesito n. 4

1. Lotto 1: la lunghezza della cannula del trocar deve essere pari a 65 mm o 100 mm?
2. Lotto 2: la lunghezza della cannula del trocar deve essere pari a 65 mm o 100 mm?

Risposta:

- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico

Quesito n. 5

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:- LOTTO 34: mancano le basi d'asta e i quantitativi per le cannule aggiuntive, è possibile inserirli per formulare l'offerta?

Risposta

I quantitativi delle singole cannule aggiuntive non sono stimabili a priori perché dipendono dal numero e dalla tipologia di intervento chirurgico. All'operatore economico è chiesto di quotare all'interno del modello

“M6 excel Dettaglio prezzi unitari” il prezzo unitario di ogni singola cannula aggiuntiva indicata in capitolato.

Quesito n. 6

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- LOTTO 33: Il sistema trocar ad espansione radiale prevede l'utilizzo di un ago di Verres specifico che però non è incluso nel capitolato. E' possibile aggiungerlo? Altrimenti il lotto è incompleto.
- Con riferimento alla procedura in oggetto ed, in particolare, alla comprova del possesso del requisito di cui al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA pag. 17 Disciplinare, dichiarato in sede di partecipazione, si chiede l'ulteriore possibilità di comprova attraverso la produzione dell'elenco delle fatture (con tutti i riferimenti: numero, data, importo e dettagli prodotto), emesse nel periodo preso in considerazione, corredate da una dichiarazione rilasciata da un soggetto preposto al controllo contabile della società (revisore contabile e/ collegio sindacale).

Risposta

1. In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico
2. Relativamente ai requisiti di capacità economica finanziaria richiesti dal disciplinare di gara (par. 6.2) è richiesto all'operatore economico di autodichiarare nelle apposite sezioni del DGUE (Parte IV) il fatturato medio annuo globale ed il fatturato medio annuo specifico relativo all'ultimo triennio (201/2018/2019) in relazione ai lotti di partecipazione.

Quesito n. 7

Con riferimento alla presente procedura e premesso che la certificazione ISO 13485 certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, si chiede conferma che tale certificazione sia accettata al fine della riduzione del 50% del deposito cauzionale provvisorio e definitivo.

Risposta


Si conferma

Quesito n. 8

Spettabile Ente. la sospensione del pagamento contributo Anac è prevista fino al 31/12/2020. Si chiede pertanto di chiarire se il pagamento vada effettuato o no, visto che la gara scade nell'anno 2021.

Risposta:

Si fa riferimento alla data di pubblicazione legale dell'indizione della procedura di gara che, nel caso della procedura in oggetto, è antecedente al 31/12/2020



Quesito n. 9

avvisiamo che i Cig non risultano ancora perfezionati.

Risposta:

I CIG verranno perfezionati alla scadenza del termine per la presentazione dei chiarimenti fissata al 14/12/2020

Quesito n. 10

con la presente siamo a richiedere una proroga dei termini di scadenza della gara e della presentazione della campionatura poichè diversi produttori rimarranno chiusi nel periodo delle festività natalizie, impedendoci quindi di preparare quanto necessario.

Risposta:

Si confermano i termini di presentazione delle offerte in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di proroga dei termini previste dall'art. 79 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016. Per la presentazione delle offerte, inoltre, è stato assegnato un termine di ben 44 giorni rispetto ai 35 previsti dall'art. 60 D. lgs. n. 50/2016, proprio in considerazione del periodo delle festività natalizie che, tuttavia, non possono ritenersi estese a tutto il mese di dicembre. Oltretutto, trattandosi di procedura di gara svolta in forma elettronica su piattaforma telematica il termine di presentazione delle offerte avrebbe potuto essere ulteriormente ridotto di 5 giorni come previsto dal Codice Appalti e fissato quindi in complessivi 30 giorni.

Quesito n. 10

Con riferimento a quanto specificato a pagina 12 del Capitolato Tecnico "Il fornitore si obbliga a non accettare dalle singole Amministrazioni aderenti OdF extra-NECA (con esclusione delle Aziende USL della Regione Valle d'Aosta) o eccedenti l'importo dei massimali di fornitura assegnati senza preventiva espressa autorizzazione della CRA, pena l'applicazione delle penali di cui oltre"), siamo a far presente che tale clausola può mettere a rischio la fornitura di dispositivi urgenti necessari per la salvaguardia della salute dei pazienti stessi. Al fine di salvaguardare l'interesse dei pazienti e dei singoli ospedali aderenti, si chiede pertanto di rimuovere le penali di cui al punto 3).


Risposta:

La previsione delle penali non è riferita alle singole richieste di consegna (RdC) dei dispositivi che vengono fatte direttamente dalle singole ASL/ospedali tramite i loro applicativi gestionali, ma agli Ordinativi di Fornitura (OdF) attuativi della convenzione di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni (esclusa Azienda USL di Aosta) su NECA per il massimale complessivo loro assegnato.

Quesito n. 11

a) Con riferimento al modello M5, potreste cortesemente spiegare esattamente a cosa si riferisca la colonna (Doc allegata*) e quando in tale colonna vada inserita una X?

b) È necessario specificare ed allegare un documento dal quale si evinca il possesso del requisito?



c) In caso affermativo alla domanda di cui alla lettera b) potreste per favore specificare dove tale documento debba essere allegato?

d) il requisito n. 18 contenuto nel modello M5, identifica una sola ditta concorrente, andando in contrasto con quanto definito dall' art. 30 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. Si chiede pertanto di rimuovere tale requisito permettendo a più aziende di poter partecipare, garantendo una maggiore concorrenza, nell'interesse dell'Amministrazione stessa

Risposta:

- a) Va indicato il riferimento del documento dove è reperibile il dato dichiarato
- b) Si
- c) Il documento va inserito nel campo relativo della piattaforma Sintel (es. scheda tecnica, certificazioni ecc.) o se non è presente un campo dedicato nel campo del Modello M5 Offerta Tecnica come allegato al medesimo.
- d) Il punto 18 del modello M5 riproduce il criterio premiante riportato nel capitolato tecnico per i lotti 3 e 34. Non essendo un requisito minimo richiesto a pena di esclusione ma un requisito premiante non impedisce la partecipazione ai lotti indicati.

Quesito n. 12

- Per i Lotti 14 e 26: in merito ai prodotti richiesti, abbiamo la possibilità di offrire varie misure, più di quante da Voi richieste; è possibile offrirle tutte? Confermiamo che in caso affermativo il prezzo sarà unico per tutte le misure.

- Per il Lotto 35: Richiedete camicia e valvola monouso ma, nello schema d'offerta (Modello M.6) menzionate la camicia e l'introduttore, indicandone la relativa base d'asta; al posto di introduttore dobbiamo intendere "valvola monouso"?

- Per il principio di equivalenza, non essendoci variazioni sulla funzionalità del prodotto, chiediamo inoltre la possibilità di offrire una tipologia di Trocar 10/12 in cui l'attacco Luer-Lock per la connessione alla CO2 sia sulla valvola monouso e non sulla camicia.

Risposta:

- Le misure indicate in capitolato sono minime. E' possibile offrire più misure del medesimo dispositivo al medesimo prezzo.
- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico
- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico



Quesito n. 13

Requisiti di capacità economica e finanziaria (rif. 6.2 punto b):
- Viene richiesto un fatturato medio annuo specifico nel settore oggetto della gara almeno pari all'importo presunto indicato; è possibile provare tale requisito con una lettera rilasciata dal Collegio Sindacale? (Il bilancio riporta il fatturato globale richiesto al rif. 6.2 punto a del Disciplinare e non il fatturato suddiviso per categoria merceologica richiesto al punto b).

Risposta:

Vedi risposta al quesito n. 6

Quesito n. 14

Requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. 6.3 lettera b):- Il disciplinare riporta: Elenco principali forniture eseguite negli ultimi tre anni... con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse ecc.... Gli importi dichiarati devono essere coerenti e proporzionati a quelli del requisito del fatturato medio annuo specifico nel settore "oggetto di gara"; chiediamo di voler specificare cosa si intende con la dicitura "Gli importi dichiarati devono essere coerenti e proporzionati a quelli del requisito del fatturato medio annuo specifico nel settore "oggetto di gara" dato che i dati richiesti al punto 6.2 b e 6.3b sono differenti.

Risposta:

Gli importi desumibili dall'elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio devono essere raffrontabili con i fatturati dichiarati nel DGUE nello stesso periodo, anche se non perfettamente sovrapponibili.

Quesito n. 15

Lotto 14: sistema protezione di parete senza valvola: facciamo notare che è stato dato un punteggio qualitativo "Tenuta pneumatica del sistema" che invece si riferisce prettamente al sistema con valvola. A questa caratteristica vengono attribuiti 18 punti; chiediamo voler modificare e correggere l'attribuzione dei punteggi del lotto in oggetto;

Risposta

- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico

Quesito n. 16

lotto 41: Retrattore articolato: si chiede di definire meglio le caratteristiche richieste per questo retrattore perché dal punteggio qualitativo sembra essere identico al retrattore a ventaglio del lotto 42 (“Facilità di apertura del sistema a ventaglio”; “Modulazione dell’apertura del ventaglio”; “Superficie sviluppata all’apertura del ventaglio”; “Consistenza e robustezza del ventaglio”; ecc). Anche per questo lotto chiediamo voler modificare e correggere l’attribuzione dei punteggi del lotto in oggetto;

Risposta

- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico

Quesito n. 17

Chiediamo cortesemente, viste le difficoltà riscontrate in seguito alla situazione di emergenza sanitarie e in vista delle festività natalizie e delle conseguenti chiusure aziendali, di voler posticipare la scadenza di presentazione delle offerte e campionature.

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 10

Quesito n. 18

In riferimento al Lotto 15 – Applicatore di clips da almeno 12 clips 5 mm – si desidera evidenziare che, rispetto alle nostre conoscenze di mercato, le basi d’asta appaiono troppo basse e, come tali, potrebbero limitare eccessivamente l’offerta, mettendo uno o più operatori economici nell’impossibilità di rispondere al lotto. Pertanto, al fine di ottenere la più ampia partecipazione possibile al lotto stesso, chiediamo che le basi d’asta di suturatrice e caricatore vengano alzate almeno del 10%.


Risposta

- La base d’asta risulta congrua in relazione sia alla precedente aggiudicazione della procedura di gara CRA in esito alla quale per il dispositivo in oggetto erano pervenute n. 4 offerte con un prezzo medio di offerta di € 98,75, sia in relazione alla recente aggiudicazione di ARIA spa del 2019 che ha visto un prezzo di aggiudicazione del dispositivo a € 75,00

Quesito n. 19

In riferimento al Lotto 34 – Trocar a lama piatta (lotto E.O. Ospedali Galliera) – si desidera evidenziare che negli allegati A.1.1 e A.1.2 non risultano esplicitati i fabbisogni e il prezzo unitario; si chiede pertanto di chiarire se trattasi di refuso e quindi considerare ai fini dell’offerta le sole voci a, b e c.

Risposta



- Vedasi risposta al quesito n. 5

Quesito n. 20

In riferimento alla campionatura, si desidera evidenziare come la richiesta del Capitolato Tecnico -ovverosia che i campioni prodotti siano "con validità superiore a 12 mesi e non inferiore a $\frac{3}{4}$ del periodo di validità" - appaia eccessivamente onerosa in rapporto anche ai tempi medi dell'iter di valutazione delle gare di Codesta Stazione Appaltante, ben più ristretti rispetto a quelli richiesti. Pertanto si chiede che siano accettati campioni sterili con una validità residua semplicemente non inferiore ai 12 mesi.

Risposta

Si accetta

Quesito n. 21

in riferimento alla Vs. richiesta di presentazione della campionatura, confermarmate che, nei lotti in cui sono offerti più codici è possibile superare i 2 pezzi in confezione originale, o questo potrebbe portare ad una eventuale esclusione dal lotto?

Risposta

Si confermano i quantitativi di campionatura indicati in capitolato. Eventuali integrazioni, se ritenute necessarie, potranno essere richieste dalla Commissione Giudicatrice. La campionatura deve essere inviata in n. 2 pezzi scegliendo tra tutti i codici quelli più esemplificativi.

Quesito n. 22

Rif.Lotto 3:

Di specificare la lunghezza e di che tipo deve essere la punta dei trocar

Rif.Lotto 14:

Di specificare la misura di incisione

Risposta

- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico



Quesito n. 23

In riferimento al lotto 27 "Forbice con microaffilatura lungo tutta la lunghezza delle lame" si richiede alla spett.le Stazione appaltante di specificare cosa si intenda per "Modulazione dell' apertura delle branche" indicato come criterio di valutazione

Risposta

- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico

Quesito n. 24

- lotto 18 Sistema lavaggio e aspirazione: si prega precisare lunghezza
- lotto 21-22-23 pinze varie: si prega precisare lunghezza
- lotto 25 Pinze morso Grasper: La definizione Grasper può comprendere vari tipi di morso; è possibile specificare meglio tipologia oppure possiamo proporre diversi tipi di morso?
- lotto 30 Pinza Bipolare: è possibile specificare meglio il tipo di morso oppure possiamo proporre diversi tipi di morso?
- lotto 41 retrattore a punta articolabile preformato: si possono offrire diverse forme e lunghezze (triangolare, circolare, dritto e angolato)? Inoltre nella tabella di valutazione viene indicato "sistema a ventaglio" che però corrisponde alla descrizione del lotto 42.
- campionatura: nei lotti dove vengono proposti diverse alternative, la campionatura deve essere presentata per tutti i codici offerti oppure per un solo codice fra quelli proposti a titolo esemplificativo?

Risposte da 1 a 5

- In attesa di approfondimento da parte del tavolo tecnico



Risposta punto 6

Si confermano i quantitativi di campionatura indicati in capitolato. Eventuali integrazioni, se ritenute necessarie, potranno essere richieste dalla Commissione Giudicatrice

La campionatura deve essere inviata in n. 2 pezzi scegliendo tra tutti i codici quelli più esemplificativi.