ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina MERLO tel. 010/5488562
e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

Genova, 15 febbraio 2016
Prot. n° 1613

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

Oggetto: **procedura aperta, mediante il sistema telematico di negoziazione di Consip S.p.A., per l'affidamento della fornitura di: guanti monouso ad uso sanitario occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriore anno) - lotti n° 10 - n° gara 6263172**

- RICHIESTA DI CHIARIMENTI

IMPORTANTE

Codesta Centrale, avendo accolto alcune richieste formulate dagli operatori economici- facenti riferimento a quantità e basi d'asta di alcuni lotti - e avendo di conseguenza provveduto a rettificare la struttura della gara sul sistema telematico di negoziazione della Consip (attraverso il quale si svolge la procedura), comunica che contestualmente alla pubblicazione delle suddette rettifiche, procederà a resettare le partecipazioni già avviate. Attraverso tale reset i concorrenti verranno riportati al passo 1 della procedura di gara e dovranno riconfermare ovvero modificare i dati di offerta già inseriti.

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue:

QUESITO - 51 -: *lotto nr. 05:*
Dai chiarimenti pubblicati nel Vostro sito la "risposta nr.09" sembra accogliere quanto richiesto dal "quesito nr.09" in merito alla possibilità di aumentare il base d'asta a 1,00€. Riscontriamo tuttavia che il base d'asta è stato portato a 0,50€. Chiediamo se 0,50€ sia quindi da intendere riferito al singolo pezzo.
In caso contrario segnaliamo che la base d'asta a 0,50€ il paio risulta ancora eccessivamente bassa e non in linea con la tipologia di guanto richiesto.
Il lotto potrebbe verosimilmente andare deserto.

RISPOSTA - 51: la base d'asta di € 0,50 è confermata al paio.

QUESITO - 52 -: ***Lotto nr.06:***
Dato che i guanti di cui trattasi sono destinati a manovre non invasive chiediamo la possibilità di poter accettare guanti classificati come Dispositivi medici di classe I sterile. Inoltre dato che si tratta di guanti piuttosto voluminosi le scatole dispenser sono da 25 paia. Come dobbiamo regolarci per la campionatura? Presentare due confezioni per misura (S e M) o una confezione per misura anche se i dispenser sono da 25 paia?

RISPOSTA- 52 -: si conferma DM di IIa Classe. Si conferma il capitolato tecnico: in presenza di confezioni da 25 paia dovranno essere presentate due confezioni per la mis. S e due confezioni per la mis. M

QUESITO - 53 -: ***Lotto nr.09 e nr.10:***
Le Vostre "risposta nr.12 e nr.29" ribadiscono la richiesta di guanti aventi grammatura minima di 4,5gr in merito alla taglia M. Segnaliamo tuttavia che le basi d'asta risultano non in linea con tale richiesta. Il prezzo del guanto risulta infatti direttamente collegato alla sua grammatura. Al fine di poterVi fornire guanti con grammatura minima di 4,5gr (misura media) siamo a chiedere la possibilità di poter rivedere la base d'asta portandola, per entrambi i lotti a 0,045€ similmente al lotto nr.08. Se ciò non fosse possibile chiediamo di poter valutare nuovamente l'effettiva necessità di avere guanti con peso minimo di 4,5grammi (misura media) generalmente destinati ad attività di emergenza, urgenza, laboratorio portando la richiesta a 3,5grammi (misura media) come comunemente in uso in tutte le strutture sanitarie per attività di reparto.

RISPOSTA - 53 -: per il solo lotto 9 la base d'asta viene aumentata a € 0,031

QUESITO - 54 -: ***Nel caricare i documenti di gara, dopo il passo 6, bisogna inserire la cauzione provvisoria LOTTO PER LOTTO. Nello specifico, il portale chiedo di caricare la cauzione provvisoria per ogni lotto di partecipazione. A pagina n. 19/20 del disciplinare viene specificato che è possibile produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo lotto. La nostra domanda è: Dobbiamo caricare la cauzione unica valida per tutti i lotti di partecipazione tante volte quanti sono i lotti di partecipazione?***

RISPOSTA - 54-: Si precisa che l'invio del documento è obbligatorio. E' invece facoltà del concorrente scegliere la modalità d'invio del documento stesso che può essere elettronica ovvero cartacea.
Qualora il concorrente scelga di inviare la cauzione in forma cartacea, il Sistema consente di andare avanti nella procedura pur non avendo allegato nulla in corrispondenza della sezione Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo.
Si precisa inoltre che qualora il concorrente, presentasse un'unica cauzione provvisoria per tutti i lotti a cui intende partecipare, ed optasse per l'invio in forma elettronica il sistema permette di allegare a ciascun lotto lo stesso documento a corredo.

QUESITO - 55 -: ***in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento: nell'allegato quattro viene richiesta la dichiarazione latex free per i lotti che non costituiti da lattice, si tratta di un refuso o forse volevate scrivere escluso i lotti 2, 3, 6???***

RISPOSTA - 55 -: L'allegato 4 - Offerta tecnica è utilizzabile per tutti i lotti. Qualora il concorrente dovesse partecipare ai lotti 2, 3 e 6 offrendo prodotti latex free dovrà essere allegata la

dichiarazione di Latex Free. Il campo ***non dovrà essere compilato*** qualora il concorrente, in sede di gara, presentasse prodotti non latex free

QUESITO - 56 -: ***in riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere il seguente chiarimento: nell'allegato 4 viene richiesta la conformità alla norma UNI EN 388 - UNI EN 420 chiediamo che tale richiesta sia un refuso per i prodotti non certificati come D.P.I.***

RISPOSTA- 56 -: come previsto al punto a) "Caratteristiche general" del Capitolato Tecnico, sezione Guanti chirurgici sterili (lotti da n° 1 a n°6)" Per i guanti non in possesso della doppia marcatura è richiesta dichiarazione di conformità alla vigente normativa sui DPI." L'offerente dovrà allegare la necessaria dichiarazione di conformità alle norme Uni EN citate .

****

Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo ZANELLA)