Genova, 13.10.2014

Prot. n. 8268

PROCEDURA DI GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI CARRDIOCHIRURGIA OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E IRCCS DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 3 ANNI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO). LOTTI N. 73

1. **QUESITO**

LOTTO N. 52

"bisturi monouso con lame per micro chirurgia tipo Beaver BB048R Aesculap. Lama retta punte arrotondate taglio bi frontale lunghezza totale 3 cm circa. Dotato di sistema di sicurezza."

Chiediamo di riformulare gentilmente la descrizione del lotto eliminando le ultime parole "dotato di sistema di sicurezza" o in alternativa la possibilità di rispondere col prodotto tradizionale non esistendo sul mercato quello dotato di meccanismo di sicurezza.
RISPOSTA

Si confermano i requisiti richiesti.

2. **QUESITO**

LOTTO N. 41
Circuito dedicato all'infusione della soluzione cardioplegica.
Chiarimento prot. 7674 del 26/09/2014
Per rispondere al lotto in questione occorre presentare un circuito con le caratteristiche esattamente coincidenti con il disegno allegato al chiarimento su indicato?
Si fa presente che le indicazioni descrittive nel capitolato tecnico non coincidono perfettamente con quelle fornite nel disegno.
Potete confermarci se ci dobbiamo attenere al disegno o alla descrizione del capitolato?
RISPOSTA

E' stata parzialmente modificata la scheda tecnica del lotto in perfetta coerenza al disegno del circuito.

Di seguito la versione corretta della scheda tecnica del lotto 41:

> *"Linea per pressione da 60cm terminante parte prossimale in luer lock maschio, parte distale luer lock femmina, tubo in PVC calibro da 3x4,1 mm, FORNITA DI CLIP.*
> *Linea di perfusione lunghezza totale 500cm di cui*
> *Parte prossimale di 200cm terminante con luer lock maschio, calibro tubo in PVC di 4,6x6,8 (di questa parte un tratto di 120 cm và contenuta in una confezione sterile da passare al campo operatorio);*
> *connettore da 3/16 con innesti LL collegato con:*
> *Linea di 40 cm,tubo in PVC calibro da 3x4,1 mm collegato tramite raccordo a sottopompa in silicone Rehau di 60 cm calibro da 1/4x1/16 pollice, collegato con raccordo a:*
> *linea da 200 cm, calibro 4,6x6,8 mm, fornita di clip, terminante con deflussore spike con o senza pozzetto ed areatore. Linea sterile da 80 cm, calibro 4,6x6,8 mm, fornita di clip, parte prossimale*

terminante LL femmina, e parte distale terminante con deflussore spike ed areatore. Sottopompa in silicone. Sterile, monouso."

3. QUESITO

Siamo a richiedere conferma se per i lotti per i quali intendiamo partecipare dobbiamo compilare sul MODELLO F4-BIS anche la parte **Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio**

RISPOSTA

Va compilata.

4. QUESITO

Alcuni elementi soggetti a valutazione non ci sembrano pertinenti con il prodotto richiesto, ad esempio:

LOTTO 3:

- Punto B "Memoria di curvatura": La memoria di curvatura fa riferimento ad una cannula malleabile e per la cannula richiesta al Lotto 3 nei requisiti minimi richiesti non è richiesto che la cannula sia malleabile

LOTTO 27:

- Punto D "Ergonomicità" in base alla descrizione "è valutata la comodità e facilità dell'impugnatura nel favorire l'inserimento della cannula nel seno coronarico": al lotto 27 richiedete RACCORDI PER C.E.C. A TRE VIE non una cannula

LOTTO 41:

- Punto C "Efficacia di scambiatore di calore(certificata): non avete richiesto di inserire nel circuito uno scambiatore di calore quindi non è possibile indicare la capacità di scambio tecnico in rapporto alla superficie del dispositivo;

RISPOSTA

LOTTO 3:

La cannula deve essere malleabile. Questa caratteristica è stata aggiunta nella scheda tecnica del lotto.

LOTTO 27:

Il parametro "Ergonomicità" è stato sostituito con "Indeformabilità e resistenza". E' stato rettificato il capitolato tecnico.

LOTTO 41:

E' stata modificata la scheda tecnica del lotto che risolve il quesito posto.

5. QUESITO

LOTTO N. 41: CIRCUITO DEDICATO ALL'INFUSIONE DI SOLUZIONE CARDIOPLEGICA.

Nel vs. Capitolato tecnico a pag. 15 vengono riportati i criteri valutativi del lotto di cui sopra, in particolare viene richiesto:

- Efficienza di scambiatore di calore
  Cosa si intende? Il disegno del circuito non include lo scambiatore di calore.
- Minimo ingombro sgombratore
  Cosa si intende?

RISPOSTA

Il parametro "Efficienza scambiatore di calore" è stato sostituito dal parametro "Indeformabilità e resistenza" ed il parametro "minimo ingombro sgombratore" è stato sostituito dal parametro "possibilità di confezionamento singolo"

6. QUESITO

LOTTO N. 41: CIRCUITO DEDICATO ALL'INFUSIONE DI SOLUZIONE CARDIOPLEGICA.
Nel Capitolato tecnico si richiede "Certificazione silicone del sottopompa"
Cosa si intende?

RISPOSTA

Deve intendersi materiale sterile, apirogeno, privo di lattice ed incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume.

7. QUESITO

Tra la documentazione tecnica si richiede la compilazione dell'allegato F4 "SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE", tale modulo prevede la compilazione della tabella "prodotto offerto" nella quale compare la dicitura "vaccino" sia nelle intestazioni delle colonne che nelle note, tale riferimento costituisce un refuso di stampa?

RISPOSTA

E' stato pubblicato l'**allegato F4** corretto.

8. QUESITO

La procedura di creazione e generazione del PASSOE prevede anche il caricamento dei documenti a comprova di n. 19 requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante.
Si fa presente che la maggior parte di questi documenti è costituita da certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni ed in base all'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. non possono più essere esibiti ad altre amministrazioni pubbliche.
Chiediamo pertanto di specificare in dettaglio quali documenti e/o autocertificazioni debbano essere caricati sul sistema PASSOE.

RISPOSTA

Come precisato dalla deliberazione n. 111 del 20.12.2012 (art. 2) dell'AVCP (oggi ANAC) l'obbligo per gli operatori economici di inserire nel sistema AVCPass la documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti sussiste unicamente per gli atti la cui produzione è a proprio carico, ai sensi dell'art. 6 –bis comma 4 del D. Lgs. N. 163/2006

9. QUESITO

Istanza di partecipazione – allegato F- dichiarazione al punto 3) ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali;
Si chiede se l'Ente intende riferire la circostanza limitatamente alla Regione Liguria o al Territorio Nazionale.

RISPOSTA

E' riferito ad incarichi a ex dipendenti di enti sanitari della Regione Liguria che abbiano esercitato nei confronti dell'impresa offerente poteri autoritativi e/o negoziali.

10. QUESITO

Lotto 65

Caratteristica tecnica: reservoir-cardiotomo rigido e separabile di volume.

Cosa si intende per separabile?

RISPOSTA
Con il termine "separabile" si intende che il cardiotomo ed il comparto ossigenante devono essere separabili.

11. QUESITO
Lotto 66

Nelle caratteristiche tecniche del capitolato tecnico è stata inserita la caratteristica "filtro arterioso integrato al comparto ossigenante".

Viene ulteriormente richiesto insieme all'ossigenatore adeguato filtro arterioso con bypass per la connessione alla linea arteriosa.

E' richiesta la presenza di due filtri?

RISPOSTA
L'ossigenatore non è richiesto con filtro arterioso integrato, pertanto deve essere fornito adeguato filtro arterioso con bypass per la connessione alla linea arteriosa.

Il RUP
Dott. Riccardo Zanella