



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Responsabile del procedimento

Dott. Luigi Moreno COSTA

Tel. 010 548 8562

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente

Dott.ssa Silvana BERLENGIERO

Tel. 010 548 8538

e-mail: silvana.berlengiero@regione.liguria.it

**Fornitura mediante procedura aperta di
Aghi per ablazione tissutale a radiofrequenza e microonde
occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO ed I.R.C.C.S della Regione Liguria**

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute fino al giorno 7/11/2017

In risposta alle sottoelencate richieste di chiarimenti formulate dalle ditte H.S. Hospital Service S.p.A. e MOSS S.p.A. in relazione alla gara in oggetto, sulla base dell'istruttoria compiuta, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 1.

Si chiede se i generatori/sistemi di termoablazione dovranno essere lasciati in **comodato d'uso** (fissi) presso le vs sedi o se dovranno essere forniti in **service**.

RISPOSTA

Le Società aggiudicatrici dovranno fornire i generatori/sistemi di termoablazione secondo quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, e cioè tutto il materiale richiesto (compreso il generatore/sistema) entro 12 ore dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità delle Ditte aggiudicatrici, sulla base del numero di interventi preventivati, di fornire il generatore in modo stabile

QUESITO N. 2

Si chiedono altresì delucidazioni circa gli ultimi due punti dell'art.1 – Caratteristiche generali dei prodotti del Capitolato tecnico: in cosa consiste *“l'assistenza tecnica al momento dell'utilizzo del dispositivo”* e se diversa dalla *“presenza di uno specialist durante l'intervento”*

RISPOSTA

Per *“assistenza tecnica al momento dell'utilizzo del dispositivo”* si intende la verifica e la messa in opera dell'apparecchiatura al momento della consegna

QUESITO N. 3

E' necessario fornire un unico generatore o un generatore per ogni centro?



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

RISPOSTA

E' necessario fornire ad ogni Azienda Ospedaliera (centro) che ne faccia richiesta, oltre al materiale monouso, anche il relativo generatore entro 12 ore dal ricevimento della richiesta secondo quanto previsto nell'Introduzione del Capitolato Tecnico all'art. 2, ultimo comma

QUESITO N. 4

Disciplinare di gara – busta n. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA – punto b) chiediamo se *“l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti”* devono essere indicati nell'allegato F4 colonna *“NOTE”*

RISPOSTA

Per l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti le Società possono, a scelta, indicarle nella colonna *“NOTE”* dell'allegato F4 oppure redigere una relazione a parte

QUESITO N. 5

Disciplinare di gara – busta n. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA – punto c) chiediamo se *“la documentazione scientifica”* può essere prodotta su supporto informatico tipo CD essendo copiosa e comunque su CD separato dal resto della documentazione tecnica

RISPOSTA

Si confermano le modalità di presentazione della documentazione tecnica così come previste nel disciplinare di gara

QUESITO N. 6

SEZIONE A – CAPITOLATO TECNICO – caratteristiche minime del GENERATORE *“certificazione e marcatura CE ... concernente i dispositivi medici forniti nello stato “sterile”,* si chiede conferma che la dicitura *“sterile”* trattasi di un refuso in quanto riferita ad apparecchiatura

RISPOSTA

Il termine *“sterile”* per il generatore è da considerarsi un refuso

QUESITO N. 7

SEZIONE A – CAPITOLATO TECNICO – caratteristiche minime del GENERATORE: si chiede di meglio specificare cosa si intende per *“sistema di memorizzazione dei dati del trattamento”*

RISPOSTA

Per *“sistema di memorizzazione dei dati del trattamento”* si intende la memorizzazione del sistema fino allo spegnimento dello stesso, come già indicato nella risposta al quesito n. 9 relativo alla *“consultazione preliminare di mercato”*, pubblicato sul nostro sito www.acquistiliguria.it all'interno della gara *“Aghi per ablazione tissutale a radiofrequenza e microonde”*

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Luigi Moreno Costa
