

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel.010/548-8561  
e-mail: [luigimoreno.costa@regione.liguria.it](mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it)

Referente: Dott.ssa Silvana Berlingiero - tel. 010/548-8538  
e-mail: [silvana.berlingiero@regione.liguria.it](mailto:silvana.berlingiero@regione.liguria.it)

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,  
per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per neonatologia  
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria  
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)**

**lotti n. 7 - gara n. 5927851**

**Verbale di verifica della documentazione tecnica**

**Seduta riservata**

Il giorno 26/10/2015, alle ore 15.00 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 167 del 16/7/2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

➤ Cognome	Nome	Struttura di appartenenza	Presidente
➤ RAMENGIHI	Luca Antonio	Direttore U.O.C. Patologia Neonatale e TIN IRCCS "Giannina Gaslini"	Presidente
➤ TRASINO	Sandro	Direttore U.O. Neonatologia IRCCS "A.O.U. San Martino/IST"	Componente
➤ CHIOSSI	Massimo	Direttore S.C. Pediatria ASL 4 "Chiavarese"	Componente

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, dirigente della Centrale Acquisti e RUP della procedura, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito dalla Dott.ssa Silvana Berlingiero funzionario della Centrale Acquisti.




Centrale Regionale di Acquisto

Il RUP comunica che è stata richiesta, con nota inviata tramite PEC, alla Ditta Fe.Ma. s.r.l. l'integrazione dell'offerta silente (priva di prezzi) al fine del completamento e della mera regolarizzazione della documentazione tecnica presentata per i prodotti proposti per i lotti 2 e 3. La Ditta ha provveduto ad inviare quanto richiesto in data 6/10/2015.

A seguito del riscontro della documentazione tecnica presentata sono pertanto state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti.

Il RUP ricorda ai presenti che gli atti di gara prevedono che la procedura venga esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico come di seguito specificato:

lotto 1 - qualità 70 - prezzo 30 (0,30 su 1);  
 lotto 2 - qualità 65 - prezzo 35 (0,35 su 1);  
 lotto 3 - qualità 60 - prezzo 40 (0,40 su 1);  
 lotto 4 - qualità 60 - prezzo 40 (0,40 su 1);  
 lotto 5 - qualità 60 - prezzo 40 (0,40 su 1);  
 lotto 6 - qualità 50 - prezzo 50 (0,50 su 1);  
 lotto 7 - qualità 60 - prezzo 40 (0,40 su 1).

La Commissione giudicatrice prende preliminarmente atto che la documentazione tecnica è stata adeguatamente custodita in locali chiusi della Centrale Regionale di Acquisto.

La Commissione stabilisce nella seduta odierna, non pubblica, di procedere all'esame dettagliato della documentazione tecnica e della relativa campionatura presentata dalle Ditte offerenti, verificando che quanto proposto dalle Ditte concorrenti risponda alle caratteristiche tecniche essenziali indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

Per razionalizzare i propri lavori la Commissione stabilisce di iniziare la valutazione delle offerte tecniche presentate in ordine di lotto, valutando prima l'idoneità delle singole ditte al lotto partecipato per passare poi all'assegnazione del punteggio di qualità.

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede (allegate quale parte integrante e sostanziale del presente verbale) sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione.

La Commissione giudicatrice procede quindi alla verifica di quanto stabilito prendendo in esame le offerte con le modalità sopra indicate.

Nel corso dei lavori emerge quanto segue:

- **Lotto 3 "Morsetto cord/clamp per cordone ombelicale"**  
**Ditta offerente (unica) - Fe.Ma.**

I pesi assegnati ai parametri di valutazione sono così motivati:

1) Praticità di utilizzo - punti 0,0

La tipologia del materiale utilizzato per la produzione del dispositivo offerto non garantisce una sicura tenuta ed il diametro dello stesso appare troppo ridotto

2) Affidabilità tecnica (tenuta) - punti 0,3

La tenuta del dispositivo è da considerarsi discreta

Centrale Regionale di Acquisto

3) Facilità di apertura del confezionamento - punti 0,0

Non è possibile aprire la confezione mantenendo la sterilità del prodotto perché il confezionamento si rompe all'atto dell'apertura

- **Lotto 6 "Cateteri per vasi ombelicali"**  
**Ditte offerenti - Covidien Italia e Vygon Italia**

Al prodotto offerto dalla Ditta Covidien Italia è stato assegnato un peso maggiore per i parametri di valutazione "Qualità ed atraumaticità del materiale" e "Facilità di posizionamento" in quanto il dispositivo proposto dalla Ditta in argomento è realizzato con un materiale di qualità migliore e quindi meno traumatico per il paziente e presenta, rispetto a quello offerto dalla Ditta Vygon Italia, una rigidità maggiore, tale da consentire una facilità di inserimento e di conseguenza un utilizzo del presidio migliore.


Terminata la verifica delle offerte tecniche le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato al Segretario per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della regolare conservazione dei fascicoli di gara (sempre custoditi in luogo chiuso e durante le ore di ufficio sorvegliati visivamente) e dà atto della collegialità delle valutazioni, sempre assunte all'unanimità dei componenti.


La seduta è tolta alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Luca Antonio RAMENGIHI  
 Presidente




Prof. Sandro TRASINO  
 Componente



Dott. Massimo CHIOSSI  
 Componente



Dott. Luigi Moreno COSTA  
 RUP - Segretario



Dott.ssa Silvana BERLENGIERO

