

Prot. n. 8329 del 4 maggio 2018

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,  
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di protesi di  
Ginocchio occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria  
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)**

**Lotti n. 180 - N. gara: 67225413**

**Seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice  
3 maggio 2018**

Il giorno 3 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 8:30 presso la sede operativa della Centrale di Acquisto (CRA) in Via G. D'Annunzio n. 64 (Genova), al 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, con determinazione n. 96 del 09/03/2018 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti. Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
<b>PLEITAVINO</b>	Dott. Franco	ASL 3 Genovese	in qualità di Presidente
<b>CATTANEO</b>	Dott. Gabriele	ASL 2 Savonese	in qualità di Componente
<b>PANDOLFO</b>	Dott. Luca	ASL 1 Imperiese	in qualità di Componente

Sono presenti per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della CRA e la Sig.ra Caterina Merlo, Assistente Amministrativo CRA che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In apertura di seduta il Presidente premette brevemente che il Disciplinare di gara prevede, ai fini della valutazione di idoneità/qualità dei prodotti offerti, la visione della campionatura da parte della Commissione Giudicatrice. La Commissione esaminerà, in data odierna, le campionature presentate per i Lotti nn° 1 (protesi femoro-tibiale - inserto fisso) - 2 (protesi femoro-tibiale - inserto mobile) e 3 (protesi femoro-tibiale anallergica nichel free), come indicato nel verbale della seduta del 17 aprile 2018, per i quali hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

lotto n° 1:

- ABC Medical s.r.l.
- Adler Ortho s.r.l.
- Arthrex Italia s.r.l.
- B. Braun Milano S.p.A.
- Johnson & Johnson Medical S.p.A.
- Limacorporate S.p.A.
- Link Italia S.p.A.
- Medacta Italia S.p.A.
- Smith & Nephew s.r.l.
- Stryker Italia s.r.l. s.u.

Lotto n° 2:

- ABC Medical s.r.l.
- Medacta Italia S.p.A.
- Zimmer – Biomet Italia s.r.l.

Lotto n° 3

- B. Braun Milano S.p.A.
- Corin Italia s.r.l.

- Link Italia S.p.A.
- Smith & Nephew s.r.l.
- Zimmer – Biomet Italia s.r.l.

La Commissione in apertura dà atto che si era proceduto ad escludere la soc. Zimmer-Biomet relativamente al lotto n° 1 (comunicazione di cui alla nota prot. 7390 del 18/4/2018) e che a seguito di tale esclusione la società stessa ha inviato con nota del 20 aprile 2018 acquisita agli atti del procedimento con prot. n° 7654 del 20 aprile 2018, le proprie controdeduzioni chiedendo di essere riammessa alla procedura di gara. La commissione pertanto ha deciso di visionare la campionatura del lotto interessato dall'esclusione al fine di verificare ulteriormente l'idoneità dell'offerta.

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice verifica che i campioni esibiti in prova siano conformi ai prodotti indicati nell'offerta tecnica.

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nella tabella riepilogativa in excel (ALLEGATO 1 – Lotti nn° 1, 2 e 3 rassegnata agli atti della Centrale di Acquisto che verrà allegata al verbale conclusivo dei lavori della Commissione).

Alle ore 8:30 la Commissione inizia la visione della campionatura per il lotto n° 1 presentata dalla Società Limacorporate S.p.A.. per la quale sono presenti i sig.ri Maulu Fabiana e Elisa Paperini. La visione termina alle ore 9:05

Alle ore 9:15 la Commissione inizia la visione delle campionature per i lotti n° 1 e 3 presentate dalla Società Smith & Nephew s.r.l. per la quale sono presenti i Sig.ri: Consuelo Allegretta e Michele Dalla Muta. La visione termina alle ore 9:55

Alle ore 10:00 la Commissione inizia la visione della campionatura per il lotto n° 1 presentata dalla Società Adler Ortho s.r.l. per la quale è presente i Sig,ri Di Benedetto William e Saba Claudio. La visione termina alle ore 10:25

Alle ore 10:30 la Commissione inizia la visione della campionatura per il lotto n° 3 presentata dalla Società Corin Italia s.r.l. per la quale è presente il sig. Renzo Zunino. La visione termina alle ore 11:15

Alle ore 12:00 la Commissione sospende i lavori per una pausa e li riprende alle ore 13:30

La Società ABC Medical avvisa che per problemi logistici non riuscirà ad essere presente e chiede la possibilità di far visionare la campionatura in una seduta successiva in occasione della visione di altri lotti, la Commissione prende atto della comunicazione e si riserva di decidere in merito.


Alle ore 13:35 la Commissione inizia la visione della campionatura per i lotti n° 1 e 3 presentata dalla Società B. Braun Milano S.p.A. per la quale è presente la sig.ra Cristiana Sclavo. La visione termina alle ore 14:00.

Alle ore 14:05 la Commissione inizia la visione delle campionature per i lotti n° 1 e 3 presentate dalla Società Link Italia per la quale sono presenti i Sig.ri Alessandro Cristini e Loris Baratta. La visione termina alle ore 14:45

Alle ore 14:50 la Commissione inizia la visione della campionatura per il lotto n° 1 presentata dalla Società Johnson & Johnson Medical S.p.A. la quale è presente la sig.ra Federica Nascetti. La visione termina alle ore 15:15\_

Alle ore 15:20\_ la Commissione inizia la visione delle campionature per i lotti n° 1 e 2 presentate dalla Società Medacta Italia s.r.l. per la quale è presente il sig. Gobitti Giorgio. La visione termina alle ore 15:50\_

Alle ore 16:00 la Commissione inizia la visione della campionatura per il lotto n° 1 presentata dalla Società Stryker Italia s.r.l. S.U.. la quale sono presenti i sig.ri Roberto Morabito e Lorenzo Sala. La visione termina alle ore 16:30



Alle ore 16:35 la Commissione inizia la visione della campionatura per il lotto n° 1 presentata dalla Società Arthrex Italia s.r.l. per la quale sono presenti i sig.ri. Ferraro – Marturano e Corò. La visione termina alle ore 17:00.

Alle ore 17:05 la Commissione inizia la visione delle campionature per i lotti n° 1, 2 e 3 presentate dalla Società Zimmer Biomet per la quale sono presenti i sig.ri Roberto Pinto e sig. Alessandro Priano. In relazione al lotto n° 1 la Commissione visionata la campionatura ritiene che non si tratti di offerta alternativa ma bensì di un sistema che comprende componenti tra loro complementari al fine di consentire l'impianto protesico sia in versione mediale che laterale. La visione termina alle ore 18:30

Relativamente al lotto 3, la Commissione precisa che dall'esame della scheda tecnica dei prodotti presentati dalle Società B-Braun Milano, Corin e Zimmer Biomet risulta che nella composizione dei materiali è presente il Nickel (presente nella lega di CromoCobalto) ma che tutti i prodotti presentati hanno un rivestimento di Nitruro di Titanio/Niobio/PVD che, dal punto di vista clinico, assicura il carattere anallergico della protesi e, come dichiarato nelle stesse schede tecniche, è utilizzabile per pazienti sensibili al Nickel. LA Commissione ritiene, pertanto, idonei i prodotti offerti dalle società interessate.

Terminata la visione della documentazione tecnica relativa ai sopramenzionati lotti il Presidente rassegna gli atti della seduta alla Centrale di Acquisto e ringrazia i presenti per il lavoro svolto e aggiorna i lavori della Commissione alla seduta successiva prevista per il 08/05/2018.

I lavori della Commissione terminano alle ore 18:15.

La seduta è tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Franco PLEITAVINO  
Presidente

Dott. Gabriele CATTANEO  
Componente

Dott. Luca PANDOLFO  
Componente

Dott.ssa Tiziana TAZZOLI

Sig.ra Caterina MERLO - Segretario ...

