

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548 85553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Determinazione n. 239 del 13/10/2015

Oggetto: **Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di trentasei mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici - Lotto unico). N° gara 5881144. Aggiudicazione definitiva. Importo presunto di spesa per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, € 1.800,00 (IVA inclusa).**

IL DIRETTORE DELL'AREA :

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione di una Centrale Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi;

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1/1/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 01/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 del Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Richiamata la propria determinazione n. 237 del 27.12.2014, con la quale si è proceduto ad indire la gara n. 5881144 per la fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici e per un importo presunto, comprensivo del periodo di rinnovo di € 1.061.100,00 (IVA esclusa) ed alla contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione e la successiva determinazione n. 39 del 23.2.2015 con la quale sono state apportate modifiche al Capitolato Tecnico e al Modello F4;

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12 del 2.3.2015 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Centrale Regionale di Acquisto

N. ord.	Ragione sociale	Indirizzo	CAP	Città	Data	Prot.
1	SANOFI spa	V.le Luigi Bodio 37/b	2015	MILANO	25/02/2015	1669
2	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL srl	Via G. Ferraris 220	52100	AREZZO	26/02/2015	1729
3	BIOSEVEN srl	Via Martinetti, 243	28010	CAVALLIRIO (NO)	27/02/2015	1779
4	ABBOTT srl	Via Amsterdam, 125	00144	ROMA	27/02/2015	1766
5	ROCHE DIAGNOSTICS spa	V.le G.B. Stucchi, 110	20900	MONZA	02/03/2015 ORE 9:30	1822
6	MENARINI DIAGNOSTICS srl	Via Sette Santi n. 3	50131	FIRENZE	02/03/2015 ORE 10:18	1832

Preso atto che in data 4.3.2015 si è riunito il seggio di gara, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti, come riportato nel "Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa", allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO 1, prot. n. 2067 del 06.03.2015);

Richiamate le determinazioni n. 101 del 29.4.2015 e n.177 del 23.7.2015 del Direttore dell'Area CRA, rispettivamente di costituzione e ricostituzione della Commissione Giudicatrice della gara;

Preso atto del contenuto dei seguenti verbali tutti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:

- Verbale della seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche tenutasi in data 25.9.2015 nel corso della quale, tra l'altro, si è provveduto a comunicare l'esclusione dal prosieguo della procedura della Società Sanofi per il mancato adempimento, entro il termine assegnatole del 16 marzo 2015 (nota prot. n. 2069 del 6.3.2015) del debito documentale riscontrato in esito alla prima seduta pubblica del 4.3.2015;(ALLEGATO 2, prot. n. 7934 del 28.9.2015);
- Verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 25.9.2015 (pomeriggio) e del 5.10.2015 (pomeriggio) di valutazione delle offerte tecniche presentate e di attribuzione dei relativi punteggi di qualità come riportati nelle relative schede allegate (ALLEGATO 3, prot. n. 8265 del 6.10.2015);

Considerato che dai verbali sopra richiamati si evincono i seguenti punteggi tecnici (grezzi e riparametrati) assegnati alle offerte sotto indicate:

Ditte	Punteggio grezzo	Punteggio riparametrato
ABBOTT	38,220	48,806
BIOCHEMICAL	34,068	43,505
BIOSEVEN	35,992	45,961
MENARINI	39,155	50,000

Centrale Regionale di Acquisto

ROCHE	25,377	32,406
-------	--------	--------

Preso altresì atto del verbale concernente l'apertura delle offerte economiche, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lotti di gara ai sensi dell'art. 11 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e all'individuazione del miglior offerente, salvo verifica dell'anomalia dell'offerta (ALLEGATO 4, prot. n. 8266 del 6.10.2015), secondo quanto sotto indicato:

Ditte	Totale punti di qualità	Prezzo offerto (IVA esclusa)	Totale fornitura 3 anni + 1 (IVA esclusa)	Punti prezzo
ABBOTT	48,81	0,094	664.956,00	50,00
BIOCHEMICAL	43,50	0,115	813.510,00	45,87
BIOSEVEN	45,96	0,140	990.360,00	14,71
MENARINI	50,00	0,130	919.620,00	29,41
ROCHE	32,41	0,118	834.732,00	45,28

Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno provveduto ad acquisire, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, dal concorrente risultato aggiudicatario la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;

Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno altresì provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anormalmente basse, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 88 D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che la documentazione fornita dalla Società Abbott, con nota prot. n. 8410 del 9.10.2015 e dalla Società Biochemical Systems International con prot. n. 8458 del 12.10.2015, attesta la congruità delle offerte ai sensi del citato art. 88 D.lgs n. 163/2006;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP, né prezzi massimi di riferimento ministeriale (ai sensi art. 1 comma 796 lettera v legge n. 296/2006) e ritenuto pertanto di poter sciogliere la riserva di non aggiudicazione prevista dal Disciplinare di gara in quanto non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere, in conformità ai verbali allegati alla presente deliberazione, all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto per la durata di trentasei mesi secondo lo schema seguente:

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO	Descrizione	Codice CIG	Ditta	Prodotto offerto	Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa)	Ribasso % di sconto
UNICO	Sistema per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero (strisce reattive + glucometro)	6069510E16	ABBOTT spa	Freestyle Optium Neo H	€ 0,094	37,33%

Dato atto che la garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è la seguente:

LOTTO	Ditta aggiudicataria	Importo presunto della fornitura per 36 mesi + 12 mesi (espresso in euro, IVA esclusa)	Importo garanzia fideiussoria (espresso in euro)	Importo garanzia fideiussoria ridotto del 50% con certificazione di qualità CE (espresso in euro)
UNICO	ABBOTT spa	664.956,00	66.495,60	33.247,80

Ritenuto di disporre, la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione 235 del 23/12/2014:

- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Avvenire nell'edizione nazionale
 - La Repubblica nell'edizione nazionale
 - Il Lavoro (edizione regionale)
 - Il Giornale Ed. Liguria (edizione regionale)
 - Sito web -Osservatorio "Appalti Regione Liguria"
 - Sito web A.N.A.C.
 - Sito Web Aziendale.

Considerato che i costi derivanti dal presente provvedimento quantificati presuntivamente in € 1.800,00 (IVA al 22% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2015, (autorizzazione n. 404-2015) e che per l'importo di € 900,00 (IVA al 22% inclusa) circa saranno rimborsati all'Agenzia dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'ARS,

D E T E R M I N A:

1. Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di trentasei mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici- Lotto unico). N° gara 5881144.
2. Di procedere alla aggiudicazione definitiva della gara in oggetto per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, secondo lo schema seguente:

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO	Descrizione	Codice CIG	Ditta	Prodotto offerto	Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa)	Ribasso % di sconto
UNICO	Sistema per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero (strisce reattive + glucometro)	6069510E16	ABBOTT spa	Freestyle Optium Neo H	€ 0,094	37,33%

3. Di dare atto che:

- l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, alla prestazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica della regolarità della posizione contributiva e fiscale;
- il termine dilatorio per la stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 79 comma 5-ter) è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'informativa di aggiudicazione definitiva effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata nei seguenti importi:

LOTTO	Ditta aggiudicataria	Importo presunto della fornitura per 36 mesi + 12 mesi (espresso in euro, IVA esclusa)	Importo garanzia fideiussoria (espresso in euro)	Importo garanzia fideiussoria ridotto del 50% con certificazione di qualità CE (espresso in euro)
UNICO	ABBOTT spa	664.956,00	66.495,60	33.247,80

4. Di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria e gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda Sanitaria saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione;

5. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

6. Di disporre, la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione 235 del 23/12/2014:

- o in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- o per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Avvenire nell'edizione nazionale
 - La Repubblica nell'edizione nazionale
 - Il Lavoro (edizione regionale)
 - Il Giornale Ed. Liguria (edizione regionale)
 - Sito web -Osservatorio "Appalti Regione Liguria"
 - Sito web A.N.A.C.
 - Sito Web Aziendale.

7. Di dare atto i costi derivanti dal presente provvedimento quantificati presuntivamente in € 1.800,00 (IVA al 22% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2015, (autorizzazione n. 404-2015) e che per l'importo di € 900,00 (IVA al 22% inclusa) circa saranno rimborsati all'Agenzia dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221

8. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) pagine, oltre agli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati: verbali:

- ALLEGATO 1 (prot. n. 2067 del 06.03.2015) seduta pubblica - apertura buste amministrative di n. 16 pagine;
- ALLEGATO 2 (prot. n. 7934 del 28.9.2015) seduta pubblica - apertura buste offerte tecniche di n. 11 pagine;
- ALLEGATO 3 (prot. n. 8265 del 6.10.2015) - Commissione giudicatrice: lavori -plenum in data 25.9.2015 e 5.10.2015 di n. 12 pagine;
- ALLEGATO 4 (prot. n. 8266 del 6.10.2015) seduta pubblica - apertura buste contenenti le offerte economiche di n. 3 pagine.



CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO



ALL. 1

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).

N. gara 5881144 – Lotto unico

Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa.

Prima seduta pubblica

4 marzo 2015

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno duemila quindici, alle ore 10:00, presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione n. del , per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero occorrenti alle A.A.S.S.L.L., E.E.O.O. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Numero gara: 5881144 – Lotto unico.

Sono presenti in rappresentanza dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto i signori:

- Dott. Riccardo ZANELLA Dirigente della Centrale
 Presidente
- Dott.ssa Tiziana TAZZOLI Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale
 Componente
- Dott.ssa Francesca ELIA Assistente amm.vo della Centrale
 Componente/Segretario
- Dott. Luigi TOMEI in qualità di Ufficiale Rogante

componenti del Seggio di gara, nominato con determinazione n. 48 del 03/03/2015

Sono presenti, quali rappresentanti delle Ditte che hanno presentato offerta, i Signori:

Nominativo	Ditta
Alessandro MAFFEI e Angelo GIUSTO	ROCHE DIAGNOSTICS
Angelo PIAZZOLLA	MENARINI DIAGNOSTICS

Dopo aver identificato i presenti il Presidente comunica che in caso di dichiarazioni a verbale saranno acquisite le necessarie procure.

Il Presidente precisa che i plichi contenenti le offerte sono stati conservati, al fine di garantirne l'integrità, in armadi chiusi a chiave posti nella stanza n° 1 "Archivio" del 6° piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64, mentre le campionature sono state conservate nei locali al 2° piano del medesimo stabile; anche questi chiusi a chiave.

Il Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

20 FE 15
A

Centrale Regionale di Acquisto

- con determinazione n.237 del 29/12/2014 si è provveduto all'indizione della gara in oggetto ed all'approvazione di: disciplinare di gara, capitolato tecnico, capitolato speciale ed ogni altro documento necessario;
- con determinazioni n. 39 del 23/02/2015 si è proceduto a rettificare la documentazione di gara;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 02/03/2015;
- l'avviso ed il bando di gara sono stati pubblicati secondo le modalità di pubblicazione prevista dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.l..

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il termine delle ore 12,00 del 02/03/2015 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: ---

DITTA	OFFERTA PROT. N.
SANOFI AVENTIS	PROT. N. 1669 DEL 25/02/2015
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONALS SRL	PROT. N. 1729 DEL 26/02/2015
BIOSEVEN SRL	PROT. N. 1779 DEL 27/02/2015
ABBOTT	PROT. N. 1766 DEL 27/02/2015
ROCHE DIAGNOSTICS	PROT. N. 1822 DEL 02/03/2015 ORE: 09:30
MENARINI DIAGNOSTICS SRL	PROT. N. 1832 DEL 02/03/2015 ORE 10:18

Il Presidente del Seggio di Gara farà constatare l'integrità dei plichi pervenuti man mano che si procederà al riscontro della documentazione amministrativa.

Tutti i plichi, custoditi sino alla seduta odierna in luogo chiuso a chiave, risultano contenere le buste sigillate previste dal disciplinare di gara contenenti la "Documentazione amministrativa" (**busta 1**), l'"Offerta economica" (**busta 2**) e la "Documentazione tecnica" (**busta 3**). Per tutte le offerte è altresì presente, sigillata, la Campionatura (**busta/scatole 4**).

Il Presidente informa i convenuti che per ciascuna ditta sono state predisposte apposite schede, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, riportanti un elenco della documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara (busta n. 1).

Si procederà al raffronto di tali schede con la documentazione presentata dalle ditte.

Sulle schede predisposte si appunterà negli appositi spazi, dopo che il Seggio avrà esperito la verifica documentale, la conformità della documentazione inviata a quella richiesta dal disciplinare di gara.

Il Presidente procede pertanto all'apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la sussistenza della documentazione presentata dalle ditte partecipanti in accordo alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Dalla verifica della sussistenza della documentazione amministrativa è emerso quanto segue:

n. ord.	Ragione sociale	Indirizzo		Lotti di partecipazione	Esito
1	SANOFI SPA	V.le Luigi Bodio 37/b	2015 MILANO	UNICO	AMMESSA CON RISERVA
2	BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONALS SRL	Via G. Ferraris 220	52100 AREZZO	UNICO	AMMESSA CON RISERVA
3	BIOSEVEN SRL	Via Martinetti, 243	28010 Cavallirio (NO)	UNICO	AMMESSA

15
88 FE 1

Centrale Regionale di Acquisto

4	ABBOTT SRL	Via Amsterdam 125	00144 ROMA	UNICO	AMMESSA
5	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	V.le G.B. Stucchi 110	20900 Monza (MB)	UNICO	AMMESSA
6	MENARINI DIAGNOSTICS SPA	Via Sette Santi n. 3	50131 FIRENZE	UNICO	AMMESSA CON RISERVA

La regolarità della documentazione amministrativa è emersa per le Ditte Bioseven srl, Roche Diagnostics spa e Abbott srl. Mentre per le Ditte Sanofi spa, Biochemicals Systems International srl e Menarini Diagnostics spa vengono ammesse con riserva di eventuale regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006 per le seguenti motivazioni:

- Ditta SANOFI spa:

- Mancanza della garanzia a corredo dell'offerta ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006, come richiesto al paragrafo 4 – Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, lett. b) del disciplinare di gara;
- Mancanza della dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario ex art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006, come richiesto al paragrafo 4 – Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, lett. d) del disciplinare di gara;
- Mancanza dell'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. n. 286/2005 per l'importo di € 140,00 Codice CIG 6069510E16, come richiesto al paragrafo 4 – Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, lett. e) del disciplinare di gara;
- Mancanza di copia della documentazione di gara (Capitolato Tecnico e Capitolato Speciale, Sezioni A, A1 e B del disciplinare di gara) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante/Procuratore Speciale, come richiesto al paragrafo 4 – Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, lett. f) del disciplinare di gara;
- Mancanza della Scheda Fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata, come richiesto al paragrafo 4 – Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, lett. h) del disciplinare di gara;

- Ditta BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL:

- Il documento di identità della Sig.ra Edi MONDANI, indicata quale Socio Consigliere C.d.A., allegato in copia alla dichiarazione ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 (allegato F8 al disciplinare di gara) risulta con data di validità scaduta (11/01/2015) rispetto alla data di sottoscrizione della dichiarazione medesima (25/02/2015)

- Ditta MENARINI DIAGNOSTICS SRL:

- Le dichiarazioni rese dai soggetti obbligati ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 difettano, nel contenuto, di quanto previsto al comma 1, lett. f) e h) ed al comma 2, primo periodo, del medesimo art. 38, come indicato nel modello F8 allegato al disciplinare di gara cui espressamente rimanda il paragrafo 4 – Busta n. 1 Documentazione Amministrativa – lett. a) del disciplinare medesimo.

La Centrale si riserva di verificare se, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, le omissioni documentali rilevate costituiscono irregolarità essenziale o no definendo, conseguentemente, le relative modalità di sanatoria.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, viene indicato, dai convenuti, il sig. Angelo PIAZZOLLA rappresentante della ditta MENARINI DIAGNOSTICS srl, come persona invitata a effettuare il sorteggio per estrazione delle ditte sulle quali verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

8/8 FE 1/1

Centrale Regionale di Acquisto

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. 180/2011, dal sorteggio vengono escluse le micro, piccole e medie imprese e cioè le Ditte:

- BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONAL srl
- BIOSEVEN srl

Tra le restanti ditte viene sorteggiata la seguente:

- ROCHE DIAGNOSTICS spa

Il Presidente comunica ai presenti che la Centrale provvederà direttamente a verificare, per la ditta estratta, la presenza dei requisiti previsti ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, per quanto riguarda:

- il fatturato degli esercizi 2011-2012-2013;
- le principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2011-2012-2013, eventualmente avvalendosi del sistema AVCPass.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in un unico plico opportunamente chiuso e vistato sui lembi di chiusura dal Presidente del seggio di gara e dai rappresentanti delle Ditte. Detto plico sarà riposto per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.

Le buste contenenti la documentazione tecnica e le confezioni delle campionature saranno successivamente esaminate dalla Commissione Giudicatrice che provvederà preliminarmente alla verifica, in seduta pubblica, della conformità della documentazione inviata rispetto a quella richiesta dal Disciplinare di gara.


Esse, previa sottoscrizione dei componenti il seggio di gara vengono riposte in un armadio chiuso situato in ambiente provvisto di serratura.

Alle ore 11:15 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

- **Presidente:**
Dott. Riccardo ZANELLA
- **Componenti:**
Dott.ssa Francesca ELIA
- **Componente e Segretario**
Dott.ssa Tiziana TAZZOLI

L'Ufficiale Rogante
Dott. Luigi TOMEI



Three handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is the most stylized. The second signature is written in a cursive script. The third signature is also in cursive and appears to be 'Luigi Tomei'.

Allegati: - schede verifica documentazione amministrativa

Centrale Regionale di Acquisto

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Importo della garanzia	Importo della garanzia
UNICO	€ 21.222,00
	€ 10.611,00

- d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).

Manca

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Importo	Importo
UNICO	6069510E16
	140,00

Manca

- f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.

/

- g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Manca

- h) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

Manca

20 FE 15

A

DIITTA: BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONALS srl
Lotto Unico

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (Allegato F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

Sottoscrive
 Sig. Giusti Olivero
 Legale Rappresentante

All'istanza dovranno essere allegati, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istitutore), secondo lo schema di cui al modello F8.

Documenti di
 identità delle
 Sig. Co. Monzani
 che obbl. di identità
 esaltate

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita al non aggiudicatario dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

1/0
 ✓

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia a corredo (importo)	Importo della garanzia a corredo (importo)
UNICO	€ 21.222,00	€ 10.611,00

✓

d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).

✓

88 FE LT

Centrale Regionale di Acquisto

e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Ente	Codice CIG	Contributo Annuo a Scoppi
UNICO	6069510E16	€ 140,00

✓

f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVC-PASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.

/

g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTL. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.

✓

h) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

✓

Lr

27 FE

P

DITTA: BIOSEVEN SRL

Lotto unico

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (Allegato F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

Sottoscritta
Gianni Nicolis
✓
Legge Rappresentante

All'istanza dovranno essere allegati, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istintore), secondo lo schema di cui al modello F8.

✓

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

✓

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CBI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Importo presunto	Importo della garanzia (2% dell'importo)	Importo della garanzia (2% del 50% dell'importo)
UNICO	€ 21.222,00	€ 10.611,00


2%

d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).


✓

30 FE 15
P

Centrale Regionale di Acquisto

<p>e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="264 315 983 434"> <tr> <td>UNICO</td> <td>6069510E16</td> <td>140,00</td> </tr> </table>	UNICO	6069510E16	140,00	
UNICO	6069510E16	140,00		
<p>f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVC-PASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.</p>				
<p>g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.</p>				
<p>h) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.</p>				





 20/11/11

DITTA: ABBOTT**Lotto unico**

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (Allegato F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

Sottoscritta
Sig. Verigo
Maurizio
P. Bazzani
Spedite

All'istanza dovranno essere allegati, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istitutore), secondo lo schema di cui al modello F8.

✓

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

1%
✓

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia (art. 75 comma 7)	Importo della garanzia (art. 75 comma 7) con riduzione
UNICO	21.222,00	10611,00

✓

d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).

✓

e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo Contributo Appalti Espressivo in Euro
UNICO	6069510E16	€ 140,00

✓

Handwritten signature and initials.

Centrale Regionale di Acquisto

<p>f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.</p>	/
<p>g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.</p>	✓
<p>h) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.</p>	✓



260
 FE
 LF
 AP

DITTA: ROCHE DIAGNOSTICS SRL**Lotti unico**

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (Allegato F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salvo le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

Sottoscrive
Sig. G. Galves
Legale Rappresentante

All'istanza dovranno essere allegati, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istitutore), secondo lo schema di cui al modello F8.

✓

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

1%
✓

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia 2% (art. 75 b)	Importo della garanzia 1% (art. 75 c)
UNICO	21.222,00	10.611,00

✓

d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).

✓

e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo Contributo Autorità Appalti Espresso in Euro
UNICO	6069510E16	€ 140,00

✓

Centrale Regionale di Acquisto

<p>f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.</p>	/
<p>g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.</p>	✓
<p>h) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.</p>	✓



GG PE LR

DITTA: MENARINI DIAGNOSTICS SRL

a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (Allegato F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato, nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

Sobosaine
ex art. 38 D. Lgs. 163/2006
✓
Procuratore
Speciale

All'istanza dovranno essere allegati, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istitutore), secondo lo schema di cui al modello F8.

Se di diagnosi
ex art. 38 D. Lgs. 163/2006
nulla incomplete
rispetto a quanto richiesto
nell'istanza di partecipazione

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

1/0

✓

c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia (importo in Euro)	Importo della garanzia (€ (50%))
UNICO	21.222,00	10611,00

✓

d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).

✓

e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo Contributo Aut. Appalti (Spese in Euro)
UNICO	6069510E16	€ 140,00

✓

GG FE

17

Centrale Regionale di Acquisto

f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVC-PASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.	/
g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.	✓
h) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.	✓

GG FE
↑



ALL. 2



CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel. 010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito
ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotto unico - N. gara 5881144**

Seconda seduta pubblica

25 settembre 2015

Verbale di apertura delle offerte tecniche

Il giorno 25 settembre 2015, alle ore 9.20 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 177 del 23.7.2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della conformità agli atti di gara della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti nonché per la valutazione di qualità e l'attribuzione dei relativi punteggi ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura oggetto di gara. Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
SPITALERI	Antonino	S.S. Sicurezza Laboratorio ASL n. 3 Genovese	in qualità di Presidente
VERSARI	Giorgio	S.S. Diabetologia e Malattie Metaboliche A.S.L. n. 4 Chiavarese	in qualità di Componente
REBORA	Clara	Infermiere Professionale Centro di Diabetologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura che svolge anche le funzioni di Ufficiale Rogante, assistito da personale della Centrale e precisamente dalla Dott.ssa Tiziana Tazzoli, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione e dalla Dott.ssa Cristina CASILLI.
La seduta è pubblica.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

DITTA	NOMINATIVO
ABBOTT srl	Fiorineschi Tommaso
BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONAL srl	

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Sede operativa: Via D'Annunzio, 64 16121 Genova
Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566
Site web www.acquistiliguria.it

Centrale Regionale di Acquisto

BIOSEVEN srl	Nicolis Giovanni, Greta Santoro
MENARINI DIAGNOSTICS spa	Salvadori Alessandro, Ghiozza Federica, Ciuccoli Angelo, Borghese Alessandro
ROCHE DIAGNOSTICS spa	Maffei Alessandro, Consonni Federica
SANOFI spa	Maghei Sergio, Olivieri Maurizio

Il RUP dà preliminarmente atto che le Ditte MENARINI e BIOCHEMICAL SYSTEMS, ammesse con riserva come da verbale prot. n. 2067 del 6.3.2015, hanno regolarizzato la loro posizione come di seguito specificato:

- Ditta MENARINI – ha provveduto, entro il termine assegnato del 16 marzo 2015 ore 12:00, ad integrare le dichiarazioni rese dai soggetti obbligati ex art. 38, comma 1, lett. f) e h) e comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 ed è pertanto regolarmente ammessa al prosieguo della presente procedura di gara;
- Ditta BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL – ha provveduto, entro il termine assegnato del 16 marzo 2015 ore 12:00, ad inviare copia del documento di identità in corso di validità della Sig.ra Edi Mondani ai fini della regolarizzazione ex art. 71, comma 3, del DPR n. 445/2000 ed è pertanto ammessa al prosieguo della gara;

In merito alla Ditta SANOFI spa il RUP precisa quanto segue:

- la ditta non ha provveduto a trasmettere entro il termine assegnato del 16 marzo 2015, a corredo della documentazione amministrativa presentata:
 - l'attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, del D. Lgs. n. 163/2006 di € 140,00 codice CIG 6069510E16;
 - garanzia a corredo dell'offerta ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006;
 - dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 per il caso l'offerente risultasse aggiudicatario;
 - copia della documentazione di gara sottoscritta per accettazione in calce ad ogni pagina dal Legale Rappresentante/Procuratore Speciale
 - scheda fornitore (allegato F3) debitamente compilata e firmata
- per tanto la Ditta SANOFI spa è esclusa dalla presente procedura di gara.

Il RUP dà inoltre atto che le verifiche disposte ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, sulla ditta sorteggiata (ROCHE DIAGNOSTICS spa) hanno dato esito positivo per quanto riguarda:

- il fatturato degli esercizi 2011-2012-2013
- le principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2011-2012-2013.

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra, la Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

Il RUP puntualizza che le buste tecniche sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

A questo punto il Presidente invita le ditte a verificare l'integrità delle singole buste.

I convenuti designano la Sig.ra Consonni Federica alla verifica dell'integrità delle singole buste.

Il RUP comunica che, in ottemperanza all'art. 120 D.P.R. n. 207/2010, come modificato dall'art. 12 D.L. n. 52/2012 convertito con legge 6/7/2012, n. 94 e secondo i criteri stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato (Quinta Sezione, ordinanza 17 maggio 2011 n. 2987), la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche si svolge in seduta pubblica. Si procederà poi in seduta riservata alla valutazione delle relative offerte tecniche.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica il Presidente della Commissione illustra ai presenti le modalità di riscontro della documentazione tecnica e della campionatura. Saranno sommariamente confrontati gli atti presentati da ciascuna Ditta con l'elenco dei documenti tecnici allegato dalle medesime in purificazione all'elenco di documenti tecnici richiesto dal disciplinare di gara.

L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto. E' ammessa la divulgazione della denominazione dei prodotti offerti.

Si procederà quindi all'apertura delle scatole contenenti la campionatura per verificarne la conformità a quanto richiesto negli atti di gara.

Gli Uffici della Centrale hanno provveduto a predisporre, per ciascuna ditta partecipante, apposite schede sia per la verifica della conformità tecnica che della campionatura, sulle quali appuntare la rispondenza degli atti presentati dalle ditte alla documentazione richiesta dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.

Il RUP ricorda ai presenti i documenti tecnici richiesti dal Disciplinare:

1. scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti;
2. dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;
3. catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B";
4. copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alle Direttive 93/42;
5. copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alla Norma ISO 22870 (2006) oppure alla Norma ISO 15197 (2013) come precisato in sede di chiarimenti;
6. dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
7. dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND;
8. dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore;
9. copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente);
10. elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procede, secondo il criterio sopra riportato:

- all'apertura delle buste contenenti le documentazioni tecniche;
- alla verifica della presenza di tutti i documenti tecnici predisposti dalle Ditte offerenti;
- alla verifica della campionatura presentata;
- alla lettura del nome commerciale del prodotto offerto;
- alla compilazione delle schede predisposte per singola ditta e allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (elenco documenti prodotti ed elenco campionature presentate - all. 1 e 2).

Alle ore 9:30 inizia l'esame della verifica della sussistenza della documentazione tecnica a partire dalla ditta Abbott srl.

Centrale Regionale di Acquisto

Abbott s.r.l.

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Abbott s.r.l. si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: Freestyle Optium Neo H e relative strisce: cod. 7135580

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

Biochemical Systems

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Biochemical Systems si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: U Right TD 4279 Meter: cod. 1267070 con relative strisce

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

Bioseven

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Bioseven si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: Linea D oro HR Bio 044 – Bio 045 con relative strisce

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

Menarini

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Menarini si evidenziano le seguenti situazioni:

A una prima sommaria verifica non è presente idonea documentazione relativa al possesso della certificazione 22870 o ISO 15197.

In particolare l'autocertificazione del produttore di conformità del prodotto offerto non è riferita alla norma ISO 15197. Menarini ha allegato però una relazione, su carta intestata del produttore Nova Biomedical, non sottoscritta attestante la "concordancy" con la norma ISO 15197 (2013).

La Commissione ritiene di ammettere con riserva di successiva regolarizzazione l'offerta Menarini alla fase di valutazione tecnica.

Prodotto presentato: Startstrip Glusensor con relative strisce

Roche

Dall'esame della documentazione e della campionatura presentata dalla ditta Roche si evidenziano le seguenti situazioni:

Prodotto presentato: Accucheck Active meter only

La documentazione tecnica risulta completa e conforme.

La verifica della conformità delle offerte tecniche e della campionatura viene completata alle ore 10:00.

L'esito della verifica di conformità delle offerte tecniche e della campionatura e la valutazione a quanto richiesto dagli atti di gara è riportato nelle schede allegate (ALLEGATO 1).

A seguito del riscontro della documentazione tecnica e della campionatura presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti. La seduta pubblica termina alle ore 10:00

Il Presidente informa tutti i presenti che la seduta pubblica viene aggiornata alle ore 14:00 per la comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, e l'eventuale apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice, procede quindi, in seduta riservata non pubblica, all'esame dettagliato della documentazione tecnica e della relativa campionatura presentata dalle Ditte ammesse al prosieguo della gara,

Centrale Regionale di Acquisto

verificando che quanto proposto dalle Ditte concorrenti risponda alle caratteristiche tecniche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

Alle ore 10:05 inizia, quindi, la valutazione delle offerte tecniche presentate, da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione.

La Commissione giudicatrice procede quindi alla verifica di quanto stabilito prendendo in esame le offerte secondo il seguente ordine:

ABBOTT srl
BIOCHEMICALS SYSTEMS INTERNATIONAL srl
BIOSEVEN srl
MENARINI DIAGNOSTICS spa
ROCHE DIAGNOSTICS spa

Per quanto riguarda l'offerta Menarini Diagnostics spa la Commissione, esaminata nel dettaglio la documentazione presentata, rilevata la mancanza agli atti di idonea certificazione di conformità del prodotto offerto alla norma ISO 15197 (2013) o in alternativa alla norma ISO 22870 (2006) da' mandato al RUP di chiedere una integrazione della documentazione inviata.

Menarini Diagnostics dovrà fornire un documento di completa attestazione della conformità del prodotto offerto a una delle due norme ISO citate.

I lavori vengono interrotti alle ore 13,35 per la pausa ristoro.

Alle ore 14,10 vengono riammessi alla seduta i rappresentanti delle ditte offerenti.





Il Presidente della Commissione giudicatrice comunica che è stata chiesta una integrazione della documentazione tecnica alla società Menarini, in merito alla conformità del prodotto offerto alle norme ISO di riferimento, fissando come termine improrogabile il 1° ottobre prossimo venturo.

La Commissione aggiorna perciò i propri lavori in seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici al 5 ottobre p.v. ore 16,00 e prosegue le proprie attività di valutazione in seduta riservata

Alle ore 14,25 i rappresentanti delle Ditte presenti si allontanano dalla Sala della riunione.

Il presente verbale composto da n. 11 fogli (compresi gli allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

Letto, firmato e sottoscritto:

Cognome	Nome	Funzione	
SPITALERI	Antonino	Presidente	
VERSARI	Giorgio	Componente	
REBORA	Clara	Componente	
ZANELLA	Riccardo	Ufficiale rogante e RUP	
TAZZOLI	Tiziana	ARS Funzionario referente	
CASILLI	Cristina	ARS Assistente amm.vo	

ALLEGATO 1

**Gara a procedura aperta
per la fornitura di sistemi per la misurazione della
glicemia capillare occorrenti
alle AA.SS.LL./EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno)**

Verifica documentazione tecnicaHandwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top, and several smaller initials or marks below it.

Ditta: ABBOTT spa

FREE STYLE OPTIUM NEO H

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197	ISO 15189 ✓ 2013
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Ditta: BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL

U-RIGHT TD 4270 METER

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	✓ 15197 (2013)
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Ditta: BIOSEVEN srl

LINEA D ORD BIO 045

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	ISO ✓ 15197
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Ditta: MENARINI DIAGNOSTICS srl

STAT STRIP GLU SENSOR

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	da verificare
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugliardino) strisce reattive	✓

Ditta: ROCHE DIAGNOSTICS spa

ACCU CHECK ACTIVE

1	scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti	✓
2	dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti	✓
3	catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B"	✓
4	copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42	✓
5	Copia della certificazione attestante la conformità del prodotto offerto alle norme ISO 15189 e 22870 o alla Norma ISO 15197 (2013)	ISO 15197 (2013)
6	Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006	✓
7	Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND	✓
8	Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	✓
9	Copia offerta economica dei prodotti offerti, priva dei prezzi (c.d. offerta silente)	✓
10	Elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata	✓

CAMPIONATURA:

1	n. 1 Glucometro in confezione originale	✓
2	n. 1 copia manuale d'uso del glucometro	✓
3	n. 1 confezione originale strisce reattive	✓
4	Foglietti illustrativi (bugiardino) strisce reattive	✓

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below it.



ALL. 3



CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO



Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel. 010/548-8586
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8583
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito
ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotto unico - N. gara 5881144**

Seduta riservata

**25 settembre 2015 (pomeriggio)
Verbale di valutazione delle offerte tecniche**

Il giorno 25 settembre 2015, alle ore 14,25 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 177 del 23.7.2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione di qualità e l'attribuzione dei relativi punteggi ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura oggetto di gara. Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
SPITALERI	Antonino	S.S. Sicurezza Laboratorio ASL n. 3 Genovese	In qualità di Presidente
VERSARI	Giorgio	S.S. Diabetologia e Malattie Metaboliche A.S.L. n. 4 Chiavarese	In qualità di Componente
REBORA	Clara	Infermiere Professionale Centro di Diabetologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini	In qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura, assistito da personale della Centrale e precisamente dalla Dott.ssa Tiziana Tazzoli, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione e dalla Dott.ssa Cristina CASILLI.

La seduta non è pubblica.

Il Presidente dà atto che i plichi contenenti le offerte tecniche sono stati conservati in luogo munito di serratura, chiuso al pubblico:

La Commissione giudicatrice, prosegue nell'esame dettagliato della documentazione tecnica e della relativa campionatura presentata dalle Ditte ammesse al prosieguo della gara, verificando che quanto proposto dalle Ditte concorrenti risponda alle caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e alle successive valutazioni dei parametri qualitativi

Centrale Regionale di Acquisto

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede, sulle quali vengono appuntate le valutazioni della Commissione.

Al fine di perfezionare le proprie valutazioni la Commissione decide di chiedere i seguenti chiarimenti alla società BioSeven in merito a:

1. La certificazione di conformità alla norma ISO 15197:2013 presentata in sede di gara risulta riferita al prodotto "GM720 my life Unio, ORO" e non al prodotto offerto denominato "lineaD ORO HR GM700"
2. La certificazione sopra menzionata risulta limitata al paragrafo 6.3 della norma ISO 15197:2013;
3. I dati relativi alla gestione delle sostanze interferenti nella determinazione della glicemia non risultano supportati da idonea documentazione/reportistica con particolare riferimento ai dati relativi alle interferenze da maltosio, bilirubina e galattosio.

In attesa di ricevere i chiarimenti richiesti la Commissione aggiorna i propri lavori al 5 ottobre ore 15,45.

Seduta riservata del 5 ottobre 2015

Verbale di valutazione delle offerte tecniche

Il giorno 5 ottobre 2015, alle ore 15,25 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 177 del 23.7.2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione di qualità e l'attribuzione dei relativi punteggi ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura oggetto di gara. Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
SPITALERI	Antonino	S.S. Sicurezza Laboratorio ASL n. 3 Genovese	in qualità di Presidente
VERSARI	Giorgio	S.S. Diabetologia e Malattie Metaboliche A.S.L. n. 4 Chiavarese	in qualità di Componente
REBORA	Clara	Infermiere Professionale Centro di Diabetologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura, assistito da personale della Centrale e precisamente dalla Dott.ssa Tiziana Tazzoli, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione e dalla Dott.ssa Cristina CASILLI.

La seduta non è pubblica.

Il Presidente dà atto che i plichi contenenti le offerte tecniche sono stati conservato nella stanza n. 1 "Archivio" del VI piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto – di via D'Annunzio, 64 in apposito armadio chiuso a chiave.

La Commissione giudicatrice, prosegue nell'esame dettagliato della documentazione tecnica, verificando gli ultimi item di valutazione e le risposte alle richieste di chiarimento effettuate.

Alla richiesta di chiarimento inviata alla Società Menarini Diagnostics con nota prot. n. 7904 del 25.9.2015 la Ditta interpellata ha risposto entro il termine assegnato del 1° ottobre 2015, ore 12:00, producendo:

In particolare, la Società Menarini ha prodotto entro le ore 12:00 del 1.10.2015 la seguente documentazione:

- Auto dichiarazione del Fabbricante Nova Biomedical relativa alla conformità del prodotto offerto alla Norma ISO 15197:2013;
- Auto dichiarazione del fabbricante Nova Biomedical relativa alla conformità del prodotto offerto alla norma ISO 22870:2006;

Centrale Regionale di Acquisto

- Ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa applicata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di chiarimenti rivolta alla Società Bioseven con nota prot. n. 7964 del 28.9.2015 la stessa ha fatto pervenire, entro il termine assegnato delle ore 12:00 del 2 ottobre 2015, la seguente documentazione:

- dichiarazione del produttore attestante la conformità del prodotto offerto alla Norma ISO 15197:2013;
- relazione sulle verifiche effettuate dall'Ente certificatore con esito positivo in relazione alla conformità ai requisiti della norma ISO 15197:2013;
- studio sulla gestione delle sostanze interferenti con particolare riferimento a maltosio e icodestrine;
- dichiarazione del produttore a conferma dell'assenza di interferenze da maltosio e icodestrine;
- studio completo sulle interferenze da bilirubina, galattosio e ulteriori interferenti.
- ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa

Entrambe le integrazioni presentate risultano idonee a completare il debito informativo richiesto. Sia l'offerta A.- Menarini che l'offerta Bioseven sono regolarmente ammesse alla fase di valutazione tecnica.





Alla luce di quanto sopra indicato la Commissione Giudicatrice completa la valutazione di idoneità in merito alle offerte tecniche presentate dalle Società Menarini Diagnostics e Bioseven, nonché la valutazione qualitativa delle offerte stesse.


I punteggi qualitativi ottenuti dalle singole offerte (grezzi e riparametrati) sono quelli riportati nelle schede allegate.

Il Presidente della Commissione dà atto della collegialità delle valutazioni, sempre assunte all'unanimità dei componenti nell'attribuzione dei punteggi di qualità riportati nelle schede allegate al presente verbale e ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto

Il presente verbale composto da n. 12 fogli (compresi gli allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

Letto, firmato e sottoscritto:

Cognome	Nome	Funzione	
SPITALERI	Antonino	Presidente	
VERSARI	Giorgio	Componente	
REBORA	Clara	Componente	
ZANELLA	Riccardo	Ufficiale rogante e RUP	
TAZZOLI	Tiziana	ARS Funzionario referente	
CASILLI	Cristina	ARS Assistente amm.vo	



Interferenza valutata:

Galattosio e Bilirubina

Ditta	Dichiarazione	Punteggio
ABBO	Galattosio e Bilirubina	5,0
BIOCHEMICA	Galattosio	5,0
ROSEVEN	Galattosio e Bilirubina	5,0
VENARIN	Galattosio e Bilirubina	5,0
ROCHE	Bilirubina	5,0

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'R. Alv' and other initials like 'A' and 'J'.

Caratteristica valutata:

Influenza Ematocrito

Ditta	Dichiarazione	Punteggio
ABBOTT	min \leq 25%; max \geq 60%	50
BIOCHEMICAL	min $<$ 20%; max $>$ 65%	50
BIOENVEN	min $<$ 20%; max $>$ 65%	50
MEVAPIN	min \leq 25%; max \geq 60%	50
ROCHE	min \leq 25%; max \geq 60%	50

Indicare il valore dichiarato dalla ditta

119 22 CR *[Signature]*

Caratteristica valutata:

Ditta	Dichiarazione	Punteggio
ABIGLI	SI	5,0
BIOCHIMICAL	No	0,0
BIOSEVEN	No	0,0
MENARINI	SI	5,0
ROCHE	No	0,0

Misurazione di Chetoni

Indicare il valore dichiarato dalla ditta

[Handwritten signatures and initials]

Caratteristica valutata:

Misurazioni su sangue Arterioso o Venoso

Ditta	Dichiarazione	Punteggio
ABBOTT	Sia Venoso che Arterioso	5,0
BIOCHEMICA	Sia Venoso che Arterioso	5,0
BIOSTIVENT	Sia Venoso che Arterioso	5,0
MENARONI	Sia Venoso che Arterioso	5,0
ROCHE	Sia Venoso che Arterioso	5,0

Indicare il valore dichiarato dalla ditta

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Caratteristica valutata:

Comparazione

Ditta	Dichiarazione	Punteggio
ABSCE	Conversione Automatica	20
BIOCHIMICA	Conversione Automatica	20
BIOSEN	Conversione Automatica	20
MENARINI	Conversione Automatica	20
ROCH	Conversione Automatica	20

Indicare il valore dichiarato dalla ditta

[Handwritten signature]
22

Caratteristica valutata:

DITTA	Dichiarazione	Punteggio
ABSCHE	Campione < 1 μ l	5,0
BIOCHEMICA	Campione tra 1 μ l e 2 μ	4,0
BOSCHINI	Campione < 1 μ l	5,0
MENARINI	Campione tra 1 μ l e 2 μ	4,0
ROCHE	Campione tra 1 μ l e 2 μ	4,0

Volume del Campione

Indicare il valore dichiarato dalla ditta

[Handwritten signatures and initials]

Acido Ascorbico

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
2,5
5
6
10
8

Colesterolo

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
500
500
700
500
500

Efedrina

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
10
50
NO
0,9
NO

Trigliceridi

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
3000
3000
3000
750
3000

Acido Salicilico

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
50
50
20
30
30

Creatinina

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
30
5
10
6
5

Ibuprofene

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
50
55
50
48
50

Totale

7,083
6,068
5,992
5,655
5,787

Acido urico

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
40
10
20
20
23,5

Dopamina

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
0,1
1,25
2,5
10
0,09

Paracetamolo/Acetaminofene

Interferenza valutata:

Indicare NO oppure il valore dichiarato dalla ditta
20
6,25
20
10
20

[Handwritten signatures and initials]

Caratteristica valutata:

Ditta	Inchiesta	Permesso
ARBORE	Esulsione Manuale	0,200
BIOSEVEN	Esulsione Manuale	0,300
MEKSA	Esulsione Manuale	0,300
ROCHE	Esulsione Manuale	0,300

Sicurezza e Igienicit 

Indicare il valore dichiarato dalla ditta

Esulsione Automatica
Esulsione Manuale

Calcolo Medie Dei Commissari (opzionale)

Vessari Giorgio

Ditta	Coefficiente
ARBORE	0,200
BIOSEVEN	0,300
MEKSA	0,300
ROCHE	0,300

Firma

Giorgio Vessari

Antonino Ospitaleri

Ditta	Coefficiente
ARBORE	0,200
BIOSEVEN	0,300
MEKSA	0,300
ROCHE	0,300

Firma

Antonino Ospitaleri

Clara Reborra

Ditta	Coefficiente
ARBORE	0,400
BIOSEVEN	0,500
MEKSA	0,300
ROCHE	0,300

Firma

Clara Reborra

Medie


Ditta	Coefficiente
ARBORE	0,267
BIOSEVEN	0,367
MEKSA	0,300
ROCHE	0,300

Firma


Medie

AA


Ditta: ABBOTT




Ditta: BIOCHEMICAL





Ditta: BOSEVEN



Ditta: MENARINI



Ditta: ROCHE



Handwritten signature and text:
A
BIO
Dalle
BIO
Lycopodium

ALL. 4

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel. 010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tezzoli@regione.liguria.it

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in ambito
ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotto unico - N. gara 5881144**

Seduta pubblica

5 ottobre 2015

Verbale di apertura offerte economiche

Il giorno 5 ottobre 2015, alle ore 16,00 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 177 del 23.7.2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione di qualità e l'attribuzione dei relativi punteggi ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura oggetto di gara. Sono presenti i componenti del Seggio di gara, nelle persone dei signori Riccardo Zanello, RUP della procedura, della Dott.ssa Tiziana Tazzoli, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione e della Dott.ssa Cristina Casilli, in sostituzione della dr.ssa Francesca Elia. E' presente altresì la Commissione giudicatrice nelle persone del dr. Antonino Spitaleri, del dr. Giorgio Versari, della signora Clara Reborà.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dà atto che i plichi contenenti le offerte tecniche e quelli contenenti le offerte economiche sono stati conservati nella stanza n. 1 "Archivio" del VI piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto – di via D'Annunzio, 64 in apposito armadio chiuso a chiave.

Alle ore 16,05 si apre, quindi, la seduta pubblica per la comunicazione delle valutazioni delle offerte tecniche, la lettura dei punteggi tecnici, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione provvisoria. Il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi di valutazione della qualità assegnati a seguito della valutazione delle offerte tecniche di seguito riportati:

DIR	Punteggio prezzo	Punteggio qualitativo
ABBOTI	48,220	48,800
BIOCHEMICAL	34,068	43,500
BIOSEVEN	35,992	45,950
MENARINI	39,155	50,000
ROCHE	29,377	32,400

↑
Elo Air

Centrale Regionale di Acquisto

Il Presidente del seggio di gara ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e del prezzo offerto.

Il Presidente del Seggio di gara ricorda altresì che, pena l'esclusione dalla gara, i prezzi proposti dalle Ditte dovranno essere uguali o migliori rispetto alle basi d'asta indicate nei documenti di gara.

Il Presidente invita due persone tra i presenti a verificare che il plico contenente le offerte economiche risulti integro. Si presentano i signori Santoro Greta e Maffei Alessandro.

Il RUP, nella funzione di Presidente del seggio di gara, provvede quindi all'apertura del plico sigillato contenente le Buste delle Offerte Economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle offerte economiche "Busta n. 2", alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi previsti dal disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta, presenza di bollo ecc.)

Il Seggio delibera di procedere ed in effetti procede Ditta per Ditta:

1. alla lettura dei prezzi e dei costi della sicurezza, proposti dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).

Lotto unico - Sistema per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive) - CIG 6069510E16

Ditta	Importo quadriennale (IVA esclusa)	Percentuale di sconto offerta	Costi sicurezza
ABBOTT	€ 664.956,00	37,33%	€ 6.915,540
BIOCHEMICAL	€ 813.510,00	23,33%	€ 400,00
BIOSEVEN	€ 990.360,00	6,67%	€ 6.167,79
MENARINI	€ 919.620,00	13,33%	€ 4.138,29
ROCHE	€ 834.732,00	21,33%	€ 3.338,93

2. a determinare, in base alla formula descritta nel Disciplinare di Gara, il punteggio relativo al prezzo;
3. a leggere i punteggi relativi all'offerta economica di seguito riportati:

Lotto unico - Sistema per la misurazione della glicemia capillare in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive) - CIG 6069510E16

Ditta	Punteggio Prezzi
ABBOTT	50
BIOCHEMICAL	45,87
BIOSEVEN	14,71
MENARINI	29,41
ROCHE	21,33

Handwritten signature

Centrale Regionale di Acquisto

4. ad individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportato:

Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio prezzo	PUNTEGGIO TOTALE
BIOCHEMICAL	43,50	45,87	89,37
BIOSEVEN	45,98	14,71	60,67
MENARINI	50	29,41	79,41
ROCHE	32,41	45,28	77,68

Il Sig. Alessandro SALVADORI in rappresentanza della Società Menarini, chiede una verifica della formula per il calcolo del punteggio prezzo preimpostata sul foglio excel utilizzato dalla Commissione per il calcolo dei punteggi. La Commissione provvede alla verifica richiesta ricalcolando i punteggi dei prezzi applicando direttamente la formula indicata nel disciplinare di gara. Il punteggio relativo al prezzo così ottenuto risulta identico a quello ottenuto con la formula preimpostata e viene quindi confermata l'esattezza del calcolo.

5. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006; in caso di offerte anomale ai sensi degli artt. 86-88 D. Lgs. n. 163/2006 l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva.

Il presente verbale composto da n. 3 fogli viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.


La seduta pubblica viene chiusa alle ore 16:30

Letto, firmato e sottoscritto:

Presidente e Ufficiale Rogante: Dott. Riccardo Zanella

Segretario: Dott.ssa Tiziana Tazzoli

Componente: Dott.ssa Cristina Casilli



Three handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is for the President and Official Rogante, the second for the Secretary, and the third for the Componente.

