

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536  
e-mail: [riccardo.zanella@regione.liguria.it](mailto:riccardo.zanella@regione.liguria.it)  
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545  
e-mail: [sergiogiacomo.righetti@regione.liguria.it](mailto:sergiogiacomo.righetti@regione.liguria.it)

## Determinazione n° 239 del 19/09/2016

**Oggetto:** procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di "dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale" occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 6 - Numero gara: 6482544.

**Rettifica capitolato tecnico,**

### IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 dell'01/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario Straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del Direttore e dei Dirigenti dell'Area CRA;

Rilevato che la Giunta della regione Liguria con deliberazione n. 1584 del 29/12/2015 ha approvato il programma di attività per il biennio 2016-2017 dell'Agenzia Sanitaria regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e che in detto programma è compresa la procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale

Richiamata la determinazione n° 207 del 28/07/2016, con la quale si è proceduto ad indire la gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di "dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale" occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 6 - Numero gara: 6482544.;

Considerato che in sede di richiesta di chiarimenti sono pervenute da parte delle Ditte interessate alcune osservazioni sul capitolato tecnico e nello specifico relativamente alle caratteristiche tecniche minime descritte nel lotto n. 2b (Sistema di artrodesi Toraco-Lombo-sacro-illaco) in cui sono state richieste "viti ad angolo favorito", "viti a doppio serraggio";

## Centrale Regionale di Acquisto

Considerato che, a seguito di opportuna verifica sulle osservazioni formulate, si è accertato che le caratteristiche sopra emarginate sono state incluse per refuso e che, quindi, detta caratteristica non è da richiedere;

Ritenuto pertanto di rettificare in conformità il capitolato tecnico nella parte relativa al lotto 2b espungendo dalle caratteristiche minime obbligatorie "viti ad angolo favorito", "viti a doppio fissaggio";

Atteso che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'ARS;

**D E T E R M I N A**

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in narrativa, le caratteristiche tecniche minime obbligatorie del lotto 2b così come di seguito riportato:

<b>2</b>	<b>b</b>	<p>Sistema di artrodesi Toraco-Lombo-sacro-iliaco</p> <p><b>Offerta obbligatoria</b></p>	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p><i>Sistema di artrodesi toraco/lombare il lega di titanio e cromo-cobalto o altro materiale biocompatibile, RM compatibile con barre, viti transependuncolari ed uncini (laminari e peduncolari), per il trattamento della patologia degenerativa, traumatica, neoplastica e per deformità anche ad esordio precoce nel soggetto pediatrico. Viti top Loading (diametri da 4,50 ad 8 mm) e lunghezze incrementali. Il sistema deve essere a basso profilo e provvisto di viti fisse, poliassiali, viti da riduzione, uncini di varie tipologie, barre di diverse lunghezze (rette e precurvate), connettori trasversali, tipo "domino" ed off-set, tagliabarre da tavolo e liberi e materiali compatibili con gli stessi impianti, per poter trattare differenti tipi di patologie con scelta intraoperatoria. ....</i></p>
----------	----------	--	--

2. di dare atto che i potenziali concorrenti sono stati già informati attraverso la pubblicazione sul sito di apposito chiarimento
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;
4. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n° 2 (due) pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO  
(Dott. Giorgio SACCO)