

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

Determinazione n. 236 del 24/12/2014

Oggetto: Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 37.
N° gara 5874801.
Importo complessivo quadriennale presunto di € 5.438.272,000 (IVA esclusa).
Importo presunto di spesa per la pubblicazione bandi di gara e contributo gare pubbliche, € 2.400,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1°/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Rilevato che la Giunta della Regione Liguria con deliberazione n. 1733 del 28/12/2012 ha approvato il programma di attività per il biennio 2013-2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e che in detto programma è compresa la procedura di gara relativa alla fornitura di Dispositivi Medici per Ortodonzia

Viste le determinazioni n. 14 del 31/01/2014 e n. 28 del 12/02/2014 con la quale è stata nominata la Commissione tecnica incaricata della redazione del Capitolato tecnico della procedura de qua;

Ritenuto di individuare il Responsabile Unico della Procedura (RUP), ai sensi dell'art. 272 del Regolamento di attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (D.P.R. n. 207/2010), individuato nella persona del Dirigente della Centrale Regionale di Acquisto, dott. Luigi Moreno Costa;

Atteso che:

- la Commissione tecnica ha predisposto le specifiche di gara e che gli Uffici hanno perfezionato le necessarie istruttorie ed esaminati gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e speciale, allegati al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale,

Centrale Regionale di Acquisto

- in data 26/06/2014 è stato pubblicato (sulla GUCE, sul sito www.acquistiliguria.it) l'avviso di Dialogo Tecnico volto a invitare gli operatori economici interessati alla procedura di gara per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" e finalizzato alla raccolta di informazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione, osservazioni da formulare esclusivamente per iscritto entro l'11 Luglio 2014 alle ore 12,00;

Preso atto che i componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazioni n. 14 del 31/01/2014 e n. 28 del 12/02/2014 - composta dai Dottori:

- Dott. Enrico BERNARDINI Dirigente Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia - A.S.L. 5 "Spezzino" – P.O. San Bartolomeo di Sarzana
- Dott. Paolo LAZZONI Direttore Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia – Presidio Voltri – Ospedale Evangelico Internazionale
- Dott. Maurizio ROGAI Dirigente Medico - U.O. Ortopedia - A.S.L. 4 "Chiavarese" - Ospedale N.S. di Montallegro di Rapallo

in date 5 Agosto e 9 Settembre 2014, con verbali allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, hanno visionato i contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 26/06/2014, apportando alla documentazione di gara le integrazioni e le correzioni ritenute opportune;

Ritenuto per le motivazioni di cui in narrativa:

- di indire la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, articolata in n. 37 lotti, per un importo quadriennale presunto di 5.438.272,00 IVA esclusa, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge e alle condizioni previste della determinazione n. 13 del 18/02/2013:
- ✓ in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 - ✓ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - ✓ sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - ♦ *Avvenire nell'edizione nazionale*
 - ♦ *Il Tempo nell'edizione nazionale*
 - ♦ *Il Lavoro nell'edizione regionale*
 - ♦ *Il Giornale nell'edizione Regionale*
 - ♦ *Servizio appalti Regione Liguria*
 - ♦ *Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti*
 - ♦ *Sito Web Aziendale www.acquistiliguria.it - sezione "Gare"*

Atteso che:

- dal presente provvedimento discende la seguente spesa complessiva:

Descrizione	Importo
Spese per pubblicazione bandi/avvisi indizione gara (iva e marche da bollo incluse)	1.600,00
Contributo a favore dell'A.V.C.P. di cui all'art. 6 – comma 11 - del D.Lgs. 163/2006	800,00
Totale complessivo	2.400,00 (IVA inclusa)

- i costi derivanti dal presente provvedimento per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani quantificati in € 2.400,00 (IVA al 22% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2014, (autorizzazione n. 404-2014) e che per l'importo di € 1.000,00 circa saranno rimborsati all'Agenzia dagli aggiudicatari della procedura;

M

Centrale Regionale di Acquisto

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'A.R.S.,

DETERMINA:

- ♦ Di indire la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, articolata in n. 37 lotti, per un importo quadriennale presunto di 5.438.272,00 IVA esclusa, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

 - ♦ Di approvare in ordine all'esperimento della gara i seguenti atti:
 - Bando di gara G.U.U.E., in forma integrale
 - Bando di gara G.U.R.I., in estratto
 - Estratto di avviso quotidiani nazionali e regionali
 - Disciplinare di gara
 - Sezione A: Capitolato Tecnico con i relativi allegati
 - A/1: Fabbisogni
 - A/2: Prezzi a base d'asta
 - Sezione B: Capitolato speciale
 - Sezione C: Convenzione di fornitura
 - Sezione D: Ordinativo di fornitura
 - Sezione E: Allegato comprendente
 - E/1: Dichiarazione di impegno all'aggiornamento tecnologico
 - Sezione F: Allegati comprendenti
 - F/1: Istanza di partecipazione
 - F/2: Offerta economica
 - F/3: Scheda fornitore
 - F/4: Dichiarazioni caratteristiche tecniche
 - F/8: Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006
 - Sezione G: Eventuale Contratto di conto deposito
 - Verballi dialogo tecnico
- che si uniscono alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
-
- Di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge e alle condizioni previste dalla determinazione n. 13 del 18/02/2013:
 - in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 - per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - ♦ *Avvenire nell'edizione nazionale*
 - ♦ *Il Tempo nell'edizione nazionale*
 - ♦ *Il Lavoro nell'edizione regionale*
 - ♦ *Il Giornale nell'edizione Regionale*
 - ♦ *Servizio appalti Regione Liguria*
 - ♦ *Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti*
 - ♦ *Sito Web Aziendale www.acquistiliguria.it - sezione "Gare",*
-
- Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani quantificati in € 2.400,00 (IVA al 22% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2014, (autorizzazione n. 404-2014) e che per l'importo di € 1.000,00 circa saranno rimborsati all'Agenzia dagli aggiudicatari della procedura.

- Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



ALLEGATI:

- o Bando di gara G.U.U.E., in forma integrale
- o Bando di gara G.U.R.I., in estratto
- o Estratto di avviso quotidiani nazionali e regionali
- o Disciplinare di gara
 - Sezione A: Capitolato Tecnico con i relativi allegati
 - A/1: Fabbisogni
 - A/2: Prezzi a base d'asta
 - Sezione B: Capitolato speciale
 - Sezione C: Convenzione di fornitura
 - Sezione D: Ordinativo di fornitura
 - Sezione E: Allegato comprendente
 - E/1: Dichiarazione di impegno all'aggiornamento tecnologico
 - Sezione F: Allegati comprendenti
 - F/1: Istanza di partecipazione
 - F/2: Offerta economica
 - F/3: Scheda fornitore
 - F/4: Dichiarazioni caratteristiche tecniche
 - F/8: Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006
 - Sezione G: Eventuale Contratto di conto deposito
- o Verball dialogo tecnico.

LMC/lp

REGIONE LIGURIA

ARS LIGURIA - AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

BANDO DI GARA


I.1) ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it **I.2)** Autorità regionale o locale **I.3)** Settore di attività: Salute **II.1.1)** Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria N. 37 Lotti **II.1.6)** Oggetto principale: 33190000 **II.1.8)** Sì **II.1.9)** No **II.2.1)** Valore quadriennale stimato, IVA esclusa, € 5.438.272,00 **II.2.2)** Numero rinnovo: 1 - Mesi: 12 **II.3)** 36 mesi **III.1.1)** **III.1.2)** come indicate nel Capitolato speciale di gara **III.1.3)** Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 **III.2)** **III.2.1)** **III.2.2)** **III.2.3)** I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it **IV.1.1)** Aperta **IV.2.1)** Offerta economicamente più vantaggiosa **IV.3.1)** Numero gara: 5874801 **IV.3.4)** 17/02/2015 ore 12,00 **IV.3.6)** Italiano **IV.3.7)** 270 giorni **IV.3.8)** 23/02/2015 ore 10,00 **VI.3)** Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it **VI.4.1)** TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA **VI.5)** ../../2014.
IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO DOTT. GIORGIO SACCO.


AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

L'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto indice la seguente procedura di gara:
Procedura Aperta per la fornitura di “Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia”
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo totale presunto quadriennale di €
5.438.272,00 (IVA esclusa) – N° gara 5874801. Le offerte per la gara dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 17/02/2015 presso la Centrale Regionale d'Acquisto – via D'Annunzio, 64 (6°
piano) – 16121 Genova. Il bando integrale della gara è stato spedito in data .././2014 alla G.U.U.E.
Il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono rintracciabili sul sito internet all'indirizzo
www.acquistiliguria.it, sezione gare. Per ulteriori informazioni tel. 010/5488561-8557 e-mail:
luigimoreno.costa@regione.liguria.it e ilma.porcu@regione.liguria.it.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dott. Giorgio SACCO





Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: ARS Liguria - Area Centrale Carta d'identità nazionale: (se noto)
Regionale di Acquisto, sede legale P.zza della Vittoria n° 15 – I-16121 Genova

Indirizzo postale: P.zza della Vittoria n° 15

Città: Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia (IT)

Punti di contatto:

Telefono: +39 0105488561

All'attenzione di: dott. Luigi Moreno Costa

Posta elettronica: luigimoreno.costa@regione.liguria.it Fax: +39 0105488566

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) <http://www.acquistiliguria.it>

Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

☐ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

☐ Agenzia/ufficio nazionale o federale

☐ Autorità regionale o locale

☒ Agenzia/ufficio regionale o locale

☐ Organismo di diritto pubblico

☐ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

☐ Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

- ☐ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
- ☐ Difesa
- ☐ Ordine pubblico e sicurezza
- ☐ Ambiente
- ☐ Affari economici e finanziari
- ☒ Salute
- ☐ Abitazioni e assetto territoriale
- ☐ Protezione sociale
- ☐ Servizi ricreativi, cultura e religione
- ☐ Istruzione
- ☐ Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

☐ sì ☒ no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto , ,

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| ☐ Lavori | ☒ Forniture | ☐ Servizi |
| ☐ Esecuzione | ☐ Acquisto | Categoria di servizi n.: |
| ☐ Progettazione ed esecuzione | ☐ Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| ☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | ☐ Noleggio | l'allegato C1 |
| | ☐ Acquisto a riscatto | |
| | ☐ Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Codice NUTS: ITC3

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- ☐ L'avviso riguarda un appalto pubblico
☐ L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- ☐ Accordo quadro con diversi operatori ☐ Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia"

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : ☒ sì ☐ no

II.1.8) Lotti: *(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)*

Questo appalto è suddiviso in lotti: ☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

☐ un solo lotto

☒ uno o più lotti

☐ tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : ☐ sì ☒ no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :**II.2.1) Quantitativo o entità totale :** *(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)*

5438272.00

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 5438272.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : *(se del caso)*

Opzioni : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : *(dall'aggiudicazione dell'appalto)*

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : *(se del caso)*

L'appalto è oggetto di rinnovo: ☒ sì ☐ no

Numero di rinnovi possibile: *(se noto)* 1 oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: 12 oppure in giorni: *(dall'aggiudicazione dell'appalto)*

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : 36 oppure in giorni: *(dall'aggiudicazione dell'appalto)*

oppure

inizio: *(gg/mm/aaaa)*

conclusione: *(gg/mm/aaaa)*

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

- a) Cauzione provvisoria nelle forme previste dall'art. 75 D.Lgs. 163/06, pari al 2 % dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto.
b) Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, c. 8 D.Lgs. 163/06).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Come indicato nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : ☐ sì ☒ no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Come indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Come indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Come indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

- ☐ L'appalto è riservato ai laboratori protetti
☐ L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ☐ sì ☐ no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: ☐ sì ☐ no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

☒ Aperta

☐ Ristretta

☐ Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : ☐ sì ☐ no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

☐ Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori:

oppure,

Numero minimo previsto: e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : ☐ sì ☐ no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

☐ Prezzo più basso

oppure

☒ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

☐ criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

☒ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo ,

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
5874801

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

☒ sì ☐ no

(in caso affermativo)

☒ Avviso di preinformazione ☐ Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 145-425160 del: 16/09/2014 (gg/mm/aaaa)

☐ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 04/02/2015 Ora: 12:00

Documenti a pagamento ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 17/02/2015 Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

☐ Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

☒ Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

☐ Altro: '

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : 23/02/2015 (gg/mm/aaaa) Ora 10:00

(se del caso) Luogo:

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

I Rappresentanti delle Ditte partecipanti alla procedura aperta, presenti alle sedute pubbliche, dovranno essere muniti di procura speciale notarile, qualora dovessero impegnare le stesse Ditte in ogni qualsivoglia forma.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

Facendo riferimento al punto II.1.8) ulteriori informazioni sui lotti sono indicate nella documentazione di gara. Eventuali richieste di chiarimenti sulla gara dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, via PEC all'indirizzo: cra@pecarsliguria.it o a mezzo fax al n. +39 0105488566. Le relative risposte, nonché le comunicazioni di interesse generale ed i chiarimenti, che dovessero rendersi necessari nel corso della procedura di gara saranno pubblicati sul sito: www.acquistiliguria.it sezione «Gare».

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR Liguria

Indirizzo postale: Via dei Mille, 9

Città: Genova

Codice postale: 16147

Paese: Italia (IT)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale Sanitaria
della Regione Liguria — Area Centrale Regionale di
Acquisto

Indirizzo postale: Via G. D'Annunzio 64

Città: Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0105485862

Posta elettronica: cra@pecarsliguria.it

Fax: +39 0105488566

Indirizzo internet: (URL) <http://www.acquistiliguria.it>

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

17
17

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:
Città: Codice postale: Paese:
Punti di contatto: Telefono:
All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax:
Indirizzo internet: (URL)

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'onori e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:
Città: Codice postale: Paese:
Punti di contatto: Telefono:
All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax:
Indirizzo internet: (URL)

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:
Città: Codice postale: Paese:
Punti di contatto: Telefono:
All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax:
Indirizzo internet: (URL)

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale (se noto):
Indirizzo postale:
Città: Codice postale:
Paese:

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 1 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

CANNULE PER ARTROSCOPIA - Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

80.800,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 80800.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione; (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 2 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

CANNULE PER ARTROSCOPIA - Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

20.000,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 20000.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 3 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

426.400,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 426400.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:⁴ (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 4 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

132.000,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 132000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 5 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Ancore biocompatibili per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

84.000,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 84000.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 6 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

90.200,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 90200,00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 7 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI -
Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

48.600,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 48600.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 8 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

139,400,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 139400.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 9 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

101.500,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 101500.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 10 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE - Ancore riassorbibili per la riparazione capsulare della glena scapolare

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

176.800,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 176800.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 11 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE - Ancore in titanio, riassorbibili, radiotrasparenti o in peek o in solo filo per la riparazione capsulare della glena scapolare

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

86.400,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 86400.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 12 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE - Ancore in titanio per la riparazione capsulare della glena scapolare

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

81.600,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 81600.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 13 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI - Set completo di materiale di impianto riassorbibile e strumentario per la sutura di lesioni meniscali in zona rossa e rosso/bianca premontate su manipolo con tecnica all inside-con varie per facilitarne l'introduzione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

287.152,000

(se nota, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 287152.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusion: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 14 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite - Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

316.160.00

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 316160.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 15 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciofosfato + plga - Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

174.640,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 174640,00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione! (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 16 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido L-lattico e glicolico - Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

106.640,000

(se npt, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 106640.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 17 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA -
Sistema di fissazione tibiale LCA sistema fissazione tibiale per GR-ST con vite + guaina

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

65.500,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 65500.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione! (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 18 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA - Sistema di fissazione extra articolare a doppio pin per il neo LCA completo di strumentario dedicato

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

223.200,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 223200.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

1. 2

Lotto n. : 19 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE - Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio con loop per il caricamento del trapianto

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

193.380,000

oppyré

Valore: tra : e: Valuta:

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 20 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE - Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA con sistema in titanio con loop ad alta resistenza per il caricamento del trapianto

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

47.460,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 47460.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 21 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE - Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio a cui è inserito un sistema a carrucola per il caricamento del trapianto

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

93.920,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 93920.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 22 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

23.464,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 23464.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 23 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI - Uncino passa suture monouso per il recupero dei fili attraverso i lembi della lesione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

208.080,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 208080.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione! (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 24 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

19.200,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 19200.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 25 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

122.120,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 122120.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 26 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

136.800,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 136800.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 27 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

42.336,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 42336,00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 28 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

PINZE RECUPERA SUTURE - Pinze recupera suture per la gestione artroscopica del recupero e spostamento delle suture dai vari portali

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

55.200.000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 55200.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 29 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:
SPINGI NODI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

18.400,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 18400.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 30 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

48.000,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 48000.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 31 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

290.440,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 290440.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 32 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

FORBICI ARTROSCOPICHE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

69.960,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 69960,00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 33 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

TENDON STRIPPER - Strumentario chirurgico per il prelievo atraumatico dei tendini gracile e semitendinoso nella chirurgia ricostruttiva del LCA e LCP

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

88.320,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 88320.00

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 34 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

692.000,00

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 692000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 35 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:

SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

217.000,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 217000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 36 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:
ASPIRATORI DA PAVIMENTO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

383.200,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 383200.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotto n. : 37 Denominazione : Fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"

1) Breve descrizione:
CURETTE AD ANELLO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	33190000	

3) Quantitativo o entità:

48.000,000

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 48000.00

Valuta: EUR

oppure

Valore tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : 48 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Le informazioni sul lotto sono indicate nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]	Oggetto
1	Servizi di manutenzione e riparazione
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
7	Servizi informatici e affini
8	Servizi di ricerca e sviluppo [5]
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Categoria n. [7]	Oggetto
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d'acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
27	Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

DISCIPLINARE DI GARA

***Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno***

Lotti n. 37

N° gara 5874801

Sommario:

1. Oggetto e importo
2. Durata, decorrenza
3. Raggruppamento temporaneo di impresa R.T.I.
4. Modalità di presentazione dell'offerta
5. Valutazione tecnica
6. Modalità di aggiudicazione
7. Modalità di svolgimento della gara
8. Altre informazioni sulla gara
9. Riserva di non aggiudicazione
10. Adempimenti successivi
11. Trattamento dati personali
12. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara.

1. Oggetto e importo

La gara, indetta con determinazione del Direttore di Area n. 236 del 24/12/2014, si svolge sotto forma di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha per oggetto la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo complessivo quadriennale presunto di € 5.438.272,000 (IVA esclusa).

La fornitura è distinta in n. 37 lotti:

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA			
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CIG	IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO (IVA esclusa)
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	60619363D6	80.800,000
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	606195210B	20.000,000
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	60619607A3	426.400,000
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	606197867E	132.000,000
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6061987DE9	84.000,000
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6061990067	90.200,000
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	606199762C	48.600,000
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	60619986FF	139.400,000
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6062006D97	101.500,000
10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	6062009015	176.800,000
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	60620111BB	86.400,000
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	6062015507	81.600,000
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	6062020926	287.152,000
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite	6062025D45	316.160,00
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciofosfato + plga	606203230F	174.640,00
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico	6062035588	106.640,00
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	60620398D4	65.500,00
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	6062047F6C	223.200,000
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	6062052390	193.380,00

Centrale Regionale di Acquisto

20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	60620566DC	47.460,00
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	6062064D74	93.920,00
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	6062066F1A	23.464,00
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6062072411	208.080,00
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA			
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	606207675D	19.200,000
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	6062082C4F	122.120,000
26	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)	6062088146	136.800,000
27	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	60620978B1	42.336,000
28	PINZE RECUPERA SUTURE	6062104E76	55.200,000
29	SPINGI NODI	606210929A	18.400,000
30	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE	60621146B9	48.000,000
31	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI	6062117932	290.440,000
32	FORBICI ARTROSCOPICHE	6062125FCA	69.960,000
33	TENDON STRIPPER	60621303EE	88.320,000
34	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	6062133667	692.000,00
35	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	6062143EA5	217.000,000
36	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	6062146123	383.200,000
37	CURETTE AD ANELLO	606215588E	48.000,000
TOTALE QUADRIENNALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)			5.438.272,000

Le caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto di gara, i rispettivi quantitativi annuali e quadriennali, nonché le modalità di effettuazione della fornitura, sono descritti analiticamente nel Capitolato Tecnico (sez. A) e nel Capitolato Speciale di fornitura (sez. B).

Il bando relativo alla gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data xxxxxxxx/2014 e sarà pubblicato, per estratto, su due testate a diffusione nazionale e su due testate a

Centrale Regionale di Acquisto

diffusione regionale, nonché sui siti dell'Osservatorio regionale contratti pubblici e Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Tutta la documentazione di gara può essere visionata sul sito internet della Centrale Regionale di Acquisto www.acquistiliguria.it.

Sarà onere della Ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente il sito per verificare eventuali modifiche che saranno tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera procedura di gara.

Ulteriori eventuali non sostanziali rettifiche che fosse necessario apportare agli atti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito.

2. Durata, decorrenza

Il contratto di fornitura avrà la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla stipula della Convenzione di fornitura.

I contratti stipulati dai singoli Enti (AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S.) c.d. "Ordinativi di fornitura", non potranno avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla Centrale Regionale di Acquisto.

Gli aggiudicatari avranno tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura e la relativa gestione di quanto in oggetto, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

3. Raggruppamento di Imprese R.T.I.

Sono ammesse offerte di Imprese raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente. I requisiti morali e professionali devono essere soddisfatti da ciascuna della Ditte che fanno parte del raggruppamento.

Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste possono essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento, nelle quote e nei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara in oggetto ogni Ditta dovrà far pervenire, pena esclusione, **entro le ore 12,00 del giorno 17/02/2015** in uno dei seguenti modi:

- ☐ con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale
- ☐ a mezzo agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritiro
- ☐ a mano

un PLICO chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura oppure sigillato indirizzato a:

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Ufficio Protocollo, 6° piano

Via D'Annunzio 64 - 16121 GENOVA

(orario di apertura - giorni non festivi da lunedì a venerdì - ore 8.30 - 13.00)

contraddistinto all'esterno da:

- ☐ gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la gara;

In caso di partecipazione ai lotti:

2 (voci a,b,c,d,e) - 3 (voci a,b) - 4 - 5 (voci a,b) - 7 (voci a,b,c,d,e)
 - 8 - 9 (voci a,b) - 10 - 13 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25

□ la dicitura: **"Procedura aperta per la fornitura di Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta Economica;**

Il Plico dovrà contenere n. 3 Buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate; ciascuna busta dovrà recare all'esterno gli estremi del mittente e rispettivamente riportare la dicitura ed avere il contenuto come di seguito specificato:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 1	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Amministrativa	Documentazione Amministrativa di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 2	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Tecnica	Documentazione Tecnica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 3	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Offerta Economica	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare

In caso di partecipazione ai lotti:

1 (voci a,b) - 6 (voci a,b) - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

□ la dicitura: **"Procedura aperta per la fornitura di Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta Economica e Campionatura"**.

Il Plico dovrà contenere n. 4 Buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate; ciascuna busta dovrà recare all'esterno gli estremi del mittente e rispettivamente riportare la dicitura ed avere il contenuto come di seguito specificato:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 1	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Amministrativa	Documentazione Amministrativa di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 2	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Tecnica	Documentazione Tecnica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 3	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Offerta Economica	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 4	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artrosopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Campionatura relativa ai lotti: 1 (voci a,b) - 6 (voci a,b) - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare

In fase di presentazione dell'offerta le Ditte offerenti dovranno presentare la campionatura, contenente n. 4 campioni per singola voce, **relativa ai lotti: 1 (voci a, b) - 6 (voci a, b) - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.**

Centrale Regionale di Acquisto

Detta campionatura potrà essere consegnata, a pena di esclusione:

- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica"

ovvero

- in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara.

Per i restanti lotti: **2 (voci a,b,c,d,e) - 3 (voci a,b) - 4 - 5 (voci a,b) - 7 (voci a,b,c,d,e) - 8 - 9 (voci a,b) - 10 - 13 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25**, le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione - con oneri a proprio carico - il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice secondo le modalità di seguito previste nella sezione "CAMPIONATURA" nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota dalla Centrale.

La mancanza anche di una sola delle buste comporta l'esclusione dalla gara

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) **Istanza di partecipazione a gara**, come da modello allegato (**Allegato F1**).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

All'istanza dovranno essere allegati, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istitutore), secondo lo schema di cui al modello F8.

- b) **Garanzia a corredo dell'offerta**, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, valida per **270 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

- c) **Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Centrale Regionale di Acquisto

Lotto	Importo quadriennale lotto (esclusa IVA)	Importo della garanzia 2% (punto b)	Importo della garanzia 1% (punto c)
1	80.800,000	1.616,00	808,00
2	20.000,000	400,00	200,00
3	426.400,000	8.528,00	4.264,00
4	132.000,000	2.640,00	1.320,00
5	84.000,000	1.680,00	840,00
6	90.200,000	1.804,00	902,00
7	48.600,000	972,00	486,00
8	139.400,000	2.788,00	1.394,00
9	101.500,000	2.030,00	1.015,00
10	176.800,000	3.536,00	1.768,00
11	86.400,000	1.728,00	864,00
12	81.600,000	1.632,00	816,00
13	287.152,000	5.743,04	2.871,52
14	316.160,00	6.323,20	3.161,60
15	174.640,00	3.492,80	1.746,40
16	106.640,00	2.132,80	1.066,40
17	65.500,00	1.310,00	655,00
18	223.200,000	4.464,00	2.232,00
19	193.380,00	3.867,60	1.933,80
20	47.460,00	949,20	474,60
21	93.920,00	1.878,40	939,20
22	23.464,00	469,28	234,64
23	208.080,00	4.161,60	2.080,80
24	19.200,000	384,00	192,00
25	122.120,000	2.442,40	1.221,20
26	136.800,000	2.736,00	1.368,00
27	42.336,000	846,72	423,36
28	55.200,000	1.104,00	552,00
29	18.400,000	368,00	184,00
30	48.000,000	960,00	480,00
31	290.440,000	5.808,80	2.904,40
32	69.960,000	1.399,20	699,60
33	88.320,000	1.766,40	883,20
34	692.000,00	13.840,00	6.920,00
35	217.000,000	4.340,00	2.170,00
36	383.200,000	7.664,00	3.832,00
37	48.000,000	960,00	480,00
Totale	5.438.272,00	1.616,00	808,00

- d) **Dichiarazione** di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).
- e) **Attestazione** comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo quadriennale lotto (esclusa IVA)	Importo contributo (espresso in Euro)
1	60619363D6	80.800,000	Esente
2	606195210B	20.000,000	Esente
3	60619607A3	426.400,000	35,00
4	606197867E	132.000,000	Esente

Centrale Regionale di Acquisto

5	6061987DE9	84.000,000	Esente
6	6061990067	90.200,000	Esente
7	606199762C	48.600,000	Esente
8	60619986FF	139.400,000	Esente
9	6062006D97	101.500,000	Esente
10	6062009015	176.800,000	20,00
11	60620111BB	86.400,000	Esente
12	6062015507	81.600,000	Esente
13	6062020926	287.152,000	20,00
14	6062025D45	316.160,00	35,00
15	606203230F	174.640,00	20,00
16	6062035588	106.640,00	Esente
17	60620398D4	65.500,00	Esente
18	6062047F6C	223.200,000	20,00
19	6062052390	193.380,00	20,00
20	60620566DC	47.460,00	Esente
21	6062064D74	93.920,00	Esente
22	6062066F1A	23.464,00	Esente
23	6062072411	208.080,00	20,00
24	606207675D	19.200,000	Esente
25	6062082C4F	122.120,000	Esente
26	6062088146	136.800,000	Esente
27	60620978B1	42.336,000	Esente
28	6062104E76	55.200,000	Esente
29	606210929A	18.400,000	Esente
30	60621146B9	48.000,000	Esente
31	6062117932	290.440,000	20,00
32	6062125FCA	69.960,000	Esente
33	60621303EE	88.320,000	Esente
34	6062133667	692.000,00	70,00
35	6062143EA5	217.000,000	20,00
36	6062146123	383.200,000	35,00
37	606215588E	48.000,000	Esente

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura e il lotto al quale si intende partecipare.

f) **Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico;** il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.

Centrale Regionale di Acquisto

- g) **Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale** (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.
- h) in caso di **avvalimento** le dichiarazioni previste dall'art. 49 comma 2 D. Lgs. n. 163/2006 e le contestuali dichiarazioni per l'impresa ausiliaria ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006
- i) **Elenco dei lotti** per i quali si presenta offerta.
- j) **Scheda fornitore (Allegato F3)** debitamente compilata e firmata.

Per quanto concerne la documentazione di cui ai punti **b)** e **d)**, nulla osta alla presentazione di un unico documento.

Busta n. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le Ditte concorrenti dovranno presentare, la documentazione tecnica da inserire nella **Busta n. 2** corredata da un elenco dei documenti presentati.

La **Busta n. 2** dovrà contenere:

- a) **scheda tecnica** in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento; se è redatta in una lingua diversa da quella italiana va corredata da una traduzione giurata (asseverazione);
- b) **dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti** (attraverso la compilazione dell'**Allegato F4**), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;
- c) **catalogo**, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B".
In caso di discordanza o contraddittorietà tra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'**Allegato F4** o negli altri documenti (catalogo, etc.), discordanza tale da determinare incertezza assoluta per la valutazione dei parametri dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice assumerà come valido il dato meno favorevole all'Offerente tra quelli comunicati e valuterà l'opportunità di eventuali segnalazioni all'AVCP;
- d) **copia della certificazione CE** (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la **classe di appartenenza del prodotto** in base alla Direttiva CEE 93/42;
- e) **dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
- f) **dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND**;
- g) **dichiarazione attestante la classificazione del dispositivo in riferimento al** numero identificativo d'iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute;

Centrale Regionale di Acquisto

- h) **relazione descrittiva dei materiali costituenti il confezionamento del dispositivo**, del tipo di confezione proposta e il numero dei pezzi per confezione, l'imballaggio e le istruzioni e precauzioni di utilizzo, identificazione del prodotto.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al mod. F4 (dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti) comporta l'esclusione dalla procedura, in quanto sarebbe preclusa alla Centrale la certezza dei contenuti tecnici dell'offerta, contenuti in base ai quali vengono attribuiti i punteggi di qualità.

In caso di discordanza o contraddittorietà tra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.), discordanza tale da determinare incertezza assoluta per la valutazione dei parametri dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice assumerà come valido il dato meno favorevole all'Offerente tra quelli comunicati e valuterà l'opportunità di eventuali segnalazioni alla Autorità giudiziaria e all'AVCP;

- i) **dichiarazione di presenza/assenza di lattice** qualora il dato non sia riportato sulla confezione o sulla scheda tecnica;
- j) **dichiarazione relativa alla compatibilità dei prodotti** proposti con l'esame di risonanza magnetica;
- k) **dichiarazione attestante la ragione sociale** del produttore e dell'eventuale distributore;
- l) copia **offerta economica** dei prodotti offerti per ciascun lotto, **priva dei prezzi** (c.d. "offerta silente");
- m) **elenco riepilogativo** di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto.

Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del dichiarante.

Nel caso in cui uno o più documenti sopra richiesti siano già presenti aggiornati e immediatamente scaricabili dalle banche dati ufficiali del Ministero della Salute, le Ditte concorrenti potranno astenersi dalla presentazione, **indicando nell'elenco riepilogativo il link** a cui collegarsi per scaricare il documento.

Saranno escluse offerte sprovviste dei requisiti (anche di un solo requisito) previsti come indispensabili dal Capitolato tecnico.

Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA

La Busta dovrà presentarsi chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure sigillata e contenere esclusivamente, pena nullità, l'offerta economica, redatta in lingua italiana, in carta legale o resa tale.

Per tutti i lotti, l'**offerta economica** dovrà essere compilata in precisa conformità all'**Allegato F2)** in lingua italiana, in cifre e in lettere, in carta legale o resa tale, senza riserve né condizioni, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente, accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

Unitamente all'allegato F2) la Ditta partecipante dovrà allegare copia dell'allegato F4) riportante le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti.

L'offerta economica, in bollo, a pena l'esclusione dalla gara, dovrà:

- riportare il lotto di partecipazione, il CIG - codice identificativo gara - la ragione sociale dell'offerente (se diverso dal produttore indicare anche la ragione sociale dello stesso), la descrizione (nome commerciale)

Centrale Regionale di Acquisto

- e il codice del prodotto (codice tratto dal catalogo del produttore);
- Indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) di tutte le voci inserite nei lotti di riferimento del Capitolato tecnico. I prezzi offerti dovranno essere indicati con massimo tre cifre decimali;
- indicare l'aliquota IVA cui è soggetto il prodotto offerto;
- Indicare il costo della sicurezza. I costi relativi alla sicurezza per l'esecuzione della fornitura stimati dal committente dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura e dovranno essere specificatamente indicati dall'Impresa (art. 87 co. 4 del D.Lgs.vo n. 163/06).;
- contenere n. 1 copia del **listino prezzi aggiornato** e in vigore, depositato presso la Camera di Commercio competente in data anteriore ai termini di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara riportante.

I prezzi di aggiudicazione dovranno intendersi comprensivi

- di tutti gli oneri ivi compresi il trasporto e la consegna franco magazzino,
- degli oneri derivanti dalla fornitura, in comodato d'uso gratuito, della strumentazione necessaria per l'impianto dei dispositivi oggetto di gara esclusa soltanto l'IVA di cui peraltro deve essere indicata l'aliquota cui sono assoggettati i prodotti proposti.

Saranno escluse le offerte riportanti prezzi superiori alle basi d'asta indicate per ciascuna voce nei lotti inseriti nell'Allegato A2) della documentazione di gara.

Non saranno ammesse offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista economico pena nullità dell'intera offerta presentata.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal titolare della Ditta o dal Legale rappresentante della Società.

Le Ditte offerenti oltre alle offerte economiche, predisposte come sopra detto, dovranno inserire nella Busta n. 3 – Offerta economica, un supporto magnetico (CD, DVD, supporto rimovibile, ecc.) contenente il file nella versione Excel ["Tracciato standard" Allegato F2] delle condizioni di cui alla offerta economica cartacea presentata per il lotto di cui trattasi.

L'Impresa offerente è tenuta a compilare il "Tracciato standard", scaricabile dal sito www.acquisti.liguria.it, di cui all'Allegato F2) in ogni sua parte inserendo le informazioni richieste in merito ai prodotti offerti.

Ogni codice di prodotto offerto dovrà essere inserito in un proprio record (rigo).

A fini dell'aggiudicazione farà fede, in ogni caso, l'offerta cartacea sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Impresa partecipante.

L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Centrale Regionale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
I Plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima del termine medesimo, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

CAMPIONATURA

Per i lotti: **1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21**, le Ditte offerenti dovranno presentare la campionatura, contenente n. 4 campioni per singola voce. La stessa dovrà essere consegnata, a pena di esclusione:

- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica"

ovvero

- in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara.

Per i restanti lotti: **2 (voci a,b,c,d,e) - 3 (voci a,b) - 4 - 5 (voci a,b) – 7 (voci a,b,c,d,e) – 8 – 9 (voci a,b) – 10 – 13 – 15 – 16 - 22 – 23 – 24 – 25**, le Ditte offerenti dovranno produrre in visione - con oneri a proprio

Centrale Regionale di Acquisto

carico - il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario atto ad effettuare tale dimostrazione e successiva valutazione (es.: modelli, pompa artroscopica, fili di sutura ecc.).

La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, inviata a titolo gratuito dovrà:

- essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le **caratteristiche dei prodotti offerti** (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

Per quanto riguarda lo strumentario, le Ditte concorrenti, saranno tenute a presentare i propri set di strumentario per le necessarie valutazioni tecniche, secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice.

La documentazione tecnica e la campionatura sarà esaminata dalla Commissione giudicatrice che si riserva, dopo l'esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato schede tecniche e campioni non conformi a quanto richiesto.

La mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comporterà per il soggetto candidato l'esclusione dalla gara limitatamente al lotto per il quale non è stato presentato il campione.

oooooooooooo

Nessun elemento di carattere economico dovrà essere inserito nelle Buste n. 1 e 2 che dovranno contenere rispettivamente ed esclusivamente la documentazione amministrativa e quella tecnica.

*L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Centrale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
I Plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima del termine medesimo, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.*

5. **Dovere di soccorso**

Ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11.8.2014, n. 114 che ha novellato gli art. 38 e 46 D.Lgs n.163/2006, **la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 D.Lgs n.163/2006, nonché ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Centrale di Acquisto, della sanzione pecuniaria in misura del cinque per mille del valore della gara (commisurato ai lotti partecipati rispetto ai quali rileva l'irregolarità e comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo) e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.**

In tal caso, la Centrale assegna al concorrente un termine di dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le

Centrale Regionale di Acquisto

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al periodo precedente il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Centrale non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali, a mero titolo di esempio, per quanto riguarda i contenuti della busta amministrativa la mancata presentazione (o l'inesatta determinazione) della garanzia di cui ai punti **b)** e **d)**, la mancanza della certificazione di cui al punto **c)** ove il concorrente si intenda avvalere del beneficio della riduzione della cauzione, l'inesattezza dell'importo versato o il mancato versamento del CIG **e)**, la mancanza o l'eventuale incompletezza dei documenti di cui al punto **a)**, **h)**.

A mero titolo di esempio costituiscono irregolarità essenziale, sanabile con le modalità di cui sopra, per quanto riguarda i contenuti della busta tecnica la mancata presentazione della dichiarazione di cui al mod. F4 (dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti) o la discordanza o contraddittorietà fra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.) o comunque l'assenza di altri elementi, purché il contenuto dell'originaria offerta sia obiettivamente determinabile, senza possibilità per il concorrente di modificare o adeguare l'offerta stessa in sede di regolarizzazione delle dichiarazioni o degli elementi essenziali mancanti/discordanti.

Ogni eventuale altra mancanza o contraddizione, in quanto comportante incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o comunque su suoi elementi essenziali (anche in rapporto ai previsti elementi tecnici rilevanti per l'attribuzione dei punteggi di aggiudicazione), ovvero sulla provenienza dell'offerta stessa, comporterà esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46.1bis del d. lgs. n. 163/2006.

6. Valutazione tecnica

La valutazione qualitativa dei prodotti proposti dalle Ditte partecipanti alla gara è demandata ad apposita Commissione all'uopo costituita.

Modalità di determinazione dei coefficienti

I punteggi, per tutti i parametri oggetto di valutazione, saranno determinati attraverso confronto a coppie secondo le linee guida di cui all'allegato P del DPR n. 207/2010.

Le valutazioni attribuite ad ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.

In presenza di **unica offerta idonea** si procederà ad una valutazione di idoneità dalla Commissione giudicatrice sotto il profilo tecnico rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nella "Sezione A – Capitolato tecnico".

7. Modalità di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo, come di seguito specificato.

Tutti i valori assoluti saranno trasformati in valori percentuali (con tre cifre decimali) rispetto alla base di riferimento.

▪ **PREZZO: massimo punti 40**, secondo la seguente formula:

Centrale Regionale di Acquisto

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 40 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 40 \times \left(0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right)$$

dove

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

R_{Max} = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

R_{Medio} = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto **fossero soltanto due**, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- **PREZZO: massimo punti 40**, secondo la seguente formula:

$$p = (40 \times P_{\text{min}}) / P \text{ con:}$$

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

P_{min} = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

- **QUALITA': massimo punti 60**, diversamente in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nell'allegato (Sezione "A") e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nel D.P.R. n. 207/2010 (allegati G e P), e alle "linee per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture" emesse nel maggio 2011 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture.

I criteri per l'attribuzione dei coefficienti sono riepilogati nella tabella seguente a cui rinviano puntualmente e specificamente i parametri di valutazione indicati nell'allegato "Sezione A":

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,0	Q1
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie secondo le linee guida di cui all'allegato G DPR n. 207/2010. Le valutazioni attribuite ad ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q1		Q2

Centrale Regionale di Acquisto

Criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	I valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche fondate sui principi indicati nel D.P.R. n. 207/2010 (allegato G) e cioè: - coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; - coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; - coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori	Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare - Valore a base Gara) / (Valore offerta massima - Valore a Base di gara).	Q 3
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.	Q 3 *
		Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara - Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta minima)	Q 4
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	Q 4 *
Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza)		Q 5

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati **tre decimali** dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 60 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$$P_i \times 60 / P_{mig}$$

ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;

P_{mig} = miglior punteggio conseguito;

La valutazione qualitativa dei prodotti proposti dalle ditte partecipanti alla gara è demandata ad apposita Commissione all'uopo costituita.

Il prezzo si intenderà franco e libero di ogni e qualsiasi spesa, trasporti, imballi, IVA di legge esclusa, per merce resa "franco magazzino" di destinazione.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e completa, ad insindacabile giudizio della Centrale di Acquisto.

8. Modalità di svolgimento della gara**1° fase – Verifica della documentazione e ammissione delle Ditte alla valutazione tecnico-qualitativa**

In data **23/02/2015 alle ore 10,00**, in una sala della Centrale Regionale di Acquisto sita in via G. D'Annunzio 64 (2° piano) – 16121 Genova, è tenuta una **seduta pubblica**, presieduta dal Dirigente Responsabile del procedimento (RUP) o suo delegato, con il seguente svolgimento:

Il Dirigente responsabile del procedimento procede:

1. a verificare che i concorrenti abbiano presentato il Plico contenente le Buste (n. 1 "Documentazione Amministrativa", n. 2 "Documentazione Tecnica", n. 3 "Offerta Economica e n. 4 "Campionatura relativa ai lotti: 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21");
2. solo per le Ditte concorrenti per le quali ricorrano le circostanze di cui al precedente punto 1, all'apertura del suddetto Plico ed alla verifica della presenza delle distinte Buste prescritte: Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa", Busta n. 2 "Documentazione tecnica", Busta n. 3 "Offerta Economica" e Busta n. 4 "Campionatura" relativa ai lotti 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21";
3. alla verifica dell'integrità delle singole buste;
4. all'apertura della Busta n. 1 ed alla verifica che la documentazione nella stessa contenuta sia completa e rispondente a quanto previsto nel presente Disciplinare;
5. alla conferma della corrispondenza dei PASSOE dei partecipanti attraverso l'interfaccia web AVCPASS a quanto riportato sulla domanda di partecipazione;
6. alla eventuale acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'AVCP;
7. ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, al sorteggio fra le Ditte/ATI ammesse, di un numero di offerenti pari al 10% (arrotondato all'unità superiore) per la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalle Ditte stesse. Detta comprova potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Non saranno computate tra gli offerenti le PMMI ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. n. 180/2011 e alle medesime non sarà richiesta in questa fase alcuna documentazione.

Qualora la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, la Centrale di Acquisto provvede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 163/2006.

La Centrale di Acquisto, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli disposti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 su tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara.

8. a sigillare in un unico plico controfirmato nei lembi d'apertura tutte le Buste n. 3 contenenti le offerte economiche. Le offerte verranno aperte nella seduta pubblica di seguito indicata;
9. a far controfirmare dai componenti il seggio di gara e da uno o più dei presenti i lembi di apertura di tutte le Buste n. 1 e Buste n. 2 presentate;
10. ad affidare in custodia al Dirigente responsabile del procedimento, per ogni singola Ditta, la Documentazione Amministrativa fornita, la Busta n. 2 di Documentazione Tecnica, il plico contenente le Buste n. 3 di Offerta Economica e la Busta n. 4 "Campionatura relativa ai lotti: 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21";
11. a disporre la custodia di tutto il materiale presentato in armadio dotato di serratura, in luogo chiuso (stanza n. 1 piano 6°);
12. delle risultanze viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione giudicatrice.

E' facoltà del Dirigente responsabile del procedimento richiedere integrazioni e/o chiarimenti in caso di documentazione incompleta. Potrà esser consentita l'integrazione assegnando alla Ditta un termine entro il quale provvedere all'integrazione/i richiesta.

Centrale Regionale di Acquisto

II° fase – Verifica della documentazione tecnica

La Commissione giudicatrice - appositamente nominata con determinazione del Direttore di Area - competente alla valutazione qualitativa, riunita in seduta pubblica, acquisite dal RUP le buste di Documentazione Tecnica (buste n. 2) presentate dalle Ditte ammesse procede, ai sensi dell'art. 120, 2° comma, D.P.R. n. 207/2010:

1. alla verifica della integrità delle Buste n. 2 e n. 4 contenenti la Campionatura relativa ai lotti: 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21;
2. all'apertura delle Buste n. 2 e n. 4 per le ditte ammesse;
3. alla verifica della documentazione contenuta nella Busta n. 2 mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti e conferma della relativa corrispondenza con l'elenco allegato; è comunque esclusa la possibilità per i terzi presenti di prendere in visione il contenuto delle offerte tecniche presentate.
4. alla verifica sommaria della consistenza e tipologia della Campionatura contenuta nella Busta n. 4 relativa ai lotti: 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21, mediante controllo della relativa corrispondenza con l'elenco allegato;
5. a controfirmare gli elenchi riepilogativi della documentazione tecnica contenuta nella Buste n. 2 e della Campionatura contenuta nella Busta n. 4;
6. a far controfirmare ai rappresentanti delle Ditte muniti di procura i medesimi elenchi;
7. ad affidare in custodia al Dirigente responsabile del procedimento, per ogni singola Ditta le Buste n. 2 di Documentazione Tecnica;
8. ad affidare in custodia al Dirigente responsabile del procedimento, per ogni singola Ditta le Buste n. 4 contenenti la Campionatura relativa ai lotti: 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21;
9. a disporre la custodia di tutto il materiale presentato in armadio dotato di serratura, in luogo chiuso (stanza n. 1 piano 6°);
10. delle risultanze verrà redatto verbale pubblico.

III° fase: Valutazione di qualità

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico la campionatura richiesta (Sezione "A" - Capitolato tecnico) per ciascun lotto ed il relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64 , Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario.

La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

La Campionatura dei dispositivi, prodotta in visione, a titolo gratuito:

- dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

Successivamente la Commissione giudicatrice, riunita in seduta non pubblica, procederà a:

1. valutare, previo esame della documentazione tecnica fornita, della campionatura visionata e di quella fatta pervenire relativa ai lotti: 1 (voci a, b) – 6 (voci a, b) – 11 – 12 – 17 - 18 - 19 - 20 – 21, la presenza delle caratteristiche tecniche indispensabili e la qualità delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico (**Sezione "A"**); la mancanza anche di una sola delle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e/o obbligatorie comporterà l'esclusione dalla procedura;

Centrale Regionale di Acquisto

2. attribuire il punteggio di **Qualità** sulla base dei **criteri di valutazione** elencati al precedente punto 6 e individuati per ciascun parametro nella **Sezione "A"**.

La Commissione giudicatrice provvederà a redigere apposito **Verbale** riportante le fasi della gara soprariportate.

I verbali dovranno dare atto delle modalità di conservazione degli atti di gara.

IV° fase: Conferimento di fornitura

Nella data che verrà preventivamente comunicata ai concorrenti in una sala della Centrale Regionale di Acquisto sita in via G. D'Annunzio 64 (2° piano) - 16121 Genova, è tenuta una seduta pubblica che avrà il seguente svolgimento:

Il Dirigente responsabile del procedimento, nella funzione di Presidente del Seggio di gara, provvede:

1. alla lettura del punteggio di Qualità come formalizzato nel Verbale della Commissione Giudicatrice;
2. all'apertura del Plico sigillato contenente le Buste delle Offerte Economiche;
3. all'apertura delle singole buste ed alla lettura dei prezzi proposti, per singolo Lotto, dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale Regionale di Acquisto);
4. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al prezzo;
5. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento ai procuratori delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio;
6. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006; in caso di offerte anomale ai sensi degli artt. 86-88 D.Lgs. n. 163/2006 l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva.

Del che verrà redatto **Verbale** pubblico.

I rappresentanti delle Ditte interessate alla presente procedura aperta, presenti alle **sedute pubbliche** della I°, II°, IV° fase, dovranno essere muniti di **procura speciale notarile**, qualora dovessero impegnare le stesse Ditte in ogni qualsivoglia forma.

9. Altre informazioni sulla gara

La Centrale di Acquisto si riserva la facoltà insindacabile di:

- ⇒ non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- ⇒ non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- ⇒ di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale verrà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti, qualora nel corso della seduta pubblica di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati, ecc..

Nel caso in cui la Centrale di Acquisto ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

Centrale Regionale di Acquisto

La congruità dell'offerta economica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 (offerte anormalmente basse).

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede operativa della Centrale di Acquisto sita in Via D'Annunzio 64 – 16121 Genova.

In caso di modifiche relative alle date e/o al luogo di svolgimento delle sedute, sarà cura della Centrale di Acquisto darne comunicazione ai concorrenti attraverso pubblicazione sul sito internet indicato.

10. Riserva di non aggiudicazione

La Centrale di Acquisto si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti casi:

- a. nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b. in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip Sanità oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo, in atti di natura cogente.

Nel caso di cui al punto b. alla Ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento.

Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione.

11. Adempimenti successivi

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Centrale di Acquisto provvederà, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica - I° fase) alla verifica del possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**, richiedendo la presentazione della documentazione sopraindicata.

La Centrale di Acquisto provvederà all'**aggiudicazione definitiva** a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Centrale di Acquisto provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di aggiudicazione, la Centrale procederà alla verifica, tramite il sistema AVCPASS dei requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria.

In caso di RTI, entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le Ditte dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la Centrale di Acquisto potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. n. 163/2006, i **risultati** della procedura di aggiudicazione saranno **pubblicati** secondo le modalità previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine di **48 giorni** dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

L'aggiudicazione definitiva diventa **efficace** dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di fornitura avrà luogo entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura sarà stipulata non prima di **35 giorni** dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Centrale Regionale di Acquisto

La Convenzione di Fornitura sarà stipulata secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e la loro registrazione sarà a cura della Centrale di Acquisto.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della ditta/e aggiudicataria/e.

Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall'art. 34 punto 35 D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, come convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'aggiudicatario resta impegnato alla stipula del contratto per 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Prima della stipula della Convenzione e comunque entro il termine fissato dalla Centrale di Acquisto l'aggiudicatario dovrà fornire, a pena di decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della **cauzione definitiva** potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

12. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, si informa che:

- ✓ il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed all'eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- ✓ il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ la comunicazione dei dati alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara;
- ✓ l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 – "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" – del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

13. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno **15 gg. prima** della scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo fax al n. 010/5488566.

Le risposte relative, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate nei termini di legge sul sito www.acquistiliguria.it - Sezione "Gare".

REGIONE LIGURIA
ARS LIGURIA
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Luigi Moreno COSTA)

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA**

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

OGGETTO

La gara ha per oggetto la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria.

La fornitura è distinta nel sottoelencati 37 lotti:

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA		
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CARATTERISTICHE PRODOTTO
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • materiale plastico trasparente • con un ampio range di misure • non forate in punta • con filetto per l'avvitamento • con rubinetto di deflusso • con guarnizione di tenuta rimovibile.
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • materiale plastico trasparente • di vari diametri da 4,5 mm a 8.5 mm, e di varie lunghezze da 45 a 90 mm. • con filetto per l'avvitamento • con rubinetto di deflusso • con guarnizione di tenuta
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out a doppio filetto corticale e spong. • diametro minimo 5,5 mm • in tricalciofosfato o peek di vari diametri (per revisione) o comunque osteoconduttivo • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore. • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore.
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biocompatibili ad elevato pull-out • in materiale biocomposito a parete elicoidale incompleta o forata per migliorare l'osteointegrazione • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore.
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore biocompatibili per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biocompatibili ad elevato pull-out • ancore di vari diametri • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore • anche se dotate di aghi premontati.
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biocompatibili ad elevato pull-out • in materiale radiotrasparente di vari diametri

Centrale Regionale di Acquisto

		• premontate su manipolo per l'inserzione nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con doppio o singolo filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole.
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biocompatibili ad elevato pull-out • in materiale biorassorbibile o peek radiotrasparente • premontate su manipolo per l'inserzione nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • eventuale con filo in nitinol provvisto di asola distale per il trascinamento dei fili.
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • metalliche in titanio ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e con la possibilità di aggiungere un secondo filo prima del posizionamento.
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • metalliche in titanio ad elevato pull-out • uguale o superiore a 5 mm. • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • con filo di sutura ad elevata robustezza singolo o doppio.
10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore riassorbibili per la riparazione capsulare della glena scapolare. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole • con la possibilità di sostituire il filo premontato con filo riassorbibile in pds.
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore in titanio, riassorbibili, radiotrasparenti o in peek o in solo filo per la riparazione capsulare della glena scapolare. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biocompatibili ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta o avvitate • con filo di sutura singolo o doppio ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore.
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore in titanio per la riparazione capsulare della glena scapolare. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • metalliche in titanio ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e con la possibilità di aggiungere un secondo filo prima del posizionamento.
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCAI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	Set completo di materiale di impianto riassorbibile e strumentario per la sutura di lesioni meniscali in zona rossa e rosso/bianca premontate su manipolo con tecnica all inside con varie per facilitarne l'introduzione. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento retto/curvo ed inverso • con la possibilità di eseguire la sutura in un'unica manovra senza estrarre il manipolo dall'articolazione • con filo di sutura ad elevata robustezza.
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite	Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • complete di cacciavite ed eventuale maschiatore • in acido polilattico + idrossiapatite • con filetto no cut • a profilo conico per almeno metà della lunghezza totale • ampio range di misure

Centrale Regionale di Acquisto

15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciofosfato + plga	• di diametro da 7 mm a 12 mm. Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • complete di cacciavite ed eventuale maschiatore • in tricalciofosfato + plga • con filetto no cut • a profilo conico • di varie misure da 23 mm a 35 mm • di diametro da 7 mm a 12 mm.
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico	Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • complete di cacciavite ed eventuale maschiatore • in acido l-lattico e glicolico • con filetto no cut • a profilo conico in punta • di varie misure da 20 mm a 30 mm di vari diametri da 7 mm a 10 mm.
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	Sistema di fissazione tibiale LCA sistema fissazione tibiale per GR-ST con vite + guaina. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • sistema composto da guaina ad espansione + vite conica autofilettante in TCP+PLA di diametro variabile • materiale riassorbibile TCP+PLA lunghezza unica vari diametri.
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA.	Sistema di fissazione extra articolare a doppio pin per il neo LCA completo di strumentario dedicato. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • biorassorbibili biocompatibili • trans femorale. • in tricalciofosfato • utilizzabile sia per il tendine rotuleo che per il STG • strumentario dedicato.
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio con loop per il caricamento del trapianto. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • di varie misure fino a 60 mm. • supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale • utilizzabile sia con BTB che con STG • con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out • strumentario dedicato.
20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA con sistema in titanio con loop ad alta resistenza per il caricamento del trapianto. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • di varie misure e lunghezze • con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out • strumentario dedicato.
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio a cui è inserito un sistema a carrucola per il caricamento del trapianto. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • misura unica • supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale • utilizzabile sia con BTB che con suture di trasporto premontate ad elevato pull out • strumentario dedicato.
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	Cambre per la fissazione del LCA. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Cambre in lega di titanio aventi profilo interno dotate di dentini per una sicura fissazione del neo legamento all'osso.

Centrale Regionale di Acquisto

		L'altezza dei rebbi dovrà essere da 15 mm a 20 mm, la gamma di larghezze dovrà prevedere misure di 6, 8, 10, 12 mm. Strumentario dedicato.
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Uncino passa suture monouso per il recupero dei fili attraverso i lembi della lesione. <i>Caratteristiche tecniche:</i> • sottile, metallico ad elevata rigidità e robustezza in modo che sia consentita • agevolmente la penetrazione transcutanea • tagliente in punta con vari gradi di curvatura • con asola a estrazione in punta aperta.
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	Uncini per la sutura della capsula articolare della spalla. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Sistema costituito da un manico in cui sono integrate due rotelle che spingono il filo di sutura attraverso le punte ad uncino intercambiabili. Disponibilità di diverse lunghezze e curvature degli uncini in modo da poter agevolmente trattare qualunque tipo di lesione. La cannulazione del sistema permette il passaggio dei fili passa suture o fili di sutura monofilamento di dimensione da # 2-0 fino a # 1. Possibilità di sterilizzazione in autoclave Sistema in grado di permettere l'utilizzo di una singola cannula operativa.
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	Frese cannulate tipo Rosenberg. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Si richiedono frese cannulate artroscopiche a ghianda tipo Rosenberg per realizzazione di tunnel ossei nella ricostruzione del legamento crociato anteriore. Tali frese, realizzate in acciaio inox medicale, dovranno essere di diametro 6,7,8,9,10,11,12 mm, di lunghezza totale minima di almeno 18 cm. A partire dalla punta dovranno essere calibrate con tacche ben visibili ogni 5 mm fino almeno alla lunghezza di 130 mm. Al loro interno dovrà poter scorrere liberamente un filo guida asolato di diametro 2,4 mm. Adattabilità a tutti i trapani in dotazione presso le Sale Operatorie Ortopediche.
26	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)	Puntatori femorali per ricostruzione LCA (AIMER). <i>Caratteristiche tecniche:</i> Si richiedono due set completi di puntatori femorali aventi un offset di 5,6,7,8 mm da utilizzarsi per il posizionamento del filo guida femorale nella procedura di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Tali puntatori artroscopici dovranno essere costituiti in acciaio medicale sterilizzabile in autoclave, avere una facile e sicura presa che consenta al chirurgo un preciso posizionamento. I puntatori dovranno essere cannulati al loro interno per consentire il passaggio del filo guida di diametro 2,4 mm e dovranno presentare lo stelo graduato con tacche ad ogni centimetro di lunghezza.
27	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	Fili guida asolati per legamento crociato anteriore. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Si richiede un filo metallico in acciaio inox medicale avente diametro 2,4 mm, ed una lunghezza da 38 a 40 cm. Tale filo, da utilizzarsi per il trasporto del neolegamento all'interno del tunnel con l'ausilio di una sutura, dovrà possedere un'asola nella parte distale atta all'alloggiamento di almeno 4 fili di sutura calibro USP 2. La parte prossimale dovrà possedere una punta trocar per una facile perforazione ossea.
28	PINZE RECUPERA SUTURE	Pinze recupera suture per la gestione artroscopica del recupero e spostamento delle suture dai vari portali. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Il disegno delle "chele" delle pinze dovranno garantire un'agevole presa delle suture preservandone l'integrità. Dovranno possedere le seguenti caratteristiche: ▪ massima robustezza nei confronti delle rotture dell'estremità distale. ▪ impugnatura ergonomica con lunghezza delle ganasce differenziata per ottenere il massimo confort.
29	SPINGI NODI	Spingi nodi. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Spingi nodi con estremità chiuse ad un foro, lunghezza non inferiore a 20 cm con impugnatura ad anello, in acciaio medicale sterilizzabile.
30	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE	Pinze taglia suture artroscopiche.

Centrale Regionale di Acquisto

		Caratteristiche tecniche: Si richiede una pinza idonea al taglio di tutte le tipologie di suture ad alta resistenza. Tale strumento dovrà essere realizzato in acciaio medico sterilizzabile, avere un diametro idoneo all'inserimento nelle cannule artroscopiche in dotazione e operare il taglio di due suture contemporanee (massimo calibro 2 USP) con dispositivo scorrevole a ghigliottina. La pinza dovrà inoltre essere dotata di dispositivo di sicurezza che garantisca il taglio delle suture solo a seguito azionamento della levetta da parte del chirurgo. Tale pinza dovrà avere una lunghezza operativa minima di 16 cm. Indispensabile poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati.
31	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI	Basket e pinze da presa per grandi, medie e piccole articolazioni. Caratteristiche tecniche: Una strumentazione dotata di impugnatura agile, ergonomica e sicura per essere utilizzata in grandi, medie e piccole articolazioni. L'articolazione del morso deve avvenire per scivolamento multicentrico della ganasce superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si articoli su un unico perno. Varietà di spessore, profilo, larghezza, lunghezza e inclinazione dei morsi taglienti. Le pinze devono avere leve di blocco/sblocco rapido con bocca a denti tipo squalo e larga a denti retrogradi per catturare tessuti molli e frammenti fibrocartilaginei. Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrarticolari.
32	FORBICI ARTROSCOPICHE	Forbici artroscopiche. Caratteristiche tecniche: Strumentazione dotata di impugnatura ergonomica e agile, utilizzabile in grandi, piccole e medie articolazioni. L'articolazione del morso deve avvenire per scivolamento multicentrico della ganasce superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si articoli su un unico perno, margini serrati. Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrarticolari. Morso retto, morso inclinato a dx e morso inclinato a sn.
33	TENDON STRIPPER	Strumentario chirurgico per il prelievo atraumatico dei tendini gracile e semitendinoso nella chirurgia ricostruttiva del LCA e LCP. Caratteristiche tecniche: • lunghezza stelo da cm.30 a cm. 35 • chiusa e dotata di affilatura atraumatica onde evitare danni accidentali ai tendini.
34	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	Pinze per la sutura della cuffia dei rotatori "One step". Caratteristiche tecniche: Si richiede una pinza atta alla riparazione dei tessuti della cuffia dei rotatori della spalla che consenta il passaggio di una sutura di calibro USP2 attraverso i tessuti con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo portale artroscopico. Tale pinza dovrà possedere nella parte distale un morso tipo "grasper" a basso profilo sufficientemente profondo per afferrare un'ampia porzione di tessuto da suturare. Dovrà inoltre essere cannulata al suo interno per permettere lo scorrimento di un ago monouso che verrà utilizzato per il passaggio della sutura attraverso la cuffia dal basso verso l'alto. La pinza dovrà essere costruita in acciaio inox medico sterilizzabile ed avere le seguenti caratteristiche: ▪ lunghezza operativa minima di 15 cm ▪ diametro dello stelo massimo 5 mm ▪ apertura del morso di almeno 10 mm ▪ lunghezza minima del morso di almeno 12 mm ▪ eventualmente dotata di uncino distale per recupero della sutura ▪ aghi monouso dedicati.
35	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	Sistema per il trattamento delle lesioni cartilaginee. Caratteristiche tecniche: Sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di lunghezza adeguata e di diametro non superiore ad 1 mm per ottenere la fuoriuscita di cellule midollari pluripotenti e stimolare il processo di riparazione composti da manipoli riutilizzabili e filo guida. Strumentario dedicato.

Centrale Regionale di Acquisto

36	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	Aspiratori da pavimento. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Dispositivi progettati per garantire che il pavimento della sala operatoria rimanga asciutto durante le procedure chirurgiche. Costano di un disco di plastica dotato di incavi per asciugare il pavimento. Dovranno essere di dimensioni ridotte, di uso semplice.
37	CURETTE AD ANELLO	Curette ad anello. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Dispositivi progettati per curettage cartilagineo Dotate di manici ergonomici con riferimento alla direzione della punta, diversi diametri e angolature.

Le Ditte dovranno offrire il 100% delle voci comprese in ciascun lotto, pena esclusione.

VALIDO PER TUTTI I LOTTI: Le misure dei diametri e delle lunghezze sono indicativi e si accetterà una tolleranza del $\pm 10\%$.

Laddove viene richiesto apposito strumentario per l'impianto del dispositivo oggetto di gara, detto strumentario dovrà essere contenuto possibilmente in un solo container chiuso, dotato di filtri sul coperchio e comunque di peso non superiore a 15 Kg. (in ottemperanza a quanto previsto dalle norme antiinfortunistiche vigenti) che dovranno essere chiusi
 Gli operatori economici non potranno partecipare a più lotti offrendo lo stesso prodotto.

DURATA

Il contratto di fornitura avrà la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi.

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE E SELEZIONE DEI CONCORRENTI

La documentazione e la campionatura presentata saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice secondo quanto riportato nella "Sezione A – Capitolato tecnico".

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di seguito specificati:

- ☐ PREZZO: massimo di 0,4 su 1
- ☐ RESTANTI ELEMENTI: massimo 0,6 su 1.15

LOTTO 1 - 2		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
GARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	
	costi suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Trasparenza	10	Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula.
Ampio range di misure	10	Attribuzione del valore in relazione in relazione all'ampio range di misure disponibili.
Facilità d'inserimento	10	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.
Completa filettatura dello stelo	10	Attribuzione del valore in relazione alla completa filettatura dello stelo per la facilità dell'inserimento.
Tenuta stagna delle valvole alle pressioni	20	Attribuzione del valore in relazione alla fuoriuscita di acqua dalle valvole.

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO 3 - 4 - 5 - 6 - 7		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Scorrevolezza del filo	5	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.
Qualità delle suture	15	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza meccanica e tenuta del filo. (Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta. La Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare la conversione da J a Nm nel modo seguente: 1 joule = 1 newton x metro Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un'unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come: "Nm = zero (0)" o "J = zero (0)".
Riconoscibilità delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Sistema premontato pronto all'uso	5	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità dell'impianto.
Facilità e velocità di inserimento	15	Attribuzione del valore in relazione alla facilità e velocità di inserimento dell'impianto.
LOTTO 8 - 9		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Riconoscibilità delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità delle suture.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Suture ortogonali	15	Attribuzione del valore in relazione alle suture ortogonali.
Premontato pronto all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.
LOTTO 10		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Possibilità di aggiungere o sostituire una sutura	15	Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di aggiungere o sostituire una sutura.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Stabilità del premontato pronto all'uso	10	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.
LOTTO 11		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO

Centrale Regionale di Acquisto

MAX 60		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
MAX 60		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
Voci a) e b)	così suddiviso	
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Riconoscibilità delle suture	15	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità delle suture di diverso colore.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Stabilità del premontato pronto all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.
LOTTO 12		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
MAX 60		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
Voci a) e b)	così suddiviso	
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Riconoscibilità delle suture	15	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità delle suture in ordine alla possibilità di aggiungere/sostituire suture.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Stabilità del premontato pronto all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.
LOTTO 13		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
MAX 60		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
	così suddiviso	
Possibilità di riduzione della lesione	20	Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.
Flessibilità del sistema	10	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.
Strumentario ridotto	15	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzare e di gestione dello strumentario.
Sutura a lento riassorbimento documentata	15	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura. (Il valore che deve essere documentato dalla Ditta - Valore minimo sei mesi).
LOTTO 14 - 15 - 16 - 17		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
MAX 60		
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
	così suddiviso	
Strumentario ridotto corredato da filo guida in nitilon	10	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.
Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	10	Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Centrale Regionale di Acquisto

Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Completa riassorbibilità	15	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di riassorbimento della vite. (Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).
Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	10	Attribuzione del valore in relazione al lento riassorbimento della sutura documentata. (Il valore deve essere documentato dalla Ditta). (L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).
Ampio range di misure	5	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione all'ampio range di misure disponibili. (Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).

LOTTO 18

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
Voci a) e b)	così suddiviso	
Strumentario dedicato dotato di guida e di stop meccanico	10	Attribuzione del valore in relazione alla presenza/assenza di stop meccanico e dell'adeguata guida nonché della funzionalità, maneggevolezza.
Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	20	Attribuzione del valore in relazione alla presenza/assenza del press-fit e contatto innesto osseo a 360°.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Completa riassorbibilità dei pin	10	Attribuzione del valore in relazione alla completa riassorbibilità dei pin.
Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	10	Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.

Loti 19 - 20 - 21

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
	così suddiviso	
Semplicità di posizionamento del sistema	15	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di posizionamento del sistema.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Resistenza alla trazione	20	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza alla trazione. (Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta. La Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare la conversione da J a Nm nel modo seguente: 1 joule = 1 newton x metro Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un'unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come "Nm = zero (0)" o "J = zero (0)").
Minimo spessore del sistema	15	Attribuzione del valore in relazione al minimo spessore del sistema.

LOTTO 22

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
	così suddiviso	

Centrale Regionale di Acquisto

Facilità d'inserzione	20	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio e stabilità su adeguato manipolo (fornito dalla ditta). <i>La facilità di inserzione del sistema verrà verificata dalla Commissione giudicatrice in rapporto alla stabilità del montaggio sul manipolo. Sarà testata su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).</i>
Basso profilo	20	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo.
Presi rebbi	20	Attribuzione del valore in relazione alla presa rebbi e alla loro deformabilità.
LOTTO 23		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
<i>Voci a) - b) - c) - d)</i>	costi suddiviso	
Possibilità di chiusura in tre posizioni	20	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola (con prova).
Maneggevolezza	20	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Robustezza dell'impugnatura	20	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza dell'impugnatura.
LOTTO 24		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
	costi suddiviso	
Scorrevolezza dei fili	15	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore.
Semplicità innesto su manipolo	20	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo.
Capacità di perforazione	25	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione.
LOTTO 25		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60	CRITERIO
	costi suddiviso	
Buona leggibilità delle misure	20	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.
Aggressività e rapidità di perforazione	25	Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. <i>(L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).</i>
Scorrevolezza del filo	15	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.
LOTTO 26		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	

Centrale Regionale di Acquisto

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Buona leggibilità delle misure	20	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.
Maneggevolezza	10	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Facilità di introduzione nei tunnel	15	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nei tunnel.
Completezza della gamma	15	Attribuzione del valore in relazione alla completezza della gamma dei diametri (da 5 a 8).
LOTTO 27		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Capacità di penetrazione	15	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.
Diametro asola	10	Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.
Robustezza	15	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza.
Flessibilità	20	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità.
LOTTO 28		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Riconoscibilità - colore impugnatura	15	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità - colore impugnatura.
Atraumaticità delle chele	15	Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.
Profilo smusso	10	Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.
Gamma lunghezze	20	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di lunghezze offerte riferite alle varie articolazioni.
LOTTO 29		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Atraumaticità sul filo	25	Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo.
Maneggevolezza	15	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Scorrevolezza sul filo	20	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo.
LOTTO 30		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO

Centrale Regionale di Acquisto

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Gamma di angolazioni	25	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni.
Sicurezza	10	Attribuzione del valore in relazione alla sicurezza.
Maneggevolezza	10	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Efficacia del tagliente	15	Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente.
LOTTO 31		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Maneggevolezza ed ergonomia	20	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia.
Basso profilo del morso	20	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso.
Varietà di inclinazione e angolatura del morso	20	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso.
LOTTO 32		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Maneggevolezza ed ergonomia	20	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomia.
Basso profilo del morso	15	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso.
Varietà di inclinazione e angolatura del morso	15	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso.
Resistenza meccanica	10	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza meccanica <i>(Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta. La Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare la conversione da J a Nm nel modo seguente: 1 joule = 1 newton x metro Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un'unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come: "Nm = zero (0)" o "J = zero (0)".</i>
LOTTO 33		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Caratteristiche del tagliente	30	Attribuzione del valore in relazione alle caratteristiche del tagliente.
Sicurezza sul tendine	30	Attribuzione del valore in relazione alla sicurezza sul tendine.
LOTTO 34		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO 35		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Maneggevolezza attraverso una cannula artroscopica	15	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza attraverso una cannula artroscopica.
Semplicità di utilizzo	10	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo.
Facilità di montaggio dell'ago monouso	10	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso.
Basso profilo	15	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza.
Precisione fuoriuscita del filo	10	Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo.
LOTTO 36		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Pin con stop metallico	20	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di pin con stop metallico.
Adeguate profondità dei pin	25	Attribuzione del valore in relazione alla fuoriuscita delle cellule midollari.
Maneggevolezza dello strumentario	15	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza dello strumentario.
LOTTO 37		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Dimensioni ridotte	15	Attribuzione del valore in relazione alle dimensioni ridotte dell'aspiratore.
Capacità aspirazione	20	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di aspirazione.
Praticità di utilizzo	10	Attribuzione del valore in relazione alla praticità di utilizzo.
Resistenza all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza all'uso.
LOTTO 38		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO
	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Ergonomicità dell'impugnatura	15	Attribuzione del valore in relazione all'ergonomicità dell'impugnatura.
Gamma diametri	15	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di diametri offerti.
Gamma angolature	15	Attribuzione del valore in relazione alla gamma delle angolature offerte.
Robustezza anello	15	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza dell'anello.

Valore resistenza meccanica

Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta.

La Commissione giudicatrice effettuerà la conversione da J a Nm nel modo seguente: 1 joule = 1 newton x metro

Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come:

Nm = zero (0) o J = zero (0).

CAMPIONATURA

In fase di presentazione dell'offerta la campionatura, contenente n. 2 campioni per singola voce, relativa ai lotti 1 voce a), 1 voce b), 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 21 potrà essere consegnata, a pena di esclusione:

- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica" ovvero
- in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara.

Per i restanti lotti :

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario atto ad effettuare tale dimostrazione e successiva valutazione (es.: modelli, pompa artroscopica, fili di sutura ecc.).

La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, inviata a titolo gratuito dovrà:

- essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

Per quanto riguarda lo strumentario, le Ditte concorrenti, saranno tenute a presentare i propri set di strumentario per le necessarie valutazioni tecniche, secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice.

La documentazione tecnica e la campionatura sarà esaminata dalla Commissione giudicatrice che si riserva, dopo l'esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato schede tecniche e campioni non conformi a quanto richiesto.

LOTTE 14 – 15 – 16 - 17

L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura.

LOTTO 22

La facilità di inserzione del sistema verrà verificata dalla Commissione giudicatrice in rapporto alla stabilità del montaggio sul manipolo.

Sarà testata su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura.

LOTTO 25

L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura

La mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comporterà per il soggetto candidato l'esclusione dalla gara limitatamente al lotto per il quale non è stato presentato il campione.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato tecnico e nel presente Capitolato speciale.

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura.

Se nel corso della fornitura le norme dovessero variare, la Ditta si impegna ad adeguare la fornitura alle nuove disposizioni senza alcun aggravio di spesa.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta. La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro tre giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna Azienda Sanitaria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' facoltà delle Amministrazioni contraenti concordare con gli Aggiudicatari l'esecuzione mediante "contratto estimatorio".

Per ciascun lotto la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole aziende sanitarie.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque gg. lavorativi decorso inutilmente il quale le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura

Centrale Regionale di Acquisto

- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è impegnata inoltre a svolgere i servizi accessori di informativa e di reportistica dettagliati nell'art. 13 della Convenzione.

Confezionamento

I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno dovranno apparire immediatamente decifrabili:

- chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di un eventuale catalogo;
- numero e indicazione del lotto di produzione;
- dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo;
- modalità di sterilizzazione (nel caso il prodotto offerto sia pluriuso);
- data di sterilizzazione e scadenza (nel caso il prodotto offerto sia monouso);
- n° di lotto;
- marchio CE;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore;
- codice a barre.

Il confezionamento dovrà essere in doppio involucro e, ove previsto dal Capitolato tecnico in confezione sterile, con materiale resistente e tale da garantire che la sterilità, le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento fino al momento dell'uso.

Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichette asportabili, per essere allegate alla cartella clinica del paziente, al registro operatorio e alla eventuale richiesta di reintegro.

Strumentario

L'utilizzo del materiale per artroscopia comporta la necessità di disporre per l'intero arco temporale della fornitura di strumentario completo.

Tale strumentario dovrà essere fornito a titolo gratuito in comodato d'uso in quantità idonea alle sale operatorie di ciascuna Azienda sanitaria.

Lo strumentario rappresenta l'oggetto accessorio del contratto di fornitura rispettivamente per ogni singola fornitura di ciascun lotto dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato.

Le Aziende utilizzatrici si impegnano ad utilizzare lo strumentario di cui al presente atto esclusivamente nei reparti all'uso deputati delle Aziende stesse; non può quindi concederne l'uso o il godimento a terzi senza il consenso scritto dell'Impresa.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario a proprie spese in caso di guasto o malfunzionamento imputabili a difetti di fabbrica.

Nel caso di rottura dello strumentario dovuta a cattivo utilizzo o dolo, i costi per la riparazione/sostituzione dello stesso saranno a carico dell'Azienda utilizzatrice.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà a suo carico:

- a fornire uno strumentario:
- ✓ compatibile con gli strumenti in dotazione alle varie Aziende in caso contrario dovrà fornire adattatori a norma,
- ✓ pari al nuovo, valido sotto l'aspetto del materiale e rispondente alla conformazione presentata in sede di gara;
- alla manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori secondo le necessità prospettate;
- al training del personale addetto;
- alla sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla richiesta;
- alla sostituzione in funzione dell'innovazione tecnologica;

Centrale Regionale di Acquisto

- sostituzione/entro 24 ore dalla richiesta in caso di difettoso funzionamento dello strumentario e/o di altre eccezioni mosse durante le prove funzionali;
- disponibilità a fornire doppio strumentario in caso di oggettive necessità organizzative e a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Azienda sanitaria.
- alla revisione dello strumentario almeno ogni due mesi (o con cadenza collegata all'intensità dell'attività espletata) o comunque su richiesta delle Aziende utilizzatrici.

Le Aziende utilizzatrici sono tenute a custodire ed a conservare i predetti beni con correttezza e si obbligano a restituirli alla Ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

La consegna dello strumentario avrà termine alla fine della fornitura dei Dispositivi in oggetto, contestualmente alla riconsegna all'impresa concedente dello strumentario medesimo, documentata da bolla di reso predisposta dalla medesima struttura aziendale di cui sopra.

Al termine della fornitura lo strumentario verrà restituito alla Ditta aggiudicataria in condizioni di efficienza e pulizia/secondo le prescrizioni fornite dalla Ditta stessa.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni in materia contenute nel Codice Civile. L'elenco dello strumentario consegnato dovrà essere inviato unitamente al contratto di comodato sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, alla struttura utilizzatrici di ciascuna Azienda sanitaria.

ALLEGATO A1)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

N° gara 5874801

FABBISOGNI

Lotto	Descrizione	Prodotto	CG	A.S.L. 1					A.S.L. 2					A.S.L. 3				
				Fabbisogni					Fabbisogni					Fabbisogni				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Quantità medio 12 mesi	TOTALE sussidiario fabbricati	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Quantità medio 12 mesi	TOTALE sussidiario fabbricati	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Quantità medio 12 mesi	TOTALE sussidiario fabbricati
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	60619563D6	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	6061952108	10	10	10	10	40	120	120	120	120	480	0	0	0	0	0
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	60619607A3	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	606197867E	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6061987DE9	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	15	15	15	15	60
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6061990067	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0
7	ANCORE SENZA NODI RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	606199762C	0	0	0	0	0	15	15	15	15	60	0	0	0	0	0
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	60619986FF	10	10	10	10	40	5	5	5	5	20	10	10	10	10	40
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6062006D97	0	0	0	0	0	75	75	75	75	300	30	30	30	30	120

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA

10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancora	6062009015	0	0	0	0	0	0	10	10	10	40	0	0	0	0	0
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancora	6062011158	0	0	0	0	0	0	30	30	30	120	0	0	0	0	0
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancora	6062015507	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCAI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	Sistema	6062020926	5	5	5	5	20	20	20	20	20	80	2	2	2	2	8
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite	Viti	6062025D45	20	20	20	20	80	70	70	70	70	280	0	0	0	0	0
		Filo guida in nitinol		2	2	2	2	8	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalcofosfato + pila	Viti	606203220F	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0
		Filo guida in nitinol		0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido L-lattico e glicolico	Viti	6062035588	10	10	10	10	40	40	40	40	40	160	30	30	30	30	120
		Filo guida in nitinol		2	2	2	2	8	40	40	40	40	160	0	0	0	0	0
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	Sistema	60620398D4	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0
		Filo guida		0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	Sistema	6062047F6C	20	20	20	20	80	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema	6062052390	10	10	10	10	40	40	40	40	40	160	0	0	0	0	0
		Frese		2	2	2	2	8	40	40	40	40	160	0	0	0	0	0
		Filo guida		2	2	2	2	8	40	40	40	40	160	0	0	0	0	0
20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema	606205660C	10	10	10	10	40	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0
		Frese		2	2	2	2	8	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0

STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA																			
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Filo guida	2	2	2	2	8	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0		
		Sistema	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0		
		Frese	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0		
		Filo guida	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0		
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	Cambre	0	0	0	0	0	12	12	12	12	48	6	6	6	6	24		
		Aghi monouso dedicati	0	0	0	0	0	12	12	12	12	48	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	12	12	12	12	48	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	12	12	12	12	48	0	0	0	0	0		
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Uncini	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120	20	20	20	20	80		
		Manipoli	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0		
		Filo guida	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0		
		Uncini	0	0	0	0	0	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0		
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	Uncini	20	20	20	20	80	42	42	42	168	0	0	0	0	0	0		
		Frese	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4		
		Puntatori	10	10	10	10	40	13	13	13	13	52	5	2	2	2	11		
		Fili guida assiali	1	1	1	1	4	7	7	7	7	28	0	0	0	0	0		
25	PINZE RECUPERA SUTURE	Pinze	1	1	1	1	4	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0		
		Spingi nodi	1	1	1	1	4	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0		
		Pinze	1	1	1	1	4	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0		
		Basket e pinze	0	0	0	0	0	8	8	8	8	32	0	0	0	0	0		
26	SPINGI NODI	Forbici	1	1	1	1	4	8	8	8	32	0	0	0	0	0	0		
		Tendon stripper	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	0	0	0	0	0		
		Pinze	0	0	0	0	0	6	6	6	6	24	0	0	0	0	0		
		Aghi monouso dedicati	0	0	0	0	0	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0		
27	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	Sistema	5	5	5	5	20	10	10	10	40	30	30	30	30	120	0		
		Aspiratori	2	2	2	2	8	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0		
		Curette	1	1	1	1	4	6	6	6	24	0	0	0	0	0	0		

ALLEGATO A1)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

N° gara 5874801

FABBISOGNI

Lotto	Descrizione	Prodotto	CIG	A.S.L. 4					A.S.L. 5					IRCCS San Martino/IST				
				Fabbisogni					Fabbisogni					Fabbisogni				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Capitale investito 12 mesi	TOTALE quantitativo fabbisogni	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Capitale investito 12 mesi	TOTALE quantitativo fabbisogni	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Capitale investito 12 mesi	TOTALE quantitativo fabbisogni
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	60619363D6	600	600	600	600	2400	70	70	70	70	280	50	50	50	50	200
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	6061952108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	200
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	60619607A3	400	400	400	400	1600	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	606197857E	150	150	150	150	600	10	10	10	10	40	25	25	25	25	100
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6061987DE9	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	25	25	25	25	100
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6061990067	50	50	50	50	200	10	10	10	10	40	25	25	25	25	100
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	606199762C	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	25	25	25	25	100
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	60619985FF	50	50	50	50	200	15	15	15	15	60	25	25	25	25	100
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6062006D97	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40	25	25	25	25	100

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA															
10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062009015	100	100	100	100	100	100	100	400	10	10	10	15
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	60620111BB	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	15
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062015507	30	30	30	30	30	30	120	0	0	0	20	20
13	SISTEMA PER SUTURE MENISGALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	Sistema	6062020925	100	100	100	100	100	100	400	5	5	5	10	10
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite	Viti File guida in nitinol	6062025D45	100	100	100	100	100	100	400	12	12	12	10	10
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalcofosfato + piga	Viti File guida in nitinol	606203230F	50	50	50	50	50	50	200	12	12	12	12	120
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido lattico e glicolico	Viti File guida in nitinol	6062035588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	Sistema File guida	60620398D4	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	Sistema	6062047F6C	50	50	50	50	50	50	200	0	0	0	120	120
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema Frasc File guida	6062052990	80	80	80	80	80	80	320	12	12	12	20	20
20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema Frasc	60620566DC	120	120	120	120	120	120	480	12	12	12	0	0

		STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA																						
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Filo guida	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0	0
		Sistema	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	48	0	0	0	0	0	0	40
		Fresa	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	48	0	0	0	0	0	0	0
		Filo guida	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	48	0	0	0	0	0	0	0
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	Cambre	20	20	20	20	20	30	5	5	5	5	5	5	5	20	15	15	15	15	15	15	80	
		Aghi monouso dedicati	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	
		Uncini	400	400	400	400	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	80	
		Manipoli Filo guida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	20	
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Uncini	400	400	400	400	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	80	
		Manipoli Filo guida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	20
		Uncini	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	80
		Fresa	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	80
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	Puntatori	10	10	10	10	40	20	20	20	20	20	20	20	20	80	8	8	8	8	8	8	32	
		Fil guida assoluti	50	50	50	50	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	400	
		Pinze	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8	
		Spingi nodi	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8	
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	Pinze	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8		
		Spingi nodi	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8	
		Pinze	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8	
		Basket e pinze	50	50	50	50	200	0	4	4	4	4	4	4	4	4	16	15	15	15	15	15	60	
26	PUNTORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)	FOREICI ARTROSCOPICHE	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8		
		TENDON STRIPPER	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8	
		PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	5	5	5	5	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8	
		SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	20	20	20	20	80	0	15	15	15	15	15	15	15	15	60	10	10	10	10	10	40	
27	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	Aspiratori	400	400	400	400	1600	1	1	1	1	1	1	1	1	4	20	20	20	20	20	80		
		Curette	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8		
		Curette ad anello	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8		
		Curette ad anello	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	8		

ALLEGATO A1)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

N° gara 5874801

FABBISOgni

Lotto	Descrizione	Prodotto	CIG	E.O. Gallera					Istituto G. Gasini					E.O. Evangelico				
				Fabbisogni					Fabbisogni					Fabbisogni				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Eventuali rinnovi 12 mesi	TOTALE assistenziale Fabbisogni	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Eventuali rinnovi 12 mesi	TOTALE assistenziale Fabbisogni	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Eventuali rinnovi 12 mesi	TOTALE assistenziale Fabbisogni
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	50619363D6	48	48	48	48	192	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	50619571D8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	50619607A3	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	30	30	30	30	120
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	506197867E	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	5061987DE9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	5061990067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	506199762C	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	50619986FF	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	35	35	35	35	140
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	5062006D97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	140

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA

10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062009015	15	15	15	15	60	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062011188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062015507	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	Sistema	6062020926	100	100	100	100	400	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP In acido polilattico + idrossilapatite	Viti	6062025D45	150	150	150	150	800	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
		Filo guida in nitinol		15	15	15	15	160	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP In ttricalcifosfato + piga	Viti	606203230F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	200
		Filo guida in nitinol		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	40
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP In acido Lattico e glicolico	Viti	6062035588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	80
		Filo guida in nitinol		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	Sistema	60620358D4	80	80	80	80	320	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
		Filo guida		80	80	80	80	320	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	Sistema	60620476C	230	230	230	230	920	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	160
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema	6062052390	120	120	120	120	480	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20
		Frese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20
		Filo guida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema	60620566DC	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16
		Frese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8

STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA									
			File guida						
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema	140	140	140	140	140	140	16
		Fresa	0	0	0	0	0	0	8
		File guida	0	0	0	0	0	0	4
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	Cambre	10	10	10	10	10	10	40
		Aghi monouso dedicati	10	10	10	10	10	10	20
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Uncini	30	30	30	30	30	30	20
		Manipoli	10	10	10	10	10	10	12
		File guida	30	30	30	30	30	30	20
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	Uncini	10	10	10	10	10	10	16
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	Fresa	0	0	0	0	0	0	40
26	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AMER)	Puntatori	10	10	10	10	10	10	12
27	FILE GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	File guida asolati	100	100	100	100	100	100	140
28	PINZE RECUPERA SUTURE	Pinze	3	3	3	3	3	3	16
29	SPINGI NODI	Spingi nodi	3	3	3	3	3	3	12
30	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE	Pinze	3	3	3	3	3	3	12
31	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI	Basket e pinze	50	50	50	50	50	50	40
32	FORBICI ARTROSCOPICHE	Forbici	6	6	6	6	6	6	40
33	TENDON STRIPPER	Tendon stripper	8	8	8	8	8	8	12
34	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	Pinze	4	4	4	4	4	4	16
35	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	Aghi monouso dedicati	40	40	40	40	40	40	16
36	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	Sistema	50	50	50	50	50	50	60
37	CURETTE AD ANELLO	Aspiratori	36	36	36	36	36	36	40
		Curette	10	10	10	10	10	10	20

ALLEGATO A2)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l'affidamento della fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
per la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

N° gara 5874801

PREZZI A BASE D'ASTA
(IVA esclusa)

Lotto	Descrizione	Prodotto	CIG	TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNI QUADRIENNALI	Prezzo a base d'asta (IVA esclusa)	Importo quadriennale parziale lotto (IVA esclusa)	Importo quadriennale globale lotto (IVA esclusa)	Lotto
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	60619363D6	3232	25,00	80.800,000	80.800,000	1
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule	6061952108	800	25,00	20.000,000	20.000,000	2
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	60619607A3	2080	205,00	426.400,000	426.400,000	3
4	ANCORE RADIOTRASARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	606197867E	880	150,00	132.000,000	132.000,000	4
5	ANCORE RADIOTRASARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6061987DE9	300	280,00	84.000,000	84.000,000	5
6	ANCORE RADIOTRASARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6061990067	440	205,00	90.200,000	90.200,000	6
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	606199762C	300	162,00	48.600,000	48.600,000	7
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	60619986FF	680	205,00	139.400,000	139.400,000	8
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore	6062006D97	700	145,00	101.500,000	101.500,000	9
10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062009015	680	260,00	176.800,000	176.800,000	10

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA

11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062011188	320	270,00	86.400,000	86.400,000	11
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore	6062015507	340	240,00	81.600,000	81.600,000	12
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	Sistema	6062020926	1048	274,00	287.152,000	287.152,000	13
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite	Viti Filo guida in nitinol	6062025D45	1528 264	200,00 40,00	305.600,000 10.560,000	316.160,000	14
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciodiosfato + piga	Viti Filo guida in nitinol	606203230F	1008 208	165,00 40,00	166.320,000 8.320,000	174.640,000	15
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido lattico e glicolico	Viti Filo guida in nitinol	6062035588	460 596	180,00 40,00	82.800,000 23.840,000	106.640,000	16
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	Sistema Filo guida	60620398D4	476 388	105,00 40,00	49.980,000 15.520,000	65.500,000	17
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	Sistema	6062047F6C	1860	120,00	223.200,000	223.200,000	18
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema Frese Filo guida	6062052350	1148 556 700	115,00 60,00 40,00	132.020,000 33.360,000 28.000,000	193.380,000	19
20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema Frese Filo guida	60620565DC	276 76 72	145,00 60,00 40,00	40.020,000 4.560,000 2.880,000	47.460,000	20
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	Sistema Frese Filo guida	6062064D74	704 96 92	120,00 60,00 40,00	84.480,000 5.760,000 3.680,000	93.920,000	21

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA

22		CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA		Cambra	6062066F1A	312	75,00	23.400,000	23.464,000	22
				Aghi monouso dedicati		128	0,50	64,000		
23		UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI		Uncini	6062072411	2020	80,00	161.600,000	208.080,000	23
				Manipoli		192	150,00	28.800,000		
				Filo guida		260	68,00	17.880,000		
24		UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA		Uncini	606207675D	240	80,00	19.200,000	19.200,000	24
25		FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG		Frese	6062082C4F	568	215,00	122.120,000	122.120,000	25
26		PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)		Puntatori	6062088146	228	600,00	136.800,000	136.800,000	26
27		FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE		Fili guida asolati	6062097881	1323	32,00	42.336,000	42.336,000	27
28		PINZE RECUPERA SUTURE		Pinze	6062104F76	92	600,00	55.200,000	55.200,000	28
29		SPINGI NODI		Spingi nodi	606210929A	80	230,00	18.400,000	18.400,000	29
30		PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE		Pinze	6062114689	80	600,00	48.000,000	48.000,000	30
31		BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI		Basket e pinze	6062117932	548	530,00	290.440,000	290.440,000	31
32		FORBICI ARTROSCOPICHE		Forbici	6062125FCA	132	530,00	69.960,000	69.960,000	32
33		TENDON STRIPPER		Tendon stripper	60621303EE	92	960,00	88.320,000	88.320,000	33
34		PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"		Pinze	6062133667	88	3.000,00	204.000,000	692.000,000	34
				Aghi monouso dedicati		976	500,00	488.000,000		
35		SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE		Sistema	6062143EA5	620	350,00	217.000,000	217.000,000	35
36		ASPIRATORI DA PAVIMENTO		Aspiratori	6062146123	1916	200,00	383.200,000	383.200,000	36
37		CURETTE AD ANELLO		Curette	606215588E	100	480,00	48.000,000	48.000,000	37
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)										5.438.272,000

SEZIONE B

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA**

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

I quantitativi presunti dei lotti di cui alla Sezione A allegato A1 sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Art. 2 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIG

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato tecnico e nel presente Capitolato speciale.

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura.

Se nel corso della fornitura le norme dovessero variare, la Ditta si impegna ad adeguare la fornitura alle nuove disposizioni senza alcun aggravio di spesa.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro tre giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna Azienda Sanitaria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura

Centrale Regionale di Acquisto

- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' facoltà delle Amministrazioni contraenti concordare con gli Aggiudicatari l'esecuzione mediante "contratto estimatorio" secondo le modalità di cui all'allegato "Sezione G – Contratto di Conto Deposito".

Per ciascun lotto la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole aziende sanitarie.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque gg. lavorativi decorso inutilmente il quale le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è impegnata inoltre a svolgere i servizi accessori di informativa e di reportistica dettagliati nell'art. 13 della Convenzione.

Confezionamento

I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno dovranno apparire immediatamente decifrabili:

- chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di un eventuale catalogo;
- numero e indicazione del lotto di produzione;
- dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo;
- modalità di sterilizzazione (nel caso il prodotto offerto sia pluriuso);
- data di sterilizzazione e scadenza (nel caso il prodotto offerto sia monouso);
- n° di lotto;
- marchio CE;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore;
- codice a barre.

Il confezionamento dovrà essere in doppio involucro e, ove previsto dal Capitolato tecnico in confezione sterile, con materiale resistente e tale da garantire che la sterilità, le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento fino al momento dell'uso.

Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichette asportabili, per essere allegate alla cartella clinica del paziente, al registro operatorio e alla eventuale richiesta di reintegro.

Strumentario

L'utilizzo del materiale per artroscopia comporta la necessità di disporre per l'intero arco temporale della fornitura di strumentario completo.

Tale strumentario dovrà essere fornito a titolo gratuito in comodato d'uso in quantità idonea alle sale operatorie di ciascuna Azienda sanitaria.

Lo strumentario rappresenta l'oggetto accessorio del contratto di fornitura rispettivamente per ogni singola fornitura di ciascun lotto dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato.

Le Aziende utilizzatrici si impegnano ad utilizzare lo strumentario di cui al presente atto esclusivamente nei reparti all'uso deputati delle Aziende stesse; non può quindi concederne l'uso o il godimento a terzi senza il consenso scritto dell'Impresa.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario a proprie spese in caso di guasto o malfunzionamento imputabili a difetti di fabbrica.

Nel caso di rottura dello strumentario dovuta a cattivo utilizzo o dolo, i costi per la riparazione/sostituzione dello stesso saranno a carico dell'Azienda utilizzatrice.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà a suo carico:

- a fornire uno strumentario;
- ✓ compatibile con gli strumenti in dotazione alle varie Aziende in caso contrario dovrà fornire adattatori a norma,
- ✓ pari al nuovo, valido sotto l'aspetto del materiale e rispondente alla conformazione presentata in sede di gara;
- alla manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori secondo le necessità prospettate;
- al training del personale addetto;
- alla sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla richiesta;
- alla sostituzione in funzione dell'innovazione tecnologica;
- sostituzione/entro 24 ore dalla richiesta in caso di difettoso funzionamento dello strumentario e/o di altre eccezioni mosse durante le prove funzionali;
- disponibilità a fornire doppio strumentario in caso di oggettive necessità organizzative e a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Azienda sanitaria.
- alla revisione dello strumentario almeno ogni due mesi (o con cadenza collegata all'intensità dell'attività espletata) o comunque su richiesta delle Aziende utilizzatrici.

Le Aziende utilizzatrici sono tenute a custodire ed a conservare i predetti beni con correttezza e si obbligano a restituirli alla Ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

La consegna dello strumentario avrà termine alla fine della fornitura dei Dispositivi in oggetto, contestualmente alla riconsegna all'impresa concedente dello strumentario medesimo, documentata da bolla di reso predisposta dalla medesima struttura aziendale di cui sopra.

Al termine della fornitura lo strumentario verrà restituito alla Ditta aggiudicataria in condizioni di efficienza e pulizia/secondo le prescrizioni fornite dalla Ditta stessa.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni in materia contenute nel Codice Civile.

L'elenco dello strumentario consegnato dovrà essere inviato unitamente al contratto di comodato sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, alla struttura utilizzatrici di ciascuna Azienda sanitaria.

Art. 4 – VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Art. 5 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controlli quali-quantitativo effettuati dai Servizi competenti delle aziende sanitarie utilizzatrici.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Ci., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto

Centrale Regionale di Acquisto

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle aziende sanitarie utilizzatrici presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art. 6 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Centrale regionale di Acquisto, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire alla Centrale il Modello F 4 presentato in sede di gara, ricompilato con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici della convenzione.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i..

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 9 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R.

SEZIONE C

CONVENZIONE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA**

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

Rep. n. _____

Prot. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ del mese _____ duemila _____ in Genova, presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, _____, Ufficiale Rogante dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

- _____, nato a _____ (____), il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 19____ e residente a _____ (____), in _____, numero civico _____, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data _____, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. _____, _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. _____, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia", lotti _____ giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale regionale di Acquisto dell'ARS n° _____ del _____.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;
- b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.
- i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011
- l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
 - c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la quantità di beni da acquisire, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - e) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
 - f) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.
Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: _____, Via _____ n. __, telefono n. _____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____, casella di posta elettronica _____@_____.
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.
4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.
5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.
6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla e specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".
7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi a decorrere dal _____.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Centrale Regionale di Acquisto

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Cl., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto

Centrale Regionale di Acquisto

a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Articolo 13 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinalivi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

LOTTO _____

Prodotto offerto: _____

Prezzo unitario offerto (IVA esclusa): € _____

Importo triennale presunto LOTTO _____ (IVA esclusa): _____

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinalivi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Centrale Regionale di Acquisto

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n. _____ del _____.
9. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con _____, in vigore fino al _____/ fino al termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN _____ e che su detto conto corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da _____ nella nota del _____ alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla Centrale con Prot. n. del
10. Restava tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.
12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al netto dell'iva. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;
 - b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;

Centrale Regionale di Acquisto

- c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
 - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.
 3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.
 4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente conforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
 9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro _____, determinata come previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

Centrale Regionale di Acquisto

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

Centrale Regionale di Acquisto

- a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
 - h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
 - h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
- 10 La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 22 - Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione

- amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. La Centrale ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.
 4. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia
 5. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
 6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati: _____;
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. NB Da compilare solo in caso di cessione in subappalto
5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
7. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Centrale Regionale di Acquisto

8. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.
3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.
4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico ____-_____, numero di fax ____-_____, indirizzo e-mail _____@_____.it.
5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.
6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Centrale Regionale di Acquisto

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.

Centrale Regionale di Acquisto

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art. 4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su pagine _____ a video, dandone lettura alle parti, per cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

Genova, li _____

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE

SEZIONE D

ORDINATIVO DI FORNITURA

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA**

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

N.ro di protocollo.....
 Fornitore/ARS Liguria – Area Centrale Regionale Acquisto
 Indirizzo , N° civico
 Cap Città
 N° tel
 N° Fax

E p.c.: ARS Liguria – Area Centrale Regionale Acquisto

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto
 per l'Amministrazione
 Direzione/Dipartimento/Altro
 C.F. Con sede in Via
 Tel/Fax E-mail.....
 di seguito "Amministrazione Contraente"

PREMESSO

che in data .././.... è stata stipulata una convenzione tra la Centrale Regionale di Acquisto di seguito denominata "Centrale" e il Fornitore.....per la fornitura di "Materiali di consumo e strumentario per Artroscopia" , N° Gara 5874801 Lotto/I, CIG, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007:

- A. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la Centrale;
- B. che il Fornitore,....., ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig.
- C. che l'A.S.L./E.O./IRCCS ai sensi dell'art 274 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig. e Responsabile dell'esecuzione della Fornitura il Sig. / i Sigg.....
- D. che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- E. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

ORDINA

La fornitura dei beni descritti nell' "ordinativo di fornitura" per l'A.S.L./E.O./IRCCS.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso)
 Via n.
 Città CAP
 Codice Fiscale (dell'Amm.ne)
 e dovranno indicare
 N.ro di protocollo (del presente ordinativo)
 (Luogo), (Data)/..../..

I pagamenti saranno effettuati a Trascorsi almeno giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante

per l'Amministrazione Contraente

Allegati*:

- Modulo 1: Dettagli Ordinativo
- Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna

Modulo 1**ORDINATIVO DI FORNITURA**

LOTTO	CIG	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)

1) quantitativi indicativi per i **tre** anni di durata del contratto

2) importo complessivo indicativo per i **tre** anni di durata del contratto

Modulo 2**ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA**

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE _____
CODICE FISCALE _____

SEZIONE E

DICHIARAZIONI

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA**

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

ALLEGATO E1)**DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO
PER ARTROSCOPIA
LOTTE N° 37
N° GARA 5874801**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ cap (_____) il ____/____/____

residente a _____ cap (_____) in Via _____ n. _____

C.F. _____

1- ☐ in qualità di _____ e legale rappresentanteoppure (barrare la casella corrispondente)2- ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____/____/____ dal

Notaio in _____ Dott. _____, repertorio n. _____

_____, e legale rappresentante dell'impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

DICHIARA

di essere disponibile, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi di quelli aggiudicati con caratteristiche migliorative, a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

Luogo e data, _____

IL DICHIARANTE

(firma del dichiarante e timbro dell'impresa)

Modalità di compilazione della domanda:

1. La firma non è soggetta ad autenticazione.
2. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
3. Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al paragrafo di riferimento.

SEZIONE F

ALLEGATI

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA**

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

ALLEGATO F1)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni uno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno**

Lotti n. 37

Numero gara: 5874801

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ cap (_____) il _____
residente a _____ cap (_____)
in Via _____ n. _____
C.F. _____ P.I. _____

- 1- ☐ in qualità di _____ e legale rappresentante
oppure (barrare la casella corrispondente)
2- ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____ dal Notaio in
_____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____)
via _____ n. _____
sede operativa in _____ cap (_____)
in Via _____ n. _____
C.F. _____ P.I. _____
Matricola INPS _____ di seguito "Impresa"

CHIEDE

Di partecipare alla presente procedura relativamente al/ai seguente/i lotto/i:

(contrassegnare l'ipotesi che interessa):

	N lotto	Codice CIG	Descrizione
☐	1	60619363D6	CANNULE PER ARTROSCOPIA
☐	2	606195210B	CANNULE PER ARTROSCOPIA
☐	3	60619607A3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	4	606197867E	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	5	6061987DE9	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	6	6061990067	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	7	606199762C	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	8	60619986FF	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	9	6062006D97	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	10	6062009015	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
☐	11	60620111BB	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
☐	12	6062015507	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
☐	13	6062020926	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI
☐	14	6062025D45	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite
☐	15	606203230F	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciofosfato + plga
☐	16	6062035588	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico
☐	17	60620398D4	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA
☐	18	6062047F6C	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA
☐	19	6062052390	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE
☐	20	60620566DC	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE
☐	21	6062064D74	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE
☐	22	6062066F1A	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA
☐	23	6062072411	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	24	606207675D	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA
☐	25	6062082C4F	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG
☐	26	6062088146	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)
☐	27	60620978B1	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE
☐	28	6062104E76	PINZE RECUPERA SUTURE
☐	29	606210929A	SPINGI NODI
☐	30	60621146B9	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

Centrale Regionale di Acquisto

☐	31	6062117932	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI
☐	32	6062125FCA	FORBICI ARTROSCOPICHE
☐	33	60621303EE	TENDON STRIPPER
☐	34	6062133667	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"
☐	35	6062143EA5	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE
☐	36	6062146123	ASPIRATORI DA PAVIMENTO
☐	37	606215588E	CURETTE AD ANELLO

E

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA :**1) ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

che l' Impresa (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Aibo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)

è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____

con oggetto sociale _____

e ne attesta i seguenti dati:

sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

n. di iscrizione CCIA _____ data di iscrizione _____

durata della Impresa /data inizio e termine _____

forma giuridica _____

costituita con atto del _____

capitale sociale: deliberato Euro _____, sottoscritto Euro _____, versato Euro _____

titolo/ari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (compilare la tabella con tutti i dati richiesti):

Carica e relativi poteri associati, data di nomina e scadenza	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Luogo ed Indirizzo di residenza	Codice fiscale

2) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- che il soggetto richiedente e tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto (allegare dichiarazioni individuali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascuno dei soggetti di cui al successivo allegato F8);
- che sono cessati dalle cariche societarie di cui alla lettera m) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza): _____

e che nei loro confronti:

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

- l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: _____ (si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 - specificare se ricorrono gli estremi dell'art. 178 cp e/o dell'art. 445 2 comma cpp).

- ai fini del comma 1, lettera m-quater):

Centrale Regionale di Acquisto

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- che, in relazione alla certificazione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., inerente le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella corrispondente):

☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici) unità;

☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) unità e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18/01/2000;

☐ l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99, avendo presentato in data _____ all'ufficio competente la richiesta di avviamento con le modalità previste dall'art. 9 o avendo stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 11. L'apposita certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alla legge può essere rilasciata dalla competente Direzione territoriale del Lavoro di _____ Comune di _____
via _____

n. _____ CAP (_____) tel. _____ PEC _____;

- che l'impresa è titolare delle seguenti posizioni:

INPS:

sede di iscrizione _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

codice attività _____

CCNL applicato al personale dipendente _____

n. dipendenti (circa) _____

INAIL:

sede di iscrizione territoriale _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

n. totale dipendenti: _____

3) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali;

4) ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. 180/2011 AGEVOLAZIONI PMMI che l'impresa è (barrare l'ipotesi che ricorre)

- ☐ una media,
☐ una piccola,
☐ una micro

impresa e rientra nelle fattispecie agevolative previste da detta disposizione;

5) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel **casellario informatico** istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

6) ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare l'ipotesi che ricorre)

- ☐ che l'impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come soggetto singolo,
☐ in caso di **consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili,
☐ o **consorzi ordinari** di concorrenti,

indicare le ditte consorziate che partecipano alla procedura dei servizi/forniture:

N.B.: In caso di consorzi OGNI CONSORZIATO PARTECIPANTE ALLA GARA DEVE COMPILARE I QUADRI 1), 2), 4), 5), 6), 8), 9), 11).

☐ (in caso di **raggruppamento temporaneo d'impresa**) che l'impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d'impresa formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e relative quote di esecuzione dei servizi/forniture):

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a:

con sede legale in _____

sede operativa in _____

tel. _____ fax _____ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia.

N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il presente modulo deve essere compilato DA OGNI SINGOLA IMPRESA COMPONENTE

7) ai sensi dell'art. 1 L. n. 266/2003 EMERSIONE LAVORO NERO

1- ☐ che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01

oppure (barrare la casella corrispondente)

2- ☐ che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il pericolo di emersione si è concluso.

8) sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. AVVALIMENTO (eventuale)

Centrale Regionale di Acquisto

che l'impresa, in possesso dei requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara (punto 7 Disciplinare di gara) intende avvalersi del/dei seguente/i requisito/i:

posseduto/i dalla seguente impresa ausiliaria

con sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

Tel. _____ fax _____ e-mail _____

e di possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

A tal fine, allega, alla presente istanza, tutta la documentazione prevista dall'articolo 49 comma 2) lett. c), d), e), f) e g).

L'impresa ausiliaria dovrà altresì allegare dichiarazioni individuali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) (modello F 8), attestanti che i medesimi non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) l), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto.

9) ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI FORNITORI

- che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, il seguente fatturato globale d'impresa:

ANNO	IMPORTO
Anno 2011	€
Anno 2012	€
Anno 2013	€
Media anni 2011-2013	€

e il fatturato medio globale annuale del triennio sopra indicato è pari ad almeno 1,5 volte l'importo annuo a base di gara dei lotti a cui intende concorrere;

- che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, il seguente fatturato per i servizi /forniture nel settore oggetto della presente procedura di gara:

ANNO	IMPORTO
Anno 2011	€
Anno 2012	€
Anno 2013	€
Media anni 2011-2013	€

e il fatturato medio specifico annuale del triennio sopra indicato è almeno pari all'importo annuo a base di gara dei lotti a cui intende concorrere;

10) ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI

- che presenta, allegato alla presente istanza, l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;

Centrale Regionale di Acquisto

- che fornirà, in caso di aggiudicazione o di sorteggio ex art.48 D.Lgs.163/2006, la documentazione probatoria a conferma di quanto elencato con le seguenti modalità: se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, presentando certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, presentando dichiarazioni dei privati stessi che attestino l'effettuazione effettiva della prestazione o, in mancanza, dello stesso concorrente.

11) ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., SUBAPPALTO (eventuale) che le forniture/servizi verranno eseguiti:

- ☐ in subappalto, un valore presunto pari al ____ % dell'importo di aggiudicazione.
- ☐ in subappalto, relativamente alla seguente parte di servizio/fornitura.
- _____

12) la regolarità della propria posizione fiscale e contributiva, nel senso che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

13) che l'indirizzo completo al quale deve essere trasmessa ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax/PEC, è il seguente:

Comune: _____; Provincia: _____; CAP _____

Via _____ N° Civico _____; tel. _____

fax : _____, individuando quale referente il/la Sig./ra: _____;

E-mail PEC: _____;

E-mail : _____.

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità di _____, dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel capitolato speciale di gara.

Luogo e data

IL DICHIARANTE (firma del dichiarante e timbro dell'impresa)

Modalità di compilazione della domanda:

1. La firma non è soggetta ad autenticazione.
2. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a **copla fotostatica non autenticata** di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
3. Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al paragrafo di riferimento.
4. Per i RTI la compilazione del paragrafo 5) l'obbligo di indicazione delle quote di esecuzione si intenderà assolto sia in termini schiettamente descrittivi delle singole parti del servizio sia mediante indicazione quantitativa in termini percentuali della quota di riparto.

ALLEGATO F2)

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo

INTESTAZIONE DITTA

ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Via D'Annunzio 64
16121 Genova (GE)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. – Lotti n. 37.
GARA N. 5874801.

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
con codice fiscale - partita IVA n. _____
telefono _____ fax _____ email _____ @ _____.

quale

☐ impresa singola ;

ovvero

☐ consorzio

ovvero

☐ impresa capogruppo del costituendo R.T.I./Consorzio con le imprese indicate nella istanza di ammissione alla gara

☐ impresa capogruppo del costituito R.T.I./Consorzio con le imprese indicate nella istanza di ammissione alla gara

OFFRE

Per l'esecuzione della fornitura in oggetto, e in particolare per i lotti _____, le condizioni dettagliate nelle schede-offerta allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale conformemente a quanto richiesto all'art. 4 del Disciplinare, busta n. 4) offerta economica (foglio elettronico denominato F2);

DICHIARA

- che nel redigere l'offerta la Ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro e che i costi relativi alla sicurezza sono congrui rispetto alla entità ed alla caratteristica della fornitura;
- nel caso di R.T.I., di confermare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese così come precedentemente indicato;
- che la parte della fornitura che si intende eventualmente sub-appaltare a terzi in caso di aggiudicazione è la seguente _____ per un valore presunto pari al _____ % dell'importo di aggiudicazione.

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegata: Copia documento identità del soggetto sottoscrittore.

**Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
Lotti n. 37
Numero gara: 5874801**

ALLEGATO F3)

SCHEMA FORNITORE

Ragione sociale _____
Partita Iva _____
Sede Amministrativa _____
Ufficio gare: nominativo referente gara _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____
e-mail (pec) _____
Ufficio ordini: referente/i _____
telefono _____ fax _____ Cellulare _____
e-mail _____
PEC: _____
Sito WEB: _____

INFORMAZIONI GENERALI

Direttore tecnico cui richiedere informazioni _____
n. telefono / n. cellulare _____ fax _____
Responsabile controllo qualità _____
n. telefono / n. cellulare _____ fax _____
e-mail _____
PEC: _____

EVENTUALE DISTRIBUTORE

Ragione sociale _____
Partita Iva _____
Sede Amministrativa _____
Ufficio gare: nominativo referente gara _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____
Ufficio ordini: referente/i _____

Centrale Regionale di Acquisto

telefono _____ fax _____ Cellulare _____

e-mail _____

PEC: _____

Sito WEB: _____

INFORMAZIONI SERVIZIO POST VENDITA

Informatore di zona _____

n. telefono / n. cellulare _____ fax _____

altre informazioni utili _____

telefono _____ fax _____ Cellulare _____

e-mail _____

PEC: _____

Sito WEB: _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO F4)

**Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
Lotti n. 37
Numero gara: 5874801**

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE

(Presentare una scheda per ciascun lotto offerto)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ cap (_____) il _____

residente a _____ cap (_____) _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____

1 - ☐ in qualità di _____ e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data

_____ dal Notaio in _____ Dott.

_____, repertorio n. _____, e legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

di seguito "Impresa",

Centrale Regionale di Acquisto

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

1) che nel prodotto offerto nella presente procedura sono presenti **tutti i requisiti tecnici minimi (pena esclusione)**, previsti ai paragrafi nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara;

2) che gli elementi identificativi del prodotto offerto sono i seguenti:

3) varia a secondo del prodotto da acquisire.

N° gară 5874801
CIG xxxxxxxxx

LOTTO XX

SCHEDA TECNICA

[illegible]

LEGENDA:

- [illegible]

Timbro e firma leggibile
del legale Rappresentante della Ditta offerente

Data, _____

ALLEGATO F8

Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
Lotti n. 37
Numero gara: 5874801

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'INSUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL' ART. 3, L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 (ORA ART. 6, D. LGS. N. 159 DEL 2011) O DI UNA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL'ART. 10, L. 31 MAGGIO 1965, N. 575 (ORA ART. 67, D. LGS. N. 159 DEL 2011 C.D. CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA) E DELLE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI LEGISLATIVAMENTE PREVISTE.

Il/La sottoscritto/a _____, C.F. _____, in qualità di _____ dell'Azienda _____, con sede legale in Via _____, Comune _____, Provincia (___), località _____, C.F. _____, P.I. n. _____, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c), m ter), D.Lgs. n. 163 del 2006, in particolare:

- ✓ che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011);
- ✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, dir. CE 2004/18;
- ✓ di non avere commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice né una grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda;
- ✓ di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in sede di partecipazione a procedure di gara;
- ✓ che non è mai stato vittima di alcuno dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7, d. l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

DICHIARA INOLTRE

- ✓ ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- ✓ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di prestare pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra.

La presente viene rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA DEL DICHIARANTE

(luogo) _____, (data) _____

SEZIONE G

EVENTUALE

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

TRA

Ditta _____ con sede in _____

Via _____ Cod. Fisc./P. IVA _____

(qui di seguito denominata Cedente) rappresentata dal sig. _____
(legale rappresentante a ciò autorizzato)

E

L'Azienda _____ con sede legale in _____ e domiciliata ai fini del presente atto in _____,

Via _____ Cod. Fisc./P. IVA _____

in persona del _____ nella sua qualità di Direttore Generale della _____

(di seguito denominata Amministrazione Cessionaria),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto)

La Ditta _____ costituisce un conto deposito dei prodotti analiticamente indicati nel prospetto allegato G1), presso le sedi indicate nell'ordinativo emesso dalla struttura preposta dell'Amministrazione Cessionaria, con assenso all'utilizzo.

Il contratto di conto deposito ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo e di strumentario per Artroscopia per i Servizi di riferimento dell'Amministrazione Cessionaria di cui alla gara aggiudicata dalla Centrale Regionale di Acquisto con propria determinazione n. ____ del ____ alla Cedente relativamente ai lotti _____ e non comporterà per l'Amministrazione Cessionaria alcun onere aggiuntivo rispetto a quest'ultima, dovendosi considerare il relativo costo già compreso nel prezzo unitario offerto per la fornitura dei materiali sopra citati.

ART. 2

(Durata)

Il presente contratto sarà attivato su espressa richiesta del _____ e dovrà concludersi con la cessazione della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla Cedente e la Centrale Regionale di Acquisto in data _____.

Centrale Regionale di Acquisto

Al termine della durata della fornitura l'Amministrazione Cessionaria sarà tenuta all'immediata restituzione dei materiali in deposito alla Cedente, che provvederà senza indugio e a proprie spese al ritiro dello stesso

ART. 3

(Gestione contratto di Conto Deposito)

La somministrazione dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato avverrà con le modalità del CONTO DEPOSITO da attivare su richiesta delle singole Aziende sanitarie, in base alle esigenze degli utilizzatori.

Per le modalità operative del sopra citato contratto si rinvia alla documentazione di gara.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i/le Magazzini/Strutture individuati/e da ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

Resta comunque inteso che la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle seguenti modalità di somministrazione:

1. Il fornitore si impegna a consegnare in conto deposito una scorta di materiali nelle quantità e qualità stabilite dall'Azienda sanitaria utilizzatrice.
2. Il materiale, a reintegro di quello impiantato, dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa, anche fiscale, tassativamente entro 48 ore dall'ordine inviato a mezzo e-mail o fax dalla struttura preposta dell'Amministrazione Cessionaria.
In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, la consegna del materiale dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta.
In caso di ritardo nelle consegne ritenute urgenti (vedi sopra) ci si riserva di effettuare acquisti presso altro fornitore addebitando i maggiori oneri alla Ditta inadempiente fatto salvo il risarcimento per eventuali ulteriori danni provocati dalla ritardata consegna.
Del constatato ritardo sarà data comunicazione alla Ditta.
3. La scorta potrà essere modificata in aumento o diminuzione a richiesta dell'Azienda sanitaria.
4. La consegna del materiale dovrà avvenire presso le strutture indicate dalle varie Aziende sanitarie: il materiale consegnato direttamente in reparto non verrà considerato come fornitura di gara.
5. La custodia dei materiali sarà a carico e sotto totale responsabilità dei reparti ospedalieri utilizzatori di ciascuna Azienda sanitaria.
6. Qualora i prodotti risultassero non conformi all'uso convenuto, le Aziende utilizzatrici hanno diritto di respingerli e la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di ritirare i medesimi, nonché di sostituirli con altri corrispondenti alla qualità stabilita, entro il termine massimo di giorni tre dall'avvenuta conoscenza della contestazione; se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l'obbligo di custodia di cui all'articolo che precede.
7. Le Aziende utilizzatrici si obbligano a corrispondere il prezzo dei prodotti effettivamente utilizzati, previa fatturazione cumulativa mensile; per prezzo è da ritenersi quello indicato nell'atto di aggiudicazione.
8. Entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto, le Aziende utilizzatrici dovranno restituire in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati all'impresa che redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.
9. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda, per le consegne ordinarie, ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di due giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle secondo le modalità dall'atto di Convenzione.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine

Centrale Regionale di Acquisto

- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

La Cedente si impegna:

- a consegnare, a propria cura e spese, entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla costituzione del "Conto deposito", i prodotti richiesti dall'Amministrazione Cessionaria.

La consegna dovrà essere effettuata presso il Servizio _____ o presso le Unità Operative utilizzatrici secondo quanto concordato con il Responsabile del Servizio _____; l'Amministrazione Cessionaria si impegna a custodire il materiale consegnato con la diligenza del buon padre di famiglia; la responsabilità della custodia è affidata ai responsabili delle suddette UU.OO. o a loro delegati.

Qualora i prodotti risultassero non conformi all'uso convenuto, l'Amministrazione Cessionaria ha diritto di respingerli e la Cedente ha l'obbligo di ritirare i medesimi, nonché di sostituirli con altri corrispondenti alla qualità stabilita, entro il termine massimo di giorni cinque naturali e consecutivi dall'avvenuta conoscenza della contestazione; se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l'obbligo di custodia di cui al punto precedente;

- a garantire, per tutta la durata della fornitura, apposita strumentazione nel caso in cui l'utilizzo dei dispositivi medici offerti necessiti di apparecchiature specifiche. Tale strumentazione sarà essere fornita in comodato d'uso gratuito e della stessa sarà indicata: la marca, il modello, il codice del fornitore e del produttore e la descrizione.

Tale informazione sarà fornita esclusivamente ai fini delle rilevazioni inerenti la valorizzazione dei beni di terzi.

- a fornire il protocollo di pulizia e sterilizzazione dei presidi riutilizzabili forniti in comodato d'uso gratuito.

ART. 4

(Confezionamento)

I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno dovranno apparire immediatamente decifrabili:

- chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di un eventuale catalogo;
- numero e indicazione del lotto di produzione;
- dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo;
- modalità di sterilizzazione (nel caso il prodotto offerto sia pluriuso);
- data di sterilizzazione e scadenza (nel caso il prodotto offerto sia monouso);
- n° di lotto;
- marchio CE;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore;
- codice a barre.

Il confezionamento dovrà essere in doppio involucro e, ove previsto dal Capitolato tecnico in confezione sterile, con materiale resistente e tale da garantire che la sterilità, le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento fino al momento dell'uso.

Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichette asportabili, per essere allegate alla cartella clinica del paziente, al registro operatorio e alla eventuale richiesta di reintegro.

ART. 5

Centrale Regionale di Acquisto

(Strumentario)

L'utilizzo del materiale per artroscopia comporta la necessità di disporre per l'intero arco temporale della fornitura di strumentario completo.

Tale strumentario dovrà essere fornito a titolo gratuito in comodato d'uso in quantità idonea alle sale operatorie di ciascuna Azienda sanitaria.

Lo strumentario rappresenta l'oggetto accessorio del contratto di fornitura rispettivamente per ogni singola fornitura di ciascun lotto dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato.

Le Aziende utilizzatrici si impegnano ad utilizzare lo strumentario di cui al presente atto esclusivamente nei reparti all'uso deputati delle Aziende stesse; non può quindi concederne l'uso o il godimento a terzi senza il consenso scritto dell'Impresa.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario a proprie spese in caso di guasto o malfunzionamento imputabili a difetti di fabbrica.

Nel caso di rottura dello strumentario dovuta a cattivo utilizzo o dolo, i costi per la riparazione/sostituzione dello stesso saranno a carico dell'Azienda utilizzatrice.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà a suo carico:

- a fornire uno strumentario:
 - ✓ compatibile con gli strumenti in dotazione alle varie Aziende in caso contrario dovrà fornire adattatori a norma,
 - ✓ pari al nuovo, valido sotto l'aspetto del materiale e rispondente alla conformazione presentata in sede di gara;
- alla manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori secondo le necessità prospettate;
- al training del personale addetto;
- alla sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla richiesta;
- alla sostituzione in funzione dell'innovazione tecnologica;
- sostituzione/entro 24 ore dalla richiesta in caso di difettoso funzionamento dello strumentario e/o di altre eccezioni mosse durante le prove funzionali;
- disponibilità a fornire doppio strumentario in caso di oggettive necessità organizzative e a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Azienda sanitaria.
- alla revisione dello strumentario almeno ogni due mesi (o con cadenza collegata all'intensità dell'attività espletata) o comunque su richiesta delle Aziende utilizzatrici.

Le Aziende utilizzatrici sono tenute a custodire ed a conservare i predetti beni con correttezza e si obbligano a restituirli alla Ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

La consegna dello strumentario avrà termine alla fine della fornitura dei Dispositivi in oggetto, contestualmente alla riconsegna all'impresa concedente dello strumentario medesimo, documentata da bolla di reso predisposta dalla medesima struttura aziendale di cui sopra.

Al termine della fornitura lo strumentario verrà restituito alla Ditta aggiudicataria in condizioni di efficienza e pulizia/secondo le prescrizioni fornite dalla Ditta stessa.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni in materia contenute nel Codice Civile.

L'elenco dello strumentario consegnato dovrà essere inviato unitamente al contratto di comodato sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, alla struttura utilizzatrici di ciascuna Azienda sanitaria.

ART. 6

(Reintegro dei materiali utilizzati e fatturazione)

L'Amministrazione Cessionaria si obbliga a comunicare alla Ditta aggiudicataria all'atto di ogni utilizzo, la quantità, il tipo ed ogni altra indicazione atta ad individuare il materiale utilizzato, mediante trasmissione a mezzo e-mail o fax, da parte della struttura preposta dell'Amministrazione Cessionaria, di apposito ordine, così da consentire alla ditta di procedere

Centrale Regionale di Acquisto

tempestivamente alla relativa annotazione di scarico, alla regolare fatturazione e al contestuale reintegro del materiale utilizzato.

ART. 7
(Controlli)

La Ditta _____ potrà effettuare in qualsiasi momento controlli atti a verificare la presenza e la integrità del materiale consegnato in quanto lo stesso rimane, fino alla comunicazione dell'utilizzo di cui al precedente art. 6, di sua proprietà.

ART. 8
(Consulenza tecnica)

La Cedente dovrà essere disponibile, su richiesta dell'Amministrazione Cessionaria, a prestare consulenza tecnica completamente gratuita per l'esame dei problemi e la soluzione degli inconvenienti che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura.

A tal fine, il fornitore sarà tenuto ad inviare, entro 24 ore dalla chiamata, presso il Presidio Ospedaliero richiedente proprio personale tecnicamente competente.

Ogni eventuale accesso nei luoghi di lavoro (Reparti ospedalieri o Sale operatorie) dovrà comunque essere previamente autorizzato dal Direttore della Struttura interessata o suo delegato.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle norme del Codice Civile.

Luogo li _____

L'Amministrazione Cessionaria

La Cedente

ALLEGATO G1)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

REGISTRO UFFICIALE
Protocollo n. 6989
del 10 settembre 2014 Entrata

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

DIALOGO TECNICO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 05 del mese di Agosto dell'anno duemilaquattordici, alle ore 15,00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiali di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per visionare i contributi presentati, entro il 11/07/2014, dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 23 Giugno 2014.

Sono presenti i componenti della Commissione tecnica -- nominata con determinazione n. 28 del 12/02/2014 -- composta dai Dottori:

- Dott. Enrico BERNARDINI Dirigente Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia - A.S.L. 5 "Spezzino" -- P.O. San Bartolomeo di Sarzana
- Dott. Paolo LAZZONI Direttore Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia -- Presidio Voltri -- Ospedale Evangelico Internazionale

Risulta assente il dott. Maurizio Rogai, impegnato presso la propria struttura di appartenenza, U.O. Ortopedia - A.S.L. 4 "Chiavarese".

In rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto sono presenti il:

- Dott. Luigi Moreno COSTA Dirigente CRA - RUP
- Ilma PORCU Collaboratore Amm.vo Esperto.

Il Commissione tecnica dà preliminarmente atto che:

- In data 12/06/2014 (prot. n. 4134) aveva trasmesso il documento tecnico per l'indizione della procedura di gara di che trattasi.

Centrale Regionale di Acquisto

- In data 23/06/2014 è stato pubblicato l'avviso di "Dialogo tecnico" volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura di gara da qua finalizzata, a formulare osservazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione.
- In data 11 Luglio 2014 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la formulazione da parte degli operatori economici dei propri contributi.

La Commissione tecnica procede quindi all'esame delle varie osservazioni formulate dagli operatori economici:

1. OPERATORE ECONOMICO

QUESITO 1

L'unico appunto che vorremmo fare riguarda il capitolato tecnico in quanto riteniamo sia più equo per le aziende partecipanti avere un lotto per ogni prodotto offerto e non lotti comprensivi di più prodotti in questo modo potrebbero partecipare più aziende e nessuno verrebbe automaticamente escluso se non in grado di offrire tutti i prodotti.

RISPOSTA 1:

La Commissione tecnica, al fine di garantire la massima concorrenzialità tra le aziende presenti sul mercato, accoglie la proposta formulata dall'operatore economico e procede alla rimodulazione dei vari lotti eliminando le sotto voci.

2. OPERATORE ECONOMICO

QUESITO 2:

Documentazione amministrativa

Punto a) Fatturato minimo richiesto per l'ammissione alla gara. Possibilità di presentare i dati del fabbricante senza ricorrere all'avvalimento.

RISPOSTA 2:

Punto a): La normativa vigente prevede che i fatturati richiesti per l'ammissione alla gara debbano essere dimostrati **solo ed esclusivamente dalle imprese concorrenti** secondo le modalità previste dall'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, giusto art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso evidenziato dall'operatore economico in esame l'impossibilità a provare il fatturato minimo richiesto potrebbe essere superata:

- dalla presentazione della dichiarazione di **almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
- dalle modalità previste dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti".

QUESITO 3:

Documentazione tecnica

Possibilità di scorporare rispettivamente:

Lettera b) del lotto 3 facendo due lotti distinti

Lettera c) del lotto 7 facendola diventare un lotto a parte

RISPOSTA 3:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 4:**Campionatura**

Per campionatura gratuita solo per il materiale consumabile; lo strumentario verrà portato in campionatura a titolo di conto visione.

RISPOSTA 4:

La campionatura gratuita dovrà essere inviata, prima della data di presentazione delle offerte, solo ed esclusivamente per i:

➤ lotti n. 1 (voce a e b), n. 6 (voce a e b), n. 11, n. 12, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21.

Detta campionatura **non verrà restituita** all'operatore economico offerente.

Per i restanti lotti: 2 (voci a,b,c,d,e) - 3 (voci a,b) - 4 - 5 (voci a,b) - 7 (voci a,b,c,d,e) - 8 - 9 (voci a,b) - 10 - 13 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25, gli operatori economici dovranno inviare un loro rappresentante che dovrà produrre in visione - con oneri a proprio carico - il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice secondo le modalità di seguito previste nella sezione "CAMPIONATURA" del Disciplinare di gara nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota dalla Centrale.

I rappresentanti degli operatori economici dovranno illustrare - presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto - Via G. D'Annunzio 64, Genova - le caratteristiche tecniche della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti partecipati nonché del relativo strumentario (es.: modelli, pompa artroscopica, fili di sutura ecc.) onde consentire alla Commissione giudicatrice di effettuare la successiva valutazione.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta **provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario** visionato dalla Commissione giudicatrice.

3. OPERATORE ECONOMICO**QUESITO 5:**

Leggendo la bozza di Capitolato tecnico, e precisamente le caratteristiche dei prodotti richiesti nei lotti 1 e 7, sono identificati prodotti specifici, unici ed esclusivi, rendendo impossibile quindi la partecipazione a XXXXX per i predetti lotti, andando così a nuocere la libertà di partecipazione e la libera concorrenza.

RISPOSTA 5:

La Commissione tecnica ritiene di procedere ad aumentare del $\pm 10\%$ la tolleranza delle misure dei diametri e delle lunghezze dei dispositivi ricompresi nei lotti 1 e 7 non ravvisando ulteriori elementi limitativi della partecipazione degli operatori economici.

La Commissione tecnica ritiene di estendere tale tolleranza a tutti i lotti posti a gara.

QUESITO 6:

Nel lotto 22 "Pinze per sutura della cuffia dei rotatori one step" abbiamo notato che non sono stati inseriti e richiesti aghi monouso essenziali per l'utilizzo del prodotto in questione.

RISPOSTA 6:

La Commissione tecnica, accoglie l'osservazione, è procede all'inserimento nel lotto 22 di "Aghi monouso".

QUESITO 7:

Chiediamo poi di modificare il Capitolato in modo tale che sia possibile partecipare ad ogni singola voce, trasformando tutti i sottolotti in singoli lotti individuali.

RISPOSTA 7:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

4. OPERATORE ECONOMICO**QUESITO 8:**

Leggendo la bozza di Capitolato tecnico, e precisamente le caratteristiche dei prodotti richiesti nei lotti 1 e 7, sono identificati prodotti specifici, unici ed esclusivi, rendendo impossibile quindi la partecipazione a XXXXX per i predetti lotti, andando così a nuocere la libertà di partecipazione e la libera concorrenza. Chiediamo quindi la possibilità di modificare il Capitolato permettendo la partecipazione singola ad ogni voce componente il lotto.

RISPOSTA 8:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 9:

Nel lotto 22 "Pinze per sutura della cuffia dei rotatori one step" abbiamo notato che non sono stati inseriti e richiesti aghi monouso essenziali per l'utilizzo del prodotto in questione. C'è motivo o è stata una mera dimenticanza di Capitolato?

RISPOSTA 9:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 6".

5. OPERATORE ECONOMICO**QUESITO 10:**

I lotti nei quali sono previsti sub lotti non permettono, per la specificità e varietà tecnica dei sub lotti stessi, la partecipazione all'intero lotto.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara in oggetto, si chiede di voler considerare ciascun sub lotto come lotto singolo disponendo quindi l'aggiudicazione a singolo lotto.

RISPOSTA 10:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

6. OPERATORE ECONOMICO**QUESITO 11:**

Lotto 1 voce a "CANNULE PER ARTROSCOPIA".

In riferimento al diametro ed alla lunghezza delle cannule, si richiede un margine di tolleranza pari al 10% ~.

RISPOSTA 11:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 12:

Lotto 1 voce a "CANNULE PER ARTROSCOPIA".

Inoltre che cosa si intende per "non forate in punta"? Che l'introduttore non deve essere forato in punta?

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

RISPOSTA 12:

La Commissione tecnica precisa che la cannula non dovrà avere fori accessori oltre a quello previsto per l'introduzione.

QUESITO 13:

Lotto 1 voce b "CANNULE PER ARTROSCOPIA".

In riferimento al diametro ed alla lunghezza delle cannule, si richiede un margine di tolleranza pari al 10% ~.

RISPOSTA 13:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 14:

Lotto 2 voce b "ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI".

E' possibile proporre ancore di altro materiale, ad es. ancore in materiale biocomposito?

RISPOSTA 14:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "in peek a parete elicoidale incompleta per migliorare l'osteointegrazione"
- a "in materiale biocomposito a parete elicoidale incompleta per migliorare l'osteointegrazione"

QUESITO 15:

Lotto 2 voce c "ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI".

La descrizione tecnica delle ancore è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "ancore in tutta sutura"), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nella voce c del lotto 2.

RISPOSTA 15:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "ancore in tutta sutura di vari diametri"
- a "ancore di vari diametri".

QUESITO 16:

Lotto 2 voce e "ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI".

Nella voce e del lotto 2 si richiedono ancore "con eventuale filo in nitinol siliconato monouso provvisto di asola distale per il trascinamento dei fili".

Le ns. ancore sono dotate di un dispositivo ad occhiello in nitinol sulla punta per facilitare il caricamento dei fili di sutura. Vi chiediamo maggiori specifiche in merito alla Vs. richiesta.

RISPOSTA 16:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "eventuale con filo in nitinol siliconato monouso provvisto di asola distale per il trascinamento dei fili"
- a "eventuale con filo in nitinol provvisto di asola distale per il trascinamento dei fili"

QUESITO 17:

Lotto 3 voce a "ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI"

Centrale Regionale di Acquisto

La descrizione tecnica delle ancore è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "con alette stabilizzatrici" e "suture ortogonali". Ancore RC della XXXXX), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.
Si chiede di rettificare la descrizione indicata nella voce a del lotto 3.

RISPOSTA 17:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "metalliche in titanio ad elevato pull-out con alette stabilizzatrici"
- a "metalliche in titanio ad elevato pull-out".

Per quanto concerne le "suture ortogonali" detta caratteristica rientra nei parametri oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Non rappresenta un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

QUESITO 18:

Lotto 5 voce b "ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE".

La descrizione tecnica delle ancore è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "con alette stabilizzatrici". Ancore G2 della XXXXX), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nella voce b del lotto 5.

RISPOSTA 18:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "metalliche in titanio ad elevato pull-out con alette stabilizzatrici"
- a "metalliche in titanio ad elevato pull-out".

QUESITO 19:

Lotto 6 voce a "SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI FACILMENTE ACCESSIBILI".

La descrizione tecnica del sistema per suture meniscali è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "con sutura a lento riassorbimento"), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nella voce a del lotto 6.

RISPOSTA 19:

La Commissione tecnica, dopo attenta valutazione stabilisce di eliminare, il lotto 6 voce a.

QUESITO 20:

Lotto 6 voce b "SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI".

La descrizione tecnica del sistema per suture meniscali è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente (si veda la dicitura "impianto riassorbibile" e "con sutura a lento riassorbimento"), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nella voce b del lotto 6.

RISPOSTA 20:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto viene messo a gara specificatamente il "Set completo di materiale di impianto riassorbibile con sutura a lento riassorbimento".

QUESITO 21:

Lotto 7 voce a "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite".

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

Le ns. viti sono utilizzate in 3 Asl e 2 Enti Ospedalieri della Liguria, ma sono in materiale di derivazione di idrossiapatite. Quindi quando si parla di idrossiapatite nel Vs. capitolato si intende anche il fosfato di calcio bifasico (BCP)?

RISPOSTA 21:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto trattasi di composto chimico simile.

QUESITO 22:

Lotto 7 voce a "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite".

In riferimento alla lunghezza delle viti, si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~.

RISPOSTA 22:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 23:

Lotto 7 voce a "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite".

Inoltre nel punteggio tecnico dell'intero lotto 7 (voce a, b, c, d, ed e) vengono attribuiti 10 punti al "lento riassorbimento della sutura". Si tratta di refuso?

RISPOSTA 23:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto ritiene di procedere alla valutazione del lento riassorbimento della sutura nell'ambito del sistema posto a gara.

QUESITO 24:

Lotto 7 voce b "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalcio fosfato + plga".

E' possibile offrire viti in altro materiale?

RISPOSTA 24:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione avendo diversificato i lotti in relazione alle caratteristiche del materiale delle viti poste a gara. Non ritiene di introdurre ulteriori materiali.

QUESITO 25:

Lotto 7 voce c "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico o idrossiapatite".

Le ns. viti sono utilizzate in 3 Asl e 2 Enti Ospedalieri della Liguria, ma sono in materiale di derivazione di idrossiapatite. Quindi quando si parla di idrossiapatite nel Vs. capitolato si intende anche il fosfato di calcio bifasico (BCP)?

RISPOSTA 25:

La Commissione tecnica, dopo attenta valutazione stabilisce di eliminare, il lotto 7 voce c.

QUESITO 26:

Lotto 7 voce c "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico o idrossiapatite".

In riferimento alla lunghezza delle viti, si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~.

RISPOSTA 26:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 27:

Lotto 7 voce d "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico".
E' possibile offrire viti in altro materiale similare?

RISPOSTA 27:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione avendo diversificato i lotti in relazione alle caratteristiche del materiale delle viti poste a gara. Non ritiene di introdurre ulteriori materiali.

QUESITO 28:

Lotto 7 voce d "VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico".
In riferimento alla lunghezza delle viti, si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~.

RISPOSTA 28:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 29:

Lotto 7 voce e "SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA".
E' possibile offrire il sistema in altro materiale? Ad es. in peek?

RISPOSTA 29:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione avendo diversificato i lotti in relazione alle caratteristiche del materiale delle viti poste a gara. Non ritiene di introdurre ulteriori materiali.

QUESITO 30:

Lotto 8 "SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA".
La descrizione tecnica del sistema di fissazione femorale del neo LCA è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "a doppio pin"), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.
Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 8.

RISPOSTA 30:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto il sistema a doppio pin garantisce una migliore tenuta nella fissazione dell'impianto.

QUESITO 31:

Lotto 9 voce a "SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE".
Sul capitolato tecnico si richiedono le seguenti misure: da 0 mm a 60 mm. 0 mm è corretto o si tratta di refuso?

RISPOSTA 31:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "di varie misure da zero mm a 60 mm"
- a "di varie misure fino a 60 mm."

QUESITO 32:

Lotto 9 voce c "SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE".
Tutti e tre i sistemi indicati nelle voci a, b, e c del lotto 9 necessitano di accessori monouso (fresa o filo). Tali accessori non sono richiesti volutamente oppure devono essere quotati insieme all'impianto?

RISPOSTA 32:

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

La Commissione tecnica precisa che gli accessori monuso, indispensabili per l'impianto, dovranno essere quotati in sede di offerta economica.

QUESITO 33:

Lotto 10 "CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA".

Tutti e tre i sistemi indicati nelle voci a, b, e c del lotto 9 necessitano di accessori monuso (fresa o filo). Tali accessori non sono richiesti volutamente oppure devono essere quotati insieme all'impianto?

RISPOSTA 33:

La Commissione tecnica precisa che gli accessori monuso, indispensabili per l'impianto, dovranno essere quotati in sede di offerta economica.

QUESITO 34:

Lotto 10 "CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA".

In riferimento alla larghezza delle cambre, si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~.

RISPOSTA 34:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 35:

Lotto 11 "UNCINO PASSASUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI".

La descrizione tecnica dell'uncino passa suture è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "con sistema di bloccaggio dell'asola dentro/fuori/intermedia"), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 11.

RISPOSTA 35:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione ed elimina la caratteristica "con sistema di bloccaggio dell'asola dentro/fuori/intermedia".

QUESITO 36:

Lotto 13 "Frese cannulate tipo Rosenberg".

Si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~ per il diametro, la lunghezza e le tacche delle frese.

RISPOSTA 36:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 37:

Lotto 15 "FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE".

In riferimento alla lunghezza dei fili guida asolati, si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~.

RISPOSTA 37:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 38:

Lotto 16 "PINZA RECUPERA SUTURE".

La descrizione tecnica delle pinze recupera suture è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "riconoscibilità - colore impugnatura"), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 16.

RISPOSTA 38:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto ritiene che il codice colore sia un indice di qualità di valutazione del prodotto offerto.

QUESITO 39:

Lotto 17 "SPINGINODI".

In riferimento alla lunghezza degli spinginodi, si richiede un margine di tolleranza pari al 10%~.

RISPOSTA 39:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 40:

Lotto 18 "PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE".

La descrizione tecnica delle pinze taglia suture artroscopiche è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 18.

RISPOSTA 40:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto ritiene che le caratteristiche previste non siano riconducibili ad un'unica ditta.

QUESITO 41:

Lotto 18 "PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE".

Si richiede altresì un margine di tolleranza pari al 10%~ per la lunghezza operativa delle pinze.

RISPOSTA 41:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 42:

Lotto 19 "BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI, MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI".

La descrizione tecnica dei baskets e delle pinze da presa per grandi, medie e piccole articolazioni è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "per scivolamento multicentrico". Linea Acufex della XXXXX), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 19.

RISPOSTA 42:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto ritiene che le caratteristiche previste non siano riconducibili ad un'unica ditta.

QUESITO 43:

Lotto 20 "FORBICI ARTROSCOPICHE".

La descrizione tecnica delle forbici artroscopiche è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, la XXXXX, (si veda la dicitura "per scivolamento multicentrico". Linea Acufex della XXXXX), pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 20.

RISPOSTA 43:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto ritiene che le caratteristiche previste non siano riconducibili ad un'unica ditta.

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: V.le G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

QUESITO 44:

Lotto 22 "PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE-STEP".

L'ago monouso dedicato per questo tipo di pinza deve essere offerto nel lotto?

RISPOSTA 44:

La Commissione tecnica precisa che gli aghi monouso, indispensabili per l'impianto, dovranno essere quotati in sede di offerta economica.

QUESITO 45:

Lotto 23 "SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE".

La descrizione tecnica del sistema per trattamento lesioni cartilaginee è molto dettagliata e restrittiva, riconducibile ad una specifica ditta concorrente, pertanto limita il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Si chiede di rettificare la descrizione indicata nel lotto 23.

RISPOSTA 45:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "Sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di lunghezza adeguata e di diametro non superiore ad 1 mm per ottenere la fuoriuscita di cellule midollari pluripotenti e stimolare il processo di riparazione composti da manipoli riutilizzabili e filo guida in Nitinol"
- a "Sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di lunghezza adeguata e di diametro non superiore ad 1 mm per ottenere la fuoriuscita di cellule midollari pluripotenti e stimolare il processo di riparazione composti da manipoli riutilizzabili e filo guida".

QUESITO 46:

Lotto 23 "SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE".

Si richiede altresì un margine di tolleranza pari al 10%~ per il diametro.

RISPOSTA 46:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 47:

Onde consentire il principio generale di massima partecipazione e concorrenza alla gara oggetto della presente, per i lotti n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 siamo a richiedere l'aggiudicazione per "voce" oppure di frazionare le voci in singoli lotti, in quanto le caratteristiche tecniche ivi indicate sono molto dettagliate e restrittive, pertanto i lotti sopra citati così come formulati attualmente, limitano fortemente la libera concorrenza

RISPOSTA 47:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 48:

Onde consentire il principio generale di massima partecipazione e concorrenza alla suddetta gara, Vi chiediamo inoltre di rettificare il Capitolato Tecnico inserendo la seguente dicitura:

"Ai sensi dell'art. 68 comma 3A e comma 4 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., saranno ammesse anche offerte di dispositivi con caratteristiche diverse da quelle indicate nel presente Capitolato Tecnico, a condizione che la ditta offerente provi, in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione Tecnica, e con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche".

RISPOSTA 48:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

Non saranno accettate offerte di dispositivi con caratteristiche diverse da quelle indicate nel Capitolato Tecnico.

QUESITO 49:

Per i lotti n. 1 (voce a e b), n. 6 (voce a e b), n. 11, n. 12, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21 vengono richiesti n. 4 campioni per singola voce.

Ad eccezione del lotto n. 1, n. 6 e n. 11, i restanti lotti sopra indicati si riferiscono a strumentario riutilizzabile.

Per tale motivo Vi chiediamo di ridurre il numero dei campioni da presentare.

Inoltre vorremmo che venissero meglio specificate le modalità e le tempistiche per il ritiro della suddetta campionatura. I campioni relativi ai lotti di cui sopra verranno ritirati insieme ai dispositivi ed allo strumentario inviati in visione per i lotti n. 2 (voce a, b, c, d, ed e), n. 3 (voce a e b), n. 4, n. 5 (voce a e b), n. 7 (voce a, b, c, d ed e), n. 8, n. 9 (voce a e b), n. 10, n. 13, n. 15, n. 16, n. 22, n. 23, n. 24 e n. 25?

RISPOSTA 49:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e predispone che vengano presentati per i lotti 1 voce a), 1 voce b), 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 21 n. 2 (due) campioni per singola voce.

Tale campionatura non verrà restituita alla ditta offerente.

Gli oneri relativi a tale campionatura sono a totale carico della Ditta concorrente.

QUESITO 50:

In riferimento alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario si richiede la seguente rettifica:

"La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario a proprie spese in caso di guasto o malfunzionamento imputabili a difetti di fabbrica.

Nel caso di rottura dello strumentario dovuta a cattivo utilizzo o dolo, i costi per la riparazione/sostituzione dello stesso saranno a carico dell'Azienda Utilizzatrice".

RISPOSTA 50:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e provvede ad apportare le necessarie modifiche al Capitolato speciale.

QUESITO 51:

Punteggio per Assistenza Tecnica sui prodotti/ Agente e/o Product Specialist presente in zona:

Quale punteggio viene attribuito all'assistenza tecnica sui prodotti aggiudicati e alla presenza di un agente e/o Product Specialist nella Vs. zona?

RISPOSTA 51:

La Commissione tecnica precisa che l'assistenza tecnica sui prodotti è implicita nella fornitura e che pertanto non viene soggetta a valutazione.

QUESITO 52:

Disciplinare di gara – Art. 12 Comunicazioni inerenti alla procedura di gara:

In riferimento agli eventuali chiarimenti da inviare in sede di gara, Vi chiediamo di rettificare il disciplinare come di seguito indicato:

"Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno 6 gg. prima della scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo fax al n. 010.5488566".

Tale richiesta si rende necessaria in quanto la procedura di gara aperta oggetto del suddetto dialogo tecnico si compone di molti lotti e la documentazione richiesta nella busta amministrativa, tecnica ed economica è

ampia e molto dettagliata, pertanto riteniamo sia importante avere a disposizione le tempistiche idonee per chiedere tutti i necessari chiarimenti a riguardo.

RISPOSTA 52:

La Centrale Regionale di Acquisto non accetta la proposta di ridurre a 6 giorni i tempi di presentazione di eventuali richieste di chiarimenti in quanto tale tempistica non consentirebbe di fornire le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici in tempi tecnicamente accettabili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7. OPERATORE ECONOMICO

QUESITO 53:

Si chiede vivamente di suddividere la richiesta del materiale riportato nel documento tecnico in più lotti un prodotto specifico per ogni lotto, oppure in alternativa, la possibilità di poter presentare offerta a solo una voce del lotto con la conseguente aggiudicazione per voce e non per lotto unico.

RISPOSTA 53:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

La Commissione interrompe i lavori alle ore 18,00 e gli aggiorna al giorno 9 Settembre alle ore 15,00.

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 09 del mese di Settembre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 15,15 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiali di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per visionare i contributi presentati, entro il 11/07/2014, dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 23 Giugno 2014.

Sono presenti i componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 28 del 12/02/2014 - composta dai Dottori:

- | | |
|---------------------------|--|
| • Dott. Enrico BERNARDINI | Dirigente Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia - A.S.L. 5 "Spezzino" – P.O. San Bartolomeo di Sarzana |
| • Dott. Paolo LAZZONI | Direttore Medico - S.C. Ortopedia e Traumatologia – Presidio Voltri – Ospedale Evangelico Internazionale |
| • Dott. Maurizio ROGAI | Direttore Medico - U.O. Ortopedia - A.S.L. 4 "Chiavarese" - Ospedale N.S. di Montallegro. |

In rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto sono presenti il:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| • Dott. Luigi Moreno COSTA | Dirigente CRA - RUP |
| • Ilma PORCU | Collaboratore Amm.vo Esperto. |

8. OPERATORE ECONOMICO

QUESITO 54:

Ipotizzando come obbiettivo quello di rendere la gara più aperta possibile al fine di mettere più aziende a confronto per ottenere prezzi migliori e prodotti di qualità, vi segnaliamo che la creazione di lotti molto ben dettagliati comporta di norma l'individuazione di prodotti specifici con il conseguente rischio di limitare molto la possibilità di raggiungere l'obbiettivo previsto.

A tal fine riteniamo giusto suggerirvi l'utilizzo di descrizioni molto più generiche con lotti distinti così da massimizzare la partecipazione lasciando poi alle valutazioni tecniche il compito di dare un peso qualitativo corretto. In questo modo si otterrebbe la possibilità di mettere in concorrenza più aziende raggiungendo l'obbiettivo di abbassare i costi e al tempo stesso con l'assegnazione dei punteggi si manterrebbe un'elevata qualità dei prodotti.

RISPOSTA 54:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 55:

LOTTO 1

L'indicazione della guarnizione di tenuta removibile e l'obbligo di offrire necessariamente entrambe le voci riduce in maniera importante il numero di Aziende che possono rispondere al lotto. Si suggerisce di unire le due voci creandone una sola ed eventualmente valutando come qualità in più la guarnizione removibile o in alternativa separando le due per formare lotti distinti.

RISPOSTA 55:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 56:

LOTTO 2

Si segnala che la creazione di un lotto così variegato di prodotti, seppur con la medesima finalità tecnica, può comportare il rischio di aggiudicare un prodotto di alta qualità per una voce e di utilità inferiore per altre, si suggerisce quindi la divisione delle voci in lotti distinti.

RISPOSTA 56:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 57:

LOTTO 2 – voce a.

Si parla di biorassorbibile come caratteristica chiedendo poi come tipologia di materiale oltre al tricalciofosfato il peek che non è riassorbibile.

RISPOSTA 57:

La Commissione tecnica precisa che la caratteristica "biorassorbibili/biocompatibili" deve essere intesa "biorassorbibili e/o biocompatibili".

QUESITO 58:

LOTTO 2 – voce b.

La dicitura "a parete elicoidale incompleta" individua un'azienda specifica, si potrebbe sostituire con un più generico "con parete forata per migliorare l'osteointegrazione".

RISPOSTA 58:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "parete elicoidale incompleta"
- a "parete elicoidale incompleta o forata per migliorare l'osteointegrazione".

QUESITO 59:

LOTTO 2 – voce c.

Si evidenzia che la dicitura "anche con aghi premontati" individua un'azienda specifica, si suggerisce l'eliminazione.

RISPOSTA 59:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "anche con aghi premontati"
- a "anche se dotate di aghi premontati".

QUESITO 60:

LOTTO 2 – voce d.

Si suggerisce di eliminare il singolo filo di sutura, ormai non più utilizzato, dell'ultimo punto con l'aggiunta del triplo filo molto più interessante in termini di qualità e di risparmio di costi.

RISPOSTA 60:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 61:

LOTTO 3 – voce a.

Individua una sola azienda specifica, in questo modo, avendo legato le due voci, le ancore in metallo risultano ad appannaggio di una sola azienda. Si suggerisce la separazione in due lotti al fine di consentire la partecipazione a tutte le aziende per una voce sicuramente tra le più importanti della gara.

RISPOSTA 61:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 62:

LOTTO 3 – voce a.

La richiesta di ancore in titanio con alette stabilizzatrici evidenzia un prodotto tecnologicamente superato.

RISPOSTA 62:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 18".

QUESITO 63:

LOTTO 3 – voce b.

Si evidenzia, come già detto, l'utilità di sostituire il singolo filo, ormai inutilizzato, con il triplo filo. Si segnala inoltre che la dicitura vari diametri non permette la partecipazione di tutte le aziende, trattandosi di un lotto di rilievo si suggerisce di creare due lotti uno con diametri minori ed uguali a 5mm ed uno con diametri maggiori di 5 mm.

RISPOSTA 63:

La Commissione tecnica accetta parzialmente l'osservazione e modifica la caratteristica:

- da "di vari diametri"

- a "uguale o superiore a 5 mm."

QUESITO 64:**LOTTO 4**

La caratteristica di sostituire il filo premontato con filo riassorbibile in pds deve essere eliminata in quanto indicativa di un'azienda specifica.

RISPOSTA 64:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 65:**LOTTO 5 – voce b.**

Si evidenzia come trattandosi di un prodotto di un'azienda specifica – vedi voce LOTTO 3 voce a – di fatto si chiuda il lotto completo a questa stessa azienda, è necessario quindi separare le due voci in due lotti per consentire a tutte le aziende di partecipare.

RISPOSTA 65:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 66:**LOTTO 5 – voce a.**

Si segnala che nella voce a) tra le varie tipologie di materiale inserite con cui si può rispondere non è stata contemplata l'ancora in solo filo, prodotto di ultima generazione per il trattamento della spalla instabile.

RISPOSTA 66:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "Ancore in titanio, riassorbibili, radiotrasparenti o in peek per la riparazione capsulare alla glena scapolare"
- a "Ancore in titanio, riassorbibili, radiotrasparenti o in peek o in solo filo per la riparazione capsulare alla glena scapolare".

QUESITO 67:**LOTTO 6**

Si segnala che tra le varie tipologie di suture meniscali prese in considerazione non sono menzionate i sistemi sequenziali non riassorbibili e i sistemi a freccetta, si suggerisce l'introduzione di queste due tipologie con la separazione dei lotti così da garantire l'aggiudicazione dei migliori prodotti per tipologie.

RISPOSTA 67:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 68:**LOTTO 7**

Si suggerisce la separazione delle voci in singoli lotti per consentire la risposta al lotto e per garantire che gli utilizzatori possano usufruire di tutte le diverse tipologie di prodotto presenti.

RISPOSTA 68:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 69:**LOTTO 7**

Si segnala l'esistenza di misure inferiori ai 7 mm di diametro per tunnel molto piccoli evitando così problemi di acquisto fuori gara successivi alla stessa. Si suggerisce pertanto di ampliare la gamma da 5 mm a 12 mm inserendola come valutazione per il punteggio tecnico e non per la partecipazione al lotto.

RISPOSTA 69:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 70:**LOTTO 7 – voce e.**

Individua un'azienda specifica che di fatto blocca tutto il lotto. Per semplificare si potrebbero fare due lotti, uno per viti in materiale biocomposito e uno per viti in materiale biorassorbibile con misure da 20 a 35 mm di lunghezza e da 5 a 12 mm di diametro circa, così da permettere a tutti di rispondere.

RISPOSTA 70:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 71:**LOTTO 9**

Si suggerisce la divisione in tre lotti distinti trattandosi di prodotti con uguale finalità ma caratteristiche diverse.

RISPOSTA 71:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 72:**LOTTO 11**

Si richiede l'eliminazione della caratteristica "con sistema di bloccaggio dell'asola dentro/fuori/intermedia" che individua un'azienda specifica.

RISPOSTA 72:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 35".

QUESITO 73:**LOTTO 12**

Si suggerisce di specificare se trattasi di materiale monouso o pluriuso, e di rendere le misure, ad esempio tacche da 5mm e lunghezza 130 mm circa, meno stringenti, così da ampliare la gamma degli offerenti.

RISPOSTA 73:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 74:**LOTTO 18**

Si suggerisce di rendere la dicitura "L'anima interna metallica dovrà essere facilmente estraibile onde poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati" un criterio per l'attribuzione dei punteggi e non un vincolo formale consentendo così di partecipare anche a chi non ha l'anima estraibile ma ha una conformazione che consente ugualmente un ottimale pulizia. Tale caratteristica potrà essere valutata semplicemente tramite l'attribuzione di diversi punteggi.

RISPOSTA 74:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "L'anima interna metallica dovrà essere facilmente estraibile, onde poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati."
- a "Indispensabile poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati".

QUESITO 75:**LOTTO 19**

La caratteristica relativa alla tipologia di articolarietà del morso deve essere eliminata perché impedisce alle aziende di partecipare imponendo una caratteristica che non è indispensabile per avere un'ottima pinza.

RISPOSTA 75:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 76:**LOTTO 19**

Si richiede inoltre di eliminare il vincolo dell'acciaio satinato che diminuisce il numero di possibili offerenti e che potrebbe essere valutato solo in termini di attribuzione di punteggio qualità.

RISPOSTA 76:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 77:**LOTTO 20**

La caratteristica relativa alla tipologia di articolarietà del morso deve essere eliminata perché impedisce alle aziende di partecipare imponendo una caratteristica che non è indispensabile per avere un'ottima forbice.

RISPOSTA 77:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 78:**LOTTO 20**

Si richiede inoltre di eliminare il vincolo dell'acciaio satinato che diminuisce il numero di possibili offerenti e che potrebbe essere valutato solo in termini di attribuzione di punteggio qualità.

RISPOSTA 78:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 79:**LOTTO 21**

Non si evince se la richiesta di duplice versione "aperta e chiusa" sia caratteristica da offrire in un unico prodotto od in più prodotti.

RISPOSTA 79:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "Duplice versione: aperta e chiusa e dotato di affilatura atraumatica onde evitare danni accidentali ai tendini."

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it

- a "Chiusa e dotata di affilatura atraumatica onde evitare danni accidentali ai tendini".

QUESITO 80:**LOTTO 22**

Le caratteristiche indicate alla fine della descrizione sono troppo stringenti ed individuano un'azienda specifica. Trattandosi inoltre di pinza "One step" l'uncino distale non deve essere inserito in quanto indicativo di pinza two step, in alternativa si può indicare come opzionale. Si segnala che non è richiesta da nessuna parte la quotazione dei relativi aghi monouso utilizzati con tale pinza.

RISPOSTA 80:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "Dotata di uncino distale per recupero della sutura"
➤ a "Eventualmente dotata di uncino distale per recupero della sutura".

QUESITO 81:**LOTTO 2**

La richiesta di esprimere il valore della qualità delle suture solo nell'unità di misura Joule impedirebbe alle Aziende che non hanno tale documentazione di venire valutate anche se in possesso di dati con valori molto più significativi per valutare la resistenza del filo. Trattandosi di una forza sarebbe più opportuno l'utilizzo di altre unità di misura quali il N (Newton).

RISPOSTA 81:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione formulata e provvederà a chiedere quali unità di misura sia Joule che Newton.

QUESITO 82:**LOTTO 4**

La possibilità di sostituire o aggiungere una sutura individua un'azienda specifica.

RISPOSTA 82:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 83:**LOTTO 7**

Il valore minimo di 2 anni richiesto, potrebbe essere di interpretazione arbitraria in quanto la completa riassorbibilità di tali prodotti è strettamente collegata alla biologia del singolo paziente.

RISPOSTA 83:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di riassorbimento della vite.
(Il valore che deve essere documentato dalla Ditta - Valore minimo due anni)."
➤ a "Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di riassorbimento della vite.
(Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).".

QUESITO 84:**LOTTO 9**

La richiesta di esprimere la resistenza alla trazione solo nell'unità di misura Joule impedirebbe alle Aziende che non hanno tale documentazione di venire valutate anche se in possesso di dati con valori molto più significativi per valutare la resistenza del filo. Trattandosi di una forza sarebbe più opportuno l'utilizzo di altre unità di misura quali il N (Newton).

RISPOSTA 84:

La Commissione tecnica accetta l'osservazione formulata e provvederà a chiedere quali unità di misura sia Joule che Newton.

QUESITO 85:**LOTTO 14**

La presenza delle tacche in alcuni dispositivi in commercio non è presente in quanto non dà alcun valore aggiunto al chirurgo al completamento della tecnica chirurgica

RISPOSTA 85:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto non pertinente e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 86:*Campionatura.*

In merito alla campionatura, al fine di evitare l'immobilizzazione di grosse e costose quantità di materiale, 4 campioni richiesti sono collegati in alcuni lotti a dello strumentario pluriuso, in attesa dei tempi amministrativi e della successiva valutazione sarebbe più semplice richiedere in fase di presentazione offerta, il monouso e in fase di prova pratica dimostrativa di fronte alla commissione la restante campionatura pluriuso. Visto il periodo in cui si cerca di salvaguardare il più possibile l'aspetto economico in questo modo si eviterebbe di gravare sulle aziende economicamente.

RISPOSTA 86:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 49".

9. OPERATORE ECONOMICO**QUESITO 87:****LOTTO 1**

Comprende le voci A e B che differiscono tra di loro solamente per quanto concerne la guarnizione che viene richiesta rimovibile o meno. Questo può risultare penalizzante per Noi e ci risulta anche per altre ditte, per tanto chiediamo la possibilità di suddividere il LOTTO in DUE LOTTI distinti.

RISPOSTA 87:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 88:**LOTTO 1**

Per quanto riguarda le misure da Voi richieste risultano molto specifiche e nel qual caso fossero vincolanti a pena esclusione, sarebbero penalizzanti per noi e ci risulta anche per altre ditte. Si richiede pertanto che queste non siano pena esclusione ma che piuttosto in sede di valutazione venga attribuito un punteggio superiore a quelle aziende che possiedono un Range più ampio di misure.

RISPOSTA 88:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "di vari diametri da 4,5 mm a 8,5 mm, e di varie lunghezze da 45 a 90 mm.
- a "con un ampio range di misure".

La Commissione tecnica varia conseguentemente i parametri di valutazione relativi al lotto 1 secondo la seguente stesura:

LOTTO 1		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Voci a) - b)	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Trasparenza	10	Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula.
Ampio range di misure	10	Attribuzione del valore in relazione all'ampio range di misure.
Facilità d'inserimento	10	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.
Completa filettatura dello stelo	10	Attribuzione del valore in relazione alla completa filettatura dello stelo per la facilità dell'inserimento.
Tenuta stagna delle valvole alle pressioni	20	Attribuzione del valore in relazione alla fuoriuscita di acqua dalle valvole.

QUESITO 89:**LOTTO 2**

Lotto molto articolato e con caratteristiche molto specifiche che mantenendolo Unito risulta sicuramente penalizzante per Noi e ci risulta anche per altre ditte. Si richiede pertanto la possibilità di suddividerlo in PIU' LOTTI.

RISPOSTA 89:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 90:**LOTTO 2 - voce a.**

La caratteristica del doppio filetto corticale e spongioso e la composizione in Tricalcifosfato sono prerogative che individuano solo poche aziende quindi penalizzanti per noi e ci risulta anche per altre ditte; si richiede pertanto di rendere le caratteristiche più generiche ad esempio per quanto concerne la composizione indicare che sia di materiale osteoconduttivo.

RISPOSTA 90:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione relativa al "doppio filetto corticale e spongioso" e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

La Commissione tecnica accetta l'ulteriore osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- > da " in tricalcifosfato o peek di vari diametri (per revisione)"
- > a " in tricalcifosfato o peek di vari diametri (per revisione) o comunque osteoconduttivo".

QUESITO 91:**LOTTO 2 - voce b.**

Si richiede chiarimento in merito alla caratteristica dell'ancora "A parete elicoidale incompleta" poiché la nostra Azienda dispone a catalogo di un ancora strutturata per migliorare l'osteointegrazione come da Voi richiesta, ma la specifica da Voi indicata potrebbe risultare penalizzante per noi poiché potrebbe identificare il prodotto di una o poche aziende.

RISPOSTA 91:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 58".

QUESITO 92:

LOTTO 2 – voce c.

Si richiede chiarimento in merito alla caratteristica "anche con aghi premontati " poiché se rimanesse caratteristica opzionale, come sembra, ci permetterebbe di partecipare, diversamente risulterebbe troppo specifica.

RISPOSTA 92:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 59".

QUESITO 93:

LOTTO 2 – voce d.

Con caratteristiche generiche già comprese nella voce a) e b). Se tale lotto venisse suddiviso come da noi richiesto e le caratteristiche delle voci a e b rimanessero invariate in questo modo tale voce darebbe la possibilità di partecipare a tutte le aziende, di contro se le voci a e b venissero rese più generiche tale voce potrebbe essere già compresa nelle suddette.

RISPOSTA 93:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 94:

LOTTO 2 – voce e.

Si richiede chiarimento in merito alla caratteristica " filo in nitinol siliconato" in quanto caratteristica troppo specifica.

RISPOSTA 94:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 16".

QUESITO 95:

LOTTO 3

Si richiede la possibilità di suddividerlo in DUE LOTTI, in quanto una voce risulta essere molto specifica mentre l'altra più generica. La separazione delle due voci permetterebbe, almeno per la seconda una più ampia partecipazione.

RISPOSTA 95:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 96:

LOTTO 3 – voce a.

Le caratteristiche " Alette stabilizzatrici ", " inserimento a Battuta " e " la possibilità di inserire filo aggiuntivo " sono prerogative che individuano solo poche aziende quindi penalizzanti per Noi e ci risulta anche per altre ditte, si richiede pertanto di rendere più generiche le caratteristiche o di renderle opzionali.

RISPOSTA 96:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione in quanto non pertinente e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 97:**LOTTO 5**

Si richiede la possibilità di suddividerlo in PIU' LOTTI e di chiarire o distinguere il materiale di composizione dell'ancora.

RISPOSTA 97:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 98:**LOTTO 5 – voce a.**

Lotto molto generico rispetto al materiale di composizione dell'ancora.

RISPOSTA 98:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 99:**LOTTO 5 – voce b**

Le caratteristiche "Alette stabilizzatrici, titanio a battuta e aggiungere un secondo filo prima del posizionamento" sono prerogative che individuano solo poche aziende quindi penalizzanti per noi e ci risulta anche per altre ditte, si richiede pertanto di rendere più generiche le caratteristiche o di renderle opzionali.

RISPOSTA 99:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 100:**LOTTO 7**

Si richiede la possibilità di suddividerlo in PIU' LOTTI in base alla composizione della Vite ad interferenza. Inoltre vorremmo segnalare la mancanza di un lotto per vite in titanio.

RISPOSTA 100:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 101:**LOTTO 7- voce a.**

Per quanto riguarda le misure da Voi richieste risultano molto specifiche e se fossero vincolanti a pena esclusione, sarebbero penalizzanti per molte Aziende. Si richiede pertanto che queste non siano pena esclusione ma che piuttosto in sede di valutazione venga attribuito un punteggio superiore a quelle aziende che possiedono un Range più ampio di misure.

RISPOSTA 101:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

La Commissione tecnica accetta l'osservazione e modifica la descrizione del lotto:

- da "di varie misure da a 20 mm a 35 mm "
- a "con un ampio range di misure".

La Commissione tecnica varia conseguentemente i parametri di valutazione relativi al lotto 7 secondo la seguente stesura:

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO 7		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Voci (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Strumentario ridotto corredato da filo guida in nitilon	10	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.
Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	10	Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Ampio range di misure	5	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione all'ampio range di misure. (Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).
Completa riassorbibilità	15	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di riassorbimento della vite. (Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).
Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stig e btb	10	Attribuzione del valore in relazione al lento riassorbimento della sutura documentata. (Il valore deve essere documentato dalla Ditta). L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).

QUESITO 102:**LOTTO 8**

La caratteristica " Doppio Pin e la composizione in Tricalcifosfato " sono prerogative che individuano solo poche aziende quindi penalizzanti per Noi e ci risulta anche per altre ditte.

Si richiede di renderle più generiche ad esempio per quanto concerne la composizione indicare che sia di materiale osteoconduttivo, mentre per il nr. dei pin renderlo opzionale.

RISPOSTA 102:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 103:**LOTTO 9**


Si richiede la possibilità di suddividerlo in PIU' LOTTI così da permettere a tutte le aziende di partecipare in quanto come Lotto unico risulterebbe penalizzante per Noi e ci risulta anche per altre ditte.

RISPOSTA 103:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 104:**LOTTO 9 – voce a.**

Per quanto riguarda le misure da Voi richieste risultano molto specifiche e nel qual caso fossero vincolanti a pena esclusione, sarebbero penalizzanti per molte Aziende. Si richiede pertanto che queste non siano pena esclusione ma che piuttosto in sede di valutazione venga attribuito un punteggio superiore a quelle aziende che possiedono un Range più ampio di misure.

RISPOSTA 104:


APS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Via G. D'Annunzio 64 - 131621 Genova

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria.it



La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 105:**LOTTO 12**

La caratteristica " due rotelle integrate che spingono il filo " è una prerogativa che individua solo poche aziende quindi penalizzanti per Noi e ci risulta anche per altre ditte, si richiede di renderla più generica.

RISPOSTA 105:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 106:**LOTTO 21**

Si richiede la possibilità di suddividerlo in DUE LOTTI a seconda delle due versioni: versione aperta e versione chiusa. Questa richiesta è motivata dal fatto che alcuni operatori preferiscono la versione aperta e altri la versione chiusa.

RISPOSTA 106:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 107:**LOTTO 21**

Per quanto riguarda le misure della lunghezza dello stelo da Voi richieste risultano molto specifiche e nel qual caso fossero vincolanti a pena esclusione, sarebbero penalizzanti per molte Aziende. Si richiede pertanto che queste non siano pena esclusione ma che piuttosto in sede di valutazione venga attribuito un punteggio superiore a quelle aziende che possiedono un range più ampio di misure.

RISPOSTA 107:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 108:**LOTTO 22**

Si richiede la possibilità di suddividerlo in DUE LOTTI: un lotto con la versione con uncino distale o similare per il recupero della sutura, un altro lotto con la versione senza. Questa richiesta è motivata dal fatto che alcuni operatori non gradiscono la versione con il recupero della sutura.

RISPOSTA 108:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 109:**LOTTO 23**

Si chiede la possibilità di creare due LOTTI a seconda dell'esecuzione Manuale o a motore. Questa richiesta è motivata dal fatto che alcuni operatori preferiscono l'esecuzione manuale e altri la versione a motore.

RISPOSTA 109:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 1".

QUESITO 110:**LOTTO 23**

Si chiedono chiarimenti riguardo alla funzione del filo guida in Nitinol.

RISPOSTA 110:

La Commissione tecnica precisa che il "filo guida" serve per "guidare" la vite nella giusta direzione onde espletare la sua funzione.

QUESITO 111:**LOTTO 23**

Per quanto riguarda la misura del diametro di 1 mm. del sistema risulta molto specifica e nel qual caso fosse vincolante a pena esclusione, sarebbe penalizzante per molte Aziende. Si richiede pertanto che questa non sia pena esclusione ma che piuttosto in sede di valutazione venga attribuito un punteggio superiore a quelle aziende che possiedono tale diametro.

RISPOSTA 111:

La Commissione tecnica rimanda alla risposta data al "QUESITO 5".

QUESITO 112:**LOTTO 24**

Le caratteristiche "in plastica e con incavi" sono prerogative che individuano una sola azienda, quindi se a pena esclusione risulterebbero penalizzanti per Noi e ci risulta anche per altre ditte.

RISPOSTA 112:

La Commissione tecnica non accetta l'osservazione e ribadisce che i prodotti che dovranno essere offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dalla documentazione di gara.

QUESITO 113:

Si richiede inoltre una precisazione relativamente al documento da inserire nella Busta nr 1 Documentazione amministrativa lettera F) "eventuale documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del servizio AVCPASS firmato dall'operatore economico. Specificate che non è obbligatorio allegare il documento di cui sopra, ma non ci è chiaro se bisogna esserne in possesso e se tale documento è pena esclusione.

RISPOSTA 113:

Il Dialogo tecnico in esame è stato pubblicato il 23/06/2014.

Questa Stazione appaltante, nelle more di conoscere se l'utilizzo obbligatorio dell'AVCPASS, (il nuovo sistema di verifica telematica dei requisiti di partecipazione delle imprese istituito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) fosse confermato dal 1° luglio 2014 (così come previsto dalla legge n. 15/2014 di conversione del D.L. n. 150/2013), data di entrata in vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), introdotta dall'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti) ha predisposto la documentazione di gara prevedendo l'eventualità di allegare tale documento.

Dal 1° Luglio 2014 è effettivamente scattato l'obbligo - per le stazioni appaltanti e per i partecipanti alle pubbliche gare d'appalto d'importo a base d'asta pari o superiore ai 40.000 euro nei settori ordinari - di utilizzare esclusivamente l'AVCPASS per la verifica telematica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-organizzativo ed economica-finanziaria, nella documentazione di indizione della gara di che trattasi tale documento sarà previsto **come obbligatorio a pena di esclusione**.

La Commissione tecnica stabilisce di inserire nelle caratteristiche tecniche dei lotti 8, 9-a, 9-b, 9-c, 10 e 23:

- Strumentario dedicato.

Centrale Regionale di Acquisto

Le operazioni si concludono alle ore 18,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Enrico BERNARDINI

Dott. Paolo LAZZONI

Dott. Maurizio ROGAI

Dott. Luigi Moreno COSTA

Ilma PORCU