Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

Determinazione n. 13 del 20/01/2015

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 37.
N° gara 5874801.
Rettifica documentazione di gara.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1°/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Rilevato che la Giunta della Regione Liguria con deliberazione n. 1733 del 28/12/2012 ha approvato il programma di attività per il biennio 2013-2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e che in detto programma è compresa la procedura di gara relativa alla fornitura di Dispositivi Medici per Ortodonzia;

Vista la determinazione n. 236 del 24/12/2014 concernente l'indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - Lotti n. 37;

Atteso che con note acquisite agli atti (protocolli di arrivo n. 256-282-318-346/2015) alcuni operatori economici del settore hanno formulato i quesiti ai quali è stata risposta con l'allegata nota prot. n. 387 del 20/01/2015;

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, di procedere alla rettifica della determinazione n. 236 del 24/12/2014 apportando le conseguenti rettifiche al "Disciplinare di gara" e alla "Sezione A - Capitolato Tecnico";

Preso altresì atto di dover disporre la pubblicazione della documentazione di rettifica sul sito istituzionale della Centrale www.acquistiliguria.it, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara;

Atteso che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'A.R.S.,

D E T E R M I N A :

- Di rettificare, per le motivazioni riportate nelle premesse, con il presente provvedimento la determinazione 236 del 24/12/2014 di indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - Lotti n. 37, la seguente documentazione di gara:
  - Disciplinare di gara
  - Sezione A - Capitolato Tecnico
  - Allegato F1) – Istanza di partecipazione.

- Di disporre la pubblicazione della documentazione di rettifica sul sito istituzionale della Centrale www.acquistiliguria.it, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara.

- Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa.

- Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

ALLEGATI:
- Risposta a quesiti prot. n. 387 del 20/01/2015
- Disciplinare di gara
- Sezione A: Capitolato Tecnico
- Allegato F1) – Istanza di partecipazione

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/5488557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

Genova, 20/01/2015

Prot. n. 387

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 37.
N° gara 5874801.
Risposte ai quesiti pervenuti fino 19/01/2015.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto **fino al 19 Gennaio 2015**, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 1

Nel disciplinare vengono associate delle lettere ai vari lotti es lotto n 2 voci a, b, c, d, e) tali voci non vengono mai menzionate né sul capitolato tecnico né su tutta la documentazione. Pertanto i lotti sono numerici senza suddivisioni?

RISPOSTA QUESITO N. 1

Per un mero errore materiale, non sono state aggiornate - nell'art. 4 e nell'art. 8 del "Disciplinare di gara" e nella "Sezione A – Capitolato tecnico" - le numerazioni dei lotti scaturite a seguito dei quesiti formulati dagli operatori economici nell'ambito del Dialogo Tecnico precedentemente espletato.
A fronte di ciò si procederà alla rettifica, nella documentazione di gara, della numerazione dei lotti, tenuto di quanto sotto riportato:

	LOTTO GARA INDETTA	EX LOTTO DIALOGO TECNICO
MATERIALE PER ARTROSCOPIA	1	*1a*
	2	*1b*
	3	2a
	4	2b
	5	2c
	6	2d
	7	2e
	8	3a
	9	3b
	10	4
	11	*5a*
	12	*5b*
	ELIMINATO	6a
	13	6b
	14	7a
	15	7b
	ELIMINATO	*7c*
	16	*7d*
	17	*7e*
	18	*8*
	19	*9a*

	20	*9b*
	21	*9c*
	22	*10*
	23	*11*
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA	24	*12*
	25	13
	26	14
	27	15
	28	16
	29	17
	30	18
	31	19
	32	20
	33	21
	34	22
	35	23
	36	24
	37	25

QUESITO N. 2

DISCIPLINARE DI GARA:
Punto 4 - Modalità di presentazione offerta:
Chiediamo chiarimenti in merito al quantitativo di buste da presentare indicate sul disciplinare:
1 busta contenente documentazione amministrativa;
1 busta contenente documentazione tecnica;
1 busta contenente offerta economica;
1 busta contenente campionatura (se si partecipa ai lotti indicati)
Sul disciplinare di gara nella busta nr 4 come contenuto viene indicato offerta economica ma si parla di campionatura.
Quindi le prime tre buste conterranno le documentazioni indicate a prescindere che si partecipi ai lotti con o senza campionatura ????
La busta nr 4 conterrà solo la campionatura ??? e se contiene la campionatura non deve essere contenuta nel primo plico, ma dovrà essere a parte, giusto?

RISPOSTA QUESITO N. 2

Le Buste 1 – 2 - 3 dovranno contenere solo ed esclusivamente le documentazioni rispettivamente "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica" a prescindere che si partecipi ai lotti con o senza campionatura.

La presentazione della "Busta n. 4" relativa alla "Campionatura" è differenziata a seconda dei lotti a cui si intende partecipare.

Se si desidera partecipare ad uno o più dei lotti 1 – 2 – 13 - 23 - 24 - 29 – 30 – 31 – 32 - 33, le Ditte offerenti, dovranno presentare anche la "Busta n. 4" contenente la "Campionatura" contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica" *ovvero* in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara fissata per le ore 12:00 del giorno 17/02/2015.

Se si desidera partecipare ad uno o più dei seguenti lotti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19 – 20 – 21 – 22 - 25 – 26 - 27 – 28 - 34 - 35 - 36 – 37, saranno presentate entro la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara fissata per le ore 12:00 del giorno 17/02/2015 solo ed esclusivamente le tre buste contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA n. 1), la documentazione tecnica (Busta n. 2) e l'offerta economica (Busta n. 3) in quanto la campionatura - relativa a detti lotti - sarà portata in visione da un rappresentante di ciascuna Ditta offerente presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate successivamente con apposita nota.

QUESITO N. 3

Busta n. 1 documentazione amministrativa lettera a) :

Viene richiesto il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011- 2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs n. 163/2006.

Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi,
Comma 3 : Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Essendo NBA MEDICA Srl una società costituita nel 2010 ed avendo iniziato la sua attività di distributore esclusivo per la Stryker Italia srl a partire dal 1° Settembre 2013 chiediamo quali documenti possano essere inviati per provare la nostra capacità economico-finanziaria, si precisa inoltre che alcuni articoli che verranno offerti sono stati immessi sul mercato a far data dalla fine del 2012 inizio 2013.

RISPOSTA QUESITO N. 3

Nel caso in cui la Ditta offerente sia di nuova costituzione e sia quindi impossibilità a dichiarare i fatturati minimi necessari per l'ammissione, la normativa vigente prevede che i fatturati richiesti per l'ammissione alla gara debbano essere dimostrati **solo ed esclusivamente dalle Imprese concorrenti** secondo le modalità previste dall'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, giusto art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso evidenziato dall'operatore economico in esame l'impossibilità a provare il fatturato minimo richiesto potrebbe essere superata:

- dalla presentazione della dichiarazione di **almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
- dalle modalità previste dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti".

QUESITO N. 4

Busta n. 3 Offerta economica:

Viene richiesto a corredo dell'offerta copia del listino prezzi aggiornato e in vigore, depositato presso la Camera di Commercio in data anteriore ai termini di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Poiché la nostra società non possiede il listino depositato, ma un listino prezzi ufficiale su carta intestata, in quanto, come riporta l'art. 2 del regolamento per il servizio di deposito listini prezzi, tariffe ed attività collegate, il deposito presso la CCIAA è facoltativo, chiediamo se sia pena esclusione gara o se possiamo presentare il nostro listino ufficiale.

Articolo 2
Finalità del servizio
Il deposito dei listini e delle tariffe di cui all'art. 1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici. La Camera di Commercio di Milano, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione in merito ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio o sulle clausole e condizioni in essi riportate, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in capo ai depositanti.

RISPOSTA QUESITO N. 4

Questa Stazione appaltante - tenuto conto della facoltatività del servizio di deposito dei listini prezzo presso le Camera di Commercio – stabilisce che potrà essere presentata in sede di gara:

- o n. 1 copia del listino prezzi aggiornato e in vigore, depositato presso la Camera di Commercio competente in data anteriore ai termini di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara riportante
- o n. 1 copia del listino prezzi aggiornato e predisposto ad hoc per la gara da parte della Ditta offerente, valido per tutta la durata del contratto di fornitura contenente tutte le voci dei prodotti offerti in sede di gara (100% voci).

QUESITO N. 5

Dichiarazione Vs. Allegato F8, avendo soggetti muniti di rappresentanza e soggetti cessati dalla carica che risiedono all'estero e difficilmente raggiungibili chiediamo di poter predisporre dichiarazione rilasciata dal ns legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti per i quali è previsto il rilascio di tale dichiarazione.

RISPOSTA QUESITO N. 5

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione potrà essere rilasciata dal rappresentante legale della Ditta offerente "per quanto a conoscenza" (giusta Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/11/2014 n. 5497).

QUESITO N. 6

Viene chiesto l'invio in un unico plico comprendente anche la "Busta n. 4 – Campionatura" siccome la campionatura richiesta è numerosa e ingombrante, chiediamo la possibilità di poterla inviare in plico a parte naturalmente entro la stessa data di scadenza della gara e allo stesso indirizzo.

RISPOSTA QUESITO N. 6

Il Disciplinare di gara prevede che la campionatura potrà essere consegnata, a pena di esclusione:

- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica"
  ovvero
- in data diversa ma comunque entro la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara fissata per le ore 12:00 del giorno 17/02/2015.

Nel caso in cui la "BUSTA n. 4" sia particolarmente ingombrante potrà inoltre essere predisposto un plico, una scatola, un cartone ecc. contenente la campionatura, distinto dal plico contenente le Buste n. 1, 2 e 3:
anch'esso chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura oppure sigillato indirizzato a:
ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto – Ufficio Protocollo, 6° piano - Via D'Annunzio 64 - 16121 GENOVA
contraddistinto all'esterno dalla dicitura:
"Procedura aperta per la fornitura di Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria – CAMPIONATURA".

QUESITO N. 7

Lotto 11 – Ancore per instabilità
Nel lotto 11 si parla di ancore in titanio "o" radiotrasparenti riassorbibili "o" peek "o" tutto filo. Ciò implica che bisogna offrire una sola tipologia di ancore o tutte di cui si dispone?
Nel caso se ne possa offrire una sola come potete confrontarle con offerte di altre aziende visto che si parla di tipologie di ancore molto diverse. Anche per quanto riguarda il costo, parliamo di tipologie di ancore che presentano costi di produzione ben diversi per cui è impossibile offrirle tutte allo stesso prezzo e quindi di ripropone il problema del punto precedente, come potete confrontare prezzi di aziende che hanno scelto di offrire o l'ancora in titanio o l'ancora in sutura?

RISPOSTA QUESITO N. 7

In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica.

QUESITO N. 8

Lotto 23 – Uncini passa suture
Nel lotto 23 vengono richiesti uncini monouso, non specificando se si tratta di sistemi con uncini di ricambio. Tuttavia nell'allegato A2 vengono menzionati, all'interno del lotto 23, manipoli, uncini e filo guida, a differenza del lotto 24 ove sembra ci sia una discrepanza tra il capitolato tecnico e il file relativo ai fabbisogni. Qualora quanto descritto non si tratti di un errore, è possibile offrire nel lotto 23 sistemi passa suture omnicomprensivi?

RISPOSTA QUESITO N. 8

In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica.

QUESITO N. 9

Relativamente al punto 10) dell'Istanza di partecipazione Allegato F1) che cita *"che fornirà, in caso di aggiudicazione o di sorteggio ex art.48 D.Lgs.163/2006, la documentazione probatoria a conferma di quanto elencato con le seguenti modalità: se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, presentando certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;....."*, siamo a chiedere se trattasi di un refuso in quanto i certificati richiesti per le principali forniture, non potendo essere prodotti agli organi della P.A. così come disposto dalla normativa vigente (art. 40, punto 02, D.P.R. 28/12/2000 N. 445 così come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) – Legge 183/2011, non potranno essere trasmessi dalla scrivente.

RISPOSTA QUESITO N. 9

Trattandosi di un refuso di stampa, detta indicazione dovrà intendersi annullata.
Si procederà alla rettifica dell'Allegato F1) – Istanza di partecipazione per la parte di pertinenza.

QUESITO N. 10

All'Allegato F1) – Istanza di partecipazione, cosa si intende per "n. posizione INPS", il codice INPS o la matricola?

RISPOSTA QUESITO N. 10

Nell'Allegato F1) – Istanza di partecipazione con "numero di posizione INPS" si intende il numero di matricola assegnato dall'INPS.

QUESITO N. 11

All'Allegato F1) – Istanza di partecipazione, cosa si intende per "n. posizione INAIL", le PAT o il codice ditta?

RISPOSTA QUESITO N. 11

Nell'Allegato F1) – Istanza di partecipazione con "numero di posizione INAIL" si intende il codice ditta assegnato dall'INAIL.

QUESITO N. 12

Tra i documenti scaricati c'è un Allegato F4) – Scheda tecnica in formato Excel ed un Allegato F4) – Scheda informativa in formato Word e Pdf.
Potreste confermare se l'Allegato F4) – Scheda tecnica in formato Excel va presentato con l'Offerta Economica mentre l'Allegato F4) – Scheda informativa in formato Word e Pdf va presentato con la Documentazione tecnica (punto b) – Busta n. 2?

RISPOSTA QUESITO N. 12

Premesso che il formato Pdf non va allegato in nessuna documentazione, si precisa quanto segue:

- l'Allegato F4) – Scheda tecnica, in formato Excel e in formato Word dovranno essere inseriti entrambi nella "Busta n. 2 – Documentazione tecnica".
  Il formato word è da considerarsi come nota di presentazione di ciò che poi verrà precisato, relativamente al prodotto offerto, nel formato Excel
- l'Allegato F2) – Offerta economica, contenente al suo interno l'Allegato F4) – Scheda tecnica, va inserito nella "Busta n. 3 – Offerta economica".

QUESITO N. 13

Al quesito 33 del verbale del Dialogo tecnico sembra essere stato riportato erroneamente sia il testo della domanda che il testo della risposta che sono invece del quesito 32.
Potreste confermare la presenza di un errore e riportare la domanda corretta con la relativa risposta?

RISPOSTA QUESITO N. 13

Il quesito 33 del Verbale Dialogo Tecnico e la relativa risposta sono da ritenersi annullate in quanto ripetizioni dei quesiti 32 e 34.

QUESITO N. 14

Nel verbale Dialogo tecnico sembra mancare la risposta al nostro quesito relativo al Lotto 2 voce a); sarebbe ancora possibile ricevere una risposta?

RISPOSTA QUESITO N. 14

La risposta relativa al Lotto 2 voce a) è stata contenuta nella risposta al Quesito 57 del Verbale del Dialogo Tecnico.

QUESITO N. 15

Per quanto riguarda il punto Campionatura, nel Capitolato Tecnico Sezione A si richiedono "n. 2 campioni" per ciascun lotto, così come predisposto anche nel verbale Dialogo tecnico a seguito di un'osservazione, tuttavia nel Disciplinare di gara c'è ancora riportata la richiesta di "n. 4 campioni"; si può considerare un refuso?

RISPOSTA QUESITO N. 15

Il numero dei campioni richiesti dovrà intendersi in numero di due.

QUESITO N. 16

Nonostante l'eliminazione delle sotto voci dei vari lotti, rif. Quesito 1 del verbale Dialogo Tecnico, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico si trovano molteplici citazioni delle "voci", come sono da interpretare?

RISPOSTA QUESITO N. 16

Vedasi risposta al quesito N. 1.

Con determinazione n. 13 del 20/01/2015 sono state apportate, a seguito dei quesiti pervenuti, le rettifiche alla documentazione di gara.

Tutta la documentazione relativa alla presente gara è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

Si comunica che il 4 Febbraio 2015 scadranno i termini per la formulazione di eventuali quesiti in ordine alla gara in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotti n. 37

N° gara 5874801

Sommario:

1. Oggetto e importo
2. Durata, decorrenza
3. Raggruppamento temporaneo di impresa R.T.I.
4. Modalità di presentazione dell'offerta
5. Valutazione tecnica
6. Modalità di aggiudicazione
7. Modalità di svolgimento della gara
8. Altre informazioni sulla gara
9. Riserva di non aggiudicazione
10. Adempimenti successivi
11. Trattamento dati personali
12. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara.

1. Oggetto e importo

La gara, indetta con determinazione del Direttore di Area n. 236 del 24/12/2014, si svolge sotto forma di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.. n. 163/2006 ed ha per oggetto la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo complessivo quadriennale presunto di € 5.438.272,000 (IVA esclusa).
La fornitura è distinta in n. 37 lotti:

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA			
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CIG	IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO (IVA esclusa)
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	60619363D6	80.800,000
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	606195210B	20.000,000
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	60619607A3	426.400,000
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	606197867E	132.000,000
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6061987DE9	84.000,000
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6061990067	90.200,000
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	606199762C	48.600,000
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	60619986FF	139.400,000
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	6062006D97	101.500,000
10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	6062009015	176.800,000
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	60620111BB	86.400,000
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	6062015507	81.600,000
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	6062020926	287.152,000
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP **in acido polilattico + idrossiapatite**	6062025D45	316.160,00
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP **in tricalciofosfato + piga**	606203230F	174.640,00
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP **in acido l-lattico e glicolico**	6062035588	106.640,00
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	60620398D4	65.500,00
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	6062047F6C	223.200,000
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	6062052390	193.380,00

20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	**60620566DC**	**47.460,00**
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	**6062064D74**	**93.920,00**
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	**6062066F1A**	**23.464,00**
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**6062072411**	**208.080,00**
STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA			
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	**606207675D**	**19.200,000**
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	**6062082C4F**	**122.120,000**
26	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)	**6062088146**	**136.800,000**
27	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	**60620978B1**	**42.336,000**
28	PINZE RECUPERA SUTURE	**6062104E76**	**55.200,000**
29	SPINGI NODI	**606210929A**	**18.400,000**
30	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE	**60621146B9**	**48.000,000**
31	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI	**6062117932**	**290.440,000**
32	FORBICI ARTROSCOPICHE	**6062125FCA**	**69.960,000**
33	TENDON STRIPPER	**60621303EE**	**88.320,000**
34	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	**6062133667**	**692.000,00**
35	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	**6062143EA5**	**217.000,000**
36	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	**6062146123**	**383.200,000**
37	CURETTE AD ANELLO	**606215588E**	**48.000,000**
	TOTALE QUADRIENNALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)		**5.438.272,000**

Le caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto di gara, i rispettivi quantitativi annuali e quadriennali, nonché le modalità di effettuazione della fornitura, sono descritti analiticamente nel Capitolato Tecnico (sez. A) e nel Capitolato Speciale di fornitura (sez. B).

Il bando relativo alla gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data xxxxxxxxx/2014 e sarà pubblicato, per estratto, su due testate a diffusione nazionale e su due testate a

diffusione regionale, nonché sui siti dell'Osservatorio regionale contratti pubblici e Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Tutta la documentazione di gara può essere visionata sul sito internet della Centrale Regionale di Acquisto www.acquistiliguria.it.

Sarà onere della Ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente il sito per verificare eventuali modifiche che saranno tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera procedura di gara.

Ulteriori eventuali non sostanziali rettifiche che fosse necessario apportare agli atti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito.

2. Durata, decorrenza

Il contratto di fornitura avrà la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla stipula della Convenzione di fornitura.
I contratti stipulati dai singoli Enti (AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S.) c.d. "Ordinativi di fornitura", non potranno avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla Centrale Regionale di Acquisto.
Gli aggiudicatari avranno tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura e la relativa gestione di quanto in oggetto, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

3. Raggruppamento di Imprese R.T.I.

Sono ammesse offerte di Imprese raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.. n. 163/2006.
L'Impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente. I requisiti morali e professionali devono essere soddisfatti da ciascuna della Ditte che fanno parte del raggruppamento.
Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste possono essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento, nelle quote e nei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara in oggetto ogni Ditta dovrà far pervenire, pena esclusione, **entro le ore 12,00 del giorno 17/02/2015** in uno dei seguenti modi:

- ☐ con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale
- ☐ a mezzo agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritiro
- ☐ a mano

un PLICO chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura oppure sigillato indirizzato a:

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Ufficio Protocollo, 6° piano
Via D'Annunzio 64 - 16121 GENOVA
(orario di apertura - giorni non festivi da lunedì a venerdì - ore 8.30 - 13.00)

contraddistinto all'esterno da:

- ☐ gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la gara;

In caso di partecipazione ai lotti:
3 - 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 - 10 – 11 - 12 - 14 – 15 – 16 - 17 - 18 - 19 - 20 – 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 – 35 – 36 - 37

□ la dicitura: *"Procedura aperta per la fornitura di Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta Economica".*

Il Plico dovrà contenere n. 3 Buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate; ciascuna busta dovrà recare all'esterno gli estremi del mittente e rispettivamente riportare la dicitura ed avere il contenuto come di seguito specificato:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 1	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Amministrativa	Documentazione Amministrativa di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 2	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Tecnica	Documentazione Tecnica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 3	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Offerta Economica	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare

In caso di partecipazione ai lotti:
1 - 2 – 13 – 23 - 24 - 29 - 30 – 31 - 32 - 33

□ la dicitura: *"Procedura aperta per la fornitura di Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta Economica e Campionatura".*

Il Plico dovrà contenere n. 4 Buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate; ciascuna busta dovrà recare all'esterno gli estremi del mittente e rispettivamente riportare la dicitura ed avere il contenuto come di seguito specificato:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 1	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Amministrativa	Documentazione Amministrativa di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 2	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Documentazione Tecnica	Documentazione Tecnica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 3	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Offerta Economica	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare
N. 4	Procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Campionatura	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente Disciplinare

In fase di presentazione dell'offerta le Ditte offerenti dovranno presentare la campionatura, contenente n. 4 campioni per singola voce, relativa ai lotti: 1 – 2 – 13 - 23 - 24 - 29 - 30 – 31 - 32 - 33.
Detta campionatura potrà essere consegnata, a pena di esclusione:

- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica"

ovvero

- in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara.

****

Per i restanti lotti: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37, le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione - con oneri a proprio carico - il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice secondo le modalità di seguito previste nella sezione "CAMPIONATURA" nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota dalla Centrale.

La mancanza anche di una sola delle buste comporta l'esclusione dalla gara

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) **Istanza di partecipazione a gara,** come da modello allegato (**Allegato F1**).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.
Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2011-2013. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

- ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale specifico, almeno pari.

All'istanza dovranno essere allegate, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'institore), secondo lo schema di cui al modello F8.

b) **Garanzia a corredo dell'offerta,** ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, valida per **270 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.
Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.
La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.
La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

c) **Certificazione** di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo quadriennale lotto (esclusa IVA)	Importo della garanzia 2% (punto b)	Importo della garanzia 1% (punto c)
1	80.800,000	1.616,00	808,00
2	20.000,000	400,00	200,00
3	426.400,000	8.528,00	4.264,00
4	132.000,000	2.640,00	1.320,00
5	84.000,000	1.680,00	840,00
6	90.200,000	1.804,00	902,00
7	48.600,000	972,00	486,00
8	139.400,000	2.788,00	1.394,00
9	101.500,000	2.030,00	1.015,00
10	176.800,000	3.536,00	1.768,00
11	86.400,000	1.728,00	864,00
12	81.600,000	1.632,00	816,00
13	287.152,000	5.743,04	2.871,52
14	316.160,00	6.323,20	3.161,60
15	174.640,00	3.492,80	1.746,40
16	106.640,00	2.132,80	1.066,40
17	65.500,00	1.310,00	655,00
18	223.200,000	4.464,00	2.232,00
19	193.380,00	3.867,60	1.933,80
20	47.460,00	949,20	474,60
21	93.920,00	1.878,40	939,20
22	23.464,00	469,28	234,64
23	208.080,00	4.161,60	2.080,80
24	19.200,000	384,00	192,00
25	122.120,000	2.442,40	1.221,20
26	136.800,000	2.736,00	1.368,00
27	42.336,000	846,72	423,36
28	55.200,000	1.104,00	552,00
29	18.400,000	368,00	184,00
30	48.000,000	960,00	480,00
31	290.440,000	5.808,80	2.904,40
32	69.960,000	1.399,20	699,60
33	88.320,000	1.766,40	883,20
34	692.000,00	13.840,00	6.920,00
35	217.000,000	4.340,00	2.170,00
36	383.200,000	7.664,00	3.832,00
37	48.000,000	960,00	480,00
Totale	**5.438.272,00**	1.616,00	808,00

d) **Dichiarazione** di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

e) **Attestazione** comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo quadriennale lotto (esclusa IVA)	Importo contributo (espresso in Euro)
1	60619363D6	80.800,000	Esente
2	606195210B	20.000,000	Esente
3	60619607A3	426.400,000	35,00
4	606197867E	132.000,000	Esente
5	6061987DE9	84.000,000	Esente

6	6061990067	90.200,000	Esente
7	606199762C	48.600,000	Esente
8	60619986FF	139.400,000	Esente
9	6062006D97	101.500,000	Esente
10	6062009015	176.800,000	20,00
11	60620111BB	86.400,000	Esente
12	6062015507	81.600,000	Esente
13	6062020926	287.152,000	20,00
14	6062025D45	316.160,00	35,00
15	606203230F	174.640,00	20,00
16	6062035588	106.640,00	Esente
17	60620398D4	65.500,00	Esente
18	6062047F6C	223.200,000	20,00
19	6062052390	193.380,00	20,00
20	60620566DC	47.460,00	Esente
21	6062064D74	93.920,00	Esente
22	6062066F1A	23.464,00	Esente
23	6062072411	208.080,00	20,00
24	606207675D	19.200,000	Esente
25	6062082C4F	122.120,000	Esente
26	6062088146	136.800,000	Esente
27	60620978B1	42.336,000	Esente
28	6062104E76	55.200,000	Esente
29	606210929A	18.400,000	Esente
30	60621146B9	48.000,000	Esente
31	6062117932	290.440,000	20,00
32	6062125FCA	69.960,000	Esente
33	60621303EE	88.320,000	Esente
34	6062133667	692.000,00	70,00
35	6062143EA5	217.000,000	20,00
36	6062146123	383.200,000	35,00
37	606215588E	48.000,000	Esente

⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;

⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita:

⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura e il lotto al quale si intende partecipare.

f) **Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico;** il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.

g) **Copia** del **capitolato tecnico di fornitura** e del **capitolato speciale** (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante

dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.

h) in caso di **avvalimento** le dichiarazioni previste dall'art. 49 comma 2 D. Lgs. n. 163/2006 e le contestuali dichiarazioni per l'impresa ausiliaria ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006

i) **Elenco dei lotti** per i quali si presenta offerta.

j) **Scheda fornitore (Allegato F3)** debitamente compilata e firmata.

Per quanto concerne la documentazione di cui ai punti **b)** e **d)**, nulla osta alla presentazione di un unico documento.

Busta n. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le Ditte concorrenti dovranno presentare, la documentazione tecnica da inserire nella **Busta n. 2** corredata da un elenco dei documenti presentati.

La **Busta n. 2** dovrà contenere:

a) **scheda tecnica** in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento; se è redatta in una lingua diversa da quella italiana va corredata da una traduzione giurata (asseverazione);

b) **dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti** (attraverso la compilazione dell'**Allegato F4**), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;

c) **catalogo**, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B".
In caso di discordanza o contraddittorietà tra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.), discordanza tale da determinare incertezza assoluta per la valutazione dei parametri dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice assumerà come valido il dato meno favorevole all'Offerente tra quelli comunicati e valuterà l'opportunità di eventuali segnalazioni all'AVCP;

d) **copia della certificazione CE** (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la **classe di appartenenza del prodotto** in base alla Direttiva CEE 93/42;

e) **dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;

f) **dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND**;

g) **dichiarazione attestante la classificazione del dispositivo in riferimento al** numero identificativo d'iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute;

h) **relazione descrittiva dei materiali costituenti il confezionamento del dispositivo**, del tipo di confezione proposta e il numero dei pezzi per confezione, l'imballaggio e le istruzioni e precauzioni di utilizzo, identificazione del prodotto.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al mod. F4 (dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti) **comporta l'esclusione dalla procedura,** in quanto sarebbe preclusa alla Centrale la certezza dei contenuti tecnici dell'offerta, contenuti in base ai quali vengono attribuiti i punteggi di qualità.
In caso di discordanza o contraddittorietà tra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.), discordanza tale da determinare incertezza assoluta per la valutazione dei parametri dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice assumerà come valido il dato meno favorevole all'Offerente tra quelli comunicati e valuterà l'opportunità di eventuali segnalazioni alla Autorità giudiziaria e all'AVCP;

i) **dichiarazione di presenza/assenza di lattice** qualora il dato non sia riportato sulla confezione o sulla scheda tecnica;

j) **dichiarazione relativa alla compatibilità dei prodotti** proposti con l'esame di risonanza magnetica;

k) **dichiarazione** attestante la **ragione sociale** del produttore e dell'eventuale distributore;

l) copia **offerta economica** dei prodotti offerti per ciascun lotto, **priva dei prezzi** (c.d "offerta silente");

m) **elenco riepilogativo** di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto.

Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del dichiarante.

Nel caso in cui uno o più documenti sopra richiesti siano già presenti aggiornati e immediatamente scaricabili dalle banche dati ufficiali del Ministero della Salute, le Ditte concorrenti potranno astenersi dalla presentazione, **indicando nell'elenco riepilogativo il link** a cui collegarsi per scaricare il documento.

Saranno escluse offerte sprovviste dei requisiti (anche di un solo requisito) previsti come indispensabili dal Capitolato tecnico.

Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA

La Busta dovrà presentarsi chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure sigillata e contenere esclusivamente, pena nullità, l'offerta economica, redatta in lingua italiana, in carta legale o resa tale.

Per tutti i lotti, l'**offerta economica** dovrà essere compilata in precisa conformità all'**Allegato F2)** in lingua italiana, in cifre e in lettere, in carta legale o resa tale, senza riserve né condizioni, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente, accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

Unitamente all'allegato F2) la Ditta partecipante dovrà allegare copia dell'allegato F4) riportante le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti.

L'offerta economica, in bollo, a pena l'esclusione dalla gara, dovrà:

- riportare il lotto di partecipazione, il CIG - codice identificativo gara - la ragione sociale dell'offerente (se diverso dal produttore indicare anche la ragione sociale dello stesso), la descrizione (nome commerciale) e il codice del prodotto (codice tratto dal catalogo del produttore);
- indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) di tutte le voci inserite nei lotti di riferimento del Capitolato tecnico. I prezzi offerti dovranno essere indicati con massimo tre cifre decimali;
- indicare l'aliquota IVA cui è soggetto il prodotto offerto;

- indicare il costo della sicurezza. I costi relativi alla sicurezza per l'esecuzione della fornitura stimati dal committente dovranno risultare congrui rispetto all'entita ed alle caratteristiche della fornitura e dovranno essere specificatamente indicati dall'Impresa (art. 87 co. 4 del D.Lgs.vo n. 163/06).;
- contenere o n. 1 copia del listino prezzi aggiornato e in vigore, depositato presso la Camera di Commercio competente in data anteriore ai termini di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara riportante o n. 1 copia del listino prezzi aggiornato e predisposto ad-hoc per la gara da parte della Ditta offerente, valido per tutta la durata del contratto di fornitura contenente tutte le voci dei prodotti offerti in sede di gara (100% voci).

I prezzi di aggiudicazione dovranno intendersi comprensivi
- di tutti gli oneri ivi compresi il trasporto e la consegna franco magazzino,
- degli oneri derivanti dalla fornitura, in comodato d'uso gratuito, della strumentazione necessaria per l'impianto dei dispositivi oggetto di gara esclusa soltanto l'IVA di cui peraltro deve essere indicata l'aliquota cui sono assoggettati i prodotti proposti.

Saranno escluse le offerte riportanti prezzi superiori alle basi d'asta indicate per ciascuna voce nei lotti inseriti nell'Allegato A2) della documentazione di gara.

Non saranno ammesse offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista economico pena nullità dell'intera offerta presentata.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal titolare della Ditta o dal Legale rappresentante della Società.

Le Ditte offerenti oltre alle offerte economiche, predisposte come sopra detto, dovranno inserite nella Busta n. 3 – Offerta economica, un supporto magnetico (CD, DVD, supporto rimovibile, ecc.) contenente il file nella versione Excel ["Tracciato standard" Allegato F2)] delle condizioni di cui alla offerta economica cartacea presentata per il lotto di cui trattasi.
L'Impresa offerente è tenuta a compilare il "Tracciato standard", scaricabile dal sito www.acquisti.liguria.it, di cui all'Allegato F2) in ogni sua parte inserendo le informazioni richieste in merito ai prodotti offerti.

Ogni codice di prodotto offerto dovrà essere inserito in un proprio record (rigo).

A fini dell'aggiudicazione farà fede, in ogni caso, l'offerta cartacea sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Impresa partecipante.

L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Centrale Regionale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
I Plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima del termine medesimo, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

CAMPIONATURA

Per i lotti: 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33, le Ditte offerenti dovranno presentare **la campionatura, contenente n. 2** campioni per singola voce.
La stessa dovrà essere consegnata, a pena di esclusione:
- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica"

ovvero
- in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara.

Per i restanti lotti: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37, le Ditte offerenti dovranno produrre in visione - con oneri a proprio carico - il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario atto ad effettuare tale dimostrazione e successiva valutazione (es.: modelli, pompa artroscopica, fili di sutura ecc.).
La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.
Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.
Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, inviata a titolo gratuito dovrà:
- essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

Per quanto riguarda lo strumentario, le Ditte concorrenti, saranno tenute a presentare i propri set di strumentario per le necessarie valutazioni tecniche, secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice.

La documentazione tecnica e la campionatura sarà esaminata dalla Commissione giudicatrice che si riserva, dopo l'esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato schede tecniche e campioni non conformi a quanto richiesto.

La mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comporterà per il soggetto candidato l'esclusione dalla gara limitatamente al lotto per il quale non è stato presentato il campione.

°°°°°°°°°°°°°°

Nessun elemento di carattere economico dovrà essere inserito nelle Buste n. 1 e 2 che dovranno contenere rispettivamente ed esclusivamente la documentazione amministrativa e quella tecnica.

L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Centrale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
I Plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima del termine medesimo, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

4. Dovere di soccorso

Ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11.8.2014, n. 114 che ha novellato gli art. 38 e 46 D.Lgs n.163/2006, **la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 D.Lgs n.163/2006, nonché ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Centrale di Acquisto, della sanzione pecuniaria in misura del cinque per mille del valore della gara (commisurato ai lotti partecipati rispetto ai quali rileva l'irregolarità e comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo) e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.**

In tal caso, la Centrale assegna al concorrente un termine di dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al periodo precedente il concorrente è escluso dalla gara .

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Centrale non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali, a mero titolo di esempio, per quanto riguarda i contenuti della busta amministrativa la mancata presentazione (o l'inesatta determinazione) della garanzia di cui ai punti **b)** e **d)**, la mancanza della certificazione di cui al punto **c)** ove il concorrente si intenda avvalere del beneficio della riduzione della cauzione, l'inesattezza dell'importo versato o il mancato versamento del CIG **e)**, la mancanza o l'eventuale incompletezza dei documenti di cui ai punto **a)**, **h)**.

A mero titolo di esempio costituiscono irregolarità essenziale, sanabile con le modalità di cui sopra, per quanto riguarda i contenuti della busta tecnica la mancata presentazione della dichiarazione di cui al mod. F4 (dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti) o la discordanza o contraddittorietà fra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.) o comunque l'assenza di altri elementi, purché il contenuto dell'originaria offerta sia obiettivamente determinabile, senza possibilità per il concorrente di modificare o adeguare l'offerta stessa in sede di regolarizzazione delle dichiarazioni o degli elementi essenziali mancanti/discordanti.
Ogni eventuale altra mancanza o contraddizione, in quanto comportante incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o comunque su suoi elementi essenziali (anche in rapporto ai previsti elementi tecnici rilevanti per l'attribuzione dei punteggi di aggiudicazione), ovvero sulla provenienza dell'offerta stessa, comporterà esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46.1bis del d. lgs. n. 163/2006.

6. Valutazione tecnica

La valutazione qualitativa dei prodotti proposti dalle Ditte partecipanti alla gara è demandata ad apposita Commissione all'uopo costituita.

Modalità di determinazione dei coefficienti
I punteggi, per tutti i parametri oggetto di valutazione, saranno determinati attraverso confronto a coppie secondo le linee guida di cui all'allegato P del DPR n. 207/2010. Le valutazioni attribuite ad ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.

In presenza di **unica offerta idonea** si procederà ad una valutazione di idoneità dalla Commissione giudicatrice sotto il profilo tecnico rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nella "Sezione A – Capitolato tecnico".

7. Modalità di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo, come di seguito specificato.

Tutti i valori assoluti saranno trasformati in valori percentuali (con tre cifre decimali) rispetto alla base di riferimento.

- **PREZZO: massimo punti 40**, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 40 \times 0{,}90 \times (R / R_{Medio})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 40 \times \left(0{,}90 + (1{,}00 - 0{,}90) \times \frac{R - R_{Medio}}{R_{Max} - R_{Medio}}\right)$$

dove
p = punteggio;
R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;
R_{Max} = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,
R_{Medio} = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerta ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto **fossero soltanto due**, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- **PREZZO: massimo punti 40**, secondo la seguente formula:
  $p = (40 \times P_{min}) / P$ con:
  P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;
  P_{min} = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

- **QUALITA': massimo punti 60**, diversamente in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nell'allegato (Sezione "A") e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nel D.P.R. n. 207/2010 (allegati G e P),) e alle "linee per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture" emesse nel maggio 2011 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture.

I criteri per l'attribuzione dei coefficienti sono riepilogati nella tabella seguente a cui rinviano puntualmente e specificamente i parametri di valutazione indicati nell'allegato "Sezione "A":

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,0	Q1
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie secondo le linee guida di cui all'allegato G DPR n. 207/2010. Le valutazioni attribuite ad ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1		Q2

Criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	I valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche fondate sui principi indicati nel D.P.R. n. 207/2010 (allegato G) e cioè: • coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; • coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; • coefficienti variabili da 0 a **1** determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori	Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare – Valore a base Gara) / (Valore offerta massima – Valore a Base di gara).	**Q 3**
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.	**Q 3 ***
		Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara -Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta minima)	**Q 4**
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	**Q 4 ***
Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza)		**Q 5**

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.
In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati **tre decimali** dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 60 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$$P_i \times 60 / P_{mig}$$

ove
P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;
P_{mig} = miglior punteggio conseguito;

La valutazione qualitativa dei prodotti proposti dalle ditte partecipanti alla gara è demandata ad apposita Commissione all'uopo costituita.

Il prezzo si intenderà franco e libero di ogni e qualsiasi spesa, trasporti, imballi, IVA di legge esclusa, per merce resa "franco magazzino" di destinazione.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e completa, ad insindacabile giudizio della Centrale di Acquisto.

8. Modalità di svolgimento della gara

I° fase – Verifica della documentazione e ammissione delle Ditte alla valutazione tecnico-qualitativa

In data **23/02/2015 alle ore 10,00**, in una sala della Centrale Regionale di Acquisto sita in via G. D'Annunzio 64 (2° piano) – 16121 Genova, è tenuta una seduta pubblica, presieduta dal Dirigente Responsabile del procedimento (RUP) o suo delegato, con il seguente svolgimento:

Il Dirigente responsabile del procedimento procede:

1. a verificare che i concorrenti abbiano presentato il Plico contenente le Buste (n. 1 "Documentazione Amministrativa", n. 2 "Documentazione Tecnica", n. 3 "Offerta Economica e n. 4 "Campionatura" relativa ai lotti: 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33);
2. solo per le Ditte concorrenti per le quali ricorrano le circostanze di cui al precedente punto 1, all'apertura del suddetto Plico ed alla verifica della presenza delle distinte Buste prescritte: Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa", Busta n. 2 "Documentazione tecnica", Busta n. 3 "Offerta Economica" e Busta n. 4 "Campionatura" relativa ai lotti 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33;
3. alla verifica dell'integrità delle singole buste;
4. all'apertura della Busta n. 1 ed alla verifica che la documentazione nella stessa contenuta sia completa e rispondente a quanto previsto nel presente Disciplinare;
5. alla conferma della corrispondenza dei PASSOE dei partecipanti attraverso l'interfaccia web AVCPASS a quanto riportato sulla domanda di partecipazione;
6. alla eventuale acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'AVCP;
7. ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, al sorteggio fra le Ditte/ATI ammesse, di un numero di offerenti pari al 10% (arrotondato all'unità superiore) per la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalle Ditte stesse. Detta comprova potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

   Non saranno computate tra gli offerenti le PMMI ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. n. 180/2011 e alle medesime non sarà richiesta in questa fase alcuna documentazione.

   Qualora la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, la Centrale di Acquisto provvede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 163/2006.
   La Centrale di Acquisto, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli disposti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 su tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara.

8. a sigillare in un unico plico controfirmato nei lembi d'apertura tutte le Buste n. 3 contenenti le offerte economiche. Le offerte verranno aperte nella seduta pubblica di seguito indicata;
9. a far controfirmare dai componenti il seggio di gara e da uno o più dei presenti i lembi di apertura di tutte le Buste n. 1 e Buste n. 2 presentate;
10. ad affidare in custodia al Dirigente responsabile del procedimento, per ogni singola Ditta, la Documentazione Amministrativa fornita, la Busta n. 2 di Documentazione Tecnica", il plico contenente le Buste n. 3 di Offerta Economica e la Busta n. 4 "Campionatura" relativa ai lotti: 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33;
11. a disporre la custodia di tutto il materiale presentato in armadio dotato di serratura, in luogo chiuso (stanza n. 1 piano 6°);
12. delle risultanze viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione giudicatrice.

E' facoltà del Dirigente responsabile del procedimento richiedere integrazioni e/o chiarimenti in caso di documentazione incompleta. Potrà esser consentita l'integrazione assegnando alla Ditta un termine entro il quale provvedere all'integrazione/i richiesta.

II° fase – Verifica della documentazione tecnica

La Commissione giudicatrice - appositamente nominata con determinazione del Direttore di Area - competente alla valutazione qualitativa, riunita in seduta pubblica, acquisite dal RUP le buste di Documentazione Tecnica (buste n. 2) presentate dalle Ditte ammesse procede, ai sensi dell'art. 120, 2° comma, D.P.R. n. 207/2010:

1. alla verifica della integrità delle Buste n. 2 e n. 4 contenente la Campionatura relativa ai lotti: 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33;
2. all'apertura delle Buste n. 2 e n. 4 per le ditte ammesse;
3. alla verifica della documentazione contenuta nella Busta n. 2 mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti e conferma della relativa corrispondenza con l'elenco allegato; è comunque esclusa la possibilità per i terzi presenti di prendere in visione il contenuto delle offerte tecniche presentate.
4. alla verifica sommaria della consistenza e tipologia della Campionatura contenuta nella Busta n. 4 relativa ai lotti: 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33, mediante controllo della relativa corrispondenza con l'elenco allegato;
5. a controfirmare gli elenchi riepilogativi della documentazione tecnica contenuta nella Buste n. 2 e della Campionatura contenuta nella Busta n. 4;
6. a far controfirmare ai rappresentanti delle Ditte muniti di procura i medesimi elenchi;
7. ad affidare in custodia al Dirigente responsabile del procedimento, per ogni singola Ditta le Buste n. 2 di Documentazione Tecnica;
8. ad affidare in custodia al Dirigente responsabile del procedimento, per ogni singola Ditta le Buste n. 4 contenenti la Campionatura relativa ai lotti: 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33;
9. a disporre la custodia di tutto il materiale presentato in armadio dotato di serratura, in luogo chiuso (stanza n. 1 piano 6°);
10. delle risultanze verrà redatto verbale pubblico.

III° fase: Valutazione di qualità

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico la campionatura richiesta (Sezione "A" - Capitolato tecnico) per i lotti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37 ed il relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64 , Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario.
La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.
Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.

La Campionatura dei dispositivi, prodotta in visione, a titolo gratuito:

- dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

Successivamente la Commissione giudicatrice, riunita in seduta non pubblica, procederà a:

1. valutare, previo esame della documentazione tecnica fornita, della campionatura visionata relativa ai lotti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37 e di quella fatta pervenire relativa ai lotti 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33, la presenza delle caratteristiche tecniche indispensabili e la qualità delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sezione "A"); la mancanza anche di una sola

delle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e/o obbligatorie comporterà l'esclusione dalla procedura;
2. attribuire il punteggio di Qualità sulla base dei criteri di valutazione elencati al precedente punto 6 e individuati per ciascun parametro nella Sezione "A".

La Commissione giudicatrice provvederà a redigere apposito Verbale riportante le fasi della gara sopraripportate.
I verbali dovranno dare atto delle modalità di conservazione degli atti di gara.

IV° fase: Conferimento di fornitura

Nella data che verrà preventivamente comunicata ai concorrenti in una sala della Centrale Regionale di Acquisto sita in via G. D'Annunzio 64 (2° piano) - 16121 Genova, è tenuta una seduta pubblica che avrà il seguente svolgimento:
Il Dirigente responsabile del procedimento, nella funzione di Presidente del Seggio di gara, provvede:

1. alla lettura del punteggio di Qualità come formalizzato nel Verbale della Commissione Giudicatrice;
2. all'apertura del Plico sigillato contenente le Buste delle Offerte Economiche;
3. all'apertura delle singole buste ed alla lettura dei prezzi proposti, per singolo Lotto, dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale Regionale di Acquisto);
4. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al prezzo;
5. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
   In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento ai procuratori delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio;
6. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006; in caso di offerte anomale ai sensi degli artt. 86-88 D.Lgs. n. 163/2006 l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva.

Del che verrà redatto Verbale pubblico.

I rappresentanti delle Ditte interessate alla presente procedura aperta, presenti alle sedute pubbliche della I°, II°, IV° fase, dovranno essere muniti di procura speciale notarile, qualora dovessero impegnare le stesse Ditte in ogni qualsivoglia forma.

9. Altre informazioni sulla gara

La Centrale di Acquisto si riserva la facoltà insindacabile di:
- ⇒ non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- ⇒ non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- ⇒ di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale verrà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti, qualora nel corso della seduta pubblica di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati, ecc..

Nel caso in cui la Centrale di Acquisto ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

La congruità dell'offerta economica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 (offerte anormalmente basse).

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede operativa della Centrale di Acquisto sita in Via D'Annunzio 64 – 16121 Genova.
In caso di modifiche relative alle date e/o al luogo di svolgimento delle sedute, sarà cura della Centrale di Acquisto darne comunicazione ai concorrenti attraverso pubblicazione sul sito internet indicato.

10. Riserva di non aggiudicazione

La Centrale di Acquisto si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti casi:
a. nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
b. in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip Sanità oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo, in atti di natura cogente.

Nel caso di cui al punto b. alla Ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento.
Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione.

11. Adempimenti successivi

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Centrale di Acquisto provvederà, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica - I° fase) alla verifica del possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**, richiedendo la presentazione della documentazione sopraindicata.
La Centrale di Acquisto provvederà all'**aggiudicazione definitiva** a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Centrale di Acquisto provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.
Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di aggiudicazione, la Centrale procederà alla verifica, tramite il sistema AVCPASS dei requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria.
In caso di RTI, entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le Ditte dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la Centrale di Acquisto potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. n. 163/2006, i **risultati** della procedura di aggiudicazione saranno **pubblicati** secondo le modalità previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine di **48 giorni** dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.
L'aggiudicazione definitiva diventa **efficace** dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di fornitura avrà luogo entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.
La Convenzione di Fornitura sarà stipulata non prima di **35 giorni** dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà stipulata secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e la loro registrazione sarà a cura della Centrale di Acquisto.
Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della ditta/e aggiudicataria/e.
Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall'art. 34 punto 35 D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, come convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'aggiudicatario resta impegnato alla stipula del contratto per 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Prima della stipula della Convenzione e comunque entro il termine fissato dalla Centrale di Acquisto l'aggiudicatario dovrà fornire, a pena di decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
In esecuzione a quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della **cauzione definitiva** potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

12. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, si informa che:

- ✓ il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed all'eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- ✓ il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ la comunicazione dei dati alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara;
- ✓ l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 – "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" – del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

13. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno **15 gg. prima** della scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo fax al n. 010/5488566.
Le risposte relative, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate nei termini di legge sul sito www.acquistiliguria.it - Sezione "Gare".

REGIONE LIGURIA
ARS LIGURIA
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Luigi Moreno COSTA)

ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA

N° gara: 5874801

periodo di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi

LOTTI n. 37

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Sede operativa: Via D'Annunzio 64, 16121 Genova
Tel +39 010 548 8562- Fax +39 010 548 8566
Sito web www.acquistiliguria.it

OGGETTO

La gara ha per oggetto la fornitura di "Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria.
La fornitura è distinta nei sottoelencati 37 lotti:

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA		
LOTTO	**DESCRIZIONE PRODOTTO**	**CARATTERISTICHE PRODOTTO**
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	**Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici.** *Caratteristiche tecniche*: • materiale plastico trasparente • con un ampio range di misure • non forate in punta • con filetto per l'avvitamento • con rubinetto di deflusso • con guarnizione di tenuta rimovibile.
2	CANNULE PER ARTROSCOPIA	**Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici.** *Caratteristiche tecniche*: • materiale plastico trasparente • di vari diametri da 4,5 mm a 8.5 mm, e di varie lunghezze da 45 a 90 mm. • con filetto per l'avvitamento • con rubinetto di deflusso • con guarnizione di tenuta
3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche*: • bioriassorbibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out a doppio filetto corticale e spong. • diametro minimo 5,5 mm • in tricalciofosfato o peek di vari diametri (per revisione) o comunque osteoconduttivo • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore. • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore.
4	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche*: • biocompatibili ad elevato pull-out • in materiale biocomposito a parete elicoidale incompleta o forata per migliorare l'osteointegrazione • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore.
5	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore biocompatibili per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche:* • biocompatibili ad elevato pull-out • ancore di vari diametri • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore • anche se dotate di aghi premontati.
6	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche*: • biocompatibili ad elevato pull-out • in materiale radiotrasparente di vari diametri

		• premontate su manipolo per l'inserzione nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • con doppio o singolo filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole.
7	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore in materiale radiotrasparente per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche:* • biocompatibili ad elevato pull-out • in materiale biorassorbibile o peek radiotrasparente • premontate su manipolo per l'inserzione nell'osso • dotate di strumentario per la preparazione del foro • eventuale con filo in nitinol provvisto di asola distale per il trascinamento dei fili.
8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche:* • metalliche in titanio ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e con la possibilità di aggiungere un secondo filo prima del posizionamento.
9	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori.** *Caratteristiche tecniche:* • metalliche in titanio ad elevato pull-out • uguale o superiore a 5 mm. • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • con filo di sutura ad elevata robustezza singolo o doppio.
10	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	**Ancore riassorbibili per la riparazione capsulare della glena scapolare.** *Caratteristiche tecniche:* • bioriassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole • con la possibilità di sostituire il filo premontato con filo riassorbibile in pds.
11	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	**Ancore in titanio, riassorbibili, radiotrasparenti o in peek o in solo filo per la riparazione capsulare della glena scapolare.** *Caratteristiche tecniche:* • biocompatibili ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta o avvitate • con filo di sutura singolo o doppio ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore.
12	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	**Ancore in titanio per la riparazione capsulare della glena scapolare.** *Caratteristiche tecniche:* • metalliche in titanio ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e con la possibilità di • aggiungere un secondo filo prima del posizionamento.
13	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI	**Set completo di materiale di impianto riassorbibile e strumentario per la sutura di lesioni meniscali in zona rossa e rosso/bianca premontate su manipolo con tecnica all inside con varie per facilitarne l'introduzione.** *Caratteristiche tecniche:* • bioriassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • premontate su manipolo per l'inserimento retto/curvo ed inverso • con la possibilità di eseguire la sutura in un'unica manovra senza estrarre • il manipolo dall'articolazione • con filo di sutura ad elevata robustezza.
14	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite	**Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale.** *Caratteristiche tecniche:* • bioriassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • complete di cacciavite ed eventuale maschiatore • in acido polilattico + idrossiapatite • con filetto no cut • a profilo conico per almeno metà della lunghezza totale • ampio range di misure

		• di diametro da 7 mm a 12 mm.
15	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciofosfato + plga	**Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale.** *Caratteristiche tecniche*: • bioriassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • complete di cacciavite ed eventuale maschiatore • in tricalciofosfato + plga • con filetto no cut • a profilo conico • di varie misure da 23 mm a 35 mm • di diametro da 7 mm a 12 mm.
16	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico	**Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale.** *Caratteristiche tecniche*: • bioriassorbibili biocompatibili ad elevato pull-out • complete di cacciavite ed eventuale maschiatore • in acido l-lattico e glicolico • con filetto no cut • a profilo conico in punta • di varie misure da 20 mm a 30 mm di vari diametri da 7 mm a 10 mm.
17	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	**Sistema di fissazione tibiale LCA sistema fissazione tibiale per GR-ST con vite + guaina.** *Caratteristiche tecniche*: • sistema composto da guaina ad espansione + vite conica autofilettante in TCP+PLA di diametro variabile • materiale riassorbibile TCP+PLA lunghezza unica vari diametri.
18	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	**Sistema di fissazione extra articolare a doppio pin per il neo LCA completo di strumentario dedicato.** *Caratteristiche tecniche:* • bioriassorbibili biocompatibili • trans femorale. • in tricalciofosfato • utilizzabile sia per il tendine rotuleo che per il STG • strumentario dedicato.
19	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	**Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio con loop per il caricamento del trapianto.** *Caratteristiche tecniche:* • di varie misure fino a 60 mm. • supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale • utilizzabile sia con BTB che con STG • con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out • strumentario dedicato.
20	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	**Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA con sistema in titanio con loop ad alta resistenza per il caricamento del trapianto.** *Caratteristiche tecniche*: • di varie misure e lunghezze • con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out • strumentario dedicato.
21	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	**Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio a cui è inserito un sistema a carrucola per il caricamento del trapianto.** *Caratteristiche tecniche*: • misura unica • supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale • utilizzabile sia con BTB che con suture di trasporto premontate ad elevato pull out • strumentario dedicato.
22	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	**Cambre per la fissazione del LCA.** ***Caratteristiche tecniche:*** Cambre in lega di titanio aventi profilo interno dotate di dentini per una sicura fissazione del neo legamento all'osso.

		L'altezza dei rebbi dovrà essere da 15 mm a 20 mm, la gamma di larghezze dovrà prevedere misure di 6, 8, 10, 12 mm. Strumentario dedicato.
23	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	**Uncino passa suture monouso per il recupero dei fili attraverso i lembi della lesione.** *Caratteristiche tecniche:* • sottile, metallico ad elevata rigidità e robustezza in modo che sia consentita • agevolmente la penetrazione transcutanea • tagliente in punta con vari gradi di curvatura • con asola a estrazione in punta aperta.
24	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	**Uncini per la sutura della capsula articolare della spalla.** *Caratteristiche tecniche:* Sistema costituto da un manico in cui sono integrate due rotelle che spingono il filo di sutura attraverso le punte ad uncino intercambiabili. Disponibilità di diverse lunghezze e curvature degli uncini in modo da poter agevolmente trattare qualunque tipo di lesione. La cannulazione del sistema permette il passaggio dei fili passa suture o fili di sutura monofilamento di dimensione da # 2-0 fino a # 1. Possibilità si sterilizzazione in autoclave Sistema in grado di permettere l'utilizzo di una singola cannula operativa.
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	**Frese cannulate tipo Rosenberg.** *Caratteristiche tecniche:* Si richiedono frese cannulate artroscopiche a ghianda tipo Rosenberg per realizzazione di tunnel ossei nella ricostruzione del legamento crociato anteriore. Tali frese, realizzate in acciaio inox medicale, dovranno essere di diametro 6,7,8,9,10,11,12 mm, di lunghezza totale minima di almeno 18 cm. A partire dalla punta dovranno essere calibrate con tacche ben visibili ogni 5 mm fino almeno alla lunghezza di 130 mm. Al loro interno dovrà poter scorrere liberamente un filo guida asolato di diametro 2,4 mm. Adattabilità a tutti i trapani in dotazione presso le Sale Operatorie Ortopediche.
26	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)	**Puntatori femorali per ricostruzione LCA (AIMER).** *Caratteristiche tecniche:* Si richiedono due set completi di puntatori femorali aventi un offset di 5,6,7,8 mm da utilizzarsi per il posizionamento del filo guida femorale nella procedura di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Tali puntatori artroscopici dovranno essere costituiti in acciaio medicale risterilizzabile in autoclave, avere una facile e sicura presa che consenta al chirurgo un preciso posizionamento. I puntatori dovranno essere cannulati al loro interno per consentire il passaggio del filo guida di diametro 2,4 mm e dovranno presentare lo stelo graduato con tacche ad ogni centimetro di lunghezza.
27	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	**Fili guida asolati per legamento crociato anteriore.** *Caratteristiche tecniche:* Si richiede un filo metallico in acciaio inox medicale avente diametro 2,4 mm. ed una lunghezza da 38 a 40 cm. Tale filo, da utilizzarsi per il trasporto del neolegamento all'interno del tunnel con l'ausilio di una sutura, dovrà possedere un'asola nella parte distale atta all'alloggiamento di almeno 4 fili di sutura calibro USP 2. La parte prossimale dovrà possedere una punta trocar per una facile perforazione ossea.
28	PINZE RECUPERA SUTURE	**Pinze recupera suture per la gestione artroscopica del recupero e spostamento delle suture dai vari portali.** *Caratteristiche tecniche:* Il disegno delle "chele" delle pinze dovranno garantire un'agevole presa delle suture preservandone l'integrità. Dovranno possedere le seguenti caratteristiche: ▪ massima robustezza nei confronti delle rotture dell'estremità distale. ▪ Impugnatura ergonomica con lunghezza delle ganasce differenziata per ottenere il massimo confort.
29	SPINGI NODI	**Spingi nodi.** *Caratteristiche tecniche:* Spingi nodi con estremità chiuse ad un foro, lunghezza non inferiore a 20 cm con impugnatura ad anello, in acciaio medicale risterilizzabile.
30	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE	**Pinze taglia suture artroscopiche.**

		Caratteristiche tecniche: Si richiede una pinza idonea al taglio di tutte le tipologie di suture ad alta resistenza. Tale strumento dovrà essere realizzato in acciaio medicale risterilizzabile, avere un diametro idoneo all'inserimento nelle cannule artroscopiche in dotazione e operare il taglio di due suture contemporanee (massimo calibro 2 USP) con dispositivo scorrevole a ghigliottina. La pinza dovrà inoltre essere dotata di dispositivo di sicurezza che garantisca il taglio delle suture solo a seguito azionamento della levetta da parte del chirurgo. Tale pinza dovrà avere una lunghezza operativa minima di 16 cm. Indispensabile poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati.
31	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI	**Basket e pinze da presa per grandi, medie e piccole articolazioni.** *Caratteristiche tecniche:* Una strumentazione dotata di impugnatura agile, ergonomica e sicura per essere utilizzata in grandi, medie e piccole articolazioni. L'articolarità del morso deve avvenire per scivolamento multicentrico della ganascia superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si articoli su un unico perno. Varietà di spessore, profilo, larghezza, lunghezza e inclinazione dei morsi taglienti. Le pinze devono avere leve di blocco/sblocco rapido con bocca a denti tipo squalo e larga a denti retrogradi per catturare tessuti molli e frammenti fibrocartilaginei. Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrarticolari.
32	FORBICI ARTROSCOPICHE	**Forbici artroscopiche.** *Caratteristiche tecniche:* Strumentazione dotata di impugnatura ergonomica e agile, utilizzabile in grandi piccole e medie articolazioni L'articolarità del morso deve avvenire per scivolamento multicentrico della ganascia superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si articoli su un unico perno, margini serrati. Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrarticolari. Morso retto, morso inclinato a dx e morso inclinato a sn.
33	TENDON STRIPPER	**Strumentario chirurgico per il prelievo atraumatico dei tendini gracile e semitendinoso nella chirurgia ricostruttiva del LCA e LCP.** *Caratteristiche tecniche:* • lunghezza stelo da cm.30 a cm. 35 • chiusa e dotata di affilatura atraumatica onde evitare danni accidentali ai tendini.
34	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	**Pinze per la sutura della cuffia dei rotatori "One step".** *Caratteristiche tecniche:* Si richiede una pinza atta alla riparazione dei tessuti della cuffia dei rotatori della spalla che consenta il passaggio di una sutura di calibro USP2 attraverso i tessuti con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo portale artroscopica. Tale pinza dovrà possedere nella parte distale un morso tipo "grasper" a basso profilo sufficientemente profondo per afferrare un'ampia porzione di tessuto da suturare. Dovrà inoltre essere cannulate al suo interno per permettere lo scorrimento di un ago monouso che verrà utilizzato per il passaggio della sutura attraverso la cuffia dal basso verso l'alto. La pinza dovrà essere costruita in acciaio inox medicale risterilizzabile ed avere le seguenti caratteristiche: ▪ lunghezza operativa minima di 15 cm ▪ diametro dello stelo massimo 5 mm ▪ apertura del morso di almeno 10 mm ▪ lunghezza minima del morso di almeno 12 mm ▪ eventualmente dotata di uncino distale per recupero della sutura ▪ aghi monouso dedicati.
35	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	**Sistema per il trattamento delle lesioni cartilaginee.** *Caratteristiche tecniche:* Sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di lunghezza adeguata e di diametro non superiore ad 1 mm per ottenere la fuoriuscita di cellule midollari pluripotenti e stimolare il processo di riparazione composti da manipoli riutilizzabili e filo guida. Strumentario dedicato.

36	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	**Aspiratori da pavimento.** *Caratteristiche tecniche:* Dispositivi progettati per garantire che il pavimento della sala operatoria rimanga asciutto durante le procedure chirurgiche. Constano di un disco di plastica dotato di incavi per asciugare il pavimento. Dovranno essere di dimensioni ridotte, di uso semplice.
37	CURETTE AD ANELLO	**Curette ad anello.** *Caratteristiche tecniche:* Dispositivi progettati per courettage cartilagineo Dotate di manici ergonomici con riferimento alla direzione della punta, diversi diametri e angolature.

Le Ditte dovranno offrire il 100% delle voci comprese in ciascun lotto, pena esclusione.

VALIDO PER TUTTI I LOTTI: **Le misure dei diametri e delle lunghezze sono indicativi e si accetterà una tolleranza del ± 10%.**

Laddove viene richiesto apposito strumentario per l'impianto del dispositivo oggetto di gara, detto strumentario dovrà essere contenuto possibilmente in un solo container chiuso, dotato di filtri sul coperchio e comunque di peso non superiore a 15 Kg. (in ottemperanza a quanto previsto dalle norme antiinfortunistiche vigenti) che dovranno essere chiusi
Gli operatori economici non potranno partecipare a più lotti offrendo lo stesso prodotto.

DURATA

Il contratto di fornitura avrà la durata di trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi.

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE E SELEZIONE DEI CONCORRENTI

La documentazione e la campionatura presentata saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice secondo quanto riportato nella "Sezione A – Capitolato tecnico".

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di seguito specificati:

- PREZZO: massimo di 0,4 su 1
- RESTANTI ELEMENTI: massimo 0,6 su 1.15

LOTTI 1 - 2		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO *Sub criterio*	Peso complessivo 60 così suddiviso *Sub peso*	*CRITERIO*
Trasparenza	10	Attribuzione del valore in relazione alla trasparenza della cannula.
Ampio range di misure	10	Attribuzione del valore in relazione in relazione all'ampio range di misure disponibili.
Facilità d'inserimento	10	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di inserimento della cannula.
Completa filettatura dello stelo	10	Attribuzione del valore in relazione alla completa filettatura dello stelo per la facilità dell'inserimento.
Tenuta stagna delle valvole alle pressioni	20	Attribuzione del valore in relazione alla fuoriuscita di acqua dalle valvole.

LOTTI 3 - 4 - 5 - 6 - 7		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Scorrevolezza del filo	5	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo.
Qualità delle suture	15	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza meccanica e tenuta del filo. *(Il valore dovrà essere espresso in J (joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta.* *La Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare la conversione da J a Nm nel modo seguente:* 1 joule = 1 newton x metro *Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come: "Nm = zero (0)" o "J = zero (0)").*
Riconoscibilità delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di due colori differenti delle suture.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Sistema premontato pronto all'uso	5	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità dell'impianto.
Facilità e velocità di inserimento	15	Attribuzione del valore in relazione alla facilità e velocità di inserimento dell'impianto.

LOTTI 8 - 9		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Riconoscibilità delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità delle suture.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Suture ortogonali	15	Attribuzione del valore in relazione alle suture ortogonali.
Premontato pronto all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.

LOTTO 10		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Possibilità di aggiungere o sostituire una sutura	15	Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di aggiungere o sostituire una sutura.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Stabilità del premontato pronto all'uso	10	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.

LOTTO 11		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO Voci a) e b)	MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Riconoscibilità delle suture	15	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità delle suture di diverso colore.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Stabilità del premontato pronto all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.

LOTTO 12

PARAMETRI DI VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO Voci a) e b)	PESO MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	ATTRIBUZIONE DEL PESO CRITERIO
Scorrevolezza delle suture	10	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza delle suture.
Riconoscibilità delle suture	15	Attribuzione del valore in relazione a alla riconoscibilità delle suture in ordine alla possibilità di aggiungere/sostituire suture.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Stabilità del premontato pronto all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla stabilità del premontato pronto all'uso.

LOTTO 13

PARAMETRI DI VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	PESO MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	ATTRIBUZIONE DEL PESO CRITERIO
Possibilità di riduzione della lesione	20	Attribuzione del valore in relazione alla possibilità di riduzione della lesione.
Flessibilità del sistema	10	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del sistema.
Strumentario ridotto	15	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di utilizzare e di gestione dello strumentario.
Sutura a lento riassorbimento documentata	15	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di lento riassorbimento della sutura. *(Il valore che deve essere documentato dalla Ditta - Valore minimo sei mesi).*

LOTTI 14 - 15 - 16 - 17

PARAMETRI DI VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	PESO MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	ATTRIBUZIONE DEL PESO CRITERIO
Strumentario ridotto corredato da filo guida in nitilon	10	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità del filo guida.
Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	10	Attribuzione del valore in relazione alla perfetta congruenza della vite al tunnel e all'innesto.

Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Completa riassorbibilità	15	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta di tempo di riassorbimento della vite. *(Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).*
Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	10	Attribuzione del valore in relazione al lento riassorbimento della sutura documentata. *(Il valore deve essere documentato dalla Ditta).* *(L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).*
Ampio range di misure	5	Attribuzione del valore in relazione al dato fornito dalla ditta in relazione all'ampio range di misure disponibili. *(Il valore che deve essere documentato dalla Ditta).*

LOTTO 18		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE *CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO* *Voci a) e b)*	PESO MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	ATTRIBUZIONE DEL PESO *CRITERIO*
Strumentario dedicato dotato di guida e di stop meccanico	10	Attribuzione del valore in relazione alla presenza/assenza di stop meccanico e dell'adeguata guida nonché della funzionalità, manegevolezza.
Press-fit e contatto innesto osseo a 360°	20	Attribuzione del valore in relazione alla presenza/assenza del press-fit e contatto innesto osseo a 360° .
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Completa riassorbibilità dei pin	10	Attribuzione del valore in relazione alla completa riassorbibilità dei pin.
Adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb	10	Attribuzione del valore in relazione alla adattabilità del sistema alla tecnica di ricostruzione stg e btb.

Lotti 19 - 20 - 21		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE *CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO*	PESO MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	ATTRIBUZIONE DEL PESO *CRITERIO*
Semplicità di posizionamento del sistema	15	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di posizionamento del sistema.
Confezionamento (etichettatura, tracciabilità, facilità apertura, facilità stoccaggio)	10	Attribuzione del valore in relazione all'appropriatezza del confezionamento.
Resistenza alla trazione	20	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza alla trazione. *(Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta.* *La Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare la conversione da J a Nm nel modo seguente:* 1 joule = 1 newton x metro *Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come "Nm = zero (0)" o "J = zero (0)").*
Minimo spessore del sistema	15	Attribuzione del valore in relazione al minimo spessore del sistema.

LOTTO 22		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE *CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO*	PESO MAX 60 Peso complessivo 60 così suddiviso	ATTRIBUZIONE DEL PESO *CRITERIO*

Facilità d'inserzione	20	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio e stabilità su adeguato manipolo (fornito dalla ditta). *La facilità di inserzione del sistema verrà verificata dalla Commissione giudicatrice in rapporto alla stabilità del montaggio sul manipolo.* *Sarà testata su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).*
Basso profilo	20	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo.
Presa rebbi	20	Attribuzione del valore in relazione alla presa rebbi e alla loro deformabilità.

LOTTO 23

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO *Voci a) – b) – c) – d)*	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Possibilità di chiusura in tre posizioni	20	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza e alla possibilità di bloccaggio dell'asola (con prova).
Maneggevolezza	20	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Robustezza dell'impugnatura	20	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza dell'impugnatura.

LOTTO 24

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Scorrevolezza dei fili	15	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza dei fili all'interno del suturatore.
Semplicità innesto su manipolo	20	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità innesto su manipolo.
Capacità di perforazione	25	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di perforazione..

LOTTO 25

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Buona leggibilità delle misure	20	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure sulle frese.
Aggressività e rapidità di perforazione	25	Attribuzione del valore in relazione all'aggressività e alla rapidità di perforazione dell'osso. *(L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura).*
Scorrevolezza del filo	15	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza del filo guida metallico.

LOTTO 26

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Buona leggibilità delle misure	20	Attribuzione del valore in relazione alla buona leggibilità delle misure.
Maneggevolezza	10	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Facilità di introduzione nel tunnel	15	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di introduzione nel tunnel.
Completezza della gamma	15	Attribuzione del valore in relazione alla completezza della gamma dei diametri (da 5 a 8).
LOTTO 27		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	
Capacità di penetrazione	15	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di penetrazione.
Diametro asola	10	Attribuzione del valore in relazione al diametro dell'asola.
Robustezza	15	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza.
Flessibilità	20	Attribuzione del valore in relazione alla flessibilità.
LOTTO 28		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Riconoscibilità - colore impugnatura	15	Attribuzione del valore in relazione alla riconoscibilità - colore impugnatura.
Atraumaticità delle chele	15	Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità delle chele.
Profilo smusso	10	Attribuzione del valore in relazione al profilo smusso.
Gamma lunghezze	20	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di lunghezze offerte riferite alle varie articolazioni.
LOTTO 29		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Atraumaticità sul filo	25	Attribuzione del valore in relazione alla atraumaticità sul filo.
Maneggevolezza	15	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Scorrevolezza sul filo	20	Attribuzione del valore in relazione alla scorrevolezza sul filo e adeguate dimensioni del foro atte allo scopo.
LOTTO 30		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Gamma di angolazioni	25	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di angolazioni.
Sicurezza	10	Attribuzione del valore in relazione alla sicurezza.
Maneggevolezza	10	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza.
Efficacia del tagliente	15	Attribuzione del valore in relazione all'efficacia del tagliente.
LOTTO 31		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Maneggevolezza ed ergonomicità	20	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomicità.
Basso profilo del morso	20	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso.
Varietà di inclinazione e angolatura del morso	20	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso.
LOTTO 32		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Maneggevolezza ed ergonomicità	20	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza ed ergonomicità.
Basso profilo del morso	15	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo del morso.
Varietà di inclinazione e angolatura del morso	15	Attribuzione del valore in relazione alla varietà di inclinazione e angolatura del morso.
Resistenza meccanica	10	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza meccanica *(Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta.* *La Commissione giudicatrice provvederà ad effettuare la conversione da J a Nm nel modo seguente:* 1 joule = 1 newton x metro *Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come: "Nm = zero (0)" o "J = zero (0)".*
LOTTO 33		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	CRITERIO
Caratteristiche del tagliente	30	Attribuzione del valore in relazione alle caratteristiche del tagliente.
Sicurezza sul tendine	30	Attribuzione del valore in relazione alla sicurezza sul tendine.
LOTTO 34		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO	ATTRIBUZIONE DEL PESO

	MAX 60	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Maneggevolezza attraverso una cannula artroscopica	15	Attribuzione del valore in relazione alla maneggevolezza attraverso una cannula artroscopica.
Semplicità di utilizzo	10	Attribuzione del valore in relazione alla semplicità di utilizzo.
Facilità di montaggio dell'ago monouso	10	Attribuzione del valore in relazione alla facilità di montaggio dell'ago monouso.
Basso profilo	15	Attribuzione del valore in relazione al basso profilo della pinza.
Precisione fuoriuscita del filo	10	Attribuzione del valore in relazione alla precisione fuoriuscita del filo.
LOTTO 35		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Pin con stop metallico	20	Attribuzione del valore in relazione alla presenza di pin con stop metallico.
Adeguata profondità dei pin	25	Attribuzione del valore in relazione alla fuoriuscita delle cellule midollari.
Manegevolezza dello strumentario	15	Attribuzione del valore in relazione alla manegevolezza dello strumentario.
LOTTO 36		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Dimensioni ridotte	15	Attribuzione del valore in relazione alle dimensioni ridotte dell'aspiratore.
Capacità aspirazione	20	Attribuzione del valore in relazione alla capacità di aspirazione.
Praticità di utilizzo	10	Attribuzione del valore in relazione alla praticità di utilizzo.
Resistenza all'uso	15	Attribuzione del valore in relazione alla resistenza all'uso.
LOTTO 37		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 60	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 60 così suddiviso	*CRITERIO*
Ergonomicità dell'impugnatura	15	Attribuzione del valore in relazione all'ergonomicità dell'impugnatura.
Gamma diametri	15	Attribuzione del valore in relazione alla gamma di diametri offerti.
Gamma angolature	15	Attribuzione del valore in relazione alla gamma delle angolature offerte.
Robustezza anello	15	Attribuzione del valore in relazione alla robustezza dell'anello.

Valore resistenza meccanica
Il valore dovrà essere espresso in J (Joule) o in Nm (Newton x metro) e dovrà essere documentato dalla Ditta.
La Commissione giudicatrice effettuerà la conversione da J a Nm nel modo seguente: 1 joule = 1 newton x metro
Nel caso in cui il valore fornito dalla Ditta sia espresso in un unità di misura diversa da Nm o J, detto valore verrà considerato come:

Nm = zero (0) o J = zero (0).

CAMPIONATURA

In fase di presentazione dell'offerta la campionatura, contenente n. 2 campioni per singola voce, relativa ai lotti 1 - 2 - 13 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 potrà essere consegnata, a pena di esclusione:

- contestualmente al plico contenente le documentazioni "Amministrativa", "Tecnica" e "Offerta economica"

ovvero

- in data diversa ma comunque non oltre la data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione dalla gara.

Per i restanti lotti :
Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico il materiale offerto e relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.
A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario atto ad effettuare tale dimostrazione e successiva valutazione (es.: modelli, pompa artroscopica, fili di sutura ecc.).
La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso.
Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente.
Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.
La Campionatura dei dispositivi, inviata a titolo gratuito dovrà:

- essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

Per quanto riguarda lo strumentario, le Ditte concorrenti, saranno tenute a presentare i propri set di strumentario per le necessarie valutazioni tecniche, secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice.

La documentazione tecnica e la campionatura sarà esaminata dalla Commissione giudicatrice che si riserva, dopo l'esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato schede tecniche e campioni non conformi a quanto richiesto.

LOTTI 14 – 15 – 16 - 17
L'adattabilità del sistema verrà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura.

LOTTO 22
La facilità di inserzione del sistema verrà verificata dalla Commissione giudicatrice in rapporto alla stabilità del montaggio sul manipolo.
Sarà testata su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura.

LOTTO 25
L'aggressività e rapidità di perforazione sarà testata dalla Commissione giudicatrice su un modello messo a disposizione dalla Ditta offerente in sede di presentazione della campionatura

La mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comporterà per il soggetto candidato l'esclusione dalla gara limitatamente al lotto per il quale non è stato presentato il campione.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato tecnico e nel presente Capitolato speciale.

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura.
Se nel corso della fornitura le norme dovessero variare, la Ditta si impegna ad adeguare la fornitura alle nuove disposizioni senza alcun aggravio di spesa.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.
La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro tre giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuate la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna Azienda Sanitaria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' facoltà delle Amministrazioni contraenti concordare con gli Aggiudicatari l'esecuzione mediante "contratto estimatorio".

Per ciascun lotto la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole aziende sanitarie.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque gg. lavorativi decorso inutilmente il quale le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura

- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è impegnata inoltre a svolgere i servizi accessori di informativa e di reportistica dettagliati nell'art. 13 della Convenzione.

Confezionamento

I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.
Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno dovranno apparire immediatamente decifrabili:
- chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di un eventuale catalogo;
- numero e indicazione del lotto di produzione;
- dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo;
- modalità di sterilizzazione (nel caso il prodotto offerto sia pluriuso);
- data di sterilizzazione e scadenza (nel caso il prodotto offerto sia monouso);
- n° di lotto;
- marchio CE;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore;
- codice a barre.

Il confezionamento dovrà essere in doppio involucro e, ove previsto dal Capitolato tecnico in confezione sterile, con materiale resistente e tale da garantire che la sterilità, le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento fino al momento dell'uso.
Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichette asportabili, per essere allegate alla cartella clinica del paziente, al registro operatorio e alla eventuale richiesta di reintegro.

Strumentario

L'utilizzo del materiale per artroscopia comporta la necessità di disporre per l'intero arco temporale della fornitura di strumentario completo.
Tale strumentario dovrà essere fornito a titolo gratuito in comodato d'uso in quantità idonea alle sale operatorie di ciascuna Azienda sanitaria.
Lo strumentario rappresenta l'oggetto accessorio del contratto di fornitura rispettivamente per ogni singola fornitura di ciascun lotto dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato.
Le Aziende utilizzatrici si impegnano ad utilizzare lo strumentario di cui al presente atto esclusivamente nei reparti all'uso deputati delle Aziende stesse; non può quindi concederne l'uso o il godimento a terzi senza il consenso scritto dell'Impresa.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario a proprie spese in caso di guasto o malfunzionamento imputabili a difetti di fabbrica.
Nel caso di rottura dello strumentario dovuta a cattivo utilizzo o dolo, i costi per la riparazione/sostituzione dello stesso saranno a carico dell'Azienda utilizzatrice.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà a suo carico:
- ➢ a fornire uno strumentario:
- ✓ compatibile con gli strumenti in dotazione alle varie Aziende in caso contrario dovrà fornire adattatori a norma,
- ✓ pari al nuovo, valido sotto l'aspetto del materiale e rispondente alla conformazione presentata in sede di gara;
- ➢ alla manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori secondo le necessità prospettate;
- ➢ al training del personale addetto;
- ➢ alla sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla richiesta;
- ➢ alla sostituzione in funzione dell'innovazione tecnologica;

- sostituzione/entro 24 ore dalla richiesta in caso di difettoso funzionamento dello strumentario e/o di altre eccezioni mosse durante le prove funzionali;
- disponibilità a fornire doppio strumentario in caso di oggettive necessità organizzative e a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Azienda sanitaria.
- alla revisione dello strumentario almeno ogni due mesi (o con cadenza collegata all'intensità dell'attività espletata) o comunque su richiesta delle Aziende utilizzatrici.

Le Aziende utilizzatrici sono tenute a custodire ed a conservare i predetti beni con correttezza e si obbligano a restituirli alla Ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
La consegna dello strumentario avrà termine alla fine della fornitura dei Dispositivi in oggetto, contestualmente alla riconsegna all'impresa concedente dello strumentario medesimo, documentata da bolla di reso predisposta dalla medesima struttura aziendale di cui sopra.
Al termine della fornitura lo strumentario verrà restituito alla Ditta aggiudicataria in condizioni di efficienza e pulizia/secondo le prescrizioni fornite dalla Ditta stessa.
Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni in materia contenute nel Codice Civile.
L'elenco dello strumentario consegnato dovrà essere inviato unitamente al contratto di comodato sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, alla struttura utilizzatrici di ciascuna Azienda sanitaria.

ALLEGATO F1)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445)

Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia"
occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni uno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

Lotti n. 37

Numero gara: *5874801*

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ cap (_____) il _____

residente a _____ cap (_____)

in Via _____ n. _____

C.F. _____ P.I. _____

1- ☐ in qualità di _____ e legale rappresentante
68/99 (barrare la casella corrispondente)

2- ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____ dal Notaio in _____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale rappresentante

dell'Impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____)

in Via _____ n. _____

C.F. _____ P.I. _____

Matricola INPS _____ di seguito "Impresa"

CHIEDE

Di partecipare alla presente procedura relativamente al/ai seguente/i lotto/i:
(*contrassegnare l'ipotesi che interessa*):

	N. lotto	Codice CIG	Descrizione
☐	1	60619363D6	CANNULE PER ARTROSCOPIA
☐	2	606195210B	CANNULE PER ARTROSCOPIA
☐	3	60619607A3	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	4	606197867E	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	5	6061987DE9	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	6	6061990067	ANCORE RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	7	606199762C	ANCORE SENZA NODO RADIOTRASPARENTI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	8	60619986FF	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	9	6062006D97	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	10	6062009015	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
☐	11	60620111BB	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
☐	12	6062015507	ANCORE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE
☐	13	6062020926	SISTEMA PER SUTURE MENISCALI IN ZONE ARTICOLARI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI
☐	14	6062025D45	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido polilattico + idrossiapatite
☐	15	606203230F	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in tricalciofosfato + plga
☐	16	6062035588	VITI INTERFERENZIALI PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP in acido l-lattico e glicolico
☐	17	60620398D4	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA
☐	18	6062047F6C	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA
☐	19	6062052390	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE
☐	20	60620566DC	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE
☐	21	6062064D74	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE
☐	22	6062066F1A	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA
☐	23	6062072411	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
☐	24	606207675D	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA
☐	25	6062082C4F	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG
☐	26	6062088146	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)
☐	27	60620978B1	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE
☐	28	6062104E76	PINZE RECUPERA SUTURE
☐	29	606210929A	SPINGI NODI
☐	30	60621146B9	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE

☐	31	6062117932	BASKET E PINZE DA PRESA PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI
☐	32	6062125FCA	FORBICI ARTROSCOPICHE
☐	33	60621303EE	TENDON STRIPPER
☐	34	6062133667	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"
☐	35	6062143EA5	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE
☐	36	6062146123	ASPIRATORI DA PAVIMENTO
☐	37	606215588E	CURETTE AD ANELLO

E

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA :

1) ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
che l' Impresa (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)

è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____

con oggetto sociale _____

_____

e ne attesta i seguenti dati:

sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n._____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n._____

C.F. _____ e P. IVA _____

n. di iscrizione CCIA _____ data di iscrizione _____

durata della impresa /data inizio e termine _____

forma giuridica _____

costituita con atto del _____

capitale sociale: deliberato Euro _____, sottoscritto Euro _____, versato Euro _____

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (compilare la tabella con tutti i dati richiesti):

Carica e relativi poteri associati, data di nomina e scadenza	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Luogo ed indirizzo di residenza	Codice fiscale

2) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- che il soggetto richiedente e tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto (**allegare dichiarazioni individuali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascuno dei soggetti di cui al successivo allegato F8**);

- che sono cessati dalle cariche societarie di cui alla lettera m) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):_____

  _____

  _____

  _____

  e che nei loro confronti:

  - o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

  oppure:

  - o l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata :_____(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 - specificare se ricorrono gli estremi dell'art. 178 cp e/o dell'art. 445 2 comma cpp).

- ai fini del comma 1, lettera m-quater):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- che, in relazione alla certificazione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., inerente le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella corrispondente):

☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici) unità;

☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) unità e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18/01/2000;

☐ l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99, avendo presentato in data _____ all'ufficio competente la richiesta di avviamento con le modalità previste dall'art. 9 o avendo stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 11. L'apposita certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alla legge può essere rilasciata dalla competente Direzione territoriale del Lavoro di _____ Comune di _____ _____ via _____

n. _____CAP (_____) tel. _____PEC_____;

- che l'impresa è titolare delle seguenti posizioni:

INPS:
sede di iscrizione _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

codice attività _____

CCNL applicato al personale dipendente _____

n. dipendenti (circa)_____

INAIL:
sede di iscrizione territoriale_____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

n. totale dipendenti: _____

3) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali;

4) ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. 180/2011 AGEVOLAZIONI PMMI che l'impresa è (barrare l'ipotesi che ricorre)

- ☐ una media,
- ☐ una piccola,
- ☐ una micro

impresa e rientra nelle fattispecie agevolative previste da detta disposizione;

5) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel **casellario informatico** istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

6) ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare l'ipotesi che ricorre)

- ☐ che l'impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come soggetto singolo,
- ☐ in caso di ***consorzi stabili***, costituiti anche in forma di società consortili,
- ☐ o ***consorzi ordinari*** di concorrenti,

indicare le ditte consorziate che partecipano alla procedura dei servizi/forniture:

N.B.: In caso di consorzi OGNI CONSORZIATO PARTECIPANTE ALLA GARA DEVE COMPILARE I QUADRI 1), 2), 4) 5), 6) 8), 9) 11.

☐ *(in caso di **raggruppamento temporaneo d'imprese**)* che l'impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d'imprese formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e relative quote di esecuzione dei servizi/forniture):

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a:

_____

con sede legale in _____

sede operativa in _____

tel. _____ fax _____ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia.

N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei d'imprese il presente modulo deve essere compilato DA OGNI SINGOLA IMPRESA COMPONENTE

7) ai sensi dell'art. 1 L. n. 266/2003 EMERSIONE LAVORO NERO

1- ☐ che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01

oppure (barrare le casella corrispondente)

2- ☐ che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il pericolo di emersione si è concluso.

8) sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. AVVALIMENTO (eventuale)

che l'impresa, in possesso dei requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara (art. 4 del Disciplinare di gara) intende avvalersi del/dei seguente/i requisito/i:

_____

posseduto/i dalla seguente impresa ausiliaria

_____

con sede legale in _____ cap (_____)

via _____ n._____

sede operativa in _____ cap (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

Tel. _____ fax _____ e-mail _____

e di possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

A tal fine, allega, alla presente istanza, tutta la documentazione prevista dall'articolo 49 comma 2) lett. c), d), e), f) e g).

L'impresa ausiliaria dovrà altresì allegare dichiarazioni individuali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) (modello F 8), attestanti che i medesimi non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto.

9) ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI FORNITORI

- che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, il seguente fatturato globale d'impresa:

ANNO	IMPORTO
Anno 2011	€
Anno 2012	€
Anno 2013	€
Media anni 2011-2013	€

e il fatturato medio globale annuale del triennio sopra indicato è pari ad almeno 1,5 volte l'importo annuo a base di gara dei lotti a cui intende concorrere;

- che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, il seguente fatturato per i servizi /forniture nel settore oggetto della presente procedura di gara:

ANNO	IMPORTO
Anno 2011	€
Anno 2012	€
Anno 2013	€
Media anni 2011-2013	€

e il fatturato medio specifico annuale del triennio sopra indicato è almeno pari all'importo annuo a base di gara dei lotti a cui intende concorrere;

10) ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI

- che presenta, allegato alla presente istanza, l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (completi di indirizzo di riferimento), pubblici o privati, delle forniture stesse.

11) **ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., SUBAPPALTO (eventuale) che le forniture/servizi verranno eseguiti:**

☐ in subappalto, un valore presunto pari al ____% dell'importo di aggiudicazione.

☐ in subappalto, relativamente alla seguente parte di servizio/fornitura.

_____

12) **la regolarità della propria posizione fiscale e contributiva**, nel senso che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

13) che l'**indirizzo completo** al quale deve essere trasmessa ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax/PEC, è il seguente:

Comune: _____; Provincia: _____; CAP_____
Via _____ N° Civico_____; tel. _____

fax : _____, individuando quale referente il/la Sig./ra:_____;

E-mail PEC:_____;

E-mail : _____ .

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità di _____, **dichiara**, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel capitolato speciale di gara.

Luogo e data

_____, _____

IL DICHIARANTE (firma del dichiarante e timbro dell'impresa)

_____

Modalità di compilazione della domanda:

1. La firma non è soggetta ad autenticazione.
2. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a **copia fotostatica non autenticata** di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
3. Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al paragrafo di riferimento
4. Per i RTI la compilazione del paragrafo 5) l'obbligo di indicazione delle quote di esecuzione si intenderà assolto sia in termini schiettamente descrittivi delle singole parti del servizio sia mediante indicazione quantitativa in termini percentuali della quota di riparto.