

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, Prot-2022-1076324 del
28/09/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
tel. 010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.

Verbale della IV seduta riservata di Commissione giudicatrice del 28/09/2022.

Il giorno 28 settembre dell'anno 2022, alle ore 14:00 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) è prevista una riunione della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di proseguire i lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022) presenza il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice, nominata nella composizione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022, presenza nelle persone che seguono:

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di appartenenza	Incarico	Orario di ingresso
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente	15:15
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente	14:00
Dott.ssa Emanuela BARISIONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente	14:20
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente	14:00

Dal momento che non è presente il commissario Ing. Masia - e quindi la Commissione si riunisce in composizione collegiale non perfetta - il Segretario chiarisce che nella seduta odierna verranno svolte esclusivamente attività istruttorie, di approfondimento, analisi e discussione, fra i presenti, della documentazione delle Offerte tecniche delle ditte concorrenti, senza l'assunzione di alcuna determinazione. Pertanto non solo non verranno eseguite valutazioni di sorta, ma non verrà neanche presa una decisione su quanto riscontrato dagli Operatori economici concorrenti per il lotto 1 (ad

oggetto "videoendoscopia per tratto superiore e tratto inferiore diagnostica di routine") rispetto alla questione dell'esatta determinazione del numero dei PPI riferito al sensore di entrambi gli strumenti offerti (oggetto di valutazione nell'ambito dei sub-criteri B.1.1 e B.2.1).

In occasione della prossima riunione di Commissione, riunitasi nel suo plenum, verranno ripresi gli argomenti analizzati in data odierna sì da discuterli con il commissario Ing. Masia; verranno, così, da tutti espresse le valutazioni di competenza (anche solamente sui requisiti e le caratteristiche tangibili, misurabili oggettivamente, vuoi quelli di minima, pena esclusione, vuoi quelli qualitativi, soggetti a premialità) le quali saranno raccolte dal Segretario e riportate sul verbale di seduta.

Tanto premesso, nella prima parte della seduta i presenti discutono e si confrontano su quanto dichiarato da tutti e 3 gli Operatori economici in riscontro alla richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal Seggio di gara con note a mezzo PEC del 21/07/2022 a seguito di quanto disposto dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 20/07/2022 (cfr. verbale Prot-2022-0531508, pari data) relativa, come testè riferito, alla questione dell'esatta determinazione del numero dei PPI ("pixel per pollice", ovvero l'unità di misura della densità della risoluzione video) riferito al sensore di entrambi gli strumenti messi a gara (il VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO ed il VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO).

In seguito la Commissione prende in esame le offerte presentate per il lotto 2 di gara (ad oggetto la videoendoscopia per tratto superiore e tratto inferiore diagnostica ed operativa ad alta specialità e la ecogastrosopia), per il quale concorrono sempre le Ditte Olympus Italia Srl, Fujifilm Italia SpA e Pentax Italia S.r.l.

Dal momento che gli OO.EE. concorrenti sono i medesimi del lotto 1, in questa sede la Commissione, esaminando la documentazione di offerta, si limita a verificare quali componenti delle colonne e quali strumenti offerti, fra quelli compresi nel lotto, siano identici a quelli offerti sul lotto 1 i quali pertanto non richiedono un ulteriore approfondimento rispetto a quanto già visto e valutato nel corso delle precedenti sedute.

La riunione si conclude alle ore 17:15 ed i lavori sono riaggiornati a mercoledì 5 ottobre p.v. con inizio sempre dalle ore 14:00 circa.

Il presente verbale è trattenuto agli atti del procedimento dal Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 28/09/2022

Per la Commissione giudicatrice:

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente


Dott. Maurizio SCHENONE

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO



Per il Seggio di gara:

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE

