

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA**B.4) URETERORENOSCOPIO SEMIRIGIDO:**

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.4.2)	Minore diametro prossimale (fr)	Q4	0,5	Val. offerto	7,80	7,50
				Baseline	8,50	
				MIN	7,50	
				COEFF. PROP. 1	70,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,35	0,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.4.3)	Minore diametro distale (fr)	Q4	0,5	Val. offerto	6,40	6,00
				Baseline	7,00	
				MIN	6,00	
				COEFF. PROP. 1	60,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,30	0,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.4.4)	Maggior diametro operativo (fr)	Q3	0,5	Val. offerto	4,20	4,80
				Baseline	4,00	
				MAX	4,80	
				COEFF. PROP. 1	25,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,13	0,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.4.5)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	0,5	Val. offerto	6	7
				Baseline	5	
				MAX	7	
				COEFF. PROP. 1	50,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,25	0,50

B.5) RESETTORE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.5.2)	Fornitura di anse monouso e poliuso dedicate (monopolari e bipolari)	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00

B.6) URETROTOMO OTTICO DI SACHSE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.6.2)	Ampiezza della gamma delle lame (tipologie)	Q3*	1,5	Val. offerto	6	11
				MIN	6	
				MIN - 20%	5	
				MAX	11	
				COEFF. PROP. 1	19,35%	100,00%
				PUNTEGGI	0,29	1,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.6.3)	Lame in ceramica	Q5	1	ON/OFF	off	on
				PUNTEGGI	0,00	1,00

B.7) URETROTOMO OTTICO DI OTIS:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.7.2)	Ampiezza della gamma delle lame (tipologie)	Q3*	1	Val. offerto	1	3
				MIN	1	
				MIN - 20%	1	
				MAX	3	
				COEFF. PROP. 1	9,09%	100,00%
				PUNTEGGI	0,09	1,00

B.8) NEFROSCOPIO STANDARD:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.8.2)	Visione dell'ottica disassata a 12°	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00

Gara n. 8273123 - ID Sintel 145609760

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA

A) CARATTERISTICHE DELLA COLONNA

A.1) Processore + monitor

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.2)	Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici)	Q3	2	Val. offerto	27	32
				Baseline	26	
				MAX	32	
				COEFF. PROP. 1	16,67%	100,00%
				PUNTEGGI	0,33	2,00
A.1.3)	Dimensioni del monitor di servizio in pollici (>19 pollici)	Q3	2	Val. offerto	22	27
				Baseline	19	
				MAX	27	
				COEFF. PROP. 1	31,25%	100,00%
				PUNTEGGI	0,63	2,00
A.1.6)	Possibilità di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e amplificatore di brillantezza).	Q5	2	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	2,00	2,00
A.1.7)	Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom, bilanciamento del bianco, enfaticizzazione, ecc.).	Q5	1	Val. offerto	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00
A.1.10)	Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto)	Q3*	1	Val. offerto	1.000	1.000
				MIN	1.000	
				MIN - 20%	800	
				MAX	1.000	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	1,00	1,00

A.2) FONTE LUMINOSA

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.2.1)	Fonte luce: presenza di Tecnologia LED	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00
A.2.2)	Fonte luce: fornitura dei raccordi necessari per attacco lato fonte	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00

B) STRUMENTAZIONE

B.1) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.1.2)	Minore diametro esterno (mm)	Q4	1	Val. offerto	7,0	6,5
				Baseline	7,33	
				MIN	6,50	
				COEFF. PROP. 1	39,76%	100,00%
				PUNTEGGI	0,40	1,00
B.1.3)	Maggior diametro operativo (fr)	Q3	1	Val. offerto	2,60	2,30
				Baseline	1,67	
				MAX	2,60	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	67,86%
				PUNTEGGI	1,00	0,68

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA

B.2) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.2)	Minore diametro distale (fr/mm)	Q4*	1	Val. offerto	8,50	6,60
				MAX	8,50	
				MAX + 20%	10,20	
				MIN	6,60	
				COEFF. PROP. 1	47,22%	100,00%
				PUNTEGGI	0,47	1,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.3)	Minore diametro stelo (fr)	Q4	1	Val. offerto	8,4	8,7
				Baseline	8,7	
				MIN	8,40	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	1,00	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.4)	Maggior diametro del canale operativo (fr/mm)	Q3	1	Val. offerto	3,60	3,60
				Baseline	5,50	
				MAX	3,60	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	1,00	1,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.5)	Presenza di un 2° canale operativo	Q5	1,5	ON/OFF	off	off
				PUNTEGGI	0,00	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.6)	Maggiore lunghezza operativa (mm)	Q3	0,5	Val. offerto	670,00	680,00
				Baseline	300,00	
				MAX	680,00	
				COEFF. PROP. 1	97,37%	100,00%
				PUNTEGGI	0,49	0,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.7)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3	0,5	Val. offerto	275	270
				Baseline	270	
				MAX	275	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.8)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	0,5	Val. offerto	80	90
				Baseline	80	
				MAX	90	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	0,50
B.3) URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE:						
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.2)	Minore diametro distale (fr/mm)	Q4	0,5	Val. offerto	4,90	6,00
				Baseline	9,90	
				MIN	4,90	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	78,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,39
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.3)	Maggior diametro del canale operativo (fr/mm)	Q3	0,5	Val. offerto	1,20	1,10
				Baseline	1,10	
				MAX	1,20	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.4)	Presenza di un 2° canale operativo	Q5	1,5	ON/OFF	off	on
				PUNTEGGI	0,00	1,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.5)	Maggiore lunghezza operativa (mm)	Q3	0,5	Val. offerto	670,00	680,00
				Baseline	600,00	
				MAX	680,00	
				COEFF. PROP. 1	87,50%	100,00%
				PUNTEGGI	0,44	0,50
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.6)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3	0,5	Val. offerto	275	270
				Baseline	270	
				MAX	275,00	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.7)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	0,5	Val. offerto	80	85
				Baseline	80	
				MAX	85	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	0,50