



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Genova, Prot-2023-0157188 del
09/02/2023

*Allegati: Schede di valutazione dei
lotti 10, 11 e 5 con i punteggi
tecniche assegnati agli elementi
misurabili oggettivamente*

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560
e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.

Verbale della XIX seduta riservata di Commissione giudicatrice dell'08/02/2023.

Il giorno 08 febbraio dell'anno 2023, alle ore 14:30 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) è prevista una riunione della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di proseguire i lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022 e modificato nella composizione con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 6478 del 18/10/2022) presenza il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice, nominata nella composizione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022, presenza con le modalità che seguono:

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di appartenenza	Incarico	Modalità di partecipazione
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente	In presenza dalle 15:15
Ing. Antonio MASIA	E.O. Ospedali Galliera	Collaboratore Tecnico Prof.le c/o S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Componente	In presenza dalle 14:30
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente	In presenza dalle 14:45
Dott.ssa Emanuela BARISIONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente	In presenza dalle 14:30
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente	In presenza dalle 14:30

La presenza, al completo (quando si unisce ai lavori altresì il Presidente di Commissione, Dott. Parodi) consente di riprendere e discutere collegialmente tutte le questioni viste nelle scorse sedute di Commissione in cui non vi era la piena collegialità, ovvero sin dalla XV seduta dell'11 gennaio u.s.

Vengono dunque riesaminate, discusse e condivise le questioni afferenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalle Ditte concorrenti per i lotti 10 e 11 (solo le caratteristiche qualitative nel caso del lotto 10, mentre, per il lotto 11, oltre a quelle qualitative, anche quelle obbligatorie, pena esclusione); dopodichè si procede (a cura del segretario, sotto la supervisione della Commissione) all'inserimento, sulla scheda excel dei criteri premiali, dei punteggi tecnici relativi agli elementi di valutazione misurati oggettivamente (fatta eccezione, per il momento, per quelli che attengono alla risoluzione video della colonna e degli strumenti).

Le schede excel (una per lotto) dei punteggi attribuiti in questa sede vengono allegate al presente verbale.

A seguire vengono riprese altresì le questioni emerse nel corso delle ultime riunioni in cui erano state esaminate le offerte delle Ditte concorrenti sul lotto 5 (VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DELLE VIE RESPIRATORIE E ECOBRONCOSCOPIA). La discussione verte, in particolare, sulla caratteristica del canale operativo del fibrobroncoscopio sottile offerto dalla Ditta Pentax Italia S.r.l. La Commissione verifica e condivide quanto precedentemente rilevato, ovvero che il diametro del canale operativo dello strumento offerto ("Fibrobroncoscopio ultrasottile FB-8V PENTAX Medical") non corrisponde alla richiesta del Capitolato tecnico e prestazionale. Difatti, mentre il Capitolato richiede uno strumento con diametro del canale operativo ≥ 2 mm, il diametro dello strumento offerto dalla ditta Pentax misura invece 1,2 mm. I commissari constatano, dunque, che lo strumento offerto non è conforme. Peraltro viene altresì appurato che l'operatore economico de quo non ha presentato alcuna dichiarazione di equivalenza funzionale riferita allo strumento in commento. La Commissione giudicatrice dichiara l'inammissibilità dell'offerta presentata dalla Ditta Pentax Italia S.r.l. per il lotto 5 di gara.

Il Segretario ne prende atto e comunica che SUAR, a mezzo del RUP della procedura, provvederà a notificare tempestivamente alla ditta l'esclusione dalla procedura di gara relativamente a tale lotto.

Dopodichè la Commissione riprende le valutazioni degli aspetti qualitativi per le restanti ditte concorrenti sul lotto 5 (Fujifilm Italia SpA e Olympus Italia SRL).

Vengono dunque altresì discusse e condivise tutte le restanti questioni viste nelle precedenti riunioni (come quelle attinenti ai metodi di attribuzione dei punteggi utilizzati).

Peraltro, la Commissione rileva che, anche per il sub-criterio B.1.1 ["Minore diametro distale (in mm)"] del sub-lotto B), si rende necessario modificare il metodo di attribuzione del punteggio (da Q4 a Q4*) per effetto della mancata indicazione, sul Capitolato, di una baseline applicabile al diametro "esterno" (dal momento che il Capitolato indica, come valore massimo, inderogabile, il diametro distale, mentre il diametro più largo, quello esterno per l'appunto, è quello del tubo di inserzione).

Rispetto, invece, al sub-criterio A.1.2 ["Qualità dell'imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d'uso)"] si applica quanto stabilito dal Disciplinare di gara per il caso in cui debbano essere valutate due sole offerte, ovvero il metodo del confronto a coppie (Q2) viene necessariamente modificato nel metodo Q1.

Anche in questo caso si procede all'imputazione, sulla scheda excel dei criteri premiali, dei punteggi tecnici relativi agli elementi di valutazione tangibili, misurati oggettivamente (esclusi, per il momento, quelli che attengono alla risoluzione video della colonna e degli strumenti).

Da ultimo la Commissione dà avvio all'esame delle offerte presentate dalle Ditte concorrenti per il lotto 6 di gara [VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA (ALTA SPECIALIZZAZIONE)] ovvero le Ditte:

- a. PENTAX Italia S.r.l.
- b. SINCRONIS SRL

In questa sede viene analizzata la documentazione presente nell'offerta formulata dalla Ditta PENTAX Italia S.r.l. in riferimento alle componenti della colonna offerta e questa viene trovata conforme a quanto richiesto dal Capitolato tecnico di gara. Solo nel caso della caratteristica, riferita al videoprocessore offerto (il modello EPK-3000 DEFINA PENTAX Medical), del controllo automatico dell'esposizione la Commissione si riserva di verificarne l'effettiva presenza in successiva seduta in cui venga visionato un campione dell'apparecchiatura in commento.

La seduta è tolta alle ore 18:10. I lavori sono riaggiornati per il giorno 15/02 p.v., sempre alle ore 14:30.

Il presente verbale, nonché le schede di valutazione dove sono riportati i punteggi tecnici assegnati per i lotti 10, 11 e 5, sono trattenuti agli atti del procedimento dal Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 08/02/2023

Per la Commissione giudicatrice:

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente

Dott. Maurizio SCHENONE

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Ing. Antonio MASIA

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO

Per il Seggio di gara:

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE



