



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Genova, Prot-2022-0531508 del
20/07/2022

Allegati: Scheda dei punteggi
tecnici del lotto 1

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
tel. 010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.

Verbale della III seduta riservata di Commissione giudicatrice del 20/07/2022.

Il giorno 20 luglio dell'anno 2022, alle ore 15:00 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di proseguire i lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022) presenza il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice è presente al completo come da nomina di cui al Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022, ovvero nelle persone che seguono:

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza	Incarico
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente
Dott.ssa Emanuela BARISIONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente
Ing. Antonio MASIA	E.O. Ospedali Galliera	Collaboratore Tecnico Prof.le c/o S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Componente

La presenza dei commissari viene garantita con modalità differenziate (nel pieno rispetto della disciplina codicistica - cfr. art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - e di quella regionale; cfr. art. 7 delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici

approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021) in quanto presenziano di persona, presso la sede S.U.A.R., tutti i componenti eccezion fatta per il Dott. Schenone il quale è collegato a distanza tramite piattaforma Teams.

In questa sede la Commissione riprende la discussione da dove era stata interrotta alla fine della scorsa riunione, ovvero sui sub-criteri di valutazione relativi alla risoluzione vuoi alla colonna, vuoi dei due strumenti inclusi nel lotto 1 di gara (ad oggetto "VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE").

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione, al fine di individuare il valore massimo di risoluzione video supportato dall'elemento della colonna a più bassa risoluzione (e quindi poter misurare il sub-criterio A.1.1), ritiene, a tale scopo, di assumere il valore minimo della matrice di pixel del frame immagini/video (ovvero 4K per la colonna fornita dalla Olympus Italia S.r.l. e 2K per quelle fornite da Fujifilm Italia S.p.A. e Pentax Italia S.r.l.) del videoprocessore (il quale, a parità di monitor, è l'elemento che gestisce la più bassa risoluzione). Si precisa che tale valore minimo viene desunto dalle schede tecniche presenti nelle rispettive offerte.

Come già nelle sedute precedenti, i suddetti valori numerici vengono inseriti in una scheda in formato excel, predisposta dal Seggio di gara, che reca preimpostate le formule aritmetiche descritte nel Disciplinare di gara ai fini del calcolo automatico (facendo applicazione del metodo Q3*) del punteggio tecnico complessivo associato al suddetto sub-criterio. L'attività di materiale imputazione di tali valori viene eseguita dal Segretario del Seggio, mentre la Commissione giudicatrice monitora la corretta esecuzione delle operazioni di imputazione.

Rispetto ai sub-criteri B.1.1 e B.2.1 ovvero la "risoluzione video dello strumento (PPI)" (vuoi del VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO vuoi del VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO) la Commissione, non riuscendo a ricavare autonomamente tale informazione dalla documentazione presente nelle offerte delle ditte, ritiene necessario dover richiedere a tutte e 3 le ditte quale sia il numero dei PPI ("pixel per pollice", ovvero l'unità di misura della densità della risoluzione video) riferito al sensore dello strumento al fine di disporre di un'unità di misura univoca che consenta la confrontabilità dei dati. Peraltro, la Commissione dichiara di riservarsi di sottoporre lo stesso quesito ai medesimi Operatori economici anche in relazione agli analoghi sub-criteri di valutazione presenti nei restanti lotti di gara.

Successivamente viene analizzata la documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti per rilevare il valore del rapporto di contrasto del monitor, il quale rappresenta anch'esso un ulteriore sub-criterio di valutazione per il quale il Capitolato ha previsto l'applicazione di un metodo di attribuzione del punteggio di tipo oggettivo Q3* (con l'asterisco in quanto non è previsto un valore soglia quale requisito minimo, pena esclusione). L'imputazione sulla scheda excel dei punteggi tecnici avviene con la medesima modalità descritta più sopra per il sub-criterio A.1.1.

Infine la Commissione prende in esame quanto dichiarato dalle 3 ditte concorrenti rispetto al requisito della compatibilità dei due strumenti inclusi nel lotto:

- ✓ sia con almeno un altro metodo di sterilizzazione fra i seguenti:
 - a) acido peracetico con sistema Steris o analogo;
 - b) perossido di idrogeno (gas plasma) con sistema Sterrad o analogo (descrivere);
- ✓ sia con i sistemi di sterilizzazione in uso presso le Aziende Sanitarie e gli Ospedali della Regione Liguria.

Dall'attività di verifica condotta dalla Commissione emerge, per tutte e 3 le offerte tecniche, la piena rispondenza a quanto richiesto dal Capitolato.

La riunione ha termine alle ore 17:40. I lavori vengono riaggiornati al giorno mercoledì 14/09 p.v., ore 14:00, per esaminare i riscontri degli Operatori economici sul quesito relativo ai sub-criteri B.1.1 e B.2.1 del lotto 1 di gara e poi iniziare a lavorare sul lotto 2, in quanto la Commissione ritiene che la valutazione dei restanti sub-criteri del lotto 1, da valutare con metodo Q1, ovvero un giudizio discrezionale motivato, debba essere condotta solo dopo aver prima svolta una prova pratica delle apparecchiature offerte la quale verrà calendarizzata in un secondo momento.

Il presente verbale e la scheda excel dei punteggi attribuiti in questa sede sono acquisiti agli atti del procedimento dal Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 20/07/2022

Per la Commissione giudicatrice:

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente

Dott. Maurizio SCHENONE

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Ing. Antonio MASIA

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO

Per il Seggio di gara:

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE

The image shows five handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to: Andrea Parodi (President), Maurizio Schenone, Emanuela Barisione, Antonio Masia, and Alessandro Cosolito. Below these, there is a single signature on a line, corresponding to Enrico Manzone (Auctioneer/Componente).

