

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA

A) CARATTERISTICHE DELLA COLONNA

A.1) Processore + monitor

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.2)	Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici)	Q3	2	Val. offerta	27	32
				Baseline	26	
				MAX	32	
				COEFF. PROP. 1	16,67%	100,00%
				PUNTEGGI	0,33	2,00
A.1.3)	Dimensioni del monitor di servizio in pollici (>19 pollici)	Q3	2	Val. offerta	22	27
				Baseline	19	
				MAX	27	
				COEFF. PROP. 1	31,25%	100,00%
				PUNTEGGI	0,63	2,00
A.1.6)	Possibilità di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e amplificatore di brillantezza).	Q5	2	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	2,00	2,00
A.1.7)	Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom, bilanciamento del bianco, enfaticizzazione, ecc.).	Q5	1	Val. offerta	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00
A.1.10)	Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto)	Q3*	1	Val. offerta	1.000	1.000
				MIN	1.000	
				MIN - 20%	800	
				MAX	1.000	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	1,00	1,00

A.2) FONTE LUMINOSA

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.2.1)	Fonte luce: presenza di Tecnologia LED	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00
A.2.2)	Fonte luce: fornitura dei raccordi necessari per attacco lato fonte	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00

B) STRUMENTAZIONE

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.1.2)	Minore diametro esterno (mm)	Q4	1	Val. offerta	7,0	6,5
				Baseline	7,33	
				MIN	6,50	
				COEFF. PROP. 1	39,76%	100,00%
				PUNTEGGI	0,40	1,00
B.1.3)	Maggior diametro operativo (fr)	Q3	1	Val. offerta	2,60	2,30
				Baseline	1,67	
				MAX	2,60	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	67,86%
				PUNTEGGI	1,00	0,68

B.2) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.2)	Minore diametro distale (fr/mm)	Q4*	1	Val. offerta	8,50	6,60
				MAX	8,50	
				MAX + 20%	10,20	
				MIN	6,60	
				COEFF. PROP. 1	47,22%	100,00%
				PUNTEGGI	0,47	1,00
B.2.3)	Minore diametro stelo (fr)	Q4	1	Val. offerta	8,4	8,7
				Baseline	8,7	
				MIN	8,40	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	1,00	0,00
B.2.4)	Maggior diametro del canale operativo (fr/mm)	Q3	1	Val. offerta	3,60	3,60
				Baseline	5,50	
				MAX	3,60	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	1,00	1,00
B.2.5)	Presenza di un 2° canale operativo	Q5	1,5	ON/OFF	off	off
				PUNTEGGI	0,00	0,00
B.2.6)	Maggior lunghezza operativa (mm)	Q3	0,5	Val. offerta	670,00	680,00
				Baseline	300,00	
				MAX	680,00	
				COEFF. PROP. 1	97,37%	100,00%
				PUNTEGGI	0,49	0,50
B.2.7)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3	0,5	Val. offerta	275	270
				Baseline	270	
				MAX	275	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,00
B.2.8)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	0,5	Val. offerta	80	90
				Baseline	80	
				MAX	90	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	0,50

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA**B.3) URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE:**

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.2)	Minore diametro distale (fr/mm)	Q4	0,5	Val. offerto	4,90	6,00
				Baseline	9,90	
				MIN	4,90	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	78,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,39
B.3.3)	Maggior diametro del canale operativo (fr/mm)	Q3	0,5	Val. offerto	1,20	1,10
				Baseline	1,10	
				MAX	1,20	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,00
B.3.4)	Presenza di un 2° canale operativo	Q5	1,5	ON/OFF	off	on
				PUNTEGGI	0,00	1,50
B.3.5)	Maggiore lunghezza operativa (mm)	Q3	0,5	Val. offerto	670,00	680,00
				Baseline	600,00	
				MAX	680,00	
				COEFF. PROP. 1	87,50%	100,00%
				PUNTEGGI	0,44	0,50
B.3.6)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3	0,5	Val. offerto	275	270
				Baseline	270	
				MAX	275,00	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	0,50	0,00
B.3.7)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	0,5	Val. offerto	80	85
				Baseline	80	
				MAX	85	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	0,50

B.4) URETERORENOSCOPIO SEMIRIGIDO:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.4.2)	Minore diametro prossimale (fr)	Q4	0,5	Val. offerto	7,80	7,50
				Baseline	8,50	
				MIN	7,50	
				COEFF. PROP. 1	70,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,35	0,50
B.4.3)	Minore diametro distale (fr)	Q4	0,5	Val. offerto	6,40	6,00
				Baseline	7,00	
				MIN	6,00	
				COEFF. PROP. 1	60,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,30	0,50
B.4.4)	Maggior diametro operativo (fr)	Q3	0,5	Val. offerto	4,20	4,80
				Baseline	4,00	
				MAX	4,80	
				COEFF. PROP. 1	25,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,13	0,50
B.4.5)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	0,5	Val. offerto	6	7
				Baseline	5	
				MAX	7	
				COEFF. PROP. 1	50,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,25	0,50

B.5) RESETORE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.5.2)	Fornitura di anse monouso e poliuso dedicate (monopolari e bipolari)	Q5	1	ON/OFF	off	on
				PUNTEGGI	0,00	1,00

B.6) URETROTOMO OTTICO DI SACHSE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.6.2)	Ampiezza della gamma delle lame (tipologie)	Q3*	1,5	Val. offerto	6	11
				MIN	6	
				MIN - 20%	5	
				MAX	11	
				COEFF. PROP. 1	19,35%	100,00%
B.6.3)	Lame in ceramica	Q5	1	ON/OFF	off	on
				PUNTEGGI	0,00	1,00

B.7) URETROTOMO OTTICO DI OTIS:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.7.2)	Ampiezza della gamma delle lame (tipologie)	Q3*	1	Val. offerto	1	3
				MIN	1	
				MIN - 20%	1	
				MAX	3	
				COEFF. PROP. 1	9,09%	100,00%
B.8.2)	Visione dell'ottica dissastata a 12°	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00

B.8) NEFROSCOPIO STANDARD:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.8.2)	Visione dell'ottica dissastata a 12°	Q5	1	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	1,00	1,00