

LOTTO 10 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA

A) CARATTERISTICHE DELLA COLONNA

A.1) Processore + monitor

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.2)	Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici)	Q3	2	Val. offerto	27	32
				Baseline	26	
				MAX	32	
				COEFF. PROP. 1	16,67%	100,00%
				PUNTEGGI	0,33	2,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.4)	Funzione di bioendoscopia (enfattizzazione del pattern vascolare)	Q5	3	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	3,00	3,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.5)	Possibilità di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e amplificatore di brillantezza).	Q5	3	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	3,00	3,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.6)	Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom, bilanciamento del bianco, enfattizzazione, ecc.).	Q5	3	Val. offerto	on	on
				PUNTEGGI	3,00	3,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.1.9)	Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto)	Q3*	2	Val. offerto	1.000	1.000
				MIN	1.000	
				MIN - 20%	800	
				MAX	1.000	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	2,00	2,00

A.2) FONTE LUMINOSA

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
A.2)	Fonte luce: presenza di Tecnologia LED	Q5	2	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	2,00	2,00

B) STRUMENTAZIONE

B.1) VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBILE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.1.2)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3 Q3*	2	Val. offerto	350	420
				MIN	350	
				MIN - 20%	280	
				MAX	420	
				COEFF. PROP. 1	50,00%	100,00%
				PUNTEGGI	1,00	2,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.1.4)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	2	Val. offerto	5,50	5,40
				Baseline	5,5	
				MIN	5,4	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	2,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.1.5)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	1	Val. offerto	120	110
				Baseline	100	
				MAX	120	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	50,00%
				PUNTEGGI	1,00	0,50

LOTTO 10 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA

B.2) CISTOSCOPIO FLESSIBILE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.2)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3 Q3*	2	Val. offerto	330	360
				MIN	330	
				MIN - 20%	264	
				MAX	360	
				COEFF. PROP. 1	68,75%	100,00%
				PUNTEGGI	1,38	2,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.4)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	1	Val. offerto	5,5	5,0
				Baseline	5,5	
				MIN	5,0	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	1,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.2.5)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	1	Val. offerto	120	110
				Baseline	110	
				MAX	120	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	1,00	0,00

B.3) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.2)	Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	Q3	2	Val. offerto	275	270
				Baseline	270	
				MAX	275	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	2,00	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.4)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	2	Val. offerto	8,4	8,7
				Baseline	8,7	
				MIN	8,4	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	0,00%
				PUNTEGGI	2,00	0,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.3.5)	Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	Q3	1	Val. offerto	80	90
				Baseline	80	
				MAX	90	
				COEFF. PROP. 1	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	0,00	1,00

B.4) CISTOSCOPIO RIGIDO DIAGNOSTICO:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.4.2)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	1	Val. offerto	7,0	7,0
				Baseline	7,8	
				MIN	7,0	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	1,00	1,00

B.5) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO:

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.5.2)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	1	Val. offerto	7,0	6,5
				Baseline	7,33	
				MIN	6,50	
				COEFF. PROP. 1	39,76%	100,00%
				PUNTEGGI	0,40	1,00
N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		OLYMPUS	MOVI
B.5.4)	Maggior diametro operativo (mm)	Q3	1	Val. offerto	2,60	2,30
				Baseline	1,67	
				MAX	2,60	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	67,86%
				PUNTEGGI	1,00	0,68




