

LOTTO 1 – VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE

A) CARATTERISTICHE DELLA COLONNA

A.1) Processore + monitor

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO	FUJIFILM	OLYMPUS	PENTAX
A.1.2)	Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici)	Q3	3	Val. offerto	32	32
				Baseline	26	
				MAX	32	
				COEFF. PROP. 1	100,00%	100,00%
				PUNTEGGI	3,00	3,00

A.2) FONTE LUMINOSA

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO	FUJIFILM	OLYMPUS	PENTAX
A.2)	Fonte luce: presenza di Tecnologia LED	Q5	3	ON/OFF	on	on
				PUNTEGGI	3,00	3,00

A.3) INSUFFLATORE DI CO2 E POMPA DI IRRIGAZIONE

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO	FUJIFILM	OLYMPUS	PENTAX
A.3)	Utilizzabilità di materiale sterile monouso (Inserire elenco)	Q5	2	ON/OFF	on	off
				PUNTEGGI	2,00	0,00