

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, Prot-2023-0300324 del
23/03/2023

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560
e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.

Verbale della XXIV seduta riservata di Commissione giudicatrice del 22/03/2023.

Il giorno 22 marzo dell'anno 2023, alle ore 14:00 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) è prevista una riunione della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di proseguire i lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022 e modificato nella composizione con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 6478 del 18/10/2022) presenziano il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ed il Dott. Giorgio Sacco, Dirigente responsabile di S.U.A.R., RUP della procedura.


La Commissione giudicatrice, nominata nella composizione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022, presenza nelle persone e con le modalità che seguono:

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza	Incarico	Modalità di partecipazione
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente	Collegamento a distanza su Avaya Spaces dalle 15:00
Ing. Antonio MASIA	E.O. Ospedali Galliera	Collaboratore Tecnico Prof.le c/o S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Componente	In presenza dalle 14:00
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente	Collegamento a distanza su Avaya Spaces dalle 14:00
Dott.ssa Emanuela BARISIONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente	In presenza dalle 14:00
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente	In presenza dalle 14:00

A inizio seduta i commissari presenti (fra cui anche il Sig. Cosolito, assente in tre delle ultime quattro sedute di Commissione) riprendono ed approfondiscono le questioni relative agli strumenti presentati in offerta dalle Ditte concorrenti sui lotti 6 (VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA ALTA SPECIALIZZAZIONE), 7 (VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE) e 8 (VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLA LARINGE) emerse nelle scorse riunioni di Commissione soffermandosi, in particolare, sugli aspetti che denotano una possibile difformità di quanto offerto rispetto al Capitolato tecnico di gara e che, quindi, condizionano la valida partecipazione dei relativi offerenti alla procedura di gara.

Pertanto si esaminano nuovamente i seguenti strumenti e relative caratteristiche:

- ❖ tutti gli strumenti offerti dalla Ditta Pentax Italia S.r.l. per i lotti 6, 7 e 8 (videonasofaringoscopi della serie Spectar) i quali non consentono (dal gruppo comandi) il blocco delle angolazioni (caratteristica che viene richiesta dal Capitolato al fine di consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure diagnostico/terapeutiche);



- ❖ il videolaringoscopio adulti offerto dalla Ditta Sincronis s.r.l. nei lotti 7 ed 8 (il videonasofaringoscopio XN HD codice 329 309 401), il quale ha una profondità di campo compresa fra 4 e 50 mm e quindi non corrispondente a quella prescritta dal Capitolato per tali lotti (nei quali il Capitolato descrive infatti la caratteristica della profondità di campo come segue: *“valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo non inferiore a 100 mm”*);
- ❖ il videolaringoscopio adulti offerto dalla Ditta Olympus Italia srl nel lotto 8 (modello ENF-VH, codice N6006830) il quale anch'esso differisce rispetto a quanto richiesto dal Capitolato di gara proprio rispetto alla specifica della profondità di campo (in quanto lo strumento offerto dall'O.E. presenta il range 5-100 mm anziché 4 come valore minimo non superabile).

Intanto, alle ore 15:00, si unisce ai lavori anche il Presidente di Commissione, Dott. Parodi.

Dopo un rinnovato esame della documentazione inserita in offerta dalle suddette ditte concorrenti (da cui emerge, fra l'altro, che nessuna ditta ha presentato alcuna dichiarazione di equivalenza atta a dimostrare che la propria soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti individuati dalle specifiche del Capitolato tecnico di gara) e dopo il necessario confronto i commissari giungono a ritenere che, in tutti i casi di cui sopra, gli strumenti offerti dagli OO.EE. concorrenti non siano rispettosi di requisiti del Capitolato di gara stabiliti come essenziali, da possedere a pena esclusione dalla gara.

Pertanto la Commissione giudicatrice dichiara l'inammissibilità delle seguenti offerte tecniche:

- offerte della Ditta Pentax Italia S.r.l. sui lotti 6, 7 e 8;
- offerte della Ditta Sincronis Srl sui lotti 6, 7 e 8;
- offerta della Ditta Olympus Italia srl sul lotto 8.

Il RUP ne prende atto e comunica che SUAR provvederà a notificare tempestivamente a tutte le ditte coinvolte l'esclusione dalla procedura di gara relativamente ai lotti in questione.

Alle 15:40 il Dott. Schenone si deve allontanare dalla seduta per altri impegni.

Nella seconda parte della riunione i commissari presenti danno avvio ai lavori di esame delle offerte tecniche presentate dalle Ditte che concorrono

I lavori odierni terminano alle ore 18:00 e sono riaggiornati per il giorno 05/04 p.v., con avvio alle ore 14:30.

Il presente verbale è trattenuto agli atti del procedimento dal Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 22/03/2023

Per la Commissione giudicatrice:

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente

Dott. Maurizio SCHENONE

(sino alle ore 15:40)

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Ing. Antonio MASIA

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO

Per il Seggio di gara:

Presidente e R.U.P.

Dott. Giorgio SACCO

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE

The block contains five handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'A. Parodi'. 2. A signature that appears to be 'M. Schenone'. 3. A signature that appears to be 'E. Barisione'. 4. A signature that appears to be 'Antonio Masia'. 5. A signature that appears to be 'Alessandro Cosolito'. Below these, there is a signature that appears to be 'G. Sacco' and another that appears to be 'E. Manzone'.