



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, Prot-2022-1427592 del
07/12/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560
e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.
Verbale della XII seduta riservata di Commissione giudicatrice del 07/12/2022.

Il giorno 07 dicembre dell'anno 2022, alle ore 14:30 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) è prevista una riunione della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di proseguire i lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022 e modificato nella composizione con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 6478 del 18/10/2022) presenza fin da subito il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Dalle ore 15:45 partecipa ai lavori anche il Dott. Sacco, Dirigente responsabile di S.U.A.R., in qualità di RUP della procedura.

La Commissione giudicatrice, nominata nella composizione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022, presenza con le modalità che seguono:

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di appartenenza	Incarico	Modalità di partecipazione
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente	Collegamento a distanza su Avaya Spaces dalle 14:45
Ing. Antonio MASIA	E.O. Ospedali Galliera	Collaboratore Tecnico Prof.le c/o S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Componente	In presenza dalle 14:30
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente	In presenza dalle 14:30
Dott.ssa Emanuela BARISONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente	Collegamento a distanza su Avaya Spaces dalle 16:00
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente	In presenza dalle 15:00

I commissari presenti (dapprima), nonché la Commissione giudicatrice al completo (nel corso della seduta), riprendono la discussione su talune questioni relative al lotto 3 di gara (VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DIGESTIVA PEDIATRICA E ECOGASTROSCOPIA PEDIATRICA) emerse nelle scorse sedute e rimaste ancora in sospeso, ovvero le seguenti:

a) strumento n. 1 del sub-lotto B del lotto 3 ("**videoecoendoscopio a scansione lineare di ultima generazione**"); la Commissione osserva quanto segue:

1. il Capitolato tecnico richiede che il "diametro esterno" dello strumento non sia superiore a 12,5 mm;
2. in precedenza (cfr. verbale della II seduta riservata del 13/07/2022, Prot-2022-0499529, pari data, ed il verbale dell'VIII seduta riservata del 2/11/2022, Prot-2022-1229504, pari data) la Commissione, in casi analoghi (nonché, allo stesso modo, anche per tutti gli strumenti ove il Capitolato fa riferimento, come requisito di minima, oppure premiale, ad un dato "diametro esterno"), ha sempre ritenuto che, per gli strumenti ove il calibro dello strumento offerto non sia perfettamente uniforme, deve essere preso come riferimento il valore maggiore fra quelli (distale e tubo di inserzione) dello strumento;
3. nel caso di specie, gli strumenti offerti presentano i seguenti diametri:
 - Ditta Fujifilm Italia SpA (strumento modello EG-580UT): 12,4 mm a livello del tubo di inserzione, ma 13,9 mm nella parte terminale dello strumento;
 - Ditta Olympus Italia s.r.l. (modello GF-UCT180): il tubo di inserzione misura 12,6 mm, mentre nella parte terminale dello strumento misura 14,6 mm;
 - Ditta Pentax Italia S.r.l. (videoecoendoscopio lineare sottile J10): il diametro del tubo di inserzione misura mm 11,6, mentre la punta misura di 12,9.
4. La Commissione constata, pertanto, nel nessuno degli strumenti offerti dalle Ditte concorrenti soddisfa il requisito tecnico obbligatorio stabilito dal Capitolato a pena di esclusione.

Pertanto tutte le offerte delle Ditte concorrenti vengono dalla Commissione giudicatrice dichiarate escluse dal lotto 3 (VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DIGESTIVA PEDIATRICA E ECOGASTROSCOPIA PEDIATRICA).

b) Nel caso dell'offerta della Ditta Pentax Italia S.r.l., la Commissione rileva, peraltro, che anche la lunghezza del cavo del **carrello elettrificato** offerto (4,5 metri anziché 5, come da Capitolato) non corrisponde ad una caratteristica tecnica di minima del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Il Seggio di gara, dunque, procederà tempestivamente, in conformità all'art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a dare debita informativa alle Ditte interessate dalla suddetta esclusione.

La riunione ha termine alle ore 17:00. I lavori vengono riaggiornati al giorno 14/12 p.v., ore 14:30, per riprendere con l'esame delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti per il lotto 10 di gara.

Il presente verbale è trattenuto agli atti del procedimento dal Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 07/12/2022

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

Per la Commissione giudicatrice:

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente

Dott. Maurizio SCHENONE

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Ing. Antonio MASIA

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO

Per il Seggio di gara:

Presidente e R.U.P.

Dott. Giorgio SACCO

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE

The image shows five handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'A. Parodi'. 2. A signature that appears to be 'M. Schenone'. 3. A signature that appears to be 'E. Barisione'. 4. A signature that appears to be 'A. Masia'. 5. A signature that appears to be 'A. Cosolito'. Below these, there are two more signatures: 6. A signature that appears to be 'G. Sacco'. 7. A signature that appears to be 'E. Manzone'.

