

LOTTO 9 – VIDEOENDOSCOPIA PER OTORINOLARINGOIATRIA RINOLOGICA**A) CARATTERISTICHE DELLA COLONNA****A.1) Processore + monitor**

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		D.P. MEDICAL	N.B.A. MEDICA	OLYMPUS	SINCRONIS
A.1.2)	Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici)	Q3	3	Val. offerto	27	32	31	27
				Baseline			26	
				MAX			32	
				COEFF. PROP. 1	16,67%	100,00%	83,33%	16,67%
				PUNTEGGI	0,50	3,00	2,50	0,50
A.1.3)	Dimensioni del monitor in pollici (> 19 pollici)	Q3	3	Val. offerto	27	55	22	22
				Baseline			19	
				MAX			55	
				COEFF. PROP. 1	22,22%	100,00%	6,94%	6,94%
				PUNTEGGI	0,67	3,00	0,21	0,21
A.1.7)	Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom, bilanciamento del bianco, enfaticizzazione, ecc.)	Q5	5	ON/OFF	on	on	on	on
				PUNTEGGI	5,00	5,00	5,00	5,00
A.1.9)	Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto)	Q3*	3	Val. offerto	1.000	1.500	1.450	1.000
				MIN			1.000	
				MIN - 20%			800	
				MAX			1.500	
				COEFF. PROP. 1	28,57%	100,00%	92,86%	28,57%
A.1.8)	Contrasto monitor secondario (indicare rapporto di contrasto)	Q3*	3	Val. offerto	1.000	1.100	1.000	1.000
				MIN			1.000	
				MIN - 20%			800	
				MAX			1.100	
				COEFF. PROP. 1	66,67%	100,00%	66,67%	66,67%
				PUNTEGGI	2,00	3,00	2,00	2,00

A.2) FONTE LUMINOSA

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		D.P. MEDICAL	N.B.A. MEDICA	OLYMPUS	SINCRONIS
A.2)	Fonte luce: presenza di Tecnologia LED	Q5	2	ON/OFF	on	on	off	on
				PUNTEGGI	2,00	2,00	0,00	2,00

B) STRUMENTAZIONE**B.1) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA DA 11 CM**

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		D.P. MEDICAL	N.B.A. MEDICA	OLYMPUS	SINCRONIS
B.1.2)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	3	Val. offerto	3,00	3,10	4,00	2,70
				Baseline			4,00	
				MIN			2,7	
				COEFF. PROP. 1	76,92%	69,23%	0,00%	100,00%
				PUNTEGGI	2,31	2,08	0,00	3,00

B.2) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 2,7 MM

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		D.P. MEDICAL	N.B.A. MEDICA	OLYMPUS	SINCRONIS
B.2.2)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	3	Val. offerto	2,70	2,70	2,70	2,70
				Baseline			2,70	
				MIN			2,7	
				COEFF. PROP. 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				PUNTEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00

B.3) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA FRA 14 E 18 CM

N.	Elemento di valutazione	M.A.P.	PESO		D.P. MEDICAL	N.B.A. MEDICA	OLYMPUS	SINCRONIS
B.3.2)	Minore diametro esterno (in mm)	Q4	3	Val. offerto	4,00	4,00	4,00	4,00
				Baseline			4,00	
				MIN			4,0	
				COEFF. PROP. 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				PUNTEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00

