



## REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE

SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE

Genova, Prot-2022-406454 del  
08/06/2022

Allegati: Scheda dei punteggi  
tecnici del lotto 1

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI  
tel. 010/548 8553  
e-mail: [tiziana.tazzoli@regione.liguria.it](mailto:tiziana.tazzoli@regione.liguria.it)  
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE  
tel. 010/548 8554  
e-mail: [enrico.manzone@regione.liguria.it](mailto:enrico.manzone@regione.liguria.it)

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.  
**Verbale della I seduta riservata di Commissione giudicatrice del 08/06/2022.**

Il giorno 08 giugno dell'anno 2022, alle ore 9:00 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) è prevista una riunione della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di dare avvio ai lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022) presenza il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022 come di seguito specificato, si riunisce nel suo plenum alle ore 9:25 ovvero quando si riesce ad instaurare un collegamento informatico, mediante piattaforma Teams, con la postazione di lavoro del Dott. Parodi, che partecipa alla riunione da remoto.

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza	Incarico
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente
Dott.ssa Emanuela BARISIONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente
Ing. Antonio MASIA	E.O. Ospedali Galliera	Collaboratore Tecnico Prof.le c/o S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Componente

La presenza dei commissari viene garantita, infatti, con modalità differenziate (tutti in presenza, presso il suddetto locale della S.U.A.R., eccettuato il Dott. Parodi) e ciò nel pieno rispetto della disciplina codicistica (cfr. art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) e di quella regionale (cfr. art. 7 delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021).

Alle ore 9:25 hanno pertanto inizio i lavori di Commissione giudicatrice.

Muovendo dal lotto 1 (ad oggetto la VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE), per il quale concorrono le Ditte Fujifilm Italia SpA, Olympus Italia Srl e Pentax Italia S.r.l., la Commissione procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dagli offerenti al fine di verificarne la completezza e regolarità, verificando la presenza delle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato Tecnico e Prestazionale come requisiti di minima, a pena di esclusione. Gli esiti della verifica sui requisiti minimi vengono registrati su di un apposito file excel riepilogativo, agli atti della S.U.A.R.

In relazione ai requisiti tecnici del videoprocessore di ultima generazione, la Commissione ritiene necessario richiedere alle ditte Fujifilm Italia SpA e Olympus Italia Srl, un chiarimento sulla *"possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria interno od esterno"*, prescritto dal Capitolato tecnico di gara. In particolare la Commissione ritiene necessario appurare *"se il videoprocessore offerto (Codici VP-7000 - 16514209, EX-1 - 16652099, EW10-EC02 - 16652324, EW10-SC01- 16680539 nel caso della Ditta Fujifilm Italia SpA e codice N6011250 nel caso della Ditta Olympus Italia Srl) consenta autonomamente la registrazione di clip video"*. S.U.A.R. provvederà, pertanto a rivolgere il suddetto quesito ad entrambi gli Operatori economici assegnando un congruo termine per fornire riscontro.

Si precisa che la richiesta di chiarimenti de qua è limitata a far emergere informazioni relative ad una caratteristica che deve risultare già presente fra quelle del sistema offerto in sede di gara dal momento che la normativa vigente (art. 83, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) non consente alcuna integrazione dell'offerta tecnica.

A seguire la Commissione verifica la conformità tecnica della fonte luminosa di tutte e 3 le ditte concorrenti. Dal momento che l'utilizzo di tecnologia a LED rappresenta, peraltro, apposito elemento tecnico premiale (di carattere oggettivo, tangibile, valutato con metodo tabellare "on/off"), si procede ad assegnare il corrispondente punteggio tecnico previsto (3 punti).

A tal fine il Seggio di gara ha predisposto un'apposita scheda in formato excel dove è stata impostata la formula prevista dal Disciplinare di gara per il calcolo dei punteggi in base al metodo di imputazione prestabilito.

Dopodiché la Commissione passa ad esaminare le caratteristiche relative alla pompa di irrigazione. In questo caso, viene osservato che i requisiti della *"facilità di sanificazione dell'apparecchio e sterilizzazione del circuito paziente"* e dell'*"utilizzo pratico ed intuitivo"* non possono che essere verificati mediante prova pratica dei sistemi, che verrà organizzata in un secondo momento. I restanti requisiti sono tutti presenti e conformi.

La Commissione rileva, inoltre, che tutti e tre i prodotti offerti sono completi di set di tubi riutilizzabili, mentre solo le Ditte Fujifilm Italia SpA e Olympus Italia Srl consentono l'utilizzo di materiale sterile monouso. La Ditta Pentax Italia S.r.l., infatti, offre un set di tubi monogiornata e pertanto (come dichiarato dalla Ditta stessa) *"riutilizzabili"*. La Commissione procede, quindi, all'attribuzione del punteggio relativo al parametro A.3) *Utilizzabilità di materiale sterile monouso (inserire elenco)* come da scheda excel riepilogativa allegata al presente verbale.

Passando poi ad esaminare le caratteristiche tecniche dell'insufflatore, la Commissione rileva che tutti i dispositivi offerti sono compatibili sia all'impianto dei gas medicali sia, in assenza di questo,

alla bombola di gas medicale. La possibilità di regolazione del flusso di CO2 è certamente garantita da tutti gli insufflatori offerti. Relativamente all'insufflatore presentato dalla Ditta Olympus Italia Srl (modello UCR cod. commerciale N3493240) la Commissione ritiene necessario richiedere un chiarimento alla Ditta per verificare se la regolazione sia eseguibile tramite dispositivo con pulsanti oppure utilizzando distinti tubi in quanto tale informazione che non si evince chiaramente in documentazione tecnica.

Si passa quindi all'esame delle caratteristiche dei monitor medicali offerti. Tutti presentano tecnologia almeno Ful HD e dimensioni pari a 32". La Commissione Giudicatrice procede quindi alla valutazione del parametro A.1.2, attribuendo il relativo punteggio, come da file excel riepilogativo allegato al presente verbale.

Infine, la Commissione passa ad esaminare le caratteristiche tecniche di minima dei carrelli elettrificati, che risultano rispondenti alle prescrizioni tecniche del capitolato di gara.

La Commissione Giudicatrice aggiorna quindi i lavori alla successiva seduta del 6 luglio, ore 14:00.

Il presente verbale e la scheda excel dei punteggi attribuiti in questa sede sono acquisiti agli atti del procedimento dal Segretario.

La seduta è tolta alle ore 12:33.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 08/06/2022

**Per la Commissione giudicatrice:**

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente

Dott. Maurizio SCHENONE

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Ing. Antonio MASIA

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO

**Per il Seggio di gara:**

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE



