

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, Prot-2022-1254491 del
10/11/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560
e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12. Numero gara: 8273123. ID Sintel 145609760.
Verbale della IX seduta riservata di Commissione giudicatrice del 09/11/2022.

Il giorno 09 novembre dell'anno 2022, alle ore 14:30 presso la Sala riunioni "Milite Ignoto" della sede di S.U.A.R. (situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, 2° piano) è prevista una riunione della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto al fine di proseguire i lavori collegiali di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti alla gara stessa.

Per il Seggio di gara (nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 34 del 10/01/2022 e modificato nella composizione con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 6478 del 18/10/2022) presenza il Dott. Enrico Manzone, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice, nominata nella composizione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 2039 del 01/04/2022, presenza con le modalità che seguono:

Componenti sorteggiati	Ente sanitario	Ruolo / Qualifica / Struttura di appartenenza	Incarico	Modalità di partecipazione
Dott. Andrea PARODI	ASL 4	Direttore della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del polo ospedaliero di Lavagna	Presidente	Collegamento a distanza su Teams dalle 16:45
Ing. Antonio MASIA	E.O. Ospedali Galliera	Collaboratore Tecnico Prof.le c/o S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Componente	Presenza c/o sede S.U.A.R. dalle 14:30
Sig. Alessandro COSOLITO	ASL 3	Assistente tecnico S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Componente	Presenza c/o sede S.U.A.R. dalle 14:30
Dott.ssa Emanuela BARISIONE	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	Direttore U.O. di Pneumologia ad Indirizzo Interventistico	Componente	Collegamento a distanza su Teams dalle 15:30
Dott. Maurizio SCHENONE	ASL 2	Direttore S.C. Urologia	Componente	Presenza c/o sede S.U.A.R. dalle 14:30

La riunione odierna viene dedicata all'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti per il lotto 3 - relativo alla VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DIGESTIVA PEDIATRICA (sub-lotto A) e alla ECOGASTROSCOPIA PEDIATRICA (sub-lotto B) - ovvero sempre le ditte Fujifilm Italia S.p.A., Olympus Italia Srl - Società Unipersonale e Pentax Italia S.r.l.

Dal momento che gli OO.EE. concorrenti sono i medesimi del lotto 2, in questa sede i commissari, esaminando la documentazione di offerta, si limitano a verificare quali componenti delle colonne e quali strumenti offerti, fra quelli compresi nel lotto, siano identici a quelli offerti sul lotto 2 (i quali pertanto, purchè a parità di specifiche tecniche richieste dal Capitolato, non richiederanno un ulteriore approfondimento rispetto a quanto già visto e valutato nel corso delle precedenti sedute).

Così operando viene appurata l'identità delle tecnologie offerte dalle 3 ditte concorrenti per i seguenti prodotti del Capitolato:

A. del sub-lotto A:


- le **colonne**, in tutte le componenti messe a gara (peraltro, per il lotto 3, il videoprocessore deve avere la funzione di bioendoscopia - enfattizzazione del pattern vascolare - mentre non viene richiesta anche quella "di magnificazione per studio della mucosa e della vascolarizzazione");
- il **videogastroscoPIO diagnostico** (stesso strumento già offerto per lo strumento n. 1 del sub-lotto A del lotto 2);
- il **videocolonscoPIO corto diagnostico** (stesso strumento già offerto per lo strumento n. 5 del sub-lotto A del lotto 2);
- il **videocolonscoPIO corto operativo** (stesso strumento già offerto per lo strumento n. 6 del sub-lotto A del lotto 2);
- il **videogastroscoPIO operativo canale da 3,7 mm** (stesso strumento già offerto per lo strumento n. 3 del sub-lotto A del lotto 2);
- il **videoduodenoscoPIO** (stesso strumento già offerto per lo strumento n. 3 del sub-lotto A del lotto 10);
- il **videoenteroscoPIO a doppio o singolo pallone** (stesso strumento già offerto per lo strumento n. 11 del sub-lotto A del lotto 10).

B. del sub-lotto B (solamente per le ditte Fujifilm Italia S.p.A. e Olympus Italia Srl) anche la **piattaforma videoecoendoscopica**, in tutte le componenti messe a gara. La Ditta Pentax Italia S.r.l. ha presentato invece un diverso modello di ecografo Arietta (il 750).

Viene altresì verificato che:

- a. per lo strumento n. 2 del sub-lotto A) (**videogastroscoPIO diagnostico ultra sottile**) le ditte hanno offerto lo stesso strumento da sé medesime offerto per lo strumento n. 2 del sub-lotto A) del lotto 2 (**videogastroscoPIO sottile**), ma le specifiche del Capitolato sono differenti fra un lotto e l'altro, pertanto si richiede una verifica di conformità tecnica di quanto offerto per il lotto 3, alla luce dei requisiti specifici previsti per tale lotto;
- b. lo stesso discorso dicasi nel caso dello strumento n. 1 del sub-lotto B del lotto 3 (il **videoecoendoscoPIO a scansione lineare di ultima generazione**);
- c. rispetto allo strumento opzionale del sub-lotto A) n. 7.1 "VIDEOENTEROSCOPIO A PALLONE SINGOLO" (strumentazione non richiesta a pena di esclusione e soggetta a quotazione economica separata), solo la ditta Olympus Italia Srl ha formulato un'offerta presentando, peraltro, il medesimo strumento già offerto per lo strumento n. 7.

Alle 17:20 viene conclusa la riunione odierna. La prossima riunione viene fissata per il giorno 23/11/2022, con inizio lavori sempre dalle 14:30. In quella sede la Commissione giudicatrice si dedicherà, pertanto, a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti dalle 3 ditte Concorrenti sul lotto 3 ai requisiti del Capitolato:



- a) quando quest'ultimi differiscono da quelli previsti per il lotto 2;
- b) ovvero, come nel caso della piattaforma videoecoendoscopica della ditta Pentax Italia S.r.l., per i prodotti offerti, sul lotto 3, che siano diversi da quelli già offerti sul lotto 2.

Il presente verbale è trattenuto agli atti del procedimento dal Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 09/11/2022

Per la Commissione giudicatrice:

Presidente

Dott. Andrea PARODI

Componente

Dott. Maurizio SCHENONE

Componente

Dott.ssa Emanuela BARISIONE

Componente

Ing. Antonio MASIA

Componente

Sig. Alessandro COSOLITO

Per il Seggio di gara:

Componente/Segretario

Dott. Enrico MANZONE

