



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Responsabile del procedimento:

Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/5488536

e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente:

Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/5488542

e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0507473
del 15/07/2022

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di indire una procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sin.Tel, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari e presidi medicali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, esercitabile d'anno in anno). IV Edizione.

Risposte ai contributi degli Operatori Economici

Quesito n. 1

Lotto 7, Sublotto A, Comodino bifronte con tavolino servitore

La richiesta di un cassetto con vassoio interno in ABS, (ABS è un comune polimero termoplastico utilizzato per creare materiali leggeri e rigidi) può essere sostituita con interno in materiale legnoso in quanto garantisce comunque la leggerezza e la resistenza ed è possibile lavarlo in egual modo.

A sua volta anche il piano servitore in materiale plastico, può essere sostituito in legno, in quanto garantisce allo stesso modo, di essere lavato e disinfettato. Inoltre anche in questo caso risulta essere antigraffio e antimacchia, resistente al calore e con bordino di contenimento.

Andiamo a soddisfare ogni altro requisito definito minimo di partecipazione.

Risposta

Si conferma il Capitolato tecnico per ragioni di migliore facilità di sanificazione.

Quesito n. 2

in riferimento alla richiesta a margine indicata, con la presente comunichiamo il nostro interesse a partecipare ai seguenti lotti:

LOTTO	DESCRIZIONE
1	Lettino da visita base
2	Lettino da visita ginecologico
3	Lettino da visita per fisioterapia
5	Poltrona prelievo Day Hospital
6	Piantana portaflebo

In merito ai lotti suindicati, formuliamo i seguenti contributi:

Lotto 1: le richieste riportate nel Capitolato Tecnico sono in linea con le caratteristiche di base dei prodotti presenti sul mercato;

Lotto 2: la richiesta al punto 8 ovvero "piani imbottiti estraibili" è di solito riferita ad un prodotto specialistico destinato all'ambito chirurgico; vogliate cortesemente specificare se questa richiesta è limitata alla sezione gambe; suggeriamo invece una caratteristica aggiuntiva utile per la tipologia di prodotto: rotazione di 180° della seduta;

Lotto 3: mancano le indicazioni delle modalità di attivazione del comando elettrico: pedale, pulsantiera, perimentrale?

Lotto 5: le richieste riportate nel Capitolato Tecnico sono in linea con le caratteristiche di base dei prodotti presenti sul mercato;

Lotto 6: la richiesta al punto 3 ovvero "5 ruote antistatiche" per una piantana portaflebo è a nostro parere poco conveniente; suggeriamo di ridurre il numero delle ruote antistatiche a 2.

Relativamente al discorso della **campionatura in visione**: suggeriamo di estendere il periodo di preavviso ad almeno 30 gg., a causa dell'attuale situazione critica del mercato, della disponibilità discontinua delle merci e delle tempistiche dei trasporti che si sono notevolmente rallentate.

Infine ricordiamo per la futura gara di **inserire le clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara** ai sensi dell'Articolo 29 del DL 4/2022 "Sostegni-ter".

Risposta

Lotto 2: Si espunge l'aggettivo "estraibili". Per il resto si conferma il Capitolo Tecnico.

Lotto 3: Si conferma il Capitolato Tecnico, che garantisce la massima libertà d'offerta.

Lotto 5: Si corregge il Capitolato Tecnico: "almeno due ruote antistatiche".

Per quanto riguarda la Campionatura si rettifica da almeno 10 gg ad almeno 15 gg.

Quesito n. 3

Lettino da visita base

- si chiede di aumentare il range di regolazione dell'altezza (es. da 50 a 95 cm)
- si chiede di specificare se lo schienale debba essere regolato tramite molla a gas o tramite attuatore elettrico. Ognuno dei sistemi ha un costo differente che si riflette inevitabilmente sul costo finale proposto.

OSSERVAZIONI

- si fa presente che deve essere specificato un sistema su cui il lettino debba poggiare. Sugeriamo la proposta classica standard con base su due ruote da diam. 100 mm e due piedi. Questa soluzione garantisce una portata elevata e una maggiore stabilità strutturale
- è possibile inoltre offrire il lettino da visita con trendelenburg elettrico 0-15° (possibile alternativa)

Risposta

Il Capitolato prevede massima libertà di offerta tra le nuove opzioni proposte.

Per quanto riguarda la presenza di ruote vengono messe viene incrementata la premialità sulle 4 ruote (da punti 4 a punti a 10).

Quesito n. 4

LOTTO 2: LETTINO GINECOLOGICO

PROPOSTE

- si chiede di rivedere il range di regolazione dell'altezza (es. da 50 a 95 cm)
- si chiede di inserire il range del trendelenburg elettrico (es. 0-15°)
- si chiede di dare la possibilità di poter offrire un lettino con struttura sempre a 3 sezioni ma con doppio schienale



OSSERVAZIONI:

- il comando pedaliera elettrica permette di agire solo su sulla variazione elettrica del piano (su-giù). Tutte le normali regolazioni vengono effettuate tramite pulsantiera a filo.
 - andrebbe specificato il sistema su cui il lettino debba poggiare. Per tale configurazione sarebbe adatto il classico sistema con base su 2 ruote diam. 100 mm e 2 piedi.
- Trattandosi di ausilio che si presuppone andrà collocato in una stanza o ambulatorio visite o altro e che difficilmente verrà spostato, tanto più che da capitolato è prevista la presenza di un predellino a 2 gradini, è sconsigliato l'utilizzo di sistema a 4 ruote piroettanti con freno.

Risposta

Il Capitolato prevede ampia varietà di possibilità di offerta tra le opzioni già proposte e quelle di nuovo inserimento. Proposte e osservazioni non vengono accolte.

Quesito n. 5**LOTTO 5: POLTRONA PRELIEVO DAY HOSPITAL****PROPOSTE**

- si chiede di rivedere il range di regolazione dell'altezza (es. da 52 a 85 cm)
- si chiede di poter offrire soluzione di movimentazione equivalente: per questa tipologia di ausilio si propone base su 4 ruote piroettanti gemellate. Ruote diam. 100 mm con freno integrale
- si chiede di inserire il range del trendeleburg elettrico (es. 0-15°)

OSSERVAZIONI:

- Per questa tipologia di ausilio andrebbe specificato un grado di isolamento elettrico dei motori. (Es. non inferiore a IP44)
 - Si chiede di fare chiarezza sugli accessori da quotare a parte, anche mediante l'utilizzo di materiale fotografico e/o illustrativo.
- Generalmente su una poltrona prelievo/terapia/infusione gli accessori richiesti sono:
- asta portaflebo
 - rotolo portalenzuolini
 - in alternativa al braccio orientabile per accessori, sull'asta portaflebo è possibile montare direttamente un morsetto con supporto per bacinella inox (soluzione equivalente)

Risposta

Si conferma Capitolato Tecnico nella sua massima apertura alla concorrenzialità.

Quesito n. 6

PER TUTTI I LOTTI:

PROPOSTE

- si chiede la possibilità di dare una congrua tempistica di consegna: non inferiore ad almeno 30 gg.
- si chiede di ottenere una congrua ed equa base d'asta per ogni singolo lotto. Tale richiesta è motivata dal fatto che:
 - la fornitura avrà durata contrattuale di 36 mesi (più opzione per ulteriore rinnovo di due anni)
 - la situazione attuale pandemica che stiamo attraversando ha portato ad un consistente aumento dei listini, delle materie prime di fabbricazione, costi dei trasporti, costi dei porti, aumento del costo dell'energia. Tutto ciò si è tradotto di un aumento medio del 30 - 35%. Non riusciremo a prevedere la situazione futura da qui a 36 mesi (e ulteriori due anni opzionali). Diventerà sempre più difficile mantenere una offerta valida per 36 mesi e oltre. Si chiede pertanto l'inserimento di una clausola, che eventualmente, qualora si presentino rincari tali da non poter più sostenere il prezzo proposto, che permetta poter negoziare il prezzo offerto (entro un certo margine stabilito dalla Stazione Appaltante) senza aggravii o penali per l'Operatore Economico.

Risposta

Si conferma il capitolato. Per la consegna si prevedono 30 gg dall'ordine, salvo urgenze.

Viene prevista una clausola di revisione prezzi in applicazione art. 1664 C.C.

Quesito n. 7

LOTTO 5

Chiediamo possano essere riviste alcune indicazioni per poter ampliare le possibilità di partecipazione.

I braccioli potrebbero essere richiesti anziché "estraibili", ruotabili verso l'esterno senza essere necessariamente rimossi.

In alternativa al "porta sacchetti urine" chiediamo sia possibile prevedere una generica "barra di supporto" dove sia possibile agganciare anche un sacchetto urine.

Il "braccio orientabile per fissaggio bacinella/portaflbe con vite di fissaggio" riteniamo sia esclusiva di pochi e una ripetizione di quanto già chiesto all'interno dell'elenco degli accessori.

Risposta

Si inserisce al punto 5 (braccioli): "e/o ruotabili".

Si inserisce al punto 11 "porta-sacchetti urine o barra porta-sacchetti urine".

Al punto 11 si espunge dal sistema di fissaggio. "comprensivo di vite per il fissaggio, rosette e dado autobloccante"

Quesito n. 8

LOTTO 7

Chiediamo possano essere riviste alcune indicazioni per poter ampliare le possibilità di partecipazione.

In merito al comodino, chiediamo si possa considerare un materiale del piano superiore alternativo al "laminato stratificato", magari genericamente in materiale plastico come la scocca.

In merito all'armadio degenza, chiediamo possa essere considerata alternativamente alla struttura in lamiera rivestita con pannelli in laminato stratificato anche una struttura realizzata con pannellature in bilaminato e ante in MDF rivestite in materiale plastico.

In merito al tavolo degenza, chiediamo possa essere considerato alternativamente al bilaminato plastico anche le pannellature in MDF rivestite in materiale plastico.

Risposta

Si accetta la proposta e si integra il Capitolato prevedendo i materiali alternativi da Voi proposti.

Quesito n. 9

LOTTO 2

5. Il processo di cromatura è altamente inquinante. Riteniamo più idonea la struttura in tubolari di acciaio verniciato con polveri termoindurenti.

9. La vaschetta raccogli liquidi può essere rettangolare?

17. Se l'altezza minima del piano è tale da consentire un agevole accesso della paziente tale requisito può intendersi superato?

Risposta

5. Si conferma capitolato che ammette già verniciatura.

9. Si integra il Capitolato prevedendo "o forma con superficie equivalente".

17. Si espunge la richiesta di pedana regolabile o scaletta integrata.

Quesito n. 10

LOTTO 5

11. Il tavolinetto servitore deve essere integrato o separato alla poltrona?

Si invita a precisare se la sezione gambe della poltrona è desiderata a 90° gradi rispetto al pavimento (in questo caso la sezione gambe risulterà essere necessariamente corta) oppure a 45° rispetto al pavimento (in questo caso la sezione gambe risulterà essere adeguatamente lunga e quindi utile per meglio accomodare pazienti di ogni statura).

Risposta

11. Trattasi di accessorio.

Si conferma il Capitolato tecnico nel suo tenore generale.

Quesito n. 11

Siamo in ultimo a chiedere se sarà consentita “equivalenza funzionale” ai requisiti tecnici richiesti, ai sensi dell’art. 68 comma 4, comma 6, comma 7 e comma 8 e dell’art. 170 comma 2, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Risposta

E’ già prevista dal Codice dei Contratti pubblici.

Quesito n. 12

LOTTO 2 LETTINO GINECOLOGICO	
Caratteristiche obbligatorie	Quesiti/osservazioni
1. Lettino da visita a 3 sezioni e 2 snodi	/
2. Altezza regolabile elettricamente a pedale da cm 70 a cm 100	Per "a pedale" si intende "pedaliera elettrica per il comando tramite piedi dell'altezza variabile del piano di coricamento"?
3. Pedaliera per controllo posizioni facilmente asportabile	Per "Pedaliera per controllo posizioni" si intende "pedaliera elettrica per il comando tramite piedi dell'altezza variabile del piano di coricamento"? "Facilmente asportabile" trattasi di refuso? La pedaliera è collegata all'impianto elettrico del lettino mediante filo elettrico.
4. Regolazione elettrica della posizione di Trendelenburg	/
5. Struttura in tubolare di acciaio cromato o verniciato o lega metallica leggera	/

6. Schienale inclinabile elettricamente fino alla posizione orizzontale e regolabile da ambo i lati del lettino	Lo schienale è regolabile mediante motore elettrico comandato da pulsantiera a filo spiralato.
7. Piano seduta con incavo	/
8. Piani imbottiti estraibili e rivestiti in materiale idrorepellente, ignifugo (Classe di reazione al fuoco 1 IM), facilmente lavabile e disinfettabile	"Estraibili", trattasi di refuso?
9. Dotato di vaschetta raccogli liquidi in acciaio inox estraibile diametro 32 cm circa	/
10. Sezione gambe ripiegabile o estraibile	/
11. Dotato di sezione poggiatesta	La "sezione poggiatesta" è lo schienale?
12. Dotato di coppia reggi coscia regolabili, rivestiti in materiale idrorepellente, ignifugo classe 1 IM, lavabili e disinfettabili	/
13. Dotato di maniglie per la paziente	/
14. Dotato di portarotolo realizzato in acciaio cromato o verniciato o in lega metallica	/
15. Capacità di carico non inferiore a 180 Kg	/
16. Dimensioni indicative cm 190x60 cm	/
17. Pedana regolabile e/o scaletta (integrate) a n. 2 gradini	Va bene offrire una scaletta a 2 gradini non integrata al lettino?
18. Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura	/
19. Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori	/
20. Possibilità di scelta del colore	/

Risposta

Punto 2. Si conferma il Capitolato tecnico. Si aggiunge il termine “Circa”

Punto 3. Viene eliminato il punto 3.

Punto 6. Si conferma il Capitolato tecnico.

Punto 8. E' stato eliminato il termine “estraibili” dal Capitolato Tecnico.

Punto 11. La sezione poggiatesta viene ora prevista nelle caratteristiche premiali.

17. Si espunge la richiesta di pedana regolabile o scaletta integrata.

Quesito n. 13

SUB B) ARMADIO (MODULO DA 1 ANTA)	
Caratteristiche obbligatorie	Quesiti/osservazioni
1. Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polvere atossica ed ecologica, rivestita con pannelli in laminato stratificato antigraffio, antimacchia, facilmente lavabile e disinfettabile, munita di anta con bordatura perimetrale in ABS, dotata di cerniere con apertura a 110°, maniglia in plastica morbida atraumatica, con serratura indipendente a cilindro con doppia chiave	Di solito le strutture e i ripiani sono realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossipoliesteri o con pannelli di particelle di legno con finitura melaminica.
2. Emissione di formaldeide <3,5 mg/m ² x h Norma UNI EN 717.2	/
3. Privo di spigoli vivi	/
4. Gambe di acciaio con piedini regolabili in materiale antiscivolo e resistente all'usura trattati anticorrosione	/
5. Interno dell'armadio corredato da 1 ripiano in alto e da 1 ripiano e 1 cassetto in basso	/
6. Asta appendiabiti e 2 appendiabiti in dotazione non estraibili	/

7. Dimensioni indicative dell'armadio: 50 x 50 x 180 cm. (L x P x H)	/
8. Possibilità di scelta del colore	/

Risposta

Si veda risposta a quesito n. 8

Quesito n. 14

SUB D) TAVOLINO	
Caratteristiche obbligatorie	Quesiti/osservazioni
1. Piano in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico antigraffio facilmente lavabile e disinfettabile	/
2. Bordo perimetrale in PVC, flessibile, a sezione arrotondata	Il bordo PVC è ormai obsoleto, si consiglia bordo ABS con angoli raggiati.
3. Gambe in acciaio cromato o verniciato, tappi in gomma alla base	/
4. Dimensioni indicative	/
5. 50/60 x 60 x 78 cm (L x P x H)	/
6. 90/95 x 55/60 x 78 cm (L x P x H)	/
7. Possibilità di altre dimensioni secondo necessità	/
8. Possibilità di scelta del colore	/

Risposta

Si integra il Capitolato con PVC/ABS (o equivalenti). Per il resto si conferma il Capitolato.

Quesito n. 15

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 2 - LETTINO GINECOLOGICO (pag. 4 Capitolato tecnico)

Punto 3. La pedaliera per il controllo delle posizioni è collegata a filo e non è facilmente asportabile ma è facilmente sanificabile ed ergonomica e non rappresenta un ostacolo per l'accesso alla paziente.

Punto 13. Dotato di maniglie per la paziente. La nostra poltrona ginecologica non è dotata di maniglie per la paziente, le quali sono invece una caratteristica essenziale delle poltrone parto,

anche se, possono essere utilizzate come tali le strutture laterali dei poggia gambe. Chiediamo quindi di rimuovere questa caratteristica inserendola eventualmente, se ritenuta utile, nella valutazione a punteggio.

Risposta

Punto 3. La pedaliera è stata espunta dai requisiti richiesti.

Punto 13. Il requisito è stato espunto dai requisiti obbligatori. Il lotto si riferisce comunque ad un lettino ginecologicop e non a una portrona.

Quesito n. 16

LOTTO 5 - POLTRONA PRELIEVO DAY HOSPITAL (pag 8 capitolato tecnico)

Punto 11. La poltrona Pura può essere accessoriata con un supporto ripiegabile per asta porta flebo, posizionabile bilateralmente e di tavolinetto servitore. Tale supporto ripiegabile non è compatibile con altri accessori, fatta eccezione per l'asta portaflebo.

Risposta

Si conferma Capitolato tecnico.

Quesito n. 17

Specifiche tecniche dei lotti individuati:

Lotto 7 arredi per cameretta da degenza

SUB A) nulla da specificare

SUB B) per l'armadio è da intendersi struttura in acciaio verniciato ed anta in truciolare laminato?

SUB C) nulla da specificare

SUB D) per il bordo del comodino è possibile proporre un bordo in ABS stondato più resistente del bordo in PVC?

Risposta

Sub B Vedi risposta quesito n. 8.

Sub D Vedi risposta quesito n. 14.

Quesito n. 18

LOTTO	DESCRIZIONE	QUESITI/OSSERVAZIONI/PROPOSTE
1	Lettino da visita base	<ul style="list-style-type: none">• Specificare se l'asta deve essere integrata nel lettino oppure se l'asta può essere un dispositivo separato su ruote.• Sugeriamo di prevedere un punteggio anche per le varianti di colore.
2	Lettino da visita ginecologico	<ul style="list-style-type: none">• Specificare se per lettino può intendersi anche una poltrona di tipo ginecologico che comunque assume posizione orizzontale (a titolo esemplificativo vedere foto). <div><div>Posizione di Trendelenburg </div><div>Movimento di elevazione H seduta 52-92 cm </div><div>Inclinazione schienale e poggiamambe 0-85° 0-107° </div></div>

Risposta

Lotto 1. Si conferma Capitolato.

Lotto 2. Il lotto si riferisce comunque ad un lettino ginecologico, non una poltrona.

Si vedano risposte ai quesiti n. 2,9, 12 relativi al lettino ginecologico.

Quesito n. 19

ISO 9001 = ISO 13485

		<ul style="list-style-type: none">• Specificare se anche lo schienale deve essere regolabile elettricamente oppure se non è indispensabile.• Chiarire meglio cosa si intende per piani estraibili (punto 8 c.t.) e lo scopo di tale richiesta. Generalmente tutti i piani sono smontabili (togliendo viti e bulloni). La richiesta è forse riconducibile al fatto di poter meglio igienizzare i piani? In tal caso la sanificazione può avvenire in maniera semplice anche con i piani fissati alla struttura.• Proponiamo di togliere l'indicazione delle misure della vaschetta raccogli liquidi (punto 9 c.t.), in alcuni lettini ginecologici può anche essere di forma rettangolare o quadrata, pur mantenendo la stessa funzione.• Proponiamo di accettare anche predellini NON integrati nella struttura (punto 17 c.t.)• Chiediamo di meglio specificare cosa intendete per "maniglie" per paziente (punto 13 c.t), considerando che non si tratta di un letto ma di un lettino ginecologico e che generalmente ne sono sprovvisti. A meno che non accettiate poltrone di tipo ginecologico e nel qual caso le maniglie potrebbero essere riconducibili ai braccioli. (vedere foto sopra) oppure a delle sponde.• Sugeriamo di prevedere un punteggio anche per le varianti di colore.
3	Lettino da visita per fisioterapia	<ul style="list-style-type: none">• Sugeriamo di prevedere un punteggio anche per le varianti di colore.
4	Lettino speciale per fisioterapia/riabilitazione tipo Bobat	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna osservazione da fare
5	Poltrona prelievo Day Hospital	<ul style="list-style-type: none">• Proponiamo di accettare poltrone anche con ruote da circa 7,5 o 10 cm.• Si chiede di voler meglio specificare cosa si intende per "braccio orientabile" per accessori. Facciamo presente che tali tipologia di poltrone non dispongono né di bacinelle inox e né di bracci orientabili che vengono sostituiti da appositi carrelli indipendenti.• Sugeriamo di prevedere un punteggio anche per le varianti di colore.
6	Piantana portaflebo	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna osservazione da fare
7	Arredi per cameretta degenza	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna osservazione da fare
8	Armadietto per spogliatoio	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna osservazione da fare

Risposta

Lotto 3. La possibilità di scelta del colore è già prevista come requisito minimo.

Lotto 5 Si conferma capitolato

Quesito n. 20

CONSIGLIA

Di suddividere la procedura in lotti in base alla categoria.

Risposta

Si conferma Capitolato tecnico.

Quesito n. 21

in relazione al Lotto 6 Vi proponiamo le seguenti proposte/integrazioni:

- Potete dare la possibilità di rispondere anche con un'asta con base antiribaltamento e zavorrata ma di forma circolare e non a 5 razze e il cui basamento zavorrato (peso kg 20) sia dotato di ruote Ø mm 75 autofrenante (dato il peso)?
-
- Per garantire una maggior qualità e durata è possibile inserire che la piantana deve essere realizzata integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304;
 - Per garantire sempre una migliore qualità e funzionalità del dispositivo Vi chiediamo di indicare nella griglia dei parametri qualitativi che il supporto infusioni sia rotante;
 - Sempre per garantire una migliore qualità e funzionalità del dispositivo Vi chiediamo di indicare che l'asta sia realizzata in conformità alla Tecnologia brevettata S.A.F.E. (Sanificazione Facile ed Efficace) che si basa sulla realizzazione di dispositivi dotati di forme e materiali che consentono la migliore sanificabilità;
 - Inoltre Vi segnaliamo che sarebbe opportuno in sede di gara definire ed indicare i locali di destinazione delle piantane.
-

Risposta

Si conferma capitolato tecnico in quanto l'accoglimento delle modifiche richieste può limitare la concorrenza.

Quesito n. 22

Con la presente comunichiamo che, in riferimento all'oggetto, la nostra azienda intende partecipare per il Lotto n° 8 (Armadietti spogliatoio).

Relativamente ad esso, osserviamo quanto segue:

- le caratteristiche tecniche sono idonee, ad eccezione dello spessore della lamiera che standard e' 6/10; il 7/10 e' un fuori standard, di conseguenza il prezzo e' leggermente superiore;
- la durata del contratto di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, esercitabile d'anno in anno), e' in questo momento problematica causa oscillazione del prezzo delle materie prime ed in particolare della lamiera di acciaio, elemento di cui e' interamente costituito l'articolo oggetto di gara. Cio' implica ad offrire un prezzo proiettato in media piu' elevato.

Risposta. Si prevede "maniglia lucchettabile oppure chiusura con chiave": La ditta dovrà quotare entrambe le opzioni.

Quesito n. 23

LOTTO 1 LETTINO DA VISITA BASE

1. Lettino da visita a 2 sezioni 1 snodo, regolabile in altezza
2. Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche
3. Altezza variabile mediante attuatore elettrico gestito tramite **pulsantiera oppure pedaliera**
4. Regolazione altezza da 55 a 90 cm **con tolleranza almeno del 10% +/-**
5. Regolazione schienale con inclinazione da 0° a 60° regolabile con molla a gas azionabile con apposita leva da ambo i lati **oppure elettricamente con pulsantiera**
6. Piani imbottiti e rivestiti in materiale idrorepellente, facilmente lavabili e disinfettabili, ignifughi in Classe 1 IM, con cuciture al di sotto del piano
7. Misure del piano di coricamento cm 200x65 **con tolleranza almeno del 10% +/-**
8. **Presenza di kit ruote piroettanti attivabile con unico comando a pedale per la movimentazione in sicurezza del lettino**
9. Capacità di carico **di lavoro in sicurezza** non inferiore a 180 kg
10. Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
11. **Rispondente al nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici MDR 2017/745**
12. Accessori a corredo:
 - asta porta flebo in acciaio cromato regolabile in altezza e posizionabile da entrambi i lati del lettino
 - supporto per lenzuolino in rotolo
13. **Ampia scelta del colore del rivestimento, almeno 20 tonalità**
14. Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana

Per quanto riguarda i punti di valutazione tecnica proposti a), b), c) non si ravvede alcuna nota da fare, mentre per il punto d) sarebbe opportuno dare una valutazione maggiore nel caso di estensione della garanzia oltre i 24 mesi (più anni di garanzia si concedono e più è sinonimo di qualità di prodotto) mentre la presenza di ruote dovrebbe essere un requisito obbligatorio anche in relazione alla normativa sui luoghi di lavoro inerente lo spostamento dei carichi. Un lettino da visita per quanto semplice ha un peso statico di almeno 60/70 kg che una sola persona, come da normativa, non può sollevare, mentre in presenza di ruote potrebbe movimentare il lettino in totale sicurezza e rispetto delle norme vigenti.

Risposta

Lotto 1. Si conferma capitolato con le modifiche già sopra indicate.

Quesito n. 24

Risposta

LOTTO 2 LETTINO GINECOLOGICO

1. Lettino da visita a 3 sezioni e 2 snodi
2. Altezza regolabile elettricamente a pedale da cm 70 a cm 110 con tolleranza almeno del 10% +/-
3. Pedaliera per controllo posizioni facilmente asportabile
4. Regolazione elettrica della posizione di Trendelenburg
5. Struttura in tubolare di acciaio cromato o verniciato o lega metallica leggera
6. Schienale inclinabile elettricamente fino alla posizione orizzontale e regolabile tramite pulsantiera
7. Piano seduta con incavo
8. Piani imbottiti estraibili e rivestiti in materiale idrorepellente, ignifugo (Classe di reazione al fuoco 1 IM), facilmente lavabile e disinfettabile
9. Dotato di vaschetta raccogli liquidi in acciaio inox estraibile diametro 32 cm circa
10. Sezione gambe ripiegabile o estraibile
11. Dotato di cuscino poggiatesta
12. Dotato di coppia reggi coscia regolabili, rivestiti in materiale idrorepellente, ignifugo classe 1 IM, lavabili e disinfettabili
13. Dotato di maniglie/braccioli per la paziente
14. Dotato di portarotolo realizzato in acciaio cromato o verniciato o in lega metallica
15. Capacità di carico di lavoro in sicurezza non inferiore a 180 Kg
16. Dimensioni indicative cm 190x60 cm con tolleranza almeno del 10% +/-
17. Presenza di kit ruote piroettanti attivabile con unico comando a pedale per la movimentazione in sicurezza del lettino
18. Pedana regolabile e/o scaletta (integrate) a n. 2 gradini
19. Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
20. Rispondente al nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici MDR 2017/745
21. Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori
22. Ampia scelta del colore del rivestimento, almeno 20 tonalità

Per quanto riguarda i punti di valutazione tecnica proposti a), b), c) non si ravvede alcuna nota da fare, mentre per il punto d) sarebbe opportuno dare una valutazione maggiore nel caso di estensione della garanzia oltre i 24 mesi (più anni di garanzia si concedono e più è sinonimo di qualità di prodotto) mentre la presenza di ruote dovrebbe essere un requisito obbligatorio anche in relazione alla normativa sui luoghi di lavoro inerente lo spostamento dei carichi. Un lettino da visita per quanto semplice ha un peso statico di almeno 60/70 kg che una sola persona, come da normativa, non può sollevare, mentre in presenza di ruote potrebbe movimentare il lettino in totale sicurezza e rispetto delle norme vigenti.

Risposta

Lotto 2. Si conferma capitolato tecnico con le modifiche già riportate.

Quesito n. 25

LOTTO 3 LETTINO PER VISITA E TRATTAMENTI PER FISIOTERAPIA

1. Lettino a tre segmenti regolabile in altezza elettricamente mediante pulsantiera o pedaliera
2. Piani imbottiti e rivestiti in materiale idrorepellente, facilmente lavabili e disinfettabili ed ignifughi (Classe di reazione al fuoco 1 IM)
3. Regolazione della testata con molla a gas
4. Foro per la respirazione completo di tappo (indicato per posizione prona)
5. Larghezza minima cm 80 circa
6. Lunghezza cm 195 circa tolleranza almeno del 10% +/-
7. Presenza di kit ruote piroettanti attivabile con unico comando a pedale per la movimentazione in sicurezza del lettino
8. Capacità di carico di lavoro in sicurezza non inferiore a 180 Kg
9. Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
10. Rispondente al nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici MDR 2017/745
11. Ampia scelta del colore del rivestimento, almeno 20 tonalità
12. Dotato di portarotolo realizzato in acciaio cromato o verniciato o in lega metallica
13. Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori

Per quanto riguarda i punti di valutazione tecnica proposti a), b), c) non si ravvede alcuna nota da fare, mentre per il punto d) sarebbe opportuno dare una valutazione maggiore nel caso di estensione della garanzia oltre i 24 mesi (più anni di garanzia si concedono e più è sinonimo di qualità di prodotto).

Risposta

Lotto 3. Si conferma capitolato con le modifiche già sopra indicate.

Quesito n. 26

LOTTO 4 LETTINO SPECIALE PER FISIOTERAPIA/RIABILITAZIONE

SUB A) TIPO BOBATH

1. Lettino a quattro segmenti regolabile in altezza elettricamente mediante pulsantiera
2. Piani imbottiti e rivestiti in materiale idrorepellente, facilmente lavabili e disinfettabili, ignifughi (Classe di reazione al fuoco 1 IM)
3. Schienale regolabile
4. Regolazione della testata con molla a gas
5. Foro per la respirazione completo di tappo (indicato per posizione prona)
6. Larghezza minima cm 100
7. Lunghezza cm 195 circa tolleranza almeno del 10% +/-
8. Presenza di kit ruote piroettanti attivabile con unico comando a pedale per la movimentazione in sicurezza del lettino
9. Capacità di carico di lavoro in sicurezza non inferiore a 150 Kg
10. Ampia scelta del colore del rivestimento, almeno 20 tonalità
11. Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
12. Rispondente al nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici MDR 2017/745
13. Altezza minima da terra 45-47 cm
13. Dotato di portarotolo realizzato in acciaio cromato o verniciato o in lega metallica
14. Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori

Per quanto riguarda i punti di valutazione tecnica proposti a), b), c) non si ravvede alcuna nota da fare, mentre per il punto d) sarebbe opportuno dare una valutazione maggiore nel caso di estensione della garanzia oltre i 24 mesi (più anni di garanzia si concedono e più è sinonimo di qualità di prodotto).

SUB B) LETTINO DA MASSAGGIO

1. Lettino a tre segmenti regolabile in altezza elettricamente
2. Testata regolabile da +70° a -25° mediante pistone idraulico comandato da leva azionabile da entrambi i lati
3. Foro per la respirazione completo di tappo (indicato per posizione prona)
4. Busto e pediera regolabili in più posizioni anch'essi mediante pistoni idraulici comandati da leve
5. Possibilità di assumere la posizione Trendelenburg
6. Lunghezza cm 195 circa tolleranza almeno del 10% +/-
7. Larghezza cm 70 circa tolleranza almeno del 10% +/-
8. Piani imbottiti e rivestiti in materiale idrorepellente, ignifughi (Classe di reazione al fuoco 1 IM) e facilmente lavabili e disinfettabili
9. Capacità di carico di lavoro in sicurezza non inferiore a 180 Kg
10. Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
11. Rispondente al nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici MDR 2017/745
12. Ampia scelta del colore del rivestimento, almeno 20 tonalità
13. Dotato di portarotolo realizzato in acciaio cromato o verniciato o in lega metallica
14. Presenza di kit ruote piroettanti attivabile con unico comando a pedale per la movimentazione in sicurezza del lettino
15. Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori

Per quanto riguarda i punti di valutazione tecnica proposti a), b), c) non si ravvede alcuna nota da fare, mentre per il punto d) sarebbe opportuno dare una valutazione maggiore nel caso di estensione della garanzia oltre i 24 mesi (più anni di garanzia si concedono e più è sinonimo di qualità di prodotto) mentre la presenza di ruote dovrebbe essere un requisito obbligatorio anche in relazione alla normativa sui luoghi di lavoro inerente lo spostamento dei carichi. Un lettino da visita per quanto semplice ha un peso statico di almeno 60/70 kg che una sola persona, come da normativa, non può sollevare, mentre in presenza di ruote potrebbe movimentare il lettino in totale sicurezza e rispetto delle norme vigenti.

Risposta

Tra le caratteristiche premiali sia per i lettini da massaggio sia per il letto tipo Bobath viene aggiunta la presenza di 2 ruote piroettanti.

Risposta quesiti 23, 24, 25, 26

Per i lotti 1,2,3,4, 5 viene prevista come premialità l'estensione oltre 24 mesi della garanzia.