

**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**


**ALLEGATO B**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

***Procedura aperta ai sensi dell'art. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di reti chirurgiche occorrenti alle AA.SS., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo di 36 mesi (+ mesi 12 opzione di proroga).***

Lotti n. 27

**N. gara: 8762860**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura di reti chirurgiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi.

La procedura è suddivisa in 27 lotti, di seguito elencati:

| <b>Lotto</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Criterio Aggiudicazione</b> |
|--------------|--|--------------------------------|
| 1            | RETE PIANA IN POLIPROPILENE  | OEPV                           |
| 2            | RETE PIANA IN POLIPROPILENE TIPO LEGGERO   | OEPV                           |
| 3            | RETE PIANA IN POLIESTERE EXTRALARGE  | OEPV                           |
| 4            | RETE PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE CON PLUG   | OEPV                           |
| 5            | RETE PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE  | OEPV                           |
| 6            | RETE PIANA SEMIASSORBIBILE AUTOAGGANCIANTE   | OEPV                           |
| 7            | RETE PIANA SEMIASSORBIBILE AUTOFISSANTE  | OEPV                           |
| 8            | RETE NON RIASSORBIBILE A CONFORMAZIONE ANATOMICA 3D IN PVDF PER LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE (TIPO ENDOLAP 3D DYNAMESH) | MP                             |
| 9            | RETE NON RIASSORBIBILE A CONFORMAZIONE ANATOMICA 3D PER LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE.                                   | OEPV                           |
| 10           | RETE COMPOSITA PARZIALMENTE RIASSORBIBILE  | OEPV                           |
| 11           | RETE COMPOSITA IN POLIPROPILENE CON BARRIERA ANTIADERENZIALE   | OEPV                           |
| 12           | RETE COMPOSITA IN POLIESTERE CON BARRIERA ANTIADERENZIALE  | OEPV                           |
| 13           | RETE COMPOSITA CON BARRIERA ANTIADERENZIALE ASSORBIBILE E CON TASCA  | OEPV                           |
| 14           | RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE A BREVE TERMINE  | OEPV                           |
| 15           | RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE A MEDIO TERMINE (TIPO....)   | MP                             |
| 16           | RETE NON RIASSORBIBILE PER ERNIA PARASTOMALE   | OEPV                           |
| 17           | IMPIANTO BIOLOGICO CROSSLINKED   | OEPV                           |
| 18           | IMPIANTO BIOLOGICO NON CROSSLINKED   | OEPV                           |
| 19           | RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE A LUNGO TERMINE (TIPO....)   | MP                             |
| 20           | PROTESI LAPAROCELE OPEN/VIDEOLAPAROSCOPIA  | OEPV                           |
| 21           | PROTESI LAPAROCELE OPEN/VIDEOLAPAROSCOPIA COMPOSITA (TIPO SYNECOR GORE)  | MP                             |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

|    |   |      |
|----|---|------|
| 22 | RETE PIANA NON RIASSORBIBILE PER CAMPI AD ALTO RISCHIO DI CONTATTO CON I VISCERI PER LA RICOSTRUZIONE COMPLESSA DEI DIFETTI DELLA PARETE ADDOMINALE IN PVDF (TIPO CICAT DYNAMESH) | MP   |
| 23 | SISTEMA DI FISSAGGIO PERMANENTE   | OEPV |
| 24 | SISTEMA DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE  | OEPV |
| 25 | SISTEMA DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE, ARTICOLATO  | OEPV |
| 26 | SISTEMA DI FISSAGGIO OPEN E LAPAROSCOPICO CHIMICO ATRAUMATICO A BASE DI CIANOACRILATO PER USO EXTRAPERITONEALE  | OEPV |
| 27 | SISTEMA DI FISSAGGIO OPEN E LAPAROSCOPICO ATRAUMATICO A BASE DI COLLA DI FIBRINA PER USO INTRA ED EXTRA PERITONEALE   | OEPV |

***Art. 2 – Caratteristiche generali dei prodotti***

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Dovranno essere garantite, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione dei dispositivi nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute e la conformità dei dispositivi alle norme legislative, regolamentari, tecniche disciplinanti le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

In particolare, tutti i sistemi, di seguito descritti, dovranno essere marcati CE secondo il Regolamento (UE) 2017/745 del 5.4.2017 relativo ai Dispositivi medici. A tal fine la Ditta dovrà presentare copia della certificazione CE con relativo numero di registrazione. A decorrere dal 28.5.2025 i dispositivi utilizzati dovranno obbligatoriamente essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745. Potrà essere richiesta agli Operatori economici, in qualunque fase della procedura di gara, la presentazione di opportuna documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.


Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull'imballaggio esterno, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo: nome commerciale del prodotto, descrizione, dimensioni e materiali, nome ed indirizzo dell'officina di produzione, data e numero del lotto di produzione).

Dovranno contenere la dicitura "sterile, monouso", data di scadenza/validità del prodotto.

Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire, a richiesta, le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle eventuali analisi chimico-fisiche previste dalla normativa.

I prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

Gli articoli devono essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio. **Le confezioni dei prodotti devono essere singole, monouso, sterili e apirogene.**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

***Art. 3 – Criterio di aggiudicazione della fornitura***

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per singolo lotto, come specificato nel presente capitolato.

La fornitura sarà aggiudicata

- per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 con le modalità di cui all'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo
- per i lotti 8, 15, 19, 21, 22 secondo il criterio del prezzo più basso.

**La soglia minima punteggio qualità è fissata in punti 36 grezzi su 70 totali, per tutti i lotti.**

**Un medesimo prodotto potrà risultare aggiudicatario in uno e un solo lotto e sarà escluso dalle altre graduatorie in cui eventualmente risultasse aggiudicatario.**

La scelta della ditta aggiudicataria sarà effettuata motivatamente da parte della Centrale in base al criterio di convenienza economica, sulle risultanze del confronto simultaneo di tutte le offerte ricevute.

**Per i lotti 5, 7, 10, 12, 17, 18 saranno ritenute ammissibili le offerte che comprendano il numero minimo di riferimenti indicati nelle schede prestazionali di lotto di cui al successivo art. 7.**

Per i lotti 12, 17, 18 per i riferimenti eventualmente mancanti nell'offerta economica, purché sia comunque presente il numero di riferimenti minimi previsti di cui al periodo precedente, al fine della determinazione dell'importo offerto complessivo per il lotto stesso e della comparabilità delle offerte, sarà utilizzato come prezzo di riferimento per ogni singolo prodotto mancante quello più alto offerto dalla concorrenza in gara.

Nel caso in cui sia stata presentata e/o valutata idonea un'unica offerta con il riferimento richiesto, tale prezzo di riferimento ai fini della valutazione economica globale sarà aumentato del 10%.

Per detti lotti il valore della scheda offerta economica presentata dal singolo concorrente, mancante della totalità dei riferimenti, sarà rideterminato per i riferimenti mancanti come sopra specificato.

***Art. 4 - Esecuzione del contratto. Adeguamento dei prezzi ad eventuali aggiudicazioni CONSIP. Decorrenza delle convenzioni.***

Ogni AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS potrà in ogni momento acquistare alle stesse condizioni di gara tutta la gamma dei prodotti aggiudicati anche se al momento dell'indizione e/o aggiudicazione della gara non rientravano tra i fabbisogni stimati inizialmente dall'Azienda, previa autorizzazione della SUAR nell'ambito della disponibilità di cui all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui, nel primo biennio di vigenza della Convenzione, le ditte aggiudicatrici della procedura, per i prodotti offerti ed aggiudicati nella procedura Regione Liguria-SUAR, abbiano stipulato con CONSIP contratti a condizione migliorativa, esse sono tenute a modificare le condizioni economiche uniformandosi alle condizioni CONSIP.



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

L'obbligo di cui al comma precedente decorre trascorsi 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta di Regione Liguria SUAR. In caso di mancato adeguamento, è facoltà di Regione Liguria-SUAR esercitare opzione di recesso senza indennizzo, procedendo ad incamerare la cauzione definitiva.

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si verificano aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo contrattualizzato, Regione Liguria- SUAR previa adeguata istruttoria può riconoscere una revisione del prezzo medesimo .

La revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, L. 28/12/20015, n. 208.

In caso di revisione chiesta dall'Appaltatore l'adeguamento decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

**Per i lotti 12, 19, 20, 26 le convenzioni avranno durata di mesi 36 e decorreranno dall'anno 2024, in quanto sono già attive convenzioni di fornitura fino a quella data.**

***Art. 5 – Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche***


Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, saranno considerate le pubblicazioni (per esteso o abstract) pubblicate su riviste censite da Index Medicus e da Medline con Impact Factor maggiore o uguale a 2 riguardanti l'utilizzo nell'uomo delle reti chirurgiche offerte in gara. Sono ammessi anche gli abstract a condizione che dai medesimi siano evincibili gli elementi minimi per effettuare la valutazione (es.: nome commerciale del dispositivo, attinenza dello studio).

Saranno considerati un massimo di 10 studi con data di pubblicazione (anche on-line) nel 2000 o posteriore. Dovranno essere allegate le singole pubblicazioni ed un elenco riepilogativo con il titolo di tutte le pubblicazioni (all'interno del modello M5 bis), la rivista di pubblicazione, data di pubblicazione, impact factor della rivista alla data della pubblicazione.

Il punteggio sarà calcolato attribuendo ad ogni studio il valore grezzo di IF della rivista di pubblicazione alla data di pubblicazione. Al valore grezzo cumulativo massimo riportato tra gli offerenti, ottenuto sommando i valori dei singoli studi, sarà riconosciuto il punteggio massimo previsto per l'item. Ai concorrenti con valori grezzi cumulativi inferiori i relativi punteggi saranno calcolati in misura proporzionale.

***Art. 6 - Modalità di formulazione dei giudizi concernenti i criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili***

| TABELLA   |   |              |
|---|---|--------------|
| GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO |   | Coefficiente |
| Accettabile                                     | rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo | Da 0,1 a 0,3 |
| Discreto  | rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti                           | Da 0,4 a 0,5 |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

|        |  |                     |
|--------|--|---------------------|
| Buono  | <i>rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo</i> | <i>Da 0,6 a 0,8</i> |
| Ottimo | <i>ampiamente superiore ai requisiti</i>   | <i>Da 0,9 a 1,0</i> |

Di seguito sono riportate, per ciascun lotto, le caratteristiche essenziali e quelle soggette a valutazione dei prodotti in gara, con indicazione, per queste ultime, dei punteggi da assegnare.

***Art. 7 - Campionature e Specifiche tecnico-prestazionali dei lotti***

Le Ditte Offerenti saranno tenute a inviare a Regione Liguria- SUAR una campionatura di n. tre pezzi per ogni lotto (solo per la misura mediana prevista nel capitolato) per effettuare le valutazioni di qualità.

Le specifiche tecnico-prestazionali dei lotti sono di seguito riportate.



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

1 ° GRUPPO: RETI A DESTINAZIONE D'USO EXTRAPERITONEALE



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 1**

**RETE PIANA IN POLIPROPILENE**

**Dispositivo destinato all'utilizzo nei difetti primitivi e secondari della parete addominale. La rete in polipropilene monofilamento deve avere un peso di  $g \geq 80 /m^2$ .**

**La Ditta deve fornire almeno le seguenti misure:**

**MISURA PICCOLA CM 7 X 11      (+ 10%)**  
**MISURA MEDIA CM 15 X 15      (+ 20%)**  
**MISURA GRANDE CM 30 X 30      ( ± 20%)**  
**MISURA EXTRA LARGE CM 42 X 50      (+ 20 %)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br><br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-----------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br><br>ampiezza pori in micron - classificazione<br><br>KLINGE)                       | 20                    | Q3*   |
| 2. Ampiezza di gamma (forme, misure, etc.)   | 20                    | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br><br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br><br>di tracciabilità) | 10                    | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                    | Q1 (secondo le modalità<br><br>riportate all' art. 5 del<br><br>Capitolato Tecnico) |





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 2**

**RETE PIANA IN POLIPROPILENE TIPO LEGGERO**

**Dispositivo destinato all'utilizzo nei difetti primitivi e secondari della parete addominale. La rete in polipropilene monofilamento deve essere piana e senza foro, deve avere un peso compreso tra 30 - 50 g /m<sup>2</sup>.**

**La Ditta deve fornire almeno le seguenti misure:**

**MISURA PICCOLA CM 7 X 11-15 (+ 10%)**

**MISURA MEDIA CM 15 X 15 (±20%)**

**MISURA GRANDE CM 30 X 30 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                       | 20                | Q3*   |
| 2. Ampiezza di gamma (forme, misure, etc.)   | 20                | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 3**

**RETE PIANA IN POLIESTERE EXTRA LARGE**

**Dispositivo in poliestere destinato all'utilizzo nei difetti secondari necessitanti una ricostruzione complessa della parete addominale.**

**La Ditta deve fornire la seguente misura:**

**MISURA EXTRA LARGE CM 40 X 50 (+ 25 %)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 5. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                       | 20                | Q3*   |
| 6. Ampiezza di gamma (forme, misure, etc.)   | 20                | Q3*   |
| 7. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 8. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 4**


**RETE PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE CON PLUG**

Dispositivo destinato all'utilizzo nei difetti primitivi e secondari della parete addominale. Costituito da plug tridimensionale e da rete piana preformata e solo rete piana, entrambi i componenti sono costituiti da materiale sintetico non riassorbibile, monofilamento polipropilene, e fibre monofilamento sintetico riassorbibile. La rete piana deve avere un peso iniziale compreso tra 70 e 85 g/m<sup>2</sup> ed un peso finale dopo assorbimento tra 25 e 40 g/m<sup>2</sup>.

**La Ditta deve fornire almeno la seguente misura:**

**RETE PREFORMATA CM 12 X 7.5 (±20%) CON PLUG**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                       | 20                | Q3*   |
| 2. Ampiezza di gamma   | 20                | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 5**

**RETE PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE**

**(tipo ultrapro, hybrid mesh)**

Dispositivo destinato all'utilizzo nei difetti primitivi e secondari della parete addominale. Costituito da rete piana. I componenti sono costituiti da materiale sintetico non riassorbibile (monofilamento in polipropilene) e fibre sintetiche riassorbibili. La rete piana deve avere un peso iniziale compreso tra 70 e 85 g/m<sup>2</sup> ed un peso finale dopo assorbimento tra 20 e 40 g/m<sup>2</sup>.

**La Ditta deve fornire almeno tre delle seguenti misure:**

**RETE PIANA MISURA CM 6 X 10 (+ 20%)**  
**RETE PIANA MISURA CM 15 X 10 (+ 20%)**  
**RETE PIANA MISURA CM 15 X 15 (+ 20%)**  
**RETE PIANA MISURA CM 30 X 30 (+ 20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                       | 20                | Q3*   |
| 2. Ampiezza di gamma   | 20                | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 6**

**RETE PIANA SEMIASSORBIBILE AUTOAGGANCIANTE**


**(tipo progrip)**

**Protesi semi-assorbibile destinata all'utilizzo nei difetti primitivi e secondari della parete addominale. Costituita da filamenti di polipropilene o poliestere e monofilamenti in materiale sintetico a medio/lungo assorbimento, tempo compreso tra 3-12 mesi. Il materiale di composizione è lavorato assieme, deve avere un peso iniziale compreso tra 70 e 85 g/m<sup>2</sup> ed un peso finale dopo assorbimento tra 25 e 40g/m<sup>2</sup>.**

**La Ditta deve fornire almeno le seguenti misure.**

**Misura CM 15 x 10    (+ 20%)**  
**Misura CM 15 X 15    (± 20%)**  
**Misura CM 15 X 20    (± 20%)**  
**Misura CM 15 X 30    ( ±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza    pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                    | 20                | Q3* DA VERIFICARE   |
| 2. Ampiezza di gamma (misure, forme)   | 20                | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 7**

**RETE PIANA SEMIASSORBIBILE AUTOFISSANTE ( tipo adesix)**

**Rete piana semi-assorbibile destinata all'utilizzo nei difetti primitivi e secondari della parete addominale. Costituita da filamenti di polipropilene light e collante sintetico PEG.**

**La Ditta deve fornire almeno tre delle seguenti misure:**

**Misura CM 15 x 10 (+20%)**

**Misura CM 15 X 15 (±20%)**

**Misura CM 15 X 20 (±20%)**

**Misura CM 15 X 30 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                       | 20                | Q3*   |
| 2. Ampiezza di gamma (misure, forme)   | 20                | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 8**

**RETE NON RIASSORBIBILE A CONFORMAZIONE ANATOMICA 3D IN  
PVDF PER LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE  
(tipo endolap 3d dynamesh)**

**Dispositivo destinato alla riparazione delle ernie inguinali. La rete è composta da materiale non riassorbibile PVDF per uso extra-peritoneale e deve avere una conformazione tridimensionale e anatomica per adattarsi all'inguine. La Ditta deve fornire almeno la seguente misura:**

**CM 10-12 X CM 15-17**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 9**

**RETE NON RIASSORBIBILE A CONFORMAZIONE ANATOMICA 3D PER  
LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE.**

**Dispositivo destinato alla riparazione delle ernie inguinali. La rete è composta da materiale non riassorbibile per uso extra-peritoneale e deve avere una conformazione tridimensionale e anatomica per adattarsi all'inguine. La Ditta deve fornire almeno la seguente misura:**

**CM 10-12 X CM 15-17**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO   |
|--|-------------------|--|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron - classificazione<br>KLINGE)                       | 20                | Q3*  |
| 2. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 20                | Q3*  |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1   |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate Art. 5 Capitolato<br>Tecnico) |





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

2 ° GRUPPO: RETI A DESTINAZIONE D'USO INTRAPERITONEALE



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 10**

**RETE COMPOSITA PARZIALMENTE RIASSORBIBILE**

**La rete autoespandibile a conformazione circolare è destinata alla riparazione chirurgica delle ernie addominali. La rete è pluristratificata composta da strato di materiale di tipo antiaderenziale e da materiale non riassorbibile, con alette di fissaggio. Confezione singola sterile.**

**La Ditta deve fornire almeno due tra le seguenti misure:**

**Misura : diametro CM 4,3 (+20%) tipo circolare**

**Misura : diametro CM 6,4 (+20%) tipo circolare**

**Misura: diametro CM 8,0 (+20%) tipo circolare**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO   |
|--|-------------------|--|
| 1. Facilità di adattamento al campo operatorio<br>(atraumaticità del dispositivo).                                 | 20                | Q1   |
| 2. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 20                | Q3*  |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 10                | Q1   |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate Art. 5 Capitolato<br>Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 11**

**RETE COMPOSITA IN POLIPROPILENE CON BARRIERA**  
**ANTIADERENZIALE**

**Rete composita di polipropilene monofilamento e una superficie in materiale sintetico riassorbibile che va a diretto contatto dei visceri addominali. L'impianto è indicato nella ricostruzione open e laparoscopica dei difetti della parete addominale e toracica.**

**La Ditta deve fornire le seguenti misure:**

**Misura : CM 10 x 15 (±20%)**


**Misura : CM 15 x 20 (±20%)**

**Misura : CM 20 x 25 (±20%)**

**Misura : CM 25 x 30 (±20%)**

**Misura : CM 30 x 35 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron secondo KLINGE)                                    | 20                | Q3*   |
| 2. Facile identificazione intraoperatoria del<br>lato viscerale  | 20                | Q1  |
| 3. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 6                 | Q3*   |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 12 (dal 2024)**

**RETE COMPOSITA IN POLIESTERE CON BARRIERA**  
**ANTIADERENZIALE**

**Rete composta di poliestere monofilamento e una superficie in materiale sintetico riassorbibile che va a diretto contatto dei visceri addominali. L'impianto è indicato nella ricostruzione open e laparoscopica dei difetti della parete addominale e toracica.**

**La ditta deve offrire almeno 3 delle misure indicate:**

**Misura : CM 15 x 20 (±20%)**

**Misura : CM 15 x 25 (±20%)**

**Misura : CM 20 x 25 (±20%)**

**Misura : CM 25 x 30 (±20%)**

**Misura : CM 30 x 35 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron secondo KLINGE)                                    | 20                | Q3*   |
| 2. Facile identificazione del lato viscerale   | 20                | Q1  |
| 3. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 6                 | Q3*   |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 13**

**RETE COMPOSITA CON BARRIERA ANTIADERENZIALE ASSORBIBILE  
E CON TASCA**

**Rete composta di polipropilene o poliestere e una superficie in materiale sintetico riassorbibile che va a diretto contatto dei visceri addominali. La protesi è dotata di tecnologia di memoria della forma e di tasca che ne facilita il fissaggio. L'impianto è indicato nella ricostruzione open dei difetti della parete addominale e toracica.**


**La ditta deve fornire almeno le seguenti misure**

**Misura : CM 10 x 13 (±20%)**

**Misura : CM 20 x 25 (±20%)**

**Misura : CM 30 x 20 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron secondo<br>KLINGE)                                 | 20                | Q3*   |
| 2. Facile identificazione del lato viscerale   | 20                | Q1  |
| 3. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 6                 | Q3*   |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura,<br>etichette di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 14**

**RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE A BREVE  
TERMINE**

**Rete chirurgica piana riassorbibile in materiale sintetico tessuto a maglia intrecciata per ottenere una struttura indicata come supporto temporaneo nella riparazione di lesioni muscolo fasciali della parete addominale e toracica. Deve presentare un tempo d'assorbimento di 60-90 giorni.**

**La ditta deve fornire almeno le seguenti misure**

**Misura : CM 15 x 15 (±20%)**

**Misura : CM 30 x 30 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ordito macroporoso (dichiarazione<br>ampiezza pori in micron secondo<br>KLINGE)                                 | 20                | Q3*   |
| 2. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 20                | Q3  |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura,<br>etichette di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 15**

**RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE A MEDIO**

**TERMINE (tipo bio-a)**

La rete chirurgica piana riassorbibile in materiale sintetico tridimensionale - tessuto a maglia intrecciata per ottenere una struttura indicata come supporto temporaneo nella riparazione di lesioni muscolo fasciali della parete addominale, indicato per campi contaminati e a contatto con i visceri, deve presentare un tempo d'assorbimento di circa 180 giorni.

**La ditta deve fornire almento le seguenti misure**

**Misura: CM 7 x 10 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 8 x 8 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 9 x 15 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 10 x 30 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 20 x 20 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 20 x 30 ( $\pm 20\%$ )**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 16**

**RETE NON RIASSORBIBILE PER ERNIA PARASTOMALE**

La rete deve essere in materiale sintetico tipo non riassorbibile destinata al contatto con i visceri. Conformazione in diametri diversi. Trova indicazione per il rinforzo del tessuto molle e nella riparazione delle ernie parastomali.

**La ditta deve fornire almeno le seguenti misure:**

**Misura: CM 15 X 18 (±20%)**

**Misura: CM 20 X 20 (±20%)**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Materiale PVDF  | 20                | Q5  |
| 2. Ampiezza di gamma (misure e forme)  | 20                | Q3*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**3 ° GRUPPO: RETI BIOLOGICHE**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 17**

**IMPIANTO BIOLOGICO CROSSLINKED**

**Impianto chirurgico a base di collagene acellulare industrialmente crosslinkato non dotato di fenestrazione, ad alta biocompatibilità, indicato negli interventi nell'addome complesso per svolgere un'azione di rinforzo o ricostruzione dei tessuti o nella riparazione di ernie. Lo spessore dell'impianto deve essere compreso entro un range da 0,5 a 1,5 mm.**

**La ditta dovrà obbligatoriamente indicare –pena esclusione– l'agente chimico crosslinkante**

**La ditta deve offrire almeno 2 misure tra quelle indicate:**

**Misura: CM 5 x 10 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 10 x 15 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 20 x 30 ( $\pm 20\%$ )**

| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|---|-------------------|---|
| 1. Elevata stabilità del prodotto (periodo di validità)   | 15                | Q3*   |
| 2. Ampiezza gamma riferita alle misure indicate (comprendente almeno due delle tre previste nel capitolato tecnico) | 15                | Q3  |
| 3. Dispositivo pronto all'uso   | 16                | Q5  |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)        | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche   | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 18**

**IMPIANTO BIOLOGICO NON CROSSLINKED**

**Impianto in biomateriale di origine animale biocompatibile acellulare, non crosslinkato, indicato quale rinforzo nei tessuti, nella riparazione di ernie e nella riparazione di difetti della parete addominale.**

**La Ditta deve fornire almeno 3 misure tra le seguenti indicate:**

**Misura: CM 6 x 10  $\pm 20\%$**


**Misura: CM 8 x 16  $\pm 20\%$**

**Misura: CM 10 x 20  $\pm 20\%$**

**Misura: CM 20 x 25  $\pm 20\%$**

**Misura: CM 20 x 30  $\pm 20\%$**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Presenza di strato sintetico non riassorbibile all'interno della protesi                                  | 15                | Q5 - Q1   |
| 2. Ampiezza gamma riferita alle misure indicate (comprendente almeno le tre previste nel capitolato tecnico) | 15                | Q3*   |
| 3. Spessore  | 16                | Q3*   |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**4 ° GRUPPO: ALTRE RETI**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 19 (dal 2024)**

**RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE A LUNGO**


**TERMINE (tipo phasix)**

**Rete chirurgica piana riassorbibile in materiale sintetico tessuto a maglia intrecciata per ottenere una struttura indicata come supporto temporaneo nella riparazione di lesioni muscolo fasciali della parete addominale e toracica, deve presentare un tempo d'assorbimento di 12-18 mesi. Per uso extraperitoneale e intraperitoneale.**

**La Ditta deve fornire almeno le seguenti misure:**

**Misura: CM 15 x15 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 30 x 30 ( $\pm 20\%$ )**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 20 (dal 2024)**

**PROTESI LAPAROCELE OPEN/VIDEOLAPAROSCOPIA**

**Protesi sintetiche, compatibili per il contatto coi visceri, composta di PTFE non riassorbibile, sagomabile.**

**La Ditta deve fornire le seguenti misure:**

**Misura: CM 12 x 15 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 18 x 24 ( $\pm 20\%$ )**

**Misura: CM 22 x 30 ( $\pm 20\%$ )**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 60) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ampiezza gamma (comprese misure obbligatorie)   | 20                | Q3*   |
| 2. Minore spessore   | 20                | Q4*   |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 21**

**PROTESI LAPAROCELE OPEN/VIDEOLAPAROSCOPIA COMPOSITA**

**(tipo synecor gore)**

**Protesi sintetiche, compatibili per il contatto coi visceri, composta di PTFE non riassorbibile, sagomabile, compresa tra due strati differenziati di materiali bioassorbibili.**

**La Ditta deve fornire le seguenti misure:**

**Misura: Circolare diametro 12 cm**

**Misura: CM 10 x 15**

**Misura: CM 15 x 20**

**Misura: CM 20 x 25**

**Misura: CM 20 X 30**



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 22**

**RETE PIANA NON RIASSORBIBILE PER CAMPI AD ALTO RISCHIO DI  
CONTATTO CON I VISCERI PER LA RICOSTRUZIONE COMPLESSA  
DEI DIFETTI DELLA PARETE ADDOMINALE IN PVDF  
(tipo cicat dynamesh)**

**Rete piana non riassorbibile per campi ad alto rischio di contatto con i visceri per la ricostruzione complessa dei difetti della parete addominale in pvdf.**

**La Ditta deve fornire almeno le seguenti misure:**

**Misura: CM 20 X CM 30 (+20%)**

**Misura: CM 30 X CM 45 (+20%)**

**Misura: CM 45 X CM 60 (+20%)**





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 23**

**SISTEMA DI FISSAGGIO PERMANENTE**

**Sistema di fissaggio monouso permanente in materiale metallico in forma elicoidale magneto compatibile.**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ergonomicità e maneggevolezza d'uso   | 20                | Q1  |
| 2. Presenza sistema antiaderenziale  | 20                | Q5  |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 24**

**SISTEMA DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE**

**Sistema di fissaggio monouso riassorbibile costituito da un minimo di 15 puntine in poli-lattide completamente assorbibili in 12 mesi circa.**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ergonomicità e maneggevolezza d'uso   | 15                | Q1  |
| 2. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 10                | Q1  |
| 3. Lunghezza del sistema di fissaggio  | 15                | Q3*   |
| 4. Pubblicazioni scientifiche  | 30                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**


**Lotto 25**

**SISTEMA DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE, ARTICOLATO**

**Sistema di fissaggio monouso articolato, stelo flessibile da 5 mm, ricaricabile con clip riassorbibile a spirale (almeno 25 clips).**

**Ricariche da almeno 8 clips.**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ergonomia e maneggevolezza nell'uso   | 28                | Q1  |
| 2. Facilità di caricamento   | 18                | Q1  |
| 3. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 26 (dal 2024)**

**SISTEMA DI FISSAGGIO OPEN E LAPAROSCOPICO CHIMICO**  
**ATRAUMATICO A BASE DI CIANOACRILATO PER USO**  
**EXTRAPERITONEALE**

**Sistema di fissaggio open e laparoscopico chimico atraumatico a base di cianoacrilato per uso extraperitoneale.**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ergonomicità e maneggevolezza<br>dell'applicatore laparoscopico   | 20                | Q1  |
| 2. Forza di resistenza alla trazione   | 13                | Q3*   |
| 3. Temperatura massima sviluppata nella fase<br>di fissaggio   | 13                | Q4*   |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura<br>degli involucri, facilità di apertura, etichette<br>di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità<br>riportate all' art. 5 del<br>Capitolato Tecnico) |




**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**Lotto 27**

**SISTEMA DI FISSAGGIO OPEN E LAPAROSCOPICO ATRAUMATICO A  
BASE DI COLLA DI FIBRINA PER USO INTRA ED EXTRAPERITONEALE**

**Sistema di fissaggio open e laparoscopico atraumatico a base di colla di fibrina per uso intraperitoneale ed extraperitoneale.**

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI<br>(max 70) | IDENTIFICATIVO  |
|--|-------------------|---|
| 1. Ergonomicità e maneggevolezza nell'uso dell'applicatore laparoscopico                                     | 20                | Q1  |
| 2. Forza di resistenza alla trazione   | 13                | Q3*   |
| 3. Semplicità di costituzione del prodotto   | 13                | Q1  |
| 4. Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità) | 4                 | Q1  |
| 5. Pubblicazioni scientifiche  | 20                | Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico) |



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

***Art. 8 - Equivalenza dei prodotti offerti***

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

I dispositivi idonei a partecipare a lotti già previsti nell'impianto di gara non possono essere offerti "in equivalenza" in altri lotti, per i quali sono sprovvisti di uno o più requisiti definiti come essenziali.

***Art. 9- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura (OdF), restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'OdF da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

***Art. 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore***

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ODF e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'ODF sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna (RdC) emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

***Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

***Art. 12 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro***

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
  - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
  - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
  - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
  - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
  - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

***Art. 13 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura***


1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun OdF e nelle successive Richieste di Consegna (RdC), il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

3. Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.
4. La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti.
5. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna RdC deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
6. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'OdF, numero di riferimento della RdC, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
7. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della RdC.
8. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
10. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
12. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo paragrafo "Penali".
15. Dovrà essere prevista l'esecuzione anche mediante "contratto estimatorio": per ciascun lotto la Ditta aggiudicataria si dovrà impegnare ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole aziende sanitarie.



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

***Art. 14 - Servizi accessori***

**1. Servizio di reportistica.**

Il Fornitore dovrà trasmettere a SUAR, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della SUAR entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

SUAR si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di SUAR, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

SUAR si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a SUAR, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

**2. Materiale per il sito**

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di SUAR, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da SUAR, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

**3. Dati relativi Fornitore:**

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ☐ alle forniture compresi nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

***Art. 15 - Penali***

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a SUAR di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla SUAR di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;


c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni, ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a SUAR;

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a SUAR ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica richiesto all'articolo 16 comma 1 "Servizio di reportistica", SUAR applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

- b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'art. 16 comma 2 "Materiale per il sito", SUAR applica al Fornitore una penale di € 500,00

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

***Art. 16 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti***

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla SUAR; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di SUAR, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

***Art. 17 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di SUAR***

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo 17 "Penali", commi 3 e 5, dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da SUAR; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a SUAR entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a SUAR nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa SUAR a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.




**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di SUAR. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.
4. SUAR potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% SUAR terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

***Art. 18 – Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura***

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a SUAR ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.
2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.
3. Al termine dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla SUAR.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:
- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
  - Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
  - Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
  - Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
  - Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
  - Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali SUAR procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente, al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4, ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improSUARstinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

***Art. 19 – Aggiornamento tecnologico***

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.

I dispositivi offerti in sostituzione/aggiornamento devono avere gli stessi requisiti indicati nel capitolato tecnico, analoghe indicazioni d'uso, caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati ed essere stati immessi in commercio dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte.

2. Il Fornitore che propone la sostituzione/affiancamento del dispositivo aggiudicato si impegna a:

- specificarne i motivi;
- fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori;
- presentare per il nuovo dispositivo medico, tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara – busta tecnica;

2. Il Fornitore si impegna ad inviare campionatura del nuovo dispositivo, qualora fosse ritenuto necessario da SUAR o Commissione Giudicatrice, secondo le stesse modalità specificate nel disciplinare di gara – campionatura.

3. Il Fornitore si impegna, previo parere favorevole di SUAR o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

***Art. 20 - Proprietà dei prodotti***

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

***Art. 21 - Verifiche della convenzione e della fornitura***

1. SUAR si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.





**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a SUAR ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

***Art. 22 - Riservatezza (Privacy)***

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel "Modello M7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**  
**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.