

REGIONE LIGURIA - S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale					
TC Multistrato per "IRCCS Ospedale Policlinico San Martino" (Genova)					
ALLEGATO "A_3" - Requisiti Preferenziali					
<p>*Ai fini della valutazione della qualità dell'immagine si chiede di consegnare i file in formato Dicom relativi a diverse tipologie di esami di seguito dettagliate, complete dei dati dosimetrici (DLP(mGy/cm) e CTDIVol (mGy)), dei dati relativi al protocollo di acquisizione (collimazione del fascio (mm), spessore e numero slices, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione), modalità di ricostruzione; gli esami devono essere anonimizzati ma provenire da una struttura ospedaliera, anche non italiana, che certifichi la veridicità dell'acquisizione con apparecchiatura marca/modello identica a quella offerta:</p> <p>TC coronarica a frequenza cardiaca inferiore a 65 bpm normotipo (circa 70 kg) TC coronarica a frequenza cardiaca superiore a 65 bpm normotipo (circa 70 kg) Angio TC aorta toracoaddominale normotipo (circa 70 kg) TC perfusione cerebrale normotipo (circa 70 kg) TC politrauma in Pz intubato normotipo (circa 70 kg) TC politrauma in Pz collaborante normotipo (circa 70 kg) TC dual energy segmento scheletrico normotipo (circa 70 kg) TC dual energy torace per embolia normotipo (circa 70 kg) TC dual energy addome normotipo (circa 70 kg) TC dual energy vascolare (ad esempio arti inferiori) normotipo (circa 70 kg)</p>					
	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE	DICHIARAZIONE DITTA	Riferimento allegati	Criterio valutativo	PUNTI
	GANTRY E LETTINO PAZIENTE				5
	- <i>Gantry</i>				
B-01	Diametro del tunnel: Indicare dato (in cm) ≥ 70 cm.			Q3	1
B-02	Tempo di rotazione minimo su 360°: Indicare dato (in sec) $\leq 0,30$ sec.			Q4	3
B-03	- <i>Letino paziente</i>				
B-04	Massimo carico sopportabile, in tutte le condizioni di utilizzo: Indicare dato (in Kg) ≥ 250 kg.			Q3	1
	GENERATORE				5
B-05	Potenza nominale massima: Indicare dato (in kW) ≥ 100 kW.			Q3	1
B-06	Tensione Massima Genratore: Indicare dato (in kV) ≥ 135 kV.			Q3	1
B-07	Nr. di valori di tensione del generatore (in kV) clinicamente selezionabili: Indicare numero dei valori e specificare i singoli valori selezionabili in kV			Q2	3

	SISTEMA DI SCANSIONE ACQUISIZIONE				35
B-08	Risoluzione temporale hardware: Specificare dettagliatamente le modalità di calcolo e indicare il valore reale in ms (≤ 140 ms) senza considerare l'apporto di elaborazioni software dedicate.			Q4	13
B-09	Velocità di scansione massima: Indicare dato (in ms) ≥ 400 mm/s			Q3	10
B-10	Copertura anatomica in singola rotazione spirale: Indicare valore (in cm) ≥ 12 cm.			Q3	10
B-11	Dimensione del campo di scansione (FOV): Indicare dato (in cm) ≥ 50 cm.			Q3	2
	CONSOLE DI COMANDO E UNITA' DI ELABORAZIONE				4
B-12	Possibilità di modulare la velocità di acquisizione sulla base della frequenza cardiaca, ovvero pitch adattivo sulla base della frequenza cardiaca			Q5	2
B-13	Numero di pitch selezionabili			Q3*	2
	SISTEMA DI RIDUZIONE DELLA DOSE				6
B-14	Descrivere i sistemi avanzati di riduzione della dose, comprese eventuali applicazioni di intelligenza artificiale			Q2	2
B-15	Valutazione dei dati dosimetrici degli esami consegnati (*): verrà valutata positivamente la minor dose rilevata			Q2	2
B-16	Metodologie di ricostruzione iterativa: descrivere con riferimento alla qualità delle immagini ottenute, alla dose al paziente ed ai tempi di elaborazione			Q2	2
	PACCHETTI SOFTWARE				7
B-17	Valutazione funzionalità e prestazioni pacchetti software offerti - descrivere sia quelli richiesti tra i requisiti di minima che pacchetti aggiuntivi inclusi in offerta			Q2	7
	DURATA DELLA GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST- VENDITA				11
B-18	Durata della garanzia oltre il periodo minimo previsto dal capitolato: indicare il numero di mesi offerti oltre i 12 mesi minimi richiesti (maggiore o uguale a 1)			Q3	6
B-19	Tempi di intervento: Indicare un valore minore uguale a 8 ore lavorative			Q4	2
B-20	Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dall'aperura della chiamata: Indicare un valore minore uguale a 8 ore lavorative			Q4	2

B-21	Orario di accettazione richieste di intervento: indicare il numero di ore giornaliere in cui è attivo il Customer care (ad esempio 8:00 – 16:00)			Q3*	1
	FORMAZIONE				2
B-22	Indicare il programma formativo: Specificare nel dettaglio il piano formativo proposto per il personale, il nr.ore dedicate e la tipologia di corsi proposti			Q2	2
	TOTALE PUNTEGGIO				75

	Welfare			CRITERIO	MASSIMI
B - 23	Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.			Q5	1
B - 24	Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge.			Q3	1
B - 25	Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37 - 41 del Decreto legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio di Consigliera di Parità.			Q5	1
B- 26	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro descritti nei seguenti n° 13 punti: a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo; b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up; c) telelavoro o Smart working; d) part time, aspettativa per motivi personali; e) integrazione economica a congedi parentali; f) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; g) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; h) forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile; i) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; j) adesione a network territoriali per la parità; k) identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity manager) ; l) attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte); m) Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti allepersone con disabilità.			<u>Meno di 4 strumenti</u> = 0 punti <u>Tra 4 e 6 strumenti</u> = 1 punto <u>7 o più strumenti</u> = 2 punti	2
				Totale -->	5

