

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 10 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA DIAGNOSTICO/AMBULATORIALE
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI. QUANDO NON GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO, INDICARE I DIAMETRI DEGLI STRUMENTI OFFERTI USANDO ANCHE L'UDM FRENCH

COLONNA									
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE		DATI GENERALI:				N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	
NOME COMMERCIALE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
PRODUTTORE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE CND:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM:		compilare				compilare	compilare	compilare	
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):		compilare				compilare	compilare	compilare	
DISTRIBUTORE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
MANDATARIO (eventuale)		compilare				compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):		compilare				compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):		compilare				compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE		compilare				compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI UE		compilare				compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO		compilare				compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO		compilare				compilare	compilare	compilare	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENNA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor)		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
- Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato almeno FULL HD	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.1) Risoluzione (ppi);	compilare	compilare	compilare	compilare
- Controllo parametri da pannello e da tastiera	compilare	compilare	compilare	compilare	indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall'elemento della colonna a più bassa risoluzione				
- Intensità luminosa regolabile	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Controllo automatico dell'esposizione	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.3) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]	compilare	compilare	compilare	compilare
- Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.4) Funzione di bioendoscopia (enfattizzazione del pattern vascolare)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Possibilità di regolazione del contrasto	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.5) Possibilità di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e amplificatore di brillantezza).	compilare	compilare	compilare	compilare
- Uscite video digitali sia ad alta definizione che in formato compresso	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.6) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom, bilanciamento del bianco, enfattizzazione, ecc.).	compilare	compilare	compilare	compilare
- Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria interno od esterno	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.7) Caratteristiche e qualità dello zoom	compilare	compilare	compilare	compilare
- Bilanciamento automatico del bianco;	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.8) Dinamicità del sistema in condizioni di illuminazione e colorazione diversa	compilare	compilare	compilare	compilare
- Ampia gamma di regolazioni cromatiche e colorimetriche con possibilità di controllo automatico dell'esposizione delle immagini e della relativa luminosità. Si chiede di specificare gli steps disponibili per la regolazione del colore, del contrasto e della luminosità;	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto)	compilare	compilare	compilare	compilare
- tipologie di segnali di uscita disponibili sia in alta definizione (es: RGBS, HDSDI, DVI, HDMI ecc.) che in definizione standard (es. RGBS, Y/C, ecc.).	compilare	compilare	compilare	compilare	A.1.10) Facilità d'uso della testina della telecamera	compilare	compilare	compilare	compilare
B) TELECAMERA		DATI GENERALI:				N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	
NOME COMMERCIALE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
PRODUTTORE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE CND:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM:		compilare				compilare	compilare	compilare	
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):		compilare				compilare	compilare	compilare	
DISTRIBUTORE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
MANDATARIO (eventuale)		compilare				compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):		compilare				compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):		compilare				compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE		compilare				compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI UE		compilare				compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO		compilare				compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO		compilare				compilare	compilare	compilare	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENNA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
- Telecamera digitale con tecnologia almeno Full HD	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Aspect Ratio 16:9	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Testina compatibile con ottiche rigide standard	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Funzione di zoom	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Immergibile in soluzione disinfettante e sterilizzabile	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Controllo delle funzioni della telecamera dalla testina	compilare	compilare	compilare	compilare					
C) FONTE LUMINOSA		DATI GENERALI:				N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	
NOME COMMERCIALE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
PRODUTTORE:		compilare				compilare	compilare	compilare	
CODICE CND:		compilare				compilare	compilare	compilare	

CODICE RDM:	compilare				compilare	compilare	compilare	
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare				compilare	compilare	compilare	
DISTRIBUTORE:	compilare				compilare	compilare	compilare	
MANDATARIO (eventuale)	compilare				compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):	compilare				compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare				compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare				compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI UE	compilare				compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare				compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare				compilare	compilare	compilare	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE					N. CART.		NOME CARTELLA	PAG.
- Lampada allo Xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori	compilare	compilare	compilare	compilare	A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED	compilare	compilare	compilare
- Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada di emergenza che garantisce il prosieguo del funzionamento	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di funzionamento	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Sistema di contenimento della generazione di calore	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Regolazione automatica e manuale della intensità luminosa	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Attacco lato fonte compatibile con i cavi più diffusi in commercio o inclusione in fornitura dei raccordi necessari	compilare	compilare	compilare	compilare				
D. MONITOR PRINCIPALE	DATI GENERALI:					N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
NOME COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare
PRODUTTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE CND:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE RDM:	compilare					compilare	compilare	compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare					compilare	compilare	compilare
DISTRIBUTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare
MANDATARIO (eventuale)	compilare					compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare					compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI UE	compilare					compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare					compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare					compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE					N. CART.		NOME CARTELLA	PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Dimensione dello schermo non inferiore a 26"	compilare	compilare	compilare	compilare				
E. CARRELLO ELETTRIFICATO	DATI GENERALI:					N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
NOME COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare
PRODUTTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE CND:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE RDM:	compilare					compilare	compilare	compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare					compilare	compilare	compilare
DISTRIBUTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare
MANDATARIO (eventuale)	compilare					compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare					compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI UE	compilare					compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare					compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare					compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE					N. CART.		NOME CARTELLA	PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W	compilare	compilare	compilare	compilare	A.3) Caratteristiche del carrello (Potenza del trasformatore di isolamento (W), peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese)	compilare	compilare	compilare
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Interruttore luminoso ON/OFF	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Dotato di almeno 4 ripiani	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Dotato di asta portaendoscopi	compilare	compilare	compilare	compilare				
- Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m	compilare	compilare	compilare	compilare				
F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI	DATI GENERALI:					N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
NOME COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare
PRODUTTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE CND:	compilare					compilare	compilare	compilare
CODICE RDM:	compilare					compilare	compilare	compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare				compilare	compilare	compilare		
DISTRIBUTORE:	compilare				compilare	compilare	compilare		
MANDATARIO (eventuale)	compilare				compilare	compilare	compilare		
DATA INIZIO PRODUZIONE (ANNO):	compilare				compilare	compilare	compilare		
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare				compilare	compilare	compilare		
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare				compilare	compilare	compilare		
CERTIFICAZIONI UE	compilare				compilare	compilare	compilare		
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare				compilare	compilare	compilare		
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare				compilare	compilare	compilare		
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
- Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria interno od esterno (almeno periferica USB);	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) e lo standard e HL7.	compilare	compilare	compilare	compilare					
STRUMENTAZIONE									
1) VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBILE	DATI GENERALI:					N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	
NOME COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
PRODUTTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
CODICE CND:	compilare					compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM:	compilare					compilare	compilare	compilare	
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare					compilare	compilare	compilare	
DISTRIBUTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
MANDATARIO (eventuale)	compilare					compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO PRODUZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare					compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI UE	compilare					compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare					compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare					compilare	compilare	compilare	
COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato					compilare	compilare	compilare	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
Ø Risoluzione:					B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Risoluzione almeno HD	compilare	compilare	compilare	compilare	B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Dimensioni:					B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Canale operativo: almeno 2,2 mm	compilare	compilare	compilare	compilare	B.1.4) Minore diametro esterno (fr/mm)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Diametro esterno: non superiore a 5,4 5,5 mm	compilare	compilare	compilare	compilare	B.1.5) Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Angolo di visione e profondità di campo:					B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Angolo di visione: almeno 100°	compilare	compilare	compilare	compilare					
- Profondità campo di visione: 4-50 mm	compilare	compilare	compilare	compilare					
2) CISTOSCOPIO FLESSIBILE	DATI GENERALI:					N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	
NOME COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
PRODUTTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
CODICE CND:	compilare					compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM:	compilare					compilare	compilare	compilare	
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare					compilare	compilare	compilare	
DISTRIBUTORE:	compilare					compilare	compilare	compilare	
MANDATARIO (eventuale)	compilare					compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO PRODUZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare	
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare					compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare					compilare	compilare	compilare	
CERTIFICAZIONI UE	compilare					compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare					compilare	compilare	compilare	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare					compilare	compilare	compilare	
COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato					compilare	compilare	compilare	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
Ø Risoluzione:					B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Risoluzione almeno HD	compilare	compilare	compilare	compilare	B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Dimensioni:					B.2.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Canale operativo: almeno 2,2 mm	compilare	compilare	compilare	compilare	B.2.4) Minore diametro esterno (fr/mm)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Diametro esterno: non superiore a 5,4 5,5 mm	compilare	compilare	compilare	compilare	B.2.5) Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Angolo di visione e profondità di campo:					B.2.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.)	compilare	compilare	compilare	compilare
- Angolo di visione: almeno 110°	compilare	compilare	compilare	compilare					

· Profondità campo di visione: 4-50 mm	compilare	compilare	compilare	compilare					
3) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE	DATI GENERALI:						N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
NOME COMMERCIALE:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE:	compilare						compilare	compilare	compilare
PRODUTTORE:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE CND:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE RDM:	compilare						compilare	compilare	compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare						compilare	compilare	compilare
DISTRIBUTORE:	compilare						compilare	compilare	compilare
MANDATARIO (eventuale)	compilare						compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):	compilare						compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare						compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare						compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI UE	compilare						compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare						compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare						compilare	compilare	compilare
COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato						compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
Ø Risoluzione:					B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)	compilare	compilare	compilare	compilare
· Risoluzione: almeno HD	compilare	compilare	compilare	compilare	B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi)	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Dimensioni:					<del>B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi).</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>
<del>· Diametro canale operativo: almeno 1,2 mm.</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	B.3.4) Minore diametro esterno (fr/mm)	compilare	compilare	compilare	compilare
<del>· Diametro esterno: non superiore a 2,9 mm.</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	B.3.5) Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato	compilare	compilare	compilare	compilare
· Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR)	compilare	compilare	compilare	compilare	B.3.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.)	compilare	compilare	compilare	compilare
<del>· Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr)</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>					
· Diametro stelo: MASSIMO 8,7 fr	compilare	compilare	compilare	compilare					
· Lunghezza operativa dello strumento: almeno 300 mm	compilare	compilare	compilare	compilare					
Ø Angolo di visione e profondità di campo:									
· Angolo di visione: almeno 90°	compilare	compilare	compilare	compilare					
· Profondità campo di visione: 4 -50 mm	compilare	compilare	compilare	compilare					
· Flessione punta: up/down almeno 270°/270°	compilare	compilare	compilare	compilare					
4) CISTOSCOPIO RIGIDO DIAGNOSTICO	DATI GENERALI:						N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
NOME COMMERCIALE:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE:	compilare						compilare	compilare	compilare
PRODUTTORE:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE CND:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE RDM:	compilare						compilare	compilare	compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare						compilare	compilare	compilare
DISTRIBUTORE:	compilare						compilare	compilare	compilare
MANDATARIO (eventuale)	compilare						compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):	compilare						compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare						compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare						compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI UE	compilare						compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare						compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare						compilare	compilare	compilare
COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato						compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
Ø Dimensioni:					B.4.1) <del>Risoluzione video dello strumento (PPI)</del>	compilare	compilare	compilare	compilare
· Diametro esterno: almeno 7/8 mm	compilare	compilare	compilare	compilare	Qualità e nitidezza dell'immagine (da valutare in prova pratica)	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Angolo di visione e profondità di campo:					B.4.2) Minore diametro esterno (mm)	compilare	compilare	compilare	compilare
· Dotazione di ottiche (incluse):	compilare	compilare	compilare	compilare	<del>B.4.3) Diametro esterno non superiore a 5,5 mm.</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>
· Ottiche da 0°, 12°;	compilare	compilare	compilare	compilare	<del>B.4.4) Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>	<del>compilare</del>
Ø Autoclavabile ciclo ferri	compilare	compilare	compilare	compilare	B.4.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.)	compilare	compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE									
· Ottiche da 30° e 70°	compilare	compilare	compilare	compilare					
5) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO	DATI GENERALI:						N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
NOME COMMERCIALE:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE:	compilare						compilare	compilare	compilare
PRODUTTORE:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE CND:	compilare						compilare	compilare	compilare
CODICE RDM:	compilare						compilare	compilare	compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):	compilare						compilare	compilare	compilare
DISTRIBUTORE:	compilare						compilare	compilare	compilare
MANDATARIO (eventuale)	compilare						compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):	compilare						compilare	compilare	compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):	compilare						compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE	compilare						compilare	compilare	compilare
CERTIFICAZIONI UE	compilare						compilare	compilare	compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	compilare				compilare	compilare	compilare	compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	compilare				compilare	compilare	compilare	compilare
COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato				compilare	compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE	N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.	CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI		N. CART.	NOME CARTELLA	PAG.
Ø Dimensioni:				B.5.1) <del>Risoluzione video dello strumento (PPI)</del>	compilare	compilare	compilare	compilare
· Diametro esterno <del>compreso fra 6,3 e 7.33 mm (19/22 fr)</del>	compilare	compilare	compilare	Qualità e nitidezza dell'immagine (da valutare in prova pratica)				
· Diametro canale operativo: compreso tra 5 e 9 fr	compilare	compilare	compilare	B.5.2) Minore diametro esterno (mm)	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Angolo di visione e profondità di campo:				<del>B.5.3) Diametro esterno non superiore a 5,5 mm</del>	compilare	compilare	compilare	compilare
· Dotazione di ottiche (incluse) con camicia operativa e dotazione di almeno una porta operativa	compilare	compilare	compilare	B.5.4) Maggior diametro operativo (mm)	compilare	compilare	compilare	compilare
· Ottiche da 0°, 12°	compilare	compilare	compilare	<del>B.5.5) Ampiezza dell'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in capitolato</del>	compilare	compilare	compilare	compilare
Ø Autoclavabile ciclo ferri	compilare	compilare	compilare	B.5.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.)	compilare	compilare	compilare	compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE								
· Ottiche da 30° e 70°	compilare	compilare	compilare					