



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0381051
del 30/05/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Responsabile del Procedimento:
Dott. Luigi Moreno Costa – tel. 010. 5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente:
Dott. Pietro Levaggi – tel. 010.5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Spett.li
OPERATORI ECONOMICI

Oggetto: procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di tavoli per sala operatoria - II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale di ulteriori 12 mesi

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 27/05/2022

Le risposte ai quesiti dal n. 1 al n. 7 sono stata pubblicate in data 25/05/2022 con Prot-2022-0371729.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

DOMANDA 1

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Imposta di bollo € 16,00, si chiede conferma che sia sufficiente procedere con il pagamento tramite F24.

RISPOSTA 1

Si conferma.

DOMANDA 2

Il paragrafo 2 del disciplinare di gara prevede quanto segue: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 29, comma 1, Decreto Legge n. 4 / 2022, questa Stazione Appaltante procederà ad istruire un procedimento in contraddittorio a richiesta dell’aggiudicatario solamente dopo 24 mesi dalla stipula contrattuale per l’eventuale adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, D. Lgs. 50/2016.” mentre il modello offerta economica prevede che il concorrente dichiari “di essere consapevole che i prezzi complessivi e quelli unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per la durata del contratto”.

Quanto previsto dalla disciplina di gara pare in contrasto con quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4/2022 "è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1".

Chiediamo quindi un chiarimento in merito.

RISPOSTA 2

Ha prevalenza quanto indicato nel Disciplinare di gara ai fini dell'applicazione Ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 1, Decreto Legge n. 4 / 2022.

DOMANDA 3

In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione Vi chiediamo:

1. di comunicarci il valore annuale presunto della gara che deve essere considerato per l'assolvimento del requisito;
2. di confermare che per settore oggetto della gara devono essere considerate le forniture di apparecchiature per sala operatoria (tavoli operatori, lampade scialitiche, stativi pensili, apparecchi per anestesia, ecc.);
3. di confermare che la presentazione da parte del concorrente di due idonee dichiarazioni di Istituti bancari attestanti la propria solidità economica e finanziaria costituisce totale prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria da Voi richiesti per la partecipazione alla gara.

RISPOSTA 3

- 1- Il valore da prendere a riferimento è quello posto a base d'asta complessivo pari a 3.580.000,00= in quanto trattandosi di convenzione tutti gli Enti che hanno dichiarato il proprio fabbisogno potrebbero aderire nell'arco dei primi 12 mesi di attivazione;
- 2- Si conferma;
- 3- *"In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII parte I D. Lgs. n. 50/2016, possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell'offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l'ultimo dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale".*

DOMANDA 4

Vi chiediamo di confermare che, come da sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2022, n.1273, le attività di ritiro e smaltimento apparecchiature esistenti e il trasporto delle apparecchiature non costituiscono subappalto in quanto, pur comprese in appalto, rivestono carattere complementare ed accessorio.

RISPOSTA 4

Si conferma, fatto salvo che venga comunicata *"alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,*

il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.

DOMANDA 5

Si chiede cortesemente di confermare che gli accessori richiesti in Art.2 del Capitolato tecnico e prestazionale “Ogni piano deve essere dotato: N. 1 archetto; N. 2 poggia braccia; N. 1 asta flebo; N.1 fascia ferma paziente; N. 2 ferma braccia laterali” siano da fornire per ogni tavolo operatorio e non per ogni piano operatorio.

RISPOSTA 5

Si conferma.

DOMANDA 6

In riferimento del capitolato prestazionale, Art.2, alla richiesta “Per la sola chirurgia vascolare dovrà essere fornito un piano in fibra di carbonio radiotrasparente con possibilità di traslazione in 4 lati”, si chiede conferma che ogni sala operatoria vascolare dovrà essere dotata di n.1 colonna, n.1 carrello e n.1 piano in fibra di carbonio, più i relativi accessori.

RISPOSTA 6

Si conferma.

DOMANDA 7

Facciamo riferimento alla procedura di gara in oggetto per segnalare che la formula per il calcolo del punteggio dell’offerta economica per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte inserita nel disciplinare di gara risulta difforme da quella presente nel manuale di supporto Stazione appaltante Servizio Sintel “Formule di attribuzione del punteggio economico”.

RISPOSTA 7

Trattasi di refuso: va inserita una parentesi per il calcolo del valore tra i rapporti dei valori di ribassi percentuali.

In ogni caso l’attribuzione del punteggio della formula “bilineare 0,90” è conforme alle linee guida Anac, alla lex specialis ed alla formula Sintel.

DOMANDA 8

Si chiede di chiarire se solo la base d'asta, pari a € 3.580.000,00, sia non superabile oppure se anche i singoli prezzi unitari dei tavoli base con accessori dotazione base, riportati nell’allegato “Modello M9”, siano singolarmente non superabili dai prezzi di offerta presentati.

RISPOSTA 8

I singoli prezzi unitari possono essere superati. La base d’asta complessiva non è superabile.

DOMANDA 9

Nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara, nei fabbisogni per l'ASL 3 vengono indicati n. 8 tavoli operatori multidisciplinari mentre nell'elenco delle specialità se ne riportano solo 5. Si chiede di confermare che trattati di refuso e che i tavoli richiesti siano solamente 5.

RISPOSTA 9

Si conferma il refuso. La Asl 3 ha espresso un fabbisogno di n. 5 tavoli complessivi.

DOMANDA 10

Nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara, nei fabbisogni per l'ASL 5 vengono indicati n. 2 tavoli per "...Otorinolaringoiatria, chirurgia plastica, chirurgia toracica, urologia, ginecologia ...". Si chiede di confermare che le due specialità richieste, poi da inserire nell'elenco dell'allegato "Modello M9", siano Otorinolaringoiatria e Ginecologia/Urologia.

RISPOSTA 10

Si conferma.

DOMANDA 11

Si chiede di confermare che Nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara nell'allegato "Modello M9", nella voce "Otorinolaringoiatria" siano stati accorpati i tavoli richiesti per le discipline di Oculistica e di Otorinolaringoiatria.

RISPOSTA 11

Si conferma.

DOMANDA 12

Si chiede di confermare che gli accessori da includere in offerta per la singola chirurgia specialistica, per essere correttamente valutati, debbano essere offerti in configurazione nella stessa quantità dei tavoli operatori prevista, per quella specialità, nell'allegato "Modello M9".

RISPOSTA 12

Si conferma.

Il Dirigente U.S.S.
dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente

*ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate*