



## REGIONE LIGURIA

### DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

#### SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2022-0499709  
del 13/07/2022

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di  
“Materiale per l’esecuzione di esami  
diagnostici e procedure interventistiche di  
neuroradiologia” occorrente alle AA.SS.L.,  
EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria –  
II edizione per un periodo di 36 mesi con  
opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.  
Lotti n. 78. N. gara 8585561. Id Sintel  
155768161  
II Risposta a richieste chiarimenti**

#### **Quesito n. 27**

Siamo a richiedere se è possibile presentare offerta, in lotti differenti e con prezzi offerti differenti, di prodotti con medesimo nome commerciale ma caratteristiche tecniche diverse. In particolare, con riferimento ai Lotti 67 e 73, vorremmo sapere se è possibile proporre un prodotto con medesimo nome commerciale ma lunghezza differente.

Risposta:

Si veda risposta al quesito n. 6

- Con riferimento al lotto 51: Alla luce della nostra conoscenza di mercato, la tipologia di dispositivo medico intrasacculare oggetto del Lotto in questione risulta commercializzato da un ampio ventaglio di operatori economici. Nell’ottica di garantire una coerenza intrinseca tra le modalità di aggiudicazione della fornitura, nonché una più ampia versatilità di scelta e di utilizzo del dispositivo in questione, si suggerisce di collocare il Lotto 51 tra le procedure volte alla conclusione di un accordo quadro.

Risposta:

Non si accoglie

- Con riferimento al lotto 67: La descrizione del lotto riporta: “Catetere intermedio per supporto alla navigazione distale intracranica, per utilizzo in tromboaspirazione intracranica, con catetere portante/introdotto lungo e microcatetere. Vari diametri e configurazioni con punta distale atraumatica.”.

Si chiede conferma che il lotto richieda l'offerta per il solo catetere intermedio. Si evidenzia, infatti, che la base d'asta indicata non permetterebbe l'offerta di catetere portante/introduttore lungo e microcatetere.

Risposta:

Si veda risposta al quesito n. 7

- Con riferimento al lotto 73: La descrizione del lotto riporta: "Catetere intermedio per supporto alla navigazione distale intracranica, per utilizzo in sistemi coassiali con catetere portante/introduttore lungo e microcatetere.". Si chiede conferma che il lotto richieda l'offerta per il solo catetere intermedio. Si evidenzia, infatti, che la base d'asta indicata non permetterebbe l'offerta di catetere portante/introduttore lungo e microcatetere.

Risposta:

Solo catetere intermedio

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luigi Moreno Costa

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate