



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile:

Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536

e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente:

Dott.ssa Paola Gerbino tel. 010/5485234

e-mail: paola.gerbino@regione.liguria.it

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di procedura aperta di fornitura di "Letti bilancia" occorrenti ad AA.SS., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi. Lotto unico. Gara n. 9135432.

Risposte ai quesiti ad oggi pervenuti.

QUESITI PERVENUTI

Domanda n. 0.1:

Si chiede cortesemente riscontro a quanto segue:

- punto b.21 dei REQUISITI MINIMI: si prega di precisare, oltre al piano "abbattibile posto alla pediera del letto", la tipologia, quantità e allocazione dei restanti piani di appoggio desiderati, lì dove è testualmente indicato... "dotato di più piani di appoggio movimentabili rapidamente in modo indipendente, di cui uno abbattibile posto alla pediera del letto";

- punto b.27 dei REQUISITI MINIMI: si prega di precisare a cosa deve essere idonea la dimensione del piano e cosa si intende per piano. Pertanto, si prega di indicare le dimensioni del piano e/o l'ingombro accettabile dell'intero dispositivo, in funzione delle barriere architettoniche presenti nella struttura sanitaria.

Infine, a pag. 9 ART. 8 punto 5 del Capitolato Tecnico è indicato: "il fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna", mentre al punto b.26 dei REQUISITI MINIMI si chiede: "tempo massimo per la consegna: 60 giorni solari dall'ordinativo di fornitura". Considerata l'ampiezza della fornitura, si presume che il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi trattasi di rifiuto.

17

RISPOSTA:

- **punto b.21:** il requisito richiede che un piano abbattibile sia alla pediera del letto; per i restanti piani di appoggio non vi è prescrizione né di numero, né di allocazione. Si richiede che siano "di più piani di appoggio movimentabili rapidamente in modo indipendente";
- **punto b.27:** vedasi risposta alla Consultazione preliminare (Prot-2023-0723987 del 14/06/2023), pubblicata nei documenti di gara, relativa al citato requisito minimo e che, per comodità di lettura, qui si trascrive "*I letti elettrici standard attualmente in uso hanno le seguenti misure (con sponde in uso) cm 216 X 100 (+7/- 8 cm). Si ritengono dette dimensioni indicative anche per i letti bilancia*";
- **punto b.26 dei REQUISITI MINIMI/ pag. 9 ART. 8 punto 5 del Capitolato Tecnico:** trattasi di refuso: è necessario far riferimento alla specifica tecnica indicata tra i requisiti minimi "tempo massimo per la consegna: 60 giorni solari dall'ordinativo di fornitura".

**IL DIRIGENTE RUP
ZANELLA**

