



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Aggiudicazione
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "laddove ancora vigente ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l'anno 2022” integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante “Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente n. 3653/2022 è stata indetta la procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di “Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria - II edizione, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 - gara n. 8585561, Importo presunto di gara comprensivo di contingency: 48.799.708,80 €;
- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 26/07/2022 ore 14:00 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1658325503986	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola
1658215369444	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 11264670156	Forma singola
1658487513367	ALFA MEDICALITALIA S.R.L. 01298600089	Forma singola
1658310540092	ALPAROMA SRL 03981080165	Forma singola
1658752997616	B.BRAUN MILANO SPA 00674840152	Forma singola
1658753846051	BALT ITALY SRL 11570870961	Forma singola
1658759631238	BETATEX S.P.A. 00440180545	Forma singola
1658391752828	BIOMEDICA ITALIA S.R.L. 11408800966	Forma singola
1658398835047	BIOPSYBELL SRL 02615000367	Forma singola

1658227505013	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159	Forma singola
1658319447096	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962	Forma singola
1658759540383	COOK ITALIA S.R.L. 07123400157	Forma singola
1658477486031	CROSSMED SPA 01736720994	Forma singola
1658234639348	EMOPASS SRL 06590180011	Forma singola
1658569011085	ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL 07423360960	Forma singola
1658474623906	GI.MI. MEDICAL SRL 02803471206	Forma singola
1658750917416	H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. 05870050589	Forma singola
1658310830017	JANUA MEDICAL 03268390105	Forma singola
1658738190630	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008	Forma singola
1658770572874	KEY MEDICAL CARE SRL 04547550279	Forma singola
1658407308547	KOS BIOMEDICA S.R.L. 03297130100	Forma singola
1658228496696	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 02812360101	Forma singola
1658400868677	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola
1658218481656	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L. 07609020966	Forma singola
1658751327462	MICROVENTION ITALIA SRL 08149900964	Forma singola
1658759099431	N.G.C. MEDICAL SRL 09831040150	Forma singola
1658827506505	NANUTECH SRL 08861201005	Forma singola
1658488459532	PHENOX ITALY SRL 03091530216	Forma singola
1657890469753	SEDA S.P.A. 01681100150	Forma singola

1658417184210	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	Forma singola
1658471333230	SVAS BIOSANA S.P.A. 04720630633	Forma singola
1658492858336	TECNOSTIM 05856601009	Forma singola

- con decreto n. 4704/2022 si è proceduto alla costituzione del seggio di gara;
- in data 28/07/2022 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale prot. NP/2022/0617552 del 28/07/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- in data 25/08/2022, 26/08/2022, 30/08/2022, 31/08/2022, 05/09/2022 e 22/09/2022 si sono svolte le sedute riservate del Seggio di gara, per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla *lex specialis* di gara, con le risultanze di cui ai Verbali prot. n. NP/2022/0885787, NP/2022/0890383, NP/2022/903062, NP/2022/ 908918, NP/2022/937148, NP/2022/1052774, NP/2022/1115665 del 05/10/2022, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- con decreto n. 6195/2022 si è proceduto all'ammissione degli offerenti secondo lo schema seguente e all'esclusione la Ditta Alparoma per le motivazioni riportate nel verbale NP/2022/0885787 del 25/08/2022:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
1642495743747	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	2 - 3 - 5 - 7 - 12 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 32 - 33 - 34 - 38 - 49
1642502584026	ARTHREX ITALIA S.R.L.	1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49
1640181479923	CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO	19 - 24 - 25 - 27 - 33 - 49
1642686135746	CONMED ITALIA S.R.L.	2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 25 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 47
1642755982753	DELTA SRL	27 - 34
1642501559210	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 41 - 49

1642503371219	LIMACORPORATE	16 – 19 - 24
1642583213479	MEDACTA ITALIA SRL	5 – 12 – 23 – 38 - 39
1642602283451	N.B.A. MEDICA SRL	3 – 5 – 7 – 9 – 14 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 – 37 – 40 – 44 - 49
1642774783239	PRO.MED. SRL	29 - 31 – 33 - 35
1642666493731	SMITH & NEPHEW SRL	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 - 15 – 18 – 19 - 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 33 – 34 – 35 – 36 - 37 - 38 – 39 – 42 - 44 – 47 - 49
1642418940766	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 - 39

- con il medesimo decreto n. 6195/2022, al cui contenuto integralmente si rinvia, si è proceduto all'annullamento in autotutela del lotto 59 DEFLUSSORI PER SACCHE DI PERFUSIONE;
- con decreto del Direttore Generale n. 6461/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 16/11/2022 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma Sintel, con gli esiti di cui al verbale NP/2022/1269233 del 16/11/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

- NP/2022/1531356 del 16/12/2022;
- NP/2022/ 1575837 del 19/12/2022;
- NP/2023/21045 del 09/01/2023;
- NP/2023/82057 del 23/01/2023;
- NP/2023/126911 del 01/02/2023;
- NP/2023/166867 del 13/02/2023;
- NP/2023/220133 del 27/02/2023;
- NP/2023/276899 del 15/03/2023;
- NP/2023/288328 del 20/03/2023;
- NP/2023/322309 del 03/04/2023;
- NP/2023/336140 del 12/04/2023;
- NP/2023/347168 del 19/04/2023;

DATO ATTO che ad esito dell'esame in seduta riservata della documentazione tecnica sono state escluse le seguenti Ditte per le motivazioni precisate nelle relative comunicazioni di esclusione:

- ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL: lotto 18
- BALT ITALY SRL: lotti 1 – 6 – 9 – 53
- BIOMEDICA ITALIA SRL: lotto 75
- BIOPSYBELL SRL: lotto 75
- BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: lotto 23
- EMOPASS SRL: lotto 10
- HD HEALTH DEFENCE S.R.L.: lotti 4 – 9
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotto 75
- MEDTRONIC ITALIA S.P.A.: lotti 1 - 4 – 10 – 15 – 21 – 23 – 66 – 73 – 76
- MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.: lotto 38 – 74 – 77
- MICROVENTION ITALIA SRL: lotto 50
- PHENOX ITALY Srl: lotto 67

DATO ALTRESI' ATTO che, ad esito dei lavori della Commissione, risultano deserti i seguenti lotti:

- LOTTO 1 Microcateteri a flusso compatibili per emboli liquidi con punta non staccabile (CIG 9255041D6E)
- LOTTO 2 Microcateteri a flusso con palloncino non staccabile (CIG 92563337A1)
- LOTTO 4 Microcateteri su microguida compatibili con emboli liquidi (CIG 9256368484)
- LOTTO 14 Cateteri portanti ad alto supporto (CIG 9256855666)
- LOTTO 23 Guide idrofile per cateterismi cerebrali con punta preformabile e non (CIG 9257129882)
- LOTTO 27 Kit introduttore vascolare per accessi pediatrici (CIG 925722039C)
- LOTTO 37 Sistema di recupero corpi estranei endovascolari intracranici (CIG 925770108C)
- LOTTO 40 Palloncini staccabili con relativi microcateteri per il distacco (CIG 9257747680)
- LOTTO 56 Polvere di tungsteno (CIG 926290355E)

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice svoltasi in data 24/05/2023 (NP/2023/0399689), concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, all'esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 24/05/2023 poc'anzi richiamata, sono risultati i seguenti aggiudicatari per ciascun lotto di gara (i lotti 3 – 4 – 5 - 8 – 9 - 12 – 16 - 44 – 48 – 54 - 57 – 60 – 61 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 -75 -76 sono aggiudicati in Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii):

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	136.000,00	30,00	100
BALT ITALY srl	70,00	238.000,00	17,143	87,14

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	110.400,00	30	100
BALT ITALY srl	55,36	128.616,00	25,75	81,11

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	72.200,00	30,00	100,00

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	208.000,00	28,61	98,61

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	190.000,00	27,00	97,00
MICROVENTION ITALIA SRL	52,43	209.000,00	0,00	52,43
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,43	171.000,00	30,00	51,43

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	98.780,00	30,00	100,00

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	468.000,00	30,00	100,00

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	9.744,00	30,00	100,00

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	128.040,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54	132.000,00	29,10	84,64

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	--	--	----------------------------	---

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	45.560,00	27,76	97,76
----------------------------	-------	-----------	-------	-------

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	154.000,00	27,75	97,75

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	261.000,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U	61,00	313.200,00	21,89	82,89

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	67,14	39.600,00	30,00	97,14

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	45.000,00	30,00	100,00

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	38.440,00	30,00	100,00
-----------------------------	-------	-----------	-------	--------

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	51,80	117.727,20	28,66	80,46

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035” – 0.038” (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	15.552,00	28,77	98,77

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018” (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	199.456,00	24,457	94,457

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	89.760,00	30,00	100,00

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	4.056,00	30,00	100,00
-------------------------------	-------	----------	-------	--------

**LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI
(CIG 9257174DA3)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	11.700,00	30,00	100,00

**LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE
PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	90.480,00	30,00	100,00

**LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD
ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	240.000,00	30,00	100,00

**LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A
DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	1.612.000,00	30,00	100,00

**LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A
DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	177.000,00	24,30	94,30
----------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	60,57	259.600,00	28,48	89,05

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	23.460,00	30,00	100,00

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00	15.960,00	24,35	94,35

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	6.760,00	27,93	97,93

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	10.400,00	30,00	100,00

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	3.442,80	30,00	100,00

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	3.110,40	19,43	89,43

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	73.600,00	30,00	100,00

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	89.600,00	30,00	100,00

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	184.680,00	30,00	100,00

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	84.320,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57	93.000,00	27,20	85,77

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	61.456,00	26,087	96,087

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	212.232,00	30,00	100,00

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	33.000,00	30,00	100,00

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	2.198.680,00	26,794	96,794

STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71	1.963.736,84	30,00	93,710
----------------------------	-------	--------------	-------	--------

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	240.000,00	30,00	100,00

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	1.372.800,00	30,00	100,00

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCULARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	644.000,00	30,00	100,00

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	204.800,00	30,00	100,00

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	32.000,00	30,00	100,00

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	151.662,00	30,00	100,00

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	99.216,00	30,00	100,00

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	196.000,00	23,62	93,62
PHENOX ITALY SRL	56,26	179.200,00	30,00	86,26
STRYKER ITALIA SRL S.U.	49,00	196.000,00	23,62	72,62

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	56,98	57.200,00	30,00	86,98

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	--	--	--------------------------------	---

SEDA S.P.A.	70,00	103.356,00	23,62	93,62
STRYKER ITALIA SRL S.U	58,91	114.840,00	11,25	70,16
GI.MI. MEDICAL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
BIOPSYBELL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	39,85	93.960,00	28,12	67,97
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	39,85	122.148,00	3,38	43,23

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	36.000,00	30,00	100,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	37.980,00	28,436	85,936

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,02	117.936,00	27,59	87,61
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	145.800,00	13,16	83,16
SEDA S.P.A.	52,17	135.432,00	21,58	73,75
BIOPSYBELL SRL	42,35	74.196,00	30,00	72,35
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	42,35	105.300,00	28,29	70,64
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	42,35	145.767,60	13,18	55,53
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	42,35	150.660,00	9,21	51,56

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,35	154.936,80	5,74	48,09
--	-------	------------	------	-------

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	56.385,12	22,48	92,48

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	149.650,00	28,29	98,29

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	588.000,00	9,09	79,09
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	43,18	534.100,00	27,39	70,57
MICROVENTION ITALIA SRL	43,18	583.100,00	11,37	54,55

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	259.200,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	66,57	268.920,00	28,79	95,36
PHENOX ITALY SRL	63,14	302.400,00	14,30	77,44

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	790.160,00	18,48	88,48
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	830.000,00	8,40	78,40
NANUTECH SRL	39,45	561.080,00	30,00	69,45
MICROVENTION ITALIA SRL	41,40	863.200,00	0,00	41,40

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	1.742.500,00	27,50	97,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	2.173.000,00	23,92	93,92
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	2.419.000,00	14,35	84,35
BALT ITALY srl	70,00	2.542.000,00	9,57	79,57
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	40,41	2.460.000,00	12,76	53,17

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	62,50	235.200,00	30,00	92,50
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	288.000,00	16,79	86,79
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52,50	272.832,00	27,25	79,75
BALT ITALY srl	70,00	297.600,00	8,40	78,40

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	288.000,00	16,79	71,79
----------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	365.400,00	27,64	97,64
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	399.000,00	21,36	91,36
BALT ITALY srl	70,00	420.000,00	16,02	86,02
TECNOSTIM	46,00	322.980,00	30,00	76,00

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	2.484.000,00	27,59	97,59
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	63,25	2.415.000,00	28,78	92,03
CROSSMED SPA	59,50	2.344.620,00	30,00	89,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	53,39	2.401.200,00	29,02	82,41
PHENOX ITALY SRL	59,50	2.704.800,00	13,74	73,24
BALT ITALY srl	62,50	2.760.000,00	9,81	72,31

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETR INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	145.180,00	17,47	87,47
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,00	143.960,00	19,06	83,06

STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,00	146.400,00	15,88	79,88
CROSSMED SPA	45,00	132.980,00	27,48	72,48
BALT ITALY srl	39,00	151.280,00	9,53	48,53

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	112.180,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	139.160,00	6,48	76,48

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,00	231.840,00	30,00	100,00

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	51.840,00	28,57	98,57

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOPSYBELL SRL	70,00	218.500,00	20,65	90,65
SEDA S.P.A.	70,00	246.100,00	15,14	85,14
STRYKER ITALIA SRL S.U.	42,13	138.000,00	28,75	70,88
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	103.270,00	30,00	70,00

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	352.800,00	16,84	86,84

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	140.903,36	30,00	70,00

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE gli Uffici della SUAR hanno provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anomale, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alle seguenti Ditte:

- 1) ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL: lotti 42-55
- 2) ALFA MEDICALITALIA S.R.L.: lotti 9 – 18 – 54
- 3) BALT ITALY srl: lotti 8 – 50
- 4) BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: lotti 11 – 19 – 21 – 22 – 34 – 43 – 45 – 46
- 5) CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.: lotti 24 – 47
- 6) COOK ITALIA S.R.L.: lotti 17 – 53
- 7) CROSSMED SPA: lotti 7 – 15 – 16 – 29 – 44 – 48 – 52 – 68 – 69 – 71 – 73
- 8) ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL: lotto 78
- 9) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotto 12
- 10) KOS BIOMEDICA S.R.L.: lotto 74
- 11) MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.: lotti 33 – 35 – 38 – 64 – 76
- 12) MEDTRONIC ITALIA S.P.A.: lotti 3 – 28 – 36 – 41 – 61 – 62 – 70 – 71
- 13) MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.: lotti 25 – 26
- 14) MICROVENTION ITALIA SRL: lotti 5 – 31 – 32 – 51 – 66 – 71
- 15) PHENOX ITALY SRL: lotto 57
- 16) STRYKER ITALIA SRL S.U.: lotti 6 – 10 – 13 – 30 – 49 – 58 – 66 – 75

CONSIDERATO CHE la documentazione fornita dai sopracitati operatori economici attesta la congruità delle relative offerte ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

ss.mm.ii., siccome risulta dalla relazione del RUP Prot-2023-0818172 del 20/06/2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- in sede di effettuazione dei controlli mediante il sistema Avcpass è emersa una posizione irregolare della Società Boston Scientific S.p.a. in relazione all'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Stazione appaltante ha pertanto chiesto alla Boston Scientific S.p.a. chiarimenti in merito alla suddetta posizione irregolare con note Prot-2023-0838564 del 21/06/2023 e Prot-2023-1002206 del 13/07/2023, alle quali la Società ha fornito riscontro con comunicazioni acquisite agli atti rispettivamente Prot-2023-0859734 del 26/06/2023 e Prot-2023-1018589 del 17/07/2023;
- al fine di poter procedere alla valutazione della posizione fiscale della Società Boston Scientific, con nota Prot-2023-1097181 del 31/07/2023 la Stazione appaltante ha inviato all'Agenzia delle Entrate una richiesta in merito;
- a tale richiesta l'Agenzia delle Entrate ha fornito riscontro con nota acquisita agli atti Prot-2023-1163590 del 11/08/2023, precisando che a carico della Società non sussistono gravi violazioni definitivamente accertate e che risultano tre violazioni non definitivamente accertate, di cui una il cui debito è sospeso e due relativamente alle quali il relativo debito è interamente sgravato;
- alla luce della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto anche conto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante ritiene che a carico della Boston Scientific non sia configurabile la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non risultano gravi violazioni definitivamente accertate e le violazioni non definitivamente accertate indicate dall'Agenzia delle Entrate non sono idonee ad integrare la sopracitata causa di esclusione in base a quanto previsto dal D.M. 28.09.2022, essendo i relativi debiti sospesi e/o interamente sgravati;

RILEVATO CHE non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati al presente decreto;

D E C R E T A

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i seguenti verbali, che vengono allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- NP/2022/0617552 del 28/07/2022;
- NP/2022/0885787 del 25/08/2022;
- NP/2022/0890383 del 26/08/2022;
- NP/2022/903062 del 30/08/2022;
- NP/2022/ 908918 del 31/08/2022;
- NP/2022/937148 del 05/09/2022;
- NP/2022/1052774 del 22/09/2022;
- NP/2022/1115665 del 05/10/2022;
- NP/2022/1269233 del 16/11/2022;
- NP/2022/1531356 del 16/12/2022;

- NP/2022/ 1575837 del 19/12/2022;
- NP/2023/21045 del 09/01/2023;
- NP/2023/82057 del 23/01/2023;
- NP/2023/126911 del 01/02/2023;
- NP/2023/166867 del 13/02/2023;
- NP/2023/220133 del 27/02/2023;
- NP/2023/276899 del 15/03/2023;
- NP/2023/288328 del 20/03/2023;
- NP/2023/322309 del 03/04/2023;
- NP/2023/336140 del 12/04/2023;
- NP/2023/347168 del 19/04/2023;
- NP/2023/0399689 del 24/05/2023;

2. DI CONFERMARE l'esclusione delle seguenti Ditte, per le motivazioni indicate nelle relative comunicazioni ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016:

- ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL: lotto 18
- BALT ITALY SRL: lotti 1 – 6 – 9 – 53
- BIOMEDICA ITALIA SRL: lotto 75
- BIOPSYBELL SRL: lotto 75
- BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: lotto 23
- EMOPASS SRL: lotto 10
- HD HEALTH DEFENCE S.R.L.: lotti 4 – 9
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotto 75
- MEDTRONIC ITALIA S.P.A.: lotti 1 - 4 – 10 – 15 – 21 – 23 – 66 – 73 – 76
- MERIT MEDICAL ITALY S.r.l.: lotto 38 – 74 – 77
- MICROVENTION ITALIA SRL: lotto 50
- PHENOX ITALY Srl: lotto 67

3. DI PROCEDERE alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente (i lotti 3 – 4 – 5 - 8 – 9 - 12 – 16 - 44 – 48 – 54 - 57 – 60 – 61 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 -75 -76 sono aggiudicati in Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii):

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	136.000,00	30,00	100
BALT ITALY srl	70,00	238.000,00	17,143	87,14

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	110.400,00	30	100
BALT ITALY srl	55,36	128.616,00	25,75	81,11

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	72.200,00	30,00	100,00

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	208.000,00	28,61	98,61

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	190.000,00	27,00	97,00
MICROVENTION ITALIA SRL	52,43	209.000,00	0,00	52,43
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,43	171.000,00	30,00	51,43

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	98.780,00	30,00	100,00

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	468.000,00	30,00	100,00

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	9.744,00	30,00	100,00

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	128.040,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54	132.000,00	29,10	84,64

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	--	--	----------------------------	---

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	45.560,00	27,76	97,76
----------------------------	-------	-----------	-------	-------

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	154.000,00	27,75	97,75

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	261.000,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U	61,00	313.200,00	21,89	82,89

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	67,14	39.600,00	30,00	97,14

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	45.000,00	30,00	100,00

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	38.440,00	30,00	100,00
-----------------------------	-------	-----------	-------	--------

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	51,80	117.727,20	28,66	80,46

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035” – 0.038” (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	15.552,00	28,77	98,77

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018” (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	199.456,00	24,457	94,457

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	89.760,00	30,00	100,00

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	4.056,00	30,00	100,00
-------------------------------	-------	----------	-------	--------

**LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI
(CIG 9257174DA3)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	11.700,00	30,00	100,00

**LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE
PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	90.480,00	30,00	100,00

**LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD
ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	240.000,00	30,00	100,00

**LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A
DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	1.612.000,00	30,00	100,00

**LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A
DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	---------------------------------------	--	------------------------	---

MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	177.000,00	24,30	94,30
----------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	60,57	259.600,00	28,48	89,05

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	23.460,00	30,00	100,00

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00	15.960,00	24,35	94,35

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	6.760,00	27,93	97,93

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	10.400,00	30,00	100,00

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	3.442,80	30,00	100,00

LOTTO 39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	3.110,40	19,43	89,43

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	73.600,00	30,00	100,00

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	89.600,00	30,00	100,00

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	184.680,00	30,00	100,00

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
---------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

		OFFERTO (EURO)		(TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	84.320,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57	93.000,00	27,20	85,77

**LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI
(CIG 926279081D)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	61.456,00	26,087	96,087

**LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG
9262795C3C)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	212.232,00	30,00	100,00

**LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG
9262812A44)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	33.000,00	30,00	100,00

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	2.198.680,00	26,794	96,794
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71	1.963.736,84	30,00	93,710

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	240.000,00	30,00	100,00

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	1.372.800,00	30,00	100,00

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCULARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	644.000,00	30,00	100,00

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	204.800,00	30,00	100,00

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	32.000,00	30,00	100,00

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	151.662,00	30,00	100,00

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	99.216,00	30,00	100,00

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	196.000,00	23,62	93,62
PHENOX ITALY SRL	56,26	179.200,00	30,00	86,26
STRYKER ITALIA SRL S.U.	49,00	196.000,00	23,62	72,62

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	56,98	57.200,00	30,00	86,98

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
---------------------	--	--	--------------------------------	---

SEDA S.P.A.	70,00	103.356,00	23,62	93,62
STRYKER ITALIA SRL S.U	58,91	114.840,00	11,25	70,16
GI.MI. MEDICAL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
BIOPSYBELL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	39,85	93.960,00	28,12	67,97
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	39,85	122.148,00	3,38	43,23

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	36.000,00	30,00	100,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	37.980,00	28,436	85,936

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,02	117.936,00	27,59	87,61
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	145.800,00	13,16	83,16
SEDA S.P.A.	52,17	135.432,00	21,58	73,75
BIOPSYBELL SRL	42,35	74.196,00	30,00	72,35
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	42,35	105.300,00	28,29	70,64
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	42,35	145.767,60	13,18	55,53
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	42,35	150.660,00	9,21	51,56

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,35	154.936,80	5,74	48,09
--	-------	------------	------	-------

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	56.385,12	22,48	92,48

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	149.650,00	28,29	98,29

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	588.000,00	9,09	79,09
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	43,18	534.100,00	27,39	70,57
MICROVENTION ITALIA SRL	43,18	583.100,00	11,37	54,55

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	259.200,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	66,57	268.920,00	28,79	95,36
PHENOX ITALY SRL	63,14	302.400,00	14,30	77,44

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	790.160,00	18,48	88,48
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	830.000,00	8,40	78,40
NANUTECH SRL	39,45	561.080,00	30,00	69,45
MICROVENTION ITALIA SRL	41,40	863.200,00	0,00	41,40

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	1.742.500,00	27,50	97,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	2.173.000,00	23,92	93,92
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	2.419.000,00	14,35	84,35
BALT ITALY srl	70,00	2.542.000,00	9,57	79,57
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	40,41	2.460.000,00	12,76	53,17

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	62,50	235.200,00	30,00	92,50
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	288.000,00	16,79	86,79
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52,50	272.832,00	27,25	79,75
BALT ITALY srl	70,00	297.600,00	8,40	78,40

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	288.000,00	16,79	71,79
----------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	365.400,00	27,64	97,64
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	399.000,00	21,36	91,36
BALT ITALY srl	70,00	420.000,00	16,02	86,02
TECNOSTIM	46,00	322.980,00	30,00	76,00

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	2.484.000,00	27,59	97,59
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	63,25	2.415.000,00	28,78	92,03
CROSSMED SPA	59,50	2.344.620,00	30,00	89,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	53,39	2.401.200,00	29,02	82,41
PHENOX ITALY SRL	59,50	2.704.800,00	13,74	73,24
BALT ITALY srl	62,50	2.760.000,00	9,81	72,31

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETR INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	145.180,00	17,47	87,47
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,00	143.960,00	19,06	83,06

STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,00	146.400,00	15,88	79,88
CROSSMED SPA	45,00	132.980,00	27,48	72,48
BALT ITALY srl	39,00	151.280,00	9,53	48,53

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	112.180,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	139.160,00	6,48	76,48

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,00	231.840,00	30,00	100,00

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	51.840,00	28,57	98,57

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOPSYBELL SRL	70,00	218.500,00	20,65	90,65
SEDA S.P.A.	70,00	246.100,00	15,14	85,14
STRYKER ITALIA SRL S.U.	42,13	138.000,00	28,75	70,88
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	103.270,00	30,00	70,00

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	352.800,00	16,84	86,84

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	140.903,36	30,00	70,00

4. DI DARE ATTO CHE, ad esito dei lavori della Commissione, risultano deserti i seguenti lotti:

- LOTTO 1 Microcateteri a flusso compatibili per emboli liquidi con punta non staccabile (CIG 9255041D6E)
- LOTTO 2 Microcateteri a flusso con palloncino non staccabile (CIG 92563337A1)
- LOTTO 4 Microcateteri su microguida compatibili con emboli liquidi (CIG 9256368484)
- LOTTO 14 Cateteri portanti ad alto supporto (CIG 9256855666)
- LOTTO 23 Guide idrofile per cateterismi cerebrali con punta preformabile e non (CIG 9257129882)
- LOTTO 27 Kit introduttore vascolare per accessi pediatrici (CIG 925722039C)
- LOTTO 37 Sistema di recupero corpi estranei endovascolari intracranici (CIG 925770108C)
- LOTTO 40 Palloncini staccabili con relativi microcateteri per il distacco (CIG 9257747680)
- LOTTO 56 Polvere di tungsteno (CIG 926290355E)

5. DI DARE ATTO CHE:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la Convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- per i lotti aggiudicati in Accordo Quadro l'importo della garanzia definitiva è calcolato, per gli aggiudicatari diversi dal primo classificato, sulla quota parte di fornitura attribuibile in base alle previsioni del Capitolato Tecnico di Gara (40%);
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	13.600,00 €
BALT ITALY srl	9.520,00 €

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MICROVENTION ITALIA SRL	11.040,00 €
BALT ITALY srl	5.144,64 €

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	7.220,00 €

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	20.800,00 €

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BALT ITALY srl	19.000,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	8.360,00 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	6.840,00 €

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	9.878,00 €

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	46.800,00 €

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	974,40 €

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12.804,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	5.280,00 €

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	4.556,00 €

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	15.400,00 €

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	26.100,00 €

STRYKER ITALIA SRL S.U	12.528,00 €
------------------------	-------------

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
COOK ITALIA S.R.L.	3.960,00 €

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	4.500,00 €

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	3.844,00 €

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11.772,72 €

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035” – 0.038” (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1.555,20 €

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018” (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	19.945,60 €

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	8.976,00 €

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	405,60 €

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	1.170,00 €

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	9.048,00 €

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	24.000,00 €

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	161.200,00 €

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MICROVENTION ITALIA SRL	17.700,00 €

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MICROVENTION ITALIA SRL	25.960,00 €

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	2.346,00 €

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC SPA	1.596,00 €

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	676,00 €

**LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI
(CIG 92576885D0)**

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1.040,00 €

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	344,28 €

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
AB MEDICA SPA	311,04 €

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	7.360,00 €

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	8.960,00 €
---------------------------	------------

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	18.468,00 €

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	8.432,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	3.720,00 €

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	6.145,60 €

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	21.223,20 €

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	3.300,00 €

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	219.868,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	78.549,47 €

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	24.000,00 €

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BALT ITALY srl	137.280,00 €

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MICROVENTION ITALIA SRL	64.400,00 €

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	20.480,00 €

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
COOK ITALIA S.R.L.	3.200,00 €

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	15.166,20 €

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	9.921,60 €

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	19.600,00 €
PHENOX ITALY SRL	7.168,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	7.840,00 €

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	I IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5.720,00 €

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
SEDA S.P.A.	10.335,60 €
STRYKER ITALIA SRL S.U	4.593,60 €
GI.MI. MEDICAL SRL	3.340,80 €
BIOPSYBELL SRL	3.340,80 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3.758,40 €
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	4.885,92 €

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3.600,00 €
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	1.519,20 €

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	11.793,60 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5.832,00 €
SEDA S.P.A.	5.417,28 €
BIOPSYBELL SRL	2.967,84 €

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	4.212,00 €
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	5.830,68 €
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	6.026,40 €
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	6.197,47 €

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
AB MEDICA SPA	5.638,51 €

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	14.965,00 €

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	58.800,00 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21.364,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	23.324,00 €

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	25.920,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	10.756,80 €
PHENOX ITALY SRL	12.096,00 €

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	79.016,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	33.200,00 €

NANUTECH SRL	22.443,20 €
MICROVENTION ITALIA SRL	34.528,00 €

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	174.250,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	86.920,00 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	96.760,00 €
BALT ITALY srl	101.680,00 €
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	98.400,00 €

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	23.520,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	11.520,00 €
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	10.913,28 €
BALT ITALY srl	11.904,00 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	11.520,00 €

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	36.540,00 €
MICROVENTION ITALIA SRL	15.960,00 €
BALT ITALY srl	16.800,00 €
TECNOSTIM	12.919,20 €

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MICROVENTION ITALIA SRL	248.400,00 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	96.600,00 €
CROSSMED SPA	93.784,80 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	96.048,00 €

PHENOX ITALY SRL	108.192,00 €
BALT ITALY srl	110.400,00 €

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MICROVENTION ITALIA SRL	14.518,00 €
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	5.758,40 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5.856,00 €
CROSSMED SPA	5.319,20 €
BALT ITALY srl	6.051,20 €

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CROSSMED SPA	11.218,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5.566,40 €

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
KOS BIOMEDICA S.R.L.	23.184,00 €

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5.184,00 €

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
BIOPSYBELL SRL	21.850,00 €
SEDA S.P.A.	9.844,00 €
STRYKER ITALIA SRL S.U.	5.520,00 €
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	4.130,80 €

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	35.280,00 €

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	14.090,34 €

6. DI DARE ATTO CHE la Convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatrici sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

7. DI PROVVEDERE alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;


8. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

- in forma integrale su:
 - Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto su:
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Il Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica – Il Lavoro edizione regionale
 - Il Giornale della Liguria
 - Osservatorio appalti Regione Liguria
 - Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale (www.acquistiliguria.it) - Sito web Consip (www.acquistinretepa.it)

9. DI DARE ATTO CHE al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;

10. DI DARE INFINE ATTO CHE le spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0617552
del 28/07/2022

Genova, 28/07/2022

Prot. n. NP/2022/0617552

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa

Il giorno 28/07/2022, alle ore 14,06 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Dott. Walther Bertarini della S.U.A.R..
Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Mauro Vestri, nominato con decreto del Direttore Generale n. 3306/2021.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse.
Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2022- 0530905 del 20/07/2022.

WB
m.m.

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che con decreto n. 3653/2022 è stata indetta la procedura di cui in epigrafe e fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 26/07/2022, ore 14:00.

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il predetto termine delle ore 14:00 del 26/07/2022 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1658325503986	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola
1658215369444	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 11264670156	Forma singola
1658487513367	ALFA MEDICALITALIA S.R.L. 01298600089	Forma singola
1658310540092	ALPAROMA SRL 03981080165	Forma singola
1658752997616	B.BRAUN MILANO SPA 00674840152	Forma singola
1658753846051	BALT ITALY SRL 11570870961	Forma singola
1658759631238	BETATEX S.P.A. 00440180545	Forma singola
1658391752828	BIOMEDICA ITALIA S.R.L. 11408800966	Forma singola
1658398835047	BIOPSYBELL SRL 02615000367	Forma singola
1658227505013	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159	Forma singola
1658319447096	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962	Forma singola
1658759540383	COOK ITALIA S.R.L. 07123400157	Forma singola
1658477486031	CROSSMED SPA 01736720994	Forma singola
1658234639348	EMOPASS SRL 06590180011	Forma singola
1658569011085	ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL 07423360960	Forma singola
1658474623906	GL.MI. MEDICAL SRL 02803471206	Forma singola



1658750917416	H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. 05870050589	Forma singola
1658310830017	JANUA MEDICAL 03268390105	Forma singola
1658738190630	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008	Forma singola
1658770572874	KEY MEDICAL CARE SRL 04547550279	Forma singola
1658407308547	KOS BIOMEDICA S.R.L. 03297130100	Forma singola
1658228496696	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 02812360101	Forma singola
1658400868677	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola
1658218481656	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L. 07609020966	Forma singola
1658751327462	MICROVENTION ITALIA SRL 08149900964	Forma singola
1658759099431	N.G.C. MEDICAL SRL 09831040150	Forma singola
1658827506505	NANUTECH SRL 08861201005	Forma singola
1658488459532	PHENOX ITALY SRL 03091530216	Forma singola
1657890469753	SEDA S.P.A. 01681100150	Forma singola
1658417184210	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	Forma singola
1658471333230	SVAS BIOSANA S.P.A. 04720630633	Forma singola
1658492858336	TECNOSTIM 05856601009	Forma singola

Il Presidente dà quindi lettura delle ditte partecipanti per ciascuno dei lotti di gara:

LOTTO 1 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA NON STACCABILE (CIG 9255041D6E)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 2 MICROCATETERI A FLUSSO CON PALLONCINO NON STACCABILE (CIG 92563337A1)

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 4 MICROCATETERI SU MICROGUIDA COMPATIBILI CON EMBOLI LIQUIDI (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.
BALT ITALY srl
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE
EMOPASS SRL
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA



BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 14 CATETERI PORTANTI AD ALTO SUPPORTO (CIG 9256855666)

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE
BALT ITALY SRL
CROSSMED SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE
COOK ITALIA S.R.L.
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL
NANUTECH SRL

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038" (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.
COOK ITALIA S.R.L.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

LOTTO 23 GUIDE IDROFILE PER CATETERISMI CEREBRALI CON PUNTA PREFORMABILE E NON (CIG 9257129882)

PARTECIPANTE
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 27 KIT INTRODUTTORE VASCOLARE PER ACCESSI PEDIATRICI (CIG 925722039C)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE
COOK ITALIA S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA



LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
PHENOX ITALY SRL

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
AB MEDICA SPA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.
NANUTECH SRL

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
AB MEDICA SPA
B.BRAUN MILANO SPA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA
B.BRAUN MILANO SPA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 37 SISTEMA DI RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI INTRACRANICI (CIG 925770108C)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L

LOTTO 40 PALLONCINI STACCABILI CON RELATIVI MICROCATETERI PER IL DISTACCO (CIG 9257747680)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCULARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
COOK ITALIA S.R.L.

13
WAB
m.m.

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

LOTTO 56 POLVERE DI TUNGSTENO (CIG 926290355E)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)


PARTECIPANTE
CROSSMED SPA
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE
CROSSMED SPA
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 59 DEFLUSSORI PER SACCHE DI PERFUSIONE (CIG 9262933E1D)

PARTECIPANTE
B.BRAUN MILANO SPA
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.



LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.
BIOPSYBELL SRL
GI.MI. MEDICAL SRL
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
SEDA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE
ALPAROMA SRL
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE
ALPAROMA SRL
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.
BIOPSYBELL SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.
SEDA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)


PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA
BETATEX S.P.A.
JANUA MEDICAL
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
N.G.C. MEDICAL SRL
SVAS BIOSANA S.P.A.

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE
AB MEDICA SPA
BETATEX S.P.A.
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
N.G.C. MEDICAL SRL
SVAS BIOSANA S.P.A.

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.



**LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI
DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)**


PARTECIPANTE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

**LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA
(CIG 9263048D04)**

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
NANUTECH SRL
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
EMOPASS SRL
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
KEY MEDICAL CARE SRL
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.



MICROVENTION ITALIA SRL
NANUTECH SRL
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
TECNOSTIM

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
PHENOX ITALY SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

Handwritten signatures and initials:
 P, WB, m. h.

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETR INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MICROVENTION ITALIA SRL
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)


PARTECIPANTE
BALT ITALY srl
CROSSMED SPA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE
KOS BIOMEDICA S.R.L.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE
ALPAROMA SRL
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.
BIOPSYBELL SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.



MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE
ALPAROMA SRL
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.
BIOPSYBELL SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
SEDA S.P.A.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE
BIOPSYBELL SRL
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.
STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL

Il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede quindi alla verifica sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

1) della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;

2) della mera presenza dei sotto riportati documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla *lex specialis* (art. 14.2.1 del Disciplinare) come di seguito elencati:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE **firmato digitalmente**;
- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (*eventuale*) procura
- i) (*eventuale*) certificazioni riduzione cauzione
- j) (*eventuale*) referenze bancarie
- k) (*eventuale*) documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**;
- l) (*eventuale*) atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- n) Patto di integrità

Successivamente, in seduta riservata, il Seggio di Gara procederà alla verifica del contenuto e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti rispetto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Al termine delle operazioni il presidente del Seggio dà atto che per tutte le Ditte offerenti risultano conformi la ricezione dell'offerta presentata, la validità della firma digitale rispettivamente apposta e la presenza dei documenti nei campi Sintel.


Alle ore 14,20 il Presidente, avendo il Seggio esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 23 (ventitrè) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 28/07/2022

RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA


Ufficiale Rogante
Dott. Mauro VESTRI


The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more legible. Both are written on a horizontal line.

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Supporto Informatico
Dott. Walther BERTARINI





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0885787
del 25/08/2022

Genova, 25/08/2022

Prot. n. NP/2022/0885787

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

I ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 25/08/2022, alle ore 10,40 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Seggio di gara inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica Prot-2022-0617552 del 28/07/2022).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:


- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

BB *M*

(A.N.A.C.)

- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (eventuale) procura
- i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
- j) (eventuale) referenze bancarie
- k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

AB MEDICA SPA		
Lotti di partecipazione:	11 – 20 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 63 – 64	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A. Milano Monza Brianza Lodi n. 2053882 (Dichiarazione sostitutiva del certificato)	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 172.311.520,00 fatturato specifico medio annuo: € 16.958.221,68	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1670.00.27.2799839221 rilasciata da Sace BT S.p.a. importo € 7.854,04	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2187-6948-0044-2723	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----



Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	18 – 22 – 33 – 34 – 41 – 42 – 45 – 47 – 55	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI N. Iscrizione 11264670156	CONFORME
Requisiti di capacità economico- finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 229.008.092,33 fatturato specifico medio annuo: € 74.599.658,62	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico- organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 0947000000073718 rilasciata da Banca Nazionale del lavoro S.p.A. importo € 6.195,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6850-9308-6968-5887	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	



Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO

ALFA MEDICALITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	9 – 18 – 20 – 54	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA N. Iscrizione 01298600089	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 3.574.525,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.423.898,48	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1891687 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.a. importo € 41.548,88	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	4754-0933-2975-5932	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	PRESENTE	CONFORME
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	-----
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

ALPAROMA SRL		
Lotti di partecipazione:	61 – 62 – 75 – 76	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA – REA DI BG 425056	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 650.000,00 fatturato specifico medio annuo: € 27.074,00 Avvalimento *	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Avvalimento *	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2356950rilasciata da Coface importo € 11.581,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	Non presente	
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	PRESENTE*	
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ESCLUSA	

* La Ditta dichiara di avvalersi della Società Surgical S.r.l. per soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale; il contratto di avvalimento non riporta peraltro la definizione specifica delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, limitandosi detto contratto a prevedere genericamente che l'impresa ausiliaria *“si obbliga a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata i propri requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”*. Ciò in violazione con quanto previsto dal Disciplinare (art. 9: che *“In caso di Avvalimento tecnico-operativo il contratto*

di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”) ed in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo” sussiste sempre l’esigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che l’ausiliaria fornisce all’ausiliata per eseguire l’appalto e che la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, che deve invece essere valido fin dal principio.

Stante la predetta carenza del contratto di avvalimento, non sanabile mediante soccorso istruttorio, la Alparoma verrà esclusa dalla gara.

B. BRAUN MILANO SPA		
Lotti di partecipazione:	34 – 35 – 59	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	REGISTRO IMPRESE DELLA Camera di Commercio Metropolitana di Milano -Monza-Brianza -Lodi N. 00674840152	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 135.659.748,30 fatturato specifico medio annuo: € 2.917.834,93	Fatturato specifico insufficiente
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1888669 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.a. importo € 50.707,20	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2290-8720-3490-5776	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----


Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO	

La seduta si chiude alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 25/08/2022


RUP e Presidente del Seggio


Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0885787
del 25/08/2022

Genova, 25/08/2022

Prot. n. NP/2022/0885787

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

I ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 25/08/2022, alle ore 10,40 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Seggio di gara inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica Prot-2022-0617552 del 28/07/2022).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:


- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

BB *M*

(A.N.A.C.)


- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (eventuale) procura
- i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
- j) (eventuale) referenze bancarie
- k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

AB MEDICA SPA		
Lotti di partecipazione:	11 – 20 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 63 – 64	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A. Milano Monza Brianza Lodi n. 2053882 (Dichiarazione sostitutiva del certificato)	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 172.311.520,00 fatturato specifico medio annuo: € 16.958.221,68	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1670.00.27.2799839221 rilasciata da Sace BT S.p.a. importo € 7.854,04	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2187-6948-0044-2723	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----



Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	18 – 22 – 33 – 34 – 41 – 42 – 45 – 47 – 55	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI N. Iscrizione 11264670156	CONFORME
Requisiti di capacità economico- finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 229.008.092,33 fatturato specifico medio annuo: € 74.599.658,62	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico- organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 0947000000073718 rilasciata da Banca Nazionale del lavoro S.p.A. importo € 6.195,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6850-9308-6968-5887	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	



Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO

ALFA MEDICALITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	9 – 18 – 20 – 54	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA N. Iscrizione 01298600089	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 3.574.525,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.423.898,48	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1891687 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.a. importo € 41.548,88	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	4754-0933-2975-5932	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	PRESENTE	CONFORME
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	-----
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

ALPAROMA SRL		
Lotti di partecipazione:	61 – 62 – 75 – 76	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CCIAA – REA DI BG 425056	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 650.000,00 fatturato specifico medio annuo: € 27.074,00 Avvalimento *	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Avvalimento *	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2356950rilasciata da Coface importo € 11.581,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	Non presente	
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	PRESENTE*	
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ESCLUSA	

* La Ditta dichiara di avvalersi della Società Surgical S.r.l. per soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale; il contratto di avvalimento non riporta peraltro la definizione specifica delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, limitandosi detto contratto a prevedere genericamente che l'impresa ausiliaria *“si obbliga a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata i propri requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”*. Ciò in violazione con quanto previsto dal Disciplinare (art. 9: che *“In caso di Avvalimento tecnico-operativo il contratto*

di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”) ed in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo” sussiste sempre l’esigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che l’ausiliaria fornisce all’ausiliata per eseguire l’appalto e che la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, che deve invece essere valido fin dal principio.

Stante la predetta carenza del contratto di avvalimento, non sanabile mediante soccorso istruttorio, la Alparoma verrà esclusa dalla gara.

B. BRAUN MILANO SPA		
Lotti di partecipazione:	34 – 35 – 59	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	REGISTRO IMPRESE DELLA Camera di Commercio Metropolitana di Milano -Monza-Brianza -Lodi N. 00674840152	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 135.659.748,30 fatturato specifico medio annuo: € 2.917.834,93	Fatturato specifico insufficiente
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1888669 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.a. importo € 50.707,20	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2290-8720-3490-5776	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----


Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO	

La seduta si chiude alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 25/08/2022


RUP e Presidente del Seggio


Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0903065
del 30/08/2022

Genova, 30/08/2022

Prot. n. NP/2022/903065

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

III^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 30/08/2022, alle ore 14,00 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	
Lotti di partecipazione:	18 – 21 – 24 – 41 – 47
Istanza di partecipazione	CONFORME
DGUE	CONFORME
Contributo ANAC	CONFORME

Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. di Roma - numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 09158150962	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 24.281.580,27 fatturato specifico medio annuo: allega referenze bancarie	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 896BGI2202023 rilasciata da Deutsche Bank Spa importo € 4.478,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2954-4419-4613-3926	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	CONFORME
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

COOK ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	17 – 21 – 28 – 53	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI MILANO MONZA-BRIANZA-LODI N. 07123400157	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 58.200.554,67 fatturato specifico medio annuo: € 107.850,50	CONFORME

B M

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 420113007 rilasciata da Generali Italia S.p.A. importo € 2.813,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	1443-3449-6051-9167	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

CROSSMED SPA		
Lotti di partecipazione:	7 – 15 – 16 – 29 – 31 – 44 – 48 – 52 – 57 – 58 – 65 – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 73	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO REA N. 1071502	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 17.838.691,30 fatturato specifico medio annuo: € 6.547.500,42	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME

Handwritten signatures and initials.

Cauzione provvisoria	Polizza n. 1/39521/96/189009647 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. importo € 60.573,40	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	9825-0873-9000-1122	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

EMOPASS SRL		
Lotti di partecipazione:	10 – 68	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. TORINO REGISTRO IMPRESE	CONFORME
Requisiti di capacità economico- finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 1.828.913 fatturato specifico medio annuo: € 1.630.368	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico- organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1/65335/96/187197288 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. importo € 16.460,00	CONFORME

Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3453-8294-1506-5233	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (attestazione pagamento imposta di bollo)	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

ESPO erresse prodotti ospedalieri srl		
Lotti di partecipazione:	17 – 78	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO REA MI-1957853	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 1.983.145,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.983.145,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1892321rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. importo € 1.540,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	No. Art. 93, comma 8 ultimo periodo D.lgs. n. 50/2016	CONFORME
PASSOE	7029-8849-5295-4556	CONFORME


Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

La seduta si chiude alle ore 17,30

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 30/08/2022


RUP e Presidente del Seggio


Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0908918
del 31/08/2022

Genova, 31/08/2022

Prot. n. NP/2022/ 908918

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

IV^ SEDUTA RISERVATA**Verbale di verifica della documentazione amministrativa**

Il giorno 31/08/2022, alle ore 9,00 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

GI. MI. MEDICAL srl	
Lotti di partecipazione:	60
Istanza di partecipazione	CONFORME
DGUE	CONFORME
Contributo ANAC	CONFORME

Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Bologna	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 959.248,67 fatturato specifico medio annuo: allega referenza e bilanci	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	La distribuzione del cemento osseo per vertebroplastica è stata intrapresa dalla Ditta nel 2022	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2357438 rilasciata da COFACE importo € 626,40	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presenti	CONFORME
PASSOE	6181-4255-0422-8945	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	CONFORME
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	4 – 9 – 32 – 65 – 68 – 72	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA num. iscrizione 05870050589	CONFORME

Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 2.657.138,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.893.737,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1490.00.27.2799840180 rilasciata da Sace BT S.p.A. importo € 20.906,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7966-4011-0795-8792	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

JANUA MEDICAL S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	63	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI GENOVA num. iscrizione 330672	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 386.388,00 fatturato specifico medio annuo: € 8.012,24 (allega referenze)	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME

Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 408627186 rilasciata da Axa Assicurazioni S.p.A. importo € 868,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	No. Art. 93, comma 8 ultimo periodo D.lgs. n. 50/2016	CONFORME
PASSOE	77161-2770-9098-5059	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	CONFORME
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL		
Lotti di partecipazione:	12 – 15 – 16 – 32 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 75 – 76 - 77	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. di Roma - n. iscrizione: 08082461008 - data iscrizione: 13/07/2004	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 506.668.474,67 fatturato specifico medio annuo: € 5.953.352,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Allega elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti *	CONFORME

Cauzione provvisoria	Polizza n. 08312/8200/00874334/579951/1604- 2022 rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. importo € 24.625,58	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	1962-8064-2869-5463	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	CONFORME
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

* In allegato all'Istanza di partecipazione e al DGUE la Ditta ha dichiarato:

- ✓ una risoluzione per parziale inadempimento di un contratto di fornitura intervenuta nel 2018 a causa della sopravvenuta cessazione della produzione dei prodotti forniti decisa dal fabbricante legale. La Ditta ha precisato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assegnare la fornitura al secondo aggiudicatario senza ravvisare la gravità dell'inadempimento e senza riconoscere che tale inadempimento, tenuto conto delle circostanze del caso e della tenuità degli importi, potesse essere tale da pregiudicare l'elemento fiduciario e l'affidabilità che caratterizza la capacità operativa della Johnson & Johnson Medical S.p.a. in tal modo implicitamente riconoscendo l'assenza di grave colpa o dolo e non procedendo ad alcuna segnalazione ad ANAC;
- ✓ intervenuto rinvio a giudizio nei confronti di Johnson & Johnson Medical S.p.A. per l'ipotizzato illecito amministrativo previsto dall'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli art. 319, 319 bis c.p., in ipotesi commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), d.D.lgs. n. 231/2001. A tale riguardo, la Johnson & Johnson Medical S.p.a. ha precisato che, benchè all'epoca dei fatti contestati avesse già adottato e attuato un modello organizzativo e gestionale ex d. lgs. n. 231/01, ha provveduto all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale sopracitato, così adottando misure idonee, ex art. 17, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231 del 2001, a prevenire la commissione di reati della specie di quello contestato, come anche previsto in tema di self cleaning dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC.

Orbene, alla luce della causa dell'inadempimento che ha portato alla risoluzione del contratto (sopravvenuta cessazione della produzione dei prodotti forniti decisa dal fabbricante legale, quindi causa non prevista, né prevedibile, né direttamente imputabile alla Ditta) e del tempo trascorso (tre anni), il Seggio non ritiene che siffatta risoluzione sia tale da comportare l'esclusione dell'operatore economico, non configurando, a giudizio della Stazione appaltante, per le anzidette ragioni, né un

Handwritten signatures and initials.

grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, né “*significantative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento*” ex art. 80, comma 5, lett. c ter).

Per quanto concerne il rinvio a giudizio, la Stazione appaltante ritiene che lo stesso non possa comportare l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle misure di self cleaning adottate –precedentemente alla partecipazione alla gara- con riferimento all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale.

KEY MEDICAL		
Lotti di partecipazione:	68	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO REA VE - 426259	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 117.963,00 (2019-20-21) fatturato specifico medio annuo: € 117.963,00(2019-20-21) (allega referenza e bilancio)	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. M14653205 rilasciata da ITAS MUTUA importo € 27.880,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8603-0431-8891-2186	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presente	CONFORME
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorti (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (ALLEGA BOLLO)	

Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO

KOS BIOMEDICA SRL		
Lotti di partecipazione:	74	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 467.675,07 fatturato specifico medio annuo: € 167.960,50	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 10044010000837 rilasciata da BENE Assicurazioni S.p.A. importo € 1.176,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6693-2625-5128-9709	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	





MED ITALIA		
Lotti di partecipazione:	11 – 33 – 34 – 35 – 38 – 39 – 61 – 62 – 63 – 64 – 76	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA num. iscrizione 02812360101	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 22.938.249,33 fatturato specifico medio annuo: € 2.574.667,70	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. E1499169 rilasciata da ITAS MUTUA S.p.A. importo € 5.090,58	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5469-7934-9127-8063	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

La seduta si chiude alle ore 13,00
 Letto, confermato e sottoscritto.
 Genova, 31/08/2022

RUP e Presidente del Seggio
 Dott. Luigi Moreno COSTA

Funzionario referente e Segretario
 Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0937148
del 05/09/2022

Genova, 05/09/2022

Prot. n. NP/2022/937148

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

V^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 05/09/2022, alle ore 8,45 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	
Lotti di partecipazione:	1 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 15 – 21 – 23 – 28 – 31 – 36 – 41 – 46 – 60 – 61 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 75 – 76 – 77
Istanza di partecipazione	CONFORME
DGUE	CONFORME
Contributo ANAC	CONFORME

BZ M

Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI MILANO num. iscrizione 09238800156	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 674.435.526,00 fatturato specifico medio annuo: € 201.831.984,40	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti**	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. E1499169 rilasciata da Deutsche Bank S.p.A. importo € 49.941,60	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3698-6223-1568-5001 3783-3083-8770-0929	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presente	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

* Nella dichiarazione allegata al DGUE la Ditta ha dichiarato una violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tale riguardo, la Ditta ha dichiarato di aver provveduto alla stesura del DVR con le prescrizioni indicate e nell'aver eliminato, autonomamente, la contravvenzione prima dell'emissione della sanzione, pagando la stessa entro i termini stabiliti. Considerata la natura dell'infrazione e l'esiguità dell'importo pagato per l'estinzione, si ritiene che la violazione *de qua* non rivesta i caratteri della gravità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) D.lgs. n. 50/2016; inoltre, la Ditta ha dichiarato di aver adottato appropriate misure di self cleaning (redazione di una procedura "Tutela lavoratrici madri e gestanti", risposta immediata alle azioni correttive richieste dall'Ispettorato del Lavoro e stesura del DVR con le modalità prescritte, pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione in sede amministrativa, aver provveduto ad istruire tutti i dipendenti nonché tutti gli agenti e distributori sulle policy e procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro avvalendosi di diverse iniziative di formazione puntualmente indicate).

Alla luce delle anzidette considerazioni, si ritiene che la violazione *de qua* non sia idonea a comportare l'esclusione.

La Ditta ha altresì dichiarato i seguenti accadimenti:

- 1) Sentenza della Corte di appello di Bologna divenuta irrevocabile per scadenza dei termini di impugnazione, con cui Medtronic è stata assolta in un procedimento penale relativo a presunti

reati di corruzione e frode. La Ditta ha dichiarato che in ogni caso aveva già provveduto ad adottare delle procedure di self cleaning (puntualmente indicate nella dichiarazione) tese a prevenire ogni possibile forma di fatto illecito analogo a quello in questione.

- 2) Medtronic ha dichiarato l'applicazione di due penali, le quali risultano peraltro di modico importo ed applicate nel 2017 e 2018.
- 3) Medtronic ha dichiarato l'intervenuta risoluzione di un contratto nel 2018; considerato che la causa della risoluzione è l'inadempimento di due ordinativi di fornitura di modico valore e che l'inadempimento è stato determinato da un "back order" del prodotto oggetto di gara verificatosi a livello internazionale, si ritiene che tale risoluzione non costituisca "grave illecito professionale" ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016;
- 4) Infine, la Ditta ha dichiarato di aver ricevuto dall'ANAC una comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, poi archiviato con comunicato del 14.04.2020.

Per le ragioni sopra esposte, non si ritiene che i fatti dichiarati dalla Medtronic, sopra sinteticamente riepilogati, costituiscano grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016.

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	11 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 59 – 62 – 74 – 77	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI MILANO num. iscrizione 19706777	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 6.637.127,19 fatturato specifico medio annuo: € 1.562.509,00	Fatturato specifico insufficiente
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2356255 rilasciata da COFACE importo € 141.723,24	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	9559-7385-5481-8420	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----

Handwritten signature/initials

Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (allega bollo all'istanza)	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO	

MICROVENTION ITALIA S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	5 - 8 - 12 - 31 - 32 - 44 - 50 - 51 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI MILANO MONZA BRIANZA LODI num. iscrizione 08149900964	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 9.724.006,33 fatturato specifico medio annuo: € 4.883.523,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1891088 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. importo € 116.806,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3695-8664-4385-3093	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	

Handwritten signature/initials

Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO


N.G.C. Medical srl		
Lotti di partecipazione:	63 – 64	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI COMO E LECCO num. iscrizione 09831040150	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 93.947.202,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.414.459,35	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. FDI 279196/22 rilasciata da Banca Popolare di Sondrio importo € 3.123,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2387-4404-1315-5201	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	


NANUTECH SRL		
Lotti di partecipazione:	17 – 33 – 67 – 68	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI ROMA num. iscrizione 08861201005 REA – RM 1122474	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 1.334.211,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.043.277,73	Fatturato globale insufficiente
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 408648483 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. importo € 18.805,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	microimpresa	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6350-4008-0364-1520	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (allega bollo nell'istanza)	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO	

La seduta si chiude alle ore 12,50
 Letto, confermato e sottoscritto.
 Genova, 05/09/2022

RUP e Presidente del Seggio
 Dott. Luigi Moreno COSTA

Funzionario referente e Segretario
 Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

Genova, 22/09/2022

Prot. n. NP/2022/ 1052774

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

VI ^ SEDUTA RISERVATA**Verbale di verifica della documentazione amministrativa**

Il giorno 22/09/2022, alle ore 8,30 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

PHENOX ITALY srl	
Lotti di partecipazione:	31 – 57 – 58 – 65 – 66 – 67 – 68 – 71
Istanza di partecipazione	CONFORME
DGUE	CONFORME
Contributo ANAC	CONFORME

Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO num. iscrizione 03091530216,	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo (2021): € 1.730.358 fatturato specifico medio annuo (2021): € 1.730.358 Azienda costituita a settembre 2020 Inizio attività Gennaio 2022	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1891344 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. importo € 40.151,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3502-8362-3814-4516	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (autocertificazione imposta di bollo)	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

SEDA SPA CON SOCIO UNICO		
Lotti di partecipazione:	60 – 62 – 76	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI MILANO num. iscrizione 01681100150	CONFORME

Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 14.771.674,00 fatturato specifico medio annuo: € 1.426.831,09	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 03069/78017/8200/00873855 rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. importo € 6.092,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6353-9046-0947-9667	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

STRYKER ITALIA Srl SU		
Lotti di partecipazione:	6 – 10 – 13 – 16 – 30 – 48 – 49 – 57 – 58 – 60 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 75 – 76 – 77	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI ROMA num. iscrizione 12572900152 n° REA 908791	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 132.339.534,67 fatturato specifico medio annuo: € 28.826.860,33	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME

Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1891977 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. importo € 151.024,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8269-5218-2316-7220	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (allega copia marca da bollo)	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

SVAS BIOSANA S.P.A		
Lotti di partecipazione:	63 – 64	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI num. iscrizione 04720630633 n° REA NA – 393065	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 48.091.690,00 fatturato specifico medio annuo: € 97.343,58 (allega 2 referenze bancarie)	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME

Cauzione provvisoria	Polizza n. 0535420853 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. importo € 1.249,52	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8838-4161-8726-8673	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

TECNOSTIM SRL		
Lotti di partecipazione:	70	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CIAA DI ROMA AL N. 05856601009 REA RM-1523832	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 712.799,33 fatturato specifico medio annuo: € 133.637,33	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1890248 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. importo € 2.415,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME

PASSOE	8050-0047-9066-0162	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME (allega dichiarazione con copia marca da bollo)	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

Ad esito della verifica amministrativa di tutte le Ditte partecipanti il Seggio decide di:

- escludere la Ditta Alparoma per le motivazioni indicate nel verbale NP/2022/ 0885787 del 25/08/2022
- attivare il soccorso istruttorio nei riguardi delle seguenti Ditte:
 - BALT ITALY srl: importo garanzia provvisoria inferiore al dovuto
 - B.BRAUN MILANO SPA: richiesta referenze bancarie per fatturato specifico
 - MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.: richiesta referenze bancarie per fatturato specifico
 - NANUTECH SRL: richiesta referenze bancarie per fatturato globale.

La seduta si chiude alle ore 10,00


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 22/09/2022


RUP e Presidente del Seggio

Dott. Luigi Moreno COSTA

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1115665
del 05/10/2022

Genova, 05/10/2022

Prot. n. NP/2022/1115665

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

VII^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa. Esame risultanze soccorso istruttorio

Il giorno 05/10/2022, alle ore 9,00 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto al fine di esaminare la documentazione trasmessa dalle Ditte partecipanti alla procedura in oggetto, nei riguardi delle quali era stato attivato il soccorso istruttorio.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022 del 27/07/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Presidente ricorda anzitutto che al termine dell'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla presente procedura si era disposto di attivare il soccorso istruttorio nei riguardi dei seguenti Operatori economici:

- BALT ITALY srl: importo garanzia provvisoria inferiore al dovuto
- B.BRAUN MILANO SPA: richiesta referenze bancarie per fatturato specifico
- MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.: richiesta referenze bancarie per fatturato specifico
- NANUTECH SRL: richiesta referenze bancarie per fatturato globale.

Con note rot-2022-1057797, Prot-2022-1057799, Prot-2022-1058070 e Prot-2022-1058087 del 23/09/2022 è stato conseguentemente attivato il soccorso istruttorio per le carenze sopra indicate.

Il Seggio inizia dunque ad esaminare la documentazione trasmessa dalle predette Ditte.

- BALT ITALY srl: dichiara di non partecipare al lotto 10, pertanto l'importo della garanzia è corretto (Prot-2022-1071104 del 27/09/2022)
- MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.: ha allegato una referenza bancaria e i bilanci (Prot-2022-1076327 del 28/09/2022)
- NANUTECH SRL: ha allegato una referenza bancaria e i bilanci (Prot-2022-1087614 del 30/09/2022)
- B.BRAUN MILANO SPA (Prot-2022-1075724 del 28/09/2022): ha evidenziato che il proprio fatturato in forniture analoghe a quelle oggetto di gara, considerate secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, copre il fatturato specifico richiesto in sede di gara.

Le Ditte sopra indicate, avendo trasmesso quanto richiesto nel termine previsto, risultano ammesse al prosieguo della procedura.



Si dà infine atto che un operatore economico ha evidenziato un palese macroscopico errore nella determinazione della base d'asta del lotto 59 DEFLUSSORI PER SACCHE DI PERFUSIONE in quanto la base d'asta indicata in sede di gara è € 2.500,00 mentre il prezzo di mercato è circa € 0,50. Stante l'evidente errore materiale, peraltro non segnalato da alcun operatore economico né in sede di consultazione preliminare di mercato né in sede di indizione, la Stazione appaltante procederà ad annullare in autotutela il lotto 59.


La seduta si chiude alle ore 9,45.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 05/10/2022

RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1269233
del 16/11/2022

Genova, 16/11/2022

Prot. n. NP/2022/1269233

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

SEDUTA PUBBLICA**Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 16/11/2022, alle ore 10,09 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84

[Handwritten signatures and initials]

Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R..

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse.

Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2022-1238423 del 04/11/2022.

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con decreto n. 3653/2022 è stata indetta la procedura di cui in epigrafe e fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 26/07/2022, ore 14:00;
- entro il predetto termine delle ore 14:00 del 26/07/2022 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1658325503986	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola
1658215369444	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 11264670156	Forma singola
1658487513367	ALFA MEDICALITALIA S.R.L. 01298600089	Forma singola
1658310540092	ALPAROMA SRL 03981080165	Forma singola
1658752997616	B.BRAUN MILANO SPA 00674840152	Forma singola
1658753846051	BALT ITALY SRL 11570870961	Forma singola
1658759631238	BETATEX S.P.A. 00440180545	Forma singola
1658391752828	BIOMEDICA ITALIA S.R.L. 11408800966	Forma singola
1658398835047	BIOPSYBELL SRL 02615000367	Forma singola
1658227505013	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159	Forma singola

1658319447096	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962	Forma singola
1658759540383	COOK ITALIA S.R.L. 07123400157	Forma singola
1658477486031	CROSSMED SPA 01736720994	Forma singola
1658234639348	EMOPASS SRL 06590180011	Forma singola
1658569011085	ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL 07423360960	Forma singola
1658474623906	GI.MI. MEDICAL SRL 02803471206	Forma singola
1658750917416	H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. 05870050589	Forma singola
1658310830017	JANUA MEDICAL 03268390105	Forma singola
1658738190630	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008	Forma singola
1658770572874	KEY MEDICAL CARE SRL 04547550279	Forma singola
1658407308547	KOS BIOMEDICA S.R.L. 03297130100	Forma singola
1658228496696	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 02812360101	Forma singola
1658400868677	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola
1658218481656	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L. 07609020966	Forma singola
1658751327462	MICROVENTION ITALIA SRL 08149900964	Forma singola
1658759099431	N.G.C. MEDICAL SRL 09831040150	Forma singola
1658827506505	NANUTECH SRL 08861201005	Forma singola
1658488459532	PHENOX ITALY SRL 03091530216	Forma singola
1657890469753	SEDA S.P.A. 01681100150	Forma singola
1658417184210	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	Forma singola

1658471333230	SVAS BIOSANA S.P.A. 04720630633	Forma singola
1658492858336	TECNOSTIM 05856601009	Forma singola

- con decreto n. 6195/2022 si è provveduto ad ammettere le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente procedura di gara secondo lo schema seguente:

PARTECIPANTE	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
AB MEDICA SPA 08862820969	11 – 20 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 63 – 64
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 11264670156	18 – 22 – 33 – 34 – 41 – 42 – 45 – 47 – 55
ALFA MEDICALITALIA S.R.L. 01298600089	9 – 18 – 20 – 54
B.BRAUN MILANO SPA 00674840152	34 – 35
BALT ITALY SRL 11570870961	1 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 15 – 32 – 50 – 53 – 65 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73
BETATEX S.P.A. 00440180545	63 – 64
BIOMEDICA ITALIA S.R.L. 11408800966	60 – 62 – 75 – 76
BIOPSYBELL SRL 02615000367	60 – 62 – 75 – 76 – 77
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159	11 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 34 – 43 – 45 – 46
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962	18 – 21 – 24 – 41 – 47
COOK ITALIA S.R.L. 07123400157	17 – 21 – 28 – 53
CROSSMED SPA 01736720994	7 – 15 – 16 – 29 – 31 – 44 – 48 – 52 – 57 – 58 – 65 – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 73
EMOPASS SRL 06590180011	10 – 68
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL 07423360960	17 – 78
GL.MI. MEDICAL SRL 02803471206	60
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. 05870050589	4 – 9 – 32 – 65 – 68 – 72

JANUA MEDICAL 03268390105	63
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008	12 - 15 - 16 - 32 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 75 - 76 - 77
KEY MEDICAL CARE SRL 04547550279	68
KOS BIOMEDICA S.R.L. 03297130100	74
MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 02812360101	11 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 61 - 62 - 63 - 64 - 76
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28 - 31 - 36 - 41 - 46 - 60 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L. 07609020966	11 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 62 - 74 - 77
MICROVENTION ITALIA SRL 08149900964	5 - 8 - 12 - 31 - 32 - 44 - 50 - 51 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72
N.G.C. MEDICAL SRL 09831040150	63 - 64
NANUTECH SRL 08861201005	17 - 33 - 67 - 68
PHENOX ITALY SRL 03091530216	31 - 57 - 58 - 65 - 66 - 67 - 68 - 71
SEDA S.P.A. 01681100150	60 - 62 - 76
STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	6 - 10 - 13 - 16 - 30 - 48 - 49 - 57 - 58 - 60 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77
SVAS BIOSANA S.P.A. 04720630633	63 - 64
TECNOSTIM 05856601009	70

Nonché ad escludere la Ditta Alparoma e ad annullare in autotutela il lotto 59 DEFLUSSORI PER SACCHE DI PERFUSIONE.

Come previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica SinTel raggiungibile dal sito www.ariaspa.it.

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Ditte sopra indicate.

Il Disciplinare di Gara (art. 14.2.2.) prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

1. Dichiarazione offerta tecnica (Modello M-5);
2. Scheda tecnica

3. Certificato CE
4. Offerta Economica Silente;
5. Criteri di valutazione
6. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici (allegato M-4)
7. Dichiarazione di secretazione offerta tecnica

Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice valutate rilevano quanto segue:
in tutti i lotti è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica è tolta alle ore 11,27.

Il presente Verbale, composto da 6 (sei) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 16/11/2022

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Riccardo PADOLECCHIA








Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO


RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA


Ufficiale Rogante
Dott.ssa Noemi Betti

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Supporto Informatico
Sig. Alessandro VALDISERRI





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 16/12/2022

Prot. n. NP/2022/1531356

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

1 ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 1^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 16/12/2022

Il giorno 16/12/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

07

[Handwritten signatures]

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto.

LOTTO 1 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA NON STACCABILE (CIG 9255041D6E)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	Magic e Baltacci	La Ditta ha offerto due cateteri differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Marathon™	Il catetere non presenta il diametro richiesto dal Capitolato in quanto il diametro offerto è pari a 2.7/1.3 mentre il Capitolato chiedeva "diametro compreso tra 1.2 e 1.8 Fr". La Ditta verrà pertanto esclusa

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	Sonic	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Apollo™	X

LOTTO 4 MICROCATETERI SU MICROGUIDA COMPATIBILI CON EMBOLI LIQUIDI (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	SHUN CAPTAIN	Il prodotto offerto presenta doppio marker radiopaco e non solo <i>un</i> tip-marker come richiesto dal Capitolato quale caratteristica di minima a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MARATHON/ ECHELON	La Ditta ha offerto due microcateteri differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa
-------------------------	----------------------	--

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	ECLIPSE2L	X
MICROVENTION ITALIA SRL	SCEPTER	X

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	SECLIPSE/ COPERNIC RC	La Ditta ha offerto due microcateteri differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	HyperForm™ & HyperGlide™	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	TRANSFORM™	X

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	VASCO+	X
CROSSMED SPA	Penumbra VELOCITY	X

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	HYBRID	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MirageTM	X
MICROVENTION ITALIA SRL	TraxcessTM 7Mini	X

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	GUIDEWIRE® GT	X
BALT ITALY srl	HYBRID	Il prodotto offerto presenta solo diametro 0,012 e 0,014, mentre il Capitolato richiede " <i>diametri tra 0,012" e 0,016" compresi</i> ". La Ditta verrà pertanto esclusa.
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	SHUN SYNCESS - TRAVERSE	Il prodotto offerto presenta un solo diametro mentre il Capitolato richiede " <i>diametri tra 0,012" e 0,016" compresi</i> ". Inoltre non presenta punte preformate a 45°, 90° e doppia curva. La Ditta verrà pertanto esclusa

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
EMOPASS SRL	CHIKAI	Il prodotto offerto non presenta una struttura ad ipotubo come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	AvigoTM / XpeditonTM	La Ditta ha offerto due prodotti differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n.

		50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa
STRYKER ITALIA SRL S.U.	SYNCHRO	X

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	RUBINETTO 3/K2ASWITCH01	X
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	FloSwitch® HP	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	RUBINETTO H.P.1 VIA FMLL/F	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	FLOW CONTROL SWITCH	X

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	ENVOY	X
MICROVENTION ITALIA SRL	CHAPERON	X

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	CELLOTM	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	MERCI BALLOON GUIDE CATHETER /FLOWGATE	X

07

M

B

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)




PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY SRL	BALLAST	X
CROSSMED SPA	BENCHMARK 071	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Envoy	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Navien™ / Phenom™ Plus	La Ditta ha offerto due cateteri differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	NEURON MAX.088	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	CEREBASE™ DA	X
STRYKER ITALIA SRL S.U	AXS Infinity LS e AXS Infinity LS Plus	X

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
COOK ITALIA S.R.L.	Flexor®	X
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	Super Arrow Flex	X
NANUTECH SRL	Braidin™	X



LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	FAST-CATH™ / ULTIMUM™ EV	La Ditta ha offerto due introduttori differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	RADIFOCUS INTRODUCER II	X
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	MEDIKIT SUPER SHEATH™	X
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	CORDIS BRITE TIP®	X

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	CONTOUR™	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	BEARING NS PVA	X

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	3/K2A	X
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	RADIFOCUS GUIDEWIRE M	X
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	ZIPwire™	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	SPLASHWIRE	X

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038" (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Amplatz Super Stiff™ Guidewire	X
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	CORDIS EMERALD™ DIAGNOSTIC GUIDEWIRE	X
COOK ITALIA S.R.L.	Amplatz	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	NITREX™	Il prodotto offerto non presenta diametro 0.038 inch come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	InQwire® Amplatz Super Stiff (SS)	X

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	HI-TORQUE STEELCORE	X
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	V-18 CONTROL WIRE	X

LOTTO 23 GUIDE IDROFILE PER CATETERISMI CEREBRALI CON PUNTA PREFORMABILE E NON (CIG 9257129882)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	ZIPwire™	La Commissione giudicatrice ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito al requisito se la guida a punta retta può essere preformabile dall'operatore
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aqwire™	Il prodotto offerto non presenta diametro 0.038 inch come richiesto dal Capitolato a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	SUPER TORQUE®	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	PERFORMA	X

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	IMPRESS	X

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	IMPRESS	X

La seduta si chiude alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 16/12/2022

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Riccardo PADOLECCHIA


Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1575837
del 19/12/2022

Genova, 17/12/2022

Prot. n. NP/2022/ 1575837

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

2 ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 2^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 19/12/2022

Il giorno 19/12/2022, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prosegue ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto.

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
COOK ITALIA S.R.L.	Cantata®	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla caratteristica della punta di essere "preformabile"
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Rebar™	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla caratteristica della punta di essere "preformabile"

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	Spirali Penumbra Coil 400	X

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Target Detachable Coils	X

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	Penumbra SMART COIL	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Axium™	X

MICROVENTION ITALIA SRL	Microplex	X
PHENOX ITALY SRL	Avenir Coil System	La Commissione decide di chiedere un chiarimento in merito alla caratteristica delle spirali di essere stretch-resistant

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	OPTIMA COILS	La Commissione decide di chiedere un chiarimento in merito alla caratteristica delle spirali di essere stretch-resistant
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	Kaneka	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Galaxy G3 xsft	X
MICROVENTION ITALIA SRL	Microplex	X

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	KIT VALVOLA Y A SCATTO	X
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Copilot Bleedback Control Valve	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	CONNETTORE Y CON VALVOLA EMOSTATICA 9 F, APERTURA A SCATTO, CON PROLUNGA LLF cm 20 (57 psi) MB898895	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	HONOR	X
NANUTECH SRL	VALVOLA Y AD EMOSTASI PUSH-PULL CON SISTEMA DI CHIUSURA/APERTURA RAPIDA & KIT	Manca Modello M5. Viene attivato soccorso istruttorio

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	KIT VALVOLA Y A VITE 9FR - 3/K1SVYVIT00011	X
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Rotating Hemostatic Valve	X
B.BRAUN MILANO SPA	CONNETTORE Y	X
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	GATEWAY™ PLUS Y	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	CONNETTORE Y CON VALV.EMOSTATIC A ROTANTE 9F, CHIUSURA A VITE(200 psi)	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	ACCESS9	X

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	VALVOLA DOPPIA Y A VITE 3/K2AVYVIT00026	X
B.BRAUN MILANO SPA	CONNETTORE DOPPIO Y	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	CONNETTORE Y 3 VIE CON VALV.EMOSTATICA ROT.9,5F, CHIUSURA A VITE(200 psi)	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	DOUBLE PLAY	X

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	ANDRASNARE	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Amplatz Gooseneck™ Snare & Microsnare	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	ONE SNARE	X

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	RUBINETTI BASSA PRESSIONE - 3/K2ARUBPR0022	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	RUBINETTO B.P.3 VIE SMLL RH OFF 180°(75 psi)	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L	MARQUIS STOPCOK	Nella scheda tecnica si precisa che <i>"Il prodotto non è compatibile con sostanze a base lipidica"</i> . Il prodotto offerto non soddisfa quindi la caratteristica di minima richiesta dal Capitolato a pena di esclusione di essere <i>"in materiale lipido – resistente"</i> . La Ditta verrà pertanto esclusa

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	RUBINETTI ALTA PRESSIONE - 3/K2ARUHP3OFFM	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	RUBINETTO H.P.3 VIE RA RH OFF 180°(1000 psi)	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L	MARQUIS STOPCOK	X

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	ACCULINK	X
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	PRECISE PRO RX	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza del seguente requisito di minima:

BS



		“premontanto all'interno di un catetere monorail”
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Protégé™ RX	X

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	X.ACT™	X

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Carotid Wallstent™ Monorail™	X

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	C-Guard	X
MICROVENTION ITALIA SRL	CASPER (Carotid Artery Stent Prevent Embolic Release)	X

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	VIATRAC .014 Plus	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza del seguente requisito di minima: Cateteri compatibili con guida da 0.014”
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Sterling™ Monorail	X

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.

**LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO
(CIG 9262795C3C)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	FilterWire EZ™	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Spider FX™	X

**LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO
(CIG 9262812A44)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	EMBOSHIELD NAV6	X
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	ANGIOGUARD® RX Emboli Capture Guidewire System	X

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	PENUMBRA SYSTEM	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	AXS CATALYST 5	X

**LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE
APERTE (CIG 92628211B4)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Neuroform ATLAS Stent System	X

**LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG
926283908F)**

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	CONTOUR NEUROVASCULAR SYSTEM™	X

MICROVENTION ITALIA SRL	FRED (FLOW RE-DIRECTION ENDOLUMINAL DEVICE) X	<p>Il prodotto offerto è uno Stent e non un "Sistema" come richiesto dal Capitolato.</p> <p>Mentre lo stent è un dispositivo che viene rilasciato all'interno del lume del vaso parente, il sistema richiesto dal Capitolato è deputato al trattamento di aneurismi intracranici a colletto largo con posizionamento a livello del colletto.</p> <p>La Ditta verrà pertanto esclusa</p>
-------------------------	---	---

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MICROVENTION ITALIA SRL	WEB (WOVEN ENDOBRIDGE)	X

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	POD 400	X

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	SPIRALI IN PLATINO	Il prodotto offerto presenta un solo diametro (2,5 mm), mentre il Capitolato richiede quale requisito di minima a pena di esclusione "diametri da 2 a 6 mm ...". La Ditta verrà pertanto esclusa
COOK ITALIA S.R.L.	Microspiralì per Embolizzazione Nester	X

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	ANGIOSEAL™ VIP	X

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	PERCLOSE PROSTYLE	X

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	CREDO	X
PHENOX ITALY SRL	PEGASUS HPC	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	WINGSPAN Stent System	X

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CROSSMED SPA	NEUROSPEED	X
PHENOX ITALY SRL	PITA	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Gateway PTA Balloon Catheter	X

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	Mendec Spine	X
BIOPSYBELL SRL	BONOS INJECT	X
GI.MI. MEDICAL SRL	Mendec Spine	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Kyphon® Xpede™	X

SEDA S.P.A.	V-FIX; V-FAST	X
STRYKER ITALIA SRL S.U	VERTAPLEX SPINE CEMENT TWIN CE	X

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	OSTEOFIX	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Kyphon® ActivOs™	X

La seduta si chiude alle ore 12,15


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 19/12/2022

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0021045
del 09/01/2023

Genova, 09/01/2023

Prot. n. NP/2023/21045

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

3 ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 3^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 09/01/2023

Il giorno 09/01/2023, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prende anzitutto atto della nota di Emopass srl del 23/12/2022, acquisita agli atti Prot-2022-1633900 del 27/12/2022 con la quale la Ditta contesta l'esclusione dal lotto 10. A tale riguardo, si ricorda che con nota Prot-2022-1591805 del 20/12/2022 era stata comunicata l'esclusione di Emopass dal lotto 10 in quanto la Commissione aveva rilevato che il prodotto offerto non presenta una struttura ad ipotubo come richiesto dal Capitolato quale requisito di minima a pena di esclusione. Nella sopracitata nota, Emopass precisa quanto segue: *"la struttura ad ipotubo è presente, in alcune guide per neuroradiologia, esclusivamente nella parte distale del dispositivo e la sua funzione è quella di trasmettere la forza di torsione dell'estremità prossimale alla punta distale. La stessa funzione viene assolta con i dispositivi che abbiamo offerto grazie alle caratteristiche particolari costruttive - come da descrizione riportata nelle schede tecniche Guida neurovascolare in acciaio, con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip.*

La spirale (coil) nella parte distale della guida ha una struttura unica nel suo genere, che consente il passaggio dall'acciaio al platino in modo graduale sul filo stesso, senza giunture. Questo consente un'ottima scorrevolezza di altri "device" sulla guida e di mantenere l'eccellente controllo della torsione della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale).

Il rope coil contribuisce a sua volta a garantire alla guida un eccellente controllo di torsione.

La struttura unica delle guide ASAHI CHIKAI offerte, nelle diverse tipologie, non solo è migliorativa rispetto a quelle con la parte distale con ipotubo, ma funzionalmente è equivalente".

Ciò precisato, Emopass chiede la riammissione al lotto *de quo*.

La Commissione procede dunque a valutare i rilievi svolti da Emopass ed a riesaminare la documentazione tecnica allegata all'offerta nonché la campionatura presentata in gara.

Anzitutto, la Commissione ricorda che il Capitolato richiede in maniera chiara ed inequivocabile, tra le caratteristiche di minima che deve possedere a pena di esclusione il prodotto offerto nel lotto 10, la presenza di *"struttura ad ipotubo"*.

Ciò premesso, riesaminata la documentazione tecnica allegata all'offerta e visionata la campionatura presentata in gara, la Commissione ritiene che il prodotto offerto da Emopass, carente della struttura ad ipotubo, non possa considerarsi funzionalmente equivalente rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in quanto la struttura ad ipotubo risulta necessaria nei dispositivi oggetto del lotto 10 (microguide idrofiliche per navigazione intracranica ad alto controllo di torsione), rispondendo ad una precisa esigenza operativa in merito al controllo di torsione, che non riesce ad essere parimenti garantito in assenza di siffatta struttura.

Si conferma pertanto l'esclusione della Emopass dal lotto 10.

La Commissione prosegue a questo punto ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto al fine di verificare la presenza delle caratteristiche di minima preiste dal Capitolato a pena di esclusione.

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	Mendec Spine HV System - Extruder	La Commissione ha riscontrato che sono stati offerti due prodotti (Mendec Spine HV System - Extruder). Ritiene pertanto

		necessario acquisire i seguenti chiarimenti: a) se Extruder è necessario per iniettare il cemento o se trattasi di due prodotti differenti; b) indicare in quale punto della documentazione tecnica è possibile reperire i requisiti minimi della confezione (almeno 7,5 g).
BIOPSYBELL SRL	KIT PER VERTEBROPLASTICA	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Confidence	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	CEMENTO OSSEO RADIOPACO OSTEOFIX	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Kyphon®	X
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	Kit vertebroplastica StabiliT	La Commissione ritiene necessario chiedere dove è possibile reperire nella documentazione tecnica i requisiti minimi della confezione (almeno 7,5 g)
SEDA S.P.A.	Set di miscelazione ed iniezione con cemento per vertebroplastica	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	AutoPlex System w/ VertaPlex HV	X

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	EASYKIT VERTEBROPLASTICA	X
BETATEX S.P.A.	KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA	X
JANUA MEDICAL	KIT VERTEBROPLASTICA	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA	X
N.G.C. MEDICAL SRL	Prontopac®	X
SVAS BIOSANA S.P.A.	TRAY SET	X

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
AB MEDICA SPA	EASYKIT ANGIOGRAFIA	X
BETATEX S.P.A.	KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA	X
N.G.C. MEDICAL SRL	Prontopac®	X
SVAS BIOSANA S.P.A.	TRAY SET	X

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	GAMA / VASCO	X
CROSSMED SPA	NEUROSLIDER DLC	X
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	SHUN CAPTAIN	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	PROWLER	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	REBAR/ECHELONTM/PHENOM	X
MICROVENTION ITALIA SRL	HEADWAYTMDUO	X
PHENOX ITALY SRL	PNOVUS 21	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	EXCELSIOR/TREVO	X

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
--------------	------------------	------------------------------

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Neuroscout	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	AvigoTM / XpedionTM	La Ditta ha offerto due prodotti differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. La Ditta verrà pertanto esclusa
MICROVENTION ITALIA SRL	TraxcessTM	X
PHENOX ITALY SRL	PORTAL	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Transend Guidewire	X

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	TITAN TM	X
CROSSMED SPA	PENUMBRA SYSTEM	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Embovac	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Sistema Riptide TM	X
MICROVENTION ITALIA SRL	Sofia	X
NANUTECH SRL	SKYSURFER	X
PHENOX ITALY SRL	PHLO AC	Il prodotto offerto presenta una sola misura di diametro (0.072" diametro interno e 0.083" diametro esterno), pertanto non rispetta la seguente caratteristica di minima del Capitolato: "vari diametri". La Ditta verrà pertanto esclusa
STRYKER ITALIA SRL S.U.	AXS Vecta 71 e 74	X

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
--------------	------------------	------------------------------

BALT ITALY srl	SISTEMA INTRACRANICO PER TROMBECTOMIA CATCHVIEW	X
CROSSMED SPA	APERIO HYBRID	X
EMOPASS SRL	TIGERTRIEVER	X
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	DISPOSITIVO PER TROMBECTOMIA MECCANICA NEURO VASCOLARE STREAM™	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Embotrap	X
KEY MEDICAL CARE SRL	NeVa M1-S	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Solitaire™	X
MICROVENTION ITALIA SRL	ERIC (EMBOLUS RETRIEVER WITH INTERLINK CAGE)	X
NANUTECH SRL	SKYFLOW	X
PHENOX ITALY SRL	PRESET	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	TrevoNXT™ProvueRetriever	X

La seduta si chiude alle ore 13,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 09/01/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Mavilio
Riccardo Padolecchia
Guglielmo Esposito
Rossana Brandolin

SP
mm

**REGIONE LIGURIA****DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE****SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0082057
del 23/01/2023

Genova, 23/01/2023

Prot. n. NP/2023/82057

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

4^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 4^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 23/01/2023**

Il giorno 23/01/2023, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

Si dà atto che il Dott. Riccardo Padolecchia, causa motivi personali, non potrà presenziare all'odierna seduta. I componenti presenti svolgeranno pertanto attività istruttoria al fine di verificare la presenza nelle offerte tecniche dei requisiti di minima previsti dal Capitolato. Il Dott. Padolecchia si collegherà

al termine della seduta tramite skype al fine di prendere atto del lavoro svolto dagli altri due componenti.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	LEO	X
CROSSMED SPA	ACCLINO FLEX PLUS	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Enterprise 2	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Solitaire™ AB	X
MICROVENTION ITALIA SRL	LVIS EVO (Enhanced Visibility Opening)	X

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	SQUID	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	ONYX™	X
MICROVENTION ITALIA SRL	PHIL (PRECIPITATING HYDROPHOBIC INJECTABLE LIQUID)	X
TECNOSTIM	Menox™	X

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	SILK VISTA BABY/SILK VISTA	X
CROSSMED SPA	DERIVO	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Pipeline™	X

	Vantage with Shield Technology	
MICROVENTION ITALIA SRL	FRED (FLOW E DIRECTION ENDOLUMINAL DEVICE) X	X
PHENOX ITALY SRL	P48/64 MW HPC	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Surpass Evolve	X

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	VASCO+	X
CROSSMED SPA	NEUROSLIDER DLC	X
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	SHUN CAPTAIN	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Phenom™ 27	X
MICROVENTION ITALIA SRL	Headway 27	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Excelsior XT-27	X

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BALT ITALY srl	FARGO	X
CROSSMED SPA	NEURON	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	NAVIEN – PHENOM PLUS	La Ditta ha offerto due cateteri differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. I componenti presenti rinviando la decisione al termine della seduta, quando parteciperà tramite collegamento Skype il Dott. Padolecchia.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	AXS	X

MM
B *Pl*

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
KOS BIOMEDICA S.R.L.	Generatore VIVA RF Multi Generator	La Commissione ritiene necessario chiedere il seguente chiarimento: se l'Elettrodo bipolare presenta tacche di profondità ogni centimetro
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	STAR	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito al possesso di tutte le caratteristiche di minima

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	Ago per biopsia vertebrale con antilussazione tipo "Safe Cut"	Il prodotto offerto ha lunghezza 22 cm pertanto non rispetta la seguente caratteristica di minima: <i>"lunghezze comprese fra 10 e 15 cm."</i> I componenti presenti rinviando la relativa decisione al termine della seduta, quando parteciperà tramite collegamento Skype il Dott. Padolecchia.
BIOPSYBELL SRL	VERTEBRAL BIOPSY NEEDLE	La Commissione ritiene necessario chiedere chiarimento: se è offerto Drill coassiale all'ago cannulato, fornito separatamente
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Confidence Vertecem v+	La Commissione ritiene necessario chiedere chiarimento: se è offerto Drill coassiale all'ago cannulato, fornito separatamente
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Kyphon V™	La Commissione ritiene necessario chiedere i seguenti chiarimenti:

		- se è offerto Drill coassiale all'ago cannulato, fornito separatamente - misure della lunghezza
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Biopsy Needle	X

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	AGO A BECCO DI FLAUTO	X
BIOPSYBELL SRL	VERTEBROSTEEL	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Confidence	X
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	VERTOFIX	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Kyphon V™	Il prodotto offerto presenta una sola lunghezza (13 cm) pertanto non rispetta la seguente caratteristica di minima: "lunghezze comprese fra 10 e 15 cm". I componenti presenti rinviando la decisione al termine della seduta, quando parteciperà tramite collegamento Skype il Dott. Padolecchia.
SEDA S.P.A.	Ago speciale per vertebroplastica	X
STRYKER ITALIA SRL S.U.	Vertebroplasty Needles	X

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BIOPSYBELL SRL	RENOVA-SPINE	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	VBS	X
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Kyphon®	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alle

		misure del sistema
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.		La Ditta ha allegato l'offerta tecnica relativa al lotto 74 mentre non è presente l'offerta tecnica relativa al lotto 77. I componenti presenti rinviando la decisione al termine della seduta, quando parteciperà tramite collegamento Skype il Dott. Padolecchia.
STRYKER ITALIA SRL S.U.	SPINEJACK®	X

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	Trapano elettrico OnControl	X

Alle ore 10,25 partecipa alla seduta tramite collegamento skype il Dott. Riccardo Padolecchia. I componenti presenti illustrano al Dott. Padolecchia il lavoro istruttorio svolto e discutono in merito alle seguenti questioni:

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Lotto 73: la Ditta ha offerto due cateteri differenti, il che configura un'offerta alternativa, in violazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4 D.lgs. n. 50/2016.

Lotto 76: il prodotto offerto presenta una sola lunghezza (13 cm) pertanto non rispetta la seguente caratteristica di minima: lunghezze comprese fra 10 e 15 cm.

La Ditta verrà esclusa dai lotti 73 e 76.

BIOMEDICA ITALIA S.R.L.

Lotto 75: Il prodotto offerto ha lunghezza 22 cm pertanto non rispetta la seguente caratteristica di minima: "lunghezze comprese fra 10 e 15 cm.". La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto.

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

Lotto 77: La Ditta ha allegato l'offerta tecnica relativa al lotto 74 mentre non è presente l'offerta tecnica relativa al lotto 77. La Ditta verrà esclusa dal lotto 77

Il Segretario dà atto che verranno trasmesse le richieste di chiarimenti indicate nel presente verbale e nei verbali delle precedenti sedute.

La seduta si chiude alle ore 11,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 23/01/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA


Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Murro
Riccardo Padolecchia
Guglielmo ESPOSITO
Rossana Brandolin

**REGIONE LIGURIA****DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE****SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**aorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0126911
del 01/02/2023

Genova, 01/02/2023

Prot. n. NP/2023/126911

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

5^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 5^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 01/02/2023**

Il giorno 01/02/2023, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

[Handwritten signatures and initials]

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione procede anzitutto ad esaminare i riscontri pervenuti a seguito delle richieste di chiarimenti trasmesse ad esito della precedente seduta.

ABBOTT – lotto 45: se il catetere offerto è compatibile con guida da 0.014.
La Ditta indica il punto della scheda tecnica ove risulta il predetto requisito.

BALT ITALY s.r.l. - lotto 32: se le spirali offerte sono stretch-resistant.
La ditta allega dichiarazione del produttore attestante il possesso del requisito

BIOMEDICA ITALIA s.r.l. – lotto 62:

- se Extruder è necessario per iniettare il cemento o se trattasi di due prodotti differenti che assolvono la medesima funzione, entrambi rispettanti le caratteristiche di minima fissate dal Capitolato;
- indicare in quale punto della documentazione tecnica (con precisa indicazione del documento e della pagina) è possibile reperire i requisiti minimi della confezione (almeno 7,5 g).

La Ditta indica il punto della documentazione tecnica ove risulta che l'Extruder è necessario per iniettare il cemento contenuto nel kit Mendec HV. Trattasi dunque di due prodotti differenti che, combinati, assolvono i requisiti minimi del lotto, quindi non configurano un'offerta alternativa. Inoltre, la Ditta indica il punto della documentazione tecnica ove risulta il requisito minimo della confezione.

BIOPSYBELL – lotto 75: se viene offerto, fornito separatamente, Drill coassiale all'ago cannulato. La Ditta riconosce che il prodotto offerto non presenta drill coassiale; ciononostante descrive le caratteristiche tecniche del prodotto offerto e la relativa tecnica chirurgica e ne chiede l'ammissione invocando il principio di equivalenza.

La Commissione ritiene che la concomitante presenza di un drill coassiale fornito separatamente, richiesto dal Capitolato a pena di esclusione, sia indispensabile in casi di osso particolarmente compatto in quanto facilita l'introduzione dell'ago vertebrale cannulato.
Per tale ragione, il prodotto offerto dalla Biopsybell non può ritenersi equivalente. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 75.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. - lotto 23: se la guida a punta retta offerta è preformabile dall'operatore.

La Ditta riconosce che il prodotto offerto non ha la punta preformabile (*"A differenza di un filo guida in acciaio inossidabile, in cui la punta distale può essere modellata dagli utilizzatori con le dita, Zipwire è costituita da un corpo in Nitinolo (Nichel-titanio) e non può essere modellato a freddo. Le versioni disponibili angolate e con punta a J sono termofissate per garantire che la forma rimanga intatta"*). La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto.

Cardinal Health Italy 509 S.r.l. – lotto 41: se lo stent offerto è premontato all'interno di un catetere monorail.

La Ditta non ha fornito alcun riscontro e verrà pertanto esclusa dal lotto per carenza dei requisiti di minima richiesti dal Capitolato a pena di esclusione.

COOK ITALIA S.R.L. – lotto 28: se la punta offerta è preformabile.
La Ditta conferma il possesso del requisito.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. – lotto 75: se viene offerto, fornito separatamente, Drill coassiale all'ago cannulato.

La Ditta riconosce che il prodotto offerto non presenta drill coassiale; descrive le caratteristiche tecniche del prodotto offerto e la relativa tecnica chirurgica precisando che tali tecniche *“risultano essere di per sé atraumatiche e non prevedono l'uso di drill aggiuntivi”*.

La Commissione ritiene che la concomitante presenza di un drill coassiale fornito separatamente, richiesto dal Capitolato a pena di esclusione, sia indispensabile in casi di osso particolarmente compatto in quanto facilita l'introduzione dell'ago vertebrale cannulato.

Per tale ragione, il prodotto offerto non può ritenersi equivalente. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 75.

KOS BIOMEDICA S.R.L. – lotto 74: se l'Elettrodo bipolare presenta tacche di profondità ogni centimetro.

La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove risulta che l'Elettrodo bipolare presenta tacche di profondità ogni centimetro.

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Lotto 28: se la punta offerta è preformabile.

La Ditta conferma il possesso del requisito.

Lotto 75:

- se viene offerto, fornito separatamente, Drill coassiale all'ago cannulato;
- misure della lunghezza.

La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove risulta l'offerta di drill coassiale e la lunghezza dell'ago, corrispondente a quanto richiesto dal Capitolato.

Lotto 77: misure del sistema

La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove sono riportate le misure del sistema offerto, corrispondente a quanto richiesto dal Capitolato

Merit Medical Italy S.r.l.

Lotto 62: in quale punto della documentazione tecnica (con precisa indicazione del documento e della pagina) è possibile reperire i requisiti minimi della confezione (almeno 7,5 g).

La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove sono riportati i requisiti minimi della confezione, corrispondenti a quanto richiesto dal Capitolato

Lotto 74: in quale punto della documentazione tecnica (con precisa indicazione del documento e della pagina) è possibile rinvenire le caratteristiche di minima previste dal Capitolato

La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove sono riportati alcuni dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato. La Ditta precisa che il prodotto offerto rispetta solo alcune delle caratteristiche di minima richieste dal Capitolato a pena di esclusione. La Commissione decide di rinviare la relativa valutazione a successiva seduta.

Nanutech Srl – lotto 33: Modello M5

La Ditta ha inviato il Modello M5

Phenox Italy Srl – lotto 31: se le spirali offerte sono stretch-resistant.

La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove è riportata la caratteristica delle spirali di essere stretch-resistant come richiesto dal Capitolato.

*** **

La Commissione procede a questo punto, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi in base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 3 - MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE

BALT ITALY SRL

1. Affidabilità del meccanismo di distacco

Le caratteristiche tecniche del sistema di distacco di Balt lo rendono molto affidabile riducendo il rischio di distacchi indesiderati, soprattutto nei cateterismi superselettivi

2. Atraumaticità della punta

La composizione del segmento distale fra parte flessibile ed extra flessibile, il calibro esterno ridotto e le proprietà di semi-flusso dipendenza rendono la punta del microcatetere dotata di ottima atraumaticità

3. Capacità di progressione

I ridotti coefficienti di attrito durante la navigazione consentono un'ottima navigabilità del device nel sistema vascolare

4. Maggiore radiopacità

La presenza di 4 marker consente di avere un ottimo controllo durante la fluoroscopia fra la parte rigida e quella flessibile

MEDTRONIC ITALIA SPA

1. Affidabilità del meccanismo di distacco

Le caratteristiche tecniche del sistema di distacco lo rendono molto affidabile riducendo il rischio di distacchi indesiderati, soprattutto nei cateterismi superselettivi

2. Atraumaticità della punta

Le caratteristiche tecniche di costruzione (in particolare il rivestimento idrofilico) del microcatetere lo rendono altamente atraumatico

3. Capacità di progressione

Le caratteristiche tecniche di costruzione (in particolare il rivestimento idrofilico) del microcatetere lo rendono altamente navigabile

4. Maggiore radiopacità

La presenza di marker radiopachi consente un'ottima visualizzazione del catetere e dell'area di distacco durante le procedure di navigazione.

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME

BALT ITALY SRL

1. Tenuta del palloncino

La presenza di un elastomero iper compliant consente un buon mantenimento nel tempo del volume del gonfiaggio del palloncino

2. Maggior velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio

La presenza di un lume dedicato al gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino consente una buona velocità durante le manovre di gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino stesso.

3. Capacità di progressione

Il microcatetere e il palloncino sono caratterizzati da un rivestimento idrofilico con hydrospeed per massimizzare la navigabilità all'interno dei vasi

4. Idoneità al rilascio di differenti devices

La presenza di un lume di 0.0017 consente una buona capacità di rilascio di agenti diagnostici e/o terapeutici

MICROVENTION ITALIA SRL

1. Tenuta del palloncino

Il lume esterno del dispositivo, rinforzato da spirale metallica, consente un'ottima tenuta del volume di gonfiaggio del palloncino.

2. Maggior velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio

La presenza di un lume dedicato al gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino consente una buona velocità durante le manovre di gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino stesso.

3. Capacità di progressione

La presenza di due cateteri coassiali, entrambi rinforzati da una spirale metallica, e la concomitante presenza di un rivestimento idrofilico esterno lungo tutto il sistema consentono un'eccellente trackability del device

4. Idoneità al rilascio di differenti devices

La compatibilità del lume interno indipendente per microguide fino a .014" consente una buona capacità di rilascio di agenti diagnostici e/o terapeutici

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME

MEDTRONIC ITALIA SPA

1. Maggior velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio

Le caratteristiche tecniche del palloncino ne rendono rapido il meccanismo di gonfiaggio e sgonfiaggio

2. Capacità di progressione

La costruzione del catetere consente una buona trackability ed una buona capacità di adattamento all'anatomia vascolare lasciando inalterata la struttura del vaso

B3

3. Tenuta del palloncino

Le caratteristiche tecniche del palloncino consentono una buona tenuta nel tempo del volume del palloncino dopo il gonfiaggio

4. Range di misure (lunghezze e diametri) del palloncino

Ottimo range di misure:

Diametri da 3 a 7

Lunghezze da 7 a 30

STRYKER ITALIA SRL S.U.

1. Maggior velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio

Le caratteristiche tecniche del palloncino ne rendono rapido il meccanismo di gonfiaggio e sgonfiaggio

2. Capacità di progressione

La caratteristica di idrofilia del microcatetere e del palloncino ne permettono un'eccellente capacità di progressione; la componente compliant e super compliant del materiale determina un'eccellente capacità di modificarsi, durante il gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino, lasciando inalterata la struttura del vaso

3. Tenuta del palloncino

Le caratteristiche tecniche del palloncino consentono una buona tenuta nel tempo del volume del palloncino dopo il gonfiaggio

4. Range di misure (lunghezze e diametri) del palloncino

Ottimo range di misure:

Diametri da 3 a 7

Lunghezze da 7 a 30

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI

BALT ITALY SRL

1. Capacità di progressione

L'intelaiatura e la flessibilità progressiva del microcatetere consentono un'ottima navigabilità del catetere anche in vasi tortuosi

2. Morbidezza e flessibilità del microcatetere

Le caratteristiche tecniche del microcatetere, il rivestimento idrofilico esterno e l'intelaiatura differenziata tra parte prossimale e parte distale consentono ottima morbidezza e flessibilità

3. Scorrevolezza interna

Il rivestimento interno costituito da PTFE rende il microcatetere dotato di un'ottima scorrevolezza interna.

4. Resistenza al kinking

L'intelaiatura del microcatetere costituita da un filo di acciaio a doppio intreccio progressivo su tutta la lunghezza determina un'ottima resistenza al kinking

CROSSMED SPA

1. Capacità di progressione

Le caratteristiche tecniche di costruzione del catetere con la presenza di una parte prossimale supportiva e di una parte distale estremamente flessibile consentono un'eccellente capacità di avanzamento anche in anatomie tortuose

2. Morbidezza e flessibilità del microcatetere

La presenza di polimero estruso in 8 parti rende il microcatetere estremamente flessibile nella parte distale. L'armatura a spirale in nitinol differenziata tra parte prossimale e distale rendono il microcatetere estremamente morbido e nello stesso tempo resistente alla sua deformazione.

3. Scorrevolezza interna

Il rivestimento interno costituito da PTFE rende il microcatetere dotato di un'ottima scorrevolezza interna.

4. Resistenza al kinking

L'armatura a spirali in nitinol differenziati tra parte prossimale e distale del microcatetere determina un'eccellente resistenza al kinking

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE

ALFA MEDICAL ITALIA SRL

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE

STRYKER ITALIA SRL S.U.

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

1. Atraumaticità della punta

La costruzione multisegmento nella parte distale garantisce una morbidezza progressiva ed un'ottima atraumaticità della punta

2. Capacità di progressione

La caratteristica dell'armatura di intreccio ibrido fornisce supporto e flessibilità che ne permette un'ottimale capacità di progressione

3. Gamma di diametri

n. 3 (5-6-7)

4. Resistenza al kinking

L'armatura ad intreccio ibrido fornisce supporto e flessibilità, ottimizzando la risposta alla torsione ed l'integrità del lume del catetere

5. Stabilità

La sezione tonda e piatta dell'armatura con 2 diverse possibilità di supporto ne determinano un'eccellente stabilità

MICROVENTION ITALIA SRL

1. Atraumaticità della punta

La morbidezza della punta ne consente un'ottima atraumaticità

2. Capacità di progressione

La configurazione del catetere portante caratterizzato da una maglia metallica ne rende buona la progressione endovascolare

3. Gamma di diametri

n. 2 (5-6)

4. Resistenza al kinking

La maglia metallica del catetere portante determina una buona resistenza al kinking

5. Stabilità

La costituzione del catetere, la disponibilità di diverse curvature distali determina un'ottima portanza, rigidità e garanzia nella posizione distale nel vaso

Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 01/02/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

The block contains four handwritten signatures on horizontal lines. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Mavilio'. 2. A signature that appears to be 'Riccardo Padolecchia'. 3. A signature that appears to be 'Guglielmo Massimo Esposito'. 4. A signature that appears to be 'Rossana Brandolin'. To the right of these signatures is a small, stylized signature or mark.

LOTTO 3

LOTTO 03 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Affidabilità del meccanismo di distacco (Minor frequenza di eventi di distacco indesiderati)	25	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	25	25
Atraumaticità della punta (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)	20	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	20	20
Capacità di progressione (Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo)	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Maggiore radiopacità (Maggiore visibilità alla fluoroscopia)	10	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	10
Totale punteggio di qualità	70			70,000	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	70,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LOTTO 5

LOTTO 05 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Tenuta del palloncino (Mantenimento nel tempo del volume del palloncino dopo il gonfiaggio)	25	Q1	MAVILIO	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	18	25
Maggior velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio	15	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Capacità di progressione (Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso)	15	Q1	MAVILIO	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	1,0
			ESPOSITO	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	8	15
Idoneità al rilascio di differenti devices (Possibilità di iniettare agenti embolizzanti o rilasciare stent intracranici o spirali staccabili)	15	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Totale punteggio di qualità	70			55,357	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				55,357	70,000






LOTTO 6

LOTTO 06 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MEDTRONIC ITALIA SPA	STRYKER ITALIA SRL S.U.
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Maggior velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio (Maggiore velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio)	20	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	20	20
Capacità di progressione (Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso)	20	Q1	MAVILIO	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	1,0
			ESPOSITO	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	20
Tenuta del palloncino (Mantenimento nel tempo del volume del palloncino dopo il gonfiaggio)	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	20	20
Range di misure (lunghezze e diametri) del palloncino (Maggior gamma di misure)	10	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	10
Totale punteggio di qualità	70			60,000	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				60,000	70,000





LOTTO 7

LOTTO 07 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Capacità di progressione (Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso)	25	Q1	MAVILIO	0,7	1,0
			PADOLECCHIA	0,7	1,0
			ESPOSITO	0,7	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	18	25
Morbidezza e flessibilità del microcatetere	15	Q1	MAVILIO	0,7	1,0
			PADOLECCHIA	0,7	1,0
			ESPOSITO	0,7	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	11	15
Scorrevolezza interna (Minor attrito tra microcatetere e microguida)	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Resistenza al kinking (Resistenza al decorso tortuoso (inginocchiamento) del catetere)	15	Q1	MAVILIO	0,7	1,0
			PADOLECCHIA	0,7	1,0
			ESPOSITO	0,7	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	11	15
Totale punteggio di qualità	70			53,500	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				53,500	70,000





LOTTO 9

LOTTO 09 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ALFA MEDICAL ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti
Stabilità della conformazione della punta (Stabilità durante l'utilizzo)	17	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Controllo di torsione (Maggiore controllo di torsione)	17	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Maggiore radiopacità (Maggiore visibilità alla fluoroscopia)	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Scorrevolezza interna Minor attrito tra microcatetere e microguida	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Resistenza al kinking Resistenza all'ingincchiamento della guida	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000






LOTTO 10

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	STRYKER ITALIA SRL S.U.
Requisiti essenziali				presenti
Controllo di torsione (Maggiore controllo di torsione)	27	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	27
Maggiore radiopacità (Maggiore visibilità alla fluoroscopia)	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Scorrevolezza interna Minor attrito tra microcatetere e microguida	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Atraumaticità della punta (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Preformabilità della punta (Morbidezza e deformabilità della punta)	7	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000



LOTTO 12

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Atraumaticità della punta (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)	22	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	22	22
Capacità di progressione (Viene intesa come “trackability”, la consistenza del materiale dev’essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo)	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	9
Gamma di diametri	12	Q3	numero	3	2
			Punteggio	12	8
Resistenza al kinking (Resistenza all’inginocchiamento del catetere)	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	9
Stabilità (Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso)	12	Q1	MAVILIO	1,0	0,7
			PADOLECCHIA	1,0	0,7
			ESPOSITO	1,0	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	8
Totale punteggio di qualità	70			70,000	55,543
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	55,543

**REGIONE LIGURIA****DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE****SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**aorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0166867
del 13/02/2023

Genova, 13/02/2023

Prot. n. NP/2023/166867

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

6^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 6^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 13/02/2023**

Il giorno 13/02/2023, alle ore 8,50 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prende anzitutto atto della comunicazione pervenuta dalla Cardinal Health Italy 509 S.r.l. in data 02/02/2023 (Id 164874745) a seguito dell'esclusione dal lotto 41 derivata dal mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti. In tale comunicazione, la Ditta dichiara di non aver ricevuto la richiesta di chiarimenti a causa di problemi tecnici interni e fornisce i chiarimenti richiesti.

In particolare, La Ditta indica i punti della documentazione tecnica ove risulta il requisito (se lo stent offerto è premontato all'interno di un catetere monorail).

La Ditta verrà pertanto riammessa al lotto 41.

*** **

La Commissione procede a questo punto, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi in base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO

BALT ITALY SRL

2. Atraumaticità della punta

La caratteristica del nitinol garantisce un'ottima atraumaticità rispetto alle pareti vascolari

4. Resistenza al kinking

Grazie alla presenza dei materiali ibridi, che compongono la microguida, risulta ottimale la resistenza al kinking

MEDTRONIC ITALIA SPA

2. Atraumaticità della punta

La rastrematura distale consente una buona atraumaticità

4. Resistenza al kinking

L'anima in acciaio consente una buona resistenza al kinking

MICROVENTION ITALIA SRL

2. Atraumaticità della punta

La componente distale in nitinol consente una buona atraumaticità della punta

4. Resistenza al kinking

La componente in acciaio consente una buona resistenza al kinking



Q2:

1. Controllo di torsione

I prodotti offerti da Balt e Microvention, grazie alla costituzione ibrida, garantiscono maggior controllo di torsione rispetto a quello offerto da Medtronic

3. Capacità di progressione

Il prodotto offerto da Balt presenta miglior capacità di progressione del prodotto offerto da Medtronic grazie alle caratteristiche di costituzione della microguida con prevalente acciaio prossimale e nitinol distale.

Il prodotto offerto da Balt presenta miglior capacità di progressione del prodotto offerto da Microvention per prevalente componente in nitinol distale

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO

AB MEDICA SPA

2. Maggior trasparenza del rubinetto

Le caratteristiche morfologiche e di costruzione del rubinetto che presentano una maggior componente non trasparente consentono una buona visibilità

3. Maneggevolezza del meccanismo a scatto

Il meccanismo a scatto risulta abbastanza agevole nell'utilizzo

BOSTON SCIENTIFIC SPA

2. Maggior trasparenza del rubinetto

Le caratteristiche morfologiche e di costruzione del rubinetto consentono un'eccellente visibilità

3. Maneggevolezza del meccanismo a scatto

Il meccanismo a scatto risulta molto agevole nell'utilizzo

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

2. Maggior trasparenza del rubinetto

Le caratteristiche morfologiche e di costruzione del rubinetto consentono un'eccellente visibilità

3. Maneggevolezza del meccanismo a scatto

Il meccanismo a scatto risulta molto agevole nell'utilizzo

MERIT MEDICAL ITALY SRL

2. Maggior trasparenza del rubinetto

Le caratteristiche morfologiche e di costruzione del rubinetto che presentano una maggior componente non trasparente consentono una buona visibilità

3. Maneggevolezza del meccanismo a scatto

Il meccanismo a scatto risulta abbastanza agevole nell'utilizzo

Q2:

1. Maggior tenuta del rubinetto

Tutti i prodotti offerti si equivalgono quanto a tenuta del rubinetto

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Stabilità (Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso)

La presenza di una rigidità variabile determina una discreta stabilità

Ampiezza del lume interno: 4

Gamma delle curve e dei diametri

n. 4 diametri ma utilizzabili nella pratica clinica solo uno (9F). Non ci sono curve

Maggiore radiopacità (Maggiore visibilità alla fluoroscopia)

Il catetere presenta una buona visibilità alla fluoroscopia

Atraumaticità della punta (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)

Il materiale con cui è costituito il catetere consente una buona atraumaticità

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Stabilità (Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso)

La presenza di 5 zone di transizione consente un'eccellente stabilità del catetere

Ampiezza del lume interno: 1

Gamma delle curve e dei diametri

Un diametro e nessuna curva

Maggiore radiopacità (Maggiore visibilità alla fluoroscopia)

Il catetere presenta una buona visibilità alla fluoroscopia

Atraumaticità della punta (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)

Il rivestimento esterno fa in modo che il catetere sia dotato di un'eccellente atraumaticità in corrispondenza della porzione distale

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI

BALT ITALY SRL

Atraumaticità distale (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)

Le caratteristiche di assemblaggio del catetere consentono una buona atraumaticità della punta del catetere



CROSSMED SPA

Atraumaticità distale (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)

Le caratteristiche di assemblaggio del catetere consentono un'eccellente atraumaticità della punta del catetere

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Atraumaticità distale (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)

Le caratteristiche di assemblaggio del catetere consentono una buona atraumaticità della punta del catetere

Q2:

Stabilità

Crossmed: La presenza di un rinforzo in acciaio inossidabile fornisce al catetere un supporto più elevato rispetto alle altre offerte.

Johnson: la presenza di una struttura intrecciata consente una migliore stabilità rispetto a quella di Balt.

Capacità di progressione

Crossmed: La presenza di estrusioni polimeriche con un rinforzo in acciaio inossidabile fornisce al catetere una migliore navigabilità rispetto alle altre offerte.

Johnson: la presenza di un segmento distale flessibile consente una migliore navigazione nei vasi distali rispetto a Balt.

Eventuali cateteri selettivi

Crossmed è l'unica ditta che offre cateteri selettivi.

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE

CROSSMED SPA

Morbidezza della punta

Il prodotto offerto presenta una punta rastremata che determina un'ottima atraumaticità della punta stessa.

Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)

La presenza di un'armatura di fili intrecciata in acciaio inossidabile determina un'ottima resistenza al kinking

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Morbidezza della punta

La particolare morfologia della punta, pur non essendo né rastremata né stondata, consente tuttavia di avere una buona atraumaticità della punta

Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)

La presenza di una rigidità variabile lungo il decorso del catetere consente una buona resistenza al kinking

STRYKER ITALIA SRL S.U

Morbidezza della punta

Il prodotto offerto presenta una punta stondata che ne consente un'ottima atraumaticità

Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)

La presenza di tre punti di transizione oltre alla presenza di fili in acciaio inox intrecciati determina una ottima resistenza al kinking

Q2

Capacità di progressione

Crossmed e Stryker: la zona di supporto prossimale, unitamente alla presenza di un rivestimento idrofilico sulla parte distale, consentono un'ottima capacità di progressione.

Johnson ha solo il rivestimento idrofilico distale.

Stabilità

I cateteri offerti da Crossmed e Stryker, per le relative caratteristiche di costruzione, garantiscono la medesima stabilità.

Il prodotto offerto da Stryker, dotato di diverse zone di rigidità variabile, lo rendono più stabile rispetto al prodotto della Johnson, dotato di una rigidità variabile non meglio specificata.

La presenza di una zona di supporto prossimale e di un'armatura di fili intrecciati di acciaio inossidabile in tutta la lunghezza consentono al prodotto di Crossmed maggiore stabilità rispetto al prodotto Johnson.

Gamma dei diametri e configurazioni

Crossmed 1 diametro, 2 conformazioni punta

Stryker 1 diametro e 1 configurazione punta

Johnson 1 diametro e 1 configurazione di punta

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA

COOK ITALIA S.R.L.

Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)

La presenza di un'armatura elicoidale determina una buona resistenza al kinking

ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL

Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)

L'esclusivo disegno del filo guida permette all'introduttore di essere flessibile in qualsiasi punto ed in qualsiasi direzione determinando pertanto un'ottima resistenza al kinking

NANUTECH SRL

Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)

La combinazione dei tre materiali con i quali è costruito l'introduttore consente una discreta resistenza al kinking

Q2

Stabilità

I prodotti offerti da Cook ed Espo, grazie all'armatura elicoidale, garantiscono maggiore stabilità

Capacità di progressione

Alla prova pratica la Commissione valuta una maggiore capacità di progressione dei prodotti offerti da Cook ed Espo.

Gamma dei diametri e configurazioni

Cook 4 diametri e una sola lunghezza

Espo 6 diametri e diverse lunghezze

Nanutech introduttori femorali 15 diametri e introduttori radiali 8 diametri; diverse lunghezze

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA**ALFA MEDICALITALIA S.R.L.****Tenuta e sicurezza della valvola (Maggiore tenuta e maggior sicurezza)**

La particolare caratteristica della valvola emostatica quadricuspide in puro silicone con design monoparete con "taglio a croce" su piani differenti consente di ottenere un'eccellente tenuta emostatica e ridurre al minimo eventuali ristagni di sangue o accidentali aspirazione d'aria.

Gamma dei diametri: 8

Scorrevolezza interna (Minor attrito tra catetere e introduttore)

Alla prova pratica la Commissione ha rilevato una buona scorrevolezza

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.**Tenuta e sicurezza della valvola (Maggiore tenuta e maggior sicurezza)**

La costruzione della valvola emostatica incorporata minimizza le perdite di sangue ~

Gamma dei diametri: 10

Scorrevolezza interna (Minor attrito tra catetere e introduttore)

Alla prova pratica la Commissione ha rilevato una buona scorrevolezza

CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.**Tenuta e sicurezza della valvola (Maggiore tenuta e maggior sicurezza)**

Il design esacuspide permette una buona tenuta della valvola

Gamma dei diametri: 6

Scorrevolezza interna (Minor attrito tra catetere e introduttore)

Alla prova pratica la Commissione ha rilevato una buona scorrevolezza

Q2

Capacità di progressione

Tutti i prodotti presentano una buona capacità di progressione

Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 8 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 - 18

La seduta si chiude alle ore 12,45

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 13/02/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

The image shows four handwritten signatures on horizontal lines. From top to bottom, they correspond to: Nicola Mavilio, Riccardo Padolecchia, Guglielmo Massimo Esposito, and Rossana Brandolin. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

LOTTO 8

LOTTO 08 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Controllo di torsione	25	Q2	<i>Punteggio</i>	25	0	25
Atraumaticità della punta	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	15	11	11
Capacità di progressione	15	Q2	<i>Punteggio</i>	15	0	6
Resistenza al kinking Resistenza all'ingincchiamento della guida	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	15	11	11
Totale punteggio di qualità	70			70,000	21,429	52,429
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	21,429	52,429

Be

6
fu
m

LOTTO 8

Confronto a coppie Q2				
Controllo di torsione				
ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
2	MEDTRONIC	0	0	0
1	MICROVENTION	1	1	1
0	MICROVENTION	3	3	2

Capacità di progressione				
ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
3	MEDTRONIC	0	0	0
2	MICROVENTION	0	0	0
0	MICROVENTION	2	2	2

Controllo di torsione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	4	4	3	25	3,7	25
MEDTRONIC	0	0	0	25	0,0	0
MICROVENTION	4	4	3	25	3,7	25

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	5	5	5	15	5,0	15
MEDTRONIC	0	0	0	15	0,0	0
MICROVENTION	2	2	2	15	2,0	6

cf
m
R
A

LOTTO 11

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	BOSTON SCIENTIFIC SPA	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Maggior tenuta del rubinetto	25	Q2	<i>Punteggio</i>	25	25	25	25
Maggior trasparenza del rubinetto	25	Q1	MAVILIO	0,5	1,0	1,0	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	1,0	1,0	0,5
			ESPOSITO	0,5	1,0	1,0	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0	1,0	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	13	25	25	13
Maneggevolezza del meccanismo a scatto (Maggiore comodità nell'utilizzo del meccanismo)	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,7	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,7	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,7	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	14	20	20	14
Totale punteggio di qualità	70			51,786	70,000	70,000	51,786
Totale punteggio di qualità riparametrato				51,786	70,000	70,000	51,786

LOTTO 11

Confronto a coppie Q2							
Maggior tenuta del rubinetto							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	BOSTON	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
BOSTON	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BOSTON	1	1	1	MERIT	1	1	1
MED ITALIA	1	1	1	MERIT	1	1	1

LOTTO 11

Maggior tenuta del rubinetto						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	3	3	3	25	3	25
BOSTON	3	3	3	25	3	25
MED ITALIA	3	3	3	25	3	25
MERIT	3	3	3	25	3	25



LOTTO 13

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MEDTRONIC ITALIA SPA	STRYKER ITALIA SRL S.U
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Stabilità (Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso)	17	Q1	MAVILIO	0,3	1,0
			PADOLECCHIA	0,3	1,0
			ESPOSITO	0,3	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	1,0
			riportata a 1	0	1
			Punteggio	5	17
Ampiezza del lume interno	12	Q3*		4	1
			Punteggio	12	1
Gamma delle curve e dei diametri	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Maggiore radiopacità (Maggiore visibilità alla fluoroscopia)	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Atraumaticità della punta (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)	17	Q1	MAVILIO	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	1,0
			ESPOSITO	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	9	17
Totale punteggio di qualità	70			49,600	58,750
Totale punteggio di qualità riparametrato				59,098	70,000

LOTTO 15

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	JOHNSON & JONHSON SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Stabilità	27	Q2	Punteggio	0	27	14
Atraumaticità distale (Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare il tessuto)	23	Q1	MAVILIO	0,5	1,0	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	1,0	0,5
			ESPOSITO	0,5	1,0	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	12	23	12
Capacità di progressione	10	Q2	Punteggio	0	10	5
Eventuali cateteri selettivi	10	Q2	Punteggio	1	10	1
Totale punteggio di qualità	70			12,333	70,000	30,833
Totale punteggio di qualità riparametrato				12,333	70,000	30,833

LOTTO 15

Stabilità							
Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	0	0	0	CROSSMED	3	3	3
BALT	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
-							
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	0	0	0

Capacità di progressione							
Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	0	0	0	CROSSMED	3	3	3
BALT	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	0	0	0

Eventuali cateteri selettivi							
Viene valutata gamma e funzionalità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	0	0	0	CROSSMED	6	6	6
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
CROSSMED	6	6	6	JOHNSON	0	0	0

LOTTO 15

Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT ITALY	0	0	0	27	0	0
CROSSMED	4	4	4	27	4	27
JOHNSON&JOHNSON	2	2	2	27	2	14

Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT ITALY	0	0	0	10	0	0
CROSSMED	4	4	4	10	4	10
JOHNSON&JOHNSON	2	2	2	10	2	5

Viene valutata gamma e funzionalità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT ITALY	1	1	1	10	1	1
CROSSMED	12	12	12	10	12	10
JOHNSON&JOHNSON	1	1	1	10	1	1

LOTTO 16

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STRYKER ITALIA SRL S.U.
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Capacità di progressione	20	Q2	Punteggio	20	0	20
Stabilità	15	Q2	Punteggio	15	0	15
Morbidezza della punta	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	15	11	15
Gamma dei diametri e configurazioni	12	Q2	Punteggio	12	3	3
Resistenza al kinking (Resistenza all'inginocchiamento del catetere)	8	Q1	MAVILIO	0,7	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	8	6	8
Totale punteggio di qualità	70			70,000	19,429	61,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	19,429	61,000




W

LOTTO 16

Capacità di progressione							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	3	3	3	JOHNSON	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	3	3	3

Stabilità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	3	3	3	JOHNSON	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	3	3	3

Gamma dei diametri e configurazioni							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	2	2	2	JOHNSON	0	0	0
CROSSMED	2	2	2	STRYKER	0	0	0
JOHNSON	1	1	1	STRYKER	1	1	1

LOTTO 16

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	4	4	4	20	4,0	20
JOHNSON	0	0	0	20	0,0	0
STRYKER	4	4	4	20	4,0	20

Stabilità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	4	4	4	15	4,0	15
JOHNSON	0	0	0	15	0,0	0
STRYKER	4	4	4	15	4,0	15

Gamma dei diametri e configurazioni						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	4	4	4	12	4,0	12
JOHNSON	1	1	1	12	1,0	3
STRYKER	1	1	1	12	1,0	3

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 17

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	COOK ITALIA SRL	ESPO ERRESSE PRODOTTI OSP SRL	NANUTECH SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Stabilità	30	Q2	<i>Punteggio</i>	30	30	0
Capacità di progressione	15	Q2	<i>Punteggio</i>	15	15	0
Gamma dei diametri e configurazioni	15	Q2	<i>Punteggio</i>	15	15	0
Resistenza al kinking (Resistenza all'ingincchiamento del catetere)	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,7	0,3
			PADOLECCHIA	0,5	0,7	0,3
			ESPOSITO	0,5	0,7	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7	0,3
			riportata a 1	1	1	0
			<i>Punteggio</i>	7	10	4
Totale punteggio di qualità	70			67,143	70,000	4,286
Totale punteggio di qualità riparametrato				67,143	70,000	4,286

LOTTO 17

Stabilità - Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
COOK	1	1	1	ESPO	1	1	1
COOK	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
ESPO	2	2	2	NANUTECH	0	0	0



Capacità di progressione - Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo.							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
COOK	1	1	1	ESPO	1	1	1
COOK	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
ESPO	2	2	2	NANUTECH	0	0	0

Gamma dei diametri e configurazioni - Maggiore gamma di diametri e configurazioni							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
COOK	0	0	0	ESPO	6	6	6
COOK	0	0	0	NANUTECH	6	6	6
ESPO	1	1	1	NANUTECH	1	1	1

Stabilità - Portanza. Rigidità del catetere a garanzia della posizione stabile nel vaso						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
COOK	3	3	3	30	3,0	30
ESPO	3	3	3	30	3,0	30
NANUTECH	0	0	0	30	0,0	0

Capacità di progressione - Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso,						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
COOK	3	3	3	15	3,0	15
ESPO	3	3	3	15	3,0	15
NANUTECH	0	0	0	15	0,0	0

Gamma dei diametri e configurazioni - Maggiore gamma di diametri e configurazioni						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
COOK	0	0	0	15	0,0	0
ESPO	7	7	7	15	7,0	15
NANUTECH	7	7	7	15	7,0	15

LOTTO 18

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ALFA MEDICAL ITALIA STL	BOSTON SCIENTIFIC SPA	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Capacità di progressione	25	Q2	<i>Punteggio</i>	25	25	25
Tenuta e sicurezza della valvola (Maggiore tenuta e maggior sicurezza)	25	Q1	MAVILIO	1,0	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	1,0	0,5	0,5
			ESPOSITO	1,0	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	25	13	13
Gamma dei diametri	10	Q3*		8	10	6
			<i>Punteggio</i>	6	10	2
Scorrevolezza interna (Minor attrito tra catetere e introduttore)	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	10	10	10
Totale punteggio di qualità	70			66,154	57,500	49,808
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	60,843	52,703

5





LOTTO 18

Capacità di progressione - Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo.							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
ALFA	1	1	1	BOSTON	1	1	1
ALFA	1	1	1	CARDINAL	1	1	1
BOSTON	1	1	1	CARDINAL	1	1	1






LOTTO 18

Capacità di progressione - Viene intesa come "trackability", la consistenza del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo.						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
ALFA	2	2	2	25	2,0	25
BOSTON	2	2	2	25	2,0	25
CARDINAL	2	2	2	25	2,0	25

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0220133
del 27/02/2023

Genova, 27/02/2023

Prot. n. NP/2023/220133

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

7^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 7^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 27/02/2023

Il giorno 27/02/2023, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia

Il Dott. Guglielmo Massimo Esposito, per sopravvenuti improrogabili impegni lavorativi, non può partecipare alla seduta.

Non essendo il Collegio perfetto, i componenti presenti svolgeranno attività meramente istruttoria senza procedere ad alcuna attività valutativa.

[Handwritten signatures and initials]

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.


La seduta si chiude alle ore 13,00


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 27/02/2023

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 15/03/2023

Prot. n. NP/2023/276899

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

8^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 8^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 15/03/2023

Il giorno 15/03/2023, alle ore 8,15 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Il Dott. Mavilio ed il Dott. Padolecchia anzitutto riferiscono al Dott. Guglielmo Massimo Esposito, assente alla precedente seduta, in merito al lavoro istruttorio svolto in tale seduta.

Il Dott. Guglielmo Massimo Esposito prende dunque atto di tale attività istruttoria, facendola propria.

La Commissione prosegue a questo punto, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi i base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Facilità di iniezione (Compatibilità con microcateteri):

le caratteristiche del prodotto consentono un'estrema facilità di iniezione ed un'ottimale adattabilità ai microcateteri dedicati, con una più definita espansione del prodotto al contatto acquoso (10%)

Facilità di impiego (Comodità di impiego (preparazione, flaconaggio, ecc.):

alla prova pratica il prodotto si caratterizza per una buona comodità di impiego grazie alla sua preparazione

Gamma di dimensioni: ottima gamma:

calibroparticelle: 45-150/ 150-250/ 250-355/ 355-500/ 500-710/ 710-1000/ 1000-1180µm

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

Facilità di iniezione (Compatibilità con microcateteri):

le caratteristiche del prodotto consentono una discreta facilità di iniezione ed adattabilità ai microcateteri dedicati, senza una precisa indicazione dell'espansione del prodotto

Facilità di impiego (Comodità di impiego (preparazione, flaconaggio, ecc.):

alla prova pratica il prodotto si caratterizza per una buona comodità di impiego grazie alla sua preparazione

Gamma di dimensioni:

ottima gamma: calibroparticelle: 45-150/ 150-250/ 250-355/ 355-500/ 500-710/ 710-1000/ 1000-1180µm

**LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE
lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E
ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff**

AB MEDICA SPA

Resistenza al kinking:

il rivestimento idrofilico levigato e scivoloso consentono una buona resistenza al kinking

Atraumaticità della punta:

il rivestimento idrofilico esterno e la presenza di una porzione distale flessibile consentono una buona atraumaticità della punta durante il passaggio nelle strutture vascolari.

ALFA MEDICALITALIA S.R.L.

Resistenza al kinking:

la costruzione in una lega metallica superelastica in Nichel-Titanio (Nitinol) garantisce un perfetto controllo di torsione, una grande flessibilità, un'assoluta indeformabilità ed un'eccellente memoria di forma

Atraumaticità della punta:

la guida è caratterizzata da un rivestimento idrofilico con un copolimero sintetico idrofilo "M" (brevetto Terumo) che conferisce un elevato grado di biocompatibilità e la sua estrema scivolosità, una volta attivato, elimina ogni forma di attrito e di trombogenicità superficiale

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Resistenza al kinking:

la costruzione in una lega metallica elastica in Nichel-Titanio (Nitinol) garantisce un'ottima indeformabilità

Atraumaticità della punta:

la presenza di una punta rastremata unitamente alle caratteristiche di costruzione della guida consentono un'ottima atraumaticità della punta

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

Resistenza al kinking:

la presenza del rivestimento esterno in gel idrofilico idratato consente una buona resistenza al kinking

Atraumaticità della punta:

il rivestimento idrofilico esterno consente una buona atraumaticità

Q2

Scorrevolezza intrinseca:

la caratteristica del polimero di rivestimento dei prodotti offerti da Alfamedicalitalia e Boston consente una maggior scorrevolezza intrinseca



Maggiore radiopacità:

i prodotti offerti presentano medesima radiopacità

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038"**BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.****Atraumaticità della punta:**

l'assenza di punti di saldatura e la graduale rastrematura nella sezione distale consentono un'ottima atraumaticità della punta

Resistenza al kinking:

la presenza di un'anima interna a sezione rettangolare di maggior diametro determina un'ottima rigidità e resistenza al kinking

CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.**Atraumaticità della punta:**

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto l'apice della guida risulta caratterizzata da una sufficiente atraumaticità

Resistenza al kinking: alla prova pratica si è riscontrata una sufficiente resistenza al kinking

COOK ITALIA S.R.L.**Atraumaticità della punta:**

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto l'apice della guida risulta caratterizzata da una discreta atraumaticità della punta, grazie alla rastrematura distale

Resistenza al kinking:

la presenza di una spirale esterna piatta in acciaio inossidabile consente una discreta resistenza al kinking

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.**Atraumaticità della punta:**

la transizione conica e uniforme tra il corpo e la punta flessibile all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto determinano una buona atraumaticità della punta

Resistenza al kinking:

la struttura rigida caratterizzata da un avvolgimento esterno di un filo piatto consente di avere un nucleo interno più grande che determina una buona resistenza al kinking



Q2

Scorrevolezza intrinseca:

tutti i prodotti offerti presentano rivestimento in PTFE che ne consente un'ottimale scorrevolezza

Maggiore radiopacità:

tutti i prodotti offerti presentano la medesima radiopacità

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0,018"

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

Scorrevolezza intrinseca:

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto valutata anche dopo l'attivazione del rivestimento idrofilico, la Commissione ha riscontrato una discreta scorrevolezza

Atraumaticità della punta:

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto valutata anche dopo l'attivazione del rivestimento idrofilico, la Commissione ha riscontrato una discreta atraumaticità

Resistenza al kinking:

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto valutata anche dopo l'attivazione del rivestimento idrofilico, la Commissione ha riscontrato una discreta resistenza al kinking

Maggiore radiopacità:

il prodotto offerto presenta una buona radiopacità

BOSTON SCIENTIFIC SPA

Scorrevolezza intrinseca:

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto valutata anche dopo l'attivazione del rivestimento idrofilico, la Commissione ha riscontrato un'ottima scorrevolezza

Atraumaticità della punta:

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto valutata anche dopo l'attivazione del rivestimento idrofilico, la Commissione ha riscontrato un'ottima atraumaticità della punta

Resistenza al kinking:

all'ispezione manuale e dalla valutazione al tatto valutata anche dopo l'attivazione del rivestimento idrofilico, la Commissione ha riscontrato un'ottima resistenza al kinking

Maggiore radiopacità:

il prodotto offerto presenta una buona radiopacità

LOTTO 24 - CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL

Controllo di torsione:

il corpo con armatura a maglia metallica consente un ottimo controllo di torsione

Resistenza al kinking:

la presenza di 16 fili di acciaio inox intrecciati consente un'ottima resistenza al kinking

Maggiore radiopacità:

il prodotto offerto presenta una buona radiopacità

Gamma offerta (misure e configurazioni della punta):

4/5/6 FR; configurazioni pig – dritto – MPA1 – cobra – curva a j – simmons - headhunter – mani - berenstein

MERIT MEDICAL ITALY SRL

Controllo di torsione:

l'armatura ad intreccio consente una discreta risposta al controllo di torsione

Resistenza al kinking: la presenza di una maglia intrecciata in acciaio inossidabile consente una buona resistenza al kinking

Maggiore radiopacità:

il prodotto offerto presenta una buona radiopacità

Gamma offerta (misure e configurazioni della punta):

4/5/6 FR; configurazioni pigtail – dritto - multipurpose - headhunter- simmons – mani – vertebral – cobra - berenstein

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE

LOTTO 26 CATATERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI

MERIT MEDICAL ITALY SRL

LOTTO 28 - MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE

COOK ITALIA SRL

Capacità di progressione:

il rivestimento idrofilico consente una buona capacità di progressione

Morbidezza e flessibilità del microcatetere:

alla prova pratica è risultata una buona morbidezza e flessibilità del microcatetere

Resistenza al kinking:

la struttura intrecciata del microcatetere consente una buona resistenza al kinking

MEDTRONIC ITALIA SRL**Capacità di progressione:**

il rivestimento idrofilico unitamente alla presenza di 4 zone di transizione consentono una eccellente capacità di progressione

Morbidezza e flessibilità del microcatetere:

la presenza di 4 zone di transizione consente un'eccellente morbidezza e flessibilità del microcatetere

Resistenza al kinking:

la presenza del Pebax lungo il device garantisce una elevata resistenza ai piegamenti

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO**CROSSMED SPA**

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO**STRYKER ITALIA SRL S.U.**

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO**Sicurezza del distacco:**

I prodotti offerti da Crossmed e Microvention sono quelli che garantiscono maggior sicurezza del distacco: il prodotto di Crossmed presenta un meccanismo in nitinol tagliato al laser che connette la spirale allo spingitore che consente un rilascio sicuro e preciso; il sistema di rilascio VGRIP di Microvention consente un distacco immediato e sicuro

Maggiore radiopacità: tutti i prodotti presentano la medesima radiopacità

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO

BALT ITALY SRL

Minor tempo del distacco:

meno di 1 s

Atraumaticità della spirale:

la morbidezza progressiva del body coil consente una buona atraumaticità della spirale

H.D. HEALTH DEFENCE SRL

Minor tempo del distacco:

2/3 secondi

Atraumaticità della spirale:

il sistema "Waving Inner Wire Technology" a doppio filamento interno ad onda in platino da 10 µm garantisce una discreta atraumaticità

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Minor tempo del distacco:

0,3 secondi

Atraumaticità della spirale:

la conformazione variabile della spirale ne consente una buona atraumaticità

MICROVENTION ITALIA SRL

Minor tempo del distacco:

0,75 sec

Atraumaticità della spirale:

la conformazione variabile della spirale ne consente una buona atraumaticità

Q2:

Sicurezza del distacco: i differenti meccanismi di distacco offerti consentono un grado di sicurezza equivalente

Gamma diametri e lunghezze delle spirali offerte

Balt: 165


HD: 18

Johnson: 60

Microvention: 121

Compatibilità di diametro con i vari microcateteri di piccolo calibro:

tutti i prodotti offerti risultano compatibili con microcateteri di piccolo calibro



LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO

AB MEDICA SPA

Tenuta della valvola:

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

Tenuta della valvola:

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato una buona tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una scarsa trasparenza del dispositivo

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

Tenuta della valvola:

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato un'ottima tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato un'ottima trasparenza del dispositivo

MERIT MEDICAL ITALY SRL

Tenuta della valvola:

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

NANUTECH SRL

Tenuta della valvola:

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

Q2

Facilità di apertura della valvola:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato che i dispositivi che presentano maggior facilità di apertura della valvola sono quelli offerti da Abbott e Med Italia



Maggiore ampiezza lume interno:

AB Medica: la valvola porta dispositivi fino a 9 FR

Abbott: diametro interno di 0.096 pollici

Med Italia: idoneo per accettare cateteri sino a 9 FR

Merit: Compatibile con dispositivi fino a 7,5 Fr

Nanutech: lume interno da 8Fr

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE**AB MEDICA SPA****Facilità di apertura della valvola:**

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL**Facilità di apertura della valvola:**

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

BOSTON**Facilità di apertura della valvola:**

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

B BRAUN MILANO SPA**Facilità di apertura della valvola:**

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL**Facilità di apertura della valvola:**

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

MERIT MEDICAL ITALY SRL

Facilità di apertura della valvola:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

Q2

Tenuta della valvola emostatica:

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato che i dispositivi che presentano maggior tenuta sono quelli offerti da AB Medica, Boston e Merit Medical

Maggiore ampiezza lume interno

Ab Medica: La valvola porta dispositivi fino a 8.5 FR

Abbott: La valvola emostatica garantisce una chiusura ermetica intorno ai dispositivi collegati durante le procedure vascolari invasive con diametro < 2.92 mm (pari a 0.115") 8.8 FR

BBraun: 9,5 F

Med Italia e Boston: accettano cateteri sino a 9 FR

Merit: Compatibile con dispositivi fino a 7,5 Fr

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE

AB MEDICA SPA

Facilità di apertura della valvola:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

B BRAUN MILANO SPA

Facilità di apertura della valvola:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

Handwritten signatures and initials on the right margin. There are three distinct marks: a large signature at the top, a set of initials in the middle, and another signature at the bottom.

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

Facilità di apertura della valvola:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'ottima tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una scarsa trasparenza del dispositivo

MERIT MEDICAL ITALY SRL

Facilità di apertura della valvola:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una discreta tenuta della valvola

Maggior trasparenza del dispositivo:

all'ispezione visiva la Commissione ha riscontrato una buona trasparenza del dispositivo

Q2

Tenuta della valvola emostatica

alla prova pratica, effettuata iniettando a pressione acqua, con chiusura dell'estremità che si connette al catetere, la Commissione ha riscontrato che i dispositivi che presentano maggior tenuta sono quelli offerti da Med Italia e BBraun

Maggiore ampiezza lume interno

AB Medica: La valvola porta dispositivi fino a 9 FR

BBRaun: 9,5 F

Med Italia: 9,5 FR.

Merit: 9 French.

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI

AB MEDICA SPA

Gamma di dimensioni del laccio: n. 9

Maggior radiopacità dell'ansa:

elevata radiopacità grazie al cappio in tungsteno ricoperto d'oro

Manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa

MEDTRONIC ITALIA SPA

Gamma di dimensioni del laccio: n. 10

Maggior radiopacità dell'ansa:

elevata radiopacità grazie al cappio in tungsteno ricoperto d'oro

Manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato un'ottima manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa

MERIT MEDICAL ITALY SRL

Gamma di dimensioni del laccio: n. 10

Maggior radiopacità dell'ansa:

elevata radiopacità grazie al cappio in tungsteno ricoperto d'oro

Manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa:

alla prova pratica la Commissione ha riscontrato una buona manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa

Q2

Capacità di progressione:

alla prova pratica il prodotto che presenta maggiore capacità di progressione è quello offerto dalla Medtronic

Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 - 36

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 15/03/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

The image shows four handwritten signatures on a document. The first signature is 'Mavilio' (Dott. Nicola Mavilio). The second signature is 'Riccardo Padolecchia' (Dott. Riccardo PADOLECCHIA). The third signature is 'Guglielmo Massimo Esposito' (Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO). The fourth signature is 'Rossana Brandolin' (Dott.ssa Rossana BRANDOLIN). There is also a long, vertical signature on the right side of the page.

LOTTO 19

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BOSTON SCIENTIFIC SPA	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Facilità di iniezione (Compatibilità con microcateteri)	30	Q1	MAVILIO	0,7	0,3
			PADOLECCHIA	0,7	0,3
			ESPOSITO	0,7	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,3
			riportata a 1	1	0
			Punteggio	30	13
Facilità di impiego (Comodità di impiego (preparazione, flaconaggio, ecc.)	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,6	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	20	18
Gamma di dimensioni	20	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	20	20
Totale punteggio di qualità	70			70,000	50,504
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	50,504


m
D

LOTTO 20

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 CM Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	ALFA MEDICAL ITALIA SRL	BOSTON SCIENTIFIC SPA	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Scorrevolezza intrinseca	22	Q2	<i>Punteggio</i>	3	22	11	3
Resistenza al kinking	12	Q1	MAVILIO	0,5	1,0	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	1,0	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,5	1,0	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	6	12	8	6
Maggiore radiopacità	12	Q2	<i>Punteggio</i>	12	12	12	12
Atraumaticità della punta	12	Q1	MAVILIO	0,5	1,0	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	1,0	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,5	1,0	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	6	12	8	6
Gamma di lunghezze	12	Q3*		2	2	2	2
			<i>Punteggio</i>	12	12	12	12
Totale punteggio di qualità	70			38,750	70,000	51,800	38,750
Totale punteggio di qualità riparametrato				38,750	70,000	51,800	38,750

2

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 20

Scorrevolezza intrinseca							
Minor attrito tra guida e catetere							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	0	0	0	ALFA	3	3	3
AB MEDICA	0	0	0	BOSTON	2	2	2
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
ALFA	2	2	2	BOSTON	0	0	0
ALFA	3	3	3	MERIT	0	0	0
BOSTON	2	2	2	MERIT	0	0	0

Maggiore radiopacità							
Maggiore visibilità alla fluoroscopia							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	ALFA	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	BOSTON	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
ALFA	1	1	1	BOSTON	1	1	1
ALFA	1	1	1	MERIT	1	1	1
BOSTON	1	1	1	MERIT	1	1	1

ff
M
m
B

LOTTO 20

Minor attrito tra guida e catetere						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	1	1	1	22	1	3
ALFA	8	8	8	22	8	22
BOSTON	4	4	4	22	4	11
MERIT	1	1	1	22	1	2,75

Maggiore visibilità alla fluoroscopia						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	3	3	3	12	3	12
ALFA	3	3	3	12	3	12
BOSTON	3	3	3	12	3	12
MERIT	3	3	3	12	3	12




LOTTO 21

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BOSTON SCIENTIFIC SPA	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	COOK ITALIA SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Scorrevolezza intrinseca	25	Q2	Punteggio	25	25	25	25
Atraumaticità della punta	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,0	0,3	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,0	0,3	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,0	0,3	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,0	0,3	0,5
			riportata a 1	1	0	0	1
			Punteggio	15	0	6	11
Resistenza al kinking	10	Q1	MAVILIO	0,7	0,0	0,3	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,0	0,3	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,0	0,3	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,0	0,3	0,5
			riportata a 1	1	0	0	1
			Punteggio	10	0	4	7
Maggiore radiopacità	10	Q2	Punteggio	10	10	10	10
Totale punteggio di qualità	70			60,000	35,000	45,714	52,857
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	40,833	53,333	61,667





LOTTO 21

Scorrevolezza intrinseca							
Minor attrito tra guida e catetere							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BOSTON	1	1	1	CARDINAL	1	1	1
BOSTON	1	1	1	COOK	1	1	1
BOSTON	1	1	1	MERIT	1	1	1
CARDINAL	1	1	1	COOK	1	1	1
CARDINAL	1	1	1	MERIT	1	1	1
COOK	1	1	1	MERIT	1	1	1

Maggiore radiopacità							
Maggiore visibilità alla fluoroscopia							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BOSTON	1	1	1	CARDINAL	1	1	1
BOSTON	1	1	1	COOK	1	1	1
BOSTON	1	1	1	MERIT	1	1	1
CARDINAL	1	1	1	COOK	1	1	1
CARDINAL	1	1	1	MERIT	1	1	1
COOK	1	1	1	MERIT	1	1	1





LOTTO 21

Minor attrito tra guida e catetere						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BOSTON	3	3	3	25	3	25
CARDINAL	3	3	3	25	3	25
COOK ITALIA	3	3	3	25	3	25
MERIT	3	3	3	25	3	25

Maggiore visibilità alla fluoroscopia						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BOSTON	3	3	3	10	3	10
CARDINAL	3	3	3	10	3	10
COOK ITALIA	3	3	3	10	3	10
MERIT	3	3	3	10	3	10

Handwritten signatures and initials on the right margin.

LOTTO 22

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0,018"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	BOSTON SCIENTIFIC SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Scorrevolezza intrinseca	25	Q1	MAVILIO	0,3	0,7
			PADOLECCHIA	0,3	0,7
			ESPOSITO	0,3	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	0,7
			riportata a 1	0	1
			Punteggio	11	25
Atraumaticità della punta	20	Q1	MAVILIO	0,3	0,7
			PADOLECCHIA	0,3	0,7
			ESPOSITO	0,3	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	0,7
			riportata a 1	0	1
			Punteggio	9	20
Resistenza al kinking	15	Q1	MAVILIO	0,3	1,0
			PADOLECCHIA	0,3	1,0
			ESPOSITO	0,3	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	1,0
			riportata a 1	0	1
			Punteggio	5	15
Maggiore radiopacità	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	10
Totale punteggio di qualità	70			33,786	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				33,786	70,000




LOTTO 24

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Controllo di torsione	30	Q1	MAVILIO	0,7	0,3
			PADOLECCHIA	0,7	0,3
			ESPOSITO	0,7	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,3
			riportata a 1	1	0
			Punteggio	30	13
Resistenza al kinking	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	11
Maggiore radiopacità	15	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Gamma offerta (misure e configurazioni della punta)	10	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	10
Totale punteggio di qualità	70			70,000	48,571
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	48,571




LOTTO 25

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti
Specificità d'uso (da dichiarare)	27	Q5	Presente SI/NO	0,0
			Punteggio	0
Controllo di torsione	22	Q1	MAVILIO	0,3
			PADOLECCHIA	0,3
			ESPOSITO	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3
			riportata a 1	1
			Punteggio	22
Resistenza al kinking	15	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Maggiore radiopacità	6	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	6
Totale punteggio di qualità	70			43,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

Handwritten signatures and initials:

- A large stylized signature at the top.
- Below it, the initials "MR" and "AP" are written.

LOTTO 26

LOTTO 26 CATATERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti
Atraumaticità del catetere	27	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	27
Atraumaticità della punta	17	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Gamma delle curve	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Controllo di torsione	7	Q1	MAVILIO	0,3
			PADOLECCHIA	0,3
			ESPOSITO	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
maggiore radiopacità	7	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000



LOTTO 28

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	COOK ITALIA SRL	MEDTRONIC ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Capacità di progressione	30	Q1	MAVILIO	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	1,0
			ESPOSITO	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	30
Morbidezza e flessibilità del microcatetere	20	Q1	MAVILIO	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	1,0
			ESPOSITO	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	20
Resistenza al kinking	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	14	20
Totale punteggio di qualità	70			39,286	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				39,286	70,000

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 29

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA
Requisiti essenziali				presenti
Sicurezza del meccanismo di distacco	25	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	25
Minor tempo del distacco	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Maggiore dimensione diametro primario	12	Q3*		0,020
			Punteggio	12
Gamma di spirali	7	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
Maggiore radiopacità	7	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
Facilità di introduzione	7	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

Handwritten signature and initials.

LOTTO 30

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	STRYKER ITALIA SRL S.U.
Requisiti essenziali				presenti
Stabilità del microcatetere durante il distacco	30	Q1	MAVILIO	1,0
			PADOLECCHIA	1,0
			ESPOSITO	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0
			riportata a 1	1
			Punteggio	30
Sicurezza del distacco	15	Q1	MAVILIO	1,0
			PADOLECCHIA	1,0
			ESPOSITO	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Compatibilità di diametro con i vari microcateteri di piccolo calibro	15	Q1	MAVILIO	1,0
			PADOLECCHIA	1,0
			ESPOSITO	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Gamma di spirali	10	Q3*		4
			Punteggio	10
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

3



LOTTO 31

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION ITALIA SRL	PHENOX ITALY SRL	
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	
Sicurezza del distacco	45	Q2	Punteggio	45	9	45	9	
Maggiore radiopacità	15	Q2	Punteggio	15	15	15	15	
Gamma di spirali	10	Q3*		8	7	10	4	3
			Punteggio	7	6	10	1	
Totale punteggio di qualità	70			67,059	29,588	70,000	25,176	
Totale punteggio di qualità riparametrato				67,059	29,588	70,000	25,176	



LOTTO 31

Sicurezza del distacco							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	2	2	2	MEDTRONIC	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MEDTRONIC	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
MEDTRONIC	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENTION	2	2	2	PHENOX	0	0	0

Maggiore radiopacità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENNTION	1	1	1	PHENOX	1	1	1


M
B

LOTTO 31

Sicurezza del distacco						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	5	5	5	45	5	45
MEDTRONIC	1	1	1	45	1	9
MICROVENTION	5	5	5	45	5	45
PHENOX	1	1	1	45	1	9

Maggiore radiopacità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	3	3	3	15	3	15
MEDTRONIC	3	3	3	15	3	15
MICROVENTION	3	3	3	15	3	15
PHENOX	3	3	3	15	3	15

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 32

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	H.D. HEALTH DEFENCE SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Sicurezza del distacco	22	Q2	Punteggio	22	22	22	22
Minor tempo del distacco	12	Q1	MAVILIO	0,7	0	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,0	0,7	0,5
			riportata a 1	1	0	1	1
			Punteggio	12	0	12	9
Atraumaticità della spirale	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,3	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,3	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,3	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,3	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			Punteggio	12	7	12	12
Gamma diametri e lunghezze delle spirali offerte	12	Q2	Punteggio	12	0	2	6
Compatibilità di diametro con i vari microcateteri di piccolo calibro	12	Q2	Punteggio	12	12	12	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000	41,200	60,000	60,571
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	41,200	60,000	60,571




LOTTO 32

Sicurezza del distacco							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	HD HEALTH	1	1	1
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
HD HEALTH	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
HD HEALTH	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Gamma diametri e lunghezze delle spirali offerte							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	6	6	6	HD HEALTH	0	0	0
BALT	4	4	4	JOHNSON	0	0	0
BALT	2	2	2	MICROVENTION	0	0	0
HD HEALTH	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	MICROVENTION	4	4	4
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2

Compatibilità di diametro con i vari microcateteri di piccolo calibro							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	HD HEALTH	1	1	1
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
HD HEALTH	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
HD HEALTH	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Handwritten signatures and initials on the right margin.

LOTTO 32

Sicurezza del distacco						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	3	3	3	22	3	22
HD HEALTH	3	3	3	22	3	22
JOHNSON	3	3	3	22	3	22
MICROVENTION	3	3	3	22	3	22

Gamma diametri e lunghezze delle spirali offerte						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	12	12	12	12	12	12
HD HEALTH	0	0	0	12	0	0
JOHNSON	2	2	2	12	2	2
MICROVENTION	6	6	6	12	6	6

Compatibilità di diametro con i vari microcateteri di piccolo calibro						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	3	3	3	12	3	12
HD HEALTH	3	3	3	12	3	12
JOHNSON	3	3	3	12	3	12
MICROVENTION	3	3	3	12	3	12

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

LOTTO 33

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL	NANUTECH SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Facilità di apertura della valvola	25	Q2	Punteggio	4	25	25	4	4
Tenuta della valvola	20	Q1	MAVILIO	0,3	0,5	0,7	0,3	0,3
			PADOLECCHIA	0,3	0,5	0,7	0,3	0,3
			ESPOSITO	0,3	0,5	0,7	0,3	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	0,5	0,7	0,3	0,3
			riportata a 1	0,4	0,7	1,0	0,4	0,4
			Punteggio	8,6	14,3	20,0	8,6	8,6
Maggior trasparenza del dispositivo	15	Q1	MAVILIO	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5
			riportata a 1	0,7	0,4	1,0	0,7	0,7
			Punteggio	10,7	6,4	15,0	10,7	10,7
Maggiore ampiezza lume interno	10	Q2	Punteggio	10	1	10	1	4
Totale punteggio di qualità	70			33,132	46,825	70,000	24,243	27,576
Totale punteggio di qualità riparametrato				33,132	46,825	70,000	24,243	27,576

Y
M
B

LOTTO 33

Facilità di apertura della valvola							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	0	0	0	ABBOTT	4	4	4
AB MEDICA	0	0	0	MED ITALIA	4	4	4
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	NANUTECH	1	1	1
ABBOTT	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
ABBOTT	4	4	4	MERIT	0	0	0
ABBOTT	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
MED ITALIA	4	4	4	MERIT	0	0	0
MED ITALIA	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
MERIT	1	1	1	NANUTECH	1	1	1

Maggiore ampiezza lume interno							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	3	3	3	ABBOTT	0	0	0
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	3	3	3	MERIT	0	0	0
AB MEDICA	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
ABBOTT	0	0	0	MED ITALIA	3	3	3
ABBOTT	1	1	1	MERIT	1	1	1
ABBOTT	0	0	0	NANUTECH	2	2	2
MED ITALIA	3	3	3	MERIT	0	0	0
MED ITALIA	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
MERIT	0	0	0	NANUTECH	2	2	2

Facilità di apertura della valvola						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	2	2	2	25	2	3,8
ABBOTT	13	13	13	25	13	25,0
MED ITALIA	13	13	13	25	13	25,0
MERIT	2	2	2	25	2	3,8
NANUTECH	2	2	2	25	2	3,8

Maggiore ampiezza lume interno						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	9	9	9	10	9	10,0
ABBOTT	1	1	1	10	1	1,1
MED ITALIA	9	9	9	10	9	10,0
MERIT	1	1	1	10	1	1,1
NANUTECH	4	4	4	10	4	4,444444

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LOTTO 34

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	B BRAUN MILANO SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Tenuta della valvola emostatica	23	Q2	Punteggio	23	6	6
Facilità di apertura della valvola	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,3	0,3
			PADOLECCHIA	0,5	0,3	0,3
			ESPOSITO	0,5	0,3	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,3	0,3
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	20,00	12,00	12,00
Maggiore ampiezza lume interno	15	Q2	Punteggio	3	7	15
Maggior trasparenza del dispositivo	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	12,00	12,00	12,00
Totale punteggio di qualità	70			57,727	36,568	44,750
Totale punteggio di qualità riparametrato				62,606	39,658	48,532

LOTTO 34

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL	BOSTON SCIENTIFIC SPA
presenti	presenti	presenti
6	23	23
0,3	0,5	0,5
0,3	0,5	0,5
0,3	0,5	0,5
0,3	0,5	0,5
1	1	1
12,00	20,00	20,00
8	0	10
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
1	1	1
12,00	12,00	12,00
37,932	55,000	64,545
41,137	59,648	70,000

Tenuta della valvola emostatica							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	2	2	2	ABBOTT	0	0	0
AB MEDICA	2	2	2	B BRAUN	0	0	0
AB MEDICA	2	2	2	MED ITALIA	0	0	0
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
ABBOTT	1	1	1	B BRAUN	1	1	1
ABBOTT	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
ABBOTT	0	0	0	MERIT	2	2	2
B BRAUN	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
B BRAUN	0	0	0	MERIT	2	2	2
MED ITALIA	0	0	0	MERIT	2	2	2
BOSTON	1	1	1	AB MEDICA	1	1	1
BOSTON	2	2	2	ABBOTT	0	0	0
BOSTON	2	2	2	B BRAUN	0	0	0
BOSTON	2	2	2	MED ITALIA	0	0	0
BOSTON	1	1	1	MERIT	1	1	1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LOTTO 34

Tenuta della valvola emostatica						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	8	8	8	23	8	23
ABBOTT	2	2	2	23	2	6
B BRAUN	2	2	2	23	2	5,75
MED ITALIA	2	2	2	23	2	5,75
MERIT	8	8	8	23	8	23
BOSTON	8	8	8	23	8	23

Maggiore ampiezza lume interno							
Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	0	0	0	ABBOTT	2	2	2
AB MEDICA	0	0	0	B BRAUN	3	3	3
AB MEDICA	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
AB MEDICA	2	2	2	MERIT	0	0	0
ABBOTT	0	0	0	B BRAUN	2	2	2
ABBOTT	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
ABBOTT	2	2	2	MERIT	0	0	0
B BRAUN	2	2	2	MED ITALIA	0	0	0
B BRAUN	4	4	4	MERIT	0	0	0
MED ITALIA	3	3	3	MERIT	0	0	0
BOSTON	2	2	2	AB MEDICA	0	0	0
BOSTON	1	1	1	ABBOTT	1	1	1
BOSTON	0	0	0	B BRAUN	2	2	2
BOSTON	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BOSTON	3	3	3	MERIT	0	0	0

7
Mm
B

LOTTO 34

Maggiore ampiezza lume interno						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	2	2	2	15	2	3
ABBOTT	5	5	5	15	5	7
B BRAUN	11	11	11	15	11	15
MED ITALIA	6	6	6	15	6	8,181818
MERIT	0	0	0	15	0	0
BOSTON	7	7	7	15	7	9,545455



LOTTO 35

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	B BRAUN MILANO SPA	MED ITALIA BIOMEDICA SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Tenuta della valvola emostatica	23	Q2	<i>Punteggio</i>	2	9	23	2
Facilità di apertura della valvola	20	Q1	MAVILIO	0,3	0,5	0,7	0,3
			PADOLECCHIA	0,3	0,5	0,7	0,3
			ESPOSITO	0,3	0,5	0,7	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	0,5	0,7	0,3
			riportata a 1	0	1	1	0
			<i>Punteggio</i>	9	14	20	9
Maggiore ampiezza lume interno	15	Q2	<i>Punteggio</i>	3	15	15	3
Maggior trasparenza del dispositivo	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,3	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,3	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,3	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,3	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	12	12	7	12
Totale punteggio di qualità	70			26,371	50,986	65,500	26,371
Totale punteggio di qualità riparametrato				28,183	54,489	70,000	28,183

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 35

Tenuta della valvola emostatica							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	0	0	0	B BRAUN	2	2	2
AB MEDICA	0	0	0	MED ITALIA	4	4	4
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
B BRAUN	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
B BRAUN	2	2	2	MERIT	0	0	0
MED ITALIA	4	4	4	MERIT	0	0	0


Maggiore ampiezza lume interno							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	0	0	0	B BRAUN	2	2	2
AB MEDICA	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
B BRAUN	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
B BRAUN	2	2	2	MERIT	0	0	0
MED ITALIA	2	2	2	MERIT	0	0	0

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 35

Tenuta della valvola emostatica						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	1	1	1	23	1	2
B BRAUN	4	4	4	23	4	9
MED ITALIA	10	10	10	23	10	23
MERIT	1	1	1	23	1	2,3

Maggiore ampiezza lume interno						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	1	1	1	15	1	3
B BRAUN	5	5	5	15	5	15
MED ITALIA	5	5	5	15	5	15
MERIT	1	1	1	15	1	3



Handwritten signature and initials, likely representing the official approval or verification of the data presented in the tables.

LOTTO 36

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Gamma di dimensioni del laccio	18	Q3*		9	10	10
			Punteggio	12	18	18
Maggior radiopacità dell'ansa	18	Q1	MAVILIO	0,7	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	18	18	18
Manovrabilità ed atraumaticità dell'ansa	18	Q1	MAVILIO	0,5	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	13	18	13
Capacità di progressione	16	Q2	Punteggio	12	16	4
Totale punteggio di qualità	70			54,429	70,000	52,857
Totale punteggio di qualità riparametrato				54,429	70,000	52,857

7

LOTTO 36


Tenuta della valvola emostatica							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
MEDTRONIC	2	2	2	MERIT	0	0	0




LOTTO 36

Tenuta della valvola emostatica						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	3	3	3	16	3	12
MEDTORNIC	4	4	4	16	4	16
MERIT	1	1	1	16	1	4



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 20/03/2023

Prot. n. NP/2023/288328

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

9^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 9^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 20/03/2023

Il giorno 20/03/2023, alle ore 8,45 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prosegue, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi i base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI

AB MEDICA SRL

Maneggevolezza:

la Commissione ha riscontrato alla prova pratica una buona maneggevolezza

Maggior trasparenza:

Rubinetto in policarbonato trasparente

Compatibilità con le soluzioni iniettabili:

Compatibile con una vasta gamma di liquidi ad eccezione di "chemioterapici e fotosensibili"

MED-ITALIA BIOMEDICA ITALIA SRL

Maneggevolezza:

l'ergonomia del dispositivo consente un'ottima maneggevolezza

Maggior trasparenza:

rubinetto fabbricato in materiale plastico trasparente

Compatibilità con le soluzioni iniettabili:

Il rubinetto è compatibile con tutte le soluzioni iniettabili, anche liquidi di contrasto e lipidi. Non indicato per utilizzo con chemioterapici.

LOTTO 39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI

AB MEDICA SRL

Compatibilità con le soluzioni iniettabili:

Compatibile con una vasta gamma di liquidi ad eccezione di "chemioterapici e fotosensibili"

MED-ITALIA BIOMEDICA ITALIA SRL

Compatibilità con le soluzioni iniettabili:

Il rubinetto è compatibile con tutte le soluzioni iniettabili, anche liquidi di contrasto. Non indicato per utilizzo con chemioterapici.

MERIT MEDICAL ITALY SRL

Compatibilità con le soluzioni iniettabili:

Il prodotto non è compatibile con sostanze a base lipidica. Viene sconsigliato l'utilizzo del prodotto con farmaci chemioterapici.

Q2

Maneggevolezza: il prodotto offerto da AB Medica è risultato alla prova pratica più maneggevole in quanto dotato di maggiore ergonomia

Resistenza alle alte pressioni

AB Medica: Il rubinetto raggiunge pressioni fino a 1200 PSI

Med Italia: Il rubinetto garantisce una tenuta eccellente sino ad alte pressioni anche oltre 1000 psi, senza mai rilevare perdite o rotture

Merit: Il rubinetto raggiunge pressioni fino a 1200 PSI

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

Facilità di posizionamento:

dalla documentazione presentata si evince una discreta facilità di posizionamento

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL

Facilità di posizionamento:

dalla documentazione presentata si evince una discreta facilità di posizionamento

MEDTRONIC ITALIA SPA

Facilità di posizionamento:

dalla documentazione presentata si evince una discreta facilità di posizionamento

Q2

Adattamento alle tortuosità del vaso: il prodotto offerto dalla Cardinal è quello che meglio si adatta alle tortuosità vasali dimostrando una imm modificata conformazione della struttura dello stent

Gamma dei diametri e delle lunghezze

Abbott: 22

Cardinal: 17

Medtronic: 23

Minore accorciamento:

il prodotto offerto da Medtronic è uno stent autoespandibile in nitinolo (55% nichel e 45% titanio) a celle aperte privo di accorciamento
i prodotti offerti da Cardinal e Abbott si equivalgono

Maggiore radiopacità: tutti i prodotti offerti presentano marker radiopachi

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE

BOSTON SCIENTIFIC SPA

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO**CROSSMED SPA****Adattamento alle tortuosità del vaso:**

il design a celle aperte rende lo stent estremamente flessibile in grado di adattarsi ad anatomie tortuose

Facilità di posizionamento:

durante il rilascio non è soggetto ad allungamento e/o accorciamento rendendo il posizionamento molto accurato e preciso

Gamma dei diametri e delle lunghezze:

buona gamma (18)

Meccanismo antiembolico: il prodotto offerto è caratterizzato da una maglia molto fitta con dimensione media di pori pari a 165µm, in grado di prevenire l'embolizzazione di frammenti di placca e trombo durante e dopo la procedura di stenting carotideo

MICROVENTION ITALIA SRL**Adattamento alle tortuosità del vaso:**

le caratteristiche dello stent consentono una buona adattabilità alle tortuosità

Facilità di posizionamento:

la struttura in nitinol consente un'ottima facilità di posizionamento

Gamma dei diametri e delle lunghezze:

buona gamma (17)

Meccanismo antiembolico:

il design a micromesh consente una buona copertura antiembolica

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI**ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL****Basso profilo:**

le caratteristiche tecniche consentono un basso profilo

Maggior velocità di sgonfiaggio:

la Ditta dichiara che il Viatrac 14 Plus ha due profili di deflazione a trifoglio per i palloni di diametro 4,5/5,0 mm e lunghezza 10/20 mm e per palloni di diametro 4,0/5,0 mm e lunghezza 30/40 mm; mentre quadrifoglio per palloni di diametro 5,5/7,0 mm e lunghezza 15/20 mm, ciò favorisce la rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone

Gamma di calibri e lunghezze del palloncino:

buona gamma: 4 lunghezze e 7 diametri (da 4 mm)

Flessibilità del palloncino:

le caratteristiche del prodotto ne consentono una buona flessibilità

BOSTON SCIENTIFIC SPA**Basso profilo:**

il dispositivo è composto da un palloncino semicompiante dal profilo bassissimo: 0.020"

Maggior velocità di sgonfiaggio:

la Ditta dichiara che palloncino ha un tempo di sgonfiaggio medio pari a circa 10s

Gamma di calibri e lunghezze del palloncino: eccellente gamma: 12 lunghezze e 14 diametri (anche piccoli, da 2 mm)

Flessibilità del palloncino:

il palloncino ha un rivestimento idrofilo in Bioslide™ che ne agevola l'attraversamento di lesioni complesse

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO**BOSTON SCIENTIFIC SPA****Capacità di progressione:**

le caratteristiche ed il rivestimento del filo guida su cui risulta montato il filtro consentono un'ottima capacità di progressione del device

Facilità di posizionamento:

l'eccentricità del sistema consente un'ottima facilità di posizionamento

Adattabilità alla parete vasale:

il range del diametro dei vasi in cui può essere utilizzato consente all'ansa di adattarsi in maniera ottimale alle pareti vasali

Minore diametro dei pori: 110 µm

Maggiore radiopacità:

le caratteristiche di costruzione del filtro consentono una ottima radiopacità

MEDTRONIC ITALIA SPA**Capacità di progressione:**

le caratteristiche ed il rivestimento del filo guida consentono una buona capacità di progressione del device

Facilità di posizionamento:

l'eccentricità del sistema consente un'ottima facilità di posizionamento

Adattabilità alla parete vasale:

la lunghezza del filtro è differente per le varie misure del diametro del filo e questo può determinare, in anatomie tortuose e vasi displasici, una minor adattabilità alla parete vasale

Minore diametro dei pori:

la Ditta non indica il valore. La Commissione attribuisce punteggio pari a 0 in applicazione di quanto previsto dal Disciplinare (*"qualora nella documentazione di gara non siano presenti i dati e la documentazione necessaria per la valutazione qualitativa di un criterio di valutazione, a tale criterio la Commissione attribuirà 0 punti"*)

Maggiore radiopacità:

le caratteristiche di costruzione del filtro consentono una ottima radiopacità

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO**ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL****Capacità di progressione:**

la guida dedicata BareWire risulta resistente al kinking e favorisce l'avanzamento della stessa anche in anatomie complesse e tortuose

Facilità di posizionamento:

le caratteristiche del prodotto consentono una buona facilità di posizionamento

Adattabilità alla parete vasale:

le caratteristiche del prodotto consentono una buona adattabilità alla parete vasale

Minore diametro dei pori: 120 µm

Maggiore radiopacità:

la presenza di due fascette radiopache alle estremità del filtro e 4 spirali radiopache sul frame consentono una buona radiopacità

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL**Capacità di progressione:**

la presenza di una guida direzionale 014 con integrato un filtro a forma di basket consente una buona capacità di progressione

Facilità di posizionamento:

il profilo molto basso del filtro consente un buon posizionamento nel vaso

Adattabilità alla parete vasale:

la sottile membrana in poliuretano sorretta da struttura metallica in nitinolo consente una buona adattabilità alle pareti vasali

Minore diametro dei pori: 100 µm

Maggiore radiopacità:

la presenza di Markers radiopachi in lega di platino (Pt/Ir) consente una buona radiopacità

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE**CROSSMED SPA****Capacità di progressione/navigabilità:**

la particolare struttura polimerica, dotata di diverse zone di transizione garantisce un ottimo bilanciamento tra rigidità prossimale e morbidezza distale.

La struttura interna dei cateteri permette inoltre di controllare in maniera precisa la capacità di spinta e torsione, in modo da garantire un'aspirazione rapida ed accurata, evita il piegamento del catetere (kink-resistance), con la conseguente compromissione della capacità di aspirazione e di non collabire a fronte dell'elevata pressione negativa applicata dalla pompa di aspirazione.

La presenza di un catetere di piccolo calibro per la tromboaspirazione che consente la navigazione anche di vasi distali

Atraumaticità:

la particolare struttura polimerica della porzione distale consente una buona morbidezza distale con conseguente buona atraumaticità dell'apice del catetere

Gamma di calibri e lunghezze dei cateteri:

buona gamma: 8 calibri - 5 lunghezze

Semplicità di impiego del sistema:

nel complesso il sistema costituito da elementi diversi (catetere portante, catetere da tromboaspirazione e microcatetere) risulta caratterizzato da un'eccellente facilità d'uso

Gamma di accessori:

buona gamma: pompa, cestello e raccordo

STRYKER ITALIA SRL SU**Capacità di progressione/navigabilità:**

il catetere a singolo lume, composto da polimeri plastici, con corpo a durometria variabile con sezioni a flessibilità differente garantisce supporto prossimale, flessibilità e morbidezza distale che consentono una buona capacità di progressione

Atraumaticità:

l'armatura con spirale in Nitinol a pitch variabile lungo tutta la lunghezza del catetere risulta in un continuo adattamento della flessibilità dalla parte distale a quella prossimale del catetere. Grazie a questa unicità, il catetere è caratterizzato da un'alta atraumaticità della parte distale

Gamma di calibri e lunghezze dei cateteri:

buona gamma: 5 calibri e 7 lunghezze

Semplicità di impiego del sistema:

nel complesso il sistema costituito da elementi diversi (catetere portante, catetere da tromboaspirazione e microcatetere) risulta caratterizzato da un'eccellente facilità d'uso

Gamma di accessori: buona gamma: pompa, cestello e raccordo

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE

STRYKER ITALIA SRL SU

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER

BALT ITALY SRL

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI

MICROVENTION ITALIA SRL

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI

CROSSMED SPA

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO

COOK ITALIA SRL

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE

ALFA MEDICAL ITALIA SRL

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI

CROSSMED SPA

Flessibilità:

il design a celle chiuse consente una buona flessibilità

PHENOX ITALY SRL

Flessibilità:

il design a celle aperte consente un'ottima flessibilità

STRYKER ITALIA SRL SU

Flessibilità:

il design a celle aperte consente un'ottima flessibilità

Q2:

Facilità di navigazione intracranica

Per le caratteristiche tecniche (l'elettropulitura delle maglie di Crossmed ed il disegno dello stent di Phenox) i prodotti offerti da Crossmed e Phenox consentono maggiore facilità di navigazione intracranica.

Maggiore radiopacità dello stent: tutti i prodotti presentano uguale radiopacità

Gamma di misure dello stent

Crossmed: diametri da 3.0, 4.0 e 5.0 mm con lunghezze da 15, 20, 25, 30 mm.

Phenox: diametro mm 3.5 per vasi da mm 2.5 a 3.5 e diametro mm 4.5 per vasi da mm 3.5 a 4.5; lunghezze da mm 15, 20, 25, 30.

Stryker: 5 diametri (2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm) e 3 lunghezze (9mm, 15mm, 20mm).

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA

CROSSMED SPA

Facilità di navigazione intracranica:

il rivestimento idrofilico del catetere, dotato di rinforzo prossimale con una guida in acciaio consente un'eccellente facilità di navigazione anche in anatomie tortuose ed in vasi distali

Maggiore radiopacità del palloncino: 3 marker radiopachi

Flessibilità:

l'interruzione della guida prima dell'inizio del pallone garantisce un'eccellente flessibilità

PHENOX ITALY SRL

Facilità di navigazione intracranica:

la presenza di rivestimento idrofilico garantisce discreta facilità di navigazione

Maggiore radiopacità del palloncino:

La lunghezza del palloncino è indicata da due marker radiopachi a profilo zero mentre i cateteri con palloncino di diametro 1.25 e 1.50 mm presentano un solo marker in posizione centrale

Flessibilità:

la presenza di una punta distale soft concorre a determinare una discreta flessibilità del sistema

STRYKER ITALIA SRL SU

Facilità di navigazione intracranica: il rivestimento in materiale idrofilico del catetere consente una discreta navigabilità del catetere stesso con scarso attrito contro le pareti del vaso

Maggiore radiopacità del palloncino: Sul corpo del catetere sono posizionati due marker d'oro; Solo il palloncino con diametro da 1.5mm possiede un solo marker in oro

Flessibilità: il microcatetere dotato della tecnologia Push Coil con rigidità variabile lungo il catetere consente una discreta flessibilità

Q2:

Gamma di misure del palloncino

Crossmed: diametri pari a 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 e 4mm e lunghezza di lavoro pari a 8mm per tutte le misure

Phenox: pITA diametri compresi tra 1.25 e 4 mm per 10,15,20,25,30,35,40 mm di lunghezza. Il profilo di ingresso è di solo 0.016", mentre il profilo del palloncino è di 0.023" -0.026". Lo spingitore ha un diametro prossimale di 1.9 Fr, distale di 2.5 Fr. La lunghezza del palloncino è indicata da due marker radiopachi a profilo zero mentre i cateteri con palloncino di diametro 1.25 e 1.50 mm presentano un solo marker in posizione centrale

Stryker: Lunghezze: 9mm, 15mm, 20mm; Diametri palloncino: 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm

[Handwritten signatures]

Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 - 58

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 20/03/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario




Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Mavilio'. 2. A signature that appears to be 'Riccardo Padolecchia'. 3. A signature that appears to be 'Guglielmo Massimo Esposito'. 4. A signature that appears to be 'Rossana Brandolin'.

LOTTO 38

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SRL	MED ITALIA BIOMEDICA ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Maneggevolezza	40	Q1	MAVILIO	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	29	40
Maggior trasparenza	15	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Compatibilità con le soluzioni iniettabili	15	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	15	15
Totale punteggio di qualità	70			58,571	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				58,571	70,000

LOTTO 39

LOTTO 39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	MERIT MEDICAL ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Maneggevolezza	30	Q2	<i>Punteggio</i>	30	8	8
Resistenza alle alte pressioni	20	Q2	<i>Punteggio</i>	20	20	20
Compatibilità con le soluzioni iniettabili	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,3
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,3
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,3
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	20	20	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000	47,500	39,500
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	47,500	39,500

of


m f

g

LOTTO 39

Maneggevolezza							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	2	2	2	MED ITALIA	0	0	0
AB MEDICA	2	2	2	MERIT	0	0	0
MED ITALIA	1	1	1	MERIT	1	1	1

Resistenza alle alte pressioni							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
MED ITALIA	1	1	1	MERIT	1	1	1










LOTTO 39

Maneggevolezza						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	4	4	4	30	4,0	30
MED ITALIA	1	1	1	30	1,0	8
MERIT	1	1	1	30	1,0	8

Resistenza alle alte pressioni						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	2	2	2	20	2,0	20
MED ITALIA	2	2	2	20	2,0	20
MERIT	2	2	2	20	2,0	20

LOTTO 41

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Adattamento alle tortuosità del vaso	27	Q2	<i>Punteggio</i>	3	27	3
Facilità di posizionamento	12	Q1	MAVILIO	0,3	0,3	0,3
			PADOLECCHIA	0,3	0,3	0,3
			ESPOSITO	0,3	0,3	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	0,3	0,3
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	12	12	12
Gamma dei diametri e delle lunghezze	12	Q2	<i>Punteggio</i>	12	0	12
Minore accorciamento	12	Q2	<i>Punteggio</i>	5	0	12
Maggiore radiopacità	7	Q2	<i>Punteggio</i>	7	7	7
Totale punteggio di qualità	70			39,175	46,000	46,375
Totale punteggio di qualità riparametrato				59,132	69,434	70,000






LOTTO 41

Adattamento alle tortuosità del vaso							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
ABBOTT	0	0	0	CARDINAL	4	4	4
ABBOTT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CARDINAL	4	4	4	MEDTRONIC	0	0	0

Adattamento alle tortuosità del vaso						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
ABBOTT	1	1	1	27	1,0	3
CARDINAL	8	8	8	27	8,0	27
MEDTRONIC	1	1	1	27	1,0	3

Gamma dei diametri e delle lunghezze							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
ABBOTT	2	2	2	CARDINAL	0	0	0
ABBOTT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CARDINAL	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2

Gamma dei diametri e delle lunghezze						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
ABBOTT	3	3	3	12	3,0	12
CARDINAL	0	0	0	12	0,0	0
MEDTRONIC	3	3	3	12	3,0	12

Minore accorciamento							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
ABBOTT	2	2	2	CARDINAL	0	0	0
ABBOTT	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
CARDINAL	0	0	0	MEDTRONIC	3	3	3

Minore accorciamento						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
ABBOTT	2	2	2	12	2,0	5
CARDINAL	0	0	0	12	0,0	0
MEDTRONIC	5	5	5	12	5,0	12

Maggiore radiopacità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
ABBOTT	1	1	1	CARDINAL	1	1	1
ABBOTT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CARDINAL	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1

Maggiore radiopacità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
ABBOTT	2	2	2	7	2,0	7
CARDINAL	2	2	2	7	2,0	7
MEDTRONIC	2	2	2	7	2,0	7

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

LOTTO 42

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti
Adattamento alle tortuosità del vaso	27	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	27
Maggiore radiopacità	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Facilità di posizionamento	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Minore accorciamento	12	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Gamma dei diametri e delle lunghezze	7	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	7
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000





LOTTO 43

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BOSTON SCIENTIFIC SPA
Requisiti essenziali				presenti
Adattamento alle tortuosità del vaso	25	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	25
Facilità di posizionamento	20	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	20
Maggiore radiopacità	15	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Minore accorciamento	10	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	10
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000






LOTTO 44

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Adattamento alle tortuosità del vaso	30	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	30	21
Facilità di posizionamento	20	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	20	20
Gamma dei diametri e delle lunghezze	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	10
Meccanismo antiembolico	10	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	7
Totale punteggio di qualità	70			70,000	58,571
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	58,571





LOTTO 45

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	BOSTON SCIENTIFIC SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Basso profilo	25	Q1	MAVILIO	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	18	25
Maggior velocità di sgonfiaggio	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	14	20
Gamma di calibri e lunghezze del palloncino	15	Q1	MAVILIO	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	1,0
			ESPOSITO	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	8	15
Flessibilità del palloncino	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	7	10
Totale punteggio di qualità	70			46,786	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				46,786	70,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 46

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BOSTON SCIENTIFIC SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Capacità di progressione	17	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	17	12
Facilità di posizionamento	17	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	17	17
Adattabilità alla parete vasale	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	9
Minore diametro dei pori	12	Q4*			
			Punteggio	12	0
Maggiore radiopacità	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000	49,714
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	49,714

0

[Handwritten signatures and marks]

LOTTO 47

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Capacità di progressione	17	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	17	17
Facilità di posizionamento	17	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	17	17
Adattabilità alla parete vasale	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Minore diametro dei pori	12	Q4*		120	100
			Punteggio	7	12
Maggiore radiopacità	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Totale punteggio di qualità	70			64,545	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				64,545	70,000

144





LOTTO 48

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA	STRYKER ITALIA SRL SU
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Capacità di progressione/navigabilità	22	Q1	MAVILIO	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	22	16
Atraumaticità	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Gamma di calibri e lunghezze dei cateteri	17	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	17	17
Semplicità di impiego del sistema	7	Q1	MAVILIO	1,0	1,0
			PADOLECCHIA	1,0	1,0
			ESPOSITO	1,0	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	1,0
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	7	7
Gamma di accessori	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	12	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000	63,714
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	63,714

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 49

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	STRYKER ITALIA SRL S.U.
Requisiti essenziali				presenti
Capacità di progressione	20	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	20
Maggiore radiopacità	20	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	20
Gamma dei diametri e delle lunghezze	15	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Facilità di posizionamento	15	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Totale punteggio di qualità	70			70
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000





LOTTO 50

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL
Requisiti essenziali				presenti
Atraumaticità del sistema	25	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	25
Capacità di deviazione di flusso	20	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	20
Capacità di progressione	15	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Gamma lunghezze e diametri	10	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	10
Totale punteggio di qualità	70			70
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000




LOTTO 51

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti
Atraumaticità del sistema	25	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	25
Capacità di deviazione di flusso	20	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	20
Capacità di progressione	15	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Gamma lunghezze e diametri	10	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	10
Totale punteggio di qualità	70			70
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000




LOTTO 52

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA
Requisiti essenziali				presenti
Capacità di progressione	17	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Adattabilità alla parete vasale	17	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Maggiore radiopacità	12	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Gamma dei diametri	12	Q3*		25
			Punteggio	12
Facilità di posizionamento	12	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

20

LOTTO 53

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	COOK ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti
Maggior trombogenicità	17	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Sicurezza e facilità del sistema di introduzione nel catetere	17	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	17
Maggior memoria di forma	12	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Maggiore radiopacità	12	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Scorrevolezza all'interno del catetere	12	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	12
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000





LOTTO 54

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ALFA MEDICAL ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti
Minor tempo di emostasi	24	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	24
Sicurezza del sistema	24	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	24
Facilità d'uso	22	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	22
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 55

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti
Minor tempo di emostasi	24	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	24
Sicurezza del sistema	24	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	24
Facilità d'uso	22	Q1	MAVILIO	0,5
			PADOLECCHIA	0,5
			ESPOSITO	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5
			riportata a 1	1
			Punteggio	22
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

LOTTO 57

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA	PHENOX ITALY SRL	STRYKER ITALIA SRL SU
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Facilità di navigazione intracranica	25	Q2	<i>Punteggio</i>	25	17	0
Flessibilità	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	14	20	20
Maggiore radiopacità dello stent	15	Q2	<i>Punteggio</i>	15	15	15
Gamma di misure dello stent	10	Q2	<i>Punteggio</i>	10	0	10
Totale punteggio di qualità	70			64,286	51,667	45,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	56,259	49,000

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 57

Facilità di navigazione intracranica							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	
CROSSMED	2	2	2	STRYKER	0	0	0
PHENOX	2	2		STRYKER	0	0	0

Maggiore radiopacità dello stent							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Gamma di misure dello stent							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	2	2	2	PHENOX	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	0	0	0	STRYKER	2	2	2

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LOTTO 57

Facilità di navigazione intracranica						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	3	3	3	25	3,0	25
PHENOX	3	3	0	25	2,0	17
STRYKER	0	0	0	25	0,0	0

Maggiore radiopacità dello stent						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	2	2	2	15	2,0	15
PHENOX	2	2	2	15	2,0	15
STRYKER	2	2	2	15	2,0	15

Gamma di misure dello stent						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	3	3	3	10	3,0	10
PHENOX	0	0	0	10	0,0	0
STRYKER	3	3	3	10	3,0	10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LOTTO 58

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	CROSSMED SPA	PHENOX ITALY SRL	STRYKER ITALIA SRL SU
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Gamma di misure del palloncino	20	Q2	Punteggio	0	20	20
Facilità di navigazione intracranica	20	Q1	MAVILIO	1,0	0,3	0,3
			PADOLECCHIA	1,0	0,3	0,3
			ESPOSITO	1,0	0,3	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	0,3	0,3
			riportata a 1	1	0	0
			Punteggio	20	6	6
Maggiore radiopacità del palloncino	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	15	11	11
Flessibilità	15	Q1	MAVILIO	1,0	0,3	0,3
			PADOLECCHIA	1,0	0,3	0,3
			ESPOSITO	1,0	0,3	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	0,3	0,3
			riportata a 1	1	0	0
			Punteggio	15	5	5
Totale punteggio di qualità	70			51,000	41,514	41,514
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	56,980	56,980



LOTTO 58

Gamma di misure del palloncino							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
CROSSMED	0	0	0	PHENOX	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	STRYKER	2	2	2
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1






LOTTO 58

Gamma di misure del palloncino						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
CROSSMED	0	0	0	20	0,0	0
PHENOX	3	3	3	20	3,0	20
STRYKER	3	3	3	20	3,0	20

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0322309
del 03/04/2023

Genova, 03/04/2023

Prot. n. NP/2023/322309

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

10^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 10^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 03/04/2023

Il giorno 03/04/2023, alle ore 8,45 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prosegue, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi in base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA

BIOMEDICA ITALIA SRL

Gamma di grammature del cemento: 1

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 10 minuti

Maggiore radiopacità: 30% di polvere di Solfato di Bario

BIOPSYBELL SRL

Gamma di grammature del cemento: 1

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 7,5 minuti

Maggiore radiopacità: 45% biossido di zirconio

GI.MI. MEDICAL SRL

Gamma di grammature del cemento: 1

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 10 minuti

Maggiore radiopacità: 30% di polvere di Solfato di Bario

MEDTRONIC ITALIA SRL


Gamma di grammature del cemento: 1

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): da 2 a 16 minuti

Maggiore radiopacità: solfato di bario al 30%

SEDA SPA

Gamma di grammature del cemento: 4

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 17 minuti

Maggiore radiopacità: 30% di Solfato di Bario

STRYKER ITALIA SRL

Gamma di grammature del cemento: 2

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 24 minuti

Maggiore radiopacità: 30% di Solfato di Bario

Q2:

Tutti i prodotti offerti, tranne quello della Medtronic, presentano compatibilità con multipli sistemi di iniezione

Medtronic: Compatibile esclusivamente con cemento Kyphon® Xpede™

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE

MED ITALIA BIOMEDICA SRL

Caratteristiche biodinamiche:

la composizione chimica del prodotto garantisce una buona biocompatibilità

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 15,5 minuti

Maggiore radiopacità:

ottima radiopacità grazie alla presenza di ossido di zirconio

Modalità di confezionamento:

confezionamento unico

MEDTRONIC ITALIA SPA

Caratteristiche biodinamiche:

eccellente biocompatibilità grazie alla elevata di cristalli di idrossiapatite

Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico): 16 minuti ad una temperatura di 22°C,

Maggiore radiopacità:

ottima radiopacità grazie alla presenza di solfato di bario

Modalità di confezionamento:

confezionamento unico

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA

BIOMEDICA ITALIA S.R.L.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 10 minuti

Modalità di confezionamento:

1 grammatura

Ergonomia del sistema di miscelazione:

le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

BIOPSYBELL SRL

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 7,5 minuti

Modalità di confezionamento:

1 grammatura

Ergonomia del sistema di miscelazione:

le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 8-10minuti

Modalità di confezionamento:

2 grammature

Ergonomia del sistema di miscelazione:

le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 12 minuti

Modalità di confezionamento: 1 grammatura

Ergonomia del sistema di miscelazione: le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: da 2 a 16 minuti

Modalità di confezionamento:

1 grammatura

Ergonomia del sistema di miscelazione:

le componenti del sistema offerto permettono un'ottimale ergonomia del sistema di miscelazione

MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 15,5 minuti

Modalità di confezionamento:

1 grammatura

Ergonomia del sistema di miscelazione: le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

SEDA S.P.A.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 17 minuti

Modalità di confezionamento:

4 grammature

Ergonomia del sistema di miscelazione:

le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Maggior tempo di polimerizzazione del cemento: 24 minuti

Modalità di confezionamento:

2 grammature


Ergonomia del sistema di miscelazione:

le componenti del sistema offerto permettono una buona ergonomia del sistema di miscelazione

Q2:

Sistema di rilascio

i sistemi di rilascio di Medtronic e Stryker sono quelli che presentano caratteristiche tali da rendere più sicura e controllabile la procedura

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA

Q2

Facilità di apertura del Kit

Alla prova pratica tutti i kit si aprono agevolmente, con eccezione di quello di Janua Medical che presenta apertura più difficile

Ergonomicità dei materiali:

il kit che presenta minor maneggevolezza è quello della NGC

Qualità delle siringhe:

alla prova pratica le siringhe che presentano migliore qualità e maggiore resistenza sono quelle di AB Medica e MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA

Q2

Facilità di apertura del Kit:

alla prova pratica tutti i kit presentano facile apertura

Ergonomicità dei materiali

Il kit che presenta componenti più maneggevoli è quello della Med Italia, gli altri si equivalgono

Tenuta dei deflussori e del rubinetto

Alla prova pratica il prodotto della Med Italia è quello che presenta maggior tenuta dei deflussori e del rubinetto

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021"

BALT ITALY srl

Atraumaticità della punta:

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso

Resistenza al kinking:

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida:

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona scorrevolezza interna

CROSSMED SPA

Atraumaticità della punta: il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso (punta dell'ipotubo in PEBA, smussata e basso profilo)



Resistenza al kinking:

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona scorrevolezza interna

H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.**Atraumaticità della punta:**

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso (punta distale atraumatica flessibile con struttura tapered di piccole dimensioni)

Resistenza al kinking:

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta discreta resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta discreta scorrevolezza interna

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**Atraumaticità della punta:**

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso (punta morbida)

Resistenza al kinking

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona scorrevolezza interna

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**Atraumaticità della punta:**

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso

Resistenza al kinking

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta ottima resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta ottima scorrevolezza interna

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

MICROVENTION ITALIA SRL

Atraumaticità della punta:

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso

Resistenza al kinking

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta ottima resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta ottima scorrevolezza interna

PHENOX ITALY SRL

Atraumaticità della punta:

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso

Resistenza al kinking

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta buona scorrevolezza interna

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Atraumaticità della punta:

il segmento distale presenta caratteristiche che non provocano lesioni alla parete del vaso

Resistenza al kinking

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta eccellente resistenza al kinking

Maggior scorrevolezza interna con microguida

per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica il prodotto offerto presenta eccellente scorrevolezza interna


Q2:

Capacità di progressione:

il prodotto che presenta maggiore capacità di progressione per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica è quello della Stryker

Morbidezza e flessibilità del microcatetere

Il prodotto che presenta maggiore capacità di progressione per le caratteristiche tecniche emergenti dalla documentazione tecnica è quello della Stryker



**LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI
DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014"**

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Resistenza al kinking:

la microguida costituita da un robusto nucleo in acciaio consente una discreta resistenza al kinking

Controllo di torsione:

le caratteristiche complessive del filo guida consentono un buon controllo di torsione

MICROVENTION ITALIA SRL

Resistenza al kinking:

il materiale (nitinol) consente buona resistenza al kinking

Controllo di torsione:

le caratteristiche complessive del filo guida consentono un buon controllo di torsione

PHENOX ITALY SRL

Resistenza al kinking:

il materiale ASACOR con cui è realizzata l'anima del filo guida consente una discreta resistenza al kinking

Controllo di torsione:

le caratteristiche complessive del filo guida consentono un buon controllo di torsione

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Resistenza al kinking:

l'anima interna in "scitanium", una particolare lega di acciaio, gradualmente rastremata dalla sezione prossimale a quella distale consente un'ottima resistenza al kinking

Controllo di torsione:

le caratteristiche complessive del filo guida consentono un buon controllo di torsione

Q2:

Maggior scorrevolezza:


per le caratteristiche del rivestimento esterno il prodotto che presenta minor scorrevolezza è quello della Johnson, gli altri prodotti si equivalgono

Atraumaticità e preformabilità della punta:

alla prova pratica il prodotto che risulta più rigido e presenta quindi minor atraumaticità e preformabilità della punta è quello della Johnson, gli altri prodotti si equivalgono

Maggior radiopacità:

tutti i prodotti presentano la medesima radiopacità



Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 - 66

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 03/04/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

The image shows four handwritten signatures on horizontal lines. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Mavilio'. 2. A signature that appears to be 'Riccardo Padolecchia'. 3. A signature that appears to be 'Guglielmo Massimo Esposito'. 4. A signature that appears to be 'Rossana Brandolin'.

LOTTO 60

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA	Max punti	Parametri di valutazione
Requisiti essenziali		
Gamma di grammature del cemento	25	Q3
Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico)	15	Q1
Maggiore radiopacità	15	Q1
Compatibilità con multipli sistemi di iniezione	15	Q2
Totale punteggio di qualità	70	
Totale punteggio di qualità riparametrato		





LOTTO 60

Punteggi	BIOMEDICA ITALIA SRL	BIOPSYBELL SRL	GI.MI. MEDICAL SRL	MEDTRONIC ITALIA SRL	SEDA SPA	STRYKER ITALIA SRL	
	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	
numero	1	1,0	1,0	1,0	4,0	2	0
Punteggio	6	6	6	6	25	13	
MAVILIO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	
PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	
ESPOSITO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	
MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	
riportata a 1	1	1	1	1	1	1	
Punteggio	8	8	8	8	11	15	
MAVILIO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
PADOLECCHIA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
ESPOSITO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
riportata a 1	1	1	1	1	1	1	
Punteggio	15	15	15	15	15	15	
Punteggio							
	28,750	28,750	28,750	28,750	50,500	42,500	
	39,851	39,851	39,851	39,851	70,000	58,911	

7
ju
m
d

LOTTO 60

Compatibilità con multipli sistemi di iniezione							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BIOMEDICA	1	1	1	BIOPSYBELL	1	1	1
BIOMEDICA	1	1	1	GI.MI	1	1	1
BIOMEDICA	3	3	3	MEDTRONIC	0	0	0
BIOMEDICA	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOMEDICA	1	1	1	STRYKER	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	GI.MI	1	1	1
BIOPSYBELL	3	3	3	MEDTRONIC	0	0	0
BIOPSYBELL	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	STRYKER	1	1	1
GI.MI	3	3	3	MEDTRONIC	0	0	0
GI.MI	1	1	1	SEDA	1	1	1
GI.MI	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	0	0	0	SEDA	3	3	3
MEDTRONIC	0	0	0	STRYKER	3	3	3
SEDA	1	1	1	STRYKER	1	1	1





LOTTO 60

Compatibilità con multipli sistemi di iniezione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BIOMEDICA	7	7	7	15	7,0	15
BIOPSYBELL	7	7	7	15	7,0	15
GI.MI	7	7	7	15	7,0	15
MEDTRONIC	0	0	0	15	0,0	0
SEDA	7	7	7	15	7,0	15
STRYKER	7	7	7	15	7,0	15





LOTTO 61

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE		Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MED ITALIA BIOMEDICA SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA
Requisiti essenziali					presenti	presenti
Caratteristiche biodinamiche	25	Q1	MAVILIO	0,5		1,0
			PADOLECCHIA	0,5		1,0
			ESPOSITO	0,5		1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5		1,0
			riportata a 1	1		1
			Punteggio	13		25
Tempo di polimerizzazione (deve essere dichiarato dall'operatore economico)	20	Q1	MAVILIO	0,5		0,5
			PADOLECCHIA	0,5		0,5
			ESPOSITO	0,5		0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5		0,5
			riportata a 1	1		1
			Punteggio	20		20
Maggiore radiopacità	15	Q1	MAVILIO	0,7		0,7
			PADOLECCHIA	0,7		0,7
			ESPOSITO	0,7		0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7		0,7
			riportata a 1	1		1
			Punteggio	15		15
Modalità di confezionamento	10	Q1	MAVILIO	0,5		0,5
			PADOLECCHIA	0,5		0,5
			ESPOSITO	0,5		0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5		0,5
			riportata a 1	1		1
			Punteggio	10		10
Totale punteggio di qualità	70				57,500	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato					57,500	70,000

LOTTO 62

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOMEDICA ITALIA SRL	BIOPSYBELL SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti
Sistema di rilascio	30	Q2	Punteggio	16,7	16,7
Maggior tempo di polimerizzazione del cemento	20	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	10	10
Modalità di confezionamento	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	5	5
Ergonomia del sistema di miscelazione	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1
			Punteggio	7	7
Totale punteggio di qualità	70			38,810	38,810
Totale punteggio di qualità riparametrato				42,353	42,353


m


LOTTO 62

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MED-I ITALIA BIOMEDICA SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	MERIT MEDICAL ITALY SRL	SEDA SPA	STRYKER ITALIA SRL SU
presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
16,7	16,7	30,0	16,7	16,7	30,0
0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0
0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0
0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0
0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0
1	1	1	1	1	1
10	10	10	10	14	20
0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,7
0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,7
0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,7
0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,7
1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	10	7
0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
1	1	1	1	1	1
7	7	10	7	7	7
38,810	38,810	55,000	38,810	47,810	64,143
42,353	42,353	60,022	42,353	52,175	70,000


mm


LOTTO 62

Sistema di rilascio							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BIOMEDICA	1	1	1	BIOPSYBELL	1	1	1
BIOMEDICA	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BIOMEDICA	1	1	1	MED-I ITALIA	1	1	1
BIOMEDICA	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
BIOMEDICA	1	1	1	MERIT	1	1	1
BIOMEDICA	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOMEDICA	0	0	0	STRYKER	2	2	2
BIOPSYBELL	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	MED-I ITALIA	1	1	1
BIOPSYBELL	0	0	0	MEDTRONIC	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	MERIT	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOPSYBELL	0	0	0	STRYKER	2	2	2
JOHNSON	1	1	1	MED-I ITALIA	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
JOHNSON	1	1	1	MERIT	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	SEDA	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	1	1	1
MED-I ITALIA	0	0	0	MEDTRONIC	1	1	1
MED-I ITALIA	1	1	1	MERIT	1	1	1
MED-I ITALIA	1	1	1	SEDA	1	1	1
MED-I ITALIA	0	0	0	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MERIT	0	0	0
MEDTRONIC	1	1	1	SEDA	0	0	0
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MERIT	1	1	1	SEDA	1	1	1
MERIT	0	0	0	STRYKER	1	1	1
SEDA	0	0	0	STRYKER	1	1	1

Sistema di rilascio						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BIOMEDICA	5	5	5	30	5,0	17
BIOPSYBELL	5	5	5	30	5,0	17
JOHNSON	5	5	5	30	5,0	17
MED-I ITALIA	5	5	5	30	5,0	17
MERIT	5	5	5	30	5,0	17
SEDA	5	5	5	30	5,0	17
STRYKER	9	9	9	30	9,0	30
MEDTRONIC	9	9	9	30	9,0	30



LOTTO 63

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA
Requisiti essenziali				presenti
Facilità di apertura del Kit	15	Q2	Punteggio	15,0
Ergonomicità dei materiali	30	Q2	Punteggio	30,0
Qualità delle siringhe	25	Q2	Punteggio	25,0
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000


G M

LOTTO 63

BETATEX SPA	JANUA MEDICAL	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	N.G.C. MEDICAL SRL	SVAS BIOSANA SPA
presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
30,0	30,0	30,0	0,0	30,0
8,3	8,3	25,0	8,3	8,3
53,333	38,333	70,000	23,333	53,333
53,333	38,333	70,000	23,333	53,333


 m

Facilità di apertura del Kit							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	BETATEX	1	1	1
AB MEDICA	2	2	2	JANUA	0	0	0
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
BETATEX	2	2	2	JANUA	0	0	0
BETATEX	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BETATEX	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
BETATEX	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
JANUA	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
JANUA	0	0	0	N.G.C MEDICAL	2	2	2
JANUA	0	0	0	SVAS BIOSANA	2	2	2
MED ITALIA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
MED ITALIA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
N.G.C MEDICAL	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1

Ergonomicità dei materiali							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	BETATEX	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	JANUA	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	2	2	2	N.G.C MEDICAL	0	0	0
AB MEDICA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
BETATEX	1	1	1	JANUA	1	1	1
BETATEX	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BETATEX	2	2	2	N.G.C MEDICAL	0	0	0
BETATEX	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
JANUA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
JANUA	2	2	2	N.G.C MEDICAL	0	0	0
JANUA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
MED ITALIA	2	2	2	N.G.C MEDICAL	0	0	0
MED ITALIA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
N.G.C MEDICAL	0	0	0	SVAS BIOSANA	2	2	2


Qualità delle siringhe							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	2	2	2	BETATEX	0	0	0
AB MEDICA	2	2	2	JANUA	0	0	0
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	2	2	2	N.G.C MEDICAL	0	0	0
AB MEDICA	2	2	2	SVAS BIOSANA	0	0	0
BETATEX	1	1	1	JANUA	1	1	1
BETATEX	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
BETATEX	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
BETATEX	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
JANUA	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
JANUA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
JANUA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
MED ITALIA	2	2	2	N.G.C MEDICAL	0	0	0
MED ITALIA	2	2	2	SVAS BIOSANA	0	0	0
N.G.C MEDICAL	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1



Facilità di apertura del Kit						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	6	6	6	15	6,0	15
BETATEX	6	6	6	15	6,0	15
JANUA	0	0	0	15	0,0	0
MED ITALIA	6	6	6	15	6,0	15
N.G.C MEDICAL	6	6	6	15	6,0	15
SVAS BIOSANA	6	6	6	15	6,0	15

Ergonomicità dei materiali						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	6	6	6	30	6,0	30
BETATEX	6	6	6	30	6,0	30
JANUA	6	6	6	30	6,0	30
MED ITALIA	6	6	6	30	6,0	30
N.G.C MEDICAL	0	0	0	30	0,0	0
SVAS BIOSANA	6	6	6	30	6,0	30

Qualità delle siringhe						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
AB MEDICA	9	9	9	25	9,0	25
BETATEX	3	3	3	25	3,0	8
JANUA	3	3	3	25	3,0	8
MED ITALIA	9	9	9	25	9,0	25
N.G.C MEDICAL	3	3	3	25	3,0	8
SVAS BIOSANA	3	3	3	25	3,0	8




LOTTO 64

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	AB MEDICA SPA
Requisiti essenziali				presenti
Facilità di apertura del Kit	15	Q2	Punteggio	15,0
Ergonomia dei materiali	30	Q2	Punteggio	7,5
Tenuta dei deflussori e del rubinetto	25	Q2	Punteggio	6,3
Totale punteggio di qualità	70			28,750
Totale punteggio di qualità riparametrato				28,750


S m

LOTTO 64

BETATEX SPA	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	N.G.C. MEDICAL SRL	SVAS BIOSANA SPA
presenti	presenti	presenti	presenti
15,0	15,0	15,0	15,0
7,5	30,0	7,5	7,5
6,3	25,0	6,3	6,3
28,750	70,000	28,750	28,750
28,750	70,000	28,750	28,750



LOTTO 64

Facilità di apertura del Kit							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	BETATEX	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
BETATEX	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BETATEX	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
BETATEX	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
MED ITALIA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
MED ITALIA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
N.G.C MEDICAL	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1

Ergonomicità dei materiali							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	BETATEX	1	1	1
AB MEDICA	0	0	0	MED ITALIA	3	3	3
AB MEDICA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
BETATEX	0	0	0	MED ITALIA	3	3	3
BETATEX	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
BETATEX	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
MED ITALIA	3	3	3	N.G.C MEDICAL	0	0	0
MED ITALIA	3	3	3	SVAS BIOSANA	0	0	0
N.G.C MEDICAL	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1

Tenuta dei deflussori e del rubinetto							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHI A	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
AB MEDICA	1	1	1	BETATEX	1	1	1
AB MEDICA	0	0	0	MED ITALIA	3	3	3
AB MEDICA	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
AB MEDICA	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
BETATEX	0	0	0	MED ITALIA	3	3	3
BETATEX	1	1	1	N.G.C MEDICAL	1	1	1
BETATEX	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1
MED ITALIA	3	3	3	N.G.C MEDICAL	0	0	0
MED ITALIA	3	3	3	SVAS BIOSANA	0	0	0
N.G.C MEDICAL	1	1	1	SVAS BIOSANA	1	1	1

[Handwritten signature and initials]

LOTTO 64

Facilità di apertura del Kit						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	4	4	4	15	4,0	15
BETATEX	4	4	4	15	4,0	15
MED ITALIA	4	4	4	15	4,0	15
N.G.C MEDICAL	4	4	4	15	4,0	15
SVAS BIOSANA	4	4	4	15	4,0	15

Ergonomia dei materiali						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	3	3	3	30	3,0	8
BETATEX	3	3	3	30	3,0	8
MED ITALIA	12	12	12	30	12,0	30
N.G.C MEDICAL	3	3	3	30	3,0	8
SVAS BIOSANA	3	3	3	30	3,0	8

Tenuta dei deflussori e del rubinetto						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGI O
AB MEDICA	3	3	3	25	3,0	6
BETATEX	3	3	3	25	3,0	6
MED ITALIA	12	12	12	25	12,0	25
N.G.C MEDICAL	3	3	3	25	3,0	6
SVAS BIOSANA	3	3	3	25	3,0	6

[Handwritten signature and initials]

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	H.D. HEALTH DEFENCE SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Capacità di progressione	17	Q2	Punteggio	3,3	3,3	0,0
Morbidezza e flessibilità del microcatetere	17	Q2	Punteggio	3,3	3,3	0,0
Atraumaticità della punta	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	12	12	12
Resistenza al kinking	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,3
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,3
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,3
			riportata a 1	1	1	0
			Punteggio	6	6	4
Maggior scorrevolezza interna con microguida	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,3
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,3
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,3
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,3
			riportata a 1	1	1	0
			Punteggio	6	6	4
Totale punteggio di qualità	70			30,538	30,538	19,200
Totale punteggio di qualità riparametrato				30,538	30,538	19,200



LOTTO 65

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION ITALIA SRL	PHENOX ITALY SRL	STRYKER ITALIA SRL SU
presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
3,3	7,2	7,2	3,3	17,0
3,3	7,2	7,2	3,3	17,0
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	1	1	1	1
12	12	12	12	12
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
1	1	1	1	1
6	8	8	6	12
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
0,5	0,7	0,7	0,5	1,0
1	1	1	1	1
6	8	8	6	12
30,538	43,185	43,185	30,538	70,000
30,538	43,185	43,185	30,538	70,000

[Handwritten signature]
m
a

Capacità di progressione							
Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	2	2	2	HD HEALTH	0	0	0
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
BALT	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
BALT	1	1	1	PHENOX	1	1	1
BALT	0	0	0	STRYKER	4	4	4
CROSSMED	2	2	2	HD HEALTH	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
CROSSMED	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
CROSSMED	0	0	0	STRYKER	4	4	4
HD HEALTH	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	PHENOX	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	STRYKER	6	6	6
JOHNSON	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
JOHNSON	1	1	1	PHENOX	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MEDTRONIC	0	0	0	STRYKER	2	2	2
MICROVENTION	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MICROVENTION	0	0	0	STRYKER	2	2	2
PHENOX	0	0	0	STRYKER	4	4	4

Morbidezza e flessibilità del microcatetere							
Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	2	2	2	HD HEALTH	0	0	0
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
BALT	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
BALT	1	1	1	PHENOX	1	1	1
BALT	0	0	0	STRYKER	4	4	4
CROSSMED	2	2	2	HD HEALTH	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
CROSSMED	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
CROSSMED	0	0	0	STRYKER	4	4	4
HD HEALTH	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	PHENOX	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	STRYKER	6	6	6
JOHNSON	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
JOHNSON	1	1	1	PHENOX	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MEDTRONIC	0	0	0	STRYKER	2	2	2
MICROVENTION	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MICROVENTION	0	0	0	STRYKER	2	2	2
PHENOX	0	0	0	STRYKER	4	4	4

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.f. Item	MEDIA	PUNTEGG IO
BALT	5	5	5	17	5,0	3
CROSSMED	5	5	5	17	5,0	3
HD HEALTH	0	0	0	17	0,0	0
JOHNSON	5	5	5	17	5,0	3
MEDTRONIC	11	11	11	17	11,0	7
MICROVENTION	11	11	11	17	11,0	7
PHENOX	5	5	5	17	5,0	3
STRYKER	26	26	26	17	26,0	17

Morbidezza e flessibilità del microcatetere						
TOTALE	MAVILIO	PADOLEC CHIA	ESPOSITO	Valore p.f. Item	MEDIA	PUNTEGG IO
BALT	5	5	5	17	5,0	3
CROSSMED	5	5	5	17	5,0	3
HD HEALTH	0	0	0	17	0,0	0
JOHNSON	5	5	5	17	5,0	3
MEDTRONIC	11	11	11	17	11,0	7
MICROVENTION	11	11	11	17	11,0	7
PHENOX	5	5	5	17	5,0	3
STRYKER	26	26	26	17	26,0	17

[Handwritten signature]

LOTTO 66

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MICROVENTION ITALIA SRL	PHENOX ITALY SRL	STRYKER ITALIA SRL SU
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Maggior scorrevolezza	17	Q2	Punteggio	0,0	17,0	17,0	17,0
Atraumaticità e preformabilità della punta	17	Q2	Punteggio	0,0	17,0	17,0	17,0
Resistenza al kinking	12	Q1	MAVILIO	0,3	0,5	0,3	0,7
			PADOLECCHIA	0,3	0,5	0,3	0,7
			ESPOSITO	0,3	0,5	0,3	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,3	0,5	0,3	0,7
			riportata a 1	0	1	0	1
			Punteggio	5	9	5	12
Controllo di torsione	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			Punteggio	12	12	12	12
Maggior radiopacità	12	Q2	Punteggio	12,0	12,0	12,0	12,0
Totale punteggio di qualità	70			29,143	66,571	63,143	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				29,143	66,571	63,143	70,000

27



Maggior scorrevolezza							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	PHENOX	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	2	2	2
MICROVENTION	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Atraumaticità e preformabilità della punta							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	PHENOX	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	2	2	2
MICROVENTION	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1


Maggior radiopacità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
JOHNSON	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	PHENOX	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Maggior scorrevolezza						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
JOHNSON	0	0	0	17	0,0	0
MICROVENTION	4	4	4	17	4,0	17
PHENOX	4	4	4	17	4,0	17
STRYKER	4	4	4	17	4,0	17

Atraumaticità e preformabilità della punta						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
JOHNSON	0	0	0	17	0,0	0
MICROVENTION	4	4	4	17	4,0	17
PHENOX	4	4	4	17	4,0	17
STRYKER	4	4	4	17	4,0	17

Maggior radiopacità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
JOHNSON	3	3	3	12	3,0	12
MICROVENTION	3	3	3	12	3,0	12
PHENOX	3	3	3	12	3,0	12
STRYKER	3	3	3	12	3,0	12

az

**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0336140
del 12/04/2023

Genova, 12/04/2023

Prot. n. NP/2023/336140

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

11^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 11^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 12/04/2023**

Il giorno 12/04/2023, alle ore 8,45 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prosegue, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi in base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA

BALT ITALY srl

Stabilità:

la composizione con 12 zone di diversa rigidità permette una buona stabilità del catetere

Atraumaticità:

la rastrematura della punta distale garantisce una buona atraumaticità

CROSSMED SPA

Stabilità:

la struttura polimerica a 16 zone di transizione consente un'ottima stabilità del catetere

Atraumaticità:

la presenza di un rivestimento esterno idrofilico unito ad un'ottima flessibilità del catetere consentono di ridurre al minimo la atraumaticità durante il cateterismo

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Stabilità:

la tipologia del materiale utilizzato consente una buona stabilità del catetere

Atraumaticità:

la presenza di un rivestimento idrofilico limitato ai 30 cm distale riduce l'attrito durante l'uso e di conseguenza l'atraumaticità lungo le pareti vasali

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Stabilità:

la rigidità variabile dovuta alla presenza di un'armatura in nitinolo determina una buona stabilità durante le manovre di cateterizzazione

Atraumaticità:

il rivestimento idrofilico esterno è in grado di determinare una buona atraumaticità durante l'uso

MICROVENTION ITALIA SRL

Stabilità:

la presenza di 3 zone di transizione consente una buona stabilità del catetere

Atraumaticità:

la presenza di un'estremità distale lunga 9 cm consente una buona atraumaticità del catetere durante la navigazione

NANUTECH SRL

Stabilità:

la presenza di un segmento distale anti ellissi determina una buona stabilità

Atraumaticità:

il segmento morbido distale con flessibilità multi stadio previene possibili lesioni sulle pareti vasali determinando quindi una buona atraumaticità del prodotto

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Stabilità:

il dispositivo dotato di rigidità variabile con doppio layer polimerico e armatura in acciaio presenta un'ottima stabilità

Atraumaticità:

il rivestimento idrofilico esterno unitamente alla presenza di una sola singola spiralatura in nitinol negli ultimi 10 cm determinano un'ottima atraumaticità

Q2

Capacità di progressione:

i microcateteri della Stryker e Crossmed per le loro caratteristiche di costruzione (zone di transizione, estremità distale, rivestimento) sono dotati di una migliore capacità di progressione rispetto agli altri prodotti offerti.

Analogamente, le caratteristiche intrinseche del catetere offerto dalla Microvention, leggermente inferiore ai prodotti offerti da Stryker e Crossmed, sono dotati di una migliore capacità di progressione rispetto ai cateteri offerti dalle altre ditte partecipanti

Gamma diametri e lunghezze

BALT: diametro interno .070" (lunghezza 128 cm) e con diametro interno .036" (lunghezza 160 cm), compatibili per l'utilizzo combinato.

CROSSMED: catetere a singolo lume da 6F disponibile con lume interno da .068" – lunghezza pari a 132cm

JOHNSON: lume interno di 0.071" ed è disponibile in due diverse configurazioni e lunghezze

MEDTRONIC: 2 diametri e una lunghezza di 132 cm

MICROVENTION: 2 diametri e 3 lunghezze



NANUTECH: 3 diametri e 7 lunghezze

STRYKER: 2 diametri e 3 lunghezze

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA

Si dà atto che non risulta pervenuta la campionatura di H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. e di KEY MEDICAL CARE SRL, che verrà richiesta per la prossima seduta. All'odierna seduta la Commissione attribuirà pertanto i punteggi di qualità alle altre Ditte, rinviando il confronto a coppie alla successiva seduta.

BALT ITALY srl

Atraumaticità:

la costruzione delle celle dello stentriever determina un'eccellente atraumaticità del device

Sicurezza del sistema:

la forza radiale dello stent e la presenza di una fessura longitudinale, unitamente ad una saldatura rinforzata dello stent allo spingitore determinano un'eccellente stabilità e sicurezza del sistema

CROSSMED SPA

Atraumaticità: la costruzione delle celle dello stentriever determina un'eccellente atraumaticità del device

Sicurezza del sistema:

la presenza di piccole celle chiuse consente un'ottima apposizione alla parete vasale determinando quindi un'eccellente stabilità del sistema durante le procedure di trombectomia

EMOPASS SRL

Atraumaticità:

le caratteristiche della maglia dello stent determina una buona atraumaticità

Sicurezza del sistema:

le dimensioni della maglia che possono essere variabili consentono una buona stabilità del sistema

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Atraumaticità:

la conformazione flessibile dello stent consente un ottimo adattamento all'anatomia e alle dimensioni del vaso, rendendolo quindi estremamente atraumatico

Sicurezza del sistema:

il buon profilo dello stent unitamente ad una ottima forza radiale consentono al device di adattarsi in maniera ottimale alle pareti del vaso con conseguente ottima stabilità del sistema

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Atraumaticità:

la costruzione delle celle dello stent retriever determina un'eccellente atraumaticità del device

Sicurezza del sistema:

il design e la conformazione delle celle dello stent consentono al device di apporsi in maniera ottimale alle pareti del vaso con conseguente eccellente stabilità e sicurezza del sistema

MICROVENTION ITALIA SRL

Atraumaticità: la conformazione delle celle dello stent ne determina una buona atraumaticità

Sicurezza del sistema:

la possibilità di poter selezionare la percentuale di device aperto consente una buona stabilità e sicurezza del sistema

NANUTECH SRL

Atraumaticità: il design a doppia cella rende il device sufficientemente flessibile riuscendo in tal modo ad essere discretamente atraumatico

Sicurezza del sistema:

la flessibilità e la costruzione delle celle dello stent consentono una sufficiente aderenza dello stent alle pareti vascolari con conseguente discreta stabilità

PHENOX ITALY SRL

Atraumaticità:

la presenza di markers radiopachi a profilo 0, unitamente al ridotto crossing profile determinano una buona atraumaticità

Sicurezza del sistema:

la forza radiale unitamente alla forza di espansione del retriever consentono una buona aderenza alle pareti vasali con conseguente buona stabilità del sistema

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Atraumaticità: la costruzione delle celle dello stent retriever determina un'eccellente atraumaticità del device

Sicurezza del sistema:

lo stent caratterizzato da un'ottima forza radiale consente un eccellente ancoraggio vascolare e di conseguenza una altrettanto ottima stabilità del sistema

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED

BALT ITALY srl

Maggior radiopacità: il materiale di costruzione dello stent consente un'eccellente radiopacità dello stent in fluoroscopia

CROSSMED SPA

Maggior radiopacità: la presenza di marker localizzati in corrispondenza dell'estremità distale e prossimale dello stent consente una buona visibilità del device in fluoroscopia

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Maggior radiopacità: la presenza di marker localizzati in corrispondenza dell'estremità distale e prossimale dello stent consente una buona visibilità del device in fluoroscopia

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Maggior radiopacità: la presenza di marker localizzati in corrispondenza dell'estremità distale e prossimale dello stent consente una buona visibilità del device in fluoroscopia

MICROVENTION ITALIA SRL

Maggior radiopacità: il materiale di costruzione dello stent consente un'eccellente radiopacità dello stent in fluoroscopia

Q2

Facilità e sicurezza di posizionamento:

i prodotti offerti si equivalgono per facilità e sicurezza di posizionamento

Capacità di progressione: i prodotti offerti si equivalgono per capacità di progressione

Gamma diametri e lunghezze

BALT: 6 diametri e 9 lunghezze

CROSSMED: 8 diametri e 7 lunghezze

JOHNSON: 2 diametri e 4 lunghezze

MEDTRONIC: 4 diametri e 4 lunghezze

MICROVENTION: 4 diametri e 15 lunghezze


LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO

BALT ITALY srl

Facilità d'impiego

Le modalità di preparazione del prodotto offerto e le sue caratteristiche risultanti dalla documentazione tecnica, in particolare la viscosità, consentono una buona facilità di impiego

Maggior tempo di polimerizzazione: 3 minuti

Handwritten signatures and initials are present on the right margin of the page. There is a large, stylized signature at the top, followed by the letters 'pe', and further down, the letters 'm' and 'BZ'.

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Facilità d'impiego

Le modalità di preparazione del prodotto offerto e le sue caratteristiche risultanti dalla documentazione tecnica, in particolare la viscosità, consentono una buona facilità di impiego

Maggior tempo di polimerizzazione:

La solidificazione completa avviene dopo alcuni minuti dall'avvenuta iniezione e dipende da un insieme di fattori quali il flusso all'interno del vaso e la velocità di iniezione.

MICROVENTION ITALIA SRL

Facilità d'impiego

Le modalità di preparazione del prodotto offerto e le sue caratteristiche risultanti dalla documentazione tecnica, in particolare la viscosità, consentono una buona facilità di impiego

Maggior tempo di polimerizzazione:

La solidificazione finale del materiale PHIL si verifica entro tre minuti per tutte le composizioni di prodotto.

TECNOSTIM

Facilità d'impiego

Le modalità di preparazione del prodotto offerto e le sue caratteristiche risultanti dalla documentazione tecnica, in particolare la viscosità, consentono una buona facilità di impiego

Maggior tempo di polimerizzazione:

Il processo di polimerizzazione del Menox™ avviene in un tempo approssimativo di circa 3 minuti, dipendendo da diversi fattori legati al flusso nel vaso ed alla velocità di iniezione decisa dall'operatore

Q2

Omogeneità nel tempo della miscela

I prodotti offerti di Balt, Medtronic e Microvention, dopo opportuna preparazione, risultano caratterizzati da un miglior mantenimento delle medesime caratteristiche durante l'iniezione rispetto a quello offerto da Tecnostim

Maggior radiopacità:

tutti i prodotti offerti presentano polvere di tantalio che garantisce ottima radiopacità

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO

BALT ITALY srl

Sicurezza nel posizionamento:

l'ottima sicurezza nel posizionamento viene assicurata dalle caratteristiche intrinseche del device e da un appropriato sistema di rilascio

Atraumaticità del sistema:

l'omogeneità della superficie delle maglie determina una apposizione alle pareti vasali rispettoso dell'endotelio il che determina un'ottima atraumaticità del device

CROSSMED SPA**Sicurezza nel posizionamento:**

l'ottima sicurezza nel posizionamento viene assicurata dalle caratteristiche intrinseche del device e da un appropriato sistema di rilascio

Atraumaticità del sistema:

la presenza di una porzione distale lievemente svasata e costituita da filamenti chiusi consente allo stent di posizionarsi in maniera decisamente atraumatica alle pareti dell'arteria

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**Sicurezza nel posizionamento:**

l'ottima sicurezza nel posizionamento viene assicurata dalle caratteristiche intrinseche del device e da un appropriato sistema di rilascio

Atraumaticità del sistema:

la tecnologia shield determina una netta riduzione dei fenomeni di trombogenicità dello stent e un ottimo miglioramento della traumaticità dell'uterosistema

MICROVENTION ITALIA SRL**Sicurezza nel posizionamento:**

l'ottima sicurezza nel posizionamento viene assicurata dalle caratteristiche intrinseche del device e da un appropriato sistema di rilascio

Atraumaticità del sistema:

la presenza di svasatura di una porzione non divergente all'estremità prossimale e distale dello stent consente un rilascio dello stent in maniera atraumatica

PHENOX ITALY SRL

Sicurezza nel posizionamento: l'ottima sicurezza nel posizionamento viene assicurata dalle caratteristiche intrinseche del device e da un appropriato sistema di rilascio

Atraumaticità del sistema:

la costruzione dello stent con fili intracciati con angolo inferiore a 90° determina una forza radiale che consente allo stent di apporsi alle pareti delle arterie in maniera atraumatica

STRYKER ITALIA SRL S.U.**Sicurezza nel posizionamento:**

la forza radiale dello stent consente una buona sicurezza nel posizionamento

Atraumaticità del sistema:

e caratteristiche del rilascio dello stent e del sistema consigliato per la navigazione vascolare consentono una buona atraumaticità

Q2

Capacità di deviazione del flusso

Tutti i prodotti dimostrano un'ottimale capacità di deviazione del flusso

Gamma diametri e lunghezze

BALT ITALY srl: 11 diametri e 7 lunghezze

CROSSMED SPA: 6 diametri e 6 lunghezze

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.: 10 diametri e 9 lunghezze

MICROVENTION ITALIA SRL: 6 diametri e 20 lunghezze

PHENOX ITALY SRL: 8 diametri e 6 lunghezze

STRYKER ITALIA SRL S.U.: 5 diametri e 7 lunghezze

Capacità di progressione

Tutti i prodotti dimostrano un'ottimale capacità di progressione

Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 67 – 69 – 70 - 71

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 12/04/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario



Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

The block contains four handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Mavilio'. 2. A signature that appears to be 'Riccardo Padolecchia'. 3. A signature that appears to be 'Guglielmo Massimo Esposito'. 4. A signature that appears to be 'Rossana Brandolin'. To the right of these signatures, there is a large, stylized handwritten mark that looks like a checkmark or a large '4'.

LOTTO 67

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Capacità di progressione	30	Q2	<i>Punteggio</i>	4,7	30,0	4,7
Stabilità	18	Q1	MAVILIO	0,5	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	13	18	13
Atraumaticità	12	Q1	MAVILIO	0,5	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	9	12	9
Gamma diametri e lunghezze	10	Q2	<i>Punteggio</i>	4,2	4,2	4,2
Totale punteggio di qualità	70			30,332	64,167	30,332
Totale punteggio di qualità riparametrato				33,090	70,000	33,090



LOTTO 67



MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION	NANUTECH SRL	STRYKER ITALIA SRL SU
presenti	presenti	presenti	presenti
4,7	12,6	4,7	30,0
0,5	0,5	0,5	0,7
0,5	0,5	0,5	0,7
0,5	0,5	0,5	0,7
0,5	0,5	0,5	0,7
1	1	1	1
13	13	13	18
0,5	0,5	0,5	0,7
0,5	0,5	0,5	0,7
0,5	0,5	0,5	0,7
0,5	0,5	0,5	0,7
1	1	1	1
9	9	9	12
4,2	3,9	10,0	4,2
30,332	37,949	36,165	64,167
33,090	41,399	39,453	70,000

Capacità di progressione							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	0	0	0	CROSSMED	4	4	4
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
BALT	1	1	1	NANUTECH	1	1	1
BALT	0	0	0	STRYKER	4	4	4
CROSSMED	4	4	4	JOHNSON	0	0	0
CROSSMED	4	4	4	MEDTRONIC	0	0	0
CROSSMED	2	2	2	MICROVENTION	0	0	0
CROSSMED	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
JOHNSON	1	1	1	NANUTECH	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
MEDTRONIC	1	1	1	NANUTECH	1	1	1
MEDTRONIC	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MICROVENTION	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
MICROVENTION	0	0	0	STRYKER	2	2	2
NANUTECH	0	0	0	STRYKER	4	4	4

sp
Se
nu
D

LOTTO 67

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	3	3	3	30	3,0	5
CROSSMED	19	19	19	30	19,0	30
JOHNSON	3	3	3	30	3,0	5
MEDTRONIC	3	3	3	30	3,0	5
MICROVENTION	8	8	8	30	8,0	13
NANUTECH	3	3	3	30	3,0	5
STRYKER	19	19	19	30	19,0	30

LOTTO 67

Gamma diametri e lunghezze							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	0	0	0	NANUTECH	2	2	2
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	0	0	0	NANUTECH	2	2	2
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	NANUTECH	2	2	2
JOHNSON	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	0	0	0	NANUTECH	2	2	2
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MICROVENTION	0	0	0	NANUTECH	2	2	2
MICROVENTION	1	1		STRYKER	1	1	1
NANUTECH	2	2	2	STRYKER	0	0	0





LOTTO 67

Gamma diametri e lunghezze						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	5	5	5	10	5,0	4
CROSSMED	5	5	5	10	5,0	4
JOHNSON	5	5	5	10	5,0	4
MEDTRONIC	5	5	5	10	5,0	4
MICROVENTION	5	5	4	10	4,7	4
NANUTECH	12	12	12	10	12,0	10
STRYKER	5	5	5	10	5,0	4

g
ke
m
B

LOTTO 69

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	JOHNSON & JOHNSON SRL	MEDTRONIC ITALIA SRL	MICROVENTION ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Facilità e sicurezza di posizionamento	25	Q2	Punteggio	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Capacità di progressione	20	Q2	Punteggio	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Maggior radiopacità	15	Q1	MAVILIO	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			ESPOSITO	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1	1	1	1
			Punteggio	15	8	8	8	15
Gamma diametri e lunghezze	10	Q2	Punteggio	10,0	10,0	0,0	2,5	10,0
Totale punteggio di qualità	70			70,000	62,500	52,500	55,000	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	62,500	52,500	55,000	70,000



LOTTO 69

Facilità e sicurezza di posizionamento							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Facilità e sicurezza di posizionamento						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	4	4	4	25	4,0	25
CROSSMED	4	4	4	25	4,0	25
JOHNSON	4	4	4	25	4,0	25
MEDTRONIC	4	4	4	25	4,0	25
MICROVENTION	4	4	4	25	4,0	25

Capacità di progressione							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	4	4	4	20	4,0	20
CROSSMED	4	4	4	20	4,0	20
JOHNSON	4	4	4	20	4,0	20
MEDTRONIC	4	4	4	20	4,0	20
MICROVENTION	4	4	4	20	4,0	20

Gamma diametri e lunghezze							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	4	4	4	JOHNSON	0	0	0
BALT	2	2	2	MEDTRONIC	0	0	0
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	4	4	4	JOHNSON	0	0	0
CROSSMED	2	2	2	MEDTRONIC	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	MICROVENTION	4	4	4
MEDTRONIC	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2

Gamma diametri e lunghezze						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	8	8	8	10	8,0	10
CROSSMED	8	8	8	10	8,0	10
JOHNSON	0	0	0	10	0,0	0
MEDTRONIC	2	2	2	10	2,0	3
MICROVENTION	8	8	8	10	8,0	10

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 70

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	MEDTRONIC ITALIA SRL	MICROVENTION ITALIA SRL	TECNOSTIM
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Omogeneità nel tempo della miscela	24	Q2	<i>Punteggio</i>	24,0	24,0	24,0	0,0
Facilità d'impiego	22	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,5	0,5
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,5	0,5
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,5	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,5	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	22	22	22	22
Maggior tempo di polimerizzazione	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,7	0,7	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7	0,7	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7	0,7	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,7	0,7
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	12	12	12	12
Maggior radiopacità	12	Q2	<i>Punteggio</i>	12,0	12,0	12,0	12,0
Totale punteggio di qualità	70			70,000	70,000	70,000	46,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	70,000	70,000	46,000

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 70

Omogeneità nel tempo della miscela							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	2	2	2	TECNOSTIM	0	0	0
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	2	2	2	TECNOSTIM	0	0	0
MICROVENTION	2	2	2	TECNOSTIM	0	0	0


Maggior radiopacità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	1	1	1	TECNOSTIM	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	TECNOSTIM	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	TECNOSTIM	1	1	1

Handwritten signature and initials, possibly reading 'K m' and 'B'.

LOTTO 70

Omogeneità nel tempo della miscela						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	4	4	4	24	4,0	24
MEDTRONIC	4	4	4	24	4,0	24
MICROVENTION	4	4	4	24	4,0	24
TECNOSTIM	0	0	0	24	0,0	0

Maggior radiopacità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	3	3	3	12	3,0	12
MEDTRONIC	3	3	3	12	3,0	12
MICROVENTION	3	3	3	12	3,0	12
TECNOSTIM	3	3	3	12	3,0	12


 S. m.

LOTTO 71

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION ITALIA SRL	PHENOX ITALY SRL	STRYKER ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Capacità di deviazione del flusso	22	Q2	Punteggio	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Sicurezza nel posizionamento	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	12	12	12	12	12	9
Gamma diametri e lunghezze	12	Q2	Punteggio	4,5	1,5	5,3	12,0	1,5	2,3
Capacità di progressione	12	Q2	Punteggio	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Atraumaticità del sistema	12	Q1	MAVILIO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			PADOLECCHIA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			ESPOSITO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
			riportata a 1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	12	12	12	12	12	9
Totale punteggio di qualità	70			62,500	59,500	63,250	70,000	59,500	53,393
Totale punteggio di qualità riparametrato				62,500	59,500	63,250	70,000	59,500	53,393

Capacità di deviazione del flusso							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	1	1	1	PHENOX	1	1	1
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Gamma diametri e lunghezze							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	2	2	2	CROSSMED	0	0	0
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
BALT	2	2	2	PHENOX	0	0	0
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	MICROVENTION	4	4	4
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
MEDTRONIC	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MEDTRONIC	2	2	2	STRYKER	0	0	0
MICROVENTION	4	4	4	PHENOX	0	0	0
MICROVENTION	4	4	4	STRYKER	0	0	0
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Capacità di progressione							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	1	1	1	PHENOX	1	1	1
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	PHENOX	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	PHENOX	1	1	1
MICROVENTION	1	1	1	STRYKER	1	1	1
PHENOX	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Handwritten signatures and initials on the right margin.


LOTTO 71

Capacità di deviazione del flusso						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	5	5	5	22	5,0	22
CROSSMED	5	5	5	22	5,0	22
MEDTRONIC	5	5	5	22	5,0	22
MICROVENTION	5	5	5	22	5,0	22
PHENOX	5	5	5	22	5,0	22
STRYKER	5	5	5	22	5,0	22

Gamma diametri e lunghezze						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	6	6	6	12	6,0	5
CROSSMED	2	2	2	12	2,0	2
MEDTRONIC	7	7	7	12	7,0	5
MICROVENTION	16	16	16	12	16,0	12
PHENOX	2	2	2	12	2,0	2
STRYKER	3	3	3	12	3,0	2

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	5	5	5	12	5,0	12
CROSSMED	5	5	5	12	5,0	12
MEDTRONIC	5	5	5	12	5,0	12
MICROVENTION	5	5	5	12	5,0	12
PHENOX	5	5	5	12	5,0	12
STRYKER	5	5	5	12	5,0	12



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0347168
del 19/04/2023

Genova, 19/04/2023

Prot. n. NP/2023/347168

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

12^ SEDUTA RISERVATA**Verbale 12^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 19/04/2023**

Il giorno 19/04/2023, alle ore 8,45 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84
Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione prosegue, lotto per lotto, all'esame della campionatura presentata ed attribuisce poi i punteggi in base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione ricorda anzitutto che alla scorsa seduta non aveva potuto procedere alla valutazione delle offerte della H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L. e KEY MEDICAL CARE SRL per il lotto 68 in quanto non era pervenuta la relativa campionatura.

All'odierna seduta, essendo pervenuta la campionatura delle predette Ditte, la Commissione procede alla relativa valutazione qualitativa nonché all'attribuzione dei punteggi da attribuire con il metodo del confronto a coppie.

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA

H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.

Atraumaticità:

la possibilità di variare la dimensione dello stent consente una discreta atraumaticità del device

Sicurezza del sistema:

la caratteristica di poter variare le dimensioni dello stent consente una sufficiente apposizione del device alla parete del vaso determinando quindi una discreta stabilità del sistema

KEY MEDICAL CARE SRL

Atraumaticità:

il disegno delle celle dello stent consente una discreta atraumaticità del device

Sicurezza del sistema:

la presenza di zone sfalsate di 90° consentono una discreta apposizione del device alle pareti vasali determinando di conseguenza una discreta stabilità

Q2

Efficacia meccanica di rimozione del trombo

Le caratteristiche strutturali di costruzione degli stentriever di Stryker, Medtronic, Balt e Crossmed risultano nettamente più efficaci rispetto ai prodotti offerti dalle altre Ditte, ad eccezione del prodotto offerto dalla Johnson che risulta più efficace

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0,025

BALT ITALY srl

Resistenza al kinking:

l'intelaiatura è costituita da un filo di acciaio a doppio intreccio progressivo su tutta la lunghezza garantisce una buona resistenza al kinking

Controllo di torsione:

l'intreccio di fili di acciaio a maglie progressive garantisce un buon controllo di torsione

CROSSMED SPA**Resistenza al kinking:**

l'armatura interna a spirale in fili di acciaio consente un'elevata resistenza al kinking

Controllo di torsione:

l'ipotubo costituito da due polimeri Vestamid nella parte prossimale e PEBA nella parte distale consente un buon controllo di torsione

H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.**Resistenza al kinking:**

la presenza di un rinforzo interno nella zona prossimale e nella zona intermedia con avvolgimento del filo metallico consente una discreta resistenza al kinking

Controllo di torsione:

la presenza di un'armatura a sezioni diverse dalla zona prossimale alla punta distale flessibile permette un discreto controllo di torsione

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**Resistenza al kinking:**

la porzione prossimale del catetere presenta una doppia armatura a filamenti intrecciati che consente un'ottima resistenza al kinking

Controllo di torsione:

la caratteristica dei filamenti intrecciati garantisce un ottimo controllo di torsione

MICROVENTION ITALIA SRL**Resistenza al kinking:**

la struttura rinforzata da una doppia armatura, costituita da una spirale interna in acciaio e da una maglia intrecciata, garantisce un'eccellente resistenza al kinking

Controllo di torsione:

la presenza di una spirale interna in acciaio e da una maglia intrecciata consente un'eccellente controllo di torsione

STRYKER ITALIA SRL S.U.**Resistenza al kinking:**

l'esclusiva doppia armatura in acciaio inox presente su tutta la lunghezza del microcatetere garantisce un'ottimale resistenza al kinking

Controllo di torsione:

la presenza di un'armatura con 5 zone di transizione a durometria differente consente un'ottimale controllo di torsione

Q2

Maggior scorrevolezza:

la conformazione esterna dei cateteri di Stryker, Microvention e Medtronic e la relativa caratteristica di costruzione consentono una maggior scorrevolezza

Atraumaticità e preformabilità della punta:

la costruzione dei cateteri offerti da Stryker, Microvention e Medtronic nella loro parte distale unitamente al rivestimento idrofilico consentono una termomodellabilità della punta garantendo al contempo una morbidezza ed atraumaticità della punta stessa

Maggior radiopacità:

tutti i prodotti offerti presentano marker radiopachi

Compatibilità con stent flow diverter:

tutti i prodotti offerti sono parimenti compatibili con flow diverter

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI

BALT ITALY srl

Stabilità:

la presenza dell'armatura interna propria del catetere garantisce un'ottima stabilità durante le procedure di cateterismo coassiale

Atraumaticità: la presenza di una porzione distale di lunghezza variabile molto flessibile determina un'ottima atraumaticità

CROSSMED SPA

Stabilità:

la struttura del catetere, nella fattispecie la presenza di un'armatura in acciaio inox garantisce al sistema un'eccellente stabilità

Atraumaticità:

il rivestimento idrofilico nel tratto distale garantisce una eccellente atraumaticità nei confronti della parete vasale

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Stabilità:

la costruzione del catetere costituita da diverse zone di transizione fanno sì che il catetere stesso sia caratterizzato da un'eccellente stabilità che permette di effettuare cateterismi coassiali in sicurezza

Atraumaticità:

le diverse zone di durometria tipiche della struttura del catetere specie nella sua parte distale, rivestita da rivestimento idrofilico, lo caratterizza per una eccellente atraumaticità rispetto all'albero arterioso

Q2

Capacità di progressione:

la costruzione dei cateteri di Stryker e Crossmed e la presenza di un rivestimento esterno altamente idrofilico determina una migliore capacità di progressione

Gamma diametri e lunghezze

BALT 3 diametri e 6 lunghezze

CROSSMED 2 diametri e 3 lunghezze

STRYKER 3 diametri e 1 lunghezza

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE

Con riguardo alla MERIT MEDICAL ITALY, la Commissione ricorda che:

- ❖ con nota Prot-2023-0083169 del 23/01/2023 era stato chiesto alla Ditta di indicare in quale punto della documentazione tecnica era possibile rinvenire le caratteristiche di minima previste dal Capitolato in quanto la Commissione giudicatrice non era riuscita a verificarne la presenza;
- ❖ la Ditta ha fornito riscontro a tale richiesta precisando che il prodotto offerto rispetta solo alcune delle caratteristiche di minima richieste dal Capitolato a pena di esclusione;
- ❖ alla seduta riservata del 01/02/2023 la Commissione aveva deciso di rinviare la relativa valutazione a successiva seduta;
- ❖ all'odierna seduta la Commissione, riesaminata la documentazione tecnica allegata all'offerta e la relativa campionatura, riscontra che effettivamente il prodotto offerto non rispetta le caratteristiche minime degli Aghi -elettrodi previste dal Capitolato a pena di esclusione. La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 74.

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Diametri delle cannule (Q3): n. 1

Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta): La Ditta non dichiara la compatibilità con i cementi ossei in commercio. La Commissione attribuisce punteggio pari a 0 in applicazione di quanto previsto dal Disciplinare (*"qualora nella documentazione di gara non siano presenti i dati e la documentazione necessaria per la valutazione qualitativa di un criterio di valutazione, a tale criterio la Commissione attribuirà 0 punti"*)

Semplicità d'impiego e sicurezza di utilizzo:

il sistema dotato anche di drill coassiale consente una estrema facilità di impiego e sicurezza

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Diametri delle cannule (Q3): n. 4

7
fl
m
B

Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta) : La Ditta non dichiara la compatibilità con i cementi ossei in commercio. La Commissione attribuisce punteggio pari a 0 in applicazione di quanto previsto dal Disciplinare (*"qualora nella documentazione di gara non siano presenti i dati e la documentazione necessaria per la valutazione qualitativa di un criterio di valutazione, a tale criterio la Commissione attribuirà 0 punti"*)

Semplicità d'impiego e sicurezza di utilizzo:

il sistema dotato anche di drill coassiale consente una estrema facilità di impiego e sicurezza

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA

BIOMEDICA ITALIA S.R.L.

Capacità di penetrazione della superficie tagliente:

all'ispezione manuale l'ago sembra essere caratterizzato da una buona affilatura della punta che dovrebbe consentire una buona capacità di penetrazione

Diametri delle cannule (Q3): 4

BIOPSYBELL SRL

Capacità di penetrazione della superficie tagliente:

all'ispezione manuale la configurazione della punta altamente affilata consente una eccellente capacità di penetrazione nel corpo vertebrale

Diametri delle cannule (Q3): 3

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Capacità di penetrazione della superficie tagliente:

all'ispezione manuale la configurazione della punta affilata consente una ottima capacità di penetrazione nel corpo vertebrale

Diametri delle cannule (Q3): 5

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.

Capacità di penetrazione della superficie tagliente:

all'ispezione manuale la configurazione della punta altamente affilata consente una eccellente capacità di penetrazione nel corpo vertebrale

Diametri delle cannule (Q3): 3

SEDA S.P.A.

Capacità di penetrazione della superficie tagliente:

all'ispezione manuale, la configurazione della punta altamente affilata consente una eccellente capacità di penetrazione nel corpo vertebrale

Diametri delle cannule (Q3): 3

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Capacità di penetrazione della superficie tagliente:

all'ispezione manuale la configurazione della punta affilata consente una ottima capacità di penetrazione nel corpo vertebrale

Diametri delle cannule (Q3): 2

Q2

Sicurezza di utilizzo:

l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago di Stryker, Seda, Med Italia e Biopsybell permette una maggiore sicurezza nell'utilizzo dell'ago rispetto agli altri competitors. L'impugnatura dell'ago offerto dalla Johnson risulta maggiormente ergonomico e quindi più sicuro rispetto a quello offerto dalla Biomedcia

Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta)

Johnson: gli aghi offerti sono compatibili con i cementi confidence e vertecem

Stryker non dichiara la compatibilità

I prodotti degli altri competitors sono compatibili con tutti i cementi ossei in commercio

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA

BIOPSYBELL SRL

Gamma misure: 3

Semplicità di utilizzo del sistema:

l'ergonomia del sistema consente una buona semplicità di utilizzo

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Gamma misure: 3

Semplicità di utilizzo del sistema:

l'ergonomia del sistema consente una buona semplicità di utilizzo

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Gamma misure: 1

Semplicità di utilizzo del sistema:

il design degli strumenti garantisce estrema ergonomicità e facilità di utilizzo da parte dell'equipe chirurgica

STRYKER ITALIA SRL S.U.

Gamma misure: 3

Semplicità di utilizzo del sistema:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'J' and 'B'.

l'ergonomia del sistema offerto consente una eccellente maneggevolezza durante le procedure chirurgiche

Q2:

Sicurezza di utilizzo:

la sicurezza di utilizzo del sistema cifoplastica risulta strettamente legata all'ergonomia dello stesso. Il sistema offerto da Stryker e Medtronic sono quelli che garantiscono maggior sicurezza. Biopsybell e Johnson si equivalgono.

Tempo di lavorazione e viscosità del cemento:

a parità di condizioni di temperatura ambientale i cementi offerti non presentano sostanziali differenze nelle tempistiche di lavorazione

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA

ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL

Al termine della valutazione qualitativa risultano i seguenti punteggi:

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	55,36	55,36
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,00	60,00

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00
-------------------------	-------	-------

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	53,500	53,500
CROSSMED SPA	70,00	70,00

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,43	21,43
MICROVENTION ITALIA SRL	52,43	52,43

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	51,79	51,79
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	51,79	51,79

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54	55,54

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	49,60	59,10
STRYKER ITALIA SRL S.U.	58,75	70,00

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY SRL	12,33	12,33
CROSSMED SPA	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,83	30,83

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGHI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	19,43	19,43
STRYKER ITALIA SRL S.U	61,00	61,00

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
COOK ITALIA S.R.L.	67,14	67,14
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	70,00
NANUTECH SRL	4,29	4,29

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	66,15	70,00
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	57,50	60,84
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	49,80	52,70

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	50,50	50,50

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	38,75	38,75
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	70,00
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	51,80	51,80
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	38,75	38,75

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038" (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	60,00	70,00
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	35,00	40,83
COOK ITALIA S.R.L.	45,71	53,33
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	52,86	61,67

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	33,79	33,79

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
--------------------------	-------	-------

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	48,57	48,57

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	43,00	70,00

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
COOK ITALIA S.R.L.	39,29	39,29
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	67,06	67,06
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	29,59	29,59
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
PHENOX ITALY SRL	25,18	25,18

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	41,20	41,20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	60,00	60,00
MICROVENTION ITALIA SRL	60,57	60,57

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	33,13	33,13
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,82	46,82
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	24,24	24,24
NANUTECH SRL	27,58	27,58

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	57,73	62,61
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	36,57	39,66
B.BRAUN MILANO SPA	44,75	48,53
BOSTON SCIENTIFIC SPA	64,54	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	37,93	41,14
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	55,00	59,65

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	26,37	28,18
B.BRAUN MILANO SPA	50,99	54,49
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	65,50	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	26,37	28,18

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	54,43	54,43
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	52,86	52,86

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	58,57	58,57
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	70,00	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	47,50	47,50
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	39,50	39,50

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	39,17	59,13
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	46,00	69,43
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	46,37	70,00

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57	58,57

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,79	46,79

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
--------------------------	-------	-------

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	49,71	49,71

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	64,54	64,54
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71	63,71

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	64,29	70,00
PHENOX ITALY SRL	51,67	56,26
STRYKER ITALIA SRL S.U.	45,00	49,00

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	51,00	70,00
PHENOX ITALY SRL	41,51	56,98
STRYKER ITALIA SRL S.U.	41,51	56,98

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	28,75	39,85
BIOPSYBELL SRL	28,75	39,85
GLMI. MEDICAL SRL	28,75	39,85
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	28,75	39,85
SEDA S.P.A.	50,50	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U	42,50	58,91

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	57,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	38,81	42,35
BIOPSYBELL SRL	38,81	42,35
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	38,81	42,35
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	38,81	42,35
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	60,02
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	38,81	42,35
SEDA S.P.A.	47,81	52,17

STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,14	70,00
-------------------------	-------	-------

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	70,00	70,00
BETATEX S.P.A.	53,33	53,33
JANUA MEDICAL	38,33	38,33
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
N.G.C. MEDICAL SRL	23,33	23,33
SVAS BIOSANA S.P.A.	53,33	53,33

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	28,75	28,75
BETATEX S.P.A.	28,75	28,75
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
N.G.C. MEDICAL SRL	28,75	28,75
SVAS BIOSANA S.P.A.	28,75	28,75

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	30,54	30,54
CROSSMED SPA	30,54	30,54
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	19,20	19,20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,54	30,54
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	43,18	43,18
MICROVENTION ITALIA SRL	43,18	43,18
PHENOX ITALY SRL	30,54	30,54
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	29,14	29,14
MICROVENTION ITALIA SRL	66,57	66,57
PHENOX ITALY SRL	63,14	63,14
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	30,33	33,09
CROSSMED SPA	64,17	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,33	33,09
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	30,33	33,09
MICROVENTION ITALIA SRL	37,95	41,40
NANUTECH SRL	36,16	39,45
STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,17	70,00

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
CROSSMED SPA	70,00	70,00
EMOPASS SRL	27,24	27,24
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	15,44	15,44
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	40,41	40,41
KEY MEDICAL CARE SRL	14,07	14,07
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	30,34	30,34
NANUTECH SRL	23,10	23,10
PHENOX ITALY SRL	26,20	26,20
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

103 m

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
CROSSMED SPA	62,50	62,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52,50	52,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	55,00
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
TECNOSTIM	46,00	46,00

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	62,50	62,50
CROSSMED SPA	59,50	59,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	63,25	63,25
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
PHENOX ITALY SRL	59,50	59,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	53,39	53,39

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	39,00	39,00
CROSSMED SPA	45,00	45,00
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	26,00	26,00

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,00	64,00
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,00	64,00

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	34,50	38,64
CROSSMED SPA	62,50	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	62,50	70,00

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	26,25	40,83
STRYKER ITALIA SRL S.U.	45,00	70,00

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	34,18	38,37
BIOPSYBELL SRL	62,35	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	35,22	39,54
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	62,35	70,00
SEDA S.P.A.	62,35	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	37,53	42,13

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOPSYBELL SRL	39,50	39,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	39,50	39,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	46,21	46,21
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	70,00

Al presente verbale vengono allegate le schede dei punteggi dei lotti 68 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78.

La seduta si chiude alle ore 13,00


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 12/04/2023

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



The block contains four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: 1. A signature that appears to be 'Mavilio'. 2. A signature that appears to be 'Riccardo Padolecchia'. 3. A signature that appears to be 'Guglielmo Esposito'. 4. A signature that appears to be 'Rossana Brandolin'.

LOTTO 68

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	EMOPASS SRL	H.D HEALTH DEFENCE SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	KEY MEDICAL CARE SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION ITALIA SRL	NANUTECH SRL	PHENOX ITALY SRL	STRYKER SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Efficacia meccanica di rimozione del trombo	30	Q2	Punteggio	30,0	30,0	7,2	3,4	12,4	2,1	30,0	10,3	3,1	6,2	30,0
Atraumaticità	25	Q1	MAVILIO	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			ESPOSITO	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
			Punteggio	25	25	13	8	18	8	25	13	13	13	25
Sicurezza del sistema	15	Q1	MAVILIO	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			PADOLECCHIA	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			ESPOSITO	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	1,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
			riportata a 1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
			Punteggio	15	15	8	5	11	5	15	8	8	8	15
Totale punteggio di qualità	70			70,000	70,000	27,241	15,448	40,414	14,069	70,000	30,345	23,103	26,207	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	70,000	27,241	15,448	40,414	14,069	70,000	30,345	23,103	26,207	70,000

g

fo B

me

Efficacia meccanica di rimozione del trombo							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	4	4	4	EMOPASS	0	0	0
BALT	4	4	4	HD HEALTH	0	0	0
BALT	2	2	2	JOHNSON	0	0	0
BALT	4	4	4	KEY	0	0	0
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	4	4	4	MICROVENTION	0	0	0
BALT	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
BALT	4	4	4	PHENOX	0	0	0
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	4	4	4	EMOPASS	0	0	0
CROSSMED	4	4	4	HD HEALTH	0	0	0
CROSSMED	2	2	2	JOHNSON	0	0	0
CROSSMED	4	4	4	KEY	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	4	4	4	MICROVENTION	0	0	0
CROSSMED	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
CROSSMED	4	4	4	PHENOX	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
EMOPASS	2	2	2	HD HEALTH	0	0	0
EMOPASS	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
EMOPASS	2	2	2	KEY	0	0	0
EMOPASS	0	0	0	MEDTRONIC	4	4	4
EMOPASS	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
EMOPASS	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
EMOPASS	1	1	1	PHENOX	1	1	1
EMOPASS	0	0	0	STRYKER	4	4	4
HD HEALTH	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
HD HEALTH	1	1	1	KEY	1	1	1
HD HEALTH	0	0	0	MEDTRONIC	4	4	4
HD HEALTH	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
HD HEALTH	1	1	1	NANUTECH	1	1	1
HD HEALTH	0	0	0	PHENOX	2	2	2
HD HEALTH	0	0	0	STRYKER	4	4	4
JOHNSON	2	2	2	KEY	0	0	0
JOHNSON	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
JOHNSON	2	2	2	MICROVENTION	0	0	0
JOHNSON	2	2	2	NANUTECH	0	0	0
JOHNSON	2	2	2	PHENOX	0	0	0
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	2	2	2
KEY	0	0	0	MEDTRONIC	4	4	4
KEY	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
KEY	1	1	1	NANUTECH	1	1	1
KEY	0	0	0	PHENOX	2	2	2
KEY	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	4	4	4	MICROVENTION	0	0	0
MEDTRONIC	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
MEDTRONIC	4	4	4	PHENOX	0	0	0
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MICROVENTION	4	4	4	NANUTECH	0	0	0
MICROVENTION	2	2	2	PHENOX	0	0	0
MICROVENTION	0	0	0	STRYKER	4	4	4
NANUTECH	1	1	1	PHENOX	1	1	1
NANUTECH	0	0	0	STRYKER	4	4	4
PHENOX	0	0	0	STRYKER	4	4	4

9

AS
N
M

Efficacia meccanica di rimozione del trombo						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.li item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	29	29	29	30	29,0	30
CROSSMED	29	29	29	30	29,0	30
EMOPASS	7	7	7	30	7,0	7
HD HEALTH	2	4	4	30	3,3	3
JOHNSON	12	12	12	30	12,0	12
KEY	2	2	2	30	2,0	2
MEDTRONIC	29	29	29	30	29,0	30
MICROVENTION	12	9	9	30	10,0	10
NANUTECH	3	3	3	30	3,0	3
PHENOX	6	6	6	30	6,0	6
STRYKER	29	29	29	30	29,0	30

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

LOTTO 72

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0,025	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	H.D. HEALTH DEFENCE SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	MICROVENTION ITALIA SRL	STRYKER ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Maggior scorrevolezza	15	Q2	Punteggio	4,5	7,5	0,0	15,0	15,0	15,0
Atraumaticità e preformabilità della punta	15	Q2	Punteggio	4,5	7,5	0,0	15,0	15,0	15,0
Resistenza al kinking	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			riportata a 1	1	1	0	1	1	1
			Punteggio	5	5	3	7	10	7
Controllo di torsione	10	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,7
			riportata a 1	1	1	0	1	1	1
			Punteggio	5	5	3	7	10	7
Maggior radiopacità	10	Q2	Punteggio	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Compatibilità con stent flodiverter	10	Q2	Punteggio	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Totale punteggio di qualità	70			39,000	45,000	26,000	64,000	70,000	64,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				39,000	45,000	26,000	64,000	70,000	64,000

7
B
f
m

LOTTO 72

Maggior scorrevolezza							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	2	2	2	HD	0	0	0
BALT	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
BALT	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
BALT	0	0	0	STRYKER	2	2	2
CROSSMED	4	4	4	HD	0	0	0
CROSSMED	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	STRYKER	2	2	2
HD	0	0	0	MEDTRONIC	4	4	4
HD	0	0	0	MICROVENTION	4	4	4
HD	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
STRYKER	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Atraumaticità e preformabilità della punta							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	2	2	2	HD	0	0	0
BALT	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
BALT	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
BALT	0	0	0	STRYKER	2	2	2
CROSSMED	4	4	4	HD	0	0	0
CROSSMED	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	MICROVENTION	2	2	2
CROSSMED	0	0	0	STRYKER	2	2	2
HD	0	0	0	MEDTRONIC	4	4	4
HD	0	0	0	MICROVENTION	4	4	4
HD	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
STRYKER	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Maggior scorrevolezza						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.tl Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	3	3	3	15	3,0	5
CROSSMED	5	5	5	15	5,0	8
HD	0	0	0	15	0,0	0
MEDTRONIC	10	10	10	15	10,0	15
MICROVENTION	10	10	10	15	10,0	15
STRYKER	10	10	10	15	10,0	15

Atraumaticità e preformabilità della punta						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.tl Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	3	3	3	15	3,0	5
CROSSMED	5	5	5	15	5,0	8
HD	0	0	0	15	0,0	0
MEDTRONIC	10	10	10	15	10,0	15
MICROVENTION	10	10	10	15	10,0	15
STRYKER	10	10	10	15	10,0	15

7
Re
m
15

Maggior radiopacità							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	HD	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	HD	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
HD	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
HD	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
HD	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
STRYKER	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Compatibilità con stent flodiverter							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	1	1	1	CROSSMED	1	1	1
BALT	1	1	1	HD	1	1	1
BALT	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BALT	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
BALT	1	1	1	STRYKER	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	HD	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1
HD	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
HD	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
HD	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1
STRYKER	1	1	1	MICROVENTION	1	1	1

Maggior radiopacità						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.tl item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	5	5	5	10	5,0	10
CROSSMED	5	5	5	10	5,0	10
HD	5	5	5	10	5,0	10
MEDTRONIC	5	5	5	10	5,0	10
MICROVENTION	5	5	5	10	5,0	10
STRYKER	5	5	5	10	5,0	10

Compatibilità con stent flodiverter						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.tl item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	5	5	5	10	5,0	10
CROSSMED	5	5	5	10	5,0	10
HD	5	5	5	10	5,0	10
MEDTRONIC	5	5	5	10	5,0	10
MICROVENTION	5	5	5	10	5,0	10
STRYKER	5	5	5	10	5,0	10

[Handwritten signature]

LOTTO 73


LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BALT ITALY SRL	CROSSMED SPA	STRYKER ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
Capacità di progressione	25	Q2	Punteggio	0,0	25,0	25,0
Stabilità	20	Q1	MAVILIO	0,7	1,0	1,0
			PADOLECCHIA	0,7	1,0	1,0
			ESPOSITO	0,7	1,0	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	1,0	1,0
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	14	20	20
Atraumaticità	15	Q1	MAVILIO	0,7	1,0	1,0
			PADOLECCHIA	0,7	1,0	1,0
			ESPOSITO	0,7	1,0	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	1,0	1,0
			riportata a 1	1	1	1
			Punteggio	11	15	15
Gamma diametri e lunghezze	10	Q2	Punteggio	10,0	2,5	2,5
Totale punteggio di qualità	70			34,500	62,500	62,500
Totale punteggio di qualità riparametrato				38,640	70,000	70,000

Handwritten signature and initials, possibly 'N. 5' and 'mu'.

LOTTO 73

Capacità di progressione							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	0	0	0	CROSSMED	2	2	2
BALT	0	0	0	STRYKER	2	2	2
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Gamma diametri e lunghezze							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BALT	2	2	2	CROSSMED	0	0	0
BALT	2	2	2	STRYKER	0	0	0
CROSSMED	1	1	1	STRYKER	1	1	1



LOTTO 73

Capacità di progressione						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	0	0	0	25	0,0	0
CROSSMED	3	3	3	25	3,0	25
STRYKER	3	3	3	25	3,0	25

Gamma diametri e lunghezze						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BALT	4	4	4	10	4,0	10
CROSSMED	1	1	1	10	1,0	3
STRYKER	1	1	1	10	1,0	3

7
P
m

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE		Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	KOS BIOMEDICA SR
Requisiti essenziali					presenti
Lunghesse ago: gamma delle lunghesse disponibili	10	Q3*	Punteggio	5 10	
Qualità del sistema di raffreddamento attorno all'elettrodo	5	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1 1 5	
Aghi: facilità di penetrazione nei tessuti, flessibilità, radioopacità	10	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 10	
Capacità di ablazione di lesioni di 3 centimetri di diametro con ago singolo in funzione del tempo	8	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 8	
Qualità funzione tipo track ablation	4	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 4	
Qualità sistema per controllo ed ottimizzazione del volume di ablazione	6	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 6	
Disponibilità di differenti modalità di ablazione (dichiarate dalla ditta)	4	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 4	
Possibilità di contemporaneo utilizzo di elettrodi multipli (dichiarate dalla ditta)	4	Q5	Punteggio	4	
Parametri rilevabili sul display: - tempo di procedura - potenza RF erogata - tempi di erogazione - impedenza - segnalazione aumento di potenza - finestra di riplotto della procedura	6	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 6	
Display facilmente leggibile per il monitoraggio in tempo reale di parametri	3	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	1,0 1,0 1,0 1,0 1 3	
Gamma differenti esposizioni della punta	10	Q1	MAVILIO PADOLECCHIA ESPOSITO MEDIA VALUTAZIONI riportata a 1 Punteggio	0,7 0,7 0,7 0,7 1 10	
Totale punteggio di qualità	70			70,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	

LOTTO 75

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	MEDTRONIC ITALIA SPA	STRYKER SRL SU	
Requisiti essenziali				presenti	presenti	
Diametri delle cannule	20	Q3*	Punteggio	1	4	1
				1	20	
Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta)	25	Q1	MAVILIO	0,0	0,0	
			PADOLECCHIA	0,0	0,0	
			ESPOSITO	0,0	0,0	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,0	0,0	
			riportata a 1	0	0	
			Punteggio	0	0	
Semplicità d'impiego e sicurezza di utilizzo	25	Q1	MAVILIO	1,0	1,0	
			PADOLECCHIA	1,0	1,0	
			ESPOSITO	1,0	1,0	
			MEDIA VALUTAZIONI	1,0	1,0	
			riportata a 1	1	1	
			Punteggio	25	25	
Totale punteggio di qualità	70			26,250	45,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato				40,833	70,000	

LOTTO 76

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOMEDICA ITALIA SRL	BIOPSYBELL SRL	JOHNSON & JOHNSON SPA	MED ITALIA BIOMEDICA SRL	SEDA SPA	STRYKER ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Sicurezza di utilizzo	22	Q2	Punteggio	0,0	22,0	4,9	22,0	22,0	22,0
Capacità di penetrazione della superficie tagliente	20	Q1	MAVILIO	0,5	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7
			PADOLECCHIA	0,5	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7
			ESPOSITO	0,5	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	1,0	0,7	1,0	1,0	0,7
			riportata a 1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	10	20	14	20	20	14
Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta)	15	Q2	Punteggio	15,0	15,0	3,3	15,0	15,0	0,0
Diametri delle cannule	13	Q3*	Punteggio	4,0	3,0	5,0	3,0	3,0	2,0
				9	5	13	5	5	2
Totale punteggio di qualità	70			34,176	62,353	35,222	62,353	62,353	37,529
Totale punteggio di qualità riparametrato				38,368	70,000	39,542	70,000	70,000	42,132

2

LOTTO 76

Sicurezza di utilizzo							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BIOMEDICA	0	0	0	BIOPSYBELL	4	4	4
BIOMEDICA	0	0	0	JOHNSON	2	2	2
BIOMEDICA	0	0	0	MED ITALIA	4	4	4
BIOMEDICA	0	0	0	SEDA	4	4	4
BIOMEDICA	0	0	0	STRYKER	4	4	4
BIOPSYBELL	2	2	2	JOHNSON	0	0	0
BIOPSYBELL	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	STRYKER	1	1	1
JOHNSON	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	SEDA	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	2	2	2
MED ITALIA	1	1	1	SEDA	1	1	1
MED ITALIA	1	1	1	STRYKER	1	1	1
SEDA	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta)							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BIOMEDICA	1	1	1	BIOPSYBELL	1	1	1
BIOMEDICA	2	2	2	JOHNSON	0	0	0
BIOMEDICA	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BIOMEDICA	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOMEDICA	4	4	4	STRYKER	0	0	0
BIOPSYBELL	2	2	2	JOHNSON	0	0	0
BIOPSYBELL	1	1	1	MED ITALIA	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	SEDA	1	1	1
BIOPSYBELL	4	4	4	STRYKER	0	0	0
JOHNSON	0	0	0	MED ITALIA	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	SEDA	2	2	2
JOHNSON	2	2	2	STRYKER	0	0	0
MED ITALIA	1	1	1	SEDA	1	1	1
MED ITALIA	4	4	4	STRYKER	0	0	0
SEDA	4	4	4	STRYKER	0	0	0

Handwritten signature and initials.

LOTTO 76

Sicurezza di utilizzo						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BIOMEDICA	0	0	0	22	0,0	0
BIOPSYBELL	9	9	9	22	9,0	22
JOHNSON	2	2	2	22	2,0	5
MED ITALIA	9	9	9	22	9,0	22
SEDA	9	9	9	22	9,0	22
STRYKER	9	9	9	22	9,0	22

Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta)						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
BIOMEDICA	9	9	9	15	9,0	15
BIOPSYBELL	9	9	9	15	9,0	15
JOHNSON	2	2	2	15	2,0	3
MED ITALIA	9	9	9	15	9,0	15
SEDA	9	9	9	15	9,0	15
STRYKER	0	0	0	15	0,0	0

LOTTO 77

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BIOPSYBELL SRL	JOHNSON & JOHNSON SPA	MEDTRONIC ITALIA SPA	STRYKER ITALIA SRL
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti
Sicurezza di utilizzo	20	Q2	<i>Punteggio</i>	2,0	2,0	8,0	20,0
Gamma misure	15	Q1	MAVILIO	0,7	0,7	0,5	0,7
			PADOLECCHIA	0,7	0,7	0,5	0,7
			ESPOSITO	0,7	0,7	0,5	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,5	0,7
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	15	15	11	15
Semplicità di utilizzo del sistema	25	Q1	MAVILIO	0,5	0,5	0,7	1,0
			PADOLECCHIA	0,5	0,5	0,7	1,0
			ESPOSITO	0,5	0,5	0,7	1,0
			MEDIA VALUTAZIONI	0,5	0,5	0,7	1,0
			riportata a 1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	13	13	18	25
Tempo di lavorazione e viscosità del cemento	10	Q2	<i>Punteggio</i>	10,0	10,0	10,0	10,0
Totale punteggio di qualità	70			39,500	39,500	46,214	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				39,500	39,500	46,214	70,000

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 77

Sicurezza di utilizzo							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BIOPSYBELL	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BIOPSYBELL	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
BIOPSYBELL	0	0	0	STRYKER	4	4	4
JOHNSON	0	0	0	MEDTRONIC	2	2	2
JOHNSON	0	0	0	STRYKER	4	4	4
MEDTRONIC	0	0	0	STRYKER	2	2	2

Tempo di lavorazione e viscosità del cemento							
Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Ditta	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO
BIOPSYBELL	1	1	1	JOHNSON	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
BIOPSYBELL	1	1	1	STRYKER	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	MEDTRONIC	1	1	1
JOHNSON	1	1	1	STRYKER	1	1	1
MEDTRONIC	1	1	1	STRYKER	1	1	1

Handwritten signature/initials

LOTTO 77

Sicurezza di utilizzo						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BIOPSYBELL	1	1	1	20	1,0	2
JOHNSON	1	1	1	20	1,0	2
MEDTRONIC	4	4	4	20	4,0	8
STRYKER	10	10	10	20	10,0	20

Tempo di lavorazione e viscosità del cemento						
TOTALE	MAVILIO	PADOLECCHIA	ESPOSITO	Valore p.ti item	MEDIA	PUNTEGGIO
BIOPSYBELL	3	3	3	10	3,0	10
JOHNSON	3	3	3	10	3,0	10
MEDTRONIC	3	3	3	10	3,0	10
STRYKER	3	3	3	10	3,0	10




LOTTO 78

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL
Requisiti essenziali				presenti
Integrità e qualità del frustolo	20	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	20
Facilità e sicurezza di accesso osseo	15	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Solidità del sistema	10	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	10
Capacità di penetrazione della superficie tagliente	15	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	15
Compatibilità con i cementi ossei in commercio (dichiarata dalla ditta)	10	Q1	MAVILIO	0,7
			PADOLECCHIA	0,7
			ESPOSITO	0,7
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7
			riportata a 1	1
			Punteggio	10
Totale punteggio di qualità	70			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000

3

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0399689
del 24/05/2023

Genova, 24/05/2023

Prot. n. NP/2023/0399689

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche

Il giorno 24/05/2023, alle ore 9,05 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 4704/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 6461/2022 e n. 6749/2022:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Nicola Mavilio	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico Neuroradiologia H84

Componente	Dott. Riccardo Padolecchia	ASL 2 "Savonese"	Direttore S.C. Neuroradiologia
Componente	Dott. Guglielmo Massimo Esposito	ASL 5 "Spezzino"	Responsabile SSD Neuroradiologia

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R..

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse.

Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0381369 del 11/05/2023.

Il RUP rende anzitutto noti i punteggi di valutazione della qualità assegnati dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

Si precisa che tali punteggi sono stati imputati sulla piattaforma Sintel dal Segretario, sotto la supervisione del RUP della procedura, come previsto dal Disciplinare di gara.

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	55,36	55,36
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,00	60,00

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00
-------------------------	-------	-------

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	53,50	53,50
CROSSMED SPA	70,00	70,00

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,43	21,43
MICROVENTION ITALIA SRL	52,43	52,43

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	51,79	51,79
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	51,79	51,79

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54	55,54

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	49,60	59,10
STRYKER ITALIA SRL S.U.	58,75	70,00

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY SRL	12,33	12,33
CROSSMED SPA	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,83	30,83

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGHI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	19,43	19,43
STRYKER ITALIA SRL S.U	61,00	61,00

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
COOK ITALIA S.R.L.	67,14	67,14
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	70,00
NANUTECH SRL	4,29	4,29

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	66,15	70,00
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	57,50	60,84
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	49,80	52,70

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	50,50	50,50

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	38,75	38,75
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	70,00
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	51,80	51,80
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	38,75	38,75

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038" (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	60,00	70,00
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	35,00	40,83
COOK ITALIA S.R.L.	45,71	53,33
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	52,86	61,67

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	33,79	33,79

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
--------------------------	-------	-------

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	48,57	48,57

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	43,00	70,00

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
COOK ITALIA S.R.L.	39,29	39,29
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00

Handwritten signatures and initials:
 Top right: A large stylized signature.
 Middle right: A large stylized signature.
 Bottom right: Initials "B3", "M", "CS", and a large "M".

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	67,06	67,06
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	29,59	29,59
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
PHENOX ITALY SRL	25,18	25,18

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	41,20	41,20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	60,00	60,00
MICROVENTION ITALIA SRL	60,57	60,57

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	33,13	33,13
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,82	46,82
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	24,24	24,24
NANUTECH SRL	27,58	27,58

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)


PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	57,73	62,61
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	36,57	39,66
B.BRAUN MILANO SPA	44,75	48,53
BOSTON SCIENTIFIC SPA	64,54	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	37,93	41,14
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	55,00	59,65

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)


PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	26,37	28,18
B.BRAUN MILANO SPA	50,99	54,49
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	65,50	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	26,37	28,18

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	54,43	54,43
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	52,86	52,86

**LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	58,57	58,57
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00



39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	70,00	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	47,50	47,50
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L	39,50	39,50

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	39,17	59,13
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	46,00	69,43
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	46,37	70,00

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57	58,57

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,79	46,79

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
--------------------------	-------	-------

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	49,71	49,71

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	64,54	64,54
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71	63,71

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	70,00	70,00

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	64,29	70,00
PHENOX ITALY SRL	51,67	56,26
STRYKER ITALIA SRL S.U.	45,00	49,00

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CROSSMED SPA	51,00	70,00
PHENOX ITALY SRL	41,51	56,98
STRYKER ITALIA SRL S.U.	41,51	56,98

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)




PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	28,75	39,85
BIOPSYBELL SRL	28,75	39,85
GLMI. MEDICAL SRL	28,75	39,85
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	28,75	39,85
SEDA S.P.A.	50,50	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U	42,50	58,91

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	57,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	38,81	42,35
BIOPSYBELL SRL	38,81	42,35
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	38,81	42,35
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	38,81	42,35
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	60,02
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	38,81	42,35
SEDA S.P.A.	47,81	52,17

07




STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,14	70,00
-------------------------	-------	-------

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	70,00	70,00
BETATEX S.P.A.	53,33	53,33
JANUA MEDICAL	38,33	38,33
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
N.G.C. MEDICAL SRL	23,33	23,33
SVAS BIOSANA S.P.A.	53,33	53,33

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
AB MEDICA SPA	28,75	28,75
BETATEX S.P.A.	28,75	28,75
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	70,00
N.G.C. MEDICAL SRL	28,75	28,75
SVAS BIOSANA S.P.A.	28,75	28,75

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	30,54	30,54
CROSSMED SPA	30,54	30,54
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	19,20	19,20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,54	30,54
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	43,18	43,18
MICROVENTION ITALIA SRL	43,18	43,18
PHENOX ITALY SRL	30,54	30,54
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	29,14	29,14
MICROVENTION ITALIA SRL	66,57	66,57
PHENOX ITALY SRL	63,14	63,14
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	30,33	33,09
CROSSMED SPA	64,17	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,33	33,09
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	30,33	33,09
MICROVENTION ITALIA SRL	37,95	41,40
NANUTECH SRL	36,16	39,45
STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,17	70,00

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
CROSSMED SPA	70,00	70,00
EMOPASS SRL	27,24	27,24
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	15,44	15,44
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	40,41	40,41
KEY MEDICAL CARE SRL	14,07	14,07
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	30,34	30,34
NANUTECH SRL	23,10	23,10
PHENOX ITALY SRL	26,20	26,20
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
CROSSMED SPA	62,50	62,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52,50	52,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	55,00
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	70,00	70,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	70,00
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
TECNOSTIM	46,00	46,00

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	62,50	62,50
CROSSMED SPA	59,50	59,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	63,25	63,25
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
PHENOX ITALY SRL	59,50	59,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	53,39	53,39

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETR INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	39,00	39,00
CROSSMED SPA	45,00	45,00
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	26,00	26,00

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,00	64,00
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,00	64,00

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BALT ITALY srl	34,50	38,64
CROSSMED SPA	62,50	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	62,50	70,00

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,00	70,00

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	26,25	40,83
STRYKER ITALIA SRL S.U.	45,00	70,00

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	34,18	38,37
BIOPSYBELL SRL	62,35	70,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	35,22	39,54
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	62,35	70,00
SEDA S.P.A.	62,35	70,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	37,53	42,13

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '7' and various initials.

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
BIOPSYBELL SRL	39,50	39,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	39,50	39,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	46,21	46,21
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	70,00

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	70,00

Il RUP ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di gara e del prezzo offerto.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, al prezzo più basso saranno assegnati punti 30, gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\text{min}}) / P$$

con:

WB M
P M

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;
Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Inoltre, si precisa che poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), si procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto.

Si procederà off line per i lotti 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 61 - 74 - 75 - 78 essendo le offerte ammesse in numero inferiore a 3. Le tabelle riepilogative dei relativi punteggi economici verranno allegate al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si ricorda altresì che, in base a quanto previsto dalla *lex specialis*, per i lotti 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 16 - 44 - 48 - 54 - 57 - 60 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 la procedura verrà aggiudicata in Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, agli operatori economici idonei che abbiano superato la soglia di punteggio qualitativo di 36/70 punti.

Ciò precisato, la Commissione ed il Seggio di gara procedono all'apertura delle buste economiche telematiche presenti su SinTel con il seguente esito:

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	238.000,00	17,143	87,14
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	136.000,00	30,00	100

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	55,36	128.616,00	25,75	81,11
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	110.400,00	30	100

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,00	72.200,00	30,00	90,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	72.200,00	30,00	100,00

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	53,500	198.400,00	30,00	83,50
CROSSMED SPA	70,00	208.000,00	28,61	98,61

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	190.000,00	27,00	97,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,43	171.000,00	30,00	51,43
MICROVENTION ITALIA SRL	52,43	209.000,00	0,00	52,43

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	98.780,00	30,00	100,00

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	468.000,00	30,00	100,00

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	51,79	11.390,40	25,89	77,68
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	9.744,00	30,00	100,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	12.432,00	6,32	76,32
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	51,79	11.760,00	18,95	70,74

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	128.040,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54	132.000,00	29,10	84,64

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	59,10	42.160,00	30,00	89,10

STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	45.560,00	27,76	97,76
----------------------------	-------	-----------	-------	-------

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY SRL	12,33	184.800,00	0	12,33
CROSSMED SPA	70,00	154.000,00	27,75	97,75
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,83	138.600,00	30,00	60,83

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	261.000,00	30,00	100,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	19,43	292.320,00	26,27	45,70
STRYKER ITALIA SRL S.U	61,00	313.200,00	21,89	82,89

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	67,14	39.600,00	30,00	97,14
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	65.287,20	15,60	85,60
NANUTECH SRL	4,29	60.456,00	21,01	25,30

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	45.000,00	30,00	100,00
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	60,84	65.000,00	14,71	75,55
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	52,70	59.950,00	22,14	74,84

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	38.440,00	30,00	100,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	50,50	41.540,00	27,76	78,26

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	38,75	87.326,26	30,00	68,75
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	231.039,20	0,64	70,64
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	51,80	117.727,20	28,66	80,46
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	38,75	185.168,00	16,61	55,36

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038" (CIG 925708328E)


PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	15.552,00	28,77	98,77
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	40,83	12.960,00	30,00	70,83
COOK ITALIA S.R.L.	53,33	25.920,00	0,00	53,33
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	61,67	22.680,00	13,17	74,84

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	33,79	162.600,00	30,00	63,790
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	199.456,00	24,457	94,457

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	89.760,00	30,00	100,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	48,57	122.400,00	22,00	70,57



LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	4.056,00	30,00	100,00

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	11.700,00	30,00	100,00

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	39,29	116.000,00	23,40	62,69
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	90.480,00	30,00	100,00

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	240.000,00	30,00	100,00

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	1.612.000,00	30,00	100,00

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	67,06	195.000,00	16,20	83,26
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	29,59	147.000,00	30,00	59,59
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	177.000,00	24,30	94,30
PHENOX ITALY SRL	25,18	165.000,00	27,75	52,93

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	321.200,00	4,49	74,49
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	41,20	241.560,00	30,00	71,20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	60,00	286.000,00	22,45	82,45
MICROVENTION ITALIA SRL	60,57	259.600,00	28,48	89,05

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	33,13	30.226,00	2,84	35,97
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,82	27.200,00	25,86	72,68
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	23.460,00	30,00	100,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	24,24	25.500,00	28,30	52,54
NANUTECH SRL	27,58	28.866,00	13,19	40,77

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	62,61	19.577,60	11,47	74,08
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	39,66	11.400,00	30,00	69,66
B.BRAUN MILANO SPA	48,53	15.169,60	27,04	75,57
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00	15.960,00	24,35	94,35
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	41,14	13.224,00	28,57	69,71
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	59,65	15.960,00	24,35	84,00

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	28,18	5.152,00	30,00	58,18
B.BRAUN MILANO SPA	54,49	10.400,00	26,18	80,67

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	6.760,00	27,93	97,93
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	28,18	7.600,00	26,97	55,15

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	54,43	13.159,20	14,69	69,12
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	10.400,00	30,00	100,00
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	52,86	12.800,00	18,95	71,81

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	58,57	6.342,00	16,286	74,856
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	3.442,80	30,00	100,00

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	3.110,40	19,43	89,43
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	47,50	2.106,00	30,00	77,50
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	39,50	2.700,00	26,02	66,52

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	59,13	117.760,00	15,72	74,85
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	69,43	110.400,00	20,55	89,98
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	73.600,00	30,00	100,00

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	89.600,00	30,00	100,00

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	184.680,00	30,00	100,00

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	84.320,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57	93.000,00	27,20	85,77

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,79	53.440,00	30,00	76,79
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	61.456,00	26,087	96,087

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	212.232,00	30,00	100,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	49,71	270.840,00	23,508	73,218

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	64,54	36.000,00	27,50	92,04
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	33.000,00	30,00	100,00

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	2.198.680,00	26,794	96,794

STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71	1.963.736,84	30,00	93,710
----------------------------	-------	--------------	-------	--------

**LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE
(CIG 92628211B4)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	240.000,00	30,00	100,00

**LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG
926283908F)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	1.372.800,00	30,00	100,00

**LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI
(CIG 92628444AE)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	644.000,00	30,00	100,00

**LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG
92628509A0)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	204.800,00	30,00	100,00

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	32.000,00	30,00	100,00

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	151.662,00	30,00	100,00

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	99.216,00	30,00	100,00

LOTTO 57 STENTI INTRACRANICI PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	196.000,00	23,62	93,62
PHENOX ITALY SRL	56,26	179.200,00	30,00	86,26
STRYKER ITALIA SRL S.U.	49,00	196.000,00	23,62	72,62







LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	70.720,00	16,47	86,47
PHENOX ITALY SRL	56,98	60.320,00	28,31	85,29
STRYKER ITALIA SRL S.U.	56,98	57.200,00	30,00	86,98

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	39,85	122.148,00	3,38	43,23
BIOPSYBELL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
GLMI. MEDICAL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	39,85	93.960,00	28,12	67,97
SEDA S.P.A.	70,00	103.356,00	23,62	93,62
STRYKER ITALIA SRL S.U	58,91	114.840,00	11,25	70,16

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	37.980,00	28,436	85,936
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	36.000,00	30,00	100,00

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	42,35	150.660,00	9,21	51,56
BIOPSYBELL SRL	42,35	74.196,00	30,00	72,35
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,35	154.936,80	5,74	48,09
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	42,35	145.767,60	13,18	55,53
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,02	117.936,00	27,59	87,61
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	42,35	105.300,00	28,29	70,64
SEDA S.P.A.	52,17	135.432,00	21,58	73,75
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	145.800,00	13,16	83,16

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	56.385,12	22,48	92,48
BETATEX S.P.A.	53,33	26.353,60	30,00	83,33
JANUA MEDICAL	38,33	57.920,00	21,35	59,68
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	57.630,40	21,56	91,56
N.G.C. MEDICAL SRL	23,33	51.404,00	26,15	49,48
SVAS BIOSANA S.P.A.	53,33	51.838,40	25,83	79,16

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	28,75	145.468,00	28,65	57,40
BETATEX S.P.A.	28,75	129.970,00	30,00	58,75
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	149.650,00	28,29	98,29
N.G.C. MEDICAL SRL	28,75	189.010,00	16,14	44,89
SVAS BIOSANA S.P.A.	28,75	208.280,00	7,62	36,37

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	30,54	607.600,00	0,00	30,54
CROSSMED SPA	30,54	534.100,00	27,39	57,93
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	19,20	431.200,00	30,00	49,20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	30,54	539.000,00	27,26	57,80
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	43,18	534.100,00	27,39	70,57
MICROVENTION ITALIA SRL	43,18	583.100,00	11,37	54,55
PHENOX ITALY SRL	30,54	578.200,00	13,64	44,18
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	588.000,00	9,09	79,09

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	29,14	302.400,00	14,30	43,44
MICROVENTION ITALIA SRL	66,57	268.920,00	28,79	95,36
PHENOX ITALY SRL	63,14	302.400,00	14,30	77,44
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	259.200,00	30,00	100,00

LOTTO 67 CATEETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	33,09	730.400,00	27,40	60,49
CROSSMED SPA	70,00	790.160,00	18,48	88,48
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	33,09	790.160,00	18,48	51,57
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	33,09	730.400,00	27,40	60,49
MICROVENTION ITALIA SRL	41,40	863.200,00	0,00	41,40
NANUTECH SRL	39,45	561.080,00	30,00	69,45
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	830.000,00	8,40	78,40

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	2.542.000,00	9,57	79,57
CROSSMED SPA	70,00	1.742.500,00	27,50	97,50

EMOPASS SRL	27,24	2.624.000,00	6,38	33,62
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	15,44	2.074.600,00	27,03	42,47
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	40,41	2.460.000,00	12,76	53,17
KEY MEDICAL CARE SRL	14,07	3.350,00	30,00	44,07
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	2.419.000,00	14,35	84,35
MICROVENTION ITALIA SRL	30,34	2.460.000,00	12,76	43,10
NANUTECH SRL	23,10	2.074.600,00	27,03	50,13
PHENOX ITALY SRL	26,20	2.460.000,00	12,76	38,96
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	2.173.000,00	23,92	93,92

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	297.600,00	8,40	78,40
CROSSMED SPA	62,50	235.200,00	30,00	92,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52,50	272.832,00	27,25	79,75
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	288.000,00	16,79	71,79
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	288.000,00	16,79	86,79

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	420.000,00	16,02	86,02
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	365.400,00	27,64	97,64

MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	399.000,00	21,36	91,36
TECNOSTIM	46,00	322.980,00	30,00	76,00

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	62,50	2.760.000,00	9,81	72,31
CROSSMED SPA	59,50	2.344.620,00	30,00	89,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	63,25	2.415.000,00	28,78	92,03
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	2.484.000,00	27,59	97,59
PHENOX ITALY SRL	59,50	2.704.800,00	13,74	73,24
STRYKER ITALIA SRL S.U.	53,39	2.401.200,00	29,02	82,41

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0,025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	39,00	151.280,00	9,53	48,53
CROSSMED SPA	45,00	132.980,00	27,48	72,48
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	26,00	107.360,00	30,00	56,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,00	143.960,00	19,06	83,06
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	145.180,00	17,47	87,47
STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,00	146.400,00	15,88	79,88

LOTTO 73 CATERI INTERMEDI PER CATERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	38,64	139.160,00	6,48	45,12
CROSSMED SPA	70,00	112.180,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	139.160,00	6,48	76,48

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,00	231.840,00	30,00	100,00

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	40,83	49.377,60	30,00	70,83
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	51.840,00	28,57	98,57

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	38,37	250.700,00	14,22	52,59
BIOPSYBELL SRL	70,00	218.500,00	20,65	90,65
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	39,54	163.300,00	27,84	67,38

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large 'M' and several smaller marks.

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	103.270,00	30,00	70,00
SEDA S.P.A.	70,00	246.100,00	15,14	85,14
STRYKER ITALIA SRL S.U.	42,13	138.000,00	28,75	70,88

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOPSYBELL SRL	39,50	166.600,00	30,00	69,50
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	39,50	278.868,80	23,90	63,40
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	46,21	187.376,00	29,22	75,43
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	352.800,00	16,84	86,84

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	140.903,36	30,00	70,00

Per quanto sopra esposto risultano aggiudicatarie in via provvisoria, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti Ditte (i lotti 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 16 - 44 - 48 - 54 - 57 - 60 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 la procedura verrà aggiudicata in Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, agli operatori economici idonei che abbiano superato la soglia di punteggio qualitativo di 36/70 punti):

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
--------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

		OFFERTO (EURO)		(TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	136.000,00	30,00	100
BALT ITALY srl	70,00	238.000,00	17,143	87,14

**LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPIO
LUME (CIG 9256462217)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	110.400,00	30	100
BALT ITALY srl	55,36	128.616,00	25,75	81,11

**LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO
LUME (CIG 9256511A84)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	72.200,00	30,00	100,00

**LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022"
A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	208.000,00	28,61	98,61

LOTTO 8 MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO (CIG 9256613EAF)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	190.000,00	27,00	97,00
MICROVENTION ITALIA SRL	52,43	209.000,00	0,00	52,43

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,43	171.000,00	30,00	51,43
----------------------------	-------	------------	-------	-------

**LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE
(CIG 92566361AE)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	98.780,00	30,00	100,00

**LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO
CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	468.000,00	30,00	100,00

LOTTO 11 RUBINETTI A SCATTO (CIG 92567038F6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	9.744,00	30,00	100,00

LOTTO 12 CATERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	128.040,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54	132.000,00	29,10	84,64

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	45.560,00	27,76	97,76

LOTTO 15 CATETERI PORTANTI PER ACCESSI DISTALI (CIG 925687788D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	154.000,00	27,75	97,75

LOTTO 16 INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGI CON VALVOLA STACCABILE (CIG 92569092F7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	261.000,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U	61,00	313.200,00	21,89	82,89

LOTTO 17 INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI CON VALVOLA FISSA (CIG 92569558EB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	67,14	39.600,00	30,00	97,14

LOTTO 18 INTRODUTTORI VASCOLARI CON VALVOLA EMOSTATICA (CIG 925697054D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
--------------	------------------------------------	--	---------------------	---

ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	45.000,00	30,00	100,00
---------------------------------	-------	-----------	-------	--------

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	38.440,00	30,00	100,00

LOTTO 20 Sub A) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE lunghezza fino a 180 cm - Sub B) GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE RETTE E ANGOLATE di lunghezza da 180 a 260 cm e modello stiff (CIG 9257019DBA)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	51,80	117.727,20	28,66	80,46

LOTTO 21 GUIDE TEFLONATE STIFF DA CAMBIO 0.035" – 0.038" (CIG 925708328E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	15.552,00	28,77	98,77

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	199.456,00	24,457	94,457

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	89.760,00	30,00	100,00

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	4.056,00	30,00	100,00

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,00	11.700,00	30,00	100,00

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	90.480,00	30,00	100,00

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	240.000,00	30,00	100,00

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	1.612.000,00	30,00	100,00

LOTTO 31 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO MECCANICO (CIG 9257286A11)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	177.000,00	24,30	94,30

LOTTO 32 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO TERMO-ELETTRICO (CIG 9257309D0B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	60,57	259.600,00	28,48	89,05

LOTTO 33 CONNETTORI AD Y CON APERTURA A SCATTO (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	23.460,00	30,00	100,00

LOTTO 34 CONNETTORI AD Y CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257326B13)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00	15.960,00	24,35	94,35

LOTTO 35 CONNETTORI A 3 BRACCIA CON VALVOLA ROTANTE (CIG 9257403A9E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	6.760,00	27,93	97,93

LOTTO 36 MICROCATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI ENDOVASCOLARI (CIG 92576885D0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	10.400,00	30,00	100,00

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	3.442,80	30,00	100,00

39 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE ROTANTI (CIG 92577297A5)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	3.110,40	19,43	89,43

LOTTO 41 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE APERTE (CIG 92578668B3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	73.600,00	30,00	100,00

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	89.600,00	30,00	100,00

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)


PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	184.680,00	30,00	100,00

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	84.320,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57	93.000,00	27,20	85,77

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	61.456,00	26,087	96,087



LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	212.232,00	30,00	100,00

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	33.000,00	30,00	100,00

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	2.198.680,00	26,794	96,794
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71	1.963.736,84	30,00	93,710

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	240.000,00	30,00	100,00

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BALT ITALY srl	70,00	1.372.800,00	30,00	100,00

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	644.000,00	30,00	100,00

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	204.800,00	30,00	100,00

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	32.000,00	30,00	100,00

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,00	151.662,00	30,00	100,00

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,00	99.216,00	30,00	100,00

LOTTO 57 STENT INTRACRANICO PER STENOSI VASCOLARI (CIG 9262914E6F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	196.000,00	23,62	93,62
PHENOX ITALY SRL	56,26	179.200,00	30,00	86,26
STRYKER ITALIA SRL S.U.	49,00	196.000,00	23,62	72,62

LOTTO 58 CATETERI DA ANGIOPLASTICA INTRACRANICA (CIG 92629246B2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	56,98	57.200,00	30,00	86,98

LOTTO 60 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262970CA6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
SEDA S.P.A.	70,00	103.356,00	23,62	93,62
STRYKER ITALIA SRL S.U.	58,91	114.840,00	11,25	70,16
GL.MI. MEDICAL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85
BIOPSYBELL SRL	39,85	83.520,00	30,00	69,85

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	39,85	93.960,00	28,12	67,97
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	39,85	122.148,00	3,38	43,23

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	36.000,00	30,00	100,00
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	37.980,00	28,436	85,936

LOTTO 62 KIT FORNITO DI CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI RILASCIO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9262988B81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,02	117.936,00	27,59	87,61
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	145.800,00	13,16	83,16
SEDA S.P.A.	52,17	135.432,00	21,58	73,75
BIOPSYBELL SRL	42,35	74.196,00	30,00	72,35
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	42,35	105.300,00	28,29	70,64
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	42,35	145.767,60	13,18	55,53
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	42,35	150.660,00	9,21	51,56
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	42,35	154.936,80	5,74	48,09

LOTTO 63 KIT MONOUSO PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263002710)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
AB MEDICA SPA	70,00	56.385,12	22,48	92,48

LOTTO 64 KIT MONOUSO PER ANGIOGRAFIA (CIG 9263012F4E)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	149.650,00	28,29	98,29

LOTTO 65 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.0165" A 0.021" (CIG 9263026ADD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	588.000,00	9,09	79,09
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	43,18	534.100,00	27,39	70,57
MICROVENTION ITALIA SRL	43,18	583.100,00	11,37	54,55

LOTTO 66 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA DI DIAMETRO PARI DA 0.010" A 0.014" (CIG 926304173F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	259.200,00	30,00	100,00
MICROVENTION ITALIA SRL	66,57	268.920,00	28,79	95,36
PHENOX ITALY SRL	63,14	302.400,00	14,30	77,44

LOTTO 67 CATETERI INTERMEDI PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA (CIG 9263048D04)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	790.160,00	18,48	88,48
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	830.000,00	8,40	78,40
NANUTECH SRL	39,45	561.080,00	30,00	69,45
MICROVENTION ITALIA SRL	41,40	863.200,00	0,00	41,40

LOTTO 68 STENTRIEVER PER TROMBECTOMIA (CIG 92630563A1)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	1.742.500,00	27,50	97,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	2.173.000,00	23,92	93,92
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	2.419.000,00	14,35	84,35
BALT ITALY srl	70,00	2.542.000,00	9,57	79,57
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	40,41	2.460.000,00	12,76	53,17

LOTTO 69 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE CHIUSE O BRAIDED (CIG 9263069E58)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	62,50	235.200,00	30,00	92,50
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	288.000,00	16,79	86,79
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	52,50	272.832,00	27,25	79,75
BALT ITALY srl	70,00	297.600,00	8,40	78,40

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	55,00	288.000,00	16,79	71,79
----------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 70 LIQUIDO EMBOLIZZANTE NON ADESIVO (CIG 92630785C8)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00	365.400,00	27,64	97,64
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	399.000,00	21,36	91,36
BALT ITALY srl	70,00	420.000,00	16,02	86,02
TECNOSTIM	46,00	322.980,00	30,00	76,00

LOTTO 71 STENT INTRACRANICO A DEVIAZIONE DI FLUSSO (CIG 92631018C2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	2.484.000,00	27,59	97,59
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	63,25	2.415.000,00	28,78	92,03
CROSSMED SPA	59,50	2.344.620,00	30,00	89,50
STRYKER ITALIA SRL S.U.	53,39	2.401.200,00	29,02	82,41
PHENOX ITALY SRL	59,50	2.704.800,00	13,74	73,24
BALT ITALY srl	62,50	2.760.000,00	9,81	72,31

LOTTO 72 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO SUPERIORE A 0.025 (CIG 9263127E35)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICROVENTION ITALIA SRL	70,00	145.180,00	17,47	87,47
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,00	143.960,00	19,06	83,06

STRYKER ITALIA SRL S.U.	64,00	146.400,00	15,88	79,88
CROSSMED SPA	45,00	132.980,00	27,48	72,48
BALT ITALY srl	39,00	151.280,00	9,53	48,53

LOTTO 73 CATETERI INTERMEDI PER CATETERISMI COASSIALI (CIG 92631354D2)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
CROSSMED SPA	70,00	112.180,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	139.160,00	6,48	76,48

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,00	231.840,00	30,00	100,00

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	51.840,00	28,57	98,57

LOTTO 76 AGHI PER VERTEBROPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
BIOPSYBELL SRL	70,00	218.500,00	20,65	90,65
SEDA S.P.A.	70,00	246.100,00	15,14	85,14
STRYKER ITALIA SRL S.U.	42,13	138.000,00	28,75	70,88

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00	103.270,00	30,00	70,00
--------------------------------	-------	------------	-------	-------

LOTTO 77 SISTEMA PER CIFOPLASTICA (CIG 9263161A45)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00	352.800,00	16,84	86,84

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,00	140.903,36	30,00	70,00

La seduta pubblica è tolta alle ore 10,50.

Il presente Verbale, composto da 57 (cinquantasette) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 24/05/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Nicola Mavilio

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Riccardo PADOLECCHIA

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Guglielmo MASSIMO ESPOSITO

RUP e Presidente del Seggio

Dott. Luigi Moreno COSTA

Ufficiale Rogante

Dott.ssa Noemi Betti

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Supporto Informatico

Sig. Alessandro VALDISERRI

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI
NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 3 MICROCATETERI A FLUSSO COMPATIBILI PER EMBOLI LIQUIDI CON PUNTA STACCABILE (CIG 9256368484)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BALT ITALY srl	70,000	€ 240.000,000	€ 238.000,000	0,833%	17,143	87,143		22,083%	43,333%
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,000		€ 136.000,000	43,333%	30,000	100,000	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	22,083%	43,333%

5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI
NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 5 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A DOPPIO LUME (CIG 9256462217)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BALT ITALY srl	55,360	€ 128.800,000	€ 128.616,000	0,143%	25,751	81,111		7,214%	14,286%
MICROVENTION ITALIA SRL	70,000		€ 110.400,000	14,286%	30,000	100,000	MICROVENTION ITALIA SRL	7,214%	14,286%

LB
Sa
R
D
m
P

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI
NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 6 MICROCATETERI CEREBRALI CON PALLONCINO NON STACCABILE A SINGOLO LUME (CIG 9256511A84)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	60,00	€ 79.800,000	€ 72.200,000	9,524%	30,000	90,000		9,524%	9,524%
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00		€ 72.200,000	9,524%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	9,524%	9,524%

U
m
2
CB
PB

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 7 MICROCATETERI CEREBRALI IDROFILICI CON DIAMETRO INTERNO DA 0.022" A 0.025" COMPRESI (CIG 9256592D5B)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BALT ITALY srl	53,50	€ 240.000,000	€ 198.400,000	17,333%	30,000	83,500		15,333%	17,333%
CROSSMED SPA	70,00		€ 208.000,000	13,333%	28,615	98,615	CROSSMED SPA	15,333%	17,333%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N°
GARA: 8585561)

LOTTO 9 MICROGUIDE TOTALMENTE IDROFILICHE PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE (CIG 92566361AE)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto	Anomalia delle offerte
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,000	€ 121.000,000	98.780,00 €	18,364%	30,000	100,000	ALFA MEDICALITALIA	18,364%	18,364%	#RIF!

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 10 MICROGUIDE IDROFILICHE PER NAVIGAZIONE INTRACRANICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE (CIG 92566361AE)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,000	€ 504.000,000	468.000,00 €	7,143%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	7,143%	7,143%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 12 CATETERI PORTANTI STANDARD (CIG 9256777608)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	70,00	€ 145.200,000	€ 128.040,000	11,818%	30,000	100,000	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10,455%	11,818%
MICROVENTION ITALIA SRL	55,54		€ 132.000,000	9,091%	29,100	84,640		10,455%	11,818%

[Handwritten signatures and initials]

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 13 CATETERE GUIDA CON PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DI VASO ARTERIOSO (CIG 925683236C)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	59,10	€ 47.600,000	€ 42.160,000	11,429%	30,000	89,100		7,857%	11,429%
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00		€ 45.560,000	4,286%	27,761	97,761	STRYKER ITALIA SRL S.U.	7,857%	11,429%

IB
e
A
m
m
B

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 19 MATERIALE EMBOLIZZANTE IN PARTICELLE (CIG 9257019DBA)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	€ 46.500,000	€ 38.440,000	17,333%	30,000	100,000	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	14,000%	17,333%
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	50,50		€ 41.540,000	10,667%	27,761	78,261		14,000%	17,333%

UB
u
B
m
P

**FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI
NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)**

LOTTO 22 GUIDE DA CAMBIO 0.018" (CIG 92571108D4)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	33,79	€ 249.320,000	€ 162.600,000	34,783%	30,000	63,790		27,391%	34,783%
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00		€ 199.456,000	20,000%	24,457	94,457	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	27,391%	34,783%



FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI
NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 24 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE (CIG 925714775D)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00	€ 163.200,000	€ 89.760,000	45,000%	30,000	100,000	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	35,000%	45,000%
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	48,57		€ 122.400,000	25,000%	22,000	70,570		35,000%	45,000%

UB
M
m
m
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 25 CATETERI DIAGNOSTICI PER ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (CIG 9257174DA3)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,000	€ 7.280,000	4.056,00 €	44,286%	30,000	100,000	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	44,286%	44,286%



FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 26 CATETERI VASCOLARI A BASSA TRAUMATICITA' RETTI O PRECURVATI (CIG 9257174DA3)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	70,000	€ 24.000,000	11.700,00 €	51,250%	30,000	100,000	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	51,250%	51,250%

LB
b
m
M

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 28 MICROCATETERI IDROFILICI PER PROCEDURE SUPERSELETTIVE PEDIATRICHE (CIG 92572414F0)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
COOK ITALIA S.R.L.	39,29	€ 132.240,000	€ 116.000,000	12,281%	23,400	62,690		21,930%	31,579%
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00		€ 90.480,000	31,579%	30,000	100,000	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	21,930%	31,579%

LB
4
be
m
102
JC

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 29 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA AD ALTO RIEMPIMENTO (CIG 9257253ED4)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
CROSSMED SPA	70,000	€ 300.000,000	240.000,00 €	20,000%	30,000	100,000	CROSSMED SPA	20,000%	20,000%



FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 30 MICROSPIRALI IN PLATINO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA A DISTACCO ELETTROLITICO (CIG 9257270CDC)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA SRL S.U	70,000	€ 2.157.600,000	1.612.000,00 €	25,287%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA SRL S.U	25,287%	25,287%

LB
u
m
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 38 RUBINETTI A BASSA PRESSIONE ROTANTI (CIG 9257709724)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
AB MEDICA SPA	58,57	€ 7.248,000	€ 6.342,000	12,500%	16,286	74,856		32,500%	52,500%
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	70,00		€ 3.442,800	52,500%	30,000	100,000	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	32,500%	52,500%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 42 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A CELLE CHIUSE (CIG 9257874F4B)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,000	€ 100.800,000	89.600,00 €	11,111%	30,000	100,000	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	11,111%	11,111%

LB
E
H
an
an

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 43 STENT CAROTIDEO IN ACCIAIO A CELLE CHIUSE (CIG 9262682EFB)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,000	€ 250.800,000	184.680,00 €	26,364%	30,000	100,000	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	26,364%	26,364%

[Handwritten signatures and initials]

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 44 STENT CAROTIDEI IN NITINOL A DOPPIO STRATO (CIG 9262682EFB)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
CROSSMED SPA	70,00	€ 93.000,000	€ 84.320,000	9,333%	30,000	100,000	CROSSMED SPA	4,667%	9,333%
MICROVENTION ITALIA SRL	58,57		€ 93.000,000	0,000%	27,200	85,770		4,667%	9,333%

LB
4
K
103
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 45 CATETERI A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE DI STENT CAROTIDEI (CIG 926279081D)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	46,79	€ 66.800,000	€ 53.440,000	20,000%	30,000	76,790		14,000%	20,000%
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00		€ 61.456,000	8,000%	26,087	96,087	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	14,000%	20,000%

Handwritten signature and initials.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 46 SISTEMA DI PROTEZIONE ECCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262795C3C)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	€ 288.600,000	€ 212.232,000	26,462%	30,000	100,000	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	16,308%	26,462%
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	49,71		€ 270.840,000	6,154%	23,508	73,218		16,308%	26,462%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 47 SISTEMA DI PROTEZIONE CONCENTRICO PER STENTING CAROTIDEO (CIG 9262812A44)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	64,54	€ 42.000,000	€ 36.000,000	14,286%	27,500	92,040		17,857%	21,429%
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	70,00		€ 33.000,000	21,429%	30,000	100,000	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	17,857%	21,429%

VB
11
13
m
ca

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 48 SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE (CIG 92628211B4)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
CROSSMED SPA	70,00	€ 2.314.400,000	€ 2.198.680,000	5,000%	26,794	96,794	CROSSMED SPA	10,076%	15,151%
STRYKER ITALIA SRL S.U.	63,71		€ 1.963.736,840	15,151%	30,000	93,710		10,076%	15,151%

[Handwritten signatures and initials]

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 49 STENT AUTOESPANDIBILE PER ANEURISMI INTRACRANICI A CELLE APERTE (CIG 92628211B4)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,000	€ 288.000,000	240.000,00 €	16,667%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	16,667%	16,667%

VB
K
P
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 50 SISTEMI ENDOVASCOLARI AUTOESPANDIBILI FLOWDIVERTER (CIG 926283908F)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BALT ITALY srl	70,000	€ 1.386.000,000	1.372.800,00 €	0,952%	30,000	100,000	BALT ITALY srl	0,952%	0,952%

LB 4
K
mg
m
p3

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 51 SISTEMA DI OCCLUSIONE INTRASACCOLARE PER ANEURISMI INTRACRANICI (CIG 92628444AE)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MICROVENTION ITALIA SRL	70,000	€ 728.000,000	644.000,00 €	11,538%	30,000	100,000	MICROVENTION ITALIA SRL	11,538%	11,538%

UB
K B O
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 52 SISTEMA DI OCCLUSIONE DEDICATO PER VASI EXTRA-INTRACRANICI (CIG 92628509A0)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
CROSSMED SPA	70,000	€ 250.880,000	204.800,00 €	18,367%	30,000	100,000	CROSSMED SPA	18,367%	18,367%

[Handwritten signatures and initials]

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 53 MICROSPIRALI LIBERE IN PLATINO (CIG 926286887B)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
COOK ITALIA S.R.L.	70,000	€ 44.000,000	32.000,00 €	27,273%	30,000	100,000	COOK ITALIA S.R.L.	27,273%	27,273%

u CB
PB
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 54 SISTEMA DI EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE (CIG 9262873C9A)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ALFA MEDICALITALIA S.R.L.	70,000	€ 3.726.000,000	151.662,00 €	95,930%	30,000	100,000	ALFA MEDICALITALIA	95,930%	95,930%

[Handwritten signatures and initials]

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 55 DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE CON PUNTI DI SUTURA (CIG 9262873C9A)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	70,000	€ 156.000,000	99.216,00 €	36,400%	30,000	100,000	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	36,400%	36,400%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI
NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 61 CEMENTO OSSEO PER VERTEBROPLASTICA BIOCOMPATIBILE (CIG 92629815BC)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	57,50	€ 40.000,000	€ 37.980,000	5,050%	28,436	85,936		7,525%	10,000%
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00		€ 36.000,000	10,000%	30,000	100,000	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	7,525%	10,000%



FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 74 SISTEMA DI TERMOABLAZIONE TISSUTALE TRAMITE RADIOFREQUENZE (CIG 9263144C3D)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
KOS BIOMEDICA S.R.L.	70,000	€ 235.200,000	231.840,00 €	1,429%	30,000	100,000	KOS BIOMEDICA S.R.L.	1,429%	1,429%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA: 8585561)

LOTTO 75 SISTEMA PER BIOPSIA VERTEBRALE (CIG 9263151207)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	40,83	€ 55.080,000	€ 49.377,600	10,353%	30,000	70,830		8,118%	10,353%
STRYKER ITALIA SRL S.U.	70,00		€ 51.840,000	5,882%	28,575	98,575	STRYKER ITALIA SRL S.U.	8,118%	10,353%


VB
VB
R
L
m

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI E
PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI NEURORADIOLOGIA – II EDIZIONE (N° GARA:
8585561)

LOTTO 78 SISTEMA MOTORIZZATO PER BIOPSIA OSSEA (CIG 9263188090)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL	70,000	€ 228.800,000	140.903,36 €	38,416%	30,000	100,000	ESPO ERRESSE PRODOTTI	38,416%	38,416%

[Handwritten signatures and initials]



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria (II edizione), per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 78 – gara n. 8585561. Id Sintel 155768161

RELAZIONE VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

A seguito dell'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto (come da verbale NP/2023/0399689 del 24/05/2023) si è reso necessario sottoporre a verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le offerte dei seguenti operatori economici:

- 1) ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL.: lotti 42-55
- 2) ALFA MEDICALITALIA S.R.L.: lotti 9 – 18 – 54
- 3) BALT ITALY srl: lotti 8 – 50
- 4) BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: lotti 11 – 19 – 21 – 22 – 34 – 43 – 45 – 46
- 5) CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.: lotti 24 – 47
- 6) COOK ITALIA S.R.L.: lotti 17 – 53
- 7) CROSSMED SPA: lotti 7 – 15 – 16 – 29 – 44 – 48 – 52 – 68 – 69 – 71 – 73
- 8) ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL: lotto 78
- 9) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.: lotto 12
- 10) KOS BIOMEDICA S.R.L.: lotto 74
- 11) MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.: lotti 33 – 35 – 38 – 64 – 76
- 12) MEDTRONIC ITALIA S.P.A.: lotti 3 – 28 – 36 – 41 – 61 – 62 – 70 – 71
- 13) MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.: lotti 25 – 26
- 14) MICROVENTION ITALIA SRL: lotti 5 – 31 – 32 – 51 – 66 – 71
- 15) PHENOX ITALY SRL: lotto 57
- 16) STRYKER ITALIA SRL S.U.: lotti 6 – 10 – 13 – 30 – 49 – 58 – 66 – 75

Con note Prot-2023-0442188, Prot-2023-0442615, Prot-2023-0442947, Prot-2023-0442643, Prot-2023-0442543, Prot-2023-0442264, Prot-2023-0442933, Prot-2023-0442560, Prot-2023-0442239, Prot-2023-0442382, Prot-2023-0442382, Prot-2023-0442382, Prot-2023-0442590, Prot-2023-0442701, Prot-2023-0442471 e Prot-2023-0442925 del 31/05/2023 è stato pertanto chiesto agli Operatori economici sopra indicati di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 sopra citato, tutte le giustificazioni per le forniture offerte nei predetti lotti, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta presentata.

Gli Operatori testè menzionati hanno fornito riscontro nei termini fissati con note acquisite agli atti, rispettivamente Prot-2023-0472974 del 01/06/2023, Prot-2023-0443066 del 31/05/2023, Prot-2023-0605050 del 07/06/2023, Prot-2023-0569595 del 05/06/2023, Prot-2023-0473297 del 01/06/2023, Prot-2023-0443001 del 31/05/2023, Prot-2023-0817738 del 20/06/2023, Prot-2023-0752407 del 16/06/2023, Prot-2023-0596205 del 06/06/2023, Prot-2023-0605409 del 07/06/2023, Prot-2023-0443182 del 31/05/2023, Prot-2023-0604822 del 07/06/2023, Prot-2023-0472964 del 01/06/2023, Prot-2023-0569607 del 05/06/2023, Prot-2023-0596101 del 06/06/2023 e Prot-2023-0695678 del 14/06/2023, dettagliando in maniera puntuale tutte le voci di costo che compongono le proprie offerte.

Il sottoscritto RUP, dopo avere esaminato tutte le giustificazioni pervenute, ritiene le offerte di tutti gli operatori economici sopra indicati nel complesso sostenibili e congrue.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Luigi Moreno Costa



Identificativo atto: 2023-AM-6001

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	30-08-2023 10:46
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	30-08-2023 10:46
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	29-08-2023 14:17
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	29-08-2023 13:36

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria