

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 1: MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT QUADRUPLO STRATO ANTIAPPANNANTE CON LACCI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTT'E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1.meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente , in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1. Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2. Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II R;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3. Materiale:		===	===	===	===	===	===
1.3.1 Idrorepellente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3.2 resistente e morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4 60 pascal/cm2);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5. Efficienza filtrante contro i Batteri (BFE) ≥ a 98%;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6. Costituita da 4 strati anti-fog (striscia interna antiappannamento);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7. Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8. Resistente ai fluidi e impermeabile ai liquidi biologici;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9. Allacciatura con 4 lacci morbidi (lunghezza minima 35 cm) di materiale che garantisca confortevolezza all'indosso;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10. Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 2%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11. Cuciture termosaldate ad ultrasuoni		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12. Confezione primaria in dispenser o in buste da massimo 100 pezzi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13. Colorazione differente tra lato interno e lato esterno.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente _____			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 2 - MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT QUADRUPLO STRATO ANTIAPPANNANTE IN TESSUTO CERTIFICATO ANALLERGICO CON LACCI

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito	Numero cartella compressa	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
		(sì/no)	Risposta	Nome cartella compressa		
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finitaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microrganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito	Numero cartella compressa	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Nome cartella compressa		
2.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II R;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 Materiale:		===	===	===	===	===
2.3.1 Idrorepellente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3.2 resistente e morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3.3 privo di odori;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4 60 pascal/cm2);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.5 Efficienza filtrante contro i Batteri (BFE) ≥ a 98%;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.6 Costituita da 4 strati anti-fog (striscia interna antiappannamento);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.7 Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.8 Resistente ai fluidi e impermeabile ai liquidi biologici;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.9 Allacciatura con 4 lacci morbidi (lunghezza minima 35 cm) di materiale che garantisca confortevolezza all'indosso;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.10 Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 2%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.11 Cuciture termosaldade ad ultrasuoni		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.12 Confezione primaria in dispenser o in buste da massimo 100 pezzi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.13 Colorazione differente tra lato interno e lato esterno		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.14 Anallergiche in conformità alla norma EN 14683 (Mascherine facciali ad uso medico) ed alle norme EN ISO 10093-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Allegare in offerta altresì (oltre ai certificati di conformità alle predette norme) uno o più rapporti di un laboratorio di prova relativi ai seguenti parametri:		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
a) citotossicità		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) irritazione cutanea		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
c) sensibilizzazione cutanea		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione						
(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto (2) Se diverso dal codice prodotto (3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio) (4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore (5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio) (6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista). (7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto. (8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745) (9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo). (10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V						
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente						
Luogo e data						

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 3 - MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO STRATO ANTIAPPANNANTE CON LACCI

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare

SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare

SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
3.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II R;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.3 Materiale:		===	===	===	===	===	===
3.3.1 Idrorepellente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.3.2 resistente e morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.4 Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4 60 pascal/cm2);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.5 Efficienza filtrante contro i Batteri (BFE) ≥ a 98%;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.6 Costituita da 3 strati anti-fog (striscia interna antiappannamento);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.7 Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.8 Resistente ai fluidi e impermeabile ai liquidi biologici;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.9 Allacciatura con 4 lacci morbidi (lunghezza minima 35 cm) di materiale che garantisca confortevolezza all'indosso;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.10 Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 2%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.11 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.12 Confezione primaria in dispenser o in buste da massimo 100 pezzi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
3.13 Colorazione differente tra lato interno e lato esterno.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare

Note di compilazione

(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto
(2) Se diverso dal codice prodotto
(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)
(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore
(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)
(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).
(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.
(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)
(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).
(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V

Timbro e firma leggibile
del Legale Rappresentante della Ditta offerente

Luogo e data _____

1/1

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 4 - MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO STRATO ANTIAPPANNANTE IN TESSUTO CERTIFICATO ANALLERGICO CON LACCI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
4.1 Dispositivo medico di classe I:		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II R;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.3 Materiale:		===	===	===	===	===	===
4.3.1 Idrorepellente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.3.2 resistente e morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.3.3 privo di odori;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.4 Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4 60 pascal/cm2);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.5 Efficienza filtrante contro i Batteri (BFE) ≥ a 98%;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.6 Costituita da -4 3 strati anti-fog (striscia interna antiappannamento);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.7 Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.8 Resistente ai fluidi e impermeabile ai liquidi biologici;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.9 Allacciatura con 4 lacci morbidi (lunghezza minima 35 cm) di materiale che garantisca confortevolezza all'indosso;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.10 Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 2%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.11 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.12 Confezione primaria in dispenser o in buste da massimo 100 pezzi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.13 Colorazione differente tra lato interno e lato esterno		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
4.14 anallergiche in conformità alla norma EN 14683 (Mascherine facciali ad uso medico) ed alle norme EN ISO 10093-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-10. <u>Allegare in offerta altresì (oltre ai certificati di conformità alle predette norme) uno o più rapporti di un laboratorio di prova relativi ai seguenti parametri:</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
a) citotossicità		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) irritazione cutanea		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
c) sensibilizzazione cutanea		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (Indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____		Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente					

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 5 - MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO STRATO CON ELASTICI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTE E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finitaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
5.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.3 Materiale resistente e morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.4 Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore ad 29,4 40 pascal/cm2);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.5 Costituita da 3 strati;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.6 Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.7 Allacciatura con morbidi elastici realizzati con materiale che presenti caratteristiche di morbidezza e confort equipollenti al cotone;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.8 Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 2%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.9 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
5.10 Colorazione differente tra lato interno e lato esterno.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data		Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente					

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO								
O.E. OFFERENTE: <div>compilare</div>								
LOTTO 6 - MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO STRATO IN TESSUTO CERTIFICATO ANALLERGICO CON ELASTICI								
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI								
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI		NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE		(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO		(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO		(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND		(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM		(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE		(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE		(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI		NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
			(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile			===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1 meccanico; 1.1.2 fisico 1.1.3 chimico 1.1.4 combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:			===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:			===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente , in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):			===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mg)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D			Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		NOTE	(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
6.1 Dispositivo medico di classe I;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.3 Materiale:			===	===	===	===	===	===
6.3.1 resistente e morbido			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.3.2 privo di odori			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.4 Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4 40 pascal/cm2);			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.5 Costituita da 3 strati;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.6 Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.7 Allacciatura con morbidi elastici realizzati con materiale che presenti caratteristiche di morbidezza e confort equipollenti al cotone;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.8 Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 2%);			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.9 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.10 Colorazione differente tra lato interno e lato esterno.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
6.11 Anallergiche in conformità alla norma EN 14683 (Mascherine facciali ad uso medico) ed alle norme EN ISO 10093-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Allegare in offerta altresì (oltre ai certificati di conformità alle predette norme) uno o più rapporti di un laboratorio di prova relativi ai seguenti parametri:			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
a. citotossicità			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b. irritazione cutanea			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
c. sensibilizzazione cutanea			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione								
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>								
<div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>								

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 7 - BERRETTO PER UOMO IN TNT MONOUSO NON STERILE VARIE MISURE, COLORE A SCELTA							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
7.1. Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.2. TNT a contenuto minimo di rayon 60% oppure TNT in spunbond di polipropilene (PP);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.3. Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.4. Cappellino a forma cilindrica adatto ad utilizzatori con capelli corti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.5. Dotato di lacci per fissaggio posteriore alla nuca (lunghezza minima 25 cm)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.6. Circonferenza maggiore o uguale a 55cm ± 10 cm;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.7. Traspirabili;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.8. Idrorepellenti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.9. Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.10. Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
7.11. Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 8 - CUFFIA ROTONDA CON ELASTICO IN TNT MONOUSO NON STERILE, COLORE A SCELTA							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
8.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
8.2 TNT non sterile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
8.3 Peso uguale o maggiore a 15g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
8.4 A forma di cuffia con elastico, circonferenza 50 cm ± 5 cm.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
8.5 Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
8.6 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
8.7 Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 9 - CAPPELLINO DONNA IN TNT MONOUSO NON STERILE PER FOLTE CAPIGLIATURE CON ELASTICO ALLA NUCA

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTE E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
9.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.2 TNT a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.3 Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.4 Cappellino dotato di elastico alla nuca e adatto per il contenimento di capelli medio/lunghi;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.5 Circonferenza 60 cm ± 15cm.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.6 Traspirabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.7 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.8 Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.9 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
9.10 Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare

Note di compilazione

(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto

(2) Se diverso dal codice prodotto

(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)

(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore

(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)

(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).

(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.

(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)

(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).

(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V

Timbro e firma leggibile
del Legale Rappresentante della Ditta offerente

Luogo e data

1/1

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 10 - CAPPELLINO INTEGRALE A SCAFANDRO IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON MANTELLINA E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finitaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.							
10.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.2 TNT morbido, a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.3 Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.4 Cappellino integrale, protezione capo, collo e spalle, con lacci;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.5 Fascia assorbente alla fronte;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.6 Senza elastico a contorno del viso. Disponibilità del prodotto anche con elastico a contorno del viso (a richiesta dell’Ente).		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.7 Larghezza mantella 65cm ± 10cm.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.8 Lunghezza posteriore mantella 60 cm (± 10 cm);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.9 Traspirabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.10 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.11 Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.12 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
10.13 Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div><div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div><div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div><div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div><div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div><div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div><div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div><div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div><div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div><div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div><div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div></div> <div><div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div><div>Luogo e data</div></div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 11 - CAPPELLINO INTEGRALE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
11.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.2 TNT morbido, a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.3 Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.4 Cappellino integrale, per la copertura della nuca e del capo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.5 Dotato di lacci fissi da allacciare al collo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.6 Fascia assorbente sulla fronte;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.7 Lunghezza dei lacci adeguata a garantire la corretta vestibilità		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.8 Traspirabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.9 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.10 Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.11 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
11.12 Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____		Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente _____					

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 12 - CAPPELLINO INTEGRALE A PASSAMONTAGNA IN TNT MONOUSO NON STERILE							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
12.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.2 TNT morbido a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.3 Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.4 Cappellino integrale, per la copertura della nuca e del capo e della parte inferiore del viso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.5 Dotato di lacci fissi da allacciare al collo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.6 Lunghezza dei lacci adeguata a garantire la corretta vestibilità		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.7 Traspirabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.8 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.9 Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.10 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
12.11 Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente _____			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 13 - CAPPELLINO TIPO “BANDANA” IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
13.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.2 TNT a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.3 Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.4 Cappellino tipo “bandana”		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.5 Con lembo per copertura di capelli di medio-corta lunghezza		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.6 Dotato di lacci per fissaggio posteriore alla nuca;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.7 Circonferenza 50 cm ± 5 cm;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.8 Traspirabili;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.9 Idrorepellenti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.10 Resistenza meccanica allo strappo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.11 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
13.12 Colore a scelta.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) <u>Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</u></div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 14 - CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER VISITATORI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finitaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
14.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.2 Grammatura ≥ 25 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.3 Drappeggiabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.4 Ampia vestibilità;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.5 Manica lunga con polsini in maglina di cotone e/o acrilico o elastico;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.6 Lunghezza sotto il ginocchio;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.7 Allacciatura con cordini in vita e al collo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.8 Resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.9 Materiale ignifugo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.10 Cuciture ammesse:		===	===	===	===	===	===
14.10.1 termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.10.2 con filo di cucitura sintetico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.10.3 doppie e piatte		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.11 Taglia unica, unisex;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.12 Colore a scelta		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
14.13 Confezionamento primario da max 40 pezzi.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio del D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 15 - CAMICE CHIRURGICO IN TNT MONOUSO NON STERILE, DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE CON VELCRO E LACCI, PER OPERATORI

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1 meccanico; 1.1.2 fisico 1.1.3 chimico 1.1.4 combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
15.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma EN 13795;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.3 Grammatura ≥ 35 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.4 Resistente alla penetrazione di fluidi e batteri;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.5 Drappeggiabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.6 Ampia vestibilità;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.7 Maniche lunghe sufficientemente larghe dotate di polsini in maglina di cotone o di fibra sintetica;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.8 Lunghezza sotto il ginocchio;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.9 Doppia allacciatura posteriore con velcro o lacci al collo e lacci in vita;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.10 Bordo del collo rinforzato;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.11 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.12 Confezione del corpo in un unico pezzo, senza cuciture verticali e/o oriz-zontali;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.13 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.14 Materiale ignifugo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.15 Taglia unica, unisex;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.16 Monocolore (verde o azzurro);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
15.17 Confezionamento primario da max 40 pezzi.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO								
O.E. OFFERENTE:		compilare						
LOTTO 16 - CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICA LUNGA SENZA POLSINO, PER PAZIENTI								
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI								
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI		NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE		(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO		(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO		(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND		(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM		(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE		(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE		(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI		NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
			(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile			===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:			===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:			===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):			===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D			Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		NOTE	(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
16.1 Dispositivo medico di classe I;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.2 Opaco; assolutamente non trasparente; colore diverso dal bianco;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.3 Grammatura ≥ 35 g/mq			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.4 TNT in materiale morbido e confortevole;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.5 Drappeggiabile;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.6 Ampia vestibilità;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.7 Manica lunga senza polsini;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.8 Lunghezza sotto il ginocchio;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.9 Allacciatura posteriore con cordini in vita e al collo;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.10 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.11Cuciture ammesse:			===	===	===	===	===	===
16.11.1 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.11.2 con filo di cucitura sintetico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.11.3 doppie e piatte			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.12 Materiale ignifugo;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.13 Taglia unica compatibile con tutte le vestibilità, unisex;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
16.14 Confezionamento primario da 10 a 20 pezzi;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione								
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div>								
Luogo e data _____								

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 17 - CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, A MANICA CORTA E LUNGHEZZA SOPRA AL GINOCCHIO, PER PAZIENTI

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
17.1 Classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.2 Opaco; assolutamente non trasparente; colore diversi dal bianco;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.3 Grammatura ≥ 35 g/mq		===	===	===	===	===	===
17.4 TNT in materiale morbido e confortevole;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.5 Drappeggiabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.6 Ampia vestibilità;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.7 Manica corta;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.8 Lunghezza sopra il ginocchio;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.9 Allacciatura posteriore con cordini in vita e al collo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.10 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.11 —Materiale-ignifugo;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.12 Cuciture ammesse:		===	===	===	===	===	===
17.12.1 termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.12.2 con filo di cucitura sintetico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.12.3 doppie e piatte		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.13 Taglia unica Sono ammesse una o più taglie purchè coprano tutte le vestibilità		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.14Unisex		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
17.15 Confezionamento primario 10- 20 pezzi.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto (2) Se diverso dal codice prodotto (3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio) (4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore (5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio) (6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista). (7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto. (8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745) (9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo). (10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V							
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente							
Luogo e data _____							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 18 - GIUBBINO IN TNT MONOUSO NON STERILE, MANICA CON POLSINO E CHIUSURA SULLA PARTE ANTERIORE CON AUTOMATICI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finitaggi), tale da renderlo adatto all’ uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’ utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
18 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.2 In polipropilene; peso di base ≥35 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.3 TNT in materiale morbido e confortevole;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.4 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.5 Manica lunga con polsino in maglia tubolare elasticizzata di fibra sintetica;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.6 Chiusura anteriore con bottoni plastici automatici a pressione;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.7 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.8 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.9 Dotato di tasche anteriori;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.10 Colore a scelta;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
18.11 Taglie: S – M – L – XL, ovvero in numero inferiore purchè siano coperte tutte le vestibilità.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’ art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’ eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
<div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 19 - COLLARINO CON MANTELLINA IN TNT MONOUSO NON STERILE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito	Numero cartella compressa	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
		(sì/no)	Risposta	Nome cartella compressa		
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito	Numero cartella compressa	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Nome cartella compressa		
1.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Efficace protezione dal freddo in sala operatoria		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Comoda vestibilità;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Collo:		===	===	===	===	===
1.5.1 in maglina in tessuto sintetico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5.2 elastico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5.3 morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5.4 altezza minima cm 8;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Mantellina:		===	===	===	===	===
1.6.1 in TNT morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6.2 che copra in maniera uniforme petto e spalle		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6.3 lunghezza minima 20 cm;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Colore a scelta;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Taglie: S – M – L – XL, ovvero in numero inferiore (anche unica) purché siano coperte tutte le vestibilità.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione						
(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto (2) Se diverso dal codice prodotto (3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio) (4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore (5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio) (6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista). (7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto. (8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745) (9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo). (10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V						
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente						
Luogo e data						

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE: <div>compilare</div>							
LOTTO 20 - TUTA IN TNT NON STERILE UNISEX MONOUSO IN 2 PEZZI (CASACCA + PANTALONI): TNT TRIPLO STRATO IN POLIPROPILENE (SPUNBOND – MELTBLOWN – SPUNBOND)							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito	Numero cartella compressa	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1.meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
20.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.2 Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.3 TNT in polipropilene (PP) SMS (spunbond-meltblown-spunbond), materiale a tre strati;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.4 Assolutamente non trasparente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.5 Grammatura ≥ 40 g/mq		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.6 Altamente traspirante;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.7 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.8 Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.9 Morbida all'indosso;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.10 Casacca con due tasche;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.11 Scollo a “V”;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.12 Bordo della scollatura del collo rinforzato;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.13 Maniche corte;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.14 Pantaloni con chiusura in vita con fettuccia scorrevole o elastico;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.15 Bassissimo rilascio di particelle (linting);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.16 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.17 Cuciture con filo sintetico oppure termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.18 Colore a scelta;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.19 Taglie; almeno le seguenti: S – M – L – XL- XXL;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
20.20 Confezionata singolarmente in abbinamento (pantaloni + casacca).		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____		Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente					

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 21 - SOVRASCARPE IN TNT MONOUSO NON STERILI, IDROREPELLENTI, ANTISDRUCCIOLO, MISURA UNICA							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
21.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.2 Grammatura ≥ 35 g/m2		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.3 Con elastico:		===	===	===	===	===	===
21.3.1 morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.3.2 cucito lungo tutto il bordo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.3.3 a perfetta aderenza antistrappo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.3.4 senza lacci		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.4 Idrorepellenti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.5 Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.6 Sagomati;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.7 Antiscivolo con buona adesione alla calzatura;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.8 Bassissimo rilascio di particelle (linting);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.9 Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.10 Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.11 Colore a scelta;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.12 Taglia unica adatta a scarpe almeno sino alla 45;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
21.13 Confezionamento primario (scatola, dispenser o busta) da max 200 pz cada uno.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO								
O.E. OFFERENTE:		compilare						
LOTTO 22 - CALZARI IN TNT MONOUSO NON STERILI, IDROREPELLENTI, ANTISDRUCCIOLO, MISURA UNICA								
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI								
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI		NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE		(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO		(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO		(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND		(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM		(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE		(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE		(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI		NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
			(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile			===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:			===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:			===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):			===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D		NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>			(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
22.1.Dispositivo medico di classe I;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.2.Grammatura ≥ 35 g/m²			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.3. Con elastico e muniti di lacci:			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.4.Elastico:			===	===	===	===	===	===
22.4.1 — Morbido			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.4.2 — cucito lungo tutto il bordo			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.4.3 — a perfetta aderenza antistrappo			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.5. Idrorepellenti;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.6. Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.7. Sagomati;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.8. Antiscivolo con buona adesione alla calzatura;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.9. Lunghezza: cm 45 (± 10%)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.10. Bassissimo rilascio di particelle (linting);			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.11. Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.12. Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.13. Colore a scelta;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.14. Taglia unica adatta a scarpe almeno sino alla 45;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
22.15. Confezionamento primario (scatola, dispenser o busta) da max 200 pz cada uno;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione								
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>								

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 23 - LENZUOLA BIANCHE IN TNT MONOUSO NON STERILE, CM 140X240							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
23.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
23.2 Grammatura ≥ 30 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
23.3 Assorbente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
23.4 Misure: cm. 140x240 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
23.5 Colore bianco;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
23.6 Resistenti allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
23.7 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 24 - LENZUOLA BIANCHE IN TNT MONOUSO NON STERILE, CM 90X240							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microrganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
24.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
24.2 Grammatura ≥ 30 g./mq.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
24.3 Assorbente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
24.4 Misure: cm 90x240 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
24.5 Colore bianco;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
24.6 Resistenti allo strappo allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
24.7 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) <u>Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</u></div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 25 - FEDERA BIANCA IN TNT MONOUSO NON STERILE							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
25.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
25.2 Grammatura ≥ 30 g./mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
25.3 Misure: cm. 90x50 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
25.4 Colore bianco;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
25.5 Resistenti allo strappo allo in trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
25.6 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) <u>Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</u></div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 26 - COPRIMATERASSO IN TNT MONOUSO NON STERILE CON ELASTICI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
26.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
26.2 TNT in due strati:		===	===	===	===	===	===
a. parte superiore filtrante assorbente in viscosa (ovvero materiale analogo che presenti identiche caratteristiche di confortevolezza);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b. parte inferiore in polietilene, impermeabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
26.3 Grammatura ≥ 50 g/m2;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
26.4 Misure: 110-140 x 220-240 cm		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
26.5 Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
26.6 Materiale morbido;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
26.7 Con elastici per l’ancoraggio al materasso.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
<div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 27 - TELO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE, IMPERMEABILE), CM 140X240							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
27.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
27.2 Bi-accoppiato TNT e polietilene (o equivalente):		===	===	===	===	===	===
a. primo strato: morbido, no linting, assorbente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b. secondo strato: film plastico impermeabile ai liquidi;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
27.3 Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
27.4 Misure: cm 140x240 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
27.5 Materiale morbido		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
27.6 Grammatura ≥ 55 g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
27.7 Capacità di assorbenza minima 0,7 0,3 lt/mq.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) <u>Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</u></div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 28 - TELO ASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER PROTEZIONE TAVOLI OPERATORI							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
28.1 Dispositivo medico di classe I		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
28.2 Triplo strato protettivo con capacità assorbente molto alta:		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
a) lato superiore assorbente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) lato inferiore impermeabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
28.3 Assorbenza ≥ 6 3 litri/mq. Il livello di assorbenza dev’essere comprovato mediante rapporto di un laboratorio di prova dal quale risultino tipologia ed esito dei test eseguiti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
28.4 Dimensioni 100x230 (± 5%)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
28.5 Bassissimo rilascio di particelle (linting)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 29 - TELO SUPERASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTE E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell'articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
29.1 Dispositivo medico di classe I		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.2 Triplo strato protettivo con capacità assorbente molto alta:		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
a) lato superiore assorbente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) lato inferiore impermeabile;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.3 Assorbenza ≥ 10 litri/mq. (livello da comprovare mediante rapporto di un laboratorio di prova dal quale risultino tipologia ed esito dei test eseguiti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.3.1 Telo 25x40: ≥ 200 ml		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.3.2 Telo 60x90: ≥ 1.800 ml		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.3.3 Telo 100x230: ≥ 4.000 ml		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.4 Dimensioni (cm):		===	===	===	===	===	===
a) 25x40 (± 5%)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) 60x90 (± 5%)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
c) 100x230 (± 5%)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
29.5 Bassissimo rilascio di particelle (linting).		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO								
O.E. OFFERENTE:		compilare						
LOTTO 30 - COPRIBRACCIOLO IN TNT MONOUSO NON STERILE IMPERMEABILE (TNT + POLIETILENE, O EQUIVALENTE) PER POLTRONA								
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI								
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI		NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE		(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE		(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO		(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO		(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA			compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND		(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM		(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE		(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE		(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI		NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
			(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile			===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:			===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:			===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):			===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D		NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>			(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
30.1 Dispositivo medico di classe I;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
30.2 Copertura per braccioli a cuffia;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
30.3 Dotato di fettuccia elastica;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
30.4 TNT impermeabile in polietilene			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
30.5 Grammatura ≥ 35 g/mq.;			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
30.6 Dimensioni: cm 40x70 (± 10%);			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
30.7 Materiale morbido.			compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:

compilare

LOTTO 31 - COPRIBRACCIOLO IN TNT MONOUSO NON STERILE, IMPERMEABILE (TNT + POLIETILENE, O EQUIVALENTE) PER TAVOLI OPERATORI

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
31.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
31.2 Copertura per bracciali a cuffia,		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
31.3 Composto da:		===	===	===	===	===	===
a) uno strato interno in TNT assorbente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) uno strato impermeabile in polietilene,		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
31.4 Grammatura ≥ 50 g/mq.;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
31.5 Dimensioni: cm 40x70 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
31.6 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) <u>Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</u></div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 32 - KIT COPRIPOLTRONA IN TNT MONOUSO NON STERILE IDROREPELLENTE (TNT + POLIPROPILENE)							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
32.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.2 In TNT polipropilene		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.3 Grammatura ≥ 35 g/m²		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.4 Idrorepellente		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.5 Composta da copriseduta, coprischienale e copribracciolo, adattabili per poltrone centro prelievi, reparti oncologici e dialisi;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.6 Dotata di fettucce elastiche o lacci per il fissaggio;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.7 Dimensioni:		===	===	===	===	===	===
a) copriseduta: cm 85x85 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b) coprischienale:		===	===	===	===	===	===
b1) altezza schienale ≥ cm 90;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b2) larghezza ≥cm 85;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
c) copribracciolo con elastici: cm 40x70 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
32.8 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____		Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente _____					

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 33 - CUSTODIA IN TNT MONOUSO NON STERILE PORTA HOLTER CON TRACOLLA							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
33.1 Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
33.2 In due misure:		===	===	===	===	===	===
a. cm 15x20 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b. cm 13x10 (± 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
33.3 Con tracolla;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
33.4 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 34 - CUSTODIA IN TNT MONOUSO NON STERILE PER POLISONNOGRAFIA CON TRACOLLA							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l'utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
34.1 Grammatura ≥ 40 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
34.2 Con tracolla;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
34.3 Dimensioni adeguate all’uso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
34.4 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 35 - COPRI BRACCIALE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER SFGMOMANOMETRO							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente , in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
35.1 Cuffia da posizionare sopra il bracciale per la misurazione della pressione arteriosa dello sfigmomanometro;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
35.2 TNT bi-acoppiato:		===	===	===	===	===	===
a. lato interno realizzato da uno strato di Poliestere (PE)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
b. lato esterno in Polipropilene (PP);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
35.3 Dotata di bottoni a pressione o sistema di chiusura equivalente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
35.4 Idrorepellente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
35.5 Misure: cm 50x15 ± 5 cm;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
35.6 Materiale morbido.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) <u>Specificare e motivare espressamente in offerta l'eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</u></div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
LOTTO 36 - TAPPETINO ASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE, IN ROTOLO							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finitaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<i>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</i>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
36.1-Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.2 Tappeto a rotolo per la raccolta di liquidi;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.3 TNT in triplo strato (uno strato superficiale, uno strato interno ad alto assorbimento e uno strato impermeabile ed antiscivolo per il contatto con il pavimento) oppure TNT in doppio strato (uno strato superficiale ad alto assorbimento ed uno strato impermeabile ed antiscivolo per il contatto con il pavimento);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.4 Bassissimo rilascio di particelle (linting);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.5 Completa adesione a qualsiasi tipo di pavimentazione;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.6 Assorbenza: almeno 3 lt/mq. Il livello di assorbenza dev’essere comprovato mediante rapporto di un laboratorio di prova dal quale risultino tipologia ed esito dei test eseguiti;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.7 Peso: almeno 200 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.8 Spessore: da 2,0 a 5,0 mm;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.9 Misure larghezza 90 cm x lunghezza 40-50 m;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
36.10 Confezionamento: in rotolo racchiuso in imballaggio sigillato.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div>							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO							
O.E. OFFERENTE:		compilare					
O 37 - TELINO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE, IMPERMEABILE), PER SALA OPERATORIA, CM							
N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI							
DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti		Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
DISTRIBUTORE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
FABBRICANTE	(5)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
PAESE DI PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE CND	(6)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
CODICE RDM	(7)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
MARCATURA CE	(9-10)	compilare		compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10 Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito		Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica			
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
37.1 Dispositivo medico di classe 1;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.2 Bi-accoppiato TNT e polietilene (o equivalente):		===	===	===	===	===	===
37.2.1 primo strato: morbido, no linting, assorbente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.2.2 secondo strato: film plastico impermeabile ai liquidi;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.3 Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.4 Misure: cm 50x50 (tolleranza 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.5 Materiale morbido;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.6 Grammatura ≥ 54 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
37.7 Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
<div>(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto</div> <div>(2) Se diverso dal codice prodotto</div> <div>(3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore</div> <div>(5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio)</div> <div>(6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista).</div> <div>(7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto.</div> <div>(8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745)</div> <div>(9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo).</div> <div>(10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V</div> <div>Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente</div> <div>Luogo e data _____</div>							

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

O.E. OFFERENTE:compilare

O 38 - TELINO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE, IMPERMEABILE), PER SALA OPERATORIA, CM

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTLE SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI IDENTIFICATIVI / GENERALI	NOTE	Compilare con i dati richiesti	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa (in busta tecnica)	Nome del documento in busta tecnica dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento	
DISTRIBUTORE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(1)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE COMMERCIALE ATTRIBUITO DAL DISTRIBUTORE	(2)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
FABBRICANTE	(5)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
NOME DEL PRODOTTO	(3)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE PRODOTTO	(4)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
PAESE DI PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO PRODUZIONE		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE CND	(6)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
CODICE RDM	(7)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DEL FABBRICANTE	(8-9)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
MARCATURA CE	(9-10)	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	
SEZIONE A: CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
1.1 Materiale TNT non sterile		===	===	===	===	===	===
La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: 1.1.1meccanico; 1.1.2fisico 1.1.3chimico 1.1.4combinazione dei medesimi Salvo che non sia diversamente specificato nella scheda tecnica di ciascun lotto è esclusa la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.2 Lavorazione dell’articolo completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all’uso medicale		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.3 Monouso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.4 Antistatico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.5 Latex Free		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.6 Ipoallergenico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.7 Privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.8 Non tossico		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9 Non deve contenere:		===	===	===	===	===	===
1.9.1 fibre di vetro		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.2 resine		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.3 collanti		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.4 PVC		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.9.5 Cadmio		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10Colorazione:		===	===	===	===	===	===
1.10.1 uniforme		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.2 atossica		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.3 stabile e antiriflesso		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.10.4 senza formaldeide		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.11 Ignifugo (classe di reazione a fuoco pari a 1, o equivalente, in conformità al DM 19/03/2015). <u>Allegare documentazione come previsto nella sezione B dell'Allegato tecnico al Capitolato.</u>		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.12 Resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.13 Deve garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.14 Traspirante		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.15 Drappeggiabile		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
1.16 Privo di peluria e senza dispersione di fibre		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2. Come da scheda tecnica oppure da apposita dichiarazione del fabbricante (redatti in lingua italiana):		===	===	===	===	===	===
2.1 modalità di smaltimento presso gli Enti utilizzatori dopo l’utilizzo		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.2 grammatura per metro quadrato		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.3 (se applicabile in base al tipo di prodotto) la capacità di assorbimento (l/mq)		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
2.4 (nei prodotti dove è richiesto che siano impermeabili o idrorepellenti) la capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
SEZIONE D	NOTE	Presenza del requisito	Riferimenti all'interno della busta tecnica telematica				
<u>Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione dalla gara, in aggiunta alle caratteristiche generali previste per tutti i lotti, elencate nella Sezione A.</u>		(sì/no)	Risposta	Numero cartella compressa	Nome cartella compressa	Nome del documento dove si rinviene la rispondenza a quanto richiesto	Pagina del documento
38.1 Dispositivo medico di classe I;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.2 Bi-accoppiato TNT e polietilene (o equivalente):		===	===	===	===	===	===
38.2.1 primo strato: morbido, no linting, assorbente;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.2.2 secondo strato: film plastico impermeabile ai liquidi;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.3 Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.4 Misure: cm 75x90 (tolleranza 10%);		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.5 Materiale morbido;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.6 Grammatura ≥ 54 g/mq;		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
38.7—Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq.		compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	compilare
Note di compilazione							
(1) Se diverso dal nome commerciale del prodotto (2) Se diverso dal codice prodotto (3) Nome commerciale del prodotto e modello presenti sul catalogo ufficiale del Produttore (responsabile immissione in commercio) (4) Codice commerciale del prodotto attribuito dal Produttore (5) Denominazione del Produttore (responsabile immissione in commercio) (6) Codifica C.N.D. (Classificazione Nazionale Dispositivi) all’ultimo livello di suddivisione (indicare SOLO SE prevista). (7) Progressivo di Sistema attribuito al D.M. (n° di identificativo di iscrizione nel repertorio dei D.M. di cui all’art. 3 del D.M. 20 febbraio 2007); indicare SOLO SE previsto. (8) Per i DM (come da allegato IV del Regolamento Europeo 2017/745) (9) Specificare e motivare espressamente in offerta l’eventuale inapplicabilità del Regolamento UE 2017/745, ovvero la perdurante soggezione alla disciplina previgente (ai sensi della disciplina transitoria di cui Regolamento UE 2017/745 medesimo). (10) In conformità al Regolamento UE 2017/745, art. 20 e Allegato V							
Luogo e data _____				Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente			