

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803.

Verbale 7^a seduta riservata del 11 ottobre 2022

Il giorno 11/10/2022, alle ore 15.40 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

E' presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Segretario.

La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per i seguenti lotti: 16 – 17 – 22 – 23.

Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.



Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.

All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:

- la ditta Innova HTS S.r.L. per il lotto 16 "*Guide angiografiche extra rigide, punta pre-curvata con lunghezza di 10-15 cm*" in quanto nella scheda tecnica non è presente lunghezza da 300 cm come invece richiesto dal Capitolato tecnico;
- la ditta Cook Italia S.r.L. per il lotto 17 "*Guide angiografiche super stiff teflonate*" in quanto nella scheda tecnica non è presente il diametro 0.0038", come invece richiesto dal Capitolato tecnico;
- la ditta Merit Medical Italy S.r.L. per il lotto 22 "*Cateteri angiografici idrofilici*" in quanto sulla base dei punteggi complessivi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice pari a 23,861, prima della riparametrazione, non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 36/70 prevista dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Alfa Medical Italia S.r.L. per il lotto 23 "*Cateteri per ricanalizzazione ostruzioni arteriose compatibile con guida da 0.018 e 0.035*" in quanto il prodotto non è compatibile con la guida da 0.018" come invece richiesto dal Capitolato tecnico;

La seduta riservata è tolta alle ore 18.30.

Genova, 11/10/2022

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Luca Arnuzzo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli

Funzionario referente e Segretario


Dott.ssa Martina Canepa



LOTTO 16



Lotto 16 Guide angiografiche extra rigide, punta pre-curvata con lunghezza di 10-15 cm	Boston Scientific S.p.A.	Innova HTS
nome prodotto	Back-Up Meier TM	ACCOAT LUNDERQUIST
caratteristiche minime	presenti	non presenti
Guide rivestite di PTFE corpo extra-rigido in acciaio, diametro uguale o superiore 0.035".		
Disponibili nelle lunghezze da 180 a 300 cm, con la punta morbida atraumatica, radiopaca, precurvata con lunghezza di 10-15 cm.		non presente lunghezza da 300 cm
Dovranno presentare caratteristiche di robustezza meccanica (capacità supportiva) e di scivolamento (scorrevolezza).		
	idoneo	non idoneo




LOTTO 16

LOTTO 16 angiografiche extra rigide, punta pre- curvata con lunghezza di 10-15 cm	Guide	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Boston Scientific S.p.A.
Requisiti essenziali					presenti
1) Capacità supportiva	20	Q1	BALDINO	0,700	
			CHELI	0,700	
			ARNUZZO	0,700	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	
			riportata a 1	1,0	
			Punteggio	20,0	
2) Elasticità	10	Q1	BALDINO	0,600	
			CHELI	0,700	
			ARNUZZO	0,600	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,6	
			riportata a 1	1,0	
			Punteggio	10,0	
3) Scorrevolezza	10	Q1	BALDINO	0,800	
			CHELI	0,700	
			ARNUZZO	0,700	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	
			riportata a 1	1,0	
			Punteggio	10,0	
4) Presenza di marker	10	Q5	SI/NO	NO	
			Punteggio	0,0	
5) Varietà punte offerte	20	Q3*	NUMERO	2,0	
			Coefficienti	1,0	
			Punteggio	20,0	
Totale punteggio di qualità	70				60,000
Totale punteggio di qualità riparametrato					70,000

LOTTO 17 Guide angiografiche super stiff teflonate	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	Cook Italia S.r.L.	Innova HTS	Merit Medical Italy S.r.L.
nome prodotto	Amplatz Super Stiff™	GUIDE PER CATERISMI CORDIS "EMERALD™"	Guide ultrarigide Amplatz	ACCOAT GUIDE WIRE SELDINGER - STIFF E SUPERSTIFF WIRE TIPO AMPLATZ	InQ Wire - Guide Diagnostiche In PTFE®
caratteristiche minime	presenti	presenti	non presenti	presenti	presenti
Guide metalliche teflonate, rigide.					
Diametri da 0,035" e 0,038".			non presente diametro da 0,038"		
Punta floppy disponibile nelle versioni dritta o angolata con differenti lunghezze della parte floppy.					
Lunghezze fino a 260 cm.					
Dovranno presentare caratteristiche di robustezza meccanica (capacità supportiva) e di scivolamento (scorrevolezza).					
	Idoneo	Idoneo	non idoneo	Idoneo	Idoneo

LOTTO 17 Guide angiografiche super stiff teflonate	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health Italy 609 S.r.l.	Innova HTS	Merit Medical Italy S.r.l.				
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti				
1) Capacità supportiva	20	Q1	BALDINO	0,800	0,500	0,600	0,600				
			CHELI	0,900	0,600	0,500	0,500				
			ARNUZZO	0,900	0,600	0,600	0,600				
			Media coefficienti	0,867	0,567	0,567	0,567				
			riportata a 1	1,000	0,654	0,654	0,654				
			Punteggio	20,000	13,077	13,077	13,077				
2) Varietà punte offerte	20	Q3*	NUMERO	4	5	5	12	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,09	0,20	0,20	1	4	0,8	3	12
			Punteggio	1,818	4,091	4,091	20				
3) Elasticità	16	Q1	BALDINO	0,700	0,700	0,700	0,700				
			CHELI	0,700	0,700	0,700	0,700				
			ARNUZZO	0,700	0,700	0,700	0,700				
			Media coefficienti	0,700	0,700	0,700	0,700				
			riportata a 1	1,000	1,000	1,000	1,000				
			Punteggio	15,000	15,000	15,000	15,000				
4) Scorrevolezza	16	Q2	Punteggio	16	4	6	6				
Totale punteggio di qualità	70,000			51,818	36,115	37,694	63,803				
Totale punteggio di qualità riparametrato				67,669	47,163	49,224	70,000				


Dati ALDINO									
4) Sommevolezza									
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza del dispositivo offerto									
Azienda	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health Italy S.p.A.	Innova HTS	Medi Medical Italy S.p.A.	Note				
Boston Scientific S.p.A.	1	0	0	2	0				
Cardinal Health Italy S.p.A.			0	1	1				
Innova HTS			0	1	1				
Medi Medical Italy S.p.A.									
Totale	1	0	0	3	2				

Dati ONEL									
5) Sommevolezza									
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza del dispositivo offerto									
Azienda	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health Italy S.p.A.	Innova HTS	Medi Medical Italy S.p.A.	Note				
Boston Scientific S.p.A.	2	0	2	0	0				
Cardinal Health Italy S.p.A.			1	1	1				
Innova HTS				0	0				
Medi Medical Italy S.p.A.									
Totale	2	0	3	1	1				

Dati AMBUZZO									
6) Sommevolezza									
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza del dispositivo offerto									
Azienda	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health Italy S.p.A.	Innova HTS	Medi Medical Italy S.p.A.	Note				
Boston Scientific S.p.A.	1	0	1	2	0				
Cardinal Health Italy S.p.A.			1	1	1				
Innova HTS				1	1				
Medi Medical Italy S.p.A.									
Totale	1	0	2	4	2				

Media		Valore p.a.l Item	
Alfa	6,33		15
Medica			
Cardinal	1,67		
Health Italy			
Medi Medical	2,33		
Innova HTS			
Medi Medical	2,33		




Punteggio		Valore p.a.l Item	
Alfa	35,000		
Medica			
Cardinal	3,927		
Health Italy			
Medi Medical	5,526		
Innova HTS			
Medi Medical	5,526		





LOTTO 22 Cateteri angiografici idrofilici	Alfa Medical Italia S.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	Med-Italia Biomedica S.r.L.	Merit Medical Italy S.r.L.
nome prodotto	Radifocus Glidecath	Tempo™ Aqua	Mariner	IMPRESS® Idrofilici
Requisiti minimi	presenti	presenti	presenti	presenti
Catetere angiografico con rivestimento idrofilico				
Struttura in rete metallica sottile				
Diametri da 4 e 5 Fr				
Disponibili in almeno due lunghezze comprese tra 65 cm e 150 cm				
Possibilità acquisizione ad alti flussi fino a 1000 PSI per i cateteri da 5 Fr				
	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo

LOTTO 22 Cateteri angiografici idrofilici	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Alfa Medical ItaliaS.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	Med-Italia Biomedica S.r.L.	Merit Medical Italy S.r.L.				
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti				
1) Navigabilità	20	Q2	Punteggio	8	20	20	0				
2) Scorrevolezza	15	Q2	Punteggio	12	15	9	0				
3) Configurazioni punta	15	Q1	BALDINO	0,600	0,700	0,800	0,500				
			CHELI	0,700	0,700	0,800	0,500				
			ARNUZZO	0,600	0,800	0,700	0,700				
			Media coefficienti	0,633	0,733	0,767	0,567				
			riportata a 1	0,826	0,957	1,000	0,739				
			Punteggio	12,391	14,348	15,000	11,087				
4) Gamma lunghezze	10	Q3	NUMERO	7	5	5	5	BASE	MIN	MAX	
			Coefficienti	1,000	0,600	0,600	0,600	2	5	7	
			Punteggio	10,000	6,000	6,000	6,000				
5) Diverse configurazioni di angolature di curve prossimali	10	Q3*	NUMERO	7	5	5	5	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	1,000	0,677	0,677	0,677	1	0,2	1	7
			Punteggio	10,000	6,774	6,774	6,774				
Totale punteggio di qualità	70,000			52,39	62,12	56,77	23,861				
Totale punteggio di qualità riparametrato				59,035	70,000	63,974	26,887				



Dott. BALDINO								
1) Navigabilità								
Attribuzione del punteggio in ordine alla navigabilità del catetere offerto								
Aziende	Alfa Medical ItaliaS.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.		Med-Italia Biomedica S.r.L.		Merit Medical Italy S.r.L.		Note
Alfa Medical ItaliaS.r.L.		0	2	0	2	2	0	
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.				1	1	2	0	
Med-Italia Biomedica S.r.L.						2	0	
Merit Medical ItalyS.r.L.								
Totale	2	5		5		0		

Dott. BALDINO								
2) Scorrevolezza								
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza de dispositivo offerto								
Aziende	Alfa Medical ItaliaS.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.		Med-Italia Biomedica S.r.L.		Merit Medical Italy S.r.L.		Note
Alfa Medical ItaliaS.r.L.		1	1	1	1	2	0	
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.				2	0	2	0	
Med-Italia Biomedica S.r.L.						2	0	
Merit Medical Italy S.r.L.								
Totale	4	5		3		0		

Dott. CHELI								
1) Navigabilità								
Attribuzione del punteggio in ordine alla navigabilità del catetere offerto								
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.		Med-Italia Biomedica S.r.l.		Merit Medical Italy S.r.L.		Note
Alfa Medical Italia S.r.L.		0	2	0	2	2	0	
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.				1	1	2	0	
Med-Italia Biomedica S.r.L.						2	0	
Merit Medical Italy S.r.L.								
Totale	2	5		5		0		

Dott. ARNUZZO								
1) Navigabilità								
Attribuzione del punteggio in ordine alla navigabilità del catetere offerto								
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.		Med-Italia Biomedica S.r.L.		Merit Medical Italy S.r.L.		Note
Alfa Medical Italia S.r.L.		0	2	0	2	2	0	
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.				1	1	2	0	
Med-Italia Biomedica S.r.L.						2	0	
Merit Medical Italy S.r.L.								
Totale	2	5		5		0		

Media		Valore p.tl Item
Alfa Medical Italia S.r.L.	2,00	20
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	5,00	
Med-Italia Biomedica S.r.L.	5,00	
Merit Medical Italy S.r.L.	0,00	

Punteggio	
Alfa Medical Italia S.r.L.	8,000
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	20,000
Med-Italia Biomedica S.r.L.	20,000
Merit Medical Italy S.r.L.	0,000

Dott. CHELI								
2) Scorrevolezza								
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza de dispositivo offerto								
Aziende	Alfa Medical ItaliaS.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.		Med-Italia Biomedica S.r.L.		Merit Medical Italy S.r.L.		Note
Alfa Medical ItaliaS.r.L.		1	1	1	1	2	0	
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.				2	0	2	0	
Med-Italia Biomedica S.r.L.						2	0	
Merit Medical Italy S.r.L.								
Totale	4	5		3		0		

Dott. ARNUZZO								
2) Scorrevolezza								
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza de dispositivo offerto								
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Cardinal Health Italy 509 S.r.L.		Med-Italia Biomedica S.r.L.		Merit Medical Italy S.r.L.		Note
Alfa Medical Italia S.r.L.		1	1	1	1	2	0	
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.				2	0	2	0	
Med-Italia Biomedica S.r.L.						2	0	
Merit Medical Italy S.r.L.								
Totale	4	5		3		0		

Media		Valore p.tl Item
Alfa Medical Italia S.r.L.	4,00	15
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	5,00	
Med-Italia Biomedica S.r.L.	3,00	
Merit Medical Italy S.r.L.	0,00	

Punteggio	
Alfa Medical Italia S.r.L.	12,000
Cardinal Health Italy 509 S.r.L.	15,000
Med-Italia Biomedica S.r.L.	9,000
Merit Medical Italy S.r.L.	0,000



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

LOTTO 23

LOTTO 23 Cateteri per ricanalizzazione ostruzioni arteriose compatibile con guida da 0.018 e 0.035	Alfa Medical Italia S.r.L.	Cook Italia S.r.L.	Medtronic Italia S.p.A.
nome prodotto	Navicross®	Catetere di supporto CXI	Trailblazer™
Requisiti minimi	non presenti	presenti	presenti
1) Cateteri da ricanalizzazione compatibili con guide da 0.018" e 0.035"	catetere non compatibile con guida da 0,018"		
2) struttura in acciaio			
3) Presenza di più marker radiopachi a livello prossimale			
4) rivestimento idrofilico solo nella parte distale			
5) lunghezze 90 cm, 135 cm e 150 cm			
6) rastrematura della punta			
7) punta dritta e angolata			
	non idoneo	idoneo	idoneo

LOTTO 23

LOTTO 23 per ricanalizzazione ostruzioni arteriose compatibile con guida da 0.018 e 0.035	Cateteri	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Alfa Medical Italia S.r.L.	Cook Italia S.r.L.	Medtronic Italia S.p.A.
Requisiti essenziali					non presenti	presenti	presenti
1) Scorrevolezza	20	Q1	BALDINO		0,900	0,700	
			CHELI		0,800	0,700	
			ARNUZZO		0,900	0,700	
			Media coefficienti	-	0,867	0,700	
			riportata a 1	-	1,000	0,808	
			Punteggio	-	20,000	16,154	
2) Elevata visibilità sotto guida fluoroscopica	20	Q1	BALDINO		0,900	0,800	
			CHELI		0,900	0,800	
			ARNUZZO		0,900	0,800	
			Media coefficienti	-	0,900	0,800	
			riportata a 1	-	1,000	0,889	
			Punteggio	-	20,000	17,778	
3) Configurazioni della punta	5	Q1	BALDINO		1,000	0,700	
			CHELI		0,900	0,600	
			ARNUZZO		1,000	0,700	
			Media coefficienti	-	0,967	0,667	
			riportata a 1	-	1,000	0,690	
			Punteggio	-	5,000	3,448	
4) Gamma lunghezze	5	Q3	NUMERO		4	4	
			Coefficienti	-	1,000	1,000	
			Punteggio	-	5,000	5,000	
5) Capacità di progressione	20	Q1	BALDINO		1,000	0,800	
			CHELI		1,000	0,800	
			ARNUZZO		1,000	0,800	
			Media coefficienti	-	1,000	0,800	
			riportata a 1	-	1,000	0,800	
			Punteggio	-	20,000	16,000	
Totale punteggio di qualità	70,000			-	70,000	58,380	
Totale punteggio di qualità riparametrato				-	70,000	58,380	