

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803

Verbale 15^a seduta riservata del 04 aprile 2023

Il giorno 04/04/2023, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario. La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per il lotto 61.

Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.

All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:



- la ditta Med Italia Biomedica S.r.L. per il lotto 61 "*Sistema di recupero corpi estranei*" in quanto non presente diametro del cappio da 2 mm richiesto dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Merit Medical Italy S.r.L. per il lotto 61 "*Sistema di recupero corpi estranei*" in quanto non presente il diametro minimo di 3,2 F che rientra nella tolleranza del 10 % ma non compatibile con il 6 F del cappio da 2 mm richiesto dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

La seduta riservata è tolta alle ore 18.30.

Genova, 04/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Luca Arnuzzo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Martina Canepa



The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal line. The signatures are written in dark ink. The first signature is the largest and most stylized, followed by three smaller, more compact signatures. The lines are evenly spaced and extend across the width of the text area.

LOTTO 61 Sistema di recupero corpi estranei	Ab Medica S.p.A.	Innova HTS	Med Italia Biomedica srl	Medtronic Italia S.p.A.	Merit Medical Italy Srl
Requisiti essenziali	Presenti	Presenti	NON PRESENTI	Presenti	NON PRESENTI
Nome prodotto	ANDRASNARE	EXETER SNARE	HOOKEE	GooseNeck™ Snare & MicroSnare	En Snare®
Sistema a laccio per il recupero di corpi estranei e/o per il riposizionamento di dispositivi interventisti.					
Costituito da uno o più un cappi in nitinolo con rivestimento radiopaco.					
Angolazione del cappio più possibile vicino a 90° rispetto al sistema portante in caso di cappio singolo.					
Varie misure (diametro del cappio da 2 a 35 mm) e compatibile con introduttori da 3, 4 e 6 Fr.			Non presente diametro del cappio da 2 mm		DIAMETRO MINIMO 3,2 f CHE RIENTRA NELLA TOLLERANZA DEL 10 % MA NON COMPATIBILE CON IL 6 F
	IDONEO	IDONEO	NON IDONEO	IDONEO	NON IDONEO

LOTTO 61 Sistema di recupero corpi estranei	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Ab Medica S.p.A.	Innova HTS	Medtronic Italia S.p.A.				
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti				
1) Visibilità alla fluoroscopia	20	Q1	BALDINO	0,700	0,700	0,700				
			CHELI	0,700	0,700	0,700				
			ARNUZZO	0,700	0,700	0,700				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	0,700	0,700				
			riportata a 1	1,000	1,000	1,000				
			Punteggio	20,000	20,000	20,000				
2) Facilità di recupero	25	Q1	BALDINO	0,700	0,700	0,700				
			CHELI	0,700	0,700	0,700				
			ARNUZZO	0,700	0,700	0,700				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	0,700	0,700				
			riportata a 1	1,000	1,000	1,000				
			Punteggio	25,000	25,000	25,000				
3) Gamma diametri coppia	15	Q3*	NUMERO	10	10	10	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	1,000	1,000	1,000	10	2	8	10
			Punteggio	10,000	10,000	10,000				
4) Numero dei capi	10	Q3*	NUMERO	1	1	1	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	1,000	1,000	1,000	1	0,2	1	1
			Punteggio	10,000	10,000	10,000				
Totale punteggio di qualità	70,000			65,000	65,000	65,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato	50,000			70,000	70,000	70,000				