

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803.

Verbale 9^a seduta riservata del 8 novembre 2022

Il giorno 08/11/2022, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario.
La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per i seguenti lotti: 28 e 29.

Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.



All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:

- la ditta Cook Italia S.r.L. per il lotto 28 *"Catetere a palloncino per PTA/ricanalizzazione compatibile con guida 0,014'"* in quanto nella scheda tecnica non è presente la lunghezza del pallone minore di 20 mm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta Medtronic Italia S.p.A. per il lotto 28 *"Catetere a palloncino per PTA/ricanalizzazione compatibile con guida 0,014'"* in quanto nella scheda tecnica non è presente la lunghezza del pallone da 12 mm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta CS Medical per il lotto 28 *"Catetere a palloncino per PTA/ricanalizzazione compatibile con guida 0,014'"* in quanto sulla base dei punteggi complessivi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice pari a 31,2, prima della riparametrazione, non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 36/70 prevista dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta AB Medical S.p.A. per il lotto 29 *"Catetere a palloncino per PTA compatibile con guida 0,014" - 0.018" monorail"* in quanto non compatibile con guida da 0.018" come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;

La seduta riservata è tolta alle ore 18.30.

Genova, 08/11/2022

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Luca Arnuzzo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Martina Canepa



LOTTO 28 Catetere a palloncino per PTA/ricanalizzazione compatibile con guida 0,014"	Abbott Medical Italia S.r.L.	CS Medical	Cook Italia S.r.L.	Innova HTS	Medtronic Italia S.p.A.
Nome prodotto	ARMADA 14XT	OCEANUS 14 PRO	Advance Micro™ 14	PERSEUS PTA BALLOON	AMPHIRION™ DEEP
Requisiti essenziali	presenti	presenti	non presenti	presenti	non presenti
Catetere a palloncino per PTA compatibile con guida 0,014", semi-compiante in nylon, OTW (Over-the wire), compatibile con introduttore 4 Fr.					
Diametri pallone: disponibile in almeno due diametri compresi tra 1.2 mm e 2 mm					
Lunghezze del pallone : almeno due lunghezze da 12 mm a 20 mm			non presente lunghezza del pallone minore di 20 mm		non presente lunghezza del pallone da 12 mm
Massima pressione di rottura a 14 atm.					
Presenza di marker.					
Rivestimento idrofilico ed a basso profilo.					
	Idoneo	Idoneo	non Idoneo	Idoneo	non Idoneo

LOTTO 28 Catetere a palloncino per PTA/ricanalizzazione compatibile con guida 0,014"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Abbott Medical Italia S.r.L.	CS Medical	Innova HTS			
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti			
1) Spingibilità (pushability)	25	Q2	Punteggio	25	5	11			
2) Flessibilità (trackability)	10	Q2	Punteggio	10	2	3			
3) Visibilità sotto controllo fluoroscopico	15	Q1	BALDINO	0,7	0,5	0,5			
			CHELI	0,8	0,6	0,6			
			ARNUZZO	0,7	0,6	0,6			
			Media coefficienti	1	1	1			
			riportata a 1	1	1	1			
			Punteggio	15	12	12			
4) Gamma diametri del pallone	10	Q3	NUMERO	3	7	9	BASE	MIN	MAX
			Coefficienti	0	1	1	0	3	9
			Punteggio	3	8	10			
5) Gamma lunghezze del pallone	10	Q3	NUMERO	2	9	16	BASE	MIN	MAX
			Coefficienti	0,1	0,6	1,0	0	2	16
			Punteggio	1,3	5,6	10,0			
Totale punteggio di qualità	70,000			54,8	31,2	46,3			
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,0	40,0	69,4			

LOTTO 28

Confronto a coppie Q2							
1) Spingibilità							
Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI
Abbott Medical Italia S.r.L.	2	2	2	CS Medical	0	0	0
Abbott Medical Italia S.r.L.	2	1	2	Innova	0	1	0
cs medical	1	1	0	Innova	1	1	2

1) Spingibilità						
TOTALE	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
Abbott Medical Italia S.r.L.	4	3	4	25	3,7	25
CS Medical	1	1	0	25	0,7	5
Innova	1	2	2	25	1,7	11


Confronto a coppie Q2							
2) Flessibilità							
Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI
Abbott Medical Italia S.r.L.	2	2	2	CS Medical	0	0	0
Abbott Medical Italia S.r.L.	2	2	2	Innova	0	0	0
cs medical	1	1	0	Innova	1	1	2

2) Flessibilità						
TOTALE	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
Abbott Medical Italia S.r.L.	4	4	4	10	4	10
CS Medical	1	1	0	10	1	2
Innova	1	1	2	10	1	3

LOTTO 29

LOTTO 29 Catetere a palloncino per PTA compatibile con guida 0,014" - 0.018" monorail	AB Medical S.p.A.	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health 509 S.r.L.
nome prodotto	VIAR -RX	Senri	ULTRASOFTTM SV	CORDIS "SABERXTM.018"
requisiti	non presenti	presenti	presenti	presenti
Catetere a palloncino per PTA compatibile con guida 0,014" e 0.018, semi-compiante, monorail. compatibile con introduttore 4 Fr.	non compatibile con guida da 0,018			
Diametri del pallone : almeno due diametri compresi tra 1.5 mm e 7 mm				
Lunghezze del pallone di almeno 20 mm.				
Massima pressione di rottura a 14 atm.				
Presenza di marker.				
	non idoneo	idoneo	idoneo	idoneo





LOTTO 29 Catetere a palloncino per PTA compatibile con guida 0,014" - 0,018" monorail	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health 509 S.r.L.
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti
1) Spingibilità (pushability)	25	Q2	Punteggio	25	25	25
2) Flessibilità (trackability)	10	Q2	Punteggio	10	10	10
3) Visibilità sotto controllo fluoroscopico	15	Q1	BALDINO	0,5	0,5	0,5
			CHELI	0,7	0,7	0,7
			ARNUZZO	0,6	0,6	0,6
			Media coefficienti	0,6	0,6	0,6
			riportata a 1	1,0	1,0	1,0
			Punteggio	15	15	15
4) Gamma diametri del pallone	10	Q3	NUMERO	7	12	9
			Coefficienti	0,6	1,0	0,8
			Punteggio	6	10	8
5) Gamma lunghezze del pallone	10	Q3*	NUMERO	6	3	10
			Coefficienti	0,6	0,3	1,0
			Punteggio	6,0	3,0	10,0
Totale punteggio di qualità	70,000			82	63	68
Totale punteggio di qualità riparametrato				84	65	70

BASE	MIN	MAX
0	7	12

MIN	20%	MIN-20%	MAX
0	0	0	10

Confronto a coppie Q2							
1) Spingibilità							
Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI
alfa	1	1	1	boston	1	1	1
alfa	1	1	1	cardinal	1	1	1
boston	1	1	1	cardinal	1	1	1

1) Spingibilità						
TOTALE	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
alfa	2	2	2	25	2,0	25,0
boston	2	2	2	25	2,0	25,0
cardinal	2	2	2	25	2,0	25,0

Confronto a coppie Q2							
2) Flessibilità							
Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Ditta	BALDINO	ARNUZZO	CHELI
alfa	1	1	1	boston	1	1	1
alfa	1	1	1	cardinal	1	1	1
boston	1	1	1	cardinal	1	1	1

2) Flessibilità						
TOTALE	BALDINO	ARNUZZO	CHELI	Valore p.ti Item	MEDIA	PUNTEGGIO
alfa	2	2	2	10	2,0	10,0
boston	2	2	2	10	2,0	10,0
cardinal	2	2	2	10	2,0	10,0



Handwritten signature and scribble.



Handwritten signature.