

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Verbale IV seduta riservata del 24 maggio 2022

Il giorno 24/05/2022, alle ore 15.46 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

Sono presenti per la SUAR: il dott. Luca Baldini, Funzionario, in qualità di Segretario; la dott.ssa Martina Canepa.

La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per i seguenti lotti: 78-79-81-82-1-5-7.

Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.

La Commissione, con riferimento al lotto 1, ritiene necessario richiedere agli OE Betatex S.p.A., Ab Medica Spa e Med-Italia Biomedica S.r.L., la campionatura dei prodotti offerti per verificarne la funzionalità. Viene dato mandato al RUP di procedere in tal senso.

All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:

- la ditta Med-Italia Biomedica S.r.L. per il lotto 5 in quanto nella scheda tecnica non è precisata la presenza di meccanismo a valvola sulla punta distale del catetere; inoltre, non risulta che la pressione massima ottenibile sia di 350 psi, come invece richiesto dal Capitolato tecnico;
- la ditta Merit Medical Italy S.r.L. per il lotto 5 in quanto non risulta che la pressione massima ottenibile sia di 350 psi, come invece richiesto dal Capitolato tecnico;
- la Ditta Sanitex SPA per il lotto 81 in quanto il patch non è in poliestere-uretano ma in poliestere.

La seduta riservata è tolta alle ore 17.58.

Genova, 24/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto,
La Commissione Giudicatrice:


Presidente Dott. Giuseppe Baldino

Componente Dott. Martino Cheli

Componente Dott. Luca Arnuzzo

Referente/Segretario Dott. Luca Baldini

Referente Dott.ssa Martina Canepa



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: 1. A signature that appears to be 'G. Baldino'. 2. A signature that appears to be 'M. Cheli'. 3. A signature that appears to be 'L. Arnuzzo'. 4. A signature that appears to be 'L. Baldini'. 5. A signature that appears to be 'M. Canepa'.

LOTTO 05 - Cateteri da fibrinolisi	Medtronic Italia S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.
Nome prodotto	UNIFUSION	Cragg McNamara™	Cateteri a sistema di infusione a guidare
Caratteristiche minime	Non presenti	presenti	Non presenti
Catetere in polietilene/nylon per l'infusione di agenti farmacologici o mezzi di contrasto radiopachi nella vascolarizzazione periferica.			
Il catetere dovrà includere sulla punta distale, un meccanismo a valvola in polietilene che consente l'infusione con o senza guida.			
La pressione massima ottenibile è di 350 psi.			
Disponibile nelle versioni 4 e 5 Fr.			
Lunghezze cateteri: almeno due misure comprese tra 40 cm e 135 cm.			
Lunghezze zona di infusione 5, 10, 20 cm, delimitati da due markers radiopachi.			
	NON IDONEO	IDONEO	NON IDONEO

LOTTO 07 - Guida angiografica idrofilica in Nichel-titanio standard	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts
Nome prodotto	Radifocus Guide Wire M	ZIPwire™ Hydrophilic Coated Guidewire (Peripheral)	Guida Idrofila HiWire	GUIDE IDROFILICHE POSEIDON
Caratteristiche minime	Presenti	Presenti	Presenti	Presenti
Guida idrofilica costituita da un'anima di differenti materiali , super elastica con assenza di saldature per garantire flessibilità e memoria di forma.				
Atraumatica e radiopaca con rivestimento idrofilico che garantisce navigabilità e assenza di frizione .				
Disponibilità di almeno due lunghezze comprese tra 150 cm e 320 cm.				
Diametri da 0.018" a 0.038".				
Disponibilità di differenti tipologie di punta (indispensabili retta e curva).				
	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

LOTTO 78

LOTTO 78 Patch vascolari pretrattati	Sanitex	Serom Medical Technology srl
Requisiti essenziali	Presenti	Presenti
Nome prodotto	HEMAPATCH SILVER KNITTED ULTRA THIN	PATCH CAROTIDEO THIN WALL
Patch pretrattato.		
Vari misure.		
Confezione singola, sterile, monouso.		
Confezionamento doppio.		
	IDONEO	IDONEO



LOTTO 79

LOTTO 79 vascolari in materiale biologico Patch	Assut Europe	Le Maitre vascular
Requisiti essenziali	Presenti	Presenti
Nome prodotto	Porcino	XenoSure® Patch Biologico
Patch in materiale biologico pretrattato.		
Varie misure.		
Confezione singola, sterile, monouso.		
Confezionamento doppio.		
	IDONEO	IDONEO







LOTTO 81

LOTTO 81 Patch vascolari in poliestere-uretano	Braun	Sanitex
Requisiti essenziali	presenti	non presenti
Nome prodotto	VascularPatch®	HEMAPATCH KNITTED
Patch in poliestere-uretano.		Il patch non è in poliestere-uretano ma in poliestere
Varie misure.		
Confezione singola, sterile, monouso.		
Confezionamento doppio.		
	IDONEO	NON IDONEO

LOTTO 82

LOTTO 82 Guida angiografica idrofilica in Nichel-titanio stiff	Alfa Medical Italia srl	Boston scientific spa
Requisiti essenziali	Presenti	Presenti
Nome prodotto	Radifocus Guide Wire M	ZIPwire™-Hydrophilic-Coated Guidewire- (Peripheral)
Guida idrofilica costituita da un'anima di differenti materiali , super elastica con assenza di saldature per garantire flessibilità e memoria di forma e maggior supporto .		
Guida rivestita da polimero idrofilico che garantisce assoluta navigabilità e assenza di frizione.		
Disponibilità di almeno due lunghezze comprese tra 150 cm e 320 cm.		
Diametri da 0.020" a 0.038".		
Disponibilità di differenti tipologie di punta (indispensabili retta e curva).		
	IDONEO	IDONEO







LOTTO 05 da fibrinolisi	Cateteri	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Medtronic Italia S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.
Requisiti essenziali					presenti	
1) Scorrevolezza	20	Q1	BALDINO		0,80	
			CHELI		0,80	
			ARNUZZO		0,80	
			MEDIA VALUTAZIONI		0,80	
			riportata a 1		1,00	
			Punteggio		20,00	
2) Profilo	15	Q1	BALDINO		0,80	
			CHELI		0,80	
			ARNUZZO		0,80	
			MEDIA VALUTAZIONI		0,80	
			riportata a 1		1,00	
			Punteggio		15,00	
3) Navigabilità	15	Q1	BALDINO		0,70	
			CHELI		0,70	
			ARNUZZO		0,70	
			MEDIA VALUTAZIONI		0,70	
			riportata a 1		1,00	
			Punteggio		15,00	
4) Gamma calibri	10	Q3	NUMERO		2	BASE MIN MAX
			Coefficienti		1,000	2 2
			Punteggio		10,000	
5) Gamma lunghezze cateteri	10	Q3	NUMERO		4	BASE MIN MAX
			Coefficienti		1,000	4 4
			Punteggio		10,000	
Totale punteggio di qualità	70,000				70,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato					70,000	







LOTTO 7

LOTTO 07 Guida angiografica idrofilica in Nichel-titanio standard	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts			
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti			
1) Scorrevolezza	30	Q2	Punteggi o	30	30	30	30			
2) Facilità di utilizzo (navigabilità)	15	Q2	Punteggi o	15	3	7	0			
3) Maneggevolezza	15	Q2	Punteggi o	15	2	3	2			
4) Gamma delle lunghezze	10	Q3	NUMERO	6	4	4	5	BASE	MIN	MAX
			Coefficien ti	1,000	0,500	0,500	0,750	2	4	6
			Punteggi o	10,000	5,000	5,000	7,500			
Totale punteggio di qualità	70,000			70	39,5	45	39			
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	39,500	45,000	39,000			

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Dott. BALDINO

1) Scorrevolezza							
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza del dispositivo							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		1	1	1	1	1	
Boston Scientific S.p.A.			1	1	1	1	
Cook Italia S.r.L.				1	1		
Innova Hts							
Totale	3	3	3	3			

Dott. BALDINO

2) Facilità di utilizzo (navigabilità)							
Attribuzione del punteggio in ordine alla maggiore facilità di utilizzo							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		5	0	4	0	6	0
Boston Scientific S.p.A.			0	3	3	0	
Cook Italia S.r.L.				4	0		
Innova Hts							
Totale	15	3	7	0			

Dott. BALDINO							
3) Maneggevolezza							
Attribuzione del punteggio in ordine alla migliore maneggevolezza							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		4	0	2	0	4	0
Boston Scientific S.p.A.			0	1	1	1	
Cook Italia S.r.L.				1	0		
Innova Hts							
Totale	10	1	2	1			

Dott. CHELI

1) Scorrevolezza							
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza del dispositivo							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		1	1	1	1	1	
Boston Scientific S.p.A.			1	1	1	1	
Cook Italia S.r.L.			1		1	1	
Innova Hts							
Totale	3	3	3	3			

Dott. CHELI

2) Facilità di utilizzo (navigabilità)							
Attribuzione del punteggio in ordine alla maggiore facilità di utilizzo							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		5	0	4	0	6	0
Boston Scientific S.p.A.			0	3	3	0	
Cook Italia S.r.L.				4	0		
Innova Hts							
Totale	15	3	7	0			

Dott. CHELI							
3) Maneggevolezza							
Attribuzione del punteggio in ordine alla migliore maneggevolezza							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		4	0	2	0	4	0
Boston Scientific S.p.A.			0	1	1	1	
Cook Italia S.r.L.				1	0		
Innova Hts							
Totale	10	1	2	1			

Dott. ARNUZZO

1) Scorrevolezza							
Attribuzione del punteggio in ordine alla scorrevolezza del dispositivo							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		1	1	1	1	1	
Boston Scientific S.p.A.			1	1	1	1	
Cook Italia S.r.L.				1	1		
Innova Hts							
Totale	3	3	3	3			

Dott. ARNUZZO

2) Facilità di utilizzo (navigabilità)							
Attribuzione del punteggio in ordine alla maggiore facilità di utilizzo							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		5	0	4	0	6	0
Boston Scientific S.p.A.			0	3	3	0	
Cook Italia S.r.L.				4	0		
Innova Hts							
Totale	15	3	7	0			

Dott. ARNUZZO							
3) Maneggevolezza							
Attribuzione del punteggio in ordine alla migliore maneggevolezza							
Aziende	Alfa Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	Cook Italia S.r.L.	Innova Hts	Note		
Alfa Medical Italia S.r.L.		4	0	2	0	4	0
Boston Scientific S.p.A.			0	1	1	1	
Cook Italia S.r.L.				1	0		
Innova Hts							
Totale	10	1	2	1			

Media	Valore p.ti Item
Alfa Medical Italia S.r.L.	3,00
Boston Scientific S.p.A.	3,00
Cook Italia S.r.L.	3,00
Innova Hts	3,00

Punteggio	
Alfa Medical Italia S.r.L	30,000
Boston Scientific S.p.A.	30,000
Cook Italia S.r.L	30,000
Innova Hts	30,000

Media	Valore p.ti Item
Alfa Medical Italia S.r.L.	15,00
Boston Scientific S.p.A.	3,00
Cook Italia S.r.L.	7,00
Innova Hts	0,00

Punteggio	
Alfa Medical Italia S.r.l.	15,000
Boston Scientific S.p.A.	3,000
Cook Italia S.r.l.	7,000
Innova Hts	0,000

Media	Valore p.ti Item
Alfa Medical Italia S.r.L.	10,00
Boston Scientific S.p.A.	1,00
Cook Italia S.r.L.	2,00
Innova Hts	1,00

Punteggio	
Alfa Medical Italia S.r.L.	15,000
Boston Scientific S.p.A.	1,500
Cook Italia S.r.L.	3,000
Innova Hts	1,500

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


LOTTO 78 Patch vascolari pretrattati	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Sanitex	Serom Medical Technology srl				
Requisiti essenziali				presenti	presenti				
1) Caratteristiche tecniche di: suturabilità	25	Q1	BALDINO	0,800	0,800				
			CHELI	0,800	0,800				
			ARNUZZO	0,800	0,800				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,000	1,000				
			Punteggio	25,000	25,000				
2) Caratteristiche tecniche di: tromboresistenza	25	Q1	BALDINO	0,800	0,800				
			CHELI	0,800	0,800				
			ARNUZZO	0,800	0,800				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,000	1,000				
			Punteggio	25,000	25,000				
3) Ampiezza di gamma delle misure	20	Q3*	NUMERO	3	6	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,167	1,000	3	0,6	2	6
			Punteggio	3,333	20,000				
Totale punteggio di qualità	70,000			53,333	70,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato				53,333	70,000				

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials or marks below it.

LOTTO 79 Patch vascolari in materiale biologico	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Assut Europe	Le Maitre vascular				
Requisiti essenziali				presenti	presenti				
1) Caratteristiche tecniche di: suturabilità	25	Q1	BALDINO	0,600	1,000				
			CHELI	0,600	1,000				
			ARNUZZO	0,600	1,000				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,600	1,000				
			riportata a 1	0,600	1,000				
			Punteggio	15,000	25,000				
2) Caratteristiche tecniche di: tromboresistenza	25	Q1	BALDINO	0,900	1,000				
			CHELI	0,900	1,000				
			ARNUZZO	0,900	1,000				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,900	1,000				
			riportata a 1	0,900	1,000				
			Punteggio	22,500	25,000				
3) Ampiezza di gamma delle misure	20	Q3*	NUMERO	17	15	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	1,000	0,600	15	3	12	17
			Punteggio	20,000	12,000				
Totale punteggio di qualità	70,000			57,500	62,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato				64,919	70,000				

LOTTO 81 Patch vascolari in poliestere-uretano	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	BBRAUN	SANITEX
Requisiti essenziali				Presenti	NON presenti
1) Caratteristiche tecniche di: suturaibilità	25	Q1	BALDINO	0,900	
			CHELI	0,900	
			ARNUZZO	0,900	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,900	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	25,000	
2) Caratteristiche tecniche di: tromboresistenza	25	Q1	BALDINO	0,800	
			CHELI	0,800	
			ARNUZZO	0,800	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,800	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	25,000	
3) Ampiezza di gamma delle misure	20	Q3*	NUMERO	3	
			Coefficienti	1,000	
			Punteggio	20,000	
Totale punteggio di qualità	70,000			70,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	

MIN	20%	MIN-20%	MAX
3	0,6	2	3



me

LOTTO 82

LOTTO 82 Guida angiografica idrofilica in Nichel- titanio stiff	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Alfa Medical Italia srl	Boston scientific spa
Requisiti essenziali				Presenti	presenti
1) Scorrevolezza	30	Q1	BALDINO	0,900	0,700
			CHELI	0,900	0,700
			ARNUZZO	0,900	0,700
			MEDIA VALUTAZIONI	0,900	0,700
			riportata a 1	1,000	0,778
			Punteggio	30,000	23,333
2) Facilità di utilizzo (navigabilità)	15	Q1	BALDINO	0,900	0,500
			CHELI	0,900	0,500
			ARNUZZO	0,900	0,500
			MEDIA VALUTAZIONI	0,900	0,500
			riportata a 1	1,000	0,556
			Punteggio	15,000	8,333
3) Maneggevolezza	15	Q1	BALDINO	0,900	0,700
			CHELI	0,900	0,700
			ARNUZZO	0,900	0,700
			MEDIA VALUTAZIONI	0,900	0,700
			riportata a 1	1,000	0,778
			Punteggio	15,000	11,667
4) Gamma delle lunghezze	10	Q3	cm	4	4
			Coefficienti	1,000	1,000
			Punteggio	10,000	10,000
Totale punteggio di qualità	70,000			70,000	53,333
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	53,333

BASE	MIN	MAX
2	4	4