

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803

Verbale 16^ seduta riservata del 11 aprile 2023

Il giorno 11/04/2023, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario.

La Commissione Giudicatrice prende preliminarmente atto che la campionatura richiesta relativa al lotto 13 "Guida per trattamento endovascolare periferico del diamentro di 0.018" a diversa grammatura di punta, anima d'acciaio" è stata adeguatamente custodita in locali chiusi della Stazione Unica Appaltante Regionale.

La Commissione passa quindi ad esaminare i dispositivi offerti e la documentazione tecnica presentata dagli OE per il lotto 13.



Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione Giudicatrice, infine, con riferimento al lotto 1 "Kit angiografico standard" prima di esaminare la documentazione tecnica, ritiene necessario richiedere agli OE Betatex S.p.A, Ab Medica S.p.A. e Med Italia Biomedica S.r.L., la campionatura dei prodotti offerti per verificarne la funzionalità. Viene dato mandato al RUP di procedere in tal senso.

La seduta riservata è tolta alle ore 18.00.

Genova, 11/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Luca Arnuzzo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Martina Canepa



LOTTO 13

LOTTO 13 Guida per trattamento endovascolare periferico del diametro di 0.018" a diversa grammatura di punta, anima d'acciaio	Abbott Medical Italia S.r.L	Boston Scientific S.p.A.
Nome prodotto	HI-TORQUE CONNECT™ GUIDE WIRE FAMILY	Victory™ Guidewires
caratteristiche minime	presenti	Presenti
Filo guida del diametro da 0.018" per il trattamento endovascolare periferico.		
Struttura con anima in acciaio con marker radiopachi prossimali o punta radiopaca.		
La punta dovrà essere rastremata, dotata di differenti grammature		
Rivestimento in PTFE ed idrofilico nella parte distale.		
Disponibile in diverse lunghezze.		
	idoneo	idoneo





LOTTO 13

LOTTO 13 Guida per trattamento endovascolare periferico del diametro di 0,018" a diversa grammatura di punta, anima d'acciaio	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Abbott Medical Italia S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.				
Requisiti essenziali				presenti	presenti				
1) Resistenza al kinking	20	Q1	BALDINO	0,700	0,700				
			CHELI	0,600	0,600				
			ARNUZZO	0,800	0,800				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	0,700				
			riportata a 1	1,000	1,000				
			Punteggio	20,000	20,000				
2) Grammatura della punta	15	Q3*	NUMERO	3	4	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,375	1,000	3	0,6	2	4
			Punteggio	5,625	15,000				
3) Capacità di spinta	15	Q1	BALDINO	0,700	0,700				
			CHELI	0,600	0,600				
			ARNUZZO	0,800	0,800				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	0,700				
			riportata a 1	1,000	1,000				
			Punteggio	15,000	15,000				
4) Gamma delle lunghezze offerte	10	Q3*	NUMERO	3	2	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	1,000	0,286	2	0,4	2	3
			Punteggio	10,000	2,857				
5) Visibilità sotto scopia	10	Q1	BALDINO	0,700	0,700				
			CHELI	0,600	0,600				
			ARNUZZO	0,800	0,800				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	0,700				
			riportata a 1	1,000	1,000				
			Punteggio	10,000	10,000				
Totale punteggio di qualità	70,000			60,625	62,857				
Totale punteggio di qualità riparametrato				67,514	70,000				