

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803

Verbale 19^ seduta riservata del 3 luglio 2023

Il giorno 03/07/2023, alle ore 14.00 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti da remoto i seguenti Componenti:

| NOME E COGNOME | ENTE |
|--|---------|
| 1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente) | ASL 4 |
| 2. Dott. MARTINO CHELI | GASLINI |
| 3. Dott. LUCA ARNUZZO | ASL 3 |

È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario.

In apertura di seduta la Commissione Giudicatrice prende atto che a seguito di un controllo sulle valutazioni tecniche effettuate per quando attiene al lotto 1 "Kit Angiografico" CIG 83948598CB, per mero errore materiale, la ditta Svas Biosana S.p.A non era stata valutata durante la seduta del 02/05/2023.

Vengono confermati i punteggi già attribuiti agli altri concorrenti. Viene valutata l'offerta tecnica presentata da SVAS. L'attribuzione di punteggi a SVAS comporta una variazione nella seconda riparametrazione dei punteggi per tutti i concorrenti (tranne che per il primo). Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata è tolta alle ore 14.40.

Genova, 03/07/2023

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

____ PRESENTE DA REMOTO ____

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Luca Arnuzzo

____ PRESENTE DA REMOTO ____


Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli

____ PRESENTE DA REMOTO ____

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Martina Canepa

 _____

| LOTTO 01 Kit angiografico standard | Ab Medica S.p.A. | Svas Biosana S.p.A. | Betalex S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Nome prodotto | EASYKIT RADIOLOGIA | Tray set Kit Angiografico Standard | KIT angiografia | KIT angiografia |
| caratteristiche minime | Presenti | Presenti | Presenti | Presenti |
| Set per angiografia e interventistica vascolare e non vascolare composto da: | | | | |
| ➤ nr. 3 clotole (2 da 10 cm di diametro e colori differenti, 1 da 25 cm di diametro) per angiografia | | | | |
| ➤ nr. 1 vaschetta di plastica | | | | |
| ➤ nr. 1 telo biaccoppiato in TNT avvolgente cm 140 x 200 (tolleranza sulle dimensioni di $\pm 10\%$); | | | | |
| ➤ nr. 1 telo per angiografia femorale in TNT con tasca e banda laterale trasparente cm 190x310 (tolleranza sulle dimensioni di $\pm 10\%$); | | | | |
| ➤ nr. 1 pinza monouso in plastica con chiusura (tipo Klemmer) | | | | |
| ➤ nr. 1 cuffia sterile per copertura dell'intero arco a C di dimensioni diverse | | | | |
| ➤ nr. 1 siringa 10 cc luer lock, monouso, sterile; | | | | |
| ➤ nr. 1 siringa 20 cc luer lock, monouso, sterile; | | | | |
| ➤ nr. 1 siringa ad anelli da 10-15 cc, monouso, sterile; | | | | |
| ➤ N. 1 torque compatibile con differenti misure 0.014" - 0.018" - 0.035". | | | | |
| ➤ nr. 1 bisturi monouso | | | | |
| ➤ nr. 1 confezione da 10 pezzi di garza da 10x10 mm | | | | |
| Ogni struttura potrà personalizzare il contenuto del Kit a seconda delle esigenze sulla base degli elementi inseriti nel lotto. La percentuale di sconto offerto per il Kit Angiografico standard sarà valida per tutte le misure, diametri, ecc. presenti sul listino prezzi della Ditta offerente. | | | | |
| | IDONEO | IDONEO | IDONEO | IDONEO |

LOTTO 1

| LOTTO 01 Kit angiografico standard | Max punti | Parametri di valutazione | Punteggi | Ab Medica S.p.A. | Svas Biosana S.p.A. | Betalex S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------|-----|-----|
| Requisiti essenziali | | | | presenti | presenti | presenti | presenti | | | |
| 1) Assorbimento del telo | 25 | Q2 | Punteggio | 25,000 | 22,500 | 20,000 | 22,500 | | | |
| 2) Varietà misure dei teli (numero) | 15 | Q3 | NUMERO | 10 | 2 | 1 | 1 | BASE | MIN | MAX |
| | | | Coefficienti | 1,000 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0 | 1 | 10 |
| | | | Punteggio | 15,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | | | |
| 3) Tipologia, misure e adattabilità delle cuffie sterili | 15 | Q2 | Punteggio | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 13,500 | | | |
| 4) Varietà dei colori delle ciotole offerte (numero) | 5 | Q3 | NUMERO | 4 | 4 | 3 | 2 | BASE | MIN | MAX |
| | | | Punteggio | 5,000 | 5,000 | 3,750 | 2,500 | | | |
| 5) Varietà dei diametri delle ciotole offerte (numero) | 5 | Q3 | NUMERO | 8 | 4 | 2 | 2 | BASE | MIN | MAX |
| | | | Coefficienti | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 0,250 | 0 | 2 | 8 |
| | | | Punteggio | 5,000 | 2,500 | 1,250 | 1,250 | | | |
| 6) Tenuta dello stantuffo delle siringhe | 5 | Q1 | BALDINO | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | | |
| | | | CHELI | 1,000 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | |
| | | | ARNUZZO | 1,000 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | | |
| | | | Media coefficienti | 1,000 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | | | |
| | | | riportate a 1 | 1,000 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | | | |
| | | | Punteggio | 5,000 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | | | |
| Totale punteggio di qualità | 70,000 | | | 67,000 | 49,667 | 44,667 | 44,417 | | | |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,000 | 51,891 | 46,667 | 46,405 | | | |

OK

| Dott. BALDINO | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------|---|
| 1) Assorbimento del telo | | | | | | |
| Attribuzione del punteggio in ordine al grado di assorbimento del telo | | | | | | |
| Aziende | Ab Medica S.p.A. | Syst Biosana S.p.A. | Betatex S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | Note | |
| Ab Medica S.p.A. | | 1 | 1 | 1 | 1 | Buon assorbimento dei liquidi per tutte le ditte partecipanti |
| Syst Biosana | | | 1 | 1 | 1 | |
| Betatex S.p.A. | | | | 1 | 1 | |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | | | | |
| Totale | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

| Dott. BALDINO | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
|---------------|--|--|--|--|--|--|

| 3) Tipologia, misure e adattabilità delle cuffie aurali | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------|---|
| Attribuzione del punteggio in ordine al grado di assorbimento del telo | | | | | | |
| Aziende | Ab Medica S.p.A. | Syst Biosana S.p.A. | Betatex S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | Note | |
| Ab Medica S.p.A. | | 1 | 1 | 1 | 1 | Nessuna delle tipologie di cuffie presentate si adattano alla conformazione dell'arco a C |
| Syst Biosana | | | 1 | 1 | 1 | |
| Betatex S.p.A. | | | | 1 | 1 | |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | | | | |
| Totale | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

| Dott. CHILI | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------|---|
| 1) Assorbimento del telo | | | | | | |
| Attribuzione del punteggio in ordine al grado di assorbimento del telo | | | | | | |
| Aziende | Ab Medica S.p.A. | Syst Biosana S.p.A. | Betatex S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | Note | |
| Ab Medica S.p.A. | | 1 | 1 | 1 | 1 | Buon assorbimento dei liquidi per tutte le ditte partecipanti |
| Syst Biosana | | | 1 | 1 | 1 | |
| Betatex S.p.A. | | | | 1 | 1 | |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | | | | |
| Totale | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

| Dott. CHILI | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|--|--|--|--|--|

| 3) Tipologia, misure e adattabilità delle cuffie aurali | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------|---|
| Attribuzione del punteggio in ordine al grado di assorbimento del telo | | | | | | |
| Aziende | Ab Medica S.p.A. | Syst Biosana S.p.A. | Betatex S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | Note | |
| Ab Medica S.p.A. | | 1 | 1 | 1 | 0 | La ditta Med-Italia propone una gamma di misure più ristretta rispetto alle concorrenti |
| Syst Biosana | | | 1 | 1 | 0 | |
| Betatex S.p.A. | | | | 2 | 0 | |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | | | | |
| Totale | 4 | 4 | 4 | 0 | | |

102

| Dott. CHEU | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| 2) Assorbimento del telo | | | | | | |
| Attribuzione del punteggio in ordine al grado di assorbimento del telo | | | | | | |
| Aziende | Ab Medica S.p.A. | Sves Biosana S.p.A. | Betatec S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | Note | |
| Ab Medica S.p.A. | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Sves Biosana | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betatec S.p.A. | | | | | 1 | 1 |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | | | | |
| Totale | 4 | 1 | 2 | 3 | Il telo presentato dalla ditta Betatec ha un assorbimento meno rapido | |

| Media | Valore p.tl Item |
|-----------------------------|------------------|
| Ab Medica S.p.A. | 9,33 |
| Sves Biosana | 3,00 |
| Betatec S.p.A. | 2,67 |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | 3,00 |

| Punteggio | |
|----------------------|--------|
| Ab Medica S.p.A. | 25,000 |
| Sves Biosana | 22,500 |
| Betatec S.p.A. | 20,000 |
| Med-Italia Biomedica | 22,500 |

| Dott. CHEU | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| 3) Tipologia, misure e stabilità delle cuffie elastiche | | | | | | |
| Attribuzione del punteggio in ordine al grado di assorbimento del telo | | | | | | |
| Aziende | Ab Medica S.p.A. | Sves Biosana S.p.A. | Betatec S.p.A. | Med-Italia Biomedica S.r.l. | Note | |
| Ab Medica S.p.A. | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sves Biosana | | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Betatec S.p.A. | | | | 0 | 2 | |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | | | | | | |
| Totale | 1 | 2 | 3 | 5 | d'Italia ha una copertura per arco a C (seppure non ideale per conformazione) migliore rispetto ai concorrenti. | |

| Media | Valore p.tl Item |
|-----------------------------|------------------|
| Ab Medica S.p.A. | 2,67 |
| Sves Biosana | 3,00 |
| Betatec S.p.A. | 3,33 |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | 3,00 |

| Punteggio | |
|-----------------------------|--------|
| Ab Medica S.p.A. | 12,000 |
| Sves Biosana | 13,500 |
| Betatec S.p.A. | 15,000 |
| Med-Italia Biomedica S.r.l. | 13,500 |

ue