

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803

Verbale 10^a seduta riservata del 22 novembre 2022

Il giorno 22/11/2022, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3


È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario.
La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per i seguenti lotti: 30, 31 e 32.

Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.



All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:

- la ditta Tecnostim S.r.L. per il lotto 30 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.035"* in quanto ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta secondo art. 32 comma 4 D.lgs 50/2016;
- la ditta B. Braun Milano S.p.A. per il lotto 30 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.035"* in quanto il prodotto presentato non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 36/70 prima della riparametrazione ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice;
- la ditta CS Medical S.r.L. per il lotto 30 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.035"* in quanto il prodotto presentato non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 36/70 prima della riparametrazione ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice;
- la ditta Sanitex S.r.L. per il lotto 30 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.035"* in quanto il prodotto presentato non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 36/70 prima della riparametrazione ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice;
- la ditta B. Braun Milano S.p.A. per il lotto 31 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.018"* in quanto nella scheda tecnica non sono presenti due misure tra 90 e 135 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta Boston Scientific S.p.A. per il lotto 31 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.018"* in quanto nella scheda tecnica non sono presenti due misure tra 90 e 135 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta CS Medical S.r.L. per il lotto 31 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.018"* in quanto nella scheda tecnica non sono presenti due misure tra 90 e 135 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta Tecnostim S.r.L. per il lotto 31 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.018"* in quanto nella scheda tecnica non sono presenti due lunghezze dello shaft comprese tra 90 e 135 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta B. Braun Milano S.p.A. per il lotto 32 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.014"* in quanto nella scheda tecnica è presente una sola lunghezza del catetere pari a 130 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta Bard S.r.L. per il lotto 32 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.014"* in quanto nella scheda tecnica è presente una sola lunghezza del catetere pari a 150 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;
- la ditta Tecnostim S.r.L. per il lotto 32 *"Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.014"* in quanto nella scheda tecnica è presente una sola lunghezza del catetere pari a 150 cm come invece richiesto dal Capitolato Tecnico;



La seduta riservata è tolta alle ore 18.30.

Genova, 22/11/2022 .

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Luca Arnuzzo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli


Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Martina Canepa

Four handwritten signatures are present on the right side of the document, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature, likely of the President (Giuseppe Baldino). 2. A signature that appears to be 'Luca Arnuzzo'. 3. A signature that appears to be 'Martino Cheli'. 4. A signature that appears to be 'Martina Canepa'.



LOTTO 30 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.035"	B.Braun Milano S.p.A.	Bard S.r.L.	CS Medical S.r.L.	Innova HTS	Medtronic Italia S.p.A.	Saniflex	Tecnostim
Requisiti essenziali	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
Nome prodotto	SeQuent PLEASE OTW 35	Lutonix® 035	LUMINOR 35	MAGIC TOUCH	IN.PACT™ ADMIRAL™	STELLAREX™	Aperto OTW - Legflow
Catetere a palloncino per PTA, Over the Wire (OTW), ricoperti di varie matrici, disponibile per piattaforma da 0.035".							
Concentrazione di farmaco su pallone non inferiore a 1µg/min ² .							
Diverse lunghezze del pallone e diversi diametri.							
Diverse lunghezze dello shaft.							
Il rivestimento esterno dovrà essere dotato di premedicazione con farmaci che possano ridurre il rischio di restenosi con matrice di natura organica.							
	Idoneo	Idoneo	Idoneo	Idoneo	Idoneo	Idoneo	Non idoneo in quanto ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta secondo art. 32 comma 4 D.lgs. 50/2016



LOTTO 30 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da da 0.035"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	B.Braun Milano S.p.A.	Bard S.r.L.	CS Medical S.r.L.	Innova HTS	Medtronic Italia S.p.A.	Sanitex				
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti				
1) Evidenze scientifiche su efficacia del tracciamento (valutata sul numero di pubblicazioni pubblicate su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 2 ed i risultati clinici ottenuti)	15	Q3*	NUMERO	0	14	1	1	15	5	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15
			Punteggio	0	14	1	1	15	5				
2) Range lunghezza dello shaft	20	Q3*	NUMERO	2	3	2	4	3	2	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0	1	0	1	1	0	2	0,4	2	4
			Punteggio	3	12	3	20	12	3				
3) Springibilità	25	Q2	Punteggio	4	17	25	22	18	13				
4) Gamma diametri del pallone	5	Q3*	NUMERO	5	8	3	6	8	3	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0	1	0	1	1	0	3	0,6	2	8
			Punteggio	2	4	0	5	4	0				
5) Gamma lunghezza del pallone	5	Q3*	NUMERO	6	7	6	6	5	7	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,3	0,8	0,5	1,0	0,3	0,8	5	1	4	8
			Punteggio	1	4	3	5	1	4				
Totale punteggio di qualità	70,000			11	51	32	53	51	25				
Totale punteggio di qualità, risarmato				14	68	43	70	67	34				

Dott. CHIELI											
3) Spingibilità											
Attribuzione del punteggio in ordine alla spingibilità del catetere offerto											
Aziende	B.Braun Milano S.p.A.	Bard S.r.l.		CS Medical S.r.l.		Innova HTS		Medtronic Italia S.p.A.		Sanlex	
B.Braun Milano S.p.A.		1	1	0	2	0	2	1	1	3	1
Bard S.r.l.				1	0	1	1	0	2	1	1
CS Medical S.r.l.						1	0	2	1	2	0
Innova HTS								2	0	2	0
Medtronic Italia S.p.A.										1	1
Sanlex											
Totale	3	4		5		9		5		3	


Dott. APRUZZO											
3) Spingibilità											
Attribuzione del punteggio in ordine alla spingibilità del catetere offerto											
Aziende	B.Braun Milano S.p.A.	Bard S.r.l.		CS Medical S.r.l.		Innova HTS		Medtronic Italia S.p.A.		Sanlex	
B.Braun Milano S.p.A.		0	1	0	4	1	1	0	2	0	1
Bard S.r.l.				1	3	2	0	1	1	1	1
CS Medical S.r.l.						2	0	1	1	2	0
Innova HTS								0	1	0	1
Medtronic Italia S.p.A.										1	0
Sanlex											
Totale	1	7		10		1		8		5	



Media	Valore p.li Item
B.Braun Milano S.p.A.	1
Bard S.r.l.	5
CS Medical S.r.l.	8
Innova HTS	7
Medtronic Italia S.p.A.	6
Sanitex	4

Punteggio
B.Braun Milano S.p.A.
Bard S.r.l.
CS Medical S.r.l.
Innova HTS
Medtronic Italia S.p.A.
Sanitex

Dott. BALDINO											
3) Spingibilità											
Attribuzione del punteggio in ordine alla spingibilità del catetere offerto											
Azienda	B.Braun Milano S.p.A.		Bard S.r.l.		CS Medical S.r.l.		Innova HTS		Medtronic Italia S.p.A.		Sanitex
B.Braun Milano S.p.A.	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	2
Bard S.r.l.			1	1	0	2	0	1	1	1	1
CS Medical S.r.l.					1	1	0	2	2	0	0
Innova HTS							1	1	2	0	0
Medtronic Italia S.p.A.									1	1	1
Sanitex											
Totale	0	5	8	10	9	4					

LOTTO 31 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da da 0.018"	B.Braun Milano S.p.A.	Bard S.r.l.	A9 Medica S.p.A.	Biobonik Italia	Boston Scientific S.p.A.	CS Medical S.r.l.	Innova HTS	Medtronic Italia S.p.A.	Tecnostim
Requisiti essenziali	non presenti	presenti	presenti	presenti	non presenti	non presenti	presenti	presenti	non presenti
Nome prodotto	Sequent PLEASE OTW 018	"LUTONIX018"	EMPEROR	Passeo-18 Lux	Ranger	LUMINOR 18	MAGIC TOUCH PTA	In.Pact™ Pacific™	Legflow OTW/RXTM
Catetere a palloncino per PTA, Over the Wire (OTW), ricoperto di varie misure, disponibile per piattaforma da 0.018".									
Concentrazione di farmaco su pallone non inferiore a 2µg/cm².									
Diverse lunghezze del pallone e diversi diametri.									
Almeno due lunghezze dello shaft comprese tra 90 e 135 cm	non presente due misure tra 90 e 135 cm				non presente due misure tra 90 e 135 cm	non presente due misure tra 90 e 135 cm			
Il rivestimento esterno dovrà essere dotato di premedicazione con farmaci che possano ridurre il rischio di restenosi con matrice di natura organica.									
	non idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	non idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo

LOTTO 31 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da da 0.018"	Max punti	c Italia S.p.A.				
Requisiti essenziali		esenti				
1) Evidenze scientifiche su efficacia del tracciamento (valutata sul numero di pubblicazioni pubblicate su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 2 ed i risultati clinici ottenuti)	15	18	MIN	20%	MIN-20%	MAX
		1,000	0	0	0	18
		15				
2) Range lunghezza dello shaft (presenza nella gamma delle misure offerte di shaft di varie lunghezze)	20	2	MIN	20%	MIN-20%	MAX
		0,667	0	0	0	3
		13				
3) Spingibilità	25	0,8				
		0,7				
		0,8				
		0,77				
		1,00				
		25				
4) Gamma diametri del pallone	5	4	MIN	20%	MIN-20%	MAX
		0,3	0	0	0	16
		1				
5) Gamma lunghezze del pallone	5	4	MIN	20%	MIN-20%	MAX
		0,333	0	0	0	12
		1,7				
Totale punteggio di qualità	70,000	6,250				
Totale punteggio di qualità riparametrato		0,000				





LOTTO 32 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0.014"	B.Braun Milano S.p.A.	Bard S.r.L.	Boston Scientific S.p.A.	CS Medical S.r.L.	Innova HTS	Sanitex	Tecnostim
Requisiti essenziali	non presenti	non presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	non presenti
Nome prodotto	SeQuent PLEASE OTW 14	"LUTONIX014"	RANGER	LUMINOR 14M	MAGIC TOUCH	STELLAREX™	Legflow OTW/RXTM
Catetere a palloncino per PTA, Over the Wire (OTW), ricoperti di varie matrici, disponibile per piattaforma da 0.014".							
Concentrazione di farmaco su pallone non inferiore a 1µg/mm².							
Diverse lunghezze del pallone .							
Diversi diametri del pallone.							
Diverse lunghezze dello shaft.	presente una sola lunghezza del catetere pari a 130 cm	presente una sola lunghezza del catetere pari a 150 cm					presente una sola lunghezza del catetere pari a 150 cm
Il rivestimento esterno dovrà essere dotato di premedicazione con farmaci che possano ridurre il rischio di restenosi con matrice di natura organica.							
	non idoneo	non idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo




LOTTO 32 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da 0,014"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Boston Scientific S.p.A.	CS Medical S.r.L.	Innova HTS	Sanitex	MIN	20%	MIN-20%	MAX
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti				
1) Evidenze scientifiche efficacia del trattamento (valutati sul numero di pubblicazioni pubblicate su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 2 ed i risultati clinici ottenuti)	15	Q3*	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0
			Coefficienti	0	0	0	0	0	0	0	0
			Punteggio	0	0	0	0				
2) Range lunghezza dello shaft (presenza nella gamma delle misure offerte di shaft di varie lunghezze)	20	Q3*	NUMERO	4	2	3	2				
			Coefficienti	1	1	1	1	0	0	0	4
			Punteggio	20	10	15	10				
3) Elevata spingibilità	25	Q1	BALDINO	0,7	0,7	0,7	0,7				
			CHELI	0,7	0,7	0,7	0,7				
			ARNUZZO	0,7	0,7	0,5	0,5				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,7	0,7	0,6	0,6				
			riportata a 1	1,0	1,0	0,9	0,9				
			Punteggio	25,0	25	23	23				
4) Gamma diametri del pallone	5	Q3*	NUMERO	10	6	6	5				
			Coefficienti	1	1	1	1	0	0	0	10
			Punteggio	5	3	3	3				
5) Gamma lunghezze del pallone	5	Q3*	NUMERO	8	6	8	3				
			Coefficienti	1.000	0,8	1,0	0,4	0	0	0	8
			Punteggio	5.000	3,8	5,0	1,9				
Totale punteggio di qualità	70.000			55.000	41.750	45.819	36.994				
Totale punteggio qualità riparametrato				70.000	55.136	58.061	47.083				

LOTTO 31

LOTTO 31 Catetere a palloncino per PTA periferica "medicato" per piattaforma da da 0.018"	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Bard S.r.L.	AB Medica S.p.A.	Biotronik Italia	Innova HTS	Medtronic Italia S.p.A.				
Requisiti essenziali				presenti	presenti	presenti	presenti	presenti				
1) Evidenze scientifiche su efficacia del tracciamento (valutata sul numero di pubblicazioni pubblicate su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 2 ed i risultati clinici ottenuti)	15	Q3*	NUMERO	12	3	5	0	18	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,667	0,167	0,278	0,000	1,000	0	0	0	18
			Punteggio	10	3	4	0	15				
2) Range lunghezza dello shaft (presenza nella gamma delle misure offerte di shaft di varie lunghezze)	20	Q3*	NUMERO	2	3	2	3	2	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,667	1,000	0,667	1,000	0,667	0	0	0	3
			Punteggio	13	20	13	20	13				
3) Spingibilità	25	Q1	BALDINO	0,7	0,3	0,5	0,7	0,8				
			CHELI	0,7	0,4	0,6	0,8	0,7				
			ARNUZZO	0,7	0,5	0,6	0,5	0,8				
			MEDIA VALUTAZIONI	0,70	0,40	0,57	0,67	0,77				
			riportata a 1	0,91	0,52	0,74	0,87	1,00				
			Punteggio	23	13	18	22	25				
4) Gamma diametri del pallone	5	Q3*	NUMERO	4	16	7	9	4	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,3	1,0	0,4	0,6	0,3	0	0	0	16
			Punteggio	1	5	2	3	1				
5) Gamma lunghezze del pallone	5	Q3*	NUMERO	7	12	3	7	4	MIN	20%	MIN-20%	MAX
			Coefficienti	0,6	1,0	0,250	0,583	0,333	0	0	0	12
			Punteggio	3	5	1,3	2,9	1,7				
Totale punteggio di qualità	70,000			50,326	45,543	39,416	47,468	56,250				
Totale punteggio di qualità riparametrato				62,628	56,676	49,051	59,072	70,000				

