

## REGIONE LIGURIA

### DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

#### SETTORE

#### STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella  
tel. 010/548 8536 e-mail: [riccardo.zanella@regione.liguria.it](mailto:riccardo.zanella@regione.liguria.it)  
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa  
tel. 010/548 8538 e-mail: [martina.canepa@regione.liguria.it](mailto:martina.canepa@regione.liguria.it)

**Oggetto:** Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803

#### Verbale 14<sup>a</sup> seduta riservata del 28 febbraio 2023

Il giorno 28/02/2023, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario.  
La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per il lotto 57 sub A e 57 sub B.

Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.  
Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.



aoorig - r. liguri - Regione Liguria  
Prot. 2023/072358/58  
del 14/06/2023  
14/06/2023

All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:

- la ditta Alfa Medical Italia S.r.L. per il lotto 57 sub A "*Spirali lega di platino a rilascio controllato*" in quanto non presenti diametri fino a 32 mm e 60 cm di lunghezza richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta AB Medica S.r.L. per il lotto 57 sub A "*Spirali lega di platino a rilascio controllato*" in quanto non presenti diametri fino a 32 mm e 60 cm di lunghezza richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

La seduta riservata è tolta alle ore 18.30.

Genova, 28/02/2023

Letto, confermato e sottoscritto,

**Presidente Commissione Giudicatrice**

Dott. Giuseppe Baldino

**Componente Commissione Giudicatrice**


Dott. Luca Arnuzzo

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Martino Cheli

**Funzionario referente e Segretario**

Dott.ssa Martina Canepa




The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: 1. A large, stylized signature, likely of Giuseppe Baldino. 2. A signature that appears to be 'Luca Arnuzzo'. 3. A signature that appears to be 'Martino Cheli'. 4. A signature that appears to be 'Martina Canepa'.

# LOTTO 57 sub A



LOTTO 57 SUB A: Spirali lega di platino a rilascio controllato	Alfa Medical Italia	Ab Medica	Crossmed
Requisiti essenziali	NON PRESENTI	NON PRESENTI	PRESENTI
Nome prodotto	AZUR CX	SPIRALI DISTACCO ELETTROLITICO BARRICADE	Ruby Coil™
Spirale lega di platino ad ampio riempimento e diversi gradi di morbidezza.			
Disponibile nelle misure fino a 32 mm di diametro e 60 cm di lunghezza circa.	Non presenti diametri fino a 32 mm e 60 cm di lunghezza	Non presenti diametri fino a 32 mm e 60 cm di lunghezza	
Sistema di rilascio meccanico e controllato.			
Compatibilità con micro-catetere 0.025".			
	NON IDONEO	NON IDONEO	IDONEO






LOTTO 57 A: Spirali lega di platino a rilascio controllato	SUB	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Crossmed
Requisiti essenziali					presenti
1) Navigabilità	5	Q1	BALDINO	0,800	
			CHELI	0,800	
			ARNUZZO	0,800	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,800	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	5,000	
2) Elevata riposizionabilità	5	Q1	BALDINO	0,600	
			CHELI	0,700	
			ARNUZZO	0,600	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,633	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	5,000	
3) Elevata visibilità sotto scopia	5	Q1	BALDINO	0,700	
			CHELI	0,700	
			ARNUZZO	0,700	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	5,000	
4) Precisione nel rilascio	5	Q1	BALDINO	0,700	
			CHELI	0,700	
			ARNUZZO	0,700	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,700	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	5,000	
5) Gamma diametri spirale	5	Q3*	NUMERO	16	MIN 16 20% 3,2 MIN-20% 13 MAX 16
			Coefficienti	1,333	
			Punteggio	5,000	
6) Gamma lunghezza spirale	5	Q3*	NUMERO	15	MIN 15 20% 3 MIN-20% 12 MAX 15
			Coefficienti	1,000	
			Punteggio	5,000	
7) Grado di morbidezza	5	Q1	BALDINO	0,700	
			CHELI	0,600	
			ARNUZZO	0,700	
			MEDIA VALUTAZIONI	0,667	
			riportata a 1	1,000	
			Punteggio	5,000	
Totale punteggio di qualità	35,000				35,00
Totale punteggio di qualità riparametrato					35,000

LOTTO 57 sub B



LOTTO 57 SUB B: Microcatetere armato	Alfa Medical Italia	Ab Medica	Crossmed
Requisiti essenziali	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
nome prodotto	Progreat®	VASCO	Microcatetere Penumbra LANTERN
Microcatetere armato, dotato di rivestimento idrofilico, marker distale o punta radiopaca e di varie lunghezze e con diverse conformazioni di punta.			
Lume interno di almeno 0.025".			
	IDONEO	IDONEO	IDONEO

LOTTO 57 B: Microcatetere armato	SUB	Max punti	Parametri di valutazione	Punteggi	Crossmed				
Requisiti essenziali					presenti				
1) Elevata visibilità sotto scopia	13	Q1	BALDINO	0,800					
			CHELI	0,600					
			ARNUZZO	0,800					
			MEDIA VALUTAZIONI	0,733					
			riportata a 1	1,000					
			Punteggio	13,000					
2) Gamma lunghezze microcatetere	10	Q3*	NUMERO	3	MIN	20%	MIN-20%	MAX	
			Coefficienti	1,000	3	0,6	2	3	
			Punteggio	10,000					
3) Elevata navigabilità	7	Q1	BALDINO	0,800					
			CHELI	0,600					
			ARNUZZO	0,800					
			MEDIA VALUTAZIONI	0,733					
			riportata a 1	1,000					
			Punteggio	7,000					
4) Compatibilità con liquidi embolizzanti	5	Q5	SI/NO	no					
			Punteggio	0,000					
Totale punteggio di qualità	35,000				30,00				
Totale punteggio di qualità riparametrato					35,000				