

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
tel. 010/548 8536 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Martina Canepa
tel. 010/548 8538 e-mail: martina.canepa@regione.liguria.it

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Chirurgia endovascolare e Chirurgia vascolare open", occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi. Importo complessivo presunto della fornitura, compresa la contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 13.643.188,80 (IVA esclusa). Lotti n. 82. Numero gara 7842803

Verbale 13^a seduta riservata del 14 febbraio 2023

Il giorno 14/02/2023, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 116 del 26/02/2021 dell'allora Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di Alisa, si è riunita in ordine alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i seguenti Componenti:

NOME E COGNOME	ENTE
1. Dott. GIUSEPPE BALDINO (Presidente)	ASL 4
2. Dott. MARTINO CHELI	GASLINI
3. Dott. LUCA ARNUZZO	ASL 3

È presente per la SUAR la dott.ssa Martina Canepa in qualità di Referente e Segretario.
La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dagli OE per il lotto 38 e 39.


Il risultato della valutazione della Commissione Giudicatrice viene riportato nei fogli Excel allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
Con riferimento alle ditte escluse, viene ulteriormente specificato di seguito.

All'esito delle verifiche effettuate risultano escluse le seguenti Ditte per i motivi riportati:

- la ditta Boston Scientific S.p.A. per il lotto 38 "*Stent in acciaio non ricoperto montato su pallone*" in quanto non presente lunghezza stent fino a 80 mm (57 mm) e non presenti markers distali e prossimali richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Cardinal Health Italy 509 S.r.L. per il lotto 38 "*Stent in acciaio non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Cook Italia S.r.L. per il lotto 38 "*Stent in acciaio non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali non presente lunghezza stent fino a 80 mm richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Medtronic Italia S.p.A. per il lotto 38 "*Stent in acciaio non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non è presente lunghezza stent fino a 80 mm (57 mm) richiesta dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Abbott Medical Italia S.r.L. per il lotto 39 "*Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali sullo stent richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Biotronik Italia S.r.L. per il lotto 39 "*Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali sullo stent richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta C.S. Medical S.r.L. per il lotto 39 "*Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali sullo stent richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Cardinal Health S.r.L. per il lotto 39 "*Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali sullo stent richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Innova Hts S.r.L. per il lotto 39 "*Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali sullo stent richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la ditta Sanitex S.r.L. per il lotto 39 "*Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone*" in quanto nel dispositivo presentato in gara non sono presenti markers distali e prossimali sullo stent richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

La seduta riservata è tolta alle ore 18.30.

Genova, 14/02/2023


we

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Giuseppe Baldino

Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Luca Arnuzzo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Martino Cheli

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Martina Canepa




The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal line. The first signature is the largest and most stylized, followed by three smaller, more legible signatures. The signatures are written in dark ink on a white background.

LOTTO 38

LOTTO 38 Stent in acciaio non ricoperto montato su pallone	Boston Scientific S.p.A.	Cardinal Health Italy 509	Cook Italia	Medtronic Italia S.p.A.
Requisiti essenziali	non presenti	non presenti	non presenti	non presenti
Nome prodotto	Express TM LD & Express TM SD	CORDIS PALMAZ GENESIS	FORMULA 535	Visi-pro
Stent in acciaio premontato su pallone per il trattamento di vasi di medio calibro, compatibile con Introduttore 6 e 7 Fr.				
Diametri stent : disponibile in almeno due diametri compresi tra 5 e 10 mm .				
Stent disponibile nelle lunghezze fino a 80 mm.	non presente lunghezza stent fino a 80 mm (57 mm)		non presente lunghezza stent fino a 80 mm	non presente lunghezza stent fino a 80 mm (57 mm)
Markers distali e prossimali sullo stent.	non presenti markers distali e prossimali	non presenti markers distali e prossimali	non presenti markers distali e prossimali	
Lunghezza dal catetere di rilascio fino a 135 cm.				
	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO





LOTTO 39 Stent in cromo cobalto non ricoperto montato su pallone	Abbott Medical Italia S.r.L.	Biotronik Italia	C.S. Medical S.r.L.	Cardinal Health S.r.L.	Innova HTS	Sanitex
Requisiti essenziali	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
Nome prodotto	OMNILINK ELITE™	Dynetic-35	Restorer	PALMAZ® BLUE™ .014	TALON MINOR	BeSmooth Peripheral Stent System
Stent in cromo-cobalto premontato su pallone non ricoperto per il trattamento di vasi di medio calibro, compatibile con introduttore 6 Fr (tutte le misure).						
Stent disponibile nei diametri fino a 10 mm.						
Stent disponibile nelle lunghezze fino a 60 mm.						
Markers distali e prossimali presenti sullo stent.	Non presenti Markers distali e prossimali presenti sullo stent	Non presenti Markers distali e prossimali presenti sullo stent	Non presenti Markers distali e prossimali presenti sullo stent	Non presenti Markers distali e prossimali presenti sullo stent	Non presenti Markers distali e prossimali presenti sullo stent	Non presenti Markers distali e prossimali presenti sullo stent
Lunghezza dal catetere di rilascio fino a 135 cm.						
	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO

