



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Responsabile del procedimento:

Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/5488536

e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Funzionario referente:

Dott. Mauro Bandoni - tel. 010/5484995

e-mail: mauro.bandoni@regione.liguria.it

Oggetto: Fornitura di “Medicazioni Standard” occorrenti ad AA.SS., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II^ edizione. N° lotti: 40. N° gara: 9132689. **QUESITI POST INDIZIONE.**

1) Comunicazione ID 170.900.290

Oggetto: **Richiesta chiarimento**

**Buongiorno, siamo a richiedere chiarimento in merito ai requisiti richiesti per la partecipazioni
Testo: alla gara. Se non abbiamo fatturato specifico relativo alle medicazioni, ma un fatturato relativo ai Dispositivi Medici, possiamo essere ammessi alla presente procedura di gara? Saluti,**

RISPOSTA:

Si conferma che il fatturato specifico relativo ai dispositivi medici è accettato.

2) Comunicazione ID 170.986.846

Oggetto: **CHIARIMENTI**

Lotto 3 Si chiede di specificare l'unità di misura del lotto 3
Lotto 4 Si chiede di specificare il numero di strati richiesto per le garze
Lotto 30 Si chiede conferma che la lunghezza richiesta per i cerotti è di 5 metri, come comunemente richiesto per questa tipologia di cerotti.

RISPOSTA:

Lotto 3, come da Specifiche tecniche, l'unità di misura è la busta singola su cui si applica il prezzo.

Lotto 4: le garze devono essere a 16 strati. Si integrano le specifiche tecniche.

Lotto 30: si conferma che la lunghezza deve essere almeno di 5 metri. Si integrano le specifiche tecniche.



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0983864
del 10/07/2023

3) Comunicazione ID 170.987.251

Oggetto: **Chiarimento**

Si chiede di specificare cosa si intende per "apertura facilitata" nel confezionamento

Testo: **secondario in dispenser richiesto per i prodotti sterili di cui al paragrafo del capitolato tecnico "4? Confezionamenti?".**

RISPOSTA: L'apertura dovrà essere facilitata (cioè non comportare particolari complicazioni/difficoltà), sia per quanto riguarda il confezionamento primario, sia per quanto riguarda il prelievo dal confezionamento secondario.

4) Comunicazione ID 170.994.557

Oggetto: **RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 2**

Buongiorno, Nei chiarimenti della consultazione preliminare di mercato, al quesito lotto 2 n relativo alle caratteristiche della garza tagliata, veniva richiesto "CON RIFERIMENTO AL LOTTO 2 DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO IN OGGETTO, VI SEGNALIAMO CHE UNA BASE D'ASTA CONGRUA PER LA GARZA TAGLIATA 30 G/MQ E' PARI A CIRCA 7.00/KG. LA BASE D'ASTA DA VOI INDICATA DI 4,56/KG E' COMPATIBILE CON UNA GARZA TAGLIATA DA CIRCA 100 G/MQ (ARMATURA 12/8 TITOLO FILATO 12/12). NELLA MAGGIOR PARTE DELLE REGIONI ITALIANE VIENE UTILIZZATA QUEST'ULTIMA GRAMMATURA ANCHE SE I CAPITOLATI DI GARA

Testo: **RIPORTANO ANCORA LE SPECIFICHE RIFERITE ALLA GARZA DA 30 G/MQ (ARMATURA 12/8 TITOLO FILATO 32/40). VI PREGHIAMO DI ADEGUARE IL CAPITOLATO AL PRODOTTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZO? La risposta alla suddetta richiesta era stata "LA COMMISSIONE MODIFICA IL CAPITOLATO TECNICO IN CONFORMITA?". Abbiamo preso visione della documentazione di gara pubblicata, al punto 2 "caratteristiche specifiche della fornitura di medicazioni standard del CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE non c'è traccia di queste modifiche essendo ancora riportate le specifiche riferite alla garza da 30 g/mq (armatura 12/8 titolo filato 32/40) Si chiede la variazione del capitolato tecnico Distinti saluti**

RISPOSTA: Si rettificano le Specifiche tecniche

5) Comunicazione ID 171.010.909

Oggetto: **Lotto 17 - estensibilità**

Buongiorno, nel lotto 17 viene richiesta una benda tipo Ideal con estensibilità media 100%, la maggior parte delle bende di questo tipo hanno estensibilità media del 70%. Vi chiedo

Testo: **gentilmente di diminuire la percentuale da Voi richiesta per includere un maggior numero di Operatori Economici. Cordiali saluti,**

RISPOSTA: Si confermano le Specifiche tecniche.

6) Comunicazione ID 171.013.966

Oggetto: **RICHIESTA CHIARIMENTI**

Spett.le Ente, in riferimento alla presente procedura si chiede di prendere visione dei chiarimenti che seguono: - In rif al lotto 2 si chiede di indicare fabbisogno diviso per misura poiché ne è stato indicato uno generico; - In rif al lotto 3 e 4 si chiede revisione del base d'asta poiché se realmente al pezzo come indicato nel file C1, parrebbe eccessivamente alto e

Testo: **completamente fuori mercato; ciò comporterebbe inoltre un esagerato importo di CIG e di garanzia provvisoria per l'operatore economico. - In rif al lotto 4 si chiede di chiarire di quanti strati debba essere la piegata, - In rif al lotto 30 si chiede di chiarire la lunghezza del rocchetto. In attesa di Vostro gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti Dealfa srl Ufficio gare**

RISPOSTA:

Lotto 2: si conferma il fabbisogno indicato: il prezzo unitario è identico per tutte le misure e la loro distinzione non incide sulla base d'asta.

7) Comunicazione ID 171.053.687

Oggetto: **CIG INESISTENTE SUL SITO ANAC**

Buongiorno, Stavo cercando di pagare l'importo Anac e fare il Passoe relativamente al lotto n.

Testo: **23 CALZE ANTITROMBOSI, ma mi dice CIG inesistente. Come mai? Non è stato ancora inserito? Attendo riscontro Cordiali saluti**

RISPOSTA: Si provvede ad abilitare il CIG.

8) Comunicazione ID 171.101.574

Oggetto: **RICHIESTA CHIARIMENTI- 2**

Spett.le Ente, in riferimento alla presente procedura ed al lotto n. 7, si chiede di chiarire se tutte le misure indicate debbano essere prelavate; tale quesito in quanto si ritiene che le garze possano essere prelavate, nei formati più grandi, ma per quelli più piccoli come le lunghette 2.5x10 oppure 3x35, per esempio, si ridurrebbero troppo le dimensioni diventando poco pratiche all'utilizzo. In attesa di gentile riscontro si porgono distinti saluti Dealfa srl Ufficio gare

RISPOSTA: Le garze non devono essere prelavate. Si rettificano le Specifiche tecniche al lotto 7.

9) Comunicazione ID 171.241.773

Oggetto: **RICHIESTA CHIARIMENTI - 3**

Spett.le Ente, in riferimento al lotto 7, chiediamo se invece del filo di bario intessuto nella garza sia possibile fornire il prodotto con la barretta di bario ben cucita sul bordo della laparatomica; questo per garantire una maggiore sicurezza durante gli interventi chirurgici, in quanto se il filo è intessuto nella garza rischia di formare degli anelli e uscire dalla laparatomica

Testo: o addirittura rompersi, perché dopo l'operazione di "prelavaggio", il cotone tende a restringersi e il filo rischia di rimanere della lunghezza originale e quindi tende a fuoriuscire. La barretta di bario invece è saldamente cucita all'estremità della laparatomica, e non si corrono i rischi sopradescritti, garantendo comunque un'ottima visibilità nel caso di radiografia post intervento. In attesa di gentile riscontro si porgono distinti saluti Dealfa srl Ufficio Gare

RISPOSTA:

Lotto 7: si conferma il filo di bario intessuto nella garza. Si elimina il requisito del prelavaggio.

10) Comunicazione ID 171.299.974

Oggetto: **Richiesta chiarimento Lotto 14**

Testo: Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se è possibile rivedere la base d'asta per il lotto 14 in rialzo almeno del 30%. Ringraziamo in anticipo Cordiali saluti

RISPOSTA:

Si conferma la base d'asta pubblicata.

11) Comunicazione ID 171.337.661

Oggetto: **Chiarimento**

Testo: Buongiorno, Vi preghiamo di specificare se le risposte/chiarimenti formulati con Vostro prot 2023-0751832, (allegato) relativi alla Indagine di mercato ID Sintel 166112810, sono da ritenersi parte della documentazione di questa gara e se dobbiamo quindi tenerne conto nella formulazione delle offerte. Grazie e cordiali saluti,

RISPOSTA:

Si conferma che i chiarimenti relativi alla Consultazione Preliminare di Mercato sono da ritenersi parte della documentazione di gara e occorre tenerne conto in sede di formulazione delle offerte.

Il Dirigente RUP
Dott. Riccardo ZANELLA